

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Punto 2.1.5.1 Plazo y lugar de entrega.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	1. - Se solicita eliminar el requisito de entregar una tarima para almacenamiento de los bienes, en tanto en muchos casos la entrega no es aceptada por los pacientes o sus familiares por ya contar con una, o bien, por no contar con espacio para su almacenamiento.	No se acepta su propuesta, todos los pacientes deberán tener sus bolsas de diálisis en una tarima funcional.		CPIM
	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	14. - Favor de considerar que para dar cumplimiento al presente requisito, existen pacientes que NO aceptan la entrega de la tarima por falta de espacio en sus domicilios. De acuerdo a lo antes mencionado, solicitamos que sea opcional la entrega, de conformidad con el paciente y/o familiar.			
<b>Punto 2.1.5.1 Plazo y lugar de entrega, Anexo A18 ( A DIECIOCHO ) Modelo de contrato, condiciones de entrega.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	2. - Se hace mención a que el proveedor se compromete a requisitar el Anexo T.6 (T.Seis) Control de Recuperación de Bienes/Claves de Diálisis Peritoneal (DPCA), cuando por causa de defunción del paciente, cambio o baja del programa de DPCA realice la actividad de recuperación de bienes y entrega a la farmacia de adscripción del paciente durante el ciclo inmediato siguiente a la notificación.  Solicitamos a la convocante de la manera más atenta confirmar si es correcto entender, para dar cumplimiento a este punto, la recolección del producto será por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defunción del paciente</li> <li>• Cambio a Hemodiálisis y/o Trasplante</li> <li>• Baja definitiva</li> </ul>	Es correcto entender que la recolección del producto será por salida definitiva del programa por cualquier motivo.		CPIM
<b>Punto 2.1.5.1 Plazo y lugar de entrega, Anexo A18 ( A DIECIOCHO ) Modelo de contrato, Anexo T.7 tabla cifras de control de registro nominal</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	3. - Se hace mención a que "EL PROVEEDOR" entregará un reporte mensual a la CPIM (CPIM). La fecha de entrega deberá ser dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes siguiente del mes a reportar. La información deberá ser registrada en una hoja de cálculo (EXCELL) tal y como se especifica en el Anexo T.7 (T.Siete) Registro Nominal DPCA. El medio de entrega deberá ser a través de la dirección electrónica <a href="mailto:si_dpa@imss.gob.mx">si_dpa@imss.gob.mx</a> para el programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.	Favor de consultar las aclaraciones número T.1 y T.2 de la presente convocatoria	Aclaraciones Número T.1 y T.2	CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
DPCA, punto 2.1.5.2 Condiciones de entrega		<p>Solicito a la convocante de la manera más atenta se nos indique la persona del Instituto responsable de proporcionar datos exactos para el llenado de este formato, ya que en el mismo solicitan varios rubros de los cuales mi representada no cuenta, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Delegación</li> <li>Clave Presupuestaria de la unidad médica, etc.</li> </ul>			
Punto 3.11.1 Firma del contrato	BAXTER S.A. DE C.V.	<p>4. - Se indica que los contratos serán elaborados por los representantes de las Delegaciones y de las UMAE's y serán formalizados en fecha predeterminada.</p> <p>Se solicita de la manera más atenta a la convocante, dada la necesidad imperante de plasmar en algunos documentos tanto al momento de la entrega del producto en el domicilio del paciente así como en los documentos para tramite de pago el NUMERO DE CONTRATO, se cumpla a cabalidad con esta fecha establecida en la convocatoria y se asegure que todas las Delegaciones / Umae's se presenten a la formalización de los contratos que se deriven de la presente convocatoria, dejando constancia de aquellas que no cumplan con ello o en su caso especifique que procedimiento se seguiría en caso de que no acudieran.</p> <p>Al mismo tiempo solicitamos a la convocante la garantía de que el modelo de contrato a formalizar por las diferentes Delegaciones / Umae, sea UNO mismo a nivel nacional, es decir que bajo la recomendación y envío del Instituto a Nivel Central se gire el modelo revisado y adecuado en base a los resultados de la junta de aclaraciones y no existan ajustes o variaciones a las recomendaciones del contrato en mención.</p>	<p>El modelo de contrato se actualizará con apoyo de la División de Contratos, después de la junta de aclaraciones y previo al envío del expediente a las Delegaciones y UMAE para la elaboración y formalización de los contratos respectivos.</p>		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Punto 2.1.5.1. Plazo lugar y condiciones de entrega</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	5. - Se establece que será responsabilidad del licitante adjudicado garantizar mediante entregas subsecuentes, la suficiencia de insumos para la terapia.  Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, ratificar que las entregas subsecuentes serán de manera mensual para cubrir el total de días mes calendario.	Las entregas subsecuentes, deberán realizarse con la periodicidad que garantice la suficiencia de insumos para la terapia.		CPIM
<b>Anexo T.4 A ( T. CUATRO A ) Descripción de las claves que se requieren para la atención de pacientes de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	6. - Solicitamos a la convocante de la manera más atenta el considerar incluir al final de este Anexo, el concepto de REDISTRIBUCION DE CLAVES, con lo cual, dado que el precio es el mismo para cada una de las diferentes concentraciones que integran el Sistema Integral Para la Aplicación de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, en el caso de que existiera una mayor necesidad para alguna de las concentraciones vs lo asignado en el contrato, se pueda atender, lo anterior sin rebasar la cantidad total máxima contratada de soluciones ( bolsas ) de cada contrato respectivo.	No se acepta su solicitud de incluir el concepto de REDISTRIBUCIÓN DE CLAVES, debido a que no existe un requerimiento de bolsas por concentración.		CPIM
<b>Punto 2.1.5.1. Plazo lugar de entrega, glosario de términos, numeral 41 sobreinventario y punto 3.11.7 deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes del programa para la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria ( DPCA ) cuadro</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	7. - En referencia al tema de las entregas subsecuentes en las que el proveedor asignado debe garantizar la suficiencia de los insumos para la terapia y también en relación al tema de generación de un SOBREINVENTARIO, cuando el proveedor realice entregas que lo generen, solicitamos a la convocante de la manera más atenta, se permita durante la vigencia de los contratos que se deriven de la presente convocatoria, establecer al menos dos ocasiones cada 12 meses ( 1 año ) en las que el proveedor pueda realizar actualización de rutas, con base a las salidas e ingresos de nuevos pacientes, en las cuales como resultado de las mismas se pueda modificar la fecha específica de entrega al paciente con desfase de algunos días, lo que por aplicación daría como resultado este desfase y con esto evitar el que el Instituto en el momento de realizar visitas domiciliarias establezca esta situación como deductiva de sobreinventario.	Se acepta su propuesta.		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>concepto sobreinventario</b>		Para evitar confusiones solicitamos al mismo tiempo que el proveedor, mediante escrito previo deberá notificar de estos cambios específicos a la respectiva unidad médica, lo que serviría como soporte en estos casos.			
<b>Punto 2.1.5.2 Condiciones de entrega</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	8. - Se solicita a la convocante de la manera más atenta, se acepte también, como evidencia de entrega de producto a los pacientes, la que sea recabada por medio de dispositivos electrónicos que acrediten la misma calidad de información que hoy se maneja por medio de papel, con el objeto de agilizar y eficientar los subsecuentes trámites administrativos, fomentando proyectos sustentables y amigables con el medio ambiente	Se acepta su solicitud, previa prueba de funcionalidad y aceptación por todas las áreas involucradas (Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico), sin ser obligatorio para los demás proveedores.		CPIM / DSDICDS
<b>Glosario de Términos numeral 28 Paciente de nuevo ingreso o paciente nuevo y punto 1.2 Medios que se utilizarán y carácter de la Licitación Pública.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	9. - Se solicita a esa H. Autoridad confirmar que por pacientes de nuevo ingreso o pacientes nuevos se entiende aquéllos pacientes que ingresan a la terapia durante la vigencia de la contratación.	Es correcta su apreciación el paciente de nuevo ingreso se refiere a aquéllos pacientes que ingresan a la terapia durante la vigencia del contrato.		CPIM
<b>Puntos 1.2 Medios que se utilizarán y carácter de la Licitación Pública; 2.3 Precio máximo de referencia; y, 2.8 Fuentes de abastecimiento.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	10. - Se solicita a la H. Autoridad confirmar si se realizó estudio de mercado y en caso de haberse realizado informar cuántos probables proveedores que puedan cumplir integralmente con las condiciones de la Convocatoria (ofertar el 100% del territorio nacional) arrojó tal estudio.	La investigación de mercado se elaboró en términos de la LAASSP y su Reglamento y forma parte del expediente de compra, no de la presente convocatoria, por lo cual no es posible acceder a su petición.  Es de hacer notar que la investigación de mercado que ahora nos ocupa en su momento fue reservada en términos de lo		DIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			dispuesto por el artículo 14 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.		
<b>Puntos 1.2 Medios que se utilizarán y carácter de la Licitación Pública; 2.3 Precio máximo de referencia; y, 2.8 Fuentes de abastecimiento.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	<p>11. - En caso de haberse realizado, se solicita a esa H. Autoridad se señalen en las aclaraciones a bases las cuestiones más importantes arrojadas por el estudio de mercado, tales como forma de cálculo del precio máximo de referencia y la existencia de varios proveedores que puedan cumplir con la totalidad de los requisitos de la Convocatoria ante Delegaciones y Unidades Agrupadas.</p> <p>En caso contrario, se solicita a esa H. Autoridad informar únicamente los datos de identificación (número de oficio, fecha de emisión, funcionario o área que la emitió) con la finalidad de que tal estudio sea solicitado vía acceso a la información pública gubernamental.</p>	<p>La investigación de mercado se elaboró en términos de la LAASSP y su Reglamento y forma parte del expediente de compra, no de la presente convocatoria, por lo cual no es posible acceder a su petición.</p> <p>Es de hacer notar que la investigación de mercado que ahora nos ocupa en su momento fue reservada en términos de lo dispuesto por el artículo 14 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.</p>		DIM
<b>Punto 2.3 Precio máximo de referencia.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	<p>12. - El precio máximo de referencia en la Licitación Pública Internacional Diferenciada 00641321-029-09 convocada hace 5 años por ese H. Instituto fue de \$28.87 para DPCA y de 97.00 para DPA (se convocó en una sola convocatoria para ambas terapias), suponiéndose que tales precios tuvieron que ser producto de una investigación de mercado. Sin embargo, después de cinco ejercicio fiscales el precio máximo de referencia es de \$31.60 para DPCA y de 112.62 para DPA</p> <p>En tal sentido, es claro la diferencia de 2.73 y 15.62 pesos respectivamente no refleja la inflación en cinco</p>	<p>La determinación de los precios máximos de referencia se fundamenta en el segundo párrafo, fracción III del artículo 29 del Reglamento de la LAASSP y se deriva de los resultados de la investigación de mercado realizada, por lo tanto el precio señalado es el correcto, razón por la cual no es posible acceder a su petición.</p> <p>La investigación de mercado</p>		DIM



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		<p>años que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el Índice nacional de precios al consumidor –bajo indicador general- ha sido una inflación acumulada de enero de 2010 a agosto de 2015 de 20.50%, como tampoco debe haber sido prevista el valor cambiario que también incide en el precio.</p> <p>Siendo que se trata de una licitación plurianual por cuatro ejercicios fiscales, se solicita que el precio máximo de referencia observe la inflación de años atrás y, sobre todo, que se prevea una fórmula de ajuste durante la vigencia del contrato, tal y como se realizó y estableció en la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Electrónica bajo la cobertura de tratados para la contratación plurianual abierta del servicio de Hemodiálisis Subrogada No. LA-019GYR047-T40-2015</p>	realizada para el presente procedimiento, fue efectuada en cumplimiento con lo señalado en la LAASSP y su Reglamento y considera la inflación proyectada por el Banco de México para los ejercicios fiscales para los cuales se están adquiriendo los bienes objeto de esta licitación.		
<b>Punto 2.3 Precio máximo de referencia.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	13. - Se solicita a esa H. Convocante prever una fórmula de ajuste al precio para los diversos ejercicios fiscales que refleje el estimado de inflación que publique el Banco de México, en los términos del punto 72 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de ese H. Instituto.	Favor de remitirse a aclaración número A.2.	Aclaración número A.2.	DSI
<b>Punto 2.6 Tipo de Contrato.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	14. - En virtud de tratarse de una Convocatoria realizada a nivel normativo y que además se ha determinado agrupar la totalidad de Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, se solicita que se firme un solo contrato por cada proveedor adjudicado al 80%, al 20% o bien al 100% y no así por Delegación, en tanto se insiste, no fueron divididas en partidas sino agrupadas las Delegaciones y Unidades en dos fuentes de abasto.	No se acepta su propuesta. La administración de los contratos será realizada por las Delegaciones y UMAE, razón por la cual, dichos contratos deben ser formalizados por cada una de ellas.		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Punto 3.10 Comunicación del fallo, punto 3.11.1 Firma del contrato y Anexo A18 ( A DIECIOCHO ) Modelo de contrato.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	15. - Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, con la finalidad de evitar múltiples problemas administrativos derivados de asignaciones con presupuesto muy por debajo y por ende con volúmenes de soluciones para Diálisis peritoneal también muy inferiores a lo que realmente requieren muchas Delegaciones / Umae's y que no alcanzan a cubrir sus necesidades durante la vigencia de los contratos respectivos y para el total del periodo contrato, el tener que gestionar rápidamente las ampliaciones respectivas a cada contrato y/o en su mayoría nuevos contratos dentro del mismo periodo, contemplar que para la presente licitación se pueda firmar un contrato Unico a nivel nacional tal y como se maneja actualmente en otros procesos de adquisición dentro del mismo Instituto y no un contrato por Delegación / Umae asignada e incluidas dentro de las diferentes fuentes de abasto.	No se acepta su propuesta. La administración de los contratos será realizada por las Delegaciones y UMAE, razón por la cual, dichos contratos deben ser formalizados por cada una de ellas.		DSI
<b>Punto 2.8 Fuentes de abastecimiento.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	16. - El artículo 29 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispone que la Convocatoria debe prever requisitos que no limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica y el último párrafo del mismo numeral dispone que no podrán establecerse requisitos que tengan como efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, así como la prohibición de requisitos imposibles de cumplir.  Con fundamento en tal artículo, y en virtud de que una partida única para todo el territorio nacional que obligue a los licitantes a ofertar el 100% de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social es un requisito imposible o por demás complejo de cumplir de manera individual, se solicita a esa H. Convocante que se dividan las zonas, Delegaciones o UMAES en partidas con la finalidad de que cada licitante pueda ofertar conforme a sus capacidades de abastecimiento y así estar en posibilidad	No se acepta su propuesta.  Sin embargo, a este respecto, favor de remitirse a la precisión número A.3.	Aclaración número A.3.	DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		de poder atender debidamente las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad que se asignen a los proveedores (y conforme a sus capacidades reales) que resulten adjudicados con propuestas técnicas solventes y mejor precio ofertado y con ello se garantice la libre concurrencia.			
<b>Punto 2.8 Fuentes de abastecimiento.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	17. - Se solicita a esa H. Autoridad que con la finalidad de no limitar la libre concurrencia, respetando la capacidad que puedan tener los licitantes y con la finalidad de que también se permitan más actores en el mercado, que las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad puedan ser ofertadas por partidas conforme a las capacidades económicas de los licitantes, tal y como fue realizado en la LA-019GYR047-T40-2015 (hemodiálisis subrogada).			
<b>2.2 Tipo de Cotización. Pág. 26</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	<p><b>21. - Con la finalidad de no limitar la libre participación de la proveeduría solicitamos muy atentamente se consideren criterio de adjudicación que promuevan mayor participación como:</b></p> <p><b>Adjudicación a una sola fuente de abasto por Delegación y/o UMAE.</b></p> <p>Creación de zonas Geográficas (3 zonas Norte, Sur y Centro), una fuente de abasto por cada zona que garanticen oportunidad en el abasto y eviten la generación de asignaciones que fomenten monopolios en el mediano plazo</p> <p>Lo anterior de conformidad con el Artículo 29 Fracc. V de la LAASSP, así como el Artículo 40 de su reglamento.</p>	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>Sin embargo, a este respecto, favor de remitirse a la precisión número A.3.</p>	Aclaración número A.3.	DSI



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Punto 2.8 Fuentes de abastecimiento.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	<p>18. - Se solicita a esa H. Autoridad confirmar si en términos de los artículos 29 último párrafo y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se consultó a la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de: i) la utilización de un abastecimiento simultáneo que obligue a los proveedores a ofertar el 100%; ii) La agrupación de todas las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; y, iii) La conveniencia de repartir el mercado en un 100% o en un 80% a un solo proveedor a nivel nacional para que atienda todas las necesidades del Instituto en esta terapia de vida.</p> <p>En caso negativo, se solicita a esa H. Autoridad diferir la junta de aclaraciones y solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica emita las recomendaciones correspondientes para que en el presente procedimiento licitatorio se garantice la libre concurrencia.</p>	Favor de remitirse a la precisión número A.3.	Aclaración número A.3.	
	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	<p>22. - Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si conforme a la investigación de mercado al que alude el art. 26 de la LAASSP y el Art. 29 Fracc. II de sus reglamento, esta convocante verificó:</p> <p>Existen proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las condiciones establecidas en la presente convocatoria (100% de la demanda a nivel nacional).</p> <p>Lo anterior para efecto de garantizar la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que son destinados de conformidad con el Art. 24 de la LAASSP en concordancia con el Art. 134 constitucional.</p>			

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Punto 2.8 Fuentes de abastecimiento.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	19. - Se solicita a la convocante de la manera más atenta aclarar, si ha considerado que al término del periodo de contratación que ampara la presente licitación, el proveedor adjudicado tendrá una posición preponderante en el mercado de Diálisis Peritoneal, generándose el riesgo de crear un monopolio lo que se contrapone a los preceptos de libre competencia establecidos por la Ley Federal de Competencia Económica	Favor de remitirse a la precisión número A.3.	Aclaración número A.3.	
<b>Glosario de términos, numeral 41 Sobreinventario y punto 3.11.7 deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes del programa para la Diálisis Peritoneal Automatizada ( DPA ), cuadro concepto sobreinventario.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	20. - Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, dado que los ajustes se hacen en la entrega y facturación de producto en el ciclo inmediato siguiente a la verificación de las existencias en el domicilio del paciente, sugerimos que la confirmación de una deductiva por SOBREINVENTARIO se fundamente en la revisión de al menos dos entregas subsecuentes y con base en las respectivas hojas de embarque suministradas por el proveedor.	No se acepta la sugerencia de la confirmación de deductiva.		CPIM
<b>Punto 3.10 Comunicación del fallo, punto 3.11.1 Firma del contrato y Anexo A18 ( A DIECIOCHO ) Modelo de contrato.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	21. - Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que el modelo de contrato adjunto a la convocatoria como Anexo A18 ( A DIECIOCHO ), sea adecuado en lo conducente, con motivo de lo determinado en la junta de aclaraciones y que al mismo tiempo este modelo de contrato resultante, sea girado a todas las Delegaciones /Umae´s por conducto de la DSI con la finalidad de firmar un solo modelo de contrato por igual evitando demora en la elaboración de los mismos y logrando su formalización en el tiempo establecido.  Así mismo solicitamos confirmar que con fundamento en	El modelo de contrato se actualizará con apoyo de la División de Contratos, después de la junta de aclaraciones y previo al envío del expediente a las Delegaciones y UMAE para la elaboración y formalización de los contratos respectivos.		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		el Artículo 84 del reglamento de la LAASSP, para la formalización de o los contratos que se deriven de la presente convocatoria, se recabara previamente la firma del funcionario correspondiente y en la fecha de estipulada para firma por parte del proveedor se entregará a este último totalmente formalizado.			
<b>Punto 2.1.3. Calidad.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	22. - Dado que este H. Instituto, contempla en la convocatoria el esquema de participación conjunta solicitamos a esa H. Convocante confirmar si podrá ofertarse (y por tanto suministrarse) más de una marca de las diferentes claves de bolsas de diálisis siempre que se utilice un sistema de conexión compatible con éstas, presentando para tal efecto en la propuesta técnica los registros sanitarios de los insumos de diferentes marcas que se oferte.	Si podrá ofertarse más de una marca de las diferentes claves de bolsas de diálisis siempre que se utilice un sistema de conexión compatible con éstas, presentando para tal efecto en la propuesta técnica los registros sanitarios de los insumos de diferentes marcas que se oferte		CPIM
<b>Punto 2.1.5.2 Plazo y lugar de entrega, Anexo T.6 (T.seis ), Anexo A18 ( A DIECIOCHO ) Modelo de condiciones de entrega.</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	23. - Se hace mención a que el proveedor se compromete a requisitar el Anexo T.6 (T. Seis) Control de Recuperación de Bienes/ Claves de Diálisis Peritoneal (DPCA), cuando por causa de defunción del paciente, cambio o baja del programa de DPCA, realice la actividad de recuperación de bienes y entrega a la farmacia de adscripción del paciente durante el ciclo inmediato siguiente a la notificación  Con base a la solicitud de recolección de producto en la casa del paciente se debe tener en consideración de que al perder el control del manejo correcto de producto la empresa no se hace responsable, de que el mismo sirva como vector de agentes patógenos de la casa del paciente a la unidad hospitalaria. Por lo que desde el punto de vista de la buenas prácticas de calidad, solicitamos a la convocante de la manera más atenta, que la solicitud de recolección debe de ser retirada de la presente convocatoria evitando con esto el riesgo antes mencionado.	No se acepta su solicitud de retirar de la presente convocatoria la actividad de recuperación de bienes		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Punto 6.1</b> <b>Propuesta técnica</b> <b>incisos e), i),</b>		24. - Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, confirmar que los escritos solicitados en los incisos antes mencionados, aplican única y exclusivamente para las claves de soluciones de diálisis en sus diferentes concentraciones contenidas en las claves 2352, 2354 y 2356 bienes objeto de adquisición de la presente licitación y no así para todos los insumos sin costo incluidos en el Anexo T.4 A ( T. CUATRO. A )	Es correcta su apreciación. Los documentos solicitados en los incisos citados aplican para las claves de soluciones de diálisis en sus diferentes concentraciones.		CPIM / DSI
<b>Anexo T.1 Bolsas para el Servicio de DPCA en pacientes nuevos</b> <b>Requerimiento por Delegación o Umae</b>	BAXTER S.A. DE C.V.	25. - Solicitamos a la convocante de la manera más atenta el poder incluir dentro de este mismo anexo la información correspondiente al número de pacientes NUEVOS considerados por el Instituto para cada Delegación y Umae respectiva incluidas en la presente convocatoria ya sea por año o por el total de periodo de 48 meses	No se acepta su propuesta de incluir en el Anexo T1, el número de pacientes nuevos, toda vez que el motivo de contratación son bolsas de diálisis peritoneal.		CPIM
<b>1.2 MEDIOS EN QUE SE UTILIZARAN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (pág. 13)</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	1. - Solicito amablemente a esta convocante eliminar el tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Chile, el capítulo 15-Bis publicado en el Diario Oficial de la Federación ( <b>DOF</b> ) el 27 de Octubre del 2008; debido a que este tratado no se encuentra vigente para la presente adquisición.	No se entiende su pregunta. Favor de aclarar a qué se refiere con <i>"no se encuentra vigente para la presente adquisición"</i> .		DSI
<b>1.4 INDICACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACION (pág. 13)</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	2. - Debido a que el periodo de contratación inicia en el ejercicio fiscal 2015 y en el segundo párrafo del punto 1.4 hace mención que se tendrá presupuesto a partir del ejercicio fiscal 2016.  Solicitamos de la manera más atenta se nos informe, si se está considerando el recurso para el pago del servicio que corresponde al periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015.	Favor de remitirse a la aclaración número A.1.	Aclaración número A.1.	DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1.5 Idioma en que se deberán presentar las Proposiciones, los Anexos Legales, Administrativos y Técnicos, así como en su caso los Folletos que se acompañen, penúltimo párrafo (PAG. 13)	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	3. - Por tratarse de una licitación de carácter electrónico, solicitamos atentamente a la convocante y nos confirme que bastará con presentar copia simple del documento original en idioma español.	Es correcta su apreciación, bastará con presentar copia simple de los documentos originales en idioma español.		CPIM
2.1 Descripción de los bienes, Unidad, Cantidad y Entrega, tercer párrafo (pág. 14)	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	4. - Es correcto entender que el 3% aplicará de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica.	Es correcto, el 3% de las soluciones correspondientes a cada mes, se entregará de acuerdo a las solicitudes de cada unidad médica.		CPIM
2.1.1.1. Reposición o Cambio, primer párrafo (pág. 15)	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	5. - Con el fin de garantizar el abasto de catéteres tenckhoff y conectores de titanio, solicitamos atentamente a la convocante, que el mecanismo a seguir sea en base a los Formatos FIP-01 recibidos en el mes inmediato anterior.	Es correcta su apreciación, a partir del segundo mes de inicio del contrato el licitante adjudicado deberá entregar en la unidad médica el número de catéteres de tenckhoff y conectores de titanio colocados el mes previo más uno con base en los Formatos FIP-01 recibidos en el mes inmediato anterior.		CPIM
2.1.1.1. Reposición o Cambio, cuarto párrafo (pág. 15)	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	6. - Favor de ratificar que las entregas a las que se refiere dicho párrafo, corresponderán única y exclusivamente a: Soluciones para Diálisis Peritoneal al (1.5%, 2.5% y 4.25%), Sistema de Conexión Múltiple, Cubrebocas y Antiséptico si el sistema lo requiere; lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Anexo T.4.A	El licitante adjudicado deberá entregar los bienes para diálisis descritos en el Anexo T.4.A (T.Cuatro.A) en el domicilio del paciente, con excepción del catéter, conector de titanio, equipo		CPIM



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		(T.cuatro.A)	de línea corta de transferencia, ya que estos últimos son entregados en la unidad médica del paciente		
<b>2.1.1.2. Cancelación del Surtimiento, primer párrafo (pág. 16). Anexo T.5 (T.CINCO) Procedimiento Salida del Paciente, actividad 8 (ocho). Pág. 162</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	7. - Solicitamos atentamente a la convocante, que la suspensión de las entregas de los bienes, sea formalizada, en todos los casos únicamente mediante el formato MPDP-01, debidamente requisitado en sus datos y firmas autorizadas.	No se acepta su solicitud, como lo indica en la actividad número 8 del Anexo T.5.A El informe será vía telefónica al proveedor para que suspenda las entregas y con el formato de Modificación de Prescripción o Datos del Paciente Forma MPDP-01.		CPIM
<b>2.1.2 Capacitación y Asistencia Técnica, para pacientes, familiares o vecinos, 1a viñeta, (pág. 16)</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	8. - Debido a que la presente licitación se refiere a la adquisición de bienes de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, solicitamos atentamente a la convocante confirme que es responsabilidad del área médica y del personal de enfermería del instituto proporcionar la asesoría y/o capacitación del uso de los bienes asociados a este programa, a los pacientes, familiares y/o vecinos. Y es responsabilidad del licitante adjudicado el proveer material didáctico y de capacitación.	No es correcta su apreciación, la capacitación y la asistencia técnica deberá realizarla el licitante adjudicado Para Pacientes, Familiares y Vecinos y Para personal institucional, como se establece en la presente convocatoria.		CPIM
<b>2.1.2 Capacitación y Asistencia Técnica, para personal institucional, 2ª viñeta(pág. 16)</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	9. - Debido a que la presente licitación se refiere a la adquisición de bienes de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, solicitamos atentamente a la convocante, confirme que la responsabilidad del proveedor será la capacitación de los médicos y personal de enfermería, respecto al uso, manejo y falla de los bienes del programa DPCA.	No es correcta su apreciación, la capacitación y la asistencia técnica deberá realizarla el licitante adjudicado Para Pacientes, Familiares y Vecinos y Para personal institucional, como se establece en la presente convocatoria.		CPIM
<b>2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega Penúltimo párrafo. Pág. 20</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	10. - Debido a que el aplicativo solicitado en este punto es de nueva creación por el instituto; solicitamos de la manera más atenta a esta convocante nos permitan tener acceso para realizar las pruebas del reporte Anexo TI 8; así mismo nos proporcionen el software correspondiente.	El aplicativo proporcionado por el Instituto es web y su funcionalidad es exclusivamente para que el proveedor realice la carga de los archivos. El software para la generación del reporte en el		DSDICDS

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			formato solicitado es responsabilidad del proveedor adjudicado. Posterior a la firma del contrato, el proveedor deberá solicitar las pruebas ante el Instituto. Para las pruebas se le proporcionará la liga de aplicativo web y un usuario para el acceso al sistema.		
2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega Penúltimo párrafo. Pág. 20	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	11. - Favor de proporcionarnos la fecha de inicio del aplicativo productivo (software) con la finalidad de enviar el reporte TI 8 después de haber realizado las pruebas correspondientes	Un mes posterior a la emisión del fallo.		DSDICDS
2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega, primer párrafo (pág. 20) y Anexo T.5.1 (T.cinco.uno) pág. 168.	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	12. - En caso de resultar adjudicados, solicitamos atentamente a la convocante, se nos permita seguir utilizando los formatos FIP-01 y MPDP-01 que tenemos las empresas en existencias (anexo copia para validación) y adecuarnos a los formatos FIP-01 y MPDP-01 de la presente convocatoria, en cuanto estos se agoten.	No se acepta su propuesta de utilizar los formatos FIP-01 y MPDP-01 que tienen las empresas en existencias, deberán utilizar los formatos solicitados en la presente convocatoria.		CPIM
2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega, segundo párrafo (pág. 20)	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	13. - Solicitamos de la manera más atenta a la convocante rectifique el siguiente párrafo, de acuerdo a la adquisición de bienes del programada de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y de acuerdo al Anexo T.5 (T.CINCO) Manual de Procedimientos ... ) número de actividad 31.  Dice: "Será responsabilidad del licitante adjudicado garantizar mediante entregas subsecuentes, la suficiencia de insumos para la terapia, de <b>al menos para una semana</b> , debiendo verificar..."  Debe decir: "Será responsabilidad del licitante adjudicado garantizar mediante entregas subsecuentes <b>mensuales</b> , la	Las entregas subsecuentes, deberán realizarse con la periodicidad que garantice la suficiencia de insumos para la terapia, mientras se cumpla con un mínimo y máximo del producto y no generar sobreinventario.		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		<i>suficiencia de insumos para la terapia, debiendo verificar..."</i>			
<b>2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega, penúltimo párrafo (pag. 21) Anexo TI.8 (TI.Ocho) REQUERIMIENTO S DEL REPORTE A GENERAR DEL PROGRAMA DE DPCA POR EL PROVEEDOR, PARA EL REGISTRO DE ENTREGAS</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	15. - Derivado que el proveedor adjudicado, deberá de realizar la interfaz para obtener el reporte solicitado, el desarrollo de aplicaciones de software, y al ser un requerimiento nuevo, sin tener antecedentes, para el programa de DPCA, le solicitamos atentamente a la convocante nos otorgue un plazo mayor a 90 días para el desarrollo e implementación del reporte bajo la estructura Json (JavaScript Object Notation).	No es clara su pregunta, favor de replantearla, ya que la convocatoria no habla de un plazo de 90 días.		DSDICDS
<b>2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega y 2.1.5.2. Condiciones de Entrega y Anexo T.5.1 (T.CINCO.UNO) FIP-01 pág. 168 y Anexo T.5.1 (T.CINCO.UNO) MPDP-01 pág. 170</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	16. - Es correcto entender que de acuerdo a los formatos FIP-01 y MPDP-01 y de acuerdo a los puntos 2.1.5.1. y 2.1.5.2 las entregas se harán solo en los domicilios de los pacientes y NO existirá la posibilidad de realizar la entrega en domicilios alternos (vecino autorizado)	Es correcta su apreciación. Favor de consultar la Aclaración número T.4, de la presente convocatoria.	Aclaración número T.4.	CPIM
<b>2.1.5.2. Condiciones de Entrega, quinto párrafo (pág. 22) Recolección de Bienes.</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	17. - Es práctica común que las unidades hospitalarias se nieguen a recibir el producto de recolección y se nieguen también a asentar por escrito el rechazo de estas entregas ¿Cuál será el procedimiento a seguir, cuando esto suceda? ya que los procedimientos de control de calidad de nuestros almacenes nos impide dar ingreso a este producto en nuestra red.	En el supuesto que se plantea deberá de comunicarse con el administrador del contrato con la finalidad de dar una solución a esta problemática.		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>2.1.8 Garantía de los bienes, primer párrafo. Pág. 24</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	18. - Es correcto entender que se deberá entregar únicamente, para la formalización del contrato, el escrito que garantice que el período de caducidad de los bienes no podrá ser menor de 12 (doce) meses; no obstante lo anterior, el licitante adjudicado podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles.	Es correcta su apreciación. El licitante adjudicado podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.		CPIM
<b>2.1.9. Niveles de Servicio, recuadro 2 (dos) pág. 25</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	19. - Dice:  <i>Concepto:</i> <i>Entrega de stock del 10% de líneas de transferencia de larga duración, a la unidad médica del total de número de pacientes asignados a este programa.</i>  <i>Nivel de Servicio:</i> <i>Mensual a partir del segundo mes de inicio del contrato.</i>  ¿Es correcto entender que la entrega mensual será para reponer el stock inicial del 10% de Líneas Cortas de Transferencia?	No es correcto, el licitante adjudicado mantendrá de manera constante un stock de líneas de transferencia de larga duración equivalente al 10%, del total de número de pacientes que se tengan de acuerdo al mes inmediato anterior.		CPIM
<b>2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega, segundo párrafo (pág. 20) y Anexo T.5 Procedimiento para la adquisición de</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	20. - Solicitamos atentamente a la convocante ajustar el número de actividad 31 del Anexo T.5 Procedimiento..., conforme al numeral 2.1.5.1 Plazo y Lugar de Entrega pág. 20.  Debe decir: "Verificar que el suministro de los bienes de consumo	La actividad 31 del Anexo T.5. y el numeral 2.1.5.1 se refiere a que para la entrega subsecuente que será mensual, en el domicilio del paciente y deberá ser exactamente igual a la diferencia entre la cantidad prescrita por el		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
bienes para la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria... (Pág. 160)		<i>terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes (subsecuentes), se realicen verificando las existencias de los bienes prescritos que se encuentran en los domicilios del paciente, cuantificando su equivalencia en el momento de la entrega y procediendo a hacer el ajuste en la entrega y facturación del producto en el ciclo inmediato siguiente de acuerdo a lo solicitado y solo procederá el cobro por lo suministrado...</i>	médico, menos las cantidades existentes en el domicilio.		
3.3 Presentación y apertura de proposiciones, cuarto y quinto párrafo (pág. 33)	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	<p>23. - Solicitamos de la manera más atenta nos indiquen los mecanismos a seguir en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que se presente una contingencia en CompraNet 5.0 al momento de subir nuestras propuestas.</li> <li>Al realizar la firma electrónica avanzada en los correspondientes archivos de la propuesta técnica – económica y se presente algún problema.</li> <li>En caso de publicar nuestra propuesta y que el sistema CompraNet 5.0 no le permita a la convocante visualizarla.</li> </ul> <p>Se agradecerá se turne este cuestionamiento a funcionarios de CompraNet.</p>	<p>En caso de problemas en la presentación de sus propuestas, firma de las mismas o para mayor información sobre la operación de CompraNet, la Secretaría de la Función Pública ha puesto a su disposición el Centro de Atención Telefónica (CAT) Tel. 2000-4400 lada Nacional (01 55), así como la dirección de correo electrónico <a href="mailto:rupc@funcionpublica.gob.mx">rupc@funcionpublica.gob.mx</a> para proveedores, contratistas y público en general.</p>		DSI
3.3 Presentación y apertura de proposiciones, cuarto y quinto párrafo (pág. 33)	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	<p>24. - Solicitamos a la convocante habilitar el área de Anexos Adicionales de la propuesta técnica y económica (CompraNet 5.0), correspondiente al presente evento licitatorio. Lo anterior debido a que actualmente solo acepta subir archivos electrónicos (pdf, jpg, Word, Zip y Excel) con un máximo de 25 mb, sin embargo por la naturaleza de esta convocatoria y volumen de documentos es indispensable abrir este parámetro para cargar todas las especificaciones técnicas y económicas que sean necesarias, sin limitar el tamaño a 25 MB.</p>	<p>Se acepta su propuesta, se habilitarán las áreas de Anexos Adicionales en el Sistema.</p>		DSI



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>3.3 Presentación y apertura de proposiciones, inciso g) pág. 34</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	25. - Favor de confirmar la siguiente apreciación:  Dice: h) El servidor público que presida el acto y el testigo social, rubricarán las propuestas económicas Anexo A13 (A trece) Propuesta Económica. Debe decir: h) El servidor público que presida el acto y el testigo social, rubricarán las propuestas económicas Anexo A16 (A dieciséis) Propuesta Económica.	Es correcta su apreciación.	Aclaración número ____.	DSI
<b>3.11.3 Área administradora del contrato. Pág. 41</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	26. - Solicitamos atentamente a esta convocante nos informe de qué situaciones será responsable de reportar el Coordinador Delegacional de Informática de cada Delegación y/o UMAE.	Consultar aclaración número T.8.	Aclaración número T.8.	DSDICDS
<b>3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 44 Concepto. Capacitación para el personal de enfermería y médico tratante asignados</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	27. - Dice: "Penalización 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario, sobre el valor de las bolsas de diálisis solicitadas." ¿Es correcto entender que el valor de las "bolsas de diálisis solicitadas" se refiere a la cantidad de bolsas de diálisis solicitadas en un día? En caso contrario, favor de aclarar a qué periodo de tiempo se refiere al "valor de las bolsas de diálisis solicitadas" Lo anterior de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP.	Es correcta su apreciación. Favor de remitirse a la aclaración número A.5.	Aclaración número A.5.	DSI
<b>3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 44 Concepto. Primera entrega para el paciente.</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	28. - Dice: Penalización 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario, sobre el valor total de las bolsas de diálisis solicitadas y no entregadas. ¿Es correcto entender que la penalización se calculará sobre el número de bolsas no entregadas en el día en que se verificó el atraso? Lo anterior de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP.	Es correcta su apreciación.		DSI
<b>3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	29. - Dice: 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia. Favor de aclarar y confirmar que toda vez que en el punto 2.1.1. Sobre el Programa de Diálisis	Es correcta su apreciación. Favor de remitirse a la aclaración número A.6.	Aclaración número A.6.	DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<b>Bienes. Pág. 44</b> <b>Concepto.</b> <b>Entrega de stock del 10% de líneas de transferencia de larga duración, a la unidad médica del total de número de pacientes asignados a este programa.</b> <b>Mensual. El primer día hábil a partir del segundo mes de inicio del contrato.</b>		<p>Peritoneal Continua Ambulatoria establece la obligación del proveedor consistente en que “mantendrá de manera constante un stock de líneas de transferencia de larga duración, equivalente a 10% del total de número de pacientes” no será considerado como incumplimiento la no entrega mensual del stock del 10% de líneas de transferencia, sino que se considerará incumplimiento el no mantener dicho porcentaje de stock.</p> <p>Lo anterior de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP.</p>			
<b>3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 44</b> <b>Concepto.</b> <b>Entrega de stock del 10% de líneas de transferencia de larga duración, a la unidad médica del total de número de pacientes asignados a este programa.</b> <b>Mensual. El primer día hábil a partir del segundo mes de inicio del</b>	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	<p>30. - Dice: Penalización 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia.</p> <p>En virtud de que el artículo 53 de la LAASSP y el artículo 96 de su Reglamento establecen que las penas convencionales deberán cumplir con el principio de proporcionalidad ya que “serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente” mediante un porcentaje de penalización “aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso”</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que en apego a los artículos citados la base sobre la cual aplicará el porcentaje de penalización no será sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia, sino que aplicará el 2.5% diario de penalización sobre los bienes (bolsas de diálisis) que equivalgan al 10% del número de</p>	Es correcta su apreciación. Favor de remitirse a la aclaración número A.6.	Aclaración número A.6.	DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
contrato.		pacientes de la Unidad donde se hubiera verificado el incumplimiento. Lo anterior de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento.			
3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 44 Concepto. Entregar en la Unidad Médica el número de catéteres tenckhoff colocados el mes previo más uno. Mensual. El primer día hábil a partir del segundo mes de inicio del contrato.	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	31. -Dice: 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que los catéteres tenckhoff a que refiere este punto aplican únicamente para pacientes de primer ingreso. Lo anterior de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 46 Fracción IV de su Reglamento.	Es correcto, se refiere a pacientes de nuevo ingreso al programa.		CPIM
3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 44 Concepto. Entregar en la Unidad Médica el número de catéteres tenckhoff colocados el mes previo más uno. Mensual. El primer día hábil a	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	32. - Dice: 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia.  Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare y confirme que el proveedor adjudicado solamente está obligado a la entrega del número de catéteres tenckhoff colocados el mes previo más uno, y para el caso de que sean requeridos mayor número de catéteres serán adquiridos de forma independiente por la Unidad Hospitalaria. Lo anterior de conformidad con el artículo 46 Fracción IV del Reglamento de la LAASSP.	En el caso de que se encuentre en el supuesto en que solicite un mayor número catéteres tenckoff del colocado en mes inmediato anterior deberá referirse con el administrador del contrato y el jefe de servicio con la finalidad de encontrar una solución a dicho supuesto.		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
partir del segundo mes de inicio del contrato.					
<b>3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 44 Concepto. Entregar en la Unidad Médica el número de catéteres tenckhoff colocados el mes previo más uno. Mensual. El primer día hábil a partir del segundo mes de inicio del contrato.</b>	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	<p>33. - Dice: 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia.</p> <p>En virtud de que el artículo 53 de la LAASSP y el artículo 96 de su Reglamento establecen que las penas convencionales deberán cumplir con el principio de proporcionalidad ya que “serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente” mediante un porcentaje de penalización “aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso”</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que en apego a los artículos citados la base sobre la cual aplicará el porcentaje de penalización no será sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia, sino que aplicará el 2.5% diario de penalización sobre los bienes (bolsas de diálisis) que equivalgan al número de pacientes a los cuales se les colocó catéter el mes previo.</p> <p>Lo anterior de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento.</p>	Es correcta su apreciación. Favor de remitirse a la aclaración número A.7.	Aclaración número A.7.	DSI
<b>3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 45 Concepto. Canje-Reposición de bienes por vicios ocultos o</b>	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	<p>34. - Dice: Penalización 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia.</p> <p>En virtud de que el artículo 53 de la LAASSP y el artículo 96 de su Reglamento establecen que las penas convencionales deberán cumplir con el principio de proporcionalidad ya que “serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados</p>	No es correcta su apreciación. La penalización corresponde a la gravedad de la falta.		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
problemas de calidad. En un plazo que no exceda de 7 (siete) días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación por parte del Instituto.		oportunamente” mediante un porcentaje de penalización “aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso”  Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que en apego a los artículos citados la base sobre la cual aplicará el porcentaje de penalización no será sobre la factura del mes en que ocurra la incidencia, sino que aplicará el 2.5% diario de penalización sobre los bienes que no hubieren sido canjeados o repuestos. Lo anterior de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento.			
3.11.6. Penas Convencionales por Atraso en la Entrega de los Bienes. Pág. 45 Concepto. Registro de la información de las entregas realizadas, en la base de datos central del Instituto, conforme al Anexo TI 8 (TI Ocho) Requerimientos del reporte a generar del Programa DPA por el proveedor para el registro de entregas.	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	35. - Dice: Penalización 2.5% diario sobre el valor total de las entregas realizadas, no registradas y no transmitidas en el lapso establecido a la base de datos central del Instituto, sin incluir el IVA. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare que en el caso concreto las penas convencionales a que alude este punto únicamente serán aplicables cuando se demuestre que las entregas no registradas y no transmitidas en el lapso establecido fue por causas imputables al proveedor.	Es correcta su apreciación. Las penas convencionales serán aplicables cuando las causas sean imputables al proveedor.		DSDICDS



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre- inventarios.	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	36. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobreinventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para dos días Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare y confirme que "Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días" que será sancionado siempre y cuando este sobre inventario sea generado por una entrega en exceso de parte del proveedor en relación con la prescripción del médico tratante y que no se considerará sobre inventario cuando éste sea generado por causas imputables al paciente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53bis de la LAASSP y 46 Fracción IV de su Reglamento.	En los sobreinventarios no están consideradas causas imputables al paciente, ya que el proveedor es el que se encarga del surtimiento del producto.		CPIM
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los	LABORATORIOS PiSA S.A DE C.V.	37. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días Toda vez que el punto de la Convocatoria 2.1.1. Sobre el Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria se establece que la entrega de los bienes se hará en el domicilio del paciente conforme a los ajustes realizados por el proveedor de acuerdo a las existencias registradas en el periodo anterior.  Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare: ¿Qué pasará cuando el proveedor no pueda realizar el ajuste correspondiente porque el paciente no permite el acceso a su domicilio y esto genere sobre inventario? ¿Se permite la entrega directamente en la Unidad	En el supuesto que se plantea deberá de comunicarse con el administrador del contrato con la finalidad de dar una solución a esta problemática.		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre-inventarios.		Médica a donde pertenezca el paciente?  Favor de aclarar.			
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre-inventarios.	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	38. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días Toda vez que el punto de la Convocatoria 2.1.1. Sobre el Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria se establece que la entrega de los bienes se hará en el domicilio del paciente conforme a los ajustes realizados por el proveedor de acuerdo a las existencias registradas en el periodo anterior,  Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare: ¿Qué pasará cuando el proveedor no pueda realizar el ajuste correspondiente porque el paciente no se encuentre en su domicilio y esto genere sobre inventario? ¿Se permite la entrega directamente en la Unidad Médica a donde pertenezca el paciente?  Favor de aclarar.	En el supuesto que se plantea deberá de comunicarse con el administrador del contrato y jefe de servicio con la finalidad de dar una solución a esta problemática.		CPIM
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	39. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días Toda vez que el punto de la Convocatoria 2.1.1. Sobre el Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria se establece que la entrega de los bienes se hará en el domicilio del paciente conforme a los ajustes realizados por el proveedor de acuerdo a las existencias en el periodo anterior.	En el supuesto que se plantea deberá de comunicarse con el administrador del contrato con la finalidad de dar una solución a esta problemática.		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre-inventarios.		Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare: ¿Qué pasará cuando el proveedor no pueda realizar el ajuste correspondiente porque el paciente no declare las existencias reales y al proveedor no se le permita verificarla y esto genere sobre inventario? ¿Se permite la entrega directamente en la Unidad Médica a donde pertenezca el paciente?  Favor de aclarar.			
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre-inventarios.	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	40. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días Toda vez que el punto de la Convocatoria 2.1.1. Sobre el Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria se establece que la entrega de los bienes se hará en el domicilio del paciente conforme a los ajustes realizados por el proveedor de acuerdo a las existencias en el periodo anterior,  Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare: ¿Qué pasará cuando el proveedor no pueda realizar el ajuste correspondiente porque el paciente no se dializa conforme a la prescripción del médico y esto genere sobre inventario? ¿Se permite que así se asiente en la constancia correspondiente con firma del paciente?  Favor de aclarar.	En el supuesto de este caso, deberá comunicarse con el administrador del contrato y jefe de servicio de la Unidad Médica, con la finalidad de encontrar una solución a dicho supuesto		CPIM
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	41. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días Toda vez que el punto de la Convocatoria 2.1.1. Sobre el	En el supuesto de este caso, deberá comunicarse con el administrador del contrato, con la finalidad de encontrar una		CPIM

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre-inventarios.		Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria se establece que la entrega de los bienes se hará en el domicilio del paciente conforme a los ajustes realizados por el proveedor de acuerdo a las existencias en el periodo anterior.  Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare: ¿Qué pasará cuando el proveedor no pueda realizar el ajuste correspondiente porque el paciente no permite que el proveedor contabilice las existencias y esto genere sobre inventario? ¿Se permite que así se asiente en la constancia correspondiente con firma del paciente?  Favor de aclarar.	solución a dicho supuesto		
3.11.7. Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial en la entrega de los bienes. Pág. 47 Concepto. Verificar que el suministro de los bienes de consumo terapéutico entregados en los domicilios de los pacientes, se realicen con base en existencias prescritas, sin que se generen sobre-	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	42. - Dice: Niveles de Servicio Se considera sobre inventario cuando sobrepase el número de bolsas requerido para siete días.  Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare cuál será el procedimiento en el cual se asegure el derecho de audiencia y defensa del proveedor previo a la aplicación de alguna deductiva por sobre inventarios.	Previo a la aplicación de deductivas o penas convencionales, se notificará al proveedor.		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
inventarios.					
6.1 Propuesta técnica, segunda viñeta Documentación Legal – Administrativa inciso m. Anexo A8 (A ocho) e inciso n. Anexo A9 (A nueve) pág. 61	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	43. - Es correcto entender que para dar cumplimiento a dichos incisos bastará con adjuntar un escrito manifestando que estos requisitos NO APLICAN a mi representada, lo anterior sin ser motivo de desechamiento.	Es correcto anexar el documento indicando que no aplica para esa empresa. La no presentación de éste no es causal de desechamiento.		DSI
6.1 Propuesta técnica, segunda viñeta Documentación Legal – Administrativa inciso i: Pág. 61	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	44. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5.2.1 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos solicitamos de la manera más atenta se sustituyan los anexos (Anexo A4 (A cuatro) y (Anexo A5 (A cinco) de la presente convocatoria de acuerdo a la publicación del DOF publicada el 28 de diciembre del 2010, los cuales se adjuntan para pronta referencia.	Los anexos A4 y A5 son aplicables de conformidad con la regla 5.2. Con respecto al anexo 1 de dichas reglas favor de revisar la aclaración numero A.8 de la convocante.	Aclaración número A.8.	DSI
6.1 Propuesta técnica, segunda viñeta Documentación Legal – Administrativa inciso i: Pág. 61	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	45. - Es correcto entender que para dar cumplimiento al Anexo A4 y Anexo A5, aplicaran únicamente para las soluciones de diálisis, objeto de la presente licitación.	Es correcta su apreciación.		DSI
6.1 Propuesta técnica, segunda viñeta Documentación Legal – Administrativa	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	46. - Solicitamos que para dar cumplimiento al inciso k se podrá presentar escrito libre o se podrá modificar el anexo A6 transcribiendo lo indicado en el inciso k): Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo A6 (A seis) de la presente	Favor de remitirse a la aclaración número A.9.	Aclaración número A.9.	DSI



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
inciso k. Anexo A6 (A seis) pág. 61		Convocatoria.			
6.1 Propuesta técnica, segunda viñeta Documentación Legal – Administrativa inciso L, Anexo A7 Pág. 61	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	47. - Solicitamos de la manera más atenta modificar el Anexo A7 (A siete) conforme al cuerpo de las bases ya que hace referencia al inciso k) debiendo ser inciso l)	Es correcto. Favor de remitirse a la aclaración número A.10.	Aclaración número A.10.	DSI
Anexo A16 PROPUESTA ECONOMICA (pág. 92)	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	48. - Debido a que el requerimiento NO desglosa la cantidad mínima y máxima por clave y concentración, solicitamos atentamente a la convocante, que se pueda modificar el formato Anexo A16 de la presente convocatoria, convirtiendo en un solo recuadro la cantidad mínima y uno para la cantidad máxima del requerimiento total por los 48 meses.	Es correcto. Los recuadros correspondientes a la cantidad mínima y cantidad máxima del Anexo A16, deben ser uno solo, ya que no se desglosan las cantidades por concentración en el requerimiento.		DSI
Anexo T.1 (T. Uno) Bolsas para pacientes nuevos en DPCA REQUERIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	49. - Solicitamos atentamente a la convocante, el incluir las siguientes unidades médicas, ya que no se encuentran contempladas en el requerimiento Anexo T.1 (T.Uno) Aguascalientes: HGZ # 1 y HGZ # 2  Campeche: HGZMF # 4 Ciudad del Carmen  Veracruz Norte: UMAA # 242 Tejería y HGSMF # 33 San Andrés Tuxtla.	Favor de consultar la aclaración número A.7 de la presente convocatoria	Aclaración A.7	CPIM
Anexo T.5.1 (T.CINCO.UNO) MPDP-01 pág. 170	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	50. - Favor de confirmar que el nombre correcto del Anexo debe decir: <b>Anexo T.5.2 (T.CINCO.DOS) MPDP-01 pág. 170</b>	Favor de consultar la Aclaración número A.5, de la presente convocatoria.	Aclaración número A.5.	CPIM

De conformidad con lo previsto por los artículos 45, penúltimo párrafo y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la convocante clasificó e integró por temas las solicitudes de aclaración presentadas por los licitantes interesados, para efectos de facilitar su respuesta de manera conjunta por corresponder a un mismo punto, numeral, apartado o anexo de la convocatoria.

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
<p>Áreas encargadas de dar respuesta a las solicitudes de aclaración:</p> <p>Administrativas: DSI: División de Servicios Integrales. DIM: División de Investigación de Mercados.</p> <p>Técnico – Informáticas: DSDICDS: División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud.</p> <p>Técnico – Médicas: CPIM: Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.</p>					