



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023**

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **05 de abril de 2023**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente con el objeto de llevar a cabo el Cierre de la Junta de Aclaraciones de la convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo la LAASSP), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el RLAASSP) y en el numeral 3.4 de la convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF), el 20 de agosto de 2015; y los Acuerdos por los que se modifica el Protocolo de Actuación en cita, publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por el Representante del Área Técnica, quien solventará las preguntas de carácter técnico y el Área Contratante las preguntas de carácter administrativo y Legal.

Asimismo, se hace constar que en el acto se encuentra presente el representante del Órgano Interno de Control en el Instituto.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del RLAASSP, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

En atención a lo señalado en el artículo 46, fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que contiene las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, publicada en CompraNet el 29 de marzo de 2023, se informó a los licitantes que se otorgaba un





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

plazo de 48 horas contados a partir de la publicación de la misma para que en su caso, los licitantes formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las 17:35 del día 29 de marzo de 2023 a las 17:35 horas del 31 de marzo de 2023.

Una vez vencido el plazo referido, se verificó que en el sistema CompraNet si existieron preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, observando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) tal como consta en la pantalla del sistema CompraNet que se acompaña a la presente como ANEXO I, de los siguientes licitantes:

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL and SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. Rows include companies like ABSTEN DIAGNOSTIK, B. BRAUN MEDICAL, CASONATO STEELCO SPA, FEHLMEX, GRUPO REINET, INSTRUMENTACION MEDICA, and JOSE SAFAR BOUERI, with a total of 168 requests.

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

A continuación se dio respuesta a las preguntas (repreguntas) realizadas por los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, adjuntándose como ANEXO II, y solicitando a los presentes la dispensa de su lectura dado el volumen de la información.

Las respuestas otorgadas a las preguntas (repreguntas) formuladas por los licitantes forman parte integrante del acta, como si a la letra se insertasen.

No se omite mencionar que derivado del número de caracteres (1,200) permitidos en el sistema CompraNet para la carga de las respuestas a las preguntas de los licitantes, estas también podrán ser consultadas en el apartado ANEXOS de la publicación en el sistema CompraNet.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la fecha para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 12 de abril de 2023, a las 12:00 horas.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, a lo que el representante del Área Técnica manifestó:

La Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, en calidad de área técnica en el presente procedimiento, manifiesta que, con la participación de las unidades médicas requerentes de los equipos médicos licitados, así como las Coordinaciones Normativas de una Unidad de Atención Médica, realizó las precisiones y atendió las solicitudes de las participantes, en esta Junta de Aclaraciones, atendiendo y cumpliendo lo ordenado en el artículo 134 Constitucional, su legislación y normatividad reglamentaria, observando en todo momento los principios de transparencia, honradez, eficiencia y eficacia en el uso del presupuesto público, siempre con el objetivo de atender las necesidades de nuestro Instituto y su derechohabencia.

El resto de los asistentes, manifestaron no tener comentarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del RLAASSP, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las 11:15 horas del día 05 de abril de 2023, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia del mismo.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

Esta acta consta de 4 fojas útiles y 2 anexos.

----- FIN DE TEXTO -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico		
Lic. Israel Clairín Martínez Jefe de Área de Apoyo Normativo Representante del Área Técnica		

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales		



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023**

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

ANEXO I





Procedimiento LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023

Código del expediente

E-2023-00006571

Número de procedimiento de contratación ?

LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023

Estatus del procedimiento de contratación ?

EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento

P-2023-00006137

Nombre del procedimiento de contratación

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

Licitantes que han presentado proposición:

0

Datos Generales

Requerimientos

Solicitudes de aclaración

Proposiciones

Evaluación

Fallo

Datos relevantes del contrato

Bitacora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Suspender junta
/ Modificar
cronograma

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

07/03/2023 10:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet *

06/03/2023 10:00

Fecha y hora de repreguntas *

31/03/2023 17:35

+

Carga masiva



Listado de Preguntas

Q BUSCAR

1 ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

LEGAL -
ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA - PAGINA
7 - Y PAGINA 8 NUMERAL
1.2

ES CORRECTO ENTENDER
QUE DE ACUERDO A LO
QUE INDICA LA
CONVOCANTE EN LA
PAGINA 7, ESTA LICITACION
SE REGISTRARÁ (ENTRE OTROS)
BAJO EL ARTICULO 28,
FRACCION II, DONDE
PODRAN PARTICIPAR
LICITANTES MEXICANOS Y
EXTRANJEROS DE PAÍSES
CON LOS QUE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS TENGA
CELEBRADO UN TRATADO
DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE, EL CUAL
CONTENGA
DISPOSICIONES EN
MATERIA DE COMPRAS
DEL SECTOR PÚBLICO QUE
LO PERMITAN Y SE
REFIERA A BIENES Y
SERVICIOS DE ORIGEN
NACIONAL O DE DICHS
PAÍSES, CONFORME A LAS
REGLAS QUE PARA TALES
EFECTOS FUERON
EMITIDAS POR LA
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA;
ESPECÍFICAMENTE LOS
INDICADOS EN LA PAGINA
8 DE LA CONVOCATORIA
DE LA PRESENTE
LICITACION, ES CORRECTA
NUESTRA APRECIACION?

2 ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

LEGAL -
ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA -
NUMERAL 4.1.1, INCISO B

ES CORRECTO ENTENDER
QUE PARA DAR
CUMPLIMIENTO A ESTE
NUMERAL DEBERÁN
CONSIDERARSE ADEMÁS
DE LOS EQUIPOS, TODOS
LOS ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES INDICADOS
EN LA CEDULA DE
DESCRIPCION DE LOS
ARTICULOS, ES DECIR QUE
LOS MISMOS TAMBIEN
DEBEN CUMPLIR CON LAS
REGLAS DE ORIGEN DE
ACUERDO A LO INDICADO
EN EL FORMATO 2,
FORMATO 2A Y FORMATO
3, ES CORRECTA NUESTRA
APRECIACION?

3 ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

LEGAL -
ADMINISTRATIVA

ANEXO TECNICO - INCISO
E) - NORMAS

ES CORRECTO ENTENDER
QUE PARA DAR
CUMPLIMIENTO A ESTE
NUMERAL DEBERAMOS
PRESENTAR LOS
CERTIFICADOS INDICADOS
EN ESTE NUMERAL PARA
EQUIPOS PROPUESTOS ASI
TAMBIEN PARA TODOS
LOS ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES INDICADOS
EN LA CEDULA DE
DESCRIPCION DE LOS
ARTICULOS, ES CORRECTA
NUESTRA APRECIACION?



4	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TECNICO - INCISO E) - REGISTRO SANITARIO	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL DEBERAMOS CONSIDERAR, ADEMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS TAMBIEN TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INDICADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS, PUDIENDO PRESENTAR PARA ESTE FIN EL REGISTRO SANITARIO O EN SU DEFECTO EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
5	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACION TECNICO- ADMINISTRATIVA, NUMERAL B.1	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL MI REPRESENTADA DEBERA ENTREGAR LA DECLARACION ANUAL 2021, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
6	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES - INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION CONTRAIDA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA DEBEMOS ATENDER ÚNICAMENTE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 3.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO POR CADA PARTIDA ADJUDICADA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?



7

ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 2 - CLAVE SAI
531.385.1031.02.01

AL RESPECTO DE LA PARTIDA MENCIONADA, MI REPRESENTADA HACE LA ACLARACIÓN DE QUE ESTAMOS EN POSIBILIDAD DE OFERTAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON CONEXIÓN INTEGRAL, QUE PERMITE COMPARTIR, CORRELACIONAR Y ENLAZAR AL ESTERILIZADOR CON LA RED DEL HOSPITAL Y CON LA LECTORA DE INDICADORES BIOLÓGICOS NECESARIA PARA EL PROCESO ADECUADO E IMPLEMENTAR UNA TRAZABILIDAD DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN PROCESADOS Y ALMACENARLOS DE FORMA DIGITAL, ASÍ MISMO, DICHO SISTEMA DEBERÁ SIMPLIFICAR LOS REGISTROS Y DAR ACCESO A LA PLATAFORMA DIGITAL PARA VISUALIZAR Y ANALIZAR LOS CICLOS PROCESADOS. LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA ESTE SISTEMA DE TRAZABILIDAD SE DESPLIEGA DE MANERA DIGITAL O ELECTRÓNICA Y CONCUERDA CON LO ESPECIFICADO CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA C.E. Y E. DEL IMSS, PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO, REGISTRO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESTE DEPARTAMENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

8

ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 2 - CLAVE SAI
531.385.1031.02.01

CON REFERENCIA A LA PARTIDA MENCIONADA, SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE ESTAMOS EN POSIBILIDAD DE OFERTAR UN ESTERILIZADOR QUE TIENE INTEGRADO UN SISTEMA OPORTUNO DE DETECCIÓN DE FALLAS EN LA CARGA QUE MINIMIZA EL NÚMERO DE

DE PROBLEMAS DEL SISTEMA Y LA CORRECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA CARGA EVITANDO EL INICIO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y EL DESPERDICIO DEL AGENTE ESTERILIZANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

9

ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 2 - CLAVE SAI
531.385.1031.02.01

CON REFERENCIA A LA PARTIDA MENCIONADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN INCLUIR EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA CONCENTRACIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE COMO PARTE DE LOS PARÁMETROS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN. DICHO PARÁMETRO PROPORCIONA LA CERTEZA DE QUE EL AGENTE ESTERILIZANTE HA SIDO DESPACHADO DENTRO DE LA CÁMARA DEL ESTERILIZADOR DE UNA MANERA EFICIENTE Y CUMPLE CON LO REQUERIDO PARA LOGRAR LA ESTERILIZACIÓN TERMINAL DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PROCESADOS MEJORANDO LA SEGURIDAD PARA EL PACIENTE Y EL PERSONAL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

10

ADVANCED STERILIZATION
S DE RL DE CV

LEGAL -
ADMINISTRATIVA

TERMINOS Y CONDICIONES
- INC C) METODO EVAL -
EVALUACION TEC-ADMVA-
NUMERAL B.1

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE HACER CASO OMISO DE LA PREGUNTA NUM 5 - ENVIADA PREVIAMENTE POR MI REPRESENTADA Y SUSTITUÍRLA CON LA PREGUNTA SIGUIENTE ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL MI REPRESENTADA DEBERA ENTREGAR LA DECLARACION ANUAL 2021, TODA VEZ QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A TRAVES DE SUS REDES SOCIALES HA CONCEDIDO UNA PRORROGA PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL 2022 CON FECHA LIMITE DEL 03 DE ABRIL, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? - PARA TAL

364 registro(s) encontrado(s) << < 1 2 3 4 5 > >>

+

Carga masiva

Listado de Repreguntas

Q BUSCAR

ID ↑↓	Licitante ↑↓	Pregunta de referencia ↑↓	Repregunta ↑↓	Fecha de envío ↑↓	Respuesta	Acciones
1	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	ID 245188 INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV PARTIDA 7 PUNTO 1.13. DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE MANTENER LA CARACTERÍSTICA, NUMERAL 1.13 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) YA QUE UNA PANTALLA DE MENOR TAMAÑO LIMITARÍA EL CAMPO VISUAL Y DE CONTROL PARA EL USUARIO, TAMBIÉN DEMERITANDO LA CARACTERÍSTICA ORIGINAL DE LA CÉDULA	31/03/2023 11:37		Responder
2	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37		Responder
3	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37		Responder
4	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37		Responder
5	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37		Responder
6	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37		Responder

7	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37	Responder
8	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37	Responder
9	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37	Responder
10	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 1	30/03/202 3 13:37	Responder

168 registro(s) encontrado(s) << < 1 2 3 4 5 > >>

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	J.A. ESTERILIZADORES.pdf	29/03/2023 17:09	↓
2	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Anexo No. 3.4 Guía distribución_precision.xlsx	29/03/2023 17:14	↓
3	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Precisiones JA FINAL.docx	29/03/2023 17:16	↓
4	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Propuesta Económica Esterilizadores.xlsx	29/03/2023 17:17	↓
5	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Anexo No. 3.3 Requisitos_precision.xlsx	29/03/2023 17:12	↓
6	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Anexo No. 3.2 Relación Bienes_precision.xlsx	29/03/2023 17:11	↓
7	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO III. EDITABLE - SOLICITUD DE ACLARACIÓN F.xlsx	29/03/2023 17:14	↓
8	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			↑

<< < 1 > >>

+

Otros anexos

A



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

© 2023 | 0.0.0.0

[Aviso de privacidad](#)
[Términos y condiciones](#)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2023

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES

ANEXO II






ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7436	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	ID 245188 INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV PARTIDA 7 PUNTO 113 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE MANTENER LA CARACTERÍSTICA, NUMERAL 113 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) YA QUE UNA PANTALLA DE MENOR TAMAÑO LIMITARÍA EL CAMPO VISUAL Y DE CONTROL PARA EL USUARIO, TAMBIÉN DEMERITANDO LA CARACTERÍSTICA ORIGINAL DE LA CÉDULA	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 113 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO, DE LA PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CÓDIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METRO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 7. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TÉCNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
7457	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7458	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7459	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7460	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7461	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7462	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7463	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7464	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7465	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7466	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7467	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7468	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7469	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7470	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

X J

A



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7471	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:1	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7472	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7473	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7474	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7475	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7476	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7477	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7478	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7479	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7480	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7481	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7482	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7483	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7484	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7485	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7486	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7487	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:7	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7488	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA:8	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.


2





ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7489	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7490	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7491	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7492	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7493	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7494	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7495	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7496	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7497	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7498	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7499	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7500	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7501	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7502	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7503	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: B	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7504	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7505	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7506	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.I. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7507	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7508	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7509	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7510	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7511	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7512	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7513	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7514	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7515	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7516	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7517	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7518	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 9	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7519	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7520	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7521	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7522	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7523	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7524	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7525	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7526	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7527	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7528	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7529	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7530	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7531	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7532	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7533	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7534	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO UNO, DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL ANEXO TECNICO, ANEXO 3.1. PARTIDA: 10	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE NO SE FORMULA PREGUNTA ALGUNA SOBRE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
7561	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	ID 245167 INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV PARTIDA 6 PUNTO 1.13. DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE MANTENER LA CARACTERÍSTICA, NUMERAL 1.13 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) YA QUE UNA PANTALLA DE MENOR TAMAÑO LIMITARÍA EL CAMPO VISUAL Y DE CONTROL PARA EL USUARIO, TAMBIÉN DEMERITANDO LA CARACTERÍSTICA ORIGINAL DE LA CEDULA.	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 1.13 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO, DE LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CODIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 6. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TÉCNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.



ID	LICITANTE	REFERENCIA. A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7571	FEHLMEX SA DE CV	ID 244940 PÁGINA 10 DEL ANEXO III. JOSE SAFAR BOUERI. PARTIDA 4 Y 5 ANEXO 3.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO, PARTIDA 4, COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" SEÑALA NO REQUIERE Y EN LA COLUMNA "SUSTENTO DE NO NECESIDAD COFEPRIS" INDICAN "BO AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE USO EN LABORATORIO DENTAL". EN LA PARTIDA 5 COLUMNA "REGISTRO SANITARIO", SE SEÑALA SI REQUIERE Y EN LA COLUMNA "SUSTENTO DE NO NECESIDAD COFEPRIS" INDICAN: NO APLICA.	PREGUNTA: "...EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ES EL ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE TIENE LA FUNCIÓN DE PUBLICAR EN EL TERRITORIO NACIONAL: LEYES, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CIRCULARES, ÓRDENES Y DEMÁS ACTOS EXPEDIDOS POR LOS PODERES DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE QUE ÉSTOS SEAN OBSERVADOS Y APLICADOS DEBIDAMENTE EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA." SI NO ES SUFICIENTE PRESENTAR EL DOF EN RELACIÓN A EQUIPOS DE LA PARTIDA 4 Y 5 QUE ES EL DOCUMENTO OFICIAL ENCARGADO DE PUBLICAR A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES INSTITUCIONES FEDERALES LO RELACIONADO A LOS ASUNTOS QUE NOS COMPETEN DE COFEPRIS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA NOS PERMITA PRESENTAR EL OFICIO DE INICIO DE TRÁMITE ANTE LA COFEPRIS DE DICHA CARTA Y UNA CARTA BAJO PROTESTA DE QUE NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA CARTA DE NOTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE Y QUE LO EXIME DEL MISMO EN CASO DE SER ADJUDICADOS, ESTO DEBIDO A QUE POR CRUZARSE LA SEMANA SANTA Y EL CIERRE DE LAS OFICINAS DE COFERIS UNOS DÍAS, NO SERÍA POSIBLE CONTAR CON DICHO DOCUMENTO EN LOS TIEMPOS QUE MARCA EL EVENTO PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LAS PARTIDAS 4 Y 5 QUE LAS LICITANTES INTEGREN A SU PROPUESTA TÉCNICA, EL DOCUMENTO DE INICIO DE TRÁMITE ANTE LA COFEPRIS ACORDE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, REFERENTE A LA NOTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN CUANTO LE SEA OTORGADO; SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y SE REITERA QUE LOS BIENES A OFERTAR DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7572	FEHLMEX SA DE CV	ID 244647 ABSTEN DIAGNOSTIK PÁGINA 3 DEL ANEXO III. PUNTO 11 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁL SERÍA LA "CAPACIDAD ÚTIL" MÍNIMA REQUERIDA PARA UN EQUIPO DE 23 A 25 LITROS COMO SE SOLICITA EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 5? FAVOR DE INDICAR.	ACORDE A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK, CON ID: 244647 SE ACEPTARÁ PARA COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 11 DE LA PARTIDA 5 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA" DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, UNA CAPACIDAD ÚTIL MÍNIMA DE 22 LITROS CON CAPACIDAD DE CARGA DE INSTRUMENTOS DE HASTA 5 KG, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7573	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	PREGUNTA ID 245167 INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV PARTIDA 6 PUNTO 113. DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE LA CARACTERÍSTICA, NUMERAL 113 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) YA QUE UNA PANTALLA DE MENOR TAMAÑO LIMITARÍA EL CAMPO VISUAL Y DE CONTROL PARA EL USUARIO, TAMBIÉN DEMERITANDO LA CARACTERÍSTICA ORIGINAL DE LA CEDULA, PERMITIENDO SE OFERTEN BIENES DE CALIDAD INFERIOR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 113 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO, DE LA PARTIDA 6, LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CODIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 6. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITEN MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TÉCNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7574	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	PREGUNTA ID 245168 INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV PARTIDA 7 PUNTO 113. DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE LA CARACTERÍSTICA, NUMERAL 113 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) YA QUE UNA PANTALLA DE MENOR TAMAÑO LIMITARÍA EL CAMPO VISUAL Y DE CONTROL PARA EL USUARIO, TAMBIÉN DEMERITANDO LA CARACTERÍSTICA ORIGINAL DE LA CEDULA, PERMITIENDO SE OFERTEN BIENES DE CALIDAD INFERIOR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 113 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO, DE LA PARTIDA 7, LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CODIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 7. NO SE OMITEN MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7575	FEHLMEX SA DE CV	ID 245396. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE 6.PÁGINA 44 DEL ANEXO III. PARTIDA 12 PUNTO 1.13 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE PARA LA PREGUNTA 245396 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA. LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 1.13 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO, DE LA PARTIDA 12 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO PARA FORMULAS LACTEAS, (CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA: PANTALLA DE 5 PULGADAS COMO MÍNIMO, SIEMPRE QUE LA PANTALLA OFERTADA SEA A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 12. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TECNICA Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7576	FEHLMEX SA DE CV	ID 244665 ABSTEN DIAGNOSTIK 9. PÁGINA 7 DEL ANEXO III. PARTIDA 9 PUNTO 1.13 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ABSTEN DIAGNOSTIK PARA LA PREGUNTA 244665 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA, LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 1.13 DE LA PARTIDA 9, ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA TÁCTIL COMPACTA QUE FUNCIONA CON UN MENU INTUITIVO QUE GUÍA AL OPERADOR A TRAVES DE DIFERENTES PANTALLAS, MONTADA EN EL PANEL FRONTAL DEL ESTERILIZADOR, Y QUE POSEE UN DISPLAY GRÁFICO TFT EN COLOR DE 6 PULGADAS E ILUMINACIÓN DE FONDO, SSIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 9. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TECNICA Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7577	FEHLMEX SA DE CV	ID 245224 INSTRUMENTACIÓN MÉDICA. 1.PÁGINA 26 DEL ANEXO III.PARTIDA 9 PUNTO 1.13 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA PARA LA PREGUNTA 245224 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA, LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 1.13 DE LA PARTIDA 9, ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CODIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 9. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TECNICA Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7578	FEHLMEX SA DE CV	ID 245394 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASES. II.PÁGINA 43 DEL ANEXO IIIPARTIDA II. PUNTO 1.13 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASES PARA LA PREGUNTA 245394 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 1.2.1.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ESTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA, LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 113 DE LA PARTIDA II. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO PARA FÓRMULAS LÁCTEAS (CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA DE 5 PULGADAS COMO MÍNIMO, SIEMPRE QUE LA PANTALLA OFERTADA SEA A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA II. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7579	FEHLMEX SA DE CV	ID 244647 ABSTEN DIAGNOSTIK. 3.PÁGINA 3 DEL ANEXO III. PARTIDA 5 PUNTO 1.1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁL SERIA LA "CAPACIDAD ÚTIL" MÍNIMA REQUERIDA PARA UN EQUIPO DE 23 A 25 LITROS COMO SE SOLICITA EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 5? FAVOR DE INDICAR. 4.PÁGINA 34 DEL ANEXO III. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE PREGUNTA 245288. INSTRUMENTACIÓN MÉDICA PREGUNTA 245141, PÁGINA 12 PARTIDA 1 PUNTO 1.13 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	ACORDE A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK, CON ID: 244647 SE ACEPTARÁ OFERTAR PARA EVALUACION, RESPECTO AL NUMERAL 11 DE LA PARTIDA 5 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA" DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, UNA CAPACIDAD ÚTIL MÍNIMA DE 22 LITROS CON CAPACIDAD DE CARGA DE INSTRUMENTOS DE HASTA 5 KG, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACION A SU SOLVENCIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. RESPECTO A LAS PREGUNTAS 245141 Y 245288 NO SE IDENTIFICA SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR ATENDER.
7580	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245113 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) ... EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO", POR LO QUE SI PODRÁ REFERENCIAR EL NUMERAL 12 PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (INTERMEDIO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 750 A 850 LITROS). NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7581	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245135 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR EN ESTE PUNTO QUE EL ESTERILIZADOR CUENTA CON UN CPU, EN EL ENTENDIDO DE QUE UN CPU CONTIENE UN MICROPROCESADOR, PERMITIENDO ASI, LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA REFERENCIE EL NUMERAL 15 ESTERILIZADOR CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O PLC, DE LA PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (INTERMEDIO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 750 A 850 LITROS) "QUE CUENTA CON CPU" SIEMPRE QUE ENTREGUE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE QUE PERMITA REALIZAR LA EVALUACION TÉCNICA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7582	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245137 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO. EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN ESTÁ REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, COMO SE PUEDE LEER, SE TRATA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS LIQUIDOS AL DESAGÜE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE UN SISTEMA DE CONDENSACION PERMITE EL PASO DEL AGUA DE ESTADO GASEOSO A LIQUIDO, SIN EMBARGO LA DESCRIPCION MENCIONADA "SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA" NO SEÑALA EN NINGUN MOMENTO QUE DICHA AGUA DISMINUYA SU TEMPERATURA YA QUE LA DESCRIPCION SEÑALADA POR SU REPRESENTADA DIVIDE LA IDEA EN DOS ORACIONES, EN LA PRIMERA HABLA DE LA CONDENSACION DEL AGUA Y EN LA SEGUNDA SE HACE REFERENCIA A UN FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION QUE ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, CON LO CUAL NO ES PRECISO Y CLARO COMO ES QUE DICHA CARACTERISTICA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 19 DE LA PARTIDA 1, YA QUE NO SE MENCIONA SI LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE VA AL DESAGUE DISMINUYE Y A QUE TEMPERATURA SE DESECHA EL AGUA.
7586	FEHLMEX SA DE CV	ID 244647. ABSTEN DIAGNOSTIK. PÁGINA 3 DEL ANEXO III. PARTIDA 5. PUNTO 11. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ABSTEN DIAGNOSTIK PARA LA PREGUNTA 244647 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN LA CAPACIDAD ÚTIL DEL EQUIPO DE 23 A 25 LITROS, Y NO DE 22 LITROS COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ESTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA, LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE ACLARAR.	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 11 DE LA PARTIDA 5 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA", ACORDE A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK, CON ID: 244647 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, UNA CAPACIDAD ÚTIL MÍNIMA DE 22 LITROS CON CAPACIDAD DE CARGA DE INSTRUMENTOS DE HASTA 5 KG, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7587	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 244648	PARTIDA 5, PUNTO 11S. DE LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA ALFANUMÉRICA EXTERNA LA CUAL SE PUEDE COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR O LATERAL DEL EQUIPO SIN QUE ESTA ESTORBE EL USO O FUNCIONAMIENTO DESTINADO DEL EQUIPO, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE PARA EL ESTERILIZADOR DE LA PARTIDA 5 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA, OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTE CON IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7588	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 244650	PARTIDA 6, PUNTO 12. DE LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FRONTAL CONSTRUIDO EN ACERO REVISTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO, EL CUAL EVITA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD, EVITA REFLEJOS Y ES DE FÁCIL LIMPIEZA, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE PARA EL NUMERAL 12 ES QUE EL EQUIPO TENGA PANEL FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ESTO EN VIRTUD DE QUE, EL ACERO INOXIDABLE FORMA ESPONTANEAMENTE UNA SUPERFICIE QUÍMICAMENTE INACTIVA CUANDO SE EXPONE AL AIRE O A OTROS ENTORNOS QUE CONTIENEN OXIGENO, ESTO PROTEGE LAS DIFERENTES ALEACIONES METÁLICAS DE LA CORROSIÓN, MIENTRAS QUE EL PANEL EN ACERO REVISTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO TIENE UNA DURACION CORTA Y MENOS RESISTENTE Y CON EL TIEMPO PUEDE IR DISMINUYENDO SU RESISTENCIA A DIFERENCIA DEL ACERO INOXIDABLE. NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7589	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 244654	PARTIDA 7, PUNTO 12. DE LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FRONTAL CONSTRUIDO EN ACERO REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO, EL CUAL EVITA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD, EVITA REFLEJOS Y ES DE FÁCIL LIMPIEZA, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE PARA EL NUMERAL 12 ES QUE EL EQUIPO TENGA PANEL FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ESTO EN VIRTUD DE QUE EL ACERO INOXIDABLE FORMA ESPONTANEAMENTE UNA SUPERFICIE QUÍMICAMENTE INACTIVA CUANDO SE EXPONE AL AIRE O A OTROS ENTORNOS QUE CONTIENEN OXÍGENO, ESTO PROTEGE LAS DIFERENTES ALEACIONES METÁLICAS DE LA CORROSIÓN, MIENTRAS QUE EL PANEL EN ACERO REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO TIENE UNA DURACIÓN CORTA Y MENOS RESISTENTE Y CON EL TIEMPO PUEDE IR DISMINUYENDO SU RESISTENCIA A DIFERENCIA DEL ACERO INOXIDABLE. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7590	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 244658	PARTIDA 8, PUNTO 12. DE LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FRONTAL CONSTRUIDO EN ACERO REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO, EL CUAL EVITA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD, EVITA REFLEJOS Y ES DE FÁCIL LIMPIEZA, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE PARA EL NUMERAL 12 ES QUE EL EQUIPO TENGA PANEL FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 8 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ESTO EN VIRTUD DE QUE EL ACERO INOXIDABLE FORMA ESPONTANEAMENTE UNA SUPERFICIE QUÍMICAMENTE INACTIVA CUANDO SE EXPONE AL AIRE O A OTROS ENTORNOS QUE CONTIENEN OXÍGENO, ESTO PROTEGE LAS DIFERENTES ALEACIONES METÁLICAS DE LA CORROSIÓN, MIENTRAS QUE EL PANEL EN ACERO REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO TIENE UNA DURACIÓN CORTA Y MENOS RESISTENTE Y CON EL TIEMPO PUEDE IR DISMINUYENDO SU RESISTENCIA A DIFERENCIA DEL ACERO INOXIDABLE. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7591	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 244662	PARTIDA 9, PUNTO 12. DE LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FRONTAL CONSTRUIDO EN ACERO REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO, EL CUAL EVITA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD, EVITA REFLEJOS Y ES DE FÁCIL LIMPIEZA, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE PARA EL NUMERAL 12 ES QUE EL EQUIPO TENGA PANEL FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 9 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ESTO EN VIRTUD DE QUE EL ACERO INOXIDABLE FORMA ESPONTANEAMENTE UNA SUPERFICIE QUÍMICAMENTE INACTIVA CUANDO SE EXPONE AL AIRE O A OTROS ENTORNOS QUE CONTIENEN OXÍGENO, ESTO PROTEGE LAS DIFERENTES ALEACIONES METÁLICAS DE LA CORROSIÓN, MIENTRAS QUE EL PANEL EN ACERO REVESTIDO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA AL HORNO TIENE UNA DURACIÓN CORTA Y MENOS RESISTENTE Y CON EL TIEMPO PUEDE IR DISMINUYENDO SU RESISTENCIA A DIFERENCIA DEL ACERO INOXIDABLE. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7592	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 244666	PARTIDA 13, PUNTO 13. DE LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CÁMARA CILÍNDRICA CON UN VOLUMEN DE 108 LITROS, ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS YA QUE NO AFECTA EL USO Y FIN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA 13 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, (PARA UMF CON CAPACIDAD ÚTIL DE 90 A 110 LITROS) PARA EL NUMERAL 13 CÁMARA RECTANGULAR, CHAQUETA Y PUERTA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L, OBEDECE A QUE ESE TIPO DE CÁMARA OFRECE UN MAYOR ESPACIO DERIVADO DE SU FORMA. SIN EMBARGO, ACORDE A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL 11 EN DONDE SE SOLICITA ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 90 A 110 LITROS, SU REPRESENTADA PODRÁ OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD ÚTIL DE 108 LITROS, TODA VEZ QUE ENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO DE 90 A 110 LITROS DE CAPACIDAD ÚTIL SIEMPRE QUE COMPROBE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE CONFORME SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE EL BIEN TIENE UNA CAPACIDAD ÚTIL DE 108 LITROS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7593	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 245193	PARTIDA 7, PUNTO 3.2.2. DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL TEMA DE LOS CONSUMIBLES EN LOS 3 PUNTOS DE BOLSAS DE PAPEL GRADO MÉDICO UNA TOLERANCIA DEL +20%. ESTO PARA EL PUNTO 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3. ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LAS BOLSAS PARA LOS 3 PUNTOS QUE CORRESPONDERIAN AL 20% QUE PRETENDE OFERTAR PARA LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3 DE LA PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), POR LO QUE PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA DICHA CARACTERÍSTICA DEBERA ESPECIFICAR LAS MEDIDAS O TAMAÑOS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7594	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 245211	PARTIDA 8, PUNTO 3.2.2. DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL TEMA DE LOS CONSUMIBLES EN LOS 3 PUNTOS DE BOLSAS DE PAPEL GRADO MÉDICO UNA TOLERANCIA DEL +20%. ESTO PARA EL PUNTO 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3, ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LAS BOLSAS PARA LOS 3 PUNTOS QUE CORRESPONDERIAN AL 20% QUE PRETENDE OFERTAR PARA LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3 DE LA PARTIDA 8 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS), POR LO QUE PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA DICHA CARACTERÍSTICA DEBERA ESPECIFICAR LAS MEDIDAS O TAMAÑOS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7595	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 245229	PARTIDA 9, PUNTO 3.2.2. DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL TEMA DE LOS CONSUMIBLES EN LOS 3 PUNTOS DE BOLSAS DE PAPEL GRADO MÉDICO UNA TOLERANCIA DEL +20%. ESTO PARA EL PUNTO 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3. ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LAS BOLSAS PARA LOS 3 PUNTOS QUE CORRESPONDERIAN AL 20% QUE PRETENDE OFERTAR PARA LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3 DE LA PARTIDA 9 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR), POR LO QUE PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA DICHA CARACTERÍSTICA DEBERA ESPECIFICAR LAS MEDIDAS O TAMAÑOS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7596	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID 245248	PARTIDA 10, PUNTO 3.2.2. DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL TEMA DE LOS CONSUMIBLES EN LOS 3 PUNTOS DE BOLSAS DE PAPEL GRADO MÉDICO UNA TOLERANCIA DEL +20%. ESTO PARA EL PUNTO 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3. ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LAS BOLSAS PARA LOS 3 PUNTOS QUE CORRESPONDERIAN AL 20% QUE PRETENDE OFERTAR PARA LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2 Y 3.2.3 DE LA PARTIDA 10, POR LO QUE PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA DICHA CARACTERÍSTICA DEBERA ESPECIFICAR LAS MEDIDAS O TAMAÑOS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7597	FEHLMEX SA DE CV	ID 245288 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE 4 PÁGINA 34 DEL ANEXO III. ID. 245141 INSTRUMENTACIÓN MÉDICA PREGUNTA 245141, PÁGINA 12, PARTIDA 1 PUNTO 113 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LAS EMPRESAS ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE PARA LA PREGUNTA 245288 Y INSTRUMENTACIÓN MÉDICA PREGUNTA 245141 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA. LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 113 DE LA PARTIDA 1, ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (INTERMEDIO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 750 A 850 LITROS) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CÓDIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS Y PANTALLA DE 5 PULGADAS COMO MÍNIMO, SIEMPRE QUE LA PANTALLA OFERTADA SEA A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN, ACORDE A LAS RESPUESTAS NUMERO 245141 Y 245288 DE LAS EMPRESAS: INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV Y ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV RESPECTIVAMENTE; SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 1. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TECNICA Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
7598	FEHLMEX SA DE CV	ID 245377 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE. 5 PÁGINA 42 DEL ANEXO III. ID. 245243. PÁGINA 29. PARTIDA 10 PUNTO 113. PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LAS EMPRESAS ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE PARA LA PREGUNTA 245377 E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA PREGUNTA 245243 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA. LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 113 DE LA PARTIDA 10, ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS) CON DOS PUERTAS ANTERIOR Y POSTERIOR) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CÓDIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS Y PANTALLA DE 5 PULGADAS COMO MÍNIMO, SIEMPRE QUE LA PANTALLA OFERTADA SEA A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN, ACORDE A LAS RESPUESTAS NUMERO 245243 Y 245377 DE LAS EMPRESAS: INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV Y ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV RESPECTIVAMENTE; SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 1. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
7599	FEHLMEX SA DE CV	ID 244670 ABSTEN DIAGNOSTIK. PÁGINA B DEL ANEXO III. PARTIDA 13 PUNTO 113 PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LAS EMPRESAS ABSTEN DIAGNOSTIK PARA LA PREGUNTA 244670 E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA PREGUNTA 245261 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA. LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 113 DE LA PARTIDA 13, ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, (PARA UMF CON CAPACIDAD ÚTIL DE 90 A 110 LITROS) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA TÁCTIL COMPACTA QUE FUNCIONA CON UN MENU INTUITIVO QUE GUIA AL OPERADOR A TRAVES DE DIFERENTES PANTALLAS, MONTADA EN EL PANEL FRONTAL DEL ESTERILIZADOR, Y QUE POSEE UN DISPLAY GRÁFICO TFT EN COLOR DE 5.7 PULGADAS E ILUMINACIÓN DE FONDO Y PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CÓDIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS, ACORDE A LAS RESPUESTAS NUMERO 144670 Y 245261 DE LAS EMPRESAS: ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV E INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV RESPECTIVAMENTE; SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 1. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TECNICA Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7600	FEHLMEX SA DE CV	ID 244661 ABSTEN DIAGNOSTIK. B. PAGINA 6 DEL ANEXO III. PARTIDA B PUNTO 113. PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ABSTEN DIAGNOSTIK PARA LA PREGUNTA 244661 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA. LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR.	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 1.13 DE LA PARTIDA B ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1,050 LITROS) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA TÁCTIL COMPACTA QUE FUNCIONA CON UN MENU INTUITIVO QUE GUIA AL OPERADOR A TRAVÉS DE DIFERENTES PANTALLAS, MONTADA EN EL PANEL FRONTAL DEL ESTERILIZADOR, Y QUE POSEE UN DISPLAY GRÁFICO TFT EN COLOR DE 6 PULGADAS E ILUMINACIÓN DE FONDO. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 11. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TÉCNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7601	FEHLMEX SA DE CV	ID 245206 ABSTEN DIAGNOSTIK. 10. PAGINA 23 DEL ANEXO III. PARTIDA B PUNTO 113. PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ABSTEN DIAGNOSTIK PARA LA PREGUNTA 245206 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN PANTALLA COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.11 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. "... LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO. SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SEMEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA, LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE INDICAR.	SE PRECISA AL LICITANTE QUE LA PREGUNTA 245206 LA FORMULÓ LA EMPRESA INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV NO LA EMPRESA ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV. SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 113 DE LA PARTIDA B ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1,050 LITROS) LA CARACTERÍSTICA: PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 5.7 PULGADAS QUE EMITE FRASES COMPLETAS, NO CODIGOS, Y CARACTERES GRANDES QUE PERMITEN LEER EL ESTADO DEL CICLO DESDE UNA DISTANCIA DE HASTA 4.5 METROS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERA QUE DICHO TAMAÑO NO AFECTA LA SOLVENCIA DEL EQUIPO DE LA PARTIDA B. LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR, INCLUIDA LA RELATIVA A AL NUMERAL EN REFERENCIA, ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SU SOLVENCIA TÉCNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7602	FEHLMEX SA DE CV	ID 244940 JOSÉ SAFAR BOUJER. 1. PAGINA 10 DEL ANEXO III. PARTIDA 4 Y 5 ANEXO 3.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO, PARTIDA 4. COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" SEÑALA NO REQUIERE Y EN LA COLUMNA "SUSTENTO DE NO NECESIDAD COFEPRIS" INDICAN "180 AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE USO EN LABORATORIO DENTAL".	EN LA PARTIDA 5 COLUMNA "REGISTRO SANITARIO", SE SEÑALA SI REQUIERE Y EN LA COLUMNA "SUSTENTO DE NO NECESIDAD COFEPRIS" INDICAN: NO APLICA. PREGUNTA: "... EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ES EL ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE TIENE LA FUNCIÓN DE PUBLICAR EN EL TERRITORIO NACIONAL: LEYES, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CIRCULARES, ÓRDENES Y DEMÁS ACTOS EXPEDIDOS POR LOS PODERES DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE QUE ÉSTOS SEAN OBSERVADOS Y APLICADOS DEBIDAMENTE EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA." SI NO ES SUFICIENTE PRESENTAR EL DOF EN RELACIÓN A EQUIPOS DE LA PARTIDA 4 Y 5 QUE ES EL DOCUMENTO OFICIAL ENCARGADO DE PUBLICAR A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES INSTITUCIONES FEDERALES LO RELACIONADO A LOS ASUNTOS QUE NOS COMPETEN DE COFEPRIS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA NOS PERMITA PRESENTAR EL OFICIO DE INICIO DE TRÁMITE ANTE LA COFEPRIS DE DICHA CARTA Y UNA CARTA BAJO PROTESTA DE QUE NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA CARTA DE NOTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARCO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE Y QUE LO EXIME DEL MISMO EN CASO DE SER ADJUDICADOS, ESTO DEBIDO A QUE POR CRUZARSE LA SEMANA SANTA Y EL CIERRE DE LAS OFICINAS DE COFERIS UNOS DÍAS, NO SERÍA POSIBLE CONTAR CON DICHO DOCUMENTO EN LOS TIEMPOS QUE MARCA EL EVENTO PARA LA ENTREGA DE PROPUUESTAS. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LAS PARTIDAS 4 Y 5 LAS LICITANTES INTEGREN A SU PROPUUESTA TÉCNICA, EL DOCUMENTO DE INICIO DE TRÁMITE ANTE LA COFEPRIS ACORDE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, REFERENTE A LA NOTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIME DEL MISMO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN CUANTO LE SEA OTORGADO: SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y SE REITERA QUE LOS BIENES A OFERTAR DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7603	FEHLMEX SA DE CV	ID 244647 ABSTEN DIAGNOSTIK. 2 PAGINA 3 DEL ANEXO III. PARTIDA 5 PUNTO 1J ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE MODIFIQUE SU RESPUESTA EMITIDA A LA EMPRESA ABSTEN DIAGNOSTIK PARA LA PREGUNTA 244647 DE PERMITIRLE OFERTAR UN EQUIPO POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PUBLICADAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO, QUE ENUNCIAN LA CAPACIDAD ÚTIL DEL EQUIPO DE 23 A 25 LITROS, Y NO DE 22 LITROS COMO LO ACEPTA LA CONVOCANTE. 12.1.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: "...LAS ESPECIFICACIONES DEBEN ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN QUE SERÁ ADQUIRIDO: SI UN REQUERIMIENTO ESENCIAL ES DEJADO FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN, EL FALLO PUEDE RECAER EN FAVOR DE UN BIEN QUE NO SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR. SITUACIONES COMO ÉSTA CONCLUYEN CON LA INSATISFACCIÓN DE TODOS Y PUEDEN CONSTITUIR UN DESPERDICIO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES. SI SE MEJANTE OMISIÓN ES DESCUBIERTA OPORTUNAMENTE, LA LICITACIÓN PUEDE SER CANCELADA, LAS ESPECIFICACIONES CORREGIDAS Y REALIZARSE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN." FAVOR DE ACLARAR.	SE RATIFICA A LOS LICITANTES QUE SI SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN, RESPECTO AL NUMERAL 11 DE LA PARTIDA 5 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA", ACORDE A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK, CON ID: 244647 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, UNA CAPACIDAD ÚTIL MÍNIMA DE 22 LITROS CON CAPACIDAD DE CARGA DE INSTRUMENTOS DE HASTA 5 KG, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7611	JOSE SAFAR BOJERI	PÁGINA 7 DE 10 PRECISIÓN 6. ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. "...D)...2 COPIA SIMPLE DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD O ISO-13485:2016. DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CUALQUIERA DE LOS CERTIFICADOS ANTES MENCIONADOS...	LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SON UTILIZADOS PARA ASEGURAR LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES, EL ISO 9001 AYUDA A GESTIONAR Y CONTROLAR DE MANERA CONTINUA LA CALIDAD EN TODOS LOS PROCESOS, ASÍ COMO EL ESTÁNDAR DE REFERENCIA, DESCRIBE CÓMO ALCANZAR UN DESEMPEÑO Y UN SERVICIO CONSISTENTE Y EFICAZ. POR SU PARTE EL ISO 13485 ESTÁ PENSADO Y CONCEBIDO PARA SU USO EN ORGANIZACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, SERVICIOS Y VENTAS DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE ACUERDO AL ALCANCE SE ENUNCIA EN DICHO CERTIFICADOS LOS PRODUCTOS, MARCA, EMPRESA Y DOMICILIO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE QUE DICHO CERTIFICADO NO SEÑALAN LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL BIEN PRINCIPAL, POR LO QUE NO ES POSIBLE QUE LOS ACCESORIOS ESTEN ENUNCIADOS EN EL MISMO TODA VEZ QUE SE EMITEN A NOMBRE DEL FABRICANTE, SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA MANIFESTACIÓN DE LA PARTICIPANTE, RELATIVA AL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN, ENTRE ELLOS, LOS DE FABRICACIÓN (SI ASI SE ACREDITARA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN), CORRESPONDE A LA EMPRESA CERTIFICADA Y SUS PROCESOS EVALUADOS, POR LO QUE LAS CERTIFICACIONES DE GESTIÓN DE CALIDAD NO SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA EL O LOS COMPONENTES Y/O ACCESORIOS QUE SON PARTE DE BIEN PRINCIPAL, ESTOS ESTAN AVALADOS POR EL MISMO CERTIFICADO SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA MISMA MARCA Y EMPRESA FABRICANTE DEL BIEN PRINCIPAL, VA QUE LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES Y LOS PROCESOS DE CALIDAD ASOCIADOS A ESTA, APLICAN A LA FABRICACIÓN DE TODOS LOS TIPOS DE BIENES QUE AMPARE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES SIEMPRE QUE SEAN DE LA MISMA MARCA/FABRICANTE. POR LO QUE SE DEBE ENTENDER QUE SI ALGUN BIEN A OFERTAR INCLUYE ACCESORIOS Y/O COMPONENTES QUE NO SEAN DE LA MISMA MARCA/FABRICANTE DEL BIEN PRINCIPAL LOS LICITANTES DEBERAN DE PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SEAN APLICABLES INCLUYENDO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD [CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA FABRICANTE] CORRESPONDIENTES DE TODOS AQUELLOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES QUE SE OFERTEN CON EL BIEN PRINCIPAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
7612	JOSE SAFAR BOJERI	ID. 244580 PÁGINA 1 "SE REITERA A LOS LICITANTES QUE ACORDE AL ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR...	DENTRO DE LOS EQUIPOS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE ASÍ COMO DE LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES QUE FORMAN PARTE DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, (ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA, ACCESORIO: CHAROLA PERFORADA, CONSUMIBLES: PAPEL TÉRMICO, CINTA TESTIGO, BOLSAS PARA ESTERILIZAR Y AGUA BIDESTILADA SON PRODUCTOS DE BAJO RIESGO QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SUS MODIFICACIONES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE PRESENTAR EL ACUERDO ANTES CITADO SEÑALANDO ESPECÍFICAMENTE LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PRESENTANDO CONJUNTAMENTE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA CORROBORAR QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SE ACEPTA?	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SE ESTABLECE QUE: PARA LOS CASOS DE AQUELLOS QUE BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NÚ. 33 "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO", EN LOS QUE EL PROVEEDOR ADVIERTA QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERA PRESENTAR LA NOTIFICACION OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE EXIMA AL BIEN DE QUE SE TRATE, PERMITIENDO IDENTIFICAR QUE EL MISMO CORRESPONDE A LA DENOMINACIÓN GÉNERICA ESTABLECIDA EN DICHO LISTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SUS MODIFICACIONES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN TANTO QUE LAS DENOMINACIONES RELACIONADAS, CORRESPONDEN A TÉRMINOS GNERICOS Y EN LA MAYORIA DE LOS CASOS NO IDENTIFICAN ELEMENTOS O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE VINCLLEN CON REFERENCIAS TÉCNICAS LOS BIENES ESPECÍFICOS A QUE CORRESPONDEN, EJEMPLO DE ELLO EL LISTADO REFERIDO SEÑALA EN SU NÚMERMAL "14 ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EQUIPOS" EL CUAL NO ESPECIFICA CUALES SON LOS ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EQUIPOS QUE AVALA DICHO SUSTENTO POR LO QUE LA CONVOCANTE ESTA OBLIGADA A SOLICITAR EL PRONUNCIAMIENTO EXPRESO RESPECTO AL BIEN O BIENES DE QUE SE TRATE, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO, O EN SU DEFECTO, EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LAS PARTIDAS 4 Y 5 LAS LICITANTES PODRÁN INTEGREN A SU PROPUESTA TÉCNICA, EL DOCUMENTO DE INICIO DE TRÁMITE ANTE LA COFEPRIS ACORDE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, REFERENTE A LA NOTIFICACION OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN CUANTO LE SEA OTORGADO, ACORDE A LAS PREGUNTAS NUMERO: 7571 Y 7602 DE LA EMPRESA FEHLMEX SA DE CV.

ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7613	JOSE SAFAR BOUERI	ID. 244940 PAGINA 10 "NO ES CORRECTO LO MANIFESTADO POR LA PARTICIPANTE, SE REITERA A LOS LICITANTES QUE, PARA LA PARTIDA 5, ACORDE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES LO REQUERIDO EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR ES QUE, PARA LOS CASOS DE AQUELLOS BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE)...	DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LA CEDULA 531.385.1080.02.01 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL Y DE LA CEDULA 531.385.1122.02.01, ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA, LA ÚNICA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN NUMERAL 1.7.3 DE AMBAS CEDULAS, QUE PARA EL CASO DEL ESTERILIZADOR DENTAL Y MAXILOFACIAL INDICA "PIEZAS DE MANO PARA MAXILOFACIAL" Y EN EL CASO DE LA CEDULA DE AUTOGENERADO DE MESA INDICA: "AL MENOS UN PROGRAMA ADICIONAL". AMBAS CEDULAS DESCRIBEN TÉCNICAMENTE EL MISMO EQUIPO LA DIFERENCIA NO IMPLICA NINGUNA CONDICIÓN QUE LO HAGA CONSIDERARSE COMO INSUMO PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, ADICIONALMENTE ESTA CARACTERÍSTICA DE ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, CAERÍA EN EL CONSIDERADO "180 AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE USO EN LABORATORIO DENTAL" PUBLICADO EN EL ACUERDO DEL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR LO QUE SOLICITAMOS NUEVAMENTE A ESA CONVOCANTE SE REALICE UN COMPARATIVO ENTRE AMBAS CEDULAS PARA VERIFICAR LO AQUÍ SEÑALADO Y REALICE LA PRECISIÓN SEÑALANDO QUE EN AMBAS PARTIDAS NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE DEBIDO A QUE EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD Y EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, LOS BIENES REQUERIDOS EN LAS PARTIDAS 4 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL Y PARTIDA 5 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA TIENEN NOMBRES Y CLAVES DIFERENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DESCRIPCIÓN TÉCNICA QUE PUDIERA RESULTAR MUY SIMILAR, EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NO ES CORRECTO AFIRMAR QUE EL ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA NO REQUIERE REQUISITO SANITARIO, EN TANTO QUE LA DENOMINACIÓN GENERAL NO PERMITE IDENTIFICAR QUE EL BIEN POR OFERTAR CORRESPONDE A LA DENOMINACIÓN GENERAL ESTABLECIDA EN DICHO LISTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SUS MODIFICACIONES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN TANTO QUE LAS DENOMINACIONES RELACIONADAS, CORRESPONDEN A TÉRMINOS GENERICOS Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS NO IDENTIFICAN ELEMENTOS O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE VINCIEN CON REFERENCIAS TÉCNICAS LOS BIENES ESPECÍFICOS A QUE CORRESPONDEN, ACORDE A LO ACEPTADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, O EN SU DEFECTO SE ACEPTA EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LAS PARTIDAS 4 Y 5 QUE LAS LICITANTES INTEGREN A SU PROPUESTA TÉCNICA, EL DOCUMENTO DE INICIO DE TRÁMITE ANTE LA COFEPRIS ACORDE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, REFERENTE A LA NOTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTOGRÁFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN CUANTO LE SEA OTORGADO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTE QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7623	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245144 Y 245145 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTE QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7624	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245148 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR LAS TUBERÍAS DE COBRE, ESTAS TUBERÍAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERÍAS DE COBRE SOLDADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERÍAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTE QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7625	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245149 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VÁLVULAS SOLENOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MAS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTE QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7626	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245158 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN ÚTIL DE 250 LITROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA VARIACION ES SÓLO DEL 10%, LA CUAL NO AFECTA LA PRODUCTIVIDAD DE LA CERVEZA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE EL ESTERILIZADOR CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 6 TENGA UNA CAPACIDAD UTIL MINIMA DE 280 LITROS, EN EL ENTENDIDO QUE LO MENCIONADO POR SU REPRESENTADA TIENE UNA DIFERENCIA DEL 10,71 PORCIENTO, POR LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7627	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245159 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE... EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO". POR LO QUE SI PODRÁ REFERENCIAR EL NÚMERAL 12 (PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS). NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7628	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245170 Y 245172 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTEN CON IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACION Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7629	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245171 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR EL GENERADOR DE ACERO AL CARBÓN, ESTE MATERIAL HA DEMOSTRADO SER DE LA CALIDAD QUE SE REQUIERE PARA GENERAR EL VAPOR PARA LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE SE PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE ACERO AL CARBÓN. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NÚMERAL 121 ES: GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7630	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245175 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR LAS TUBERÍAS DE COBRE. ESTAS TUBERÍAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERÍAS DE COBRE SOLDADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7631	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245178 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VÁLVULAS SOLENOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MÁS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMATICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7632	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245179 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN ÚTIL DE 250 LITROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA VARIACIÓN ES SOLO DEL 10%, LA CUAL NO AFECTA LA PRODUCTIVIDAD DE LA CEYE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE EL ESTERILIZADOR CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 7 TENGA UNA CAPACIDAD UTIL MINIMA DE 280 LITROS, EN EL ENTENDIDO QUE LO MENCIONADO POR SU REPRESENTADA TIENE UNA DIFERENCIA DEL 10.71 PORCIENTO, POR LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7633	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245180 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A L CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE ... EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFIA Y EL BIEN OFERTADO", POR LO QUE SI PODRA REFERENCIAR EL NUMERAL 12 PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS), NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7634	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245184 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CAMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, COMO SE PUEDE LEER, SE TRATA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS AL DESAGUE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE UN SISTEMA DE CONDENSACION PERMITE EL PASO DEL AGUA DE ESTADO GASEOSO A LÍQUIDO, SIN EMBARGO LA DESCRIPCION MENCIONADA "SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA" NO SEÑALA EN NINGUN MOMENTO QUE DICHA AGUA DISMINUYA SU TEMPERATURA YA QUE LA DESCRIPCION SEÑALADA POR SU REPRESENTADA DIVIDE LA IDEA EN DOS ORACIONES, EN LA PRIMERA HABLA DE LA CONDENSACION DEL AGUA Y EN LA SEGUNDA SE HACE REFERENCIA A UN FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION QUE ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, CON LO CUAL NO QUEDA DEL TODO CLARO COMO ES QUE DICHA CARACTERISTICA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 19 DE LA PARTIDA 7, YA QUE NO SE MENCIONA SI LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE VA AL DESAGUE DISMINUYE Y A QUE TEMPERATURA SE DESECHA EL AGUA.
7635	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245191 Y 245192 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION DE PROVEEDORES, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTEN CON IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACION Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7636	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245195 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACION TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR LAS TUBERÍAS DE COBRE. ESTAS TUBERÍAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERÍAS DE COBRE SOLDADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7637	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245196 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VÁLVULAS SOLENOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MAS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMATICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7638	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245198 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A L CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE ... EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFIAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBEA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO", POR LO QUE SI PODRA REFERENCIAR EL NUMERAL 12 PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA B. ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (GRANDE CON CAPACIDAD UTIL DE 890 A 1050 LITROS), NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7639	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245202 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN ESTÁ REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, COMO SE PUEDE LEER, SE TRATA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS AL DESAGUE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE UN SISTEMA DE CONDENSACION PERMITE EL PASO DEL AGUA DE ESTADO GASEOSO A LÍQUIDO, SIN EMBARGO LA DESCRIPCION MENCIONADA "SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA" NO SEÑALA EN NINGUN MOMENTO QUE DICHA AGUA DISMINUYA SU TEMPERATURA YA QUE LA DESCRIPCION SEÑALADA POR SU REPRESENTADA DIVIDE LA IDEA EN DOS ORACIONES, EN LA PRIMERA HABLA DE LA CONDENSACION DEL AGUA Y EN LA SEGUNDA SE HACE REFERENCIA A UN FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION QUE ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, LO CUAL ES IMPRECISO Y SIN CLARIDAD COMO ES QUE DICHA CARACTERISTICA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 19 DE LA PARTIDA B, YA QUE NO SE MENCIONA SI LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE VA AL DESAGUE DISMINUYE Y A QUE TEMPERATURA SE DESECHA EL AGUA.
7640	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245209 Y 245210 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTEN CON IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACION Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7641	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245213 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA, PARA RECHAZAR LAS TUBERÍAS DE COBRE, ESTAS TUBERÍAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERÍAS DE COBRE SOLDADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7642	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245214 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VALVULAS SOLÉNOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MAS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMATICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7643	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245216 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A L CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE ... EN CASO DE PRESENTAR IMAGENES Y/O FOTOGRAFIAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFIA Y EL BIEN OFERTADO", POR LO QUE SI PODRA REFERENCIAR EL NUMERAL 12 PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA 9. ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR). NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7644	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245220 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO. EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN ESTÁ REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA. COMO SE PUEDE LEER, SE TRATA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS AL DESAGÜE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE UN SISTEMA DE CONDENSACION PERMITE EL PASO DEL AGUA DE ESTADO GASEOSO A LIQUIDO, SIN EMBARGO LA DESCRIPCION MENCIONADA "SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LINEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA" NO SEÑALA EN NINGUN MOMENTO QUE DICHA AGUA DISMINUYA SU TEMPERATURA YA QUE LA DESCRIPCION SEÑALADA POR SU REPRESENTADA DIVIDE LA IDEA EN DOS ORACIONES, EN LA PRIMERA HABLA DE LA CONDENSACION DEL AGUA Y EN LA SEGUNDA SE HACE REFERENCIA A UN FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION QUE ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LINEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, CON LO CUAL NO QUEDA DEL TODO CLARO COMO ES QUE DICHA CARACTERISTICA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 19 DE LA PARTIDA 9, YA QUE NO SE MENCIONA SI LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE VA AL DESAGÜE DISMINUYE Y A QUE TEMPERATURA SE DESECHA EL AGUA.
7645	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245227 Y 245228 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTEN CON IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACION Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7646	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245231 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR LAS TUBERÍAS DE COBRE, ESTAS TUBERÍAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERÍAS DE COBRE SOLDADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7647	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245232 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VÁLVULAS SOLENOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MAS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMATICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7648	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245234 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN ÚTIL DE 250 LITROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA VARIACIÓN ES SÓLO DEL 10%, LA CUAL NO AFECTA LA PRODUCTIVIDAD DE LA CEVE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE EL ESTERILIZADOR CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 10 TENGA UNA CAPACIDAD ÚTIL MÍNIMA DE 280 LITROS, EN EL ENTENDIDO QUE LO MENCIONADO POR SU REPRESENTADA TIENE UNA DIFERENCIA DEL 10.71 PORCIENTO, POR LO ANTES MENCIONADO SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7649	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245235 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE... EN CASO DE PRESENTAR IMAGENES Y/O FOTOGRAFIAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFIA Y EL BIEN OFERTADO", POR LO QUE SI PODRA REFERENCIAR EL NUMERAL 12 PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA 10. ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS, CON DOS PUERTAS ANTERIOR Y POSTERIOR), NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7650	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245239 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO. EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN ESTÁ REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, COMO SE PUEDE LEER. SE TRATA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS AL DESAGUE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE UN SISTEMA DE CONDENSACION PERMITE EL PASO DEL AGUA DE ESTADO GASEOSO A LÍQUIDO, SIN EMBARGO LA DESCRIPCIÓN MENCIONADA "SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA" NO SEÑALA EN NINGUN MOMENTO QUE DICHA AGUA DISMINUYA SU TEMPERATURA YA QUE LA DESCRIPCIÓN SEÑALADA POR SU REPRESENTADA DIVIDE LA IDEA EN DOS ORACIONES, EN LA PRIMERA HABLE DE LA CONDENSACION DEL AGUA Y EN LA SEGUNDA SE HACE REFERENCIA A UN FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION QUE ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LINEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA. LO CUAL NO NO ES PRECISO NI CLARO COMO ES QUE DICHA CARACTERÍSTICA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 19 DE LA PARTIDA 10, YA QUE NO SE MENCIONA SI LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE VA AL DESAGUE DISMINUYE Y A QUE TEMPERATURA SE DESECHA EL AGUA.
7651	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245246 Y 245247 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTEN CON IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACION Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7652	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245250 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR LAS TUBERÍAS DE COBRE. ESTAS TUBERÍAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERÍAS DE COBRE SOLDADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7653	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245251 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VALVULAS SOLENOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MAS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMATICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7654	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245253 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PRESENTEN "ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE... EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFIA Y EL BIEN OFERTADO". POR LO QUE SI PODRA REFERENCIAR EL NUMERAL 12 PANEL FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O ALUMINIO, REFERENTE A LA PARTIDA 13, ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 110 LITROS), NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7655	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245257 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO. EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN ESTÁ REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LÍNEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA. COMO SE PUEDE LEER, SE TRATA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS LIQUIDOS AL DESAGUE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE UN SISTEMA DE CONDENSACION PERMITE EL PASO DEL AGUA DE ESTADO GASEOSO A LIQUIDO, SIN EMBARGO LA DESCRIPCION MENCIONADA "SISTEMA DE DRENAJE DE LA CÁMARA QUE CONTIENE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE UN CONDENSADOR DE TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONDENSAR EL VAPOR DE LA CÁMARA Y EXPULSAR DICHO VAPOR CONDENSADO, EL FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LINEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA" NO SEÑALA EN NINGUN MOMENTO QUE DICHA AGUA DISMINUYA SU TEMPERATURA YA QUE LA DESCRIPCION SEÑALADA POR SU REPRESENTADA DIVIDE LA IDEA EN DOS ORACIONES, EN LA PRIMERA HABLA DE LA CONDENSACION DEL AGUA Y EN LA SEGUNDA SE HACE REFERENCIA A UN FLUJO DE AGUA DE REFRIGERACION QUE ESTA REGULADO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA RTD DE LA LINEA DE DESECHOS PARA MINIMIZAR EL USO DEL AGUA, LO CUAL NO ES PRECISO NI CLARO COMO ES QUE DICHA CARACTERISTICA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 19 DE LA PARTIDA 13, YA QUE NO SE MENCIONA SI LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE VA AL DESAGUE DISMINUYE Y A QUE TEMPERATURA SE DESECHA EL AGUA.
7656	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245264 Y 245268 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA EN EL SENTIDO DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA DE ESTA MANERA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES. CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA IMPRESORA ES UN ACCESORIO PERIFÉRICO Y QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR, POR LO QUE SE SOLICITAMOS NUEVAMENTE, PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE TINTA. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CUENTEN CON IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMERICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACION Y MENSAJE DE ERROR, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7657	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245265 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR EL GENERADOR DE ACERO AL CARBÓN. ESTE MATERIAL HA DEMOSTRADO SER DE LA CALIDAD QUE SE REQUIERE PARA GENERAR EL VAPOR PARA LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE SE PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE ACERO AL CARBON. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 121 ES: GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 13, ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 110 LITROS), POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7658	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245266 Y 245267 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE 110 LITROS CON ESTANTE INTERNO DE CARGA QUE CONSTA DE 2 PARRILLAS DESLIZABLES Y DOS CANASTILLAS. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LOS NUMERALES 2.1 "UN (1) CARRO DE CARGA TIPO RACK DE ACERO INOXIDABLE 304. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) CON: Y 2.3 "UN (1) CARRO TRANSPORTADOR DE RACK DE CARGA DE ACERO INOXIDABLE 304. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)". CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 13. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (PARA UMF CON CAPACIDAD ÚTIL DE 90 A 110 LITROS), POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7659	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245271 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PUEDA RECONSIDERAR SU RESPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI CLÍNICA PARA RECHAZAR LAS TUBERIAS DE COBRE. ESTAS TUBERIAS SE HAN USADO DESDE EL INICIO DE LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO Y SU VIDA ÚTIL ES MUY GRANDE EN LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA, POR LO QUE REITERAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR TUBERIAS DE COBRE SOLDADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURAS Y CON CONEXIONES TRICLAMP EN ACERO INOXIDABLE 316, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7660	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245275 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR VÁLVULAS SOLENOIDES, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE REQUIERE UN SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO NI UN COMPRESOR DE AIRE, QUE AGREGAN MAS POSIBILIDADES DE FALLAS EN EL ESTERILIZADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES QUE LOS ESTERILIZADORES DE LAS PARTIDAS: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CUENTEN CON VALVULAS NEUMATICAS DE ACERO INOXIDABLE 316L, POR LO QUE SE SOLICITA SE OFERTEN BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
7661	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 244378 DE ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS, ACCESORIOS O CONSUMIBLES DE ORIGEN NACIONAL QUE NO CUMPLEN CON AL MENOS EL 65% DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL APLICA EL FORMATO 2A, ES CORRECTO?	DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.11 INCISO B. LOS LICITANTES DEBERÁN VERIFICAR EL ORIGEN DE LOS BIENES A OFERTAR Y DETERMINAR EL FORMATO QUE LE RESULTE APLICABLE. EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LAS "REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", EN LAS QUE SE ESTABLECE QUE: FORMATO 2. LOS BIENES SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONTARÁN CON UN PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL 65%.FORMATO 2A. LOS BIENES SERÁN ORIGINARIOS DE MÉXICO Y CUMPLAN CON LA REGLA DE ORIGEN APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON ALGUNO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CELEBRADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FORMATO 3. LOS BIENES SERÁN ORIGINARIOS DE ALGÚN PAÍS QUE TIENE SUSCRITO CON LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA DE ORIGEN ESTABLECIDA EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE DICHO TRATADO
7662	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 244378 DE ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA AFIRMATIVA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS INDIQUE CUAL DE LOS TRES FORMATOS APLICA EN ESOS CASOS. FAVOR DE ACLARAR	DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.11 INCISO B. LOS LICITANTES DEBERÁN VERIFICAR EL ORIGEN DE LOS BIENES A OFERTAR Y DETERMINAR EL FORMATO QUE LE RESULTE APLICABLE. EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LAS "REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", EN LAS QUE SE ESTABLECE QUE: FORMATO 2. LOS BIENES SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONTARÁN CON UN PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL 65%.FORMATO 2A. LOS BIENES SERÁN ORIGINARIOS DE MÉXICO Y CUMPLAN CON LA REGLA DE ORIGEN APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON ALGUNO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CELEBRADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FORMATO 3. LOS BIENES SERÁN ORIGINARIOS DE ALGÚN PAÍS QUE TIENE SUSCRITO CON LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA DE ORIGEN ESTABLECIDA EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE DICHO TRATADO



ID	LICITANTE	REFERENCIA. A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7663	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 244936 DE JOSE SAFAR BOJERI	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA SE RECONSIDERE ACEPTAR CONTRATOS DE 2017 AL 2022 YA QUE EN EL ANEXO DOS, EN LA PAGINA 15 DE 42 SE MENCIONA LO SIGUIENTE, "EL NUMERO MINIMO REQUERIDO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS FORMALIZADOS, ES DE UNO (1) Y EL NUMERO MAXIMO ES DE SEIS (6), EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2018 AL 2022, EN DONDE" Y "SE ACLARA QUE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS DE UN MISMO AÑO NO ACUMULAN EXPERIENCIA, POR LO QUE, EN CASO DE PRESENTAR 2 CONTRATOS DE UN MISMO AÑO, SOLO SE CONTABILIZARA PARA ESTE SUBRUBRO, UN SOLO AÑO. DE IGUAL FORMA SI PRESENTA CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE REPITA EL AÑO DE OTRO DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS PRESENTADOS", POR LO ANTERIOR INDICADO POR EL INSTITUTO NO SERIA POSIBLE PRESENTAR EL MAXIMO DE LOS 6 CONTRATOS, SIENDO SOLO 5 MAXIMO POSIBLES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE ACLARA QUE PARA EL SUBRUBRO C1 EXPERIENCIA, EL NUMERO MAXIMO DE AÑOS QUE PERMITEN ALCANZAR LA MAXIMA PUNTAJACION (3 PUNTOS) SON 5 AÑOS (2018-2022) PARA ELLO SE SOLICITA NO INTEGRAR MAS DE SEIS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AÑOS REFERIDO.
7664	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 244936 Y 244937 DE JOSE SAFAR BOJERI	EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA SE CONSIDERE ASIMISMO, TOMAR EN CUENTA LOS CONTRATOS DE 2017 AL 2022 PARA EL RUBRO DE ESPECIALIDAD, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REITERA EL PERIODO 2018-2022 RELATIVO AL SUBRUBRO C2 ESPECIALIDAD
7665	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245591 DE FEHLMEX SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES SON BASICAMENTE DE CARACTER "ESTETICO" DEBIDO A QUE SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO LO PLANTEADO POR LA PARTICIPANTE, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN DONDE SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERA SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL PROVEEDOR, ESTARAN A CARGO DE ESTE, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACION Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASI COMO LA INSTALACION DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACION DE ESPACIO FISICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACION Y/O INSTALACION DEL BIEN ASI COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO". LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERAN REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION NECESARIOS Y ACORDE AL AREA DONDE SE INSTALARAN LOS BIENES, LOS CUALES DEBERAN DE QUEDAR INSTALADOS Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO Y NO PRESENTAR NINGUN DAÑO O DESPERFECTO ASOCIADO CON LA DESINSTALACION Y/O INSTALACION DEL EQUIPO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR O PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERAN DE ADECUAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS BIENES QUE SEAN ADJUDICADOS, HACER ARRREGLOS ASOCIADOS A LA INSTALACION DE LOS NUEVOS BIENES Y COLOCAR TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS, ES DECIR, CONECTORES, MANGUERAS, TUBOS, ETC., QUE SEAN PARTE DE LA CONEXION A LOS SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, DRENAJE, ETC EXISTENTES EN LAS UNIDADES MEDICAS.
7666	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245446 DE CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE LAS AREAS EN DONDE SERAN INSTALADOS LOS EQUIPOS SON 100% FUNCIONALES Y LAS ADECUACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN CASO DE QUE APLIQUE SON BASICAMENTE DE CARACTER "ESTETICO" Y EN CASO DE QUE HAYA ALGUN DESPERFECTO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEBERA SER CORREGIDO POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO, POR LO TANTO NO SE DEBEN HACER "REPARACIONES" MAYORES O "INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC." DEBIDO A QUE YA NO SE CONSIDERARIA COMO ADECUACION, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO LO PLANTEADO POR LA PARTICIPANTE, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL INCISO E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN DONDE SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERA SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL PROVEEDOR, ESTARAN A CARGO DE ESTE, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACION Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASI COMO LA INSTALACION DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACION DE ESPACIO FISICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACION Y/O INSTALACION DEL BIEN ASI COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO". LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERAN REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION NECESARIOS Y ACORDE AL AREA DONDE SE INSTALARAN LOS BIENES, LOS CUALES DEBERAN DE QUEDAR INSTALADOS Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO Y NO PRESENTAR NINGUN DAÑO O DESPERFECTO ASOCIADO CON LA DESINSTALACION Y/O INSTALACION DEL EQUIPO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR O PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERAN DE ADECUAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS BIENES QUE SEAN ADJUDICADOS, HACER ARRREGLOS ASOCIADOS A LA INSTALACION DE LOS NUEVOS BIENES Y COLOCAR TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS, ES DECIR, CONECTORES, MANGUERAS, TUBOS, ETC., QUE SEAN PARTE DE LA CONEXION A LOS SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, DRENAJE, ETC EXISTENTES EN LAS UNIDADES MEDICAS.
7667	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 245151 DE INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DEBERA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA A LOS FABRICANTES QUE EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO NO SE SOLICITA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES.



ID	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7676	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245150 DE LA PÁGINA 13 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 1 NOMBRE: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (INTERMEDIO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 750 A 850 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245150 DE LA PÁGINA 13 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGIAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFERICO DE LA PARTIDA 1 ESTERILIZADORES DE VAPOR DIRECTO. (INTERMEDIO CON CAPACIDAD UTIL DE 750 A 850 LITROS), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGÚN SISTEMA PARA LIBERAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARA Y PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (INTERMEDIO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 750 A 850 LITROS), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTÁ PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>
7677	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245171 DE LA PÁGINA 17 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV.	<p>PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245171 DE LA PÁGINA 17 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO 121: GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE VAPOR DE ACERO AL CARBÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE MATERIAL SE HA USADO HISTÓRICAMENTE EN LA FABRICACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR PARA ESTERILIZADORES DE USO HOSPITALARIO, SIN QUE SE HAY REGISTRADO UN MAL DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR O UNA REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MISMO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 121 GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES QUE EL MATERIAL CON EL QUE ESTÁ FABRICADO EL GENERADOR SEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACORDE A LO DESCRITO EN EL NUMERAL 121 ANTES REFERIDO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), POR LO TANTO LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR EL PAPEL ACORDE A LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO. ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SER UN EQUIPO DE VAPOR AUTOGENERADO SE PODRÁ REFERENCIAR</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), EL NUMERAL 2.3 SE REFIERE AL SISTEMA DESMINERALIZADOR O SISTEMA DE SUAVIZACIÓN Y FILTRADO DE AGUA, MAS NO UN SUAVIZADOR DE AGUA; POR LO QUE PARA ACREDITAR LOS NUMERALES 2.3, 2.3.4 Y 2.3.5, DEBERÁ COMPROBAR O CORROBORAR QUE EL SISTEMA O TECNOLOGIA QUE UTILICE SU EQUIPO PARA DICHO FIN, CUENTE O INCLUYA LOS ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN LOS NUMERALES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, YA QUE LA DESMINERALIZACIÓN ES UN PROCESO MAS COMPLEJO QUE ABLANDAR EL AGUA. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7678	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245176 DE LA PÁGINA 17 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245176 DE LA PÁGINA 17 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.5 ESCAPE ATMOSFÉRICO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.5 ESCAPE ATMOSFERICO. DE LA PARTIDA 6 ESTERILIZADORES DE VAPOR AUTOGENERADO. (MEDIANO CON CAPACIDA UTIL DE 280 DE 350 LITROS), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGÚN SISTEMA PARA LIBERAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARA Y PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.5 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 6 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTA PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>
7679	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245197 DE LA PÁGINA 21 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245197 DE LA PÁGINA 21 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFERICO. DE LA PARTIDA 7 ESTERILIZADORES DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDA UTIL DE 280 A 350 LITROS), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS.</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 7 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 280 A 350 LITROS), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTA PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>
7680	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245215 DE LA PÁGINA 24 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 8 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1,050 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245215 DE LA PÁGINA 24 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFERICO. DE LA PARTIDA 8 ESTERILIZADORES DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDA UTIL DE 890 A 1050 LITROS), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGÚN SISTEMA PARA LIBERAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARA Y PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 8 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD ÚTIL DE 890 A 1,050 LITROS), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTA PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7691	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245233 DE LA PÁGINA 27 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 9 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD UTIL DE 890 A 1,050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245233 DE LA PÁGINA 27 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO, DE LA PARTIDA 9 ESTERILIZADORES DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD UTIL DE 890 A 1050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGÚN SISTEMA PARA LIBERAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARA Y PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 9 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (GRANDE CON CAPACIDAD UTIL DE 890 A 1,050 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTA PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
7692	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245252 DE LA PÁGINA 30 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 10 NOMBRE: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS, CON DOS PUERTAS ANTERIOR Y POSTERIOR)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245252 DE LA PÁGINA 30 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO, DE LA PARTIDA 10 ESTERILIZADORES DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS, CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGÚN SISTEMA PARA LIBERAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARA Y PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 10 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS, CON DOS PUERTAS ANTERIOR Y POSTERIOR), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTA PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
7693	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245272 DE LA PÁGINA 34 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 13 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 100 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245272 DE LA PÁGINA 34 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN: PUNTO: 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ES LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES YA NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A LOS LICITANTES LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO, DE LA PARTIDA 13 ESTERILIZADORES DE VAPOR DIRECTO. (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 100 LITROS), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGÚN SISTEMA PARA LIBERAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARA Y PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 4.6 ESCAPE ATMOSFÉRICO PARA LA PARTIDA 13 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 100 LITROS), SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA O MECANISMO QUE LIBERE LA PRESIÓN DE LA CÁMARA HACIA LA ATMÓSFERA Y QUE ESTA PERMITA LA EVACUACIÓN DE LA CONDENSACIÓN, NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>



ID	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
7684	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245262 DE LA PÁGINA 33 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV	<p>PARTIDA 13 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 110 LITROS)</p> <p>EN LA PREGUNTA CON ID 245262 DE LA PÁGINA 33 REALIZADA POR LA EMPRESA INSTRUMENTACIÓN MÉDICA SA DE CV EN:</p> <p>PUNTO 1.21: GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE VAPOR DE ACERO AL CARBÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE MATERIAL SE HA USADO HISTÓRICAMENTE EN LA FABRICACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR PARA ESTERILIZADORES DE USO HOSPITALARIO, SIN QUE SE HAY REGISTRADO UN MAL DESEMPEÑO DEL ESTERILIZADOR O UNA REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MISMO, ¿SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.21 GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES QUE EL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO EL GENERADOR SEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACORDE A LO DESCRITO EN EL NUMERAL 1.21 ANTES REFERIDO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 13 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (PARA UMF CON CAPACIDAD ÚTIL DE 90 A 110 LITROS), POR LO TANTO LOS LICITANTES DEBRAN DE OFERTAR EL PAPEL ACORDE A LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO, ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SER UN EQUIPO DE VAPOR AUTOGENERADO SE PODRÁ REFERENCIAR LOS PUNTO 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 Y 2.3.5 COMO ABLANDADOR DE AGUA, YA QUE ASI LO REFIERE EL FABRICANTE</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 13 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (PARA UMF CON CAPACIDAD UTIL DE 90 A 110 LITROS), EL NUMERAL 2.3 SE REFIERE AL SISTEMA DESMINERALIZADOR O SISTEMA DE SUAVIZACIÓN Y FILTRADO DE AGUA, MAS NO UN SUAVIZADOR DE AGUA; POR LO QUE PARA ACREDITAR LOS NUMERALES 2.3, 2.3.1, 2.3.4 Y 2.3.5, DEBERÁ COMPROBAR O CORROBORAR QUE EL SISTEMA O TECNOLOGIA QUE UTILICE SU EQUIPO PARA DICHO FIN, CUENTE O INCLUYA LOS ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN LOS NUMERALES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, YA QUE LA DESMINERALIZACION ES UN PROCESO MÁS COMPLEJO QUE ABLANDAR EL AGUA. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>
7685	GRUPO REINET SA DE CV	EN LA PREGUNTA CON ID 245559 DE LA PÁGINA 48 REALIZADA POR LA EMPRESA FEHLMEX SA DE CV SA DE CV.	<p>EN LA PREGUNTA CON ID 245559 DE LA PÁGINA 48 REALIZADA POR LA EMPRESA FEHLMEX SA DE CV SA DE CV.</p> <p>ANEXO 4, INCISO F (VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES) E</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA INSTALACIÓN, LA UNIDA MEDICA TENDRA DISPONIBLES LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS A PIE DE SALA, CONEXIONES DE DESAGUE, VAPOR SATURADO, ESCAPE ATMÓSFERICO Y AGUA CORRIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SEGÚN APLIQUE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>RESPUESTA: SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES EN DONDE SERÁN UBICADOS LOS BIENES ADJUDICADOS YA DEBEN EXISTIR SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS(DRENAJE) TODA VEZ QUE LOS BIENES QUE SE ESTAN LICITANDO SON DE SUSTITUCIÓN Y EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ES EL REEMPLAZO DE AQUELLOS BIENES QUE SE DEBEN SUSTITUIR POR DIVERSAS SITUACIONES, POR LO TANTO DEBEN CONTAR CON LAS CONEXIONES DISPONIBLES PARA LA INSTALACION DE LOS</p> <p>REPREGUNTA: SE ENTIENDE QUE DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE SE OTORGO PARA LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTA LICITACIÓN, EL PROYECTO COMTEMPLA LA INSTALACION DEL TUBO DE CEDULA 40 DESDE EL CUARTO DE MÁQUINA HASTA LA CEVE, E INCLUYENDO EL SISTEMA DE SEGURIDAD(VALVULAS), YA QUE POR LA ANTIGÜEDAD DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PODRIA PRESENTAR ANOMALIAS O CORROSIÓN EN TUBERIAS Y PODRIA DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A INSTALAR.</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN ESPECIFICO AL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES, EL LICITANTE PODRA OPTAR POR REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS ESPECIFICOS Y ECONOMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACION DE LAS CORRESPONDIENTES GUIAS MECANICAS, ASI COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACION DE SU PROPOSICION.</p> <p>EL CASO EN EL QUE EL LICITANTE HAYA OPTADO POR REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ESTA(S) SERA(N) CON LA FINALIDAD DE QUE TOMI EN CONSIDERACION LOS ESPACIOS FISICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA, ADEMAS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACION.</p> <p>ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE REITERA QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERA SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL PROVEEDOR, ESTARAN A CARGO DE ESTE, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACION Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASI COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTI ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACION DE ESPACIO FISICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACION Y/O INSTALACION DEL BIEN ASI COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE DEBERA CONSIDERA EN SU OFERTA TODOS LOS MATERIALES QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE SU REPRESENTADA REQUIERA.</p>

27