



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

PROGRAMA “EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS”

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **13 de abril de 2023**, en la en la División de Equipo y Mobiliario Médico ubicada en el 11º Piso del inmueble sito en Calle Durango Núm. 291, colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente con el objeto de llevar a cabo el cierre de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Quien preside el acto, es asistida por los Representantes del Área Requirente y del Área Técnica, quienes solventarán las preguntas de carácter técnico; el Área Contratante, solventará las preguntas de carácter legal y administrativo.

Asimismo, se informa que se encuentra presente el representante del Órgano Interno de Control en el Instituto.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del RLAASSP, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

1. DESARROLLO DEL ACTO

En atención a lo señalado en el artículo 46, fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que contiene las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, publicada en CompraNet el 10 de abril de 2023, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 20 horas contados a partir de la publicación de la misma para que en su caso, los licitantes formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las 17:46 horas del día 10 de abril de 2023 a las 13:46 horas del 11 de abril de 2023.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

Una vez vencido el plazo referido, se verificó que en el sistema CompraNet si existían preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, observando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) tal como consta en la pantalla del sistema CompraNet que se acompaña a la presente como ANEXO I, del siguiente licitante:

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PREGUNTAS
1	TECROM, S.A. DE C.V.	5
	TOTAL:	5

2. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

A continuación, en presencia de los asistentes, se da lectura a las respuestas de las preguntas (repreguntas) realizadas por el licitante respecto de las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, adjuntándose como ANEXO II.

Las respuestas otorgadas a las preguntas (repreguntas) forman parte integrante del acta, como si a la letra se insertasen.

No se omite mencionar que derivado del número de caracteres (1,200) permitidos en el sistema CompraNet para la carga de las respuestas a las preguntas de los licitantes, estas también podrán ser consultadas en el apartado ANEXOS de la publicación en el sistema CompraNet.

3. CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas a través de CompraNet.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, a lo que manifestaron no tener comentarios.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del RLAASSP, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las 11:30 horas del día 13 de abril de 2023, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia del mismo.

Esta acta consta de 4 fojas útiles y 2 anexos.

FIN DE TEXTO

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 3 columns: NOMBRE Y CARGO, FIRMA, ANTEFIRMA. Row 1: Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico, [Signature], [Antefirma]





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

Table with 3 columns: NOMBRE Y CARGO, FIRMA, ANTEFIRMA. Rows include Arq. Silvia Guzmán Torres, Arq. Juan Antonio Padilla Salazar, and Lic. Israel Clairín Martínez.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

Table with 3 columns: NOMBRE, FIRMA, ANTEFIRMA. Row includes C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales.





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO I



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



Procedimiento LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

Código del expediente

E-2023-00020954

Número de procedimiento de contratación [?]

LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

Estatus del procedimiento de contratación [?]

EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento

P-2023-00019169

Nombre del procedimiento de contratación

CENTROS DE MEZCLAS

Licitantes que han presentado proposición:

0

Datos Generales

Requerimientos

Solicitudes de aclaración

Proposiciones

Evaluación

Fallo

Datos relevantes del contrato

Bitacora de acciones



Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

05/04/2023 11:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet *

04/04/2023 11:00

Fecha y hora de repreguntas *

11/04/2023 13:46

+

Carga masiva

>



Núm.	Licitante ↑↓	Tipo de aclaración ↑↓	Sección de la convocatoria	Aclaración
21	TECROM SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA CLAVE : 540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, PUNTO 1.2 INDICAN GABINETE DE SEGUR BIOLOGICA, ENTEND QUE HAY UN ERROR DESCRIPCIÓN DE ES PUNTO DEBIDO A Q CEDULA CORRESPON LA CAMPANA DE FLU LAMINAR VERTICAL, CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
22	TECROM SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA CLAVE : 540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL F EL PUNTO 1.10, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE N PERMITA OFERTAR U MOTOR QUE FAVORE LA COMPLETA DISPE DEL AIRE EN LA CAM DE TRABAJO,

LOS DEMAS PARTICIPANTES.

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL F EL PUNTO 1.12, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, REJILLA O PANTALLA DIFUSORA DE PROTECCIÓN PARA F ABSOLUTO DE INYEC DEBIDO A QUE EL PC LA PANTALLA LES DA VENTAJA DE CREAR UNIFORMIDAD DE LA VELOCIDAD DE AII LA ZONA DE TRABAJ BRINDANDOLES TAV LA PROTECCIÓN QUE SOLICITAN.

CEDULA CLAVE : 540.090.0057.00.01

TECROM SA DE CV

TÉCNICO

23

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL F EL PUNTO 1.14, DONI SOLICITAN CON UN F DE RUIDO MENOR DI

CEDULA CLAVE : 540.090.0057.00.01

TECROM SA DE CV

TÉCNICO

24



REQUIERE, POR SU P
 NATURALEZA EMITE
 VIBRACIONES QUE
 PUEDEN VARIAR EN
 RANGO DE 60 A 85 D
 SOLICITAMOS NOS
 ACEPTEN CON ÉSTA
 CARACTERÍSTICA,
 GARANTIZANDO AL
 INSTITUTO QUE NO
 REBASARA LO PERM
 POR LA NOM-011-STP
 GARANTIZANDO LAS
 CONDICIONES DE
 SEGURIDAD E HIGIEN
 LOS CENTROS DE
 TRABAJO DONDE SE
 GENERE RUIDO.

25

TECROM SA DE CV

TÉCNICO

CEDULA CLAVE :
540.090.0057.00.01

CAMPANA DE FLUJO
 LAMINAR VERTICAL F
 1.15.1, SOLICITAMOS
 AMABLEMENTE A LA
 CONVOCANTE NOS
 PERMITA OFERTAR
 MEDIDAS DE 120 CM

25 registro(s) encontrado(s)

<< < 1 2 3 > >>

Carga masiva

Listado de Repreguntas

Q BUSCAR

ID ↑↓	Licitante ↑↓	Pregunta de referencia ↑↓	Repregunta ↑↓	Fecha de envío ↑↓	Respuesta	Acciones
-------	--------------	---------------------------	---------------	-------------------	-----------	----------

1	TECROM SA DE CV	EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID 267118	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS RECONFIRME QUE EL PLAZO SE QUEDA DE TAL COMO SE PUBLICO EN EL ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES DE 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE REALICE CADA ADMINISTRADOR DE CONTRATO (DE CADA UNA DE LAS 13 UNIDADES DE DESTINO FINAL) AL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA	11/04/2023 11:32		Responder
---	-----------------	--	---	------------------	--	-----------



INICIAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN,

INFORMAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACOMPAÑADO DEL ACTA NO FUE PUBLICADO EL ANEXO "DATOS DE CONTACTO PARA VISITA A CENTROS DE MEZCLAS", AL QUE HACE REFERENCIA, NOS PUEDEN APOYAR A SUBIRLO A LA PLATAFORMA.

EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267119 / SE PROPORCIONA A LOS LICITANTES EL ANEXO "DATOS DE CONTACTO PARA VISITA A CENTROS DE MEZCLAS"

2 TECROM SA DE CV

11/04/2023 11:32

Responder

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, RESPECTO AL EXTERIOR DE LA CAMPANA SERA ACEPTADA EQUIPOS ACERO INOXIDABLE T304 (INTERIOR Y EXTERIOR) SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.

EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267122 /

3 TECROM SA DE CV

11/04/2023 11:32

Responder

EN CASO DE QUE LAS INSTALACIONES NO PERMITAN EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ARRANQUE, SOLICITAMOS NOS ACLAREN LO

EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267130

4 TECROM SA DE CV

11/04/2023 11:32

Responder



SIGUIENTE: QUE NOS CONFIRMEN QUE SERA APROBADO REALIZAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN SITIO Y QUE EN CASO DE TENER QUE ROMPER MUROS, REMOVER PUERTAS Y/O VENTANAS, REQUERIR GRUAS Y PERMISOS DE GRUA ¿SE PODRÁN REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES? Y NOS CONFIRMEN QUE ¿ESTE GASTO VA POR CUENTA DEL INSTITUTO O VA POR CUENTA DEL PROVEEDOR?

[Handwritten signature]

5 TECROM SA DE CV EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267130

EN CASO DE QUE LAS INSTALACIONES NO PERMITAN EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ARRANQUE, SOLICITAMOS NOS ACLAREN LO SIGUIENTE: QUE EN CASO DE TENER QUE ROMPER MUROS, REMOVER PUERTAS Y/O VENTANAS, REQUERIR GRUAS Y PERMISOS DE GRUA ¿ESTE GASTO VA POR CUENTA DEL INSTITUTO O VA POR

11/04/2023 11:32 Responder

[Handwritten signature]



CUENTA DEL
PROVEEDOR?

5 registro(s) encontrado(s) << < 1 > >>

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.pdf	10/04/2023 17:41	↓
2	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO II EDITABLE RESPUESTAS SOLICITUDES DE ACLARACION.xlsx	10/04/2023 17:40	↓
3	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			↕

<< < 1 > >>

Otros anexos



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

© 2023 | 0.0.0.0

Aviso de privacidad

Términos y condiciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO

II



2023
Año del
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Handwritten signature and initials in blue ink.

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio, Electrónica.

LA-50-CYR-050CYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"



No. modificador	Nombre o Razón Social de quien emite el cuestionamiento	Indicar una referencia que permita identificar la pregunta de la cual desea mayor detalle	Deberá capturar la aclaración solicitada a una respuesta previamente remitida en el acta de junta de aclaraciones	RESPUESTA
ID LICITANTE	REFERENCIA A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR		
8025	TECROM SA DE CV	EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID 267118	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS RECONFIRME QUE EL PLAZO SE QUEDA DE TAL COMO SE PUBLICO EN EL ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES DE 120 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE REALICE CADA ADMINISTRADOR DE CONTRATO (DE CADA UNA DE LAS 13 UNIDADES DE DESTINO FINAL) AL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA INICIAR EL PROCESO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO FINAL)	SE CONFIRMA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, SERÁ MÁXIMO DE 120 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE REALICE CADA ADMINISTRADOR DE CONTRATO (EN CADA UNA DE LAS 13 UNIDADES DE DESTINO FINAL)
8026	TECROM SA DE CV	EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267119 / SE PROPORCIONA A LOS LICITANTES EL ANEXO "DATOS DE CONTACTO PARA VISITA A CENTROS DE MEZCLAS"	INFORMAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACOMPAÑADO EL ANEXO "DATOS DE CONTACTO PARA VISITA A CENTROS DE MEZCLAS", AL QUE HACE REFERENCIA, NOS PUEDEN APOYAR A SUBIRLO A LA PLATAFORMA.	SE DEBERÁ TENER CONTACTO PARA COORDINAR LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES.
8027	TECROM SA DE CV	EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID 267122 /	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE RESPECTO AL EXTERIOR DE LA CAMPANA SEBA ACEPTADA EQUIPOS ACERO INOXIDABLE T304 (INTERIOR Y EXTERIOR) SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.	SE RETIERA QUE SE REQUIERE DE FORMA INDISPENSABLE QUE EL ÁREA DE TRABAJO (INTERIOR) SEA DE FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES, CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 1.3. DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ASÍ MISMO, RESPECTO AL EXTERIOR SE REQUIERE QUE SEA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTATICA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
8028	TECROM SA DE CV	EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267130	EN CASO DE QUE LAS INSTALACIONES NO PERMITAN EL SUMINISTRO, COLOCACION, INSTALACION Y PRUEBAS DE ARRANQUE, SOLICITAMOS NOS ACLAREN LO SIGUIENTE: QUE NOS CONFIRMEN QUE SERA APROBADO REALIZAR TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN SITIO Y QUE EN CASO DE TENER QUE ROMPER MUROS, REMOVER PUERTAS Y/O VENTANAS, REQUERIR GRUAS Y PERMISOS DE GRUA ¿SE PODRAN REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES? Y NOS CONFIRMEN QUE ÉSTE GASTO VA POR CUENTA DEL INSTITUTO O VA POR CUENTA DEL PROVEEDOR?	SE ACLARA QUE EN LAS PROPUUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁ INTEGRAR ANEXO 4.8 "FORMATO DE MANIFIESTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INSTALACION DE LOS BIENES, VINCULADO A LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES POR CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA"; CONTENIDO A LAS MANIFESTACIONES DEL LICITANTE, DE CONOCER LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA O LAS UNIDADES MÉDICAS RESPECTIVAS ASÍ COMO LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA, EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACION Y/O DESINSTALACION DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACION DE ESPACIO FÍSICO QUE SEAN NECESARIAS EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ TOMAR SUS CONSIDERACIONES PARA EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CONFORMIDAD A LO CONSTRUIDO. SE CONFIRMA QUE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS, ASÍ COMO EN SU CASO, EL REQUERIMIENTO DE GRUA Y SU RESPECTIVO PERMISO Y DE MAS GASTOS QUE SE GENERAN SERÁN CON CARGO Y POR CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO.
8029	TECROM SA DE CV	EN REFERENCIA A NUESTRA PREGUNTA ID: 267130	EN CASO DE QUE LAS INSTALACIONES NO PERMITAN EL SUMINISTRO, COLOCACION, INSTALACION Y PRUEBAS DE ARRANQUE, SOLICITAMOS NOS ACLAREN LO SIGUIENTE: QUE EN CASO DE TENER QUE ROMPER MUROS, REMOVER PUERTAS Y/O VENTANAS, REQUERIR GRUAS Y PERMISOS DE GRUA ¿ESTE GASTO VA POR CUENTA DEL INSTITUTO O VA POR CUENTA DEL PROVEEDOR?	SE ACLARA QUE EN LAS PROPUUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁ INTEGRAR ANEXO 4.8 "FORMATO DE MANIFIESTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INSTALACION DE LOS BIENES, VINCULADO A LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES POR CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA"; CONTENIDO A LAS MANIFESTACIONES DEL LICITANTE, DE CONOCER LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA O LAS UNIDADES MÉDICAS RESPECTIVAS ASÍ COMO LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA, EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACION Y/O DESINSTALACION DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACION DE ESPACIO FÍSICO QUE SEAN NECESARIAS EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ TOMAR SUS CONSIDERACIONES PARA EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CONFORMIDAD A LO CONSTRUIDO. SE CONFIRMA QUE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS, ASÍ COMO EN SU CASO, EL REQUERIMIENTO DE GRUA Y SU RESPECTIVO PERMISO Y DE MAS GASTOS QUE SE GENERAN SERÁN CON CARGO Y POR CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO.

Handwritten signature and initials in blue ink.