



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 28 de abril de 2023, en la en la División de Equipo y Mobiliario Médico ubicada en el 11º Piso del inmueble sito en Calle Durango Núm. 291, colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente, con el objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de Licitación Pública indicada al rubro, con fundamento en los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción II, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo LAASSP); 47, 48 y 50 de su Reglamento, así como en el numeral 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la convocatoria que rige el presente procedimiento.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se hace constar que en el acto se cuenta con la asistencia de los representantes del Área Técnica y Requirente.

Asimismo, se cuenta de la presencia del representante del Órgano Interno de Control en el Instituto.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

A continuación, se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, reportando el sistema que existen proposiciones para esta Convocatoria, como se muestra en la impresión de pantalla que se adjunta como Anexo I, de los siguientes licitantes:

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE and PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA. Row 1: 1, ATRYA PLAST, S.A. DE C.V., 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 y 14





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE and PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA. Rows include CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO, S.A. DE C.V., LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V., and TECROM, S.A. DE C.V.

En primer término, se procedió a verificar el Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados disponible en: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha\_Tecnica/SancionadosN.htm con fecha de consulta 28 de abril de 2023, así como el listado de las personas impedidas para contratar con el IMSS con fecha de corte el 26 de abril de 2023 y de consulta 28 de abril de 2023, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 60 de la LAASSP y 88 del Reglamento. De dicha verificación se constató que ninguno de los licitantes se encuentra en los listados, los cuales se imprimen y se archivan en el expediente del procedimiento de contratación de la presente Licitación.

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de los sobres electrónicos enviados por los licitantes, registrando la documentación recibida a través del sistema CompraNet sin entrar al análisis detallado de su contenido, haciéndolo constar en el documento Formato No. 15 Relación de entrega de documentos que debe prestar el licitante, de la convocatoria, con lo que se da cumplimiento al artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley, mismos que se integran a la presente como ANEXO II.

A continuación, con fundamento en los artículos 35 fracción III de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, se procede a dar lectura en voz alta el importe del Precio Unitario sin IVA, conforme lo señala cada una de las proposiciones recibidas, como se consigna a continuación:

Table with 3 columns: PARTIDA, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, and PRECIO UNITARIO. Row 1 shows ATRYA PLAST, S.A. DE C.V. with price \$585,000.00 and CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. with price \$1,663,600.00.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

Table with 3 columns: PARTIDA, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, and PRECIO UNITARIO. It lists various companies and their unit prices for medical equipment.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

Table with 3 columns: PARTIDA, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, and PRECIO UNITARIO. It lists various companies and their unit prices for different parts of the equipment.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

Table with 3 columns: PARTIDA, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, and PRECIO UNITARIO. It lists items 12, 13, 14, and 15 with their respective suppliers and unit prices.

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley y lo indicado en el numeral 3.9 de la convocatoria, así como atendiendo al número y volumen de la documentación que integran las proposiciones recibidas a través de CompraNet, quien preside, determina que únicamente se impriman y se rubriquen las propuestas económicas de las proposiciones de los licitantes y el "Acuse de presentación de proposición electrónica a través de CompraNet" descargados del sistema, mismos que son rubricados por los asistentes y se agregan a la presente acta como ANEXO III y ANEXO IV, respectivamente.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

La totalidad de los archivos que integran las proposiciones y que se detalla en la impresión obtenida del sistema CompraNet respecto de los licitantes, fueron descargados y resguardados en un medio óptico de almacenamiento (CD) y en este momento se hace entrega al representante del Área Técnica.

Asimismo, un CD que contiene los mismos archivos, se agrega al expediente

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley y 48 último párrafo de su Reglamento, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer el día **12 de mayo de 2023** a las **17:00** horas a través de CompraNet.

Se les pregunta a los asistentes si desean manifestar alguna observación, a lo que el representante del Órgano Interno de Control en el Instituto manifiesta:

*“Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.*

*En este sentido, una vez que el área contratante ha recibido las proposiciones, se solicita a ésta confirmar, mediante el formato de verificación correspondiente, que la documentación presentada sea la señalada en la convocatoria a la licitación, sin que ello implique la evaluación de su contenido y que, en el caso, de que se tenga conocimiento de que presuma falsedad sobre alguna proposición, lo comunique al Órgano Interno de Control, en términos de los dispuesto en el artículo 60, penúltimo párrafo de la Ley.*

*Finalmente, con base en los numerales 4.39 y 4.39.1 de las POBALINES, se insta a que todos los servidores públicos responsables de las evaluaciones consideren los criterios establecidos en la convocatoria atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia a fin de evitar el favorecer a algún licitante, y se recomienda a las Áreas Requirientes y/o Técnicas que prevean la elaboración de la evaluación técnica en los plazos a que refiere dichas políticas, con la finalidad de evitar posibles diferimientos en la emisión del fallo”*





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

El resto de los asistentes, respondieron no tener observación alguna.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 47 de su Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las 15:00 horas del día 28 de abril de 2023, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 9 fojas útiles y 4 anexos.

- ANEXO I 03 páginas.
ANEXO II 16 páginas.
ANEXO III 50 páginas.
ANEXO IV 26 páginas.

FIN DE TEXTO

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 3 columns: NOMBRE Y CARGO, FIRMA, ANTEFIRMA. Row 1: Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico, [Signature], [Antefirma]





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

EQUIPAMIENTO MÉDICO CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS

Table with 3 columns: NOMBRE Y CARGO, FIRMA, ANTEFIRMA. Rows include Arq. Silvia Guzmán Torres, Arq. Juan Antonio Padilla Salazar, and Ing. Jesús Ignacio Zuñiga San Pedro.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

Table with 3 columns: NOMBRE, FIRMA, ANTEFIRMA. Row includes C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Médico

# ANEXO I



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL HOGUERO DEL NOROCCIDENTE



### Procedimiento LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

Código del expediente

E-2023-00020954

Número de procedimiento de contratación ?

LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

Estatus del procedimiento de contratación ?

PENDIENTE DE APERTURA

Código interno del procedimiento

P-2023-00019169

Nombre del procedimiento de contratación

CENTROS DE MEZCLAS

Licitantes que han presentado proposición:

5

Datos Generales

Requerimientos

Solicitudes de aclaración

**Proposiciones**

Evaluación

Fallo

Datos relevantes del contrato


Bitacora de acciones

### Apertura de proposiciones

Exportar listado

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fe
------	-----------	--	--------------------------------------	----





2	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	25/04/2023 23:36	28/04/2023 09:21
3	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV	05/04/2023 11:05	27/04/2023 18:35
4	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	10/04/2023 08:45	27/04/2023 22:37
5	TECROM SA DE CV	03/04/2023 09:40	27/04/2023 21:01



« < 1 > »



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

© 2023 | 0.0.0.0

[Aviso de privacidad](#)  
[Términos y condiciones](#)



GOBIERNO DE  
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Médico

# ANEXO II





LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

FORMATO 15. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del licitante: Tecrom, S.A. de C.V.

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.1. Inciso a.	<b>Formato 1</b> Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación.	Folio 1-2
Numeral 4.1.1. Inciso b.	<b>Formato 2, 2ª o 3.</b> Escrito para la manifestación del origen de los bienes.	Folio 11-13
Numeral 4.1.1. Inciso c.	<b>Formato 4</b> Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP,	Folio 4
Numeral 4.1.1. Inciso d.	<b>Formato 5</b> Declaración de integridad,	Folio 5
Numeral 4.1.1. Inciso e.	<b>Formato 6</b> Convenio de participación conjunta.	Folio 14 No Aplica
Numeral 4.1.2. Inciso f.	<b>Dirección de correo electrónico</b> Escrito libre	Folio 3
Numeral 4.1.2. Inciso g.	<b>Domicilio para recibir notificaciones</b> Escrito libre	Folio 10
Numeral 4.1.2. Inciso h.	<b>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT</b>	Folio 6-7
Numeral 4.1.2. Inciso i.	<b>Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social</b>	Folio 8



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso j.	Opinión de cumplimiento INFONAVIT	Folio 9
Numeral 4.1.2. Inciso k.	Formato 7 Escrito de estratificación de MIPYME	Folio 15 Mediana
Numeral 4.1.2. Inciso l.	Identificación oficial vigente	Folio 16
Numeral 4.1.2. Inciso m.	Formato 8 Información reservada y confidencial.	Folio 17
Numeral 4.1.2. Inciso n.	Formato 9 Escrito de no conflicto de interés	Folio 18
Numeral 4.1.2. Inciso o.	Formato 10 Escrito de Declaración de No Colusión. Comisión Federal Competencia Económica.	Folio 19-20
Numeral 4.1.2. Inciso p.	Formato 11 Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.	Folio 21-22
Numeral 4.1.2. Inciso q.	Formato 12 Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios	Folio 23-24
Numeral 4.1.2. Inciso r.	Formato 13 Escrito para consultar opinión de cumplimiento 32-D	Folio 25
Numeral 4.1.2. Inciso s.	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones	Folio 26-28
Numeral 4.1.2. Inciso t.	Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	Folio 29



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso u.	<b>Formato 14</b> Escrito de manifestación de conocer el módulo de formalización de instrumentos jurídicos.	Folio 30
Numeral 4.1.2. Inciso v.	<b>Manifestación de no practicas desleales</b> Escrito libre	Folio 31
Numeral 4.1.2. Inciso w.	<b>Formato 15</b> Relación de entrega de documentos que debe prestar el licitante.	Folio 32-34
	<b>Documentación Legal.</b> Acta Constitutiva	Folio 35-132

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PROPUESTA TÉCNICA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.2.	Propuesta Técnica.	Folios 133-200

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PROPUESTA ECONÓMICA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.3.	Propuesta Económica.	Folio 201-202 Archivo Excel - 1083737-E-TECR



**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

**PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"**

<b>NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA</b>	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA</b>	<b>NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO</b>
<b>Numeral 4.1.2. Inciso j.</b>	<b>Opinión de cumplimiento INFONAVIT</b>	Folios 16 - 21
<b>Numeral 4.1.2. Inciso k.</b>	<b>Formato 7</b> Escrito de estratificación de MIPYME	Folio 22 Grande
<b>Numeral 4.1.2. Inciso l.</b>	<b>Identificación oficial vigente</b>	Folio 23
<b>Numeral 4.1.2. Inciso m.</b>	<b>Formato 8</b> Información reservada y confidencial.	Folio 24 No Aplica
<b>Numeral 4.1.2. Inciso n.</b>	<b>Formato 9</b> Escrito de no conflicto de interés	Folio 25
<b>Numeral 4.1.2. Inciso o.</b>	<b>Formato 10</b> Escrito de Declaración de No Colusión. Comisión Federal Competencia Económica.	Folios 26 - 27
<b>Numeral 4.1.2. Inciso p.</b>	<b>Formato 11</b> Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.	Folios 28 - 29
<b>Numeral 4.1.2. Inciso q.</b>	<b>Formato 12</b> Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios	Folios 30 - 31
<b>Numeral 4.1.2. Inciso r.</b>	<b>Formato 13</b> Escrito para consultar opinión de cumplimiento 32-D	Folio 32
<b>Numeral 4.1.2. Inciso s.</b>	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones	Folio 33
<b>Numeral 4.1.2. Inciso t.</b>	Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	Folio 34



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

FORMATO 15. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del licitante: LabTech Instrumentación S.A. de C.V.

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
<b>Numeral 4.1.1. Inciso a.</b>	<b>Formato 1</b> Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación.	Folio 3-4
<b>Numeral 4.1.1. Inciso b.</b>	<b>Formato 2, 2ª o 3.</b> Escrito para la manifestación del origen de los bienes.	Folio 5-7
<b>Numeral 4.1.1. Inciso c.</b>	<b>Formato 4</b> Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP,	Folio 8
<b>Numeral 4.1.1. Inciso d.</b>	<b>Formato 5</b> Declaración de integridad,	Folio 9
<b>Numeral 4.1.1. Inciso e.</b>	<b>Formato 6</b> Convenio de participación conjunta.	Folio 10 No Aplica
<b>Numeral 4.1.2. Inciso f.</b>	<b>Dirección de correo electrónico</b> Escrito libre	Folio 11
<b>Numeral 4.1.2. Inciso g.</b>	<b>Domicilio para recibir notificaciones</b> Escrito libre	Folio 12
<b>Numeral 4.1.2. Inciso h.</b>	<b>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT</b>	Folios 13-14
<b>Numeral 4.1.2. Inciso i.</b>	<b>Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social</b>	Folio 15



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso u.	<b>Formato 14</b> Escrito de manifestación de conocer el módulo de formalización de instrumentos jurídicos.	Folio 35
Numeral 4.1.2. Inciso v.	<b>Manifestación de no practicas desleales</b> Escrito libre	Folio 36
Numeral 4.1.2. Inciso w.	<b>Formato 15</b> Relación de entrega de documentos que debe prestar el licitante.	Folio 37-39
	<b>Documentación Legal.</b> Acta Constitutiva	Folio 40-98

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PROPUESTA TÉCNICA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.2.	Propuesta Técnica.	Folios 1-463

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PROPUESTA ECONÓMICA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.3.	Propuesta Económica.	Folio 1 Excel. Econ. 1882600_E - Propuesta Económica Labtech

X

✓

D



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

FORMATO 15. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del licitante: INOLAB Especialistas de Servicio S.A. de C.V.

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.1. Inciso a.	Formato 1 Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación.	Folio 1-2
Numeral 4.1.1. Inciso b.	Formato 2, 2ª o 3. Escrito para la manifestación del origen de los bienes.	Folio 3-4
Numeral 4.1.1. Inciso c.	Formato 4 Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP,	Folio 5
Numeral 4.1.1. Inciso d.	Formato 5 Declaración de integridad,	Folio 6
Numeral 4.1.1. Inciso e.	Formato 6 Convenio de participación conjunta.	Folio 7 No participará de manera conjunta
Numeral 4.1.2. Inciso f.	Dirección de correo electrónico Escrito libre	Folio 8
Numeral 4.1.2. Inciso g.	Domicilio para recibir notificaciones Escrito libre	Folio 9
Numeral 4.1.2. Inciso h.	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT	Folio 10-11
Numeral 4.1.2. Inciso i.	Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social	Folio 12

X

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

**PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"**

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso j.	Opinión de cumplimiento INFONAVIT	Folio 13
Numeral 4.1.2. Inciso k.	<b>Formato 7</b> Escrito de estratificación de MIPYME	Folio 14 Meclana
Numeral 4.1.2. Inciso l.	<b>Identificación oficial vigente</b>	Folio 15
Numeral 4.1.2. Inciso m.	<b>Formato 8</b> Información reservada y confidencial.	Folio 16
Numeral 4.1.2. Inciso n.	<b>Formato 9</b> Escrito de no conflicto de interés	Folio 17
Numeral 4.1.2. Inciso o.	<b>Formato 10</b> Escrito de Declaración de No Colusión. Comisión Federal Competencia Económica.	Folio 18-19
Numeral 4.1.2. Inciso p.	<b>Formato 11</b> Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.	Folio 20-21
Numeral 4.1.2. Inciso q.	<b>Formato 12</b> Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios	Folio 22-23
Numeral 4.1.2. Inciso r.	<b>Formato 13</b> Escrito para consultar opinión de cumplimiento 32-D	Folio 24
Numeral 4.1.2. Inciso s.	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones	Folio 25
Numeral 4.1.2. Inciso t.	Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	Folio 27

X

1

4

2

3



**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

**PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"**

<b>NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA</b>	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA</b>	<b>NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO</b>
<b>Numeral 4.1.2. Inciso u.</b>	<b>Formato 14</b> Escrito de manifestación de conocer el módulo de formalización de instrumentos jurídicos.	Folio 26
<b>Numeral 4.1.2. Inciso v.</b>	<b>Manifestación de no practicas desleales</b> Escrito libre	No presento
<b>Numeral 4.1.2. Inciso w.</b>	<b>Formato 15</b> Relación de entrega de documentos que debe prestar el licitante.	Folio 027-029
	<b>Documentación Legal.</b> Acta Constitutiva	Folio 031-072

<b>NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA</b>	<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>	<b>NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO</b>
<b>Numeral 4.2.</b>	Propuesta Técnica.	Folios 001-169 y Una Carta de importación de bienes con Folio 165

<b>NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA</b>	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO</b>
<b>Numeral 4.3.</b>	Propuesta Económica.	Folio 001

X

Handwritten marks and signatures in blue ink.



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

FORMATO 15. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del licitante: Atrya Plast. S.A. de C.V.

Table with 3 columns: NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA, DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, and NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO. It lists requirements 4.1.1.a through 4.1.2.i with their respective document formats and page counts.

Handwritten signature or mark at the bottom center.

Handwritten marks and arrows at the bottom right corner.



**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

**PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"**

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso j.	Opinión de cumplimiento INFONAVIT	1 página
Numeral 4.1.2. Inciso k.	<b>Formato 7</b> Escrito de estratificación de MIPYME	1 página Pequeña
Numeral 4.1.2. Inciso l.	Identificación oficial vigente	1 página
Numeral 4.1.2. Inciso m.	<b>Formato 8</b> Información reservada y confidencial.	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso n.	<b>Formato 9</b> Escrito de no conflicto de interés	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso o.	<b>Formato 10</b> Escrito de Declaración de No Colusión. Comisión Federal Competencia Económica.	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso p.	<b>Formato 11</b> Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso q.	<b>Formato 12</b> Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso r.	<b>Formato 13</b> Escrito para consultar opinión de cumplimiento 32-D	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso s.	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones	No presentó
Numeral 4.1.2. Inciso t.	Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	No presentó

X

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

Table with 3 columns: NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA, DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, and NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO. Rows include items 4.1.2. u, v, w and a summary row for 'Documentación Legal. Acta Constitutiva'.

Table with 3 columns: NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA, PROPUESTA TÉCNICA, and NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO. Row for 'Numeral 4.2.' with detailed handwritten page references.

Table with 3 columns: NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA, PROPUESTA ECONÓMICA, and NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO. Row for 'Numeral 4.3.' with handwritten page references.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

FORMATO 15. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del licitante: Control Técnico y Representaciones, S.A de CV

Table with 3 columns: NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA, DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, and NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO. It lists requirements 4.1.1 through 4.1.2.i with corresponding document formats and page numbers.

Handwritten signature or mark

Handwritten mark or signature



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso j.	Opinión de cumplimiento INFONAVIT	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso k.	Formato 7 Escrito de estratificación de MIPYME	Folio 1 Grande
Numeral 4.1.2. Inciso l.	Identificación oficial vigente	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso m.	Formato 8 Información reservada y confidencial.	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso n.	Formato 9 Escrito de no conflicto de interés	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso o.	Formato 10 Escrito de Declaración de No Colusión. Comisión Federal Competencia Económica.	Folio 1-2
Numeral 4.1.2. Inciso p.	Formato 11 Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.	Folio 1-2
Numeral 4.1.2. Inciso q.	Formato 12 Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios	Folio 1-2
Numeral 4.1.2. Inciso r.	Formato 13 Escrito para consultar opinión de cumplimiento 32-D	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso s.	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso t.	Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.	Folio 1



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS"

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.1.2. Inciso u.	<b>Formato 14</b> Escrito de manifestación de conocer el módulo de formalización de instrumentos jurídicos.	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso v.	<b>Manifestación de no practicas desleales</b> Escrito libre	Folio 1
Numeral 4.1.2. Inciso w.	<b>Formato 15</b> Relación de entrega de documentos que debe prestar el licitante.	Folio 1-2
	<b>Documentación Legal.</b> Acta Constitutiva	Folio 1-476

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PROPUESTA TÉCNICA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.2.	Propuesta Técnica.	Folio 1-203

NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PROPUESTA ECONÓMICA	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Numeral 4.3.	Propuesta Económica.	Folio 1-42

X

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Médico

# ANEXO

## III



2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILLA**  
EL RENOVADOR DEL PAÍS



# ATRYA PLAST S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social  
 Dirección de Administraciones  
 Unidad de Adquisiciones  
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
 Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
 División de Equipo y Mobiliario Médico

PROPUESTA ECONOMICA												
No. de Procedimiento:		LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023		Fecha:		CDMX A 28 DE ABRIL DE 2023						
Descripción del Procedimiento:												
EQUIPAMIENTO MEDICO, CON DESTINO EN LOS CENTROS DE MEZCLAS												
Nombre o razón social del licitante:												
ATRYA PLAST SA DE CV												
Registro Federal de Contribuyentes:		APL03117EK5		Correo Electrónico:		jorge.villeda@atrya.com.mx						
Domicilio fiscal del licitante:												
Av. rio Consulado 2614. Colonia San Juan de Aragón. CP 07920 CDMX												
Número Telefónico:		5526037450		Estratificación:		PEQUEÑA						
PAR	CUICOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cant	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
1	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUIJO LAMINAR(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	1	EQP	EE.UU	ESCO	AB2-4S2	ESCO	\$ 585,000.00	\$ 585,000.00
2	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUIJO LAMINAR VERTICAL	1	EQP	EE.UU	ESCO	LVS-4AG-F9	ESCO	\$ 395,449.00	\$ 395,449.00
3	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUIJO LAMINAR HORIZONTAL	1	EQP	0	0	00	00	0	0
4	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUIJO LAMINAR(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	EE.UU	ESCO	AB2-4S2	ESCO	\$ 535,000.00	\$ 2,675,000.00
5	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUIJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	EE.UU	ESCO	LVS-4AG-F9	ESCO	\$ 369,000.00	\$ 1,845,000.00

*[Handwritten signature]*


001

PAR	CLICOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cant	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
6	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR HORIZONTAL	4	EQP	0	00	0	0	0	0
7	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	EELU	ESCO	AB2-4S2	ESCO	\$ 548,099.00	\$ 2,192,396.00
8	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	EELU	ESCO	LVS-4AG-F9	ESCO	\$ 376,000.00	\$ 1,880,000.00
9	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	0	00	0	00	0	00
10	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	EELU	ESCO	AB2-4S2	ESCO	\$ 648,000.00	\$ 3,240,000.00
11	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	EELU	ESCO	LVS-4AG-F9	ESCO	\$ 399,900.00	\$ 1,999,500.00
12	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR HORIZONTAL	5	EQP	0	0	0	0	0	0
13	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	EELU	ESCO	AB2-4S2	ESCO	\$ 584,000.00	\$ 2,336,000.00
14	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	EELU	ESCO	LVS-4AG-F9	ESCO	\$ 396,000.00	\$ 1,980,000.00
15	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUIO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	0	0	00	0	0	0
<b>Importe subtotal con letra:</b>												
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTAYTRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTAYCINCO PESOS 00/100 MN											SUBTOTAL	\$ 19,373,845.00
<b>Importe total con letra:</b>											IWA	\$ 3,099,815.20
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTAYTRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 MN											TOTAL	\$ 22,473,660.20

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

*[Handwritten signature]*

ATENTAMENTE  
EMILIA MATILDE GARDUÑO VALDEZ  
Representante Legal



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*


**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Médico  
**Programa "Equipamiento Médico, con destino en los Centros de Mezclas"**

**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**  
**Programa "Equipamiento Médico, con destino en los Centros de Mezclas"**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**No. de Procedimiento:** LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023 **Fecha:** 28/04/2023  
**Descripción del Procedimiento:** Programa "Equipamiento Médico, con destino en los Centros de Mezclas"  
**Nombre o razón social del licitante:** CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.  
**Registro Federal de Contribuyentes:** CTR831122N85 **Correo Electrónico:** [beatriz.mondragon@ctr.com.mx](mailto:beatriz.mondragon@ctr.com.mx)  
**Domicilio fiscal del licitante:** AVE. LINCOLN 3410 PTE. COL. MITRAS NORTE, C.P. 64320, MONTERREY, NUEVO LEON  
**Número Telefónico:** (55) 1323 8920 Ext. 5224 **Móvil:** 55 2415 9154 **Estratificación:** GRANDE

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
1	53100887	11895	531.422.0053.02.01	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo B2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3.</p> <p>1.2, 1.6 y 1.18 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II B2 de 4' con abertura de guillotina de 8", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.3 Superficie de trabajo cóncava extraíble de acero inoxidable tipo 304 sin uniones con perillas para levantar.</p> <p>1.4 Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético,</p>	1	EQP	E.U.A.	LABCONCO	303481101 3858800 7071900-30656	Labconco Corporation	\$ 1,163,600.00	\$ 1,163,600.00



PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.5 Iluminación LED brillante, de 90 a 150 pies candela, sin deslumbramiento, ubicada fuera del área de trabajo contaminada.</p> <p>1.7 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" que cierra completamente. Apertura de gullotina max. de 22.6" (57 cm) y altura de visualización de 27.0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10° con mecanismo contrapesado de fácil elevación.</p> <p>1.8 Control de panel táctil compatible con ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.8.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.8.2 Control de luces</p> <p>1.8.3 Temporizador de luz UV</p> <p>1.9 Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro.</p> <p>1.10 y 1.20 La pantalla LCD en color, con línea de visión, montada en el interior con sistema operativo MyLogic muestra la vida útil del filtro y los mensajes de estado de la alarma y alertas. 8 idiomas disponibles.</p> <p>1.10.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.10.2 Alarma de presión diferencial fuera de rango</p> <p>1.10.3 Alarma de falta de flujo de aire</p> <p>1.11 Dado que no se recircula nada del aire, estos gabinetes para riesgo biológico se pueden usar para trabajar con agentes tratados con químicos tóxicos volátiles y radionúclidos.</p> <p>1.12 Motor conmutado electrónicamente (ECM).</p> <p>1.13 Suministro y escape de filtros HEPA con una eficiencia del 99,99 %</p>								



Handwritten signature and initials in blue ink.

www.ctrscientific.com.mx

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>y retención de partículas de 0.3 micras</p> <p>1.14 Rejilla de entrada curvada de acero inoxidable con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air.</p> <p>1.15 Velocidad de entrada nominal de 105 fpm (0.5 m/seg).</p> <p>1.16 Nivel de ruido &lt;63 dBA</p> <p>1.17 Dimensiones :</p> <p>1.17.1 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.17.1' Altura 254.3-269.5 cm</p> <p>1.17.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.19 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo.</p> <p>1.20 Identificador/indicador de vida útil de filtro HEPA</p> <p>1.21 Dos receptáculos dúplex eléctricos. Acero inoxidable con bisagras empotrables antivibratorias, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP).</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave TM.</p> <p>Canal de presión negativa Contain-AirTM.</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código.</p> <p>Carga de calor 990 BTU/hora (modelos de 4)</p> <p>Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0.3 m/seg).</p> <p>Cable de alimentación de 10' (3 m) con enchufe.</p> <p>Garantía de cinco años.</p> <p>Peso 331.1 kg.</p> <p>Ancho nominal: 4 pies.</p> <p>Tipo de protección: Producto y al personal</p> <p>Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL NSF 49, UL</p> <p>ISO 5 condiciones para ISO 14644-1</p>									



51

www.ctrscientific.com.mx

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				Y 2 3.1 Incluye 2 juegos de los siguientes filtros HEPA: catálogo 3438501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot B2 Model Marca Labconco catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco 4.1 Alimentación: 115V, 60 Hz, 12ª 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  <b>SE OFRECE</b> 1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire 1.2, 1.5 Y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base. 1.3 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble 1.4 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada 1.6 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4 "de cierre completo. Apertura de la hoja y	1	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00
2	53100887	18598	540.090.0057.00.01									



PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>altura de visualización de 27,0 "(69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.7 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.7.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.7.2 Control de luces</p> <p>1.7.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.8 y 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas. 8 idiomas disponibles</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.8.2 Falta de flujo de aire</p> <p>1.9 Durante el funcionamiento, el aire de la habitación entra en la rejilla de entrada. El aire en la cámara debajo de la superficie de trabajo es una mezcla de aire de la habitación sin filtrar y aire que acaba de pasar por el área de trabajo. Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través de la cámara trasera del gabinete, donde aproximadamente el 70 % del aire se recircula a través del filtro HEPA de suministro y regresa al área de trabajo. El resto del aire contaminado se descarga al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape.</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99,99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4')</p> <p>1.15 Dimensiones</p> <p>1.15.1 137,9 cm ancho</p> <p>1.15.2 226,6 – 241,8 cm de altura</p> <p>1.15.3 79,2 cm de profundidad</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>1.19 Dos receptáculos eléctricos duplex -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas. Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6 "(57 cm) máx.</p> <p>Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p> <p>Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m / seg)</p> <p>Aproximadamente 70% de recirculación de aire</p> <p>Profundidad total x altura: 31,2 "x 61,7" (79,2 x 156,7 cm)</p> <p>Cable de alimentación de 10 '(3 m)</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>con enchufe Temporizador incorporado y reloj digital Garantía de cinco años Peso 303.9 Kg Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL 31 ISO 14644-1 y 2 ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 INCLUYE: 2 JUEGOS DE FILTROS HEPA DE ENTRADA Y SALIDA: catálogo 3838501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p> <p>4.1 Alimentación 115 VCA, 60 Hz, 12 Amp</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme los requisitos establecidos en la convocatoria.</p>	1	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00
3	53100887	19201	533.159.0017.02.01	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.2 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble.</p> <p>1.3 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del</p>								

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>área de trabajo contaminada</p> <p>1.4 y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.5 Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.6 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.6.1 Sistema Smart-Start™</p> <p>Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.6.2 Control de luces</p> <p>1.6.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.7 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas. Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>1.8, 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas.</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de la ventana</p> <p>1.8.2 alarma falta de flujo de aire</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99,99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>1.14 Dimensiones</p> <p>1.15 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.15.1 Altura 226.6 – 241.8 cm</p> <p>1.15.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>8 idiomas disponibles</p> <p>Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" de cierre completo</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado</p> <p>1.17 Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6" (57 cm) máx.</p> <p>Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4')</p> <p>Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p>									
				<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo B2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3.</p> <p>1.2, 1.5 y 1.18 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II B2 de 4' con abertura de guillotina de 8",</p>	5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	303481101 3858800 7071900-30656	Labconco Corporation	\$ 1,163,600.00	\$ 1,163,600.00	

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.3 Superficie de trabajo cóncava extraíble de acero inoxidable tipo 304 sin uniones con perillas para levantar.</p> <p>1.4 Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.5 Iluminación LED brillante, de 90 a 150 pies candelas, sin deslumbramiento, ubicada fuera del área de trabajo contaminada.</p> <p>1.7 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" que cierra completamente. Apertura de guillotina máx. de 22,6" (57 cm) y altura de visualización de 27,0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10° con mecanismo contrapesado de fácil elevación.</p> <p>1.8 Control de panel táctil compatible con ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.8.1 Sistema Smart-Start™</p> <p>Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.8.2 Control de luces</p> <p>1.8.3 Temporizador de luz UV</p> <p>1.9 Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro.</p> <p>1.10 y 1.20 La pantalla LCD en color, con línea de visión, montada en el interior con sistema operativo MyLogic muestra la vida útil del filtro y los mensajes de estado de la alarma y alertas. 8 idiomas disponibles.</p> <p>1.10.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.10.2 Alarma de presión diferencial fuera de rango</p> <p>1.10.3 Alarma de falta de flujo de aire</p> <p>1.11 Dado que no se recircula nada del aire, estos gabinetes para riesgo</p>								

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>biológico se pueden usar para trabajar con agentes tratados con químicos tóxicos volátiles y radionúclidos.</p> <p>1.12 Motor conmutado electrónicamente (ECM).</p> <p>1.13 Suministro y escape de filtros HEPA con una eficiencia del 99,99 % y retención de partículas de 0.3 micras</p> <p>1.14 Rejilla de entrada curvada de acero inoxidable con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air.</p> <p>1.15 Velocidad de entrada nominal de 105 fpm (0,5 m/seg).</p> <p>1.16 Nivel de ruido &lt;63 dBA</p> <p>1.17 Dimensiones :</p> <p>1.17.1 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.17.1' Altura 254.3-269.5 cm</p> <p>1.17.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.19 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo.</p> <p>1.20 Identificador/indicador de vida útil de filtro HEPA</p> <p>1.21 Dos receptáculos dúplex eléctricos. Acero inoxidable con bisagras empotrables antivibratorias, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP).</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™.</p> <p>Canal de presión negativa Contain-Air™.</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código.</p> <p>Carga de calor 990 BTU/hora (modelos de 4')</p> <p>Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m/seg).</p> <p>Cable de alimentación de 10' (3 m) con enchufe.</p> <p>Garantía de cinco años.</p> <p>Peso 331.1 kg.</p>								

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>Ancho nominal: 4 pies.                      Tipo de protección: Producto y al personal                      Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL                      ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 Incluye 2 juegos de los siguientes filtros HEPA: catálogo 3438501                      Exhaust HEPA Filter 4 Foot B2 Model                      Marca Labconco catálogo 3838411                      Supply HEPA Filter 4 Foot Model                      Marca Labconco</p> <p>4.1 Alimentación: 115V, 60 Hz, 12ª</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire</p> <p>1.2, 1.5 Y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base .</p> <p>1.3 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble</p> <p>1.4 Iluminación LED brillante, con</p>								
5	53100887	18598	540.090.0057.00.01		5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.6 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4 "de cierre completo. - Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0 "(69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.7 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.7.1 Sistema Smart-Start ™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.7.2 Control de luces</p> <p>1.7.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.8 y 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas. 8 idiomas disponibles</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.8.2 Falta de flujo de aire</p> <p>1.9 Durante el funcionamiento, el aire de la habitación entra en la rejilla de entrada. El aire en la cámara debajo de la superficie de trabajo es una mezcla de aire de la habitación sin filtrar y aire que acaba de pasar por el área de trabajo. Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través de la cámara trasera del gabinete, donde aproximadamente el 70 % del aire se recircula a través del filtro HEPA de suministro y regresa al área de trabajo. El resto del aire contaminado se descarga al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape.</p> <p>1.10 Motor conmutado</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtrros HEPA con una eficiencia del 99,99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4 ')</p> <p>1.15 Dimensiones</p> <p>1.15.1 137.9 cm ancho</p> <p>1.15.2 226.6 – 241.8 cm de altura</p> <p>1.15.3 79.2 cm de profundidad</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>1.19 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas. Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6 "(57 cm) máx.</p> <p>Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p> <p>Velocidad nominal de flujo</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
6	53100887	19201	533.159.0017.02.01	<p>descendente de 55 fpm (0,3 m / seg) Aproximadamente 70% de recirculación de aire                      Profundidad total x altura: 31,2 "x 61,7" (79,2 x 156,7 cm)                      Cable de alimentación de 10 '(3 m) con enchufe Temporizador incorporado y reloj digital                      Garantía de cinco años                      Peso 303,9 Kg                      Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL NSF 49, UL                      31 ISO 14644-1 y 2                      ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 INCLUYE: 2 JUEGOS DE FILTROS HEPA DE ENTRADA Y SALIDA:                      catálogo 3838501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco                      catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p> <p>4.1 Alimentación 115 VCA, 60 Hz , 12 Amp</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme los requisitos establecidos en la convocatoria.</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL</p> <p>SE OFRECE</p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan</p>	4	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676.633.00	\$ 676.633.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.2 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble.</p> <p>1.3 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.4 y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu+Pass y base</p> <p>1.5 Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.6 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.6.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.6.2 Control de luces</p> <p>1.6.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.7 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas. Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>1.8. 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas.</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de la ventana</p> <p>1.8.2 alarma falla de flujo de aire</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros</p>								

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>HEPA con una eficiencia del 99.99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Dimensiones</p> <p>1.15 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.15.1 Altura 226.6 – 241.8 cm</p> <p>1.15.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>8 idiomas disponibles</p> <p>Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" de cierre completo</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado</p> <p>1.17 Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6" (57 cm) max.</p> <p>Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4')</p> <p>Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p>									
7	53100887	11895	531.422.0053.02.01	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo B2 brindan protección al personal, al</p>	4	EQP	E.U.A.	LABCONCO	303481101 3858800 7071900-30656	Labconco Corporation	\$ 1,163,600.00	\$ 1,163,600.00	

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3.</p> <p>1.2, 1.6 y 1.18 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II B2 de 4' con abertura de guillotina de 8", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.3 Superficie de trabajo cóncava extraíble de acero inoxidable tipo 304 sin uniones con perillas para levantar.</p> <p>1.4 Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos, antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.5 Iluminación LED brillante, de 90 a 150 pies candelas, sin deslumbramiento, ubicada fuera del área de trabajo contaminada.</p> <p>1.7 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" que cierra completamente. Apertura de guillotina máx. de 22.6" (57 cm) y altura de visualización de 27.0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10° con mecanismo contrapesado de fácil elevación.</p> <p>1.8 Control de panel táctil compatible con ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.8.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.8.2 Control de luces</p> <p>1.8.3 Temporizador de luz UV</p> <p>1.9 Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro.</p> <p>1.10 y 1.20 La pantalla LCD en color, con línea de visión, montada en el interior con sistema operativo MyLogic muestra la vida útil del filtro y los mensajes de estado de la alarma y alertas. 8 idiomas disponibles.</p>								

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>1.10.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.10.2 Alarma de presión diferencial fuera de rango</p> <p>1.10.3 Alarma de falta de flujo de aire</p> <p>1.11 Dado que no se recircula nada del aire, estos gabinetes para riesgo biológico se pueden usar para trabajar con agentes tratados con químicos tóxicos volátiles y radionúclidos.</p> <p>1.12 Motor conmutado electrónicamente (ECM).</p> <p>1.13 Suministro y escape de filtros HEPA con una eficiencia del 99,99 % y retención de partículas de 0.3 micras</p> <p>1.14 Rejilla de entrada curvada de acero inoxidable con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air.</p> <p>1.15 Velocidad de entrada nominal de 105 fpm (0.5 m/seg).</p> <p>1.16 Nivel de ruido &lt;63 dBA</p> <p>1.17 Dimensiones :</p> <p>1.17.1 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.17.1' Altura 254.3-269.5 cm</p> <p>1.17.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.19 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo.</p> <p>1.20 Identificador/indicador de vida útil de filtro HEPA</p> <p>1.21 Dos receptáculos dúplex eléctricos. Acero inoxidable con bisagras empotrables antivibratorias, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP).</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™.</p> <p>Canal de presión negativa Contain-Air™.</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código.</p> <p>Carga de calor 990 BTU/hora</p>								

WAVE/CTR/01/1/11X

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE





PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importo total ofertado sin IVA
				(modelos de 4') Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m/seg). Cable de alimentación de 10' (3 m) con enchufe. Garantía de cinco años. Peso 331,1 kg. Ancho nominal: 4 pies. Tipo de protección: Producto y al personal Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2  3.1 Incluye 2 juegos de los siguientes filtros HEPA: catálogo 3438501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot B2 Model Marca Labconco catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco  4.1 Alimentación: 115V, 60 Hz, 12ª  5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  <b>SE OFRECE</b> 1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire 1.2, 1.5 Y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+	5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	30241101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00
8	53100887	18598	540.090.0057,00.01									


PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacuum Pass y base .</p> <p>1.3 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble</p> <p>1.4 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.6 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4 "de cierre completo . Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0 "(69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.7 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.7.1 Sistema Smart-Start ™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.7.2 Control de luces</p> <p>1.7.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.8 y 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas. 8 idiomas disponibles</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.8.2 Falta de flujo de aire</p> <p>1.9 Durante el funcionamiento, el aire de la habitación entra en la rejilla de entrada. El aire en la cámara debajo de la superficie de trabajo es una mezcla de aire de la habitación sin filtrar y aire que acaba de pasar por el área de trabajo. Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través de la cámara trasera del gabinete, donde aproximadamente el 70 % del aire se</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>recircula a través del filtro HEPA de suministro y regresa al área de trabajo. El resto del aire contaminado se descarga al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape.</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99.99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4 ')</p> <p>1.15 Dimensiones</p> <p>1.15.1 137.9 cm ancho</p> <p>1.15.2 226.6 – 241.8 cm de altura</p> <p>1.15.3 79.2 cm de profundidad</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>1.19 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas.</p> <p>Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrada Gancho para boallas removible ubicado debajo de la</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importo total ofertado sin IVA
9	53100887	19201	533.159.00/17.02.01	<p>superficie de trabajo Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6 "(57 cm) máx. Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m / seg) Aproximadamente 70% de recirculación de aire Profundidad total x altura: 31,2" x 61,7" (79,2 x 156,7 cm) Cable de alimentación de 10 '(3 m) con enchufe Temporizador incorporado y reloj digital Garantía de cinco años Peso 303,9 Kg Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL 31 ISO 14644-1 y 2 ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 INCLUYE: 2 JUEGOS DE FILTROS HEPA DE ENTRADA Y SALIDA: catálogo 3838501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p> <p>4.1 Alimentación 115 VCA, 60 Hz, 12 Amp</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme los requisitos establecidos en la convocatoria.</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL</p> <p>SE OFRECE 1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente</p>	3	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.2 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble.</p> <p>1.3 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.4 y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.5 Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.6 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.6.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.6.2 Control de luces</p> <p>1.6.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.7 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas.</p> <p>Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>1.8, 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas.</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de la ventana</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>1.8.2 alarma falta de flujo de aire</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99,99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Dimensiones</p> <p>1.15 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.15.1 Altura 226.6 – 241.8 cm</p> <p>1.15.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>8 idiomas disponibles</p> <p>Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" de cierre completo</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado 1.17 Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6" (57 cm) máx.</p> <p>Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4')</p> <p>Superficie de trabajo bombada con perillas de elevación</p>								



Handwritten signature



Handwritten signature

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importo total ofertado sin IVA
10	53100887	11895	531,422.0053.02.01	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo B2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3.</p> <p>1.2, 1.6 y 1.18 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II B2 de 4' con abertura de guillotina de 8", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.3 Superficie de trabajo cóncava extraíble de acero inoxidable tipo 304 sin uniones con perillas para levantar.</p> <p>1.4 Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.5 Iluminación LED brillante, de 90 a 150 pies candelas, sin deslumbramiento, ubicada fuera del área de trabajo contaminada.</p> <p>1.7 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" que cierra completamente. Apertura de guillotina max. de 22.6" (57 cm) y altura de visualización de 27.0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10° con mecanismo contrapesado de fácil elevación.</p> <p>1.8 Control de panel táctil compatible con ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.8.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.8.2 Control de luces</p> <p>1.8.3 Temporizador de luz UV</p>	5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	303481101 3858800 7071900-30656	Labconco Corporation	\$ 1,163,600.00	\$ 1,163,600.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importo total ofertado sin IVA	
				<p>1.9 Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro.</p> <p>1.10 y 1.20 La pantalla LCD en color, con línea de visión, montada en el interior con sistema operativo MyLogic muestra la vida útil del filtro y los mensajes de estado de la alarma y alertas. 8 idiomas disponibles.</p> <p>1.10.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.10.2 Alarma de presión diferencial fuera de rango</p> <p>1.10.3 Alarma de falta de flujo de aire</p> <p>1.11 Dado que no se recircula nada del aire, estos gabinetes para riesgo biológico se pueden usar para trabajar con agentes tratados con químicos tóxicos volátiles y radiionúclidos.</p> <p>1.12 Motor conmutado electrónicamente (ECM).</p> <p>1.13 Suministro y escape de filtros HEPA con una eficiencia del 99.99 % y retención de partículas de 0.3 micras</p> <p>1.14 Rejilla de entrada curvada de acero inoxidable con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air.</p> <p>1.15 Velocidad de entrada nominal de 105 fpm (0,5 m/seg).</p> <p>1.16 Nivel de ruido &lt;63 dBA</p> <p>1.17 Dimensiones :</p> <p>1.17.1 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.17.1' Altura 254.3-269.5 cm</p> <p>1.17.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.19 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo.</p> <p>1.20 Identificador/indicador de vida útil de filtro HEPA</p> <p>1.21 Dos receptáculos duplex eléctricos. Acero inoxidable con bisagras empotrables antivibratorias, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importo total ofertado sin IVA
				<p>de perfil de flujo de aire constante (CAP).                      Sistema de entrada Air-Wave™.                      Canal de presión negativa Contain-Air™.                      Cerradura de seguridad electrónica activada por código.                      Carga de calor 990 BTU/hora (modelos de 4')                      Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m/seg).                      Cable de alimentación de 10' (3 m) con enchufe.                      Garantía de cinco años.                      Peso 331,1 kg.                      Ancho nominal: 4 pies.                      Tipo de protección: Producto y al personal                      Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL                      ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 Incluye 2 juegos de los siguientes filtros HEPA: catálogo 3438501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot B2 Model                      Marca Labconco catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model                      Marca Labconco</p> <p>4.1 Alimentación: 115V, 60 Hz, 12ª</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL</p> <p><b>SE OFRECE</b>                      1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de</p>								
11	53100887	18598	540.090.0057.00.01		5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire</p> <p>1.2, 1.5 Y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacuum Pass y base .</p> <p>1.3 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble</p> <p>1.4 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.6 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4 "de cierre completo . Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0 "(69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.7 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.7.1 Sistema Smart-Start ™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.7.2 Control de luces</p> <p>1.7.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.8 y 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas. 8 idiomas disponibles</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.8.2 Falta de flujo de aire</p> <p>1.9 Durante el funcionamiento, el aire de la habitación entra en la rejilla de entrada. El aire en la cámara debajo</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>de la superficie de trabajo es una mezcla de aire de la habitación sin filtrar y aire que acaba de pasar por el área de trabajo. Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través de la cámara trasera del gabinete, donde aproximadamente el 70 % del aire se recircula a través del filtro HEPA de suministro y regresa al área de trabajo. El resto del aire contaminado se descarga al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape.</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99,99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4 ')</p> <p>1.15 Dimensiones</p> <p>1.15.1 137.9 cm ancho</p> <p>1.15.2 226.6 – 241.8 cm de altura</p> <p>1.15.3 79.2 cm de profundidad</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>1.19 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas.</p> <p>Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importo total ofertado sin IVA
				<p>presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™ Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6 "(57 cm) máx.</p> <p>Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p> <p>Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m / seg)</p> <p>Aproximadamente 70% de recirculación de aire</p> <p>Profundidad total x altura: 31,2" x 61,7" (79,2 x 156,7 cm)</p> <p>Cable de alimentación de 10 '(3 m) con enchufe Temporizador incorporado y reloj digital</p> <p>Garantía de cinco años</p> <p>Peso 303,9 Kg</p> <p>Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL NSF 49, UL</p> <p>31 ISO 14644-1 y 2</p> <p>ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p>								
				<p>3.1 INCLUYE: 2 JUEGOS DE FILTROS HEPA DE ENTRADA Y SALIDA:</p> <p>catálogo 3838501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p> <p>catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p>								
				<p>4.1 Alimentación 115 VCA, 60 Hz , 12 Amp</p>								
				<p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme los requisitos establecidos en la convocatoria.</p>								

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
12	53100887	19201	533.159.0017.02.01	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.2 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble.</p> <p>1.3 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.4 y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.5 Apertura de la hoja y altura de visualización de 27,0 "(69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.6 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.6.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.6.2 Control de luces</p> <p>1.6.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.7 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas. Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con</p>	5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>1.8. 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas.</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de la ventana</p> <p>1.8.2 alarma falta de flujo de aire</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99,99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0.5 m / seg)</p> <p>1.14 Dimensiones</p> <p>1.15 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.15.1 Altura 226.6 – 241.8 cm</p> <p>1.15.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>8 idiomas disponibles</p> <p>Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" de cierre completo</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado</p> <p>1.17 Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica</p>									


PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
13	53100887	11895	531.422.0053.02.01	<p>activada por código 22.6" (57 cm) máx.                      Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4')                      Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR.(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo B2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3.</p> <p>1.2, 1.6 y 1.18 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II B2 de 4' con abertura de guillotina de 8", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu+Pass y base</p> <p>1.3 Superficie de trabajo cóncava extraíble de acero inoxidable tipo 304 sin uniones con perillas para levantar.</p> <p>1.4 Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.5 Iluminación LED brillante, de 90 a 150 pies candelas, sin deslumbramiento, ubicada fuera del área de trabajo contaminada.</p> <p>1.7 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" que cierra completamente. Apertura de guillotina máx. de 22,6" (57 cm) y altura de visualización de 27,0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10° con mecanismo contrapesado de fácil elevación.</p>	4	EQP	E.U.A.	LABCONCO	303481101 3858800 7071900-30656	Labconco Corporation	\$ 1,163,600.00	\$ 1,163,600.00



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

WWW.CTRSCIENTIFIC.COM.MX

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				<p>1.8 Control de panel táctil compatible con ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.8.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.8.2 Control de luces</p> <p>1.8.3 Temporizador de luz UV</p> <p>1.9 Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro.</p> <p>1.10 y 1.20 La pantalla LCD en color, con línea de visión, montada en el interior con sistema operativo MyLogic muestra la vida útil del filtro y los mensajes de estado de la alarma y alertas. 8 idiomas disponibles.</p> <p>1.10.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.10.2 Alarma de presión diferencial fuera de rango</p> <p>1.10.3 Alarma de falta de flujo de aire</p> <p>1.11 Dado que no se recircula nada del aire, estos gabinetes para riesgo biológico se pueden usar para trabajar con agentes tratados con químicos tóxicos volátiles y radionuclidos.</p> <p>1.12 Motor conmutado electrónicamente (ECM).</p> <p>1.13 Suministro y escape de filtros HEPA con una eficiencia del 99,99 % y retención de partículas de 0.3 micras</p> <p>1.14 Rejilla de entrada curvada de acero inoxidable con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air.</p> <p>1.15 Velocidad de entrada nominal de 105 fpm (0,5 m/seg).</p> <p>1.16 Nivel de ruido &lt;63 dBA</p> <p>1.17 Dimensiones :</p> <p>1.17.1 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.17.1' Altura 254.3-269.5 cm</p> <p>1.17.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.19 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo.</p> <p>1.20 Identificador/indicador de vida útil</p>								



PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
14	53100887	18598	540.090.0057.00.01	<p>de filtro HEPA</p> <p>1.21 Dos receptáculos duplex eléctricos. Acero inoxidable con bisagras empotrables antivibratorias, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP).</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™.</p> <p>Canal de presión negativa Contain-Air™.</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código.</p> <p>Carga de calor 990 BTU/hora (modelos de 4')</p> <p>Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m/seg).</p> <p>Cable de alimentación de 10' (3 m) con enchufe.</p> <p>Garantía de cinco años.</p> <p>Peso 331,1 kg.</p> <p>Ancho nominal: 4 pies.</p> <p>Tipo de protección: Producto y al personal</p> <p>Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL</p> <p>ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 Incluye 2 juegos de los siguientes filtros HEPA: catálogo 3438501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot B2 Model Marca Labconco catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p> <p>4.1 Alimentación: 115V, 60 Hz, 12ª</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL</p>	5	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

www.ctr.com.mx

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire</p> <p>1.2, 1.5 Y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacuum Pass y base.</p> <p>1.3 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble</p> <p>1.4 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.6 Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" de cierre completo. Apertura de la hoja y altura de visualización de 27.0 "(69 cm) Hoja en ángulo de 10 ° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.7 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.7.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.7.2 Control de luces</p> <p>1.7.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.8 y 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas. 8</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>idiomas disponibles</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de ventana</p> <p>1.8.2 Falta de flujo de aire</p> <p>1.9 Durante el funcionamiento, el aire de la habitación entra en la rejilla de entrada. El aire en la cámara debajo de la superficie de trabajo es una mezcla de aire de la habitación sin filtrar y aire que acaba de pasar por el área de trabajo. Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través de la cámara trasera del gabinete, donde aproximadamente el 70 % del aire se recircula a través del filtro HEPA de suministro y regresa al área de trabajo. El resto del aire contaminado se descarga al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape.</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99.99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Nivel de ruido &lt;63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4 ')</p> <p>1.15 Dimensiones</p> <p>1.15.1 137.9 cm ancho</p> <p>1.15.2 226.6 – 241.8 cm de altura</p> <p>1.15.3 79.2 cm de profundidad</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>1.19 Dos receptáculos eléctricos dúplex. -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas.</p> <p>Tomacorrientes individuales en</p>									

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo</p> <p>Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6 "(57 cm) máx.</p> <p>Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación</p> <p>Velocidad nominal de flujo descendente de 55 fpm (0,3 m / seg)</p> <p>Aproximadamente 70% de recirculación de aire</p> <p>Profundidad total x altura: 31,2" x 61,7" (79,2 x 156,7 cm)</p> <p>Cable de alimentación de 10 '(3 m) con enchufe Temporizador incorporado y reloj digital</p> <p>Garantía de cinco años</p> <p>Peso 303.9 Kg</p> <p>Cumple con ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL</p> <p>31 ISO 14644-1 y 2</p> <p>ISO 5 condiciones para ISO 14644-1 y 2</p> <p>3.1 INCLUYE: 2 JUEGOS DE FILTROS HEPA DE ENTRADA Y SALIDA:</p> <p>catálogo 3838501 Exhaust HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p> <p>catálogo 3838411 Supply HEPA Filter 4 Foot Model Marca Labconco</p>									

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
15	53100887	19201	533.159.0017.02.01	<p>4.1 Alimentación 115 VCA, 60 Hz, 12 Amp</p> <p>5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme los requisitos establecidos en la convocatoria.</p> <p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL</p> <p><b>SE OFRECE</b></p> <p>1.1 Las cabinas de bioseguridad Purifier Logic+ Clase II, tipo A2 brindan protección al personal, al producto y al medio ambiente contra partículas peligrosas, como agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con fármacos antineoplásicos, material genético, amianto y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.</p> <p>1.2 Acero inoxidable 304 sin costuras extraíble.</p> <p>1.3 Iluminación LED brillante, con candelas de 90-150 pies, sin deslumbramiento ubicada fuera del área de trabajo contaminada</p> <p>1.4 y 1.16 Gabinete de seguridad biológica Purifier Logic+ Clase II A2 de 4' con abertura de guillotina de 10", luz ultravioleta, accesorio de servicio, portal Vacu-Pass y base</p> <p>1.5 Apertura de la hoja y altura de visualización de 27.0" (69 cm) Hoja en ángulo de 10° con mecanismo de elevación fácil y contrapesada</p> <p>1.6 Control de panel táctil compatible con la ADA en el poste del lado derecho</p> <p>1.6.1 Sistema Smart-Start™ Arranque y apagado programables por el usuario</p> <p>1.6.2 Control de luces</p>	3	EQP	E.U.A.	LABCONCO	302411101	Labconco Corporation	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	
				<p>1.6.3 Temporizador para luz UV</p> <p>1.7 Dos receptáculos eléctricos dúplex -montado -acero inoxidable con bisagras amortiguadas. Tomacorrientes individuales en modelos de 115 VCA. Un tomacorriente en cada lado, con interrupción de falla a tierra (115V)</p> <p>1.8, 1.18 Pantalla LCD en color con línea de visión montada en el interior con MyLogic OS. Muestra la vida útil del filtro, mensajes de estado para condiciones de alarma y alertas.</p> <p>1.8.1 Alarma para nivel de apertura de la ventana</p> <p>1.8.2 alarma falta de flujo de aire</p> <p>Sistema de monitoreo de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)</p> <p>1.10 Motor conmutado electrónicamente (ECM)</p> <p>1.11 Suministro y escape Filtros HEPA con una eficiencia del 99.99%.</p> <p>1.12 Rejilla de entrada de acero inoxidable curvada con ranuras de flujo de aire secundario Reserve-Air</p> <p>1.13 Velocidad nominal de entrada de 105 fpm (0,5 m / seg)</p> <p>1.14 Dimensiones</p> <p>1.15 Longitud 137.9 cm</p> <p>1.15.1 Altura 226.6 – 241.8 cm</p> <p>1.15.2 Fondo 79.2 cm</p> <p>1.16 Base telescópica de altura ajustable</p> <p>1.17 Interior de acero inoxidable a prueba de fugas y exterior de acero con recubrimiento en polvo</p> <p>Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa</p> <p>Sistema de entrada Air-Wave™</p> <p>Canal de presión negativa Contiene-Air™</p> <p>8 idiomas disponibles</p> <p>Marco de vidrio de seguridad templado transparente de 1/4" de</p>									


PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
				cierre completo El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrado 1.17 Gancho para toallas removible ubicado debajo de la superficie de trabajo Cerradura de seguridad electrónica activada por código 22.6 "(57 cm) máx. Nivel de ruido <63 dBA Carga de calor 990 BTU / hora (modelos de 4') Superficie de trabajo abombada con perillas de elevación								
<b>Importe subtotal con letra:</b> Cuarenta y siete millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos veintitún pesos 00/100 M.N.											<b>SUBTOTAL</b> \$47,143,821.00	
<b>Importe total con letra:</b> Cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y dos pesos 36/100 M.N.											<b>IVA</b> \$ 7,543,011.36 <b>TOTAL</b> \$54,686,832.36	

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO


**Nota:**

- 1.- Expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado).
  - 2.- Presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.
  - 3.- La marca, modelo y fabricante, deberá coincidir con el ofertado en la propuesta técnica.
- Plazo y lugar de entrega del bien: 120 días naturales, contados a partir de la notificación que realice cada administrador de contrato (de cada una de las 13 unidades de destino final)
- El lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será en las 13 unidades de destino final, que se encuentra relacionadas en el Anexo No. 3.4 "Guía de Distribución".
- La Propuesta se Mantendrá Vigente dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**BEATRIZ MONDRAGON ANDRADE**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ciudad de México a 28 de abril de 2023.




**PROPUESTA ECONÓMICA**

No. de Procedimiento: LA-50-QYR-050GYR040-T-4-2023 Fecha: 28 de abril del 2023

Descripción del Procedimiento: Programa "Equipamiento Médico, con destino en los Centros de Mezclas"

Nombre o razón social del licitante: INOLAB Especialistas de Servicio S.A. de C.V.

Registro Federal de Contribuyentes: IE50707193M8 Correo Electrónico: [ayse@inolab.com](mailto:ayse@inolab.com)

Domicilio fiscal del licitante: Aniceto Ortega No. 1341, Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Número Telefónico: 55 5524 2429 Estratificación: Mediana Empresa

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario sin IVA	Importe total ofertado sin IVA
1	53100887	11895	531 432 0053 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	1	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	BO-120-PP-B	Top-Air	\$ 336,055.84	\$ 336,055.84
2	53100887	18598	540 090 0057 00 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	1	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-V120-LV	Top-Air	\$ 193,798.69	\$ 193,798.69
3	53100887	19201	533 158 0017 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	1	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-H120-LV	Top-Air	\$ 220,769.46	\$ 220,769.46
4	53100887	11895	531 432 0053 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	BO-120-PP-B	Top-Air	\$ 286,555.84	\$ 1,432,779.20
5	53100887	18598	540 090 0057 00 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-V120-LV	Top-Air	\$ 155,798.69	\$ 778,993.45
6	53100887	19201	533 158 0017 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	4	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-H120-LV	Top-Air	\$ 185,769.46	\$ 743,077.84
7	53100887	11895	531 432 0053 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	BO-120-PP-B	Top-Air	\$ 287,462.05	\$ 1,149,848.36
8	53100887	18598	540 090 0057 00 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-V120-LV	Top-Air	\$ 157,923.69	\$ 789,618.45
9	53100887	19201	533 158 0017 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-H120-LV	Top-Air	\$ 191,802.78	\$ 574,808.37
10	53100887	11895	531 432 0053 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	BO-120-PP-B	Top-Air	\$ 338,805.84	\$ 1,694,029.20
11	53100887	18598	540 090 0057 00 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-V120-LV	Top-Air	\$ 209,798.69	\$ 1,048,993.45
12	53100887	19201	533 158 0017 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-H120-LV	Top-Air	\$ 236,769.46	\$ 1,183,847.30
13	53100887	11895	531 432 0053 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	BO-120-PP-B	Top-Air	\$ 317,830.84	\$ 1,271,723.36
14	53100887	18598	540 090 0057 00 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-V120-LV	Top-Air	\$ 182,298.69	\$ 911,493.45
15	53100887	19201	533 158 0017 02 01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	Estados Unidos de América	Top-Air	HC-H120-LV	Top-Air	\$ 254,936.03	\$ 764,808.09
Importe subtotal con letra: Trece millones diecinueve mil seiscientos cuarenta y cuatro 51'00 M.N.											SUBTOTAL	\$13,019,844.51
Importe total con letra: Quince millones ciento dos mil setecientos ochenta y siete 63'00 M.N.											IVA	\$ 2,003,143.12
											TOTAL	\$15,102,787.63

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

- Nota:
- 1.- Expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado).
  - 2.- Presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.
  - 3.- La marca, modelo y fabricante, deberá coincidir con el ofertado en la propuesta técnica.

IGNACIO VIVAR CABRERA  
REPRESENTANTE LEGAL

**INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO S.A. DE C.V.**  
Aniceto Ortega 1341 Col. Del Valle C.P. 03100  
México D.F. Del. Benito Juárez  
Suc. GDL Privada de las Rosas 418 Col. Chapalita Zapopan Jal.  
[www.inolab.com](http://www.inolab.com)

Tel: (55) 55242429  
Fax: (55) 55349135  
Tel: (33) 31217849



## PROPUESTA ECONOMICA

LA-90-GYR-0503YR010-T-4-2023

No. de Procedimiento:

Descripción del Procedimiento:

Equipo Médico, con destino en los Centros de Mecidias

Fecha: 28/04/2023

Nombre o razón social del licitante:

LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV

Registro Federal de Contribuyentes:

LT1861220FP5

Correo Electrónico: [scampus@labtech.com.mx](mailto:scampus@labtech.com.mx)

Domicilio fiscal del licitante:

Calle Comercio Exterior No. 1080, Colonia La Aurora CP 44460 Guadalajara Jalisco

Número Telefónico:

553236527

Estratificación: Empresa Grande

PARTIDA	CUCOP	PREJ	SAI	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Paquete	Precio Unitario sin IVA	Importe total planificado sin IVA
1	53100887	1895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	1	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- B2	LABCONCO	\$ 452,175.33	\$ 452,175.33
2	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	1	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- A2	LABCONCO	\$ 350,222.20	\$ 350,222.20
3	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	1	EQP	USA	LABCONCO	Purifier Horizontal	LABCONCO	\$ 323,923.39	\$ 323,923.39
4	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- B2	LABCONCO	\$ 452,175.33	\$ 2,260,876.64
5	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- A2	LABCONCO	\$ 350,222.20	\$ 1,751,110.98
6	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	4	EQP	USA	LABCONCO	Purifier Horizontal	LABCONCO	\$ 323,923.39	\$ 1,295,693.56
7	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- B2	LABCONCO	\$ 452,175.33	\$ 1,809,701.31
8	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- A2	LABCONCO	\$ 350,222.20	\$ 1,751,110.98
9	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	USA	LABCONCO	Purifier Horizontal	LABCONCO	\$ 323,923.39	\$ 971,770.17
10	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- B2	LABCONCO	\$ 452,175.33	\$ 2,260,876.64
11	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- A2	LABCONCO	\$ 350,222.20	\$ 1,751,110.98
12	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	5	EQP	USA	LABCONCO	Purifier Horizontal	LABCONCO	\$ 323,923.39	\$ 1,619,616.95
13	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- B2	LABCONCO	\$ 452,175.33	\$ 1,809,701.31
14	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	USA	LABCONCO	LOGIC- A2	LABCONCO	\$ 350,222.20	\$ 1,751,110.98
15	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	USA	LABCONCO	Purifier Horizontal	LABCONCO	\$ 323,923.39	\$ 971,770.17
<b>Importe subtotal con Ietra:</b>											<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 21,128,771.62</b>
<b>Importe total con Ietra:</b>											<b>IVA</b>	<b>\$ 3,380,603.46</b>
<b>Importe total con Ietra:</b>											<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,509,375.08</b>

SON VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTE OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 62/100 MNX

Importe total con Ietra:

SON VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 09/100 MNX

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

- Precios fijos durante la vigencia del contrato
- Vigencia de la cotización de 30 días.



IBQ SERGIO CAMPOS RIVERA Representante Legal



Lab-Tech Instrumentación, S.A. de C.V.  
Yacatas 319  
Cdi. Narvarte C.P. 03020  
R.F.C. LT1860220FP5

**PROPUESTA ECONOMICA**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO


Ciudad de México, 28 de abril de 2023

PROPUESTA: Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica No. LA-50-CYR-050GYR040-T-4-2023  
 NOMBRE DEL LICITANTE: Programa "Equipamiento Médico, con destino en los centros de Mezclas"  
 DOMICILIO: TECROM, S.A. DE C.V. R.F.C: TEC1604156K8 FAB. ( ) DISTRIBUIDOR (X)  
 CALLE ALLORI No. 26 COL. SANTA MARIA NONOALCO C.P. 01420 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO TEL.: (55) 9233-4390 EXT 2009-2009-2010  
 ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA (X) GRANDE ( ) Correo electrónico: licitaciones@tecrom.com No. De Proveedor: 000137217

PARTIDA	CUCOP	PREI	SM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN DEL BIEN	MARCA	MODELO	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IVA
1	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	1	EQP	MEXICO	VECO	BIBH-B2TE03P	VECO SA DE CV	\$716.538.00	\$716.538.00
2	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	1	EQP	MEXICO	VECO	BIGVFL-TE10P	VECO SA DE CV	\$520.484.00	\$520.484.00
3	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	1	EQP	MEXICO	VECO	BIGHFL-ATE07P	VECO SA DE CV	\$528.407.00	\$528.407.00
4	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	MEXICO	VECO	BIBH-B2TE03P	VECO SA DE CV	\$716.538.00	\$3,582,690.00
5	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	MEXICO	VECO	BIGVFL-TE10P	VECO SA DE CV	\$520.484.00	\$2,602,420.00
6	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	4	EQP	MEXICO	VECO	BIGHFL-ATE07P	VECO SA DE CV	\$528.407.00	\$2,113,628.00
7	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	MEXICO	VECO	BIBH-B2TE03P	VECO SA DE CV	\$716.538.00	\$2,866,152.00
8	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	MEXICO	VECO	BIGVFL-TE10P	VECO SA DE CV	\$520.484.00	\$2,602,420.00
9	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	MEXICO	VECO	BIGHFL-ATE07P	VECO SA DE CV	\$528.407.00	\$1,585,221.00
10	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR,(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	5	EQP	MEXICO	VECO	BIBH-B2TE03P	VECO SA DE CV	\$716.538.00	\$3,582,690.00
11	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	MEXICO	VECO	BIGVFL-TE10P	VECO SA DE CV	\$520.484.00	\$2,602,420.00
12	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	5	EQP	MEXICO	VECO	BIGHFL-ATE07P	VECO SA DE CV	\$528.407.00	\$2,642,035.00

*[Handwritten signature]*

**PROPUESTA ECONOMICA**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. UNIDAD DE ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

Ciudad de México, 28 de abril de 2023

PROPUESTA:	Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electronica No. LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023		
NOMBRE DEL LICITANTE:	Programa "Equipamiento Médico, con destino en los centros de Mezclas"		
DOMICILIO:	CALLE ALLORNI No. 26 COL. SANTA MARIA NONOALCO C.P. 01420 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	RFC: TEC1604156K8	FAB. ( ) DISTRIBUIDOR ( X )
ESTRATIFICACION:	MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X ) GRANDE ( )	Correos electrónicos: licitaciones@tecrom.com elvira.ramos@tecrom.com	No. De Proveedor: 000137217

PARTIDA	CUCOP	PREI	SM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN DEL BIEN	MARCA	MODELO	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IVA
13	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR; GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	EQP	MEXICO	VECO	BIBH-B2TE03/P	VECO SA DE CV	\$716,538.00	\$2,866,152.00
14	53100887	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	EQP	MEXICO	VECO	BIGVFL-TE10/P	VECO SA DE CV	\$520,484.00	\$2,602,420.00
15	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	3	EQP	MEXICO	VECO	BIGHFL-ATE07/P	VECO SA DE CV	\$526,407.00	\$1,585,221.00

**IMPORTE SUBTOTAL CON LETRA: (Trenta y dos millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N)**

**IMPORTE TOTAL CON LETRA EN MONEDA NACIONAL ( Trenta y ocho millones doscientos setenta y ocho mil setecientos doscientos setenta y ocho mil setecientos veinti un pesos 68/100 M.N)**

SUBTOTAL	\$32,898,898.00
IVA	\$5,279,823.68
TOTAL	\$38,278,721.68

LOS PRECIOS OFERTADOS SON Fijos DURANTE LA VICENCIA DEL CONTRATO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  
A T E N T A M E N T E

ELVIRA RAMOS GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE ALLORNI 26, COL. SANTA MARIA NONOALCO,  
ALVARO OBREGON, C.P. 01420, CIUDAD DE MEXICO.  
TEL. (55) 9233-4390



**Gobierno de  
MÉXICO**



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Médico

# ANEXO IV



**2023**  
Año de  
**Francisco  
VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



**ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de Abril de 2023 a las 10:12

Nombre o Razón Social: ATRYA PLAST SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Expediente: E-2023-00020954  
 Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023  
 Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Unidad Responsable: 050GYR040 - DA-UADQ-CABCS-DEMM  
 Nombre del procedimiento de contratación: CENTROS DE MEZCLAS  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de Marzo de 2023  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de Abril de 2023 a las 11:00  
 Responsable de la captura: MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 Tipo de contratación: ADQUISICIONES  
 Carácter del procedimiento: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 Año del ejercicio presupuestal: 2023  
 Contrato Abierto: No  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No  
 ¿Compra consolidada?: No

**Datos proporcionados para validación**

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 24  
 Número de requerimientos con respuesta: 24  
 Número de archivos: 24

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:12
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	CARTA DE CORREO.docx	92.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:12
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	FORMATO 4 INTEGRIDAD.docx	92.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:12
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	FORMATO 5 INTEGRIDAD.docx	93.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:13
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	OPINION 04-23.pdf	642.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:15
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	CartaNoAdeudo_APL031117EK5 (2).pdf	431.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:16
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	CGRF_GSRyCF_GCPCyG_0000906383_20 23.PDF	24.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:20
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	CARTA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.docx	93.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:21





Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
FORMATO 2, 2º O 3. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES.	FORMATO 3 ORIGEN DE LOS BIENES.docx	93.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:21
FORMATO 6 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	FORMATO 3 ORIGEN DE LOS BIENES.docx	93.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:21
FORMATO 7 ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME	FORMAYO 7 MIPYME.docx	93.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:22
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	IFE ING EMILIA ACTUALIZADA_.pdf	276.8 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:22
FORMATO 8 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:28
FORMATO 9 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:28
FORMATO 10 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL COMPETENCIA ECONÓMICA	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:28
FORMATO 11 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:29
FORMATO 12 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:29
FORMATO 13 ESCRITO PARA CONSULTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO 32-D	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:29
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:29
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET.	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:29
FORMATO 14 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:30
MANIFESTACIÓN DE NO PRACTICAS DESLEALES	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:33
FORMATO 15 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESTAR EL LICITANTE.	FORMATO 1.docx	95.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 16:33
ACTA CONSTITUTIVA	ACTA ATRYA PLAST. COMPLETA.pdf	4.0 MB	27 de Abril de 2023 a las 16:23

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 8  
Número de requerimientos con respuesta: 8  
Número de archivos: 8





Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EL ANEXO 2.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ANEXAR A SU PROPUESTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN.	CEDULAS FINAL.pdf	1.9 MB	27 de Abril de 2023 a las 16:51
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	CATALOGOS CON TRADUCCION.pdf	28.4 MB	27 de Abril de 2023 a las 17:03
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	ESCO Micro - ISO9001:2015 Valid until 17 December 2025.pdf	99.3 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:03
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	ISO 13485.pdf	442.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:04
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	ISO 13485.pdf	442.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:04
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	ISO 13485.pdf	442.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:04
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	ISO 13485.pdf	442.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:07
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	Propuesta Económica EXCEL final.xlsx	33.8 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:09

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA	Economica word membretada FINAL.pdf	164.9 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:10

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 15  
Número de requerimientos con respuesta: 15

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 585,000.00	\$ 585,000.00	\$ 678,600.00
2	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 395,449.00	\$ 395,449.00	\$ 458,720.81
3	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



4	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 535,000.00	\$ 2,675,000.00	\$ 3,103,000.00
5	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 369,000.00	\$ 1,845,000.00	\$ 2,140,200.00
6	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION CENTRO)	PIEZA	4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	4	\$ 548,099.00	\$ 2,192,396.00	\$ 37,270,732.36
8	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	5	\$ 376,000.00	\$ 1,880,000.00	\$ 2,180,800.2
9	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 648,000.00	\$ 3,240,000.00	\$ 3,758,400.00
11	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 399,900.00	\$ 1,999,500.00	\$ 2,319,420.00
12	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NORTE)	PIEZA	4	\$ 584,000.00	\$ 2,920,000.00	\$ 3,387,200.00
14	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NORTE)	PIEZA	5	\$ 396,000.00	\$ 1,980,000.00	\$ 2,296,800.00
15	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NORTE)	PIEZA	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**Nombre o Razón Social:** ATRYA PLAST SA DE CV

**Nombre del firmante:** ATRYA PLAST SA DE CV

**RFC:** APL031117EK5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.


**Firma (Cadena de firma electrónica)**

oMN8ANhDLq3L6VfkF9jBT+ubyMrhmf+Rvb+rMTm2deWXYUQRZLhB+uWGbg+xOuSrWveQ+3z95NTnLMNf0yPlp54M5vagDy9/ptn2zPt90d4WuzPhPj5P+JWQqsvaYfk10MrpPqdD5d+GmZWOnW5/bQQqA1fAQVF053diT9KbacFGTMgRkzUbjw+ajBisjkd7bhuA2WQsF9UNOeY5wyfHBPQHIMK58mGQIFX70e5fXfEBh5xI9gReIdpkZdf3Q5W/gxVxWKPrZ0T+j5Akn0KEPoX/jobSmanuL4hmPTYQbeXVyMXex8RHj5nheo3X2koyglVucXWrWpdPnf8g==





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





**ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRONICA A TRAVÉS DE COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de Abril de 2023 a las 09:21

**Nombre o Razón Social:** CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Expediente: E-2023-00020954  
 Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023  
 Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Unidad Responsable: 050GYR040 - DA-UADQ-CABCS-DEMM  
 Nombre del procedimiento de contratación: CENTROS DE MEZCLAS  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de Marzo de 2023  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de Abril de 2023 a las 11:00  
 Responsable de la captura: MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 Tipo de contratación: ADQUISICIONES  
 Carácter del procedimiento: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 Año del ejercicio presupuestal: 2023  
 Contrato Abierto: No  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No  
 ¿Compra consolidada?: No

**Datos proporcionados para validación**

**Requerimientos Legales-Administrativos**

Número de requerimientos solicitados: 24  
 Número de requerimientos con respuesta: 24  
 Número de archivos: 24

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	1.- Acreditacion Formato1.pdf	430.7 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:03
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE	2.- Direccion Electronica.pdf	317.1 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:03
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	3.- Art. 50y60 Formato4.pdf	317.1 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:03
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4.- Dec. Integridad Formato5.pdf	324.8 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:03
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5.- Opinion SAT 32D.pdf	766.0 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:04
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6.- Opinion SAT IMSS.pdf	547.5 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:14
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7.- Opinion INFONAVIT.PDF	295.0 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:04
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	8.- Direccion Domicilio.pdf	317.7 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:04





Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
FORMATO 2, 2ª O 3. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES.	9.- Origen Formato3.pdf	1.8 MB	28 de Abril de 2023 a las 09:12
FORMATO 6 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	10.- Part. Conjunta Formato6.pdf	2.8 MB	28 de Abril de 2023 a las 09:12
FORMATO 7 ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME	11.- Estratificacion.pdf	326.4 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:13
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	12.- INE.pdf	349.9 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:13
FORMATO 8 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	13.- Informacion Formato8.pdf	1.6 MB	28 de Abril de 2023 a las 09:14
FORMATO 9 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	14.- Conflicto Interes Formato9.pdf	325.9 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:14
FORMATO 10 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL COMPETENCIA ECONÓMICA	15.- No Colusion Formato10.pdf	366.2 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:15
FORMATO 11 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	16.- Aviso Priv. Simp. Formato11.pdf	390.0 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:15
FORMATO 12 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	17.- Aviso Priv. Integral Formato12.pdf	390.5 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:15
FORMATO 13 ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D	18.- Aut. Consulta 32D Formato13.pdf	326.4 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:16
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	19.- Protocolo Actuacion.pdf	151.6 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:16
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET.	20.- Acepta Disp. Compranet.pdf	317.8 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:16
FORMATO 14 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.	21.- Mod. Juridico Formato14.pdf	321.7 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:17
MANIFESTACIÓN DE NO PRACTICAS DESLEALES	22.- Practica Desleal.pdf	315.6 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:17
FORMATO 15 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESTAR EL LICITANTE.	23.- Rel. Entrega Formato15.pdf	367.9 KB	28 de Abril de 2023 a las 09:17
ACTA CONSTITUTIVA	24.- Acta Constitutiva.pdf	82.7 MB	28 de Abril de 2023 a las 09:20

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 8  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1



Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EL ANEXO 2.- TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ANEXAR A SU PROPUESTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN.	Numeral 4.2 Propuesta Tecnica.pdf	10.8 MB	28 de Abril de 2023 a las 09:01
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA	Anexo 3 Propuesta Económica.pdf	711.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:41

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 15  
Número de requerimientos con respuesta: 15

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 1,163,600.00	\$ 1,163,600.00	\$ 1,349,776.00
2	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00	\$ 784,894.28
3	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 676,633.00	\$ 676,633.00	\$ 784,894.28



4	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 1,163,600.00	\$ 5,818,000.00	\$ 6,748,880.00
5	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 676,633.00	\$ 3,383,165.00	\$ 3,924,471.4
6	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION CENTRO)	PIEZA	4	\$ 676,633.00	\$ 2,706,532.00	\$ 3,139,577.12
7	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	4	\$ 1,163,600.00	\$ 4,654,400.00	\$ 5,399,104.00
8	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	5	\$ 676,633.00	\$ 3,383,165.00	\$ 3,924,471.4
9	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	3	\$ 676,633.00	\$ 2,029,899.00	\$ 2,354,682.84
10	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 1,163,600.00	\$ 5,818,000.00	\$ 6,748,880.00
11	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 676,633.00	\$ 3,383,165.00	\$ 3,924,471.4
12	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 676,633.00	\$ 3,383,165.00	\$ 3,924,471.4
13	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NORTE)	PIEZA	4	\$ 1,163,600.00	\$ 4,654,400.00	\$ 5,399,104.00
14	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NORTE)	PIEZA	5	\$ 676,633.00	\$ 3,383,165.00	\$ 3,924,471.4
15	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NORTE)	PIEZA	3	\$ 676,633.00	\$ 2,029,899.00	\$ 2,354,682.84

**Nombre o Razón Social:** CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV

**Nombre del firmante:** CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV

**RFC:** CTR831122N85

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

**Firma (Cadena de firma electrónica)**

DbBe4MF29qCX1RX5F/ycNArhTy1etr18qvWU/hmNAzjQ3A+frunGdedaB0lr0q0/zsEdEx50aRVJKGjeUjUec/Pw7onBub7DFSIG0maV1LG7476f/0/KcH8M0Mg2goSEzEv6cohnxngp7DF52t4upeyppjUN1Nd780bj3KZbzG6BF2jtAOATHKeKhXu3KkWLl476IEZCkzppzi0O27D9Hjn1fj++DjzAY1rZPhjuK5XcryC29S8T99N3qzqcK/2USh4ba06TMyXi0yRuZAYLsOjHuu/CdN3fB8TWvVVFY9viPCj/jXvFx84n+WZw0KveYQ3GYRbtVdbf4HfUdpxA==

*(Handwritten signatures and marks)*



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*



**ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de Abril de 2023 a las 18:35

**Nombre o Razón Social:** INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Expediente: E-2023-00020954  
 Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023  
 Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Unidad Responsable: 050GYR040 - DA-UADQ-CABCS-DEMM  
 Nombre del procedimiento de contratación: CENTROS DE MEZCLAS  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de Marzo de 2023  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de Abril de 2023 a las 11:00  
 Responsable de la captura: MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 Tipo de contratación: ADQUISICIONES  
 Carácter del procedimiento: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 Año del ejercicio presupuestal: 2023  
 Contrato Abierto: No  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No  
 ¿Compra consolidada?: No

**Datos proporcionados para validación**

**Requerimientos Legales-Administrativos**

Número de requerimientos solicitados: 24  
 Número de requerimientos con respuesta: 23  
 Número de archivos: 23

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	Formato 1. Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación.pdf	155.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:31
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE	Dirección de correo electrónico.pdf	55.9 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:33
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	Formato 4. Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.pdf	59.4 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:33
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	Formato 5. Declaración de integridad.pdf	64.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:34
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.pdf	146.5 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:34
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.pdf	101.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:34
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	Opinión de cumplimiento INFONAVIT.pdf	82.5 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:35
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	Domicilio para recibir notificaciones.pdf	54.9 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:36

1 de 5





Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
FORMATO 2, 2º O 3. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES.	Formato 3. Escrito para la maifestación del origen de los bienes.pdf	175.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:36
FORMATO 6 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	Formato 6. Convenio de participación conjunta.pdf	52.4 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:37
FORMATO 7 ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME	Formato 7. Escrito de estratificación de MIPYME.pdf	73.3 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:37
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	Identificación Oficial Vigente.pdf	57.8 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:38
FORMATO 8 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	Formato 8. Información reservada y confidencial.pdf	102.9 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:39
FORMATO 9 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	Formato 9. Escrito de no conflicto de intereses.pdf	123.5 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:39
FORMATO 10 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL COMPETENCIA ECONÓMICA	Formato 10. Escrito de Declaración de no colusión comisión federal de competencia económica.pdf	206.4 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:39
FORMATO 11 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	Formato 11. Aviso de prvacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.pdf	218.8 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:39
FORMATO 12 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENAMIDNETOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Formato 12. Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.pdf	213.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:39
FORMATO 13 ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D	Formato 13. Escrito para consultar opinión de cumplimiento 32D.pdf	115.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:41
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	Protocolo de actuación en materia de contracciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.pdf	99.5 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:41
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET.	Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet.pdf	132.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:42
FORMATO 14 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.	Formato 14. Escrito de manifestación de conocer el módulo de formalización de instrumentos jurídicos.pdf	74.1 KB	27 de Abril de 2023 a las 13:44
MANIFESTACIÓN DE NO PRACTICAS DESLEALES			
FORMATO 15 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESTAR EL LICITANTE.	FORMATO 15. w) RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.pdf	834.4 KB	27 de Abril de 2023 a las 18:33
ACTA CONSTITUTIVA	Acta Constitutiva con Modificaciones.pdf	4.4 MB	27 de Abril de 2023 a las 18:27

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 8  
Número de requerimientos con respuesta: 5  
Número de archivos: 5



*(Handwritten signatures and marks)*



Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EL ANEXO 2.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ANEXAR A SU PROPUESTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN.	Propuesta técnica partidas 1,4,7,10,13.pdf	4.3 MB	27 de Abril de 2023 a las 16:37
SE PODRÁ HACER USO DEL PARAMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	Propuesta técnica partidas 2, 5, 8, 11, 14.pdf	4.3 MB	27 de Abril de 2023 a las 16:42
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	Propuesta técnica partidas 3,6,9,12,15.pdf	4.2 MB	27 de Abril de 2023 a las 16:45
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	Anexo 4.8.pdf	900.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 18:16
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	Carta bajo protesta.pdf	617.1 KB	27 de Abril de 2023 a las 18:16
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	969.4 KB	27 de Abril de 2023 a las 17:55

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 15  
Número de requerimientos con respuesta: 15

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 336,055.84	\$ 336,055.84	\$ 389,824.77
2	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 193,798.69	\$ 193,798.69	\$ 224,806.48
3	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 220,769.46	\$ 220,769.46	\$ 256,092.57





4	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 286,555.84	\$ 1,432,779.2	\$ 1,662,023.87
5	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 155,798.69	\$ 778,993.45	\$ 903,632.4
6	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION CENTRO)	PIEZA	4	\$ 185,769.46	\$ 743,077.84	\$ 861,970.29
7	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	4	\$ 287,462.09	\$ 1,149,848.36	\$ 1,333,824.1
8	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	5	\$ 157,923.69	\$ 789,618.45	\$ 915,957.4
9	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	3	\$ 191,602.79	\$ 574,808.37	\$ 666,777.71
10	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 335,805.84	\$ 1,679,029.2	\$ 1,947,673.87
11	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 209,798.69	\$ 1,048,993.45	\$ 1,216,832.4
12	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 236,769.46	\$ 1,183,847.3	\$ 1,373,262.87
13	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NORTE)	PIEZA	4	\$ 317,930.84	\$ 1,271,723.36	\$ 1,475,199.1
14	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NORTE)	PIEZA	5	\$ 182,298.69	\$ 911,493.45	\$ 1,057,332.4
15	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NORTE)	PIEZA	3	\$ 234,936.03	\$ 704,808.09	\$ 817,577.38

**Nombre o Razón Social:** INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV

**Nombre del firmante:** INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV

**RFC:** IES0707193M9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación:  
**LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

**Firma (Cadena de firma electrónica)**

jXaK24UqsmOrzhDg/Htn1xPPUIXLp85yvp0YG1t9bq2gldnFn1RnuqsPhJA/wz8oLZBVz0p0/pnEz1EqAmPve1gsPn8yqemEGEXLGC71xE7E0/005FwnhxYsUrYAH2tkZF+WT9f49Zg5tug/6pdfGMjqTrgLjde+uub0PeSwgNs17uY6BwWXP7RnjSk2f1vni8I0s3U1Lcj+Bo89VfAg85VCI0WzwwjEjks0wHGSdbdDV8b4k/PNig80evqwtCRk/6K0jCQ3YML57sgdyxfz9EYDtHDX0eVs2Wctxf7Ghbhc7zDRKNkPHhcA/wGCGCFjXmE5IjCwjn9BvIMg==





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de Abril de 2023 a las 22:37

Nombre o Razón Social: LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Expediente: E-2023-00020954  
 Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023  
 Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Unidad Responsable: 050GYR040 - DA-UADQ-CABCS-DEMM  
 Nombre del procedimiento de contratación: CENTROS DE MEZCLAS  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de Marzo de 2023  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de Abril de 2023 a las 11:00  
 Responsable de la captura: MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 Tipo de contratación: ADQUISICIONES  
 Carácter del procedimiento: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 Año del ejercicio presupuestal: 2023  
 Contrato Abierto: No  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No  
 ¿Compra consolidada?: No

**Datos proporcionados para validación**

**Requerimientos Legales-Administrativos**

Número de requerimientos solicitados: 24  
 Número de requerimientos con respuesta: 24  
 Número de archivos: 24

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	1.- ESCRITO DE ACREDITACIÓN E INTERÉS.pdf	590.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:14
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE	6.- CORREO ELECTRÓNICO.pdf	345.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:14
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	3.- ARTÍCULO 50 Y 60.pdf	345.1 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:14
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.pdf	283.3 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:14
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	8.- OPINIÓN SAT.pdf	708.9 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:14
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	9.- OPINIÓN IMSS.pdf	495.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	10.- CONSTANCIA DE INFONAVIT.pdf	2.8 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	7.- DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.pdf	345.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:15



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
FORMATO 2, 2º O 3. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES.	2.- ORIGEN DE LOS BIENES.pdf	871.4 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
FORMATO 6 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	5.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.pdf	347.1 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
FORMATO 7 ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME	11.- MIPYME.pdf	346.3 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:16
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	12.- INE.pdf	413.9 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:16
FORMATO 8 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	13.- INF RESERV Y CONFIDENCIAL.pdf	725.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:16
FORMATO 9 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	14.- ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES.pdf	663.8 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:16
FORMATO 10 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL COMPETENCIA ECONÓMICA	15.- DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN.pdf	362.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:17
FORMATO 11 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	16.- AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.pdf	743.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:17
FORMATO 12 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	17.- AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.pdf	743.8 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:17
FORMATO 13 ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D	18.- ESCRITO DE CONSULTAR OPINIÓN 32D.pdf	575.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:18
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	19.- ACUSE DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.pdf	105.3 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:18
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET.	20.- ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE COMPRANET.pdf	792.1 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:18
FORMATO 14 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.	21.- ESCRITO DE FORMALIZACIÓN.pdf	354.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:18
MANIFESTACIÓN DE NO PRACTICAS DESLEALES	22.- NO PRÁCTICAS DESLEALES.pdf	502.5 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:19
FORMATO 15 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESTAR EL LICITANTE.	23.- RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.pdf	740.6 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:21
ACTA CONSTITUTIVA	24.- ACTAS CONSTITUTIVAS.pdf	12.1 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:21

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 8  
Número de requerimientos con respuesta: 8  
Número de archivos: 8





Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EL ANEXO 2.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ANEXAR A SU PROPUESTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN.	TÉCNICA COMPLETA (LAB-TECH).pdf	44.1 MB	27 de Abril de 2023 a las 20:22
SE PODRÁ HACER USO DEL PARAMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	Propuesta Económica Labtech.xlsx	29.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:25
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	NO APLICA.pdf	164.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:25
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	NO APLICA.pdf	164.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:26
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	NO APLICA.pdf	164.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:26
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	NO APLICA.pdf	164.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:26
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	NO APLICA.pdf	164.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:26
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	NO APLICA.pdf	164.2 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:27

Requerimientos Economicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA	Propuesta Económica Labtech.pdf	540.3 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:09

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 15  
Número de requerimientos con respuesta: 15

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 452,175.328148	\$ 452,175.328148	\$ 524,523.380652
2	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 350,222.196887	\$ 350,222.196887	\$ 406,257.748389
3	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 323,923.390846	\$ 323,923.390846	\$ 375,751.133381





4	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 452,175.328148	\$ 2,260,876.64074	\$ 2,622,616.903258
5	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 350,222.196887	\$ 1,751,110.984435	\$ 2,031,288.741945
6	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION CENTRO)	PIEZA	4	\$ 323,923.390846	\$ 1,295,693.563386	\$ 1,503,004.533528
7	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	4	\$ 452,175.328148	\$ 1,808,701.312592	\$ 2,098,093.522607
8	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	5	\$ 350,222.196887	\$ 1,751,110.984435	\$ 2,031,288.741945
9	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	3	\$ 323,923.390846	\$ 971,770.172539	\$ 1,127,253.400145
10	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 452,175.328148	\$ 2,260,876.64074	\$ 2,622,616.903258
11	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 350,222.196887	\$ 1,751,110.984435	\$ 2,031,288.741945
12	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 323,923.390846	\$ 1,619,616.954232	\$ 1,878,755.666909
13	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NORTE)	PIEZA	4	\$ 452,175.328148	\$ 1,808,701.312592	\$ 2,098,093.522607
14	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NORTE)	PIEZA	5	\$ 350,222.196887	\$ 1,751,110.984435	\$ 2,031,288.741945
15	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NORTE)	PIEZA	3	\$ 323,923.390846	\$ 971,770.172539	\$ 1,127,253.400145

**Nombre o Razón Social:** LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV

**Nombre del firmante:** LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV

**RFC:** LTI960220F5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación:  
**LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

**Firma (Cadena de firma electrónica)**

pXV+okPTn8yAZbgZocBpRpYkcx7jC/LW5RbaSctPh7eSACQndHEXw3/Y03FFItddpuLMLPKjc5ivqjLXODEqMHSU8WtXsPIf5i08DDEIJRyObNwUR4Y3Mas+RvpNhlmaF+yp4mMhc3U7tzm79aEZtzgixYoN8f58ob2rpQBZCOy6buPjRJKARb0sxaDWW0aCveh4cRr3Au73yP5y8gkktOk3IHhni0cqYXXpiryFjLms2rVeuL25QuHqU301ofWrrSbxU03wdGd7I9ucSA9Fm4/4H+ZD9HbjV6SSSD7ztHo35IEK8sXqWrSpn6Ea/I2R5saxEVKjoipKqzjma==



*Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and the number '4'.*



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



*[Handwritten signature and blue scribbles]*



**ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de Abril de 2023 a las 21:01

Nombre o Razón Social: TECROM SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Expediente: E-2023-00020954  
 Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023  
 Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Unidad Responsable: 050GYR040 - DA-UADQ-CABCS-DEMM  
 Nombre del procedimiento de contratación: CENTROS DE MEZCLAS  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de Marzo de 2023  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de Abril de 2023 a las 11:00  
 Responsable de la captura: MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 Tipo de contratación: ADQUISICIONES  
 Carácter del procedimiento: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 Año del ejercicio presupuestal: 2023  
 Contrato Abierto: No  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No  
 ¿Compra consolidada?: No

**Datos proporcionados para validación**

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 24  
 Número de requerimientos con respuesta: 24  
 Número de archivos: 27

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1.- 4.1.1 inciso a- Formato 1- Acreditamiento.pdf	669.0 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:35
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2.- 4.1.1 inciso f- Dirección de correo electrónico.pdf	563.0 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:35
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	3.- 4.1.1 inciso c- Formato 4- Art 50 y 60.pdf	565.0 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:35
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4.- 4.1.1 inciso d- Formato 5- Declaración de integridad.pdf	570.3 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:35
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5.- 4.1.2 inciso h- 32D - SAT.pdf	643.3 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:35
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6.- 4.1.2 inciso i- Opinion de cumplimiento IMSS.pdf	430.4 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:41
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7.- 4.1.2 inciso j- Opinion de cumplimiento INFONAVIT.pdf	17.3 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:41
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	8.- 4.1.2 inciso g- Domicilio para recibir notificaciones.pdf	563.6 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:41



*Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'u' and a signature that appears to be 'A'.*



Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
FORMATO 2, 2º O 3. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES.	9.- 4.1.1 inciso b- Manifestacion de origen de los bienes.pdf	572.2 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:41
FORMATO 6 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.	10.- 4.1.1 inciso e- Propuestas Conjuntas NO APLICA.pdf	458.9 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:41
FORMATO 7 ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME	11.- 4.1.2 inciso k- Estratificacion MIPYMES.pdf	469.7 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:42
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	12.- 4.1.2 inciso l- INE ELVIRA RAMOS act.pdf	43.7 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:42
FORMATO 8 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	13.- 4.1.2 inciso m- Formato 8 Confidencial.pdf	554.4 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:42
FORMATO 9 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	14.- 4.1.2 inciso n- Formato 9 No conflicto de intereses.pdf	461.3 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:42
FORMATO 10 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL COMPETENCIA ECONÓMICA	15.- 4.1.2 inciso o- Formato 10 No colusion.pdf	570.4 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:43
FORMATO 11 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	16.- 4.1.2 inciso p- Formato 11 Aviso de privacidad.pdf	550.6 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:43
FORMATO 12 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	17.- 4.1.2 inciso q- Formato 12 Aviso de privacidad.pdf	550.6 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:43
FORMATO 13 ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D	18.- 4.1.2 inciso r- Formato 13 Autorización para consultar O.C.pdf	458.6 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:43
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	19.- 4.1.2 inciso s- Protocolo de Actuación.pdf	339.5 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:43
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET.	20.- 4.1.2 inciso t- Aceptación de disposiciones compranet.pdf	454.8 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:48
FORMATO 14 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.	21.- 4.1.2 inciso u- Modulo de formalizacion de instrumentos .pdf	458.8 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:48
MANIFESTACIÓN DE NO PRACTICAS DESLEALES	22.- 4.1.2 inciso v- Manifestación de no practicas desleales .pdf	452.3 KB	26 de Abril de 2023 a las 17:48
FORMATO 15 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESTAR EL LICITANTE.	23.- inciso w- Formato 15 Relacion de entrega de documentos.pdf	483.5 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:53
ACTA CONSTITUTIVA	24.- PODER 54305.pdf, 24.- ACTA CONST TECROM 53,909.pdf, 24.- REFORMAS AL A C T A 60,062 TECROM inscripción RPC.pdf, 24.- REFORMA AL ACTA 62,852- ULTIMA INSCRITA.pdf	30.7 MB	26 de Abril de 2023 a las 17:52

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)





Número de requerimientos solicitados: 8  
Número de requerimientos con respuesta: 8  
Número de archivos: 10

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EL ANEXO 2.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ANEXAR A SU PROPUESTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN.	ANEXO No. 1 PROPUESTA TECNICA.pdf, ANEXO No. 2 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.pdf, ANEXO No. 4.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA .pdf	2.3 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:12
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	53142200530201 GABINETE DE BIOSEGURIDAD.pdf	2.7 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:13
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	53315900170201 CAMPANA HORIZONTAL.pdf	2.4 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	54009000570001 CAMPANA VERTICAL.pdf	2.7 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	CARTAS DE LA PROPUESTA TECNICA.pdf	500.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	ISO 9001 - 2022 a 2025 CERTIFICADO DIGITAL ESPAÑOL.pdf	368.7 KB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	VISITAS INSTALACIONES.pdf	1.6 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:15
SE PODRÁ HACER USO DEL PARÁMETRO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.	VISITAS INSTALACIONES.pdf	1.6 MB	27 de Abril de 2023 a las 19:15

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 2

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA	TECROM_PROPUESTA ECONOMICA.pdf, TECROM- ECONOMICA T4-2023.xlsx	670.0 KB	27 de Abril de 2023 a las 20:53

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 15  
Número de requerimientos con respuesta: 15

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 716,538.00	\$ 716,538.00	\$ 831,184.08



2	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 520,484.00	\$ 520,484.00	\$ 603,761.44
3	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION SUR)	PIEZA	1	\$ 528,407.00	\$ 528,407.00	\$ 612,952.12
4	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 716,538.00	\$ 3,582,690.00	\$ 4,155,920.4
5	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION CENTRO)	PIEZA	5	\$ 520,484.00	\$ 2,602,420.00	\$ 3,018,807.2
6	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION CENTRO)	PIEZA	4	\$ 528,407.00	\$ 2,113,628.00	\$ 2,451,808.48
7	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	4	\$ 716,538.00	\$ 2,866,152.00	\$ 3,324,736.32
8	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	5	\$ 520,484.00	\$ 2,602,420.00	\$ 3,018,807.2
9	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION OCCIDENTE)	PIEZA	3	\$ 528,407.00	\$ 1,585,221.00	\$ 1,838,856.36
10	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 716,538.00	\$ 3,582,690.00	\$ 4,155,920.4
11	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 520,484.00	\$ 2,602,420.00	\$ 3,018,807.2
12	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NOROESTE)	PIEZA	5	\$ 528,407.00	\$ 2,642,035.00	\$ 3,064,760.6
13	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) (REGION NORTE)	PIEZA	4	\$ 716,538.00	\$ 2,866,152.00	\$ 3,324,736.32
14	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (REGION NORTE)	PIEZA	5	\$ 520,484.00	\$ 2,602,420.00	\$ 3,018,807.2
15	53101-0887	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL (REGION NORTE)	PIEZA	3	\$ 528,407.00	\$ 1,585,221.00	\$ 1,838,856.36

**Nombre o Razón Social:** TECROM SA DE CV

**Nombre del firmante:** TECROM SA DE CV

**RFC:** TEC1604156K8

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

**Firma (Cadena de firma electrónica)**

G+q8jpf6N0zIN5aVpgt16k7+ZD2FO/OrobLIM9sV5p/4bX/vNHS6d8TSY3h/YQTOHB5500TM5ZNs70pnkPM7IsDN1bwrrdsMrooN+7RvVzwn87DsP6p1YXWCO/imYU5c7YwXDV1z1F3MU3aomkChm6CeOloCf pFH0G5CVb94nKEBL+TtZEDh4pvj3tm2vZy5vjrWNIK2565QaGP9ilrH9Ry3BjFjgPKubSsizmHL4GvEb0Eku0IIMeTG2BBButYdkyeTrVqGepjghW0fOKozZ1DpLltoreFDtNBb5kofyja+Z43HWwAc+wFu223fVo9 p/P/2DrGYHu022eM6g==

*(Handwritten signatures and marks)*



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*