



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-7-2023**

“PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2023”.

En la Ciudad de México, siendo las **16:00** horas del día **13 de julio de 2023**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente con el objeto de llevar a cabo el cierre de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF), el 20 de agosto de 2015; y los Acuerdos por los que se modifica el Protocolo de Actuación en cita, publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por la Representante del Área Técnica, quien solventará las preguntas de carácter técnico; el Área Contratante, solventará las preguntas de carácter legal y administrativo.

Asimismo, se informa que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control en el Instituto.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-7-2023

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2023

DESARROLLO DEL ACTO

En atención a lo señalado en el artículo 46, fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que contiene las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, publicada en CompraNet el 10 de julio de 2023, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 24 horas contados a partir de la publicación de la misma para que en su caso, los licitantes formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las 12:48 horas del día 10 de julio de 2023 a las 12:48 horas del 11 de julio de 2023.

Una vez vencido el plazo referido, se verificó que en el sistema CompraNet si existian preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, observando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) tal como consta en la pantalla del sistema CompraNet que se acompaña a la presente como ANEXO I, de los siguientes licitantes:

Table with 3 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, ESCRITO DE INTERÉS, PREGUNTAS. Rows include BIODIST, S.A. DE C.V., GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., IMPULSO MEXICANO, S.A DE C.V., JUAN PABLO MENDOZA ROBLES, LABZ DISTRIBUIDORA MÉDICO, S.A. DE C.V., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V., SUMINISTRO PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V., TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., and a TOTAL row showing 23 questions.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-7-2023**

“PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2023”.

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

A continuación, se informa a los asistentes que las respuestas dadas a las preguntas (repreguntas) realizadas por los licitantes respecto de las solicitudes de aclaración, se adjuntan a la presente como **ANEXO II** y se les solicita la dispensa de su lectura, dado el volumen de la información.

Las respuestas otorgadas a las preguntas (repreguntas) forman parte integrante del acta, como si a la letra se insertasen.

No se omite mencionar que derivado del número de caracteres (1,200) permitidos en el sistema CompraNet para la carga de las respuestas a las preguntas de los licitantes, estas también podrán ser consultadas en el apartado ANEXOS de la publicación en el sistema CompraNet.

CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la celebración del **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **25 de julio de 2023**, a las **11:00 horas** a través de CompraNet.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, a lo que manifestaron no tener comentarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del RLAASSP, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-7-2023

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2023

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las 16:15 horas del día 13 de julio de 2023, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 5 fojas útiles y 2 anexos.

FIN DE TEXTO

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 3 columns: NOMBRE Y CARGO, FIRMA, ANTEFIRMA. Rows include Lic. Karla Pacheco Villanueva, Ing. Isabel Watanabe Ortega, and Lic. José Manuel Garduño Trejo.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-7-2023**

**“PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO Y
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2023”.**

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Enrique Jiménez Escobedo		





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO

I

COMPRANET

- Expedientes
- Procedimientos
- Datos Relevantes de Contratos
- Registro Empresarial de CompraNet
- Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
- Personas cuya inhabilitación se encuentra vigente
- Avisos y notificaciones
- Tienda Digital SICOP
- Tienda Digital Recursos Propios
- Instrumentos Jurídicos
- Panel
- Ayuda

MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ
Operador de unidad compradora

Listado de Preguntas

Q BUSCAR

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	34-0730	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA CON EL ID 340730 DEL LICITANTE BIODIST S.A. DE C.V. Y PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE PROPUESTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES PARA DICHO SISTEMA CON EL OBJETIVO DE ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1, LAS CUALES DESCRIBO A CONTINUACIÓN: MANGUERAS DE 24 HORAS 100 PIEZAS CLAVE DE CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL 379.903.4461.00.01 DESCRIPCIÓN TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCIÓN SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESIÓN Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. PRESENTACIÓN: MANGUERAS DE PACIENTE 100 PIEZAS CLAVE DE CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL 379.903.4396.00.02 DESCRIPCIÓN TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO QUE NO CONTIENE PIROGENO NI LATEX PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACIÓN:	10/07/2023 14:44		Responder

(Handwritten signatures and marks)

PIEZA NUMERO DE CATALOGO: XD2040. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INYECTOR AMBROS CONSUMIBLES CUENTA CON REGISTRO SANITARIO, SE ACEPTA ? SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON RESPECTO A LA RESPUESTA PROPIA DE LA PREGUNTA CON EL ID 340730 NOS PERMITA OFERTAR EL CONSUMIBLE COMPATIBLE CON EL INYECTOR DE TECNOLOGIA DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE, QUE CUENTA CON CLAVE DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE ¿SE ACEPTA?

Responder

10/07/2023
18:09

2 JUAN PABLO MENDOZA ROBLES 340730

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CON RESPECTO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA A LA PREGUNTA CON EL ID 340730, EN EL CONSUMIBLE SOLICITADO EN EL PUNTO 31 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, Y PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NOS PERMITA OFERTAR EL COMPATIBLE CON EL INYECTOR CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE, EL CUANTA CON CLAVE DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE ¿SE ACEPTA?

10/07/2023
17:38

3 JUAN PABLO MENDOZA ROBLES 340730

COMPRANET

- Expedientes
- Procedimientos
- Datos Relevantantes de Contratos
- Registro Empresarial de CompraNet
- Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
- Personas cuya inhabilitación se encuentra vigente
- Avisos y notificaciones
- Tienda Digital SICOP
- Tienda Digital Recursos Propios
- Instrumentos Jurídicos
- Panel
- Ayuda

MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ
Operador de unidad compradora

COMPRANET

- Expedientes
- Procedimientos
- Datos Relevantantes de Contratos
- Registro Empresarial de Compranet
- Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
- Personas cuya inhabilitación se encuentra vigente
- Avisos y notificaciones
- Tienda Digital SICOP
- Tienda Digital Recursos Propios
- Instrumentos Jurídicos

- Panel
- Ayuda

MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ
Operador de unidad compradora

Responder

11/07/2023 11:11

342145

4 MEXICANO SA DE CV

IMPULSO MEXICANO SA DE CV

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE LA RESPUESTA OTORGADA, DADO QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, LOS CONTRATOS EN DONDE SE SUMINISTRE EQUIPO MEDICO DE IMAGENOLOGIA, SON COMPLETAMENTE VÁLIDOS Y EN MUCHAS OCASIONES, DEMUESTRAN MÁS EXPERIENCIA COMO POR EJEMPLO TIEMPOS RECORTADOS Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-229-SSA1-2002, ETC; QUE SOLO CONTRATOS DE EQUIPOS IGUALES A LOS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE. POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE RUBRO DE EXPERIENCIA PUEDA SER ACREDITADO CON ESTE TIPO DE CONTRATOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Responder

11/07/2023 11:11

342146

5 MEXICANO SA DE CV

IMPULSO MEXICANO SA DE CV

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN PAR DE MONITORES, UNO DE 19" O MAYOR Y OTRO DE 24", EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBOS CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?

Responder

11/07/2023 11:11

342147

6 MEXICANO SA DE CV

IMPULSO MEXICANO SA DE CV

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN PAR DE MONITORES, UNO DE 19" O MAYOR Y OTRO DE 24", EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBOS CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



COMPRANET

- Expedientes
- Procedimientos
- Datos Relevantantes de Contratos
- Registro Empresarial de Compranet
- Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
- Personas cuya inhabilitación se encuentra vigente
- Avisos y notificaciones
- Tienda Digital SICOP
- Tienda Digital Recursos Propios
- Instrumentos Jurídicos
- Panel
- Ayuda

MARIA LETICIA ROMERO CONZALEZ
Operador de unidad compradora

Responder

11/07/2023 11:11

342150

7 IMPULSO MEXICANO SA DE CV

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACLARE EL USO QUE SE LE DARÁ AL UPS PARA TODO EL EQUIPO, DADO QUE LA CANTIDAD DE CARGA SOLICITADA (10 MINUTOS) ES INSUFICIENTE PARA REALIZAR UN ESTUDIO, POR LO TANTO, CONSIDERAMOS QUE ESTE ACCESORIO SOLO ENCARECE LA SOLUCIÓN, Y NO APORTA MAYOR BENEFICIO AL EQUIPO EN CUESTIÓN. ADICIONALMENTE, SOLO SUPONE UNA MAYOR INVERSIÓN EN LA OBRA CIVIL, DADO QUE LA MAGNITUD DE ESTOS EQUIPOS ES DEMASIADO GRANDE. SOLICITAMOS QUE PERMITA CONSIDERAR ESTE ACCESORIO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?

Responder

11/07/2023 11:11

342151

8 IMPULSO MEXICANO SA DE CV

PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL Y EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE LOS TOMÓGRAFOS Y LOS MUEBLES NECESARIOS SON DIFERENTES EN CASA SITIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RUBRO CON UNA CARTA BAJO PRUEBA DE DECIR VERDAD, QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE REALIZARÁ E INSTALARÁ EL MUEBLE PARA FANTOMAS, DE ACUERDO A LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA CADA UNIDAD MÉDICA INVOLUCRADA EN LA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Expedientes
- Procedimientos
- Datos Relevantantes de Contratos
- Registro Empresarial de ComprasNet
- Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
- Personas cuya inhabilitación se encuentra vigente
- Avisos y notificaciones
- Tienda Digital SICOP
- Tienda Digital Recursos Propios
- Instrumentos Jurídicos
- Panel
- Ayuda

9 IMPULSO MEXICANO SA DE CV 342152 11/07/2023 11:11
 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI EL REGISTRO SANITARIO DE ESTE INSUMO, DEBERÁ DE SER AGREGADO DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.

10 IMPULSO MEXICANO SA DE CV 342156 11/07/2023 11:11
 COMPRENDEMOS QUE ESTO SE REFIERE A UNA UNIDAD DE CD/DVD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESTACION DE POST PROCESO, Y LA ADICIONAL SERÍA EL ROBOT QUEMADOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	Acta Junta de Aclaraciones.pdf	10/07/2023 12:41	↓
2	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	RESPUESTA ACTA . firmada.xlsx	10/07/2023 12:41	↓
3	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			↑

23 registro(s) encontrado(s)

1 2 3 >>

OTROS ARCHIVOS




COMPRANET

Expedientes

Procedimientos

Datos Relevantantes de Contratos

Registro Empresarial de CompraNet

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Personas cuya inhabilitación se encuentra vigente

Avisos y notificaciones

Tienda Digital SICOP

Tienda Digital Recursos Propios

Instrumentos Jurídicos

Panel

Ayuda

MARIA LETICIA ROMERO GONZALEZ
Operador de unidad computadora



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

16/2023 | 01/01/00

Acoso de privacidad
Términos y condiciones

2

✓

→

✗



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO

II

"PROGRAMA DE ADQUISICION DE TOMOGRAFOS PARA UNIDADES MEDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION, 2023".

LA-50-CVR-050CYR040-T-7-2023

ID de la presunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitidas por el Licitante	Respuesta
20461	LAIZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	340730	<p>EN RELACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA CON EL ID 340730 DEL LICITANTE BODIST S.A. DE CV Y PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION DE MEDIO DE CONTRASTE PROPUESTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES PARA DICHO SISTEMA CON EL OBJETIVO DE ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1, LAS CUALES DESCRIBO A CONTINUACION: MANGUERAS DE 24 HORAS 100 PIEZAS CLAVE DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL 379.903.446.100.01 DESCRIPCION TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCION SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE LATEX PRESENTACION: MANGUERAS DE PACIENTE 100 PIEZAS CLAVE DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL 379.903.4396.00.02 DESCRIPCION TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO QUE NO CONTIENE PIRÓGENO NI LATEX PARA INYECCIONES DE MEDIO DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACION: PIEZA NÚMERO DE CATALOGO: XZ0040 PARA SU USO EN EL EQUIPO: INYECTOR AMBOS CONSUMIBLES CUENTA CON REGISTRO SANITARIO, SE ACEPTA? SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES, OFERTARLO DE ESTA MANERA.</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR "MANGUERAS DE 24 HORAS 100 PIEZAS (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL INYECTOR DE CONTRASTE OFERTADO COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.1. IERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE 100 PIEZAS (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.</p>
20462	JUAN PABLO MENDOZA ROBLES	340730	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON RESPECTO A LA RESPUESTA PROPIA DE LA PREGUNTA CON EL ID 340730 NOS PERMITA OFERTAR EL CONSUMIBLE COMPATIBLE CON EL INYECTOR DE TECNOLOGIA DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE, QUE CUENTA CON CLAVE DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR "IERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE 100 PIEZAS, (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL INYECTOR DE CONTRASTE OFERTADO, COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.1. IERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE 100 PIEZAS, (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.</p>
20463	JUAN PABLO MENDOZA ROBLES	340730	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CON RESPECTO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA A LA PREGUNTA CON EL ID 340730, EN EL CONSUMIBLE SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, Y PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NOS PERMITA OFERTAR EL COMPATIBLE CON EL INYECTOR CON BOMBO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE EL CUANTO CON CLAVE DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE, SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR "IERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE 100 PIEZAS, (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL INYECTOR DE CONTRASTE OFERTADO, COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.1. IERINGAS PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE 100 PIEZAS, (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.</p>
20465	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342145	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE LA RESPUESTA OTORGADA, DADO QUE PARA AGREDITAR LA EXPERIENCIA, LOS CONTRATOS EN DONDE SE SUMINISTRE EQUIPO MEDICO DE IMAGENOLOGIA, SON COMPLETAMENTE VALIDOS Y EN MUCHAS Ocasiones, DEMUESTRAN MAS EXPERIENCIA COMO POR EJEMPLO TIEMPOS RECORDADOS Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, LA IMPLEMENTACION DE LA NOM-229-SSAI-2002, ETC; QUE SOLO CONTRATOS DE EQUIPOS IGUALES A LOS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE. POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE RUBRO DE EXPERIENCIA PUEDA SER ACREDITADO CON ESTE TIPO DE CONTRATOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, DISPOSICION GENERAL OCTAVA, FRACCION I, INCISO C, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR QUE HAN SUMINISTRADO A CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCION Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, QUE REQUIERAN INSTALACIONES DE SIMILARES CONDICIONES, COMO BLINDAJE DE LA SALA, PUERTA BLINDADA, AIRE ACONDICIONADO, SIENDO CARACTERISTICAS ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS POR LO QUE SOLO SE CONSIDERARAN EQUIPOS DE IMAGEN SIMILARES TALES COMO: TOMOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, ANGIOGRAFOS, QUE CUENTAN CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Y/O VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, EN ESTE CASO, TOMOGRAFOS.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
20466	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342146	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN PAR DE MONITORES, UNO DE 19" O MAYOR Y OTRO DE 24", EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBOS CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "UN PAR DE MONITORES O PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR, UNO DE 19" O MAYOR Y OTRO DE 24" (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.1.1.1 DOS PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR DE 19" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO)". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEBULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20467	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342147	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN PAR DE MONITORES, UNO DE 19" O MAYOR Y OTRO DE 24", EN EL ENTENDIDO DE QUE AMBOS CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "UN PAR DE MONITORES O PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR, UNO DE 19" O MAYOR Y OTRO DE 24" (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.1.1.1 DOS PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR DE 19" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO)". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEBULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20468	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342150	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACLARE EL USO QUE SE LE DARA A LOS UPS PARA TODO EL EQUIPO, DADO QUE LA CANTIDAD DE CARGA SOLICITADA (10 MINUTOS) ES INSUFICIENTE PARA REALIZAR UN ESTUDIO, POR LO TANTO, CONSIDERAMOS QUE ESTE ACCESORIO SOLO ENCARNECE LA SOLUCION, Y NO APORTA MAYOR BENEFICIO AL EQUIPO EN CUESTION. ADICIONALMENTE, SOLO SUPONE UNA MAYOR INVERSION EN LA OBRA CIVIL, DADO QUE LA MAGNITUD DE ESTOS EQUIPOS ES DEMASIADO GRANDE. SOLICITAMOS QUE PERMITA CONSIDERAR ESTE ACCESORIO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DEL PACIENTE ASI COMO DEL EQUIPO EN CASO DE UNA FALLA ELECTRICA EN EL SERVICIO, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.4 UNIDAD DE ENERGIA ININTERMITIBLE UPS DE AL MENOS 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA Y PARA EL EQUIPO DE COMPUTO. (INCLUIR MARCA Y MODELO)". DE LA CEBULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIEND Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEBULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20469	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342151	PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL Y EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA INSTALACION DE LOS TOMOGRAFOS Y LOS MUEBLES NECESARIOS SON DIFERENTES EN CASA SITIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE RUBRO CON UNA CARTA BANDO PROTESTA DE DICTO VERBO, QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE REALIZARA E INSTALARA EL MUEBLE PARA FANTOMAS, DE ACUERDO A LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA CADA UNIDAD MEDICA INVOLUCRADA EN LA LICITACION. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PRECISA QUE SE ACEPTA INGRESAR CARTA COMPROMISO EN FORMATO LIBRE COMO OPCION PARA CORROBORAR LO OFERTADO EN EL NUMERAL "2.8. MUEBLE PARA LA COLOCACION DE FANTOMAS, CABEZALES, SUJETADORES Y CINES" FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE DONDE INDIQUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, QUE SE COMPROMETE A FABRICAR Y ENTREGAR A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, EL MUEBLE SOLICITADO DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE INSTALARA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA.
20470	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342152	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI EL REGISTRO SANITARIO DE ESTE INSUMO, DEBERA DE SER AGREGADO DENTRO DE LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE EN EL ANEXO NO. 4. DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TERMINOS Y CONDICIONES), EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, RESPECTO A BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTEN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS) DE DIFERENTE MARCA QUE EL BIEN PRINCIPAL, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LO SOLICITADO EN EL INCISO "D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR". PARA LOS CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS DESCRITOS EN LA CEBULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LGS (LEY GENERAL DE SALUD) Y EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, DE AQUELLOS CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS QUE ASI LO REQUIERAN Y LA CALIDAD DE ESTOS SERA AVALADA POR EL PROPIO REGISTRO SANITARIO ANTES MENCIONADO. ASIMISMO, PARA AQUELLOS CASOS EN EL QUE LOS BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL, O INTERNACIONAL, QUE ESTEN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS) Y/O CONSUMIBLES Y EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERA PRESENTAR, DEBIDAMENTE REFERENCIADO, EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE, ACOMPAÑANDOSE DE LA COPIA SIMPLE DEL OFICIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE SE SEÑALE EXPRESAMENTE QUE DICHO EQUIPO(S) Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLE(S) NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
20471	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342156	COMPRENDAMOS QUE ESTO SE REFIERE A UNA UNIDAD DE CIVD/DI QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESTACION DE POST PROCESO, Y LA ADICIONAL SERIA EL ROBOT QUEMADOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION?	ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL, ACCESORIO O CONSUMIBLE PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LA INSTALACION U OPERACION, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y DEMAS, ENTRE ELLO LO SOLICITADO EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; LA CUAL, QUEDARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.

2

Page 2

"PROGRAMA DE ADQUISICION DE TOMOGRAFOS PARA UNIDADES MEDICAS DE SEUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION, 2023".
LA-S0-CYR-050GYR040-T7-2023

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
20472	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342157	DERIVADO DEL DESARROLLO QUE EXISTE SOBRE ESTOS ACCESORIOS A NIVEL GLOBAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ACCESORIO PARA LA GRABACION DE ESTUDIOS TAL COMO UN ROBOT QUIEMADOR, CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN ESTA DESCRIPCION, SIN IMPORTAR SU PROCEDENCIA DE ORIGEN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	RESPECTO A LA PROCEDENCIA U ORIGEN DE LOS BIENES, LOS LICITANTES DEBERAN SUJETARSE A LO SEÑALADO EN EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. EL CUAL ES LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAO COBERTURA DE TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES DEBERA SER MEXICANO O EXTRANJEROS DE PAISES QUE TENGAN CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON NUESTRO PAIS CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ASIMISMO, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LA CONVOCATORIA Y LAS RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, PUDIENDO OFERTAR ESTE BIEN CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPROMETAN LAS MINIMAS SOLICITADAS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
20473	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342159	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS AL MOMENTO DEL FALLO ESTABAN EN CONDICIONES PARA INICIAR CON LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTREN, Y ESTA DEPENDENCIA SE ENCARGARA DE REALIZAR LAS GESTIONES INTERNAS EN CADA UNIDAD MEDICA PARA QUE LOS SERVICIOS SEAN DETENIDOS EN SU CASO, PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ADECUACIONES FISICAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES INCISO U) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE, PARA LA INSTALACION DE LOS BIENES, EL PROVEEDOR DEBERA INFORMAR POR ESCRITO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO CON UN MINIMO DE DOS DIAS NATURALES PARA EL INSTITUTO, ANTES DE LA FECHA EN QUE SE PROGRAME LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS, EN HORARIO DE 8:00 A 18:00 HORAS Y EN DIAS HABILDES PARA EL INSTITUTO, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA DE RECEPCION DE DICHA COMUNICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, EN ESTE CONTEXTO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE EN SU CASO APLIQUEN AL INSTITUTO QUEDAN SUJETAS A LAS AUTORIDADES DE CADA UNIDAD MEDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
20474	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	342160	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, COMPRENDEMOS QUE LAS MARCAS DEL EQUIPO PRINCIPAL ASI COMO DE LOS EQUIPOS ADICIONALES TAL COMO EL INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE Y EL CONTRASTE DEBERAN TENER SU ORIGEN EN ALGUNO DE LOS PAISES CON LOS QUE MEXICO TENGA CELEBRADOS ACUERDOS COMERCIALES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE CONFIRMA LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 342160. EL ORIGEN DE LOS BIENES COMPRENDE TANTO AL EQUIPO PRINCIPAL COMO A SUS ACCESORIOS O EQUIPOS ADICIONALES, POR LO TANTO, AMBOS DEBERAN TENER SU ORIGEN EN ALGUNO DE LOS PAISES CON LOS QUE NUESTRO PAIS TENGA CELEBRADOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ATENDIENDO A LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA.
20479	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ID 340720 DEL LICITANTE BIODIST SA DE CV.	LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ES UN POCO CONFUSA Y SOLO QUEREMOS REAFIRMAR QUE EN LOS CONTRATOS/PEDIDOS, BASTARA CON PRESENTAR LOS CONTRATOS CON LA INFORMACION SOLICITADA DE MANERA OBLIGATORIA, LA SIGUIENTE INFORMACION: A) NOMBRE DEL LICITANTE, B) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUCION (PUBLICA O PRIVADA) CON LA QUE SUSCRIBIO EL CONTRATO Y/O PEDIDO, C) DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, D) FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO Y/O PEDIDO Y EL CONTRATO Y/O PEDIDO DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO (ES DECIR, CON FIRMAS) POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y QUE PODREMOS OCULTAR TODA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS UNITARIOS, SUB-TOTALES Y/O MONTOS TOTALES EN LOS MISMOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE CONFIRMA QUE EN LOS CONTRATOS/PEDIDOS, BASTARA CON PRESENTAR LOS CONTRATOS CON LA INFORMACION SOLICITADA DE MANERA OBLIGATORIA, LA SIGUIENTE INFORMACION: A) NOMBRE DEL LICITANTE, B) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUCION (PUBLICA O PRIVADA) CON LA QUE SUSCRIBIO EL CONTRATO Y/O PEDIDO, C) DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, D) FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO Y/O PEDIDO Y EL CONTRATO Y/O PEDIDO DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO (ES DECIR, CON FIRMAS) POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y LOS LICITANTES PODRAN OCULTAR TODA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS UNITARIOS, SUB-TOTALES Y/O MONTOS TOTALES EN LOS MISMOS.
20483	BIODIST SA DE CV.	ID DE LA PREGUNTA: 340721	SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DEL ANEXO 2, INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, PUNTO 3, EN RELACION CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO NOM-229-SSA1-2002, DEBERA SER EXPEDIDA POR EL FABRICANTE FAVOR DE CONFIRMAR	SE CONFIRMA QUE CONFORME AL ANEXO 2 DE LA CONVOCATORIA, DENOMINADO "ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.244 (TERMINOS Y CONDICIONES), INCISO D, PUNTO 3, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ADJUNTEN EN SU PROPIA TECNICA, CARTA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE QUE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA CON LO DISPUESTO POR LA NOM-229-SSA1-2002 Y DEMAS NORMAS APPLICABLES. ADICIONALMENTE, SE DEBERA PRESENTAR LA CARTA REQUERIDA EN EL INCISO e) DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, SUSCRITA POR EL LICITANTE EN LA QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL, MEXICANA NOM-229-SSA1-2002, SALUD AMBIENTAL.
20484	BIODIST SA DE CV.	PREGUNTA CON ID 340727 ANEXO NO. 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION TAC 64	EN RELACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA CON ID 340727, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCION DE OFERTAR UN SOLO MONITOR PARA LA CONSOLA DEL OPERADOR, EN CASO DE QUE LA TECNOLOGIA LO PERMITA, YA QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA PERMITE TENER HASTA 3 VISUALIZADORES EN UN SOLO MONITOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.4.2. DOS MONITORES CON PANTALLA PLANA O LCD A COLOR DE 19" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20485	BIODIST SA DE CV.	PREGUNTA CON ID 340728 ANEXO NO. 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION TAC 64	EN RELACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA CON ID 340728, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE COMO MEJORA LA OPCION DE OFERTAR UN SOLO MONITOR GRADO MEDICO PARA RADIOLOGIA EN LA CONSOLA DE POSTPROCESO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.1.1. DOS PANTALLAS PLANAS TFT O LCD A COLOR DE 19" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

"PROGRAMA DE ADQUISICION DE TOMOGRAFOS PARA UNIDADES MEDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION, 2023".

LA-SO-CYR-050CYR040-T-7-2023

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
20486	BIODIST SA, DE CV.	PREGUNTA CON ID 340730 ANEXO NO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION TAC 04	EN RELACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA CON ID 340730 ENTENDEMOS QUE EL CONSUMIBLE SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1 DEBERA SER ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL INTECTOR DE CONTRASTE OPERADO. EL CUAL CUENTA CON CLAVE DE CIADRO BASICO Y REGISTROS SANITARIOS. SE ACEPTA?	EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADQUIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL, ACCESORIO O CONSUMIBLE PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LA INSTALACION U OPERACION, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PRESUPUESTO TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y DEMAS, ENTRE ELLO LO SOLICITADO EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES, QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LO QUE RESULTEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, RESPETANDO AL MENOS LA CANTIDAD DE 100 PIEZAS SOLICITADAS COMO CONSUMIBLE EN DICHO NUMERAL, LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
20487	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO	PREGUNTA ID 340871 DE COMERCIALIZADORA SAPIHUA SA DE CV	ENTENDEMOS QUE LA RESPUESTA ES SOLO INFORMATIVA Y SERA SUFICIENTE CON DEMOSTRAR PARA EL NUMERAL 2.1.17 "SOFTWARE ESPECIFICO PARA EVALUACION DE NODULOS PULMONARES" ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA ¿CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR "SOFTWARE ESPECIFICO PARA EVALUACION DE NODULOS PULMONARES" DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.1.17 SOFTWARE ESPECIFICO PARA EVALUACION DE NODULOS PULMONARES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20488	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO	PREGUNTA ID 340821 SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	DE ACUERDO A SU RESPUESTA ENTENDEMOS QUE ENTONCES PARA EL NUMERAL 2.4 SE REQUIERE "UNA UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE AL MENOS 10 MINUTOS A PLANA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA Y OTRA UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE AL MENOS 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. NO OBSTANTE, SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR "UNA UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE AL MENOS 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA (INCLUIR MARCA Y MODELO) Y OTRA UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE AL MENOS 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.4. UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE AL MENOS 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA Y PARA EL EQUIPO DE COMPUTO, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20489	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO	PREGUNTA ID 340810 SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	DE ACUERDO A SU RESPUESTA ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR ESTAS DOS INTERFASES DE RED COMO "100 BASE-TX / 1000 BASE-T ETHERNET ETC." EN EL ENTENDIDO QUE ES LO MISMO SOLICITADO ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBEN OFERTAR LA INTERFASE DE RED ETHERNET 100 BASE-T Y LA INTERFASE DE RED ETHERNET 1000 BASE-T, DE LA DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE REITERA "100/1000 BASE-T" DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE REITERA A TODOS LOS LICITANTES QUE DEBEN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
20503	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE ID: 340825	DER ACUERDO A LA PREGUNTA ID 340825 HECHA POR EL LICITANTE SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	SOLICITAMOS A SABER SI HAY ALGUNO CON QUIEN SE PUEDA AGENDAR LAS VISITAS PARA LOS SITIOS: HGGZ 2 AGASCALIENTES, HGGZ 4P 76 XALOSTOC, HGGZ 32 GUANAJUATO, HGGZ 24 INSURGENTES. DEBIDO A QUE SE A CONTACTADO A LAS PERSONAS INCLUIDAS EN LAS PRESENTES BASES Y AL DIA DE OT NO HEMOS TENIDO RESPUESTAS RESPECTO A LA VISITA A SITIO. LO CUAL IMPACTA DIRECTAMENTE EN LO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACION	EN CASO DE NO RECIBIR RESPUESTA A SU SOLICITUD, FAVOR DE TORNAR COPIA AL PERSONAL DE LA DIVISION DE EVALUACION DE EQUIPAMIENTO, SEÑALADO EN EL INCISO D) DEL ANEXO 2, TERMINOS Y CONDICIONES, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE REITERA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES, INCLUSO FUJISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. LAS VISITAS A INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEBERAN SER EFECTUADAS A PARTIR DEL DIA HABIL POSTERIOR A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y HASTA DOS DIAS HABILES PREVIOS A LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES, EN HORARIO DE 8:00 A 18:00 HORAS Y EN DIAS HABILES PARA EL INSTITUTO, PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERA POSEER EN CONTACTO CON LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO QUE SE ENLISTAN EN EL ANEXO NO. 3.5. GUIA DE DISTRIBUCION Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO, CON AL MENOS DOS DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA PROBABLE DE VISITA, EN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS Y EN DIAS HABILES PARA EL INSTITUTO PARA QUE ESTE LE ASIGNE Y DEJE CONSTANCIA, DE LA FECHA Y HORA PROGRAMADA, EL OBJETO Y LUGAR DE LA REUNION, ASI COMO EL NOMBRE DEL (LOS SERVIDORES) PUBLICO(S) DESIGNADO(S) PARA LLEVARLA A CABO. AL REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EN HOJA MEMBRADA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE Y POR CADA UNIDAD MEDICA VISITADA, CONSTANCIA DE HABER REALIZADO LA VISITA Y ELLEVANTAMIENTO RESPECTIVO, LA CUAL DEBERA CONTENER COMO MINIMO: NOMBRE DE UNIDAD MEDICA, NUMERO DEL EVENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE, FECHA DE LA VISITA, EL NOMBRE(S), CARGO(S), FIRMA(S) Y MATRICULA(S) DEL PERSONAL DEL INSTITUTO CON QUIEN ATENDIO LA VISITA, ASI COMO EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA LICITANTE ASISTENTE, CONFORME AL ANEXO NO. 4.9 FORMATO DE CARTA RELATIVO A INSTALACION/DESINSTALACION Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS.
20504	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE ID DE LA PREGUNTA 340493		EN REFERENCIA A LA PREGUNTA HECHA POR TELECOMUNICACION Y EQUIPO SOBRE LA ANGULACION, SOLICITAMOS SE PERMITA LA ANGULACION DIGITAL DE 30 GRADOS, LO QUE PERMITE HACER MAS EFICIENTE EL FLUJO DE TRABAJO AL NO TENER QUE ESPERAR EL TIEMPO DE ANGULACION MECANICA ENTRE ADQUISICION Y ADQUISICION Y PODER HACER TODO EL PROCESO DESDE LA CONSOLA DEL OPERADOR, EVITANDO EL TIEMPO QUE REQUIERE EL OPERADOR DEL CT PARA ENTRAR Y SALIR A LA SALA DEL CT Y HACER LOS AJUSTES DE LA ANGULACION MECANICA, CON LA ANGULACION DIGITAL. AL SER UNA ADQUISICION VOLUMETRICA, SE TIENE LA VENTAJA ADICIONAL DE USAR MAS HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCION Y VISUALIZACION PARA CREAR IMAGENES DE REFORMATEOS DE VOLUMEN, REFORMATOS MULTIPLANARES, REFORMATOS CURVOS Y DIFERENTES ANGULACIONES COMO SE REQUIERAN	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.6.1. ANGULACION DE +/- 30 GRADOS O MAYOR", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y DE LOS RESULTADOS QUE SE DERIVEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".