



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023**

**“PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(PUNTOS Y PORCENTAJES)**

En la Ciudad de México, siendo las **14:00** horas del día **11 de agosto de 2023**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos y el Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el cierre de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Quien preside el acto, es asistida por el Representante del Área Técnica, quien solventará las preguntas de carácter técnico; el Área Contratante, solventará las preguntas de carácter legal y administrativo.

Asimismo, se informa que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control en el Instituto.

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en el presente procedimiento de contratación que de conformidad con el artículo 26 Ter de la Ley y el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004; en el presente procedimiento de contratación se cuenta con la participación de un Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública, para atestiguar el procedimiento.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

Página 1 de 6



2023
AÑO DE
FRANCISCO
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
(PUNTOS Y PORCENTAJES)

1. DESARROLLO DEL ACTO

En atención a lo señalado en el artículo 46, fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que contiene las precisiones realizadas por la contratante y las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, publicada en CompraNet el 03 de agosto de 2023, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 48 horas contados a partir de la publicación de la misma para que en su caso, los licitantes formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las 19:27 horas del 3 de agosto de 2023 a las 19:27 horas del 5 de agosto de 2023.

Una vez vencido el plazo referido, se verificó en el sistema CompraNet si existían preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las precisiones y respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, observando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) tal como consta en la pantalla del sistema CompraNet que se acompaña a la presente como ANEXO I, de los siguientes licitantes:

Table with 2 columns: Nombre o Razón Social and Preguntas. Rows list 11 companies and their respective number of questions.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
(PUNTOS Y PORCENTAJES)

Table with 2 columns: Nombre o Razón Social, Preguntas. Rows include companies like GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V., etc., ending with a TOTAL of 428.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

“PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(PUNTOS Y PORCENTAJES)

2. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

A continuación se da respuesta a las preguntas (repreguntas) realizadas por los licitantes respecto de las precisiones y respuestas dadas a las solicitudes de aclaración de la Convocatoria, adjuntándose a la presente como **ANEXO II**.

Considerando el volumen de la información, en el presente acto se solicita a los asistentes, la dispensa de la lectura de las preguntas (repreguntas) y respuestas, toda vez que las mismas serán difundidas a través del sistema CompraNet; a lo que los asistentes, manifiestan no tener objeción.

Se informa a los licitantes que las respuestas también podrán ser consultadas en formato editable y en PDF en el apartado ANEXOS de la publicación, en el sistema CompraNet.

3. CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la celebración del **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **22 de agosto de 2023**, a las **09:30 horas** a través de CompraNet.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, a lo que manifestaron no tener comentarios.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

“PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(PUNTOS Y PORCENTAJES)

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las **14:25 horas** del día **11 de agosto de 2023**, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma

Esta acta consta de **6** fojas útiles y **2** anexos.

----- FIN DE TEXTO -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico		
Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián Titular de la División de Evaluación de Equipamiento. Representante del Área Técnica		
Lic. José Manuel Garduño Trejo Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta		





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Adquisiciones
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
 Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023**

**“PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
 (PUNTOS Y PORCENTAJES)**

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Sergio Emilio Segura Ortega		

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Diarmuid Hurley O' Sullivan Testigo Social		





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

“PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(PUNTOS Y PORCENTAJES)

ANEXO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

Código del expediente

E-2023-00061710

Número de procedimiento de contratación 

LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

Estatus del procedimiento de contratación 

EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento

P-2023-00058400

Nombre del procedimiento de contratación

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Licitantes que han presentado proposición:

0

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** **Procesos** Evaluación Fallo

  Bitacora de acciones



Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

28/07/2023 09:30

Fecha y hora limite para envío de aclaraciones a través de Compranet *

27/07/2023 09:30

Fecha y hora de repreguntas *

05/08/2023 19:27

+

Carga masiva

>



[Faint, illegible text from a scanned document, possibly a contract or report, covering the majority of the page.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature in blue ink.]

Núm.	Licitante ↑↓	Tipo de aclaración ↑↓	Sección de la convocatoria	Aclaración
1	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 56 20670 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA)	REFERENCIA: 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EMERGENCIA EN LA COLUMNA DE LA MESA PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE FUNCIONA DE MANERA DIFERENTE Y CON ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
2	FEHLMEX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 56 20670 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA)	REFERENCIA: 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA



ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE FUNCIONA DE MANERA DIFERENTE Y CON ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?

3 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV
 LEGAL - ADMINISTRATIVA
 SUB-RUBROS CI. EXPERIENCIA. Y CZ. ESPECIALIDAD. DEL ANEXO 2

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS APARTADOS DE "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD" Y "CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS" SE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMAGENOCLOGÍA EN LAS PARTIDAS EN DONDE SOLICITAN ULTRASONIDOS Y EQUIPOS DE RAYOS-X, PARA PODER COMPROBAR NUESTRA EXPERIENCIA EN EL RAMO Y NO SE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



4 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV
 LEGAL - ADMINISTRATIVA
 SUB-RUBRO A5. VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES. DEL ANEXO 2, (PÁGINA 3)

PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS 3, 4, 5, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 49, LAS CUALES SER REIFEREN A EQUIPOS DE ULTRASONIDO, ENTENDEMOS QUE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES NO SON OBLIGATORIAS Y QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO REALIZAR DICHA VISITA A LOS HOSPITALES, YA QUE EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS SE TRATAN DE EQUIPOS DE ULTRASONIDO LOS CUALES SON MÓVILES, Y NO REQUIEREN DE CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES ESPECIALIZADAS, YA QUE BASTARÁ QUE EL HOSPITAL CUENTE CON UN VOLTAJE DE 110 A 120 VAC +/-10% CON TIERRA FISICA EN ALGUNO DE LOS CONTACTOS EN LOS QUE SE CONECTARÁN LOS EQUIPOS. ¡FAVOR DE ACLARARI!

5 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV
 LEGAL - ADMINISTRATIVA
 ANEXO 2 INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS...

ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LOS



CORRECTA NUESTRA
APRECIACIÓN?

6 TELECOMUNICACION Y
EQUIPOS SA DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 3, ECO
BIDIMENSIONAL
AVANZADO, PUNTO 1.7

SOBRE EL VALOR DEL PRF,
DADO QUE SU APLICACIÓN
ES PARA ESTUDIOS DEL
CORAZON, SUGERIMOS
ESTE VALOR SEA DE AL
MENOS 52.1 KHZ PARA
DOPPLER CONTINUO Y
PULSADO, ¿SE ACEPTA?

E

7 TELECOMUNICACION Y
EQUIPOS SA DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 3, ECO
BIDIMENSIONAL
AVANZADO, PUNTO 1.14

ENTENDEMOS QUE
BASICAMENTE DESEAN EL
EQUIPO SEA CAPAZ DE

VOLUMETRICO 4D O 3D EN
TIEMPO REAL CON
TRANSDUCTORES
SECTORIALES Y TIPO TEE),
¿ES CORRECTO?

8 TELECOMUNICACION Y TÉCNICO PARTIDA 3, ECO
EQUIPOS SA DE CV BIDIMENSIONAL
AVANZADO, PUNTO 1.26

EN LICITACIONES
ANTERIORES HEMOS
OBSERVADO SOBRE ESTE
PUNTO QUE INTEGRAN EL
PROGRAMA DE
PROTOCOLOS EL CUAL
PUEDE SER MODIFICADO
POR EL USUARIO Y ESTE ES
NORMAL EN TODOS LOS
EQUIPOS, PERO POR LA
REDACCION NO SOLO ES
LA MODIFICACION DEL
PROTOCOLO PERO
TAMBIEN DEBEMOS DE
INCLUIR EN ESTA



CLICK, ¿ES CORRECTO?

9 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 3, ECO BIDIMENSIONAL AVANZADO, PUNTO 1.31

NO LO INDICA PERO ESTE TIPO DE EQUIPOS CUENTA CON PANEL TOUCH SCREEN, INCLUSO LOS MAS BASICOS, ENTENDEMOS QUE DEBE INCLUIR UNA DE AL MENOS 12", ¿ES CORRECTO?

10 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV

TÉCNICO

PARTIDA 4, ECO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR, PUNTO 1.7

SOBRE EL VALOR DEL PRF, DADO QUE SU APLICACIÓN ES PARA ESTUDIOS DEL CORAZON, SUGERIMOS ESTE VALOR SEA DE AL MENOS 52.1 KHZ PARA

E

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



1722 registro(s) encontrado(s)

« < 1 2 3 4 5 > »



Carga masiva



Listado de Repreguntas

Q BUSCAR

ID ↑↓	Licitante ↑↓	Pregunta de referencia ↑↓	Repregunta ↑↓	Fecha de envío ↑↓	Respuesta	Acciones
-------	--------------	---------------------------	---------------	-------------------	-----------	----------

1 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV

ANEXO III

RESPECTO AL PUNTO 6.34 CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, ENTEDEMOS QUE EN CASO OFERTAR CLAVES IDENTIFICADAS CON LA LEYENDA "OPCIONAL" EN LA

04/08/2023 15:56

Responder

RESPECTO AL PUNTO 6.34 CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, ENTEDEMOS QUE EN CASO OFERTAR CLAVES IDENTIFICADAS CON LA LEYENDA "OPCIONAL" EN LA



COLUMNA
 DENOMINADA "VISITA
 A INSTALACIONES
 INSTITUCIONALES" DEL
 ANEXO NO. 3.3
 "REQUISITOS PARA
 EQUIPO MÉDICO". SE
 DEBERÁ PRESENTAR
 EL ANEXO 4.9 SIN QUE
 SEA NECESARIO
 PRESENTAR
 CONSTANCIA DE
 VISITA. ¿ES CORRECTA
 NUESTRA
 APRECIACIÓN?

2 NUDOMISA DE
 CV

ID DE LA PRECUNTA:
 359791.
 CBH+ESPECIALISTAS
 EN INNOVACION
 MEDICA SA DE CV

NOS REFERIMOS AL
 PUNTO: 1.1.3 RANGO DE
 CORRIENTE EN
 FLUOROSCOPIA
 PULSADA O
 FLUOROSCOPIA
 CONTINÚA DE 3 MA O
 MENOR A 125 MA O
 MAYOR. SOLICITAMOS
 AMABLEMENTE A LA
 CONVOCANTE NOS
 PERMITA
 REFERENCIAR ESTE
 PUNTO COMO "RANGO
 PICO DE MA, 0.5 - 60
 MA", LO CUAL NO
 LIMITA LA
 FUNCIONALIDAD DEL
 EQUIPO. SE SITUA
 DENTRO DEL RANGO
 SOLICITADO Y
 PROMUEVE EL
 CUMPLIMIENTO DE LA
 NOM-229-SSA1-2002
 RESPECTO AL USO DE
 LA MENOR DOSIS
 POSIBLE CONFORME
 AL CONCEPTO ALARA,
 "TAN BAJO COMO SEA

04/08/202
 3 14:55

Responder

E

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

7

RAZONABLEMENTE
 POSIBLE" (AS LOW AS
 REASONABLY
 ACHIEVABLE), QUE
 ESTA NORMA
 DESCRIBE AL MISMO
 QUE SE CUMPLE LA
 POTENCIA REQUERIDA
 EN EL GENERADOR DE
 15 KW ¿SE ACEPTA
 NUESTRA PROPUESTA?

3 MEDICA LUTESA ID DE LA PREGUNTA
 SA DE CV 360131

NOS REFERIMOS AL
 PUNTO: 1.1.3 RANGO DE
 CORRIENTE EN
 FLUOROSCOPIA
 PULSADA O
 FLUOROSCOPIA
 CONTINUA DE 3 MA O
 MENOR A 125 MA O
 MAYOR.SOLICITAMOS
 AMABLEMENTE A LA
 CONVOCANTE NOS
 PERMITA
 REFERENCIAR ESTE
 PUNTO COMO "RANGO
 PICO DE MA, 0.5 - 60
 MA", LO CUAL NO
 LIMITA LA
 FUNCIONALIDAD DEL
 EQUIPO, SE SITUA
 DENTRO DEL RANGO
 SOLICITADO Y
 PROMUEVE EL
 CUMPLIMIENTO DE LA
 NOM-229-SSAI-2002
 RESPECTO AL USO DE
 LA MENOR DOSIS
 POSIBLE CONFORME
 AL CONCEPTO ALARA,
 "TAN BAJO COMO SEA
 RAZONABLEMENTE
 POSIBLE" (AS LOW AS
 REASONABLY
 ACHIEVABLE), QUE

04/08/2022 3 15:00

Responder

LA MENOR DOSIS
 POSIBLE CONFORME
 AL CONCEPTO ALARA,
 "TAN BAJO COMO SEA
 RAZONABLEMENTE
 POSIBLE" (AS LOW AS
 REASONABLY
 ACHIEVABLE), QUE



ESTA NORMA
 DESCRIBE, AL MISMO
 QUE SE CUMPLE LA
 POTENCIA REQUERIDA
 EN EL GENERADOR DE
 15 KW ¿SE ACEPTA
 NUESTRA PROPUESTA?

4 CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV
 PREGUNTA CON ID 360482 DEL PARTICIPANTE CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA CITADA, YA QUE PARA LAS PARTIDAS DE RAYOS X RODABLES, ULTRASONIDOS Y/O RAYOS X FIJOS, SE PRESENTARIAN CONTRATOS DE EQUIPOS DE LA MISMA TECNOLOGÍA O SUPERIOR COMO TOMÓGRAFOS, RAYOS X FIJOS, RESONANCIAS MAGNÉTICAS, ULTRASONIDOS Y MASTÓGRAFOS, LO QUE REPRESENTA QUE CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD PARA GARANTIZARLE AL INSTITUTO EL CORRECTO SUMINISTRO DE EQUIPOS QUE PERTENECEN A LA MISMA ESPECIALIDAD EN CASO DE SER ADJUDICADOS, ADEMÁS DE QUE SE DEMUESTRA QUE TENEMOS

04/08/2022 3:15:45

Responder

E

P

[Handwritten mark]

EXPERIENCIA EN LA
INSTALACIÓN, PUESTA
EN MARCHA Y
CAPACITACIÓN DE
EQUIPOS MÁS
ESPECIALIZADOS. ¿SE
ACEPTA?

SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE
RECONSIDERE LA
OPCIÓN DE OFERTAR
CONTROL ALAMBRIKO
PARA EXPOSICIÓN, YA
QUE LOS

DISPOSITIVOS
INALÁMBRICOS SON
PROPENSOS A

EXTRAVÍOS, CAÍDAS,
PÉRDIDA DE LA SENAL
ASÍ COMO DETERIORO
DE LAS BATERÍAS, LO
QUE PUEDE AFECTAR
SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO Y
PROBABILIDAD DE
RECAMBIO EN UN
FUTURO MÁS
CERCANO, ¿SE
ACEPTA?

5
CYBER ROBOTIC
SOLUTIONS SA
DE CV

PREGUNTA CON ID
360483 DEL
PARTICIPANTE CYBER
ROBOTIC SOLUTIONS,
S.A. DE CV.

04/08/202
3 15:45

Responder

6
CARL ZEISS DE
MEXICO SA DE
CV

ANEXO III

RESPECTO AL PUNTO
6.36 CAUSAS
EXPRESAS DE
DESECHAMIENTO, SE
SOLICITA

AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE NOS
INDIQUE QUE EN CASO
OFERTAR PARTIDAS
QUE NO REQUIERAN
"COTEJO FISICO DE
LAS CARACTERISTICAS
OFERTADAS"
PODREMOS

04/08/202
3 15:56

Responder



PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE ESTE PUNTO NO APLICA A MI REPRESENTADA CONFORME AL ANEXO NO. 3.3. "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPECTO AL PUNTO 6.39 CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO SE SOLICITA

AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE EN CASO DE OFERTAR PARTIDAS QUE NO REQUIERAN "COTEJO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS" PODREMOS

PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE ESTE PUNTO NO APLICA A MI REPRESENTADA CONFORME AL ANEXO NO. 3.3. "REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

7 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV

ANEXO III

04/08/2023 15:56

Responder

8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV

PRECUNTA 360530 REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, EN RELACIÓN AL PUNTO 1.1.3. PARTIDA 15.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON UNA CORRIENTE DE

04/08/2023 22:46

Responder



FLUOROSCOPIA DE 3 MA A 119 MA, SIENDO SÓLO 6 MA DE DIFERENCIA. LA CORRIENTE QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA AMPLIA GAMA DE ESTUDIOS PARA LOS QUE SE ENCUENTRAN DESTINADOS ESTE TIPO DE EQUIPOS SIN AFECTAR LA CALIDAD DE IMAGEN Y SIN LIMITAR LAS APLICACIONES CLÍNICAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

CON BASE EN LA RESPUESTA, ENTENDEMOS QUE SE NOS PERMITE OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES

DESECHABLES PARA EL DETECTOR, LA CUBA MONOBLOC Y EL ARCO EN C, SE OFERTAN 60 PIEZAS; CONFORME A LO EXPRESADO EN LA PREGUNTA 360536 REALIZADA EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

9 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV

04/08/202 3 22:46

Responder

10 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV EN RELACIÓN AL ID DE LA PREGUNTA 360543 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE

04/08/202 3 22:46

Responder

DIAGNOSTICS S DE RL
DE CV, PARTIDA 13
UNIDAD RADIOLOGICA
Y FLUOROSCOPIA
DIGITAL CON
TELEMANDO.

FLUOROSCOPIA SE

CLASIFICA EN
FLUOROSCOPIA

PULSADA O CONTINUA
DEPENDIENDO DE LA
VELOCIDAD DEL
PULSO Y DE LA DOSIS
(KV, MAS). TOMANDO
COMO REFERENCIA EL
SIGUIENTE TEXTO: "LA
FLUOROSCOPIA A 30

CUADROS POR
SEGUNDO HA SIDO
DENOMINADA
FLUOROSCOPIA
CONTINUA"

(HTTPS://WWW.SCIENC
EDIRECT.COM/SCIENCE
/ARTICLE/ABS/PII/S1546
144007005686).
BASADO EN LO

ANTERIOR,
SOLICITAMOS
ATENTAMENTE A LA
CONVOCANTE
RECONSIDERE SU
EVALUACION Y
RESPUESTA A
NUESTRA SOLICITUD Y
QUE POR TEMAS DE
REFERENCIACION NOS
PERMITA DAR
CUMPLIMIENTO A LO
SOLICITADO

MEDIANTE:
"FLUOROSCOPIA
PULSADA DE ALTA
FRECUENCIA DE
IMAGEN A 30 P/S" LO
CUAL DE ACUERDO A
LA LITERATURA
CIENTIFICAS
EQUIVALENTE A LA
FLUOROSCOPIA

CONTINUA. ¿SE
ACEPTA?

428 registro(s) encontrado(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
------	-------------------	----------------------	-----------------------	----------

1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	Acta Junta Aclaraciones.pdf	03/08/2023 19:16	↓
2	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO IV SOLICITUDES DE ACLARACION.xlsx	03/08/2023 18:55	↓
3	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO 3 Propuesta Económica SIN PMR.xlsx	03/08/2023 18:56	↓
4	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO 3 Propuesta Económica CON PMR.xlsx	03/08/2023 18:57	↓
5	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO III PRECISIONES TECNICAS.docx	03/08/2023 18:54	↓
6	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE	RELACION DE LOS ADMINISTRADORES DE	03/08/2023 18:56	↓



7 ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO II PRECISIONES ADMINISTRATIVAS.docx

03/08/2023 18:54



8 ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *



<< < 1 > >>

+

Otros anexos

[← Regresar](#)

[Enviar para autorización y publicación](#)



SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

2023 | 00.C.9



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

“PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(PUNTOS Y PORCENTAJES).

ANEXO

II

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23828	ARROBA XYNERCIX SA DE CV	PREGUNTA 360923 (REFERENTE A PARTIDA 36)	360923	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL UNICO VALOR DE INTENSIDAD DE FOTOTERAPIA QUE TENEMOS QUE REPORTAR EN ANEXO 4) DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES Y CONTRA EL QUE SE HARÁ EL COTEJO DE MUESTRAS ES EL VALOR DE LA INTENSIDAD MAXIMA AL CENTRO DEL COLCHON, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EN LA "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" EL LICITANTE DEBERA PUNUALIZAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ARTICULO Y COMPONENTES QUE OFERTE CON PRECISION Y CLARIDAD, NO SE CONSIDERARA VALIDO EN ESTOS CASOS LA TRANSCRIPCION INTEGRA DE LA ESPECIFICACION O REQUISITO SOLICITADO, SOBRE TODO CUANDO LA ESPECIFICACION Y/O REQUISITO DEL ARTICULO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO PERMITA ALGUNA OPCION, CONCEPTOS DE MAYOR O MENOR UBICACION DENTRO DE UN RANGO O CANTIDADES PUNTUALES AL QUE CORRESPONDE SU OFERTA, PARA EL ACTO DE COTEJO FISICO DE CARACTERISTICAS OFERTADAS DEBERA DEMOSTRAR LO OFERTADO EN EL NUMERAL 124.2 "DE INTENSIDAD VARIABLE" DE LA PARTIDA 36 CUNA DE CALOR RADIANTE, ES DECIR, DEBERA DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO SOLICITADO CUENTE CON INTENSIDAD VARIABLE, YA SEA EN NIVELES O REGULABLE O SELECCIONABLE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE SUS REPRESENTADA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23829	ARROBA XYNERCIX SA DE CV	PREGUNTA 360923 (REFERENTE A PARTIDA 36)	360923	IGUALMENTE EN RELACION A FOTOTERAPIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE OFERTAR EN LA DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES (ANEXO 4) FOTOTERAPIA EN EL RANGO DE 450 A 490 NM NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, DADO QUE ES UN SUBRANGO DEL RANGO QUE SE MENCIONA EN EL INCISO 124.1 (CON EL RANGO DE 400 A 500NM), ADEMÁS DE SER EL SUBRANGO QUE TIENE MAYOR RELEVANCIA TERAPEUTICA EN FOTOTERAPIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE EN LA "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" EL LICITANTE DEBERA PUNUALIZAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ARTICULO Y COMPONENTES QUE OFERTE CON PRECISION Y CLARIDAD, NO SE CONSIDERARA VALIDO EN ESTOS CASOS LA TRANSCRIPCION INTEGRA DE LA ESPECIFICACION O REQUISITO SOLICITADO, SOBRE TODO CUANDO LA ESPECIFICACION Y/O REQUISITO DEL ARTICULO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO PERMITA ALGUNA OPCION, CONCEPTOS DE MAYOR O MENOR UBICACION DENTRO DE UN RANGO O CANTIDADES PUNTUALES AL QUE CORRESPONDE SU OFERTA, ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 124.2 "DE INTENSIDAD VARIABLE" DE LA PARTIDA 36 CUNA DE CALOR RADIANTE, LA CARACTERISTICA TECNICA "RANGO DE 430 A 490 NM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
33830	ARROBA XYNERCIX SA DE CV	PREGUNTA 360922 (REFERENTE A PARTIDA 36)	360922	ENTENDEMOS ENTONCES QUE UNA FORMA DE CUMPLIR CON ESTE PUNTO PUEDES SER "UN EQUIPO CON ALMENDOS DOS INTENSIDADES DE ALARMAS CONFIGURABLES, DONDE UNA DE LAS INTENSIDADES TIENE QUE SER MENOR A 45DB PERO SONAR Y LA INTENSIDAD DE LA OTRA QUEDA A CRITERIO DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 110.8 ES "NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DE EQUIPO REGULABLE A 45 DB O MENOR", POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO A OFERTAR PERMITA REGULAR EL NIVEL DE RUIDO O VOLUMEN DE LAS ALARMAS Y QUE EL NIVEL MAS BAJO DE ESTE SEA DE 45 DB O MENOR EN SU VOLUMEN, SIN ESTAR SILENCIADO; ESTO DEBERA PODERSE VISUALIZAR EN EL CONTROL DEL EQUIPO, DESPLEGADO EN LA PANTALLA DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, TODA ESPECIFICACION TECNICA OFERTADA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS, ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23831	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 360922 (REFERENTE A PARTIDA 36)	360922	ENTENDEMOS QUE ES POSIBLE QUE SI BIEN LA MAYORIA DE LAS ALARMAS TENGAN AL MENOS DOS INTENSIDADES, EXISTAN ALGUNAS ALARMAS MUY ESPECIFICAS Y DE MUY ALTA PRIORIDAD COMO 'TEMPERATURA ALTA' O 'FALLA DE SISTEMA' QUE TENGAN UNICAMENTE INTENSIDAD ALTA (CON INTENSIDAD MAYOR A 45DB)? ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO SOLICITADO PARA LA PARTIDA 36 CUNA DE CALOR RADIANTE, NUMERAL 110B NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DE EQUIPO REGULABLE A 45DB O MENOR ES QUE EL NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO A OFERTAR SE PUEDE REGULAR HASTA 45 DB O MENOR, ES DECIR, EL NIVEL O INTENSIDAD ALTA MÁXIMA DEBERÁ SER DE 45 DB Y NO COMO LO MENCIONA EN SU CUESTIONAMIENTO, FAVOR DE ATENDER LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
23832	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 360922 (REFERENTE A PARTIDA 36)	360922	ENTENDEMOS QUE ESTA INTENSIDAD ES MEDIDA AL CENTRO DEL COLCHON Y APROXIMADAMENTE A 10CM POR ENCIMA DEL MISMO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 125 "NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR" DE LA PARTIDA 36 CUNA DE CALOR RADIANTE, EL NIVEL DE RUIDO SE DEBERÁ MEDIR, EN TODA AQUELLA AREA DE LA CUNA DONDE OCUPE O SE ENCUENTRE EL PACIENTE.
23833	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 360927 (REFERENTE A PARTIDA 1B)	360927	ENTENDEMOS ENTONCES QUE UNA FORMA DE CUMPLIR CON ESTE PUNTO PUEDES SER 'UN EQUIPO CON ALMENOS DOS INTENSIDADES DE ALARMAS CONFIGURABLES, DONDE UNA DE LAS INTENSIDADES TIENE QUE SER MENOR A 45DB PERO SONAR Y LA INTENSIDAD DE LA OTRA QUEDA A CRITERIO DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 110B ES "NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DE EQUIPO REGULABLE A 45 DB O MENOR", POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO A OFERTAR PERMITA REGULAR EL NIVEL DE RUIDO O VOLUMEN DE LAS ALARMAS Y QUE EL NIVEL MAS BAJO DE ESTE SEA DE 45 DB O MENOR EN SU VOLUMEN, SIN ESTAR SILENCIADO; ESTO DEBERA PODERSE VISUALIZAR EN EL CONTROL DEL EQUIPO, DESPLEGADO EN LA PANTALLA DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. TODA ESPECIFICACION TECNICA OFERTADA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE A TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS. ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23834	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 359500	359500	ENTENDEMOS DE LO CONTESTADO AL LICITANTE QUE SI BIEN LA PROGRAMACION DE LA CITA PARA COTEJO FISICO SE REALIZARA ANTES DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES, EL COTEJO FISICO COMO TAL SE REALIZARA DESPUES DE DICHA APERTURA DE PROPOSICIONES ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO, SE REITERA QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES EN LOS CUALES SE SOLICITA COTEJO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS LOS LICITANTES DEBERAN SOLICITAR LA CITA PREVIO A LA PRESENTACION DE PROPIUESTA. TODA VEZ QUE SE DEBE ADJUNTAR COPIA DEL CORREO ELECTRONICO EN DONDE SE SOLICITA Y CONFIRMA LA CITA CON FECHA Y HORA. EL ACTO DE COTEJO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE LLEVARA A CABO POSTERIOR A LA ENTREGA DE PROPUUESTAS TECNICAS.
23835	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 359500	359500	ENTENDEMOS QUE SI DOS LICITANTES DIFERENTES OFERTAN EL MISMO EQUIPO DE UN TERCER FABRICANTE, AMBOS LICITANTES DEBERAN HACER SU PROPIA CITA PARA COTEJO FISICO, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE TODOS LOS LICITANTES QUE INDEPENDIEMENTE DE LA MARCA DEL BIEN A OFERTAR CADA LICITANTE DEBERA SOLICITAR SU PROPIA CITA PARA EL ACTO DE COTEJO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS, ACORDE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
23836	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 359500	359500	ENTENDEMOS QUE EL ORDEN DE LAS PRUEBAS NO NECESARIAMENTE TIENE QUE SER EL INDICADO EN LAS FICHAS, SI DEMOSTRAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO EN OTRO ORDEN FACILITA SU DEMOSTRACION ¿ES CORRECTO?	NO, NO ES CORRECTA SU APRECIACION PARA EL ACTO DE COTEJO FISICO DE CARACTERISTICAS OFERTADAS SE DEBERAN PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ORDEN DE APARICION ACORDE A LO DESCRITO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO Y LAS (S) PERSONAS ENCARGADAS DE LLEVAR A CABO EL COTEJO DEBERAN PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS UNA POR UNA ACORDE A LA NUMERACION DE LA CEDULA.
23837	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 359888	359888	ENTENDEMOS QUE SI BIEN SOLO PODRAN ASISTIR AL COTEJO FISICO AQUELLAS PERSONAS PREVIAMENTE SEÑALADAS, QUE ALGUNA DE DICHAS PERSONAS PREVIAMENTE SEÑALADAS NO PUEDA ESTAR PRESENTE, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SI ALGUNA PERSONA DE LAS QUE HAYAN SOLICITADO PREVIAMENTE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SU ASISTENCIA AL ACTO DE COTEJO FISICO DE CARACTERISTICAS OFERTADAS NO PUEDE ASISTIR NI SERA CAUSA DE DESCALIFICACION, SIN EMBARGO, AQUELLA LICITANTE QUE HAYA SOLICITADO CITA PARA EL COTEJO Y NO SE PRESENTE AL MISMO SI AFECTARA LA SOLIDENCIA DE SU PROPUUESTA.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23838	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 360925	360925	SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA INTENSIDAD DE RUIDO MÁXIMA DEL EQUIPO A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE PUNTO SEA DE 50DB (COMO PIDE LA FICHA) YA SEA CON EL EQUIPO SIN ALARMAS, O CUANDO LAS ALARMAS DEL EQUIPO SE ENCUENTREN CONFIGURADAS PARA FUNCIONAR CON UN RUIDO MENOR A 45 DB, PERO QUE SE PERMITA QUE EL EQUIPO TENGA UN NIVEL DE RUIDO MAYOR A 50DB CUANDO ESTEN ACTIVAS LAS ALARMAS CONFIGURADAS EN OTRA INTENSIDAD DISTANTE A LA DE 45DB PREVIAMENTE MENCIONADA, NOS PARECE QUE DE ESTA FORMA LA AUTORIDAD CONSIGUE EL OBJETIVO DE PROVEER AL USUARIO EQUIPOS CAPACES DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE BAJO RUIDO QUE SE BUSCAN, PERO LE DA LA VERSATILIDAD AL USUARIO FINAL DE AUMENTAR DICHO NIVEL SI LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SU UNIDAD MÉDICA LO SOLICITAN, DE OTRA FORMA NOS PARECE QUE SE LIMITA AL PERSONAL USUARIO A TENER SIEMPRE ALARMAS DE MÁXIMO 50DB Y TAL VEZ SEA INSUFICIENTE EN ALCUNOS CASOS. ¿ES CORRECTO?	SE AGRADECE SU SUGERENCIA, FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.25 "NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR", DE LA PARTIDA 36 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL", SE SOLICITA QUE EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO TOTAL O EN OPERACIÓN DE TODAS SUS FUNCIONES, TENGA O PROPORCIONE UN NIVEL DE RUIDO DE "50 DB" O MENOR SE RETIERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23839	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	PREGUNTA 360925	360925	ENTENDEMOS QUE LA MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 50DB A LA QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO 1.25 DE LA FICHA DE LA PARTIDA CUNA DE CALOR RADIANTE QUE MENCIONA ESTA PREGUNTA ORIGINAL SE REALIZA AL CENTRO DEL COLCHÓN DE INFANTE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 10CM POR ENCIMA DE ESTE. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.25 "NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR", DE LA PARTIDA 36 CUNA DE CALOR RADIANTE, EL NIVEL DE RUIDO SE DEBERA MEDIR EN TODA AQUELLA AREA DE LA CUNA DONDE OCUPE O SE ENCUENTRE EL PACIENTE.
23499	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO III		RESPECTO AL PUNTO 6.34 CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, ENTEDEMOS QUE EN CASO OFERTAR CLAVES IDENTIFICADAS CON LA "LEYENDA "OPCIONAL" EN LA COLUMNA DENOMINADA "VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES" DEL ANEXO NO 3.3 REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO SE DEBERA PRESENTAR EL ANEXO 4.9 SIN QUE SEA NECESARIO PRESENTAR CONSTANCIA DE VISITA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, EL ANEXO NO. 4.9 SE DEBE ADJUNTAR DE MANERA OBLIGATORIA A AQUELLAS PROPUESAS TÉCNICAS DE LOS BIENES PARA LOS CUALES SE SOLICITE VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES "OPCIONAL" ACORDE AL NEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES".
23533	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO III		RESPECTO AL PUNTO 6.36 CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE EN CASO OFERTAR PARTIDAS QUE NO REQUIERAN "COTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS" PODREMOS PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE ESTE PUNTO NO APLICA A MI REPRESENTADA, CONFORME AL ANEXO NO. 3.3. "REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE RETIERA A LAS LICITANTES QUE EN CASO DE QUE OFERTEN BIENES PARA LAS PARTIDAS QUE NO REQUIERAN "COTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS" NO DEBERÁN PRESENTAR NINGUN ESCRITO, YA QUE NO ES REQUISITO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PRESENTAR ALGUN DOCUMENTO SI EL BIEN A OFERTAR NO REQUIERE COTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, PODRÁN PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE ESTE PUNTO ICON RESPECTO AL ACTO DE COTEJO FÍSICO DE "CARACTERÍSTICAS OFERTADAS" NO APLICA A SU REPRESENTADA CONFORME AL ANEXO NO. 3.3. REQUISITOS DE LOS BIENES.
23534	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO III		RESPECTO AL PUNTO 6.39 CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE EN CASO DE OFERTAR PARTIDAS QUE NO REQUIERAN "COTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS" PODREMOS PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE ESTE PUNTO NO APLICA A MI REPRESENTADA CONFORME AL ANEXO NO. 3.3. "REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE RETIERA A LAS LICITANTES QUE EN CASO DE QUE OFERTEN BIENES PARA LAS PARTIDAS QUE NO REQUIERAN "COTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS" NO DEBERÁN PRESENTAR NINGUN ESCRITO REFERENTE A LA CONFIRMACION DE LA CITA PARA EL ACTO, YA QUE NO ES REQUISITO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PRESENTAR ALGUN DOCUMENTO SI EL BIEN A OFERTAR NO REQUIERE COTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, PODRÁN PRESENTAR ESCRITO INDICANDO QUE ESTE PUNTO ICON RESPECTO AL ACTO DE COTEJO FÍSICO DE "CARACTERÍSTICAS OFERTADAS" NO APLICA A SU REPRESENTADA CONFORME AL ANEXO NO. 3.3. REQUISITOS DE LOS BIENES.
23742	CASA PLARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 300697	360697	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A NUESTRA PREGUNTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LA PANTALLA DEL DESPILADOR NO SE UTILIZA COMO PANTALLA DE USO DIAGNOSTICO COMO LAS PANTALLAS DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN (FLUOROSCOPIA, TAC, MASTOGRAFIAS RESONANCIA MAGNETICA) Y ES ÚNICAMENTE PARA LA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS NUMÉRICOS Y CURVAS FISIOLÓGICAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA CON RESOLUCIÓN DE 800 X 480 PÍXELES TIPO TFT-LCD SE ACEPTA ?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.16(14) "PANTALLA DE ALTA RESOLUCION A COLOR DE 14 CM (5.5 PULGADAS) O MAYOR, LCD TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR", LA CARACTERISTICA "PANTALLA CON RESOLUCION DE 800 X 480 PÍXELES TIPO TFT-LCD A COLOR DE 14 CM (5.5 PULGADAS) O MAYOR", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23803	CASA PLARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360669	360669	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A NUESTRA PREGUNTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR REGISTRO DE MANERA MANUAL Y AUTOMÁTICA LO CUAL PUEDE SER SELECCIONADO POR EL USUARIO. ES CORRECTO?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO TIENE VINCULACION CON LA RESPUESTA OTORGADA CON EL ID 360669
23804	CASA PLARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360701	360701	DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE AMABLEMENTE NOS CONTESTARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PREGUNTA CON ID NO. 360701 A MI REPRESENTADA, SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, YA QUE COMO SABEMOS LA CENTRAL DE MONITOREO ES INDISPENSABLE QUE TENGA UNA BUENA VISIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN VER TODOS LOS PARAMETROS MEDICOS MONITORIZADOS ASI COMO LAS ALARMAS Y MENSAJES DE CADA UNO DE LOS MONITORES DE PACIENTE CONECTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (CINCO CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23805	CASA PLARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360701	360701	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID NO. 360701 A MI REPRESENTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL MONITOR DE LA CENTRAL DEBE SER GRADO MEDICO Y QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EL CUAL POR MEDIO DE SU TECNOLOGIA NOS PERMITE PONER MONITORES DE LA CENTRAL DE DIFERENTE MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA O PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (CINCO CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23806	CASA PLARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360706	360706	DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE AMABLEMENTE NOS CONTESTARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PREGUNTA CON ID NO. 360706 A MI REPRESENTADA, SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR YA QUE COMO SABEMOS LA CENTRAL DE MONITOREO ES INDISPENSABLE QUE TENGA UNA BUENA VISIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN VER TODOS LOS PARAMETROS MEDICOS MONITORIZADOS ASI COMO LAS ALARMAS Y MENSAJES DE CADA UNO DE LOS MONITORES DE PACIENTE CONECTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (CINCO CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23807	CASA PLARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360706	360706	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID NO. 360706 A MI REPRESENTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL MONITOR DE LA CENTRAL DEBE SER GRADO MEDICO Y QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EL CUAL POR MEDIO DE SU TECNOLOGIA NOS PERMITE PONER MONITORES DE LA CENTRAL DE DIFERENTE MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA O PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (CINCO CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23808	CASA PLAPRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360711	360711	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE AMABLEMENTE NOS CONTESTARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PREGUNTA CON ID NO. 360711 A MI REPRESENTADA, SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, YA QUE COMO SABEMOS LA CENTRAL DE MONITOREO ES INDISPENSABLE QUE TENGA UNA BUENA VISIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN VER TODOS LOS PARAMETROS MEDICOS MONITORIZADOS ASI COMO LAS ALARMAS Y MENSAJES DE CADA UNO DE LOS MONITORES DE PACIENTE CONECTADOS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA QUE OFERTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALCUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23809	CASA PLAPRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360711	360711	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID NO. 360711 A MI REPRESENTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL MONITOR DE LA CENTRAL DEBE SER GRADO MEDICO Y QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EL CUAL POR MEDIO DE SU TECNOLOGIA NOS PERMITE PONER MONITORES DE LA CENTRAL DE DIFERENTE MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA O PACIENTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23810	CASA PLAPRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360716	360716	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE AMABLEMENTE NOS CONTESTARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PREGUNTA CON ID NO. 360716 A MI REPRESENTADA, SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, YA QUE COMO SABEMOS LA CENTRAL DE MONITOREO ES INDISPENSABLE QUE TENGA UNA BUENA VISIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN VER TODOS LOS PARAMETROS MEDICOS MONITORIZADOS ASI COMO LAS ALARMAS Y MENSAJES DE CADA UNO DE LOS MONITORES DE PACIENTE CONECTADOS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA QUE OFERTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALCUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>

Página 5

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el licitante	Respuesta
2380	CASA PILARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360716	360716	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID NO. 360716 A MI REPRESENTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL MONITOR DE LA CENTRAL DEBE SER GRADO MEDICO Y QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EL CUAL POR MEDIO DE SU TECNOLOGIA NOS PERMITE PONER MONITORES DE LA CENTRAL DE DIFERENTE MARCA, QUE LOS MONITORES DE CABECERA O PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (ONCE CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
2381	CASA PILARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360721	360721	DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE AMABLEMENTE NOS CONTESTARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PREGUNTA CON ID NO. 360721 A MI REPRESENTADA, SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR YA QUE COMO SABEMOS LA CENTRAL DE MONITOREO ES INDISPENSABLE QUE TENGA UNA BUENA VISIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN VER TODOS LOS PARAMETROS, MEDICOS MONITORIZADOS ASI COMO LAS ALARMAS Y MENSAJES DE CADA UNO DE LOS MONITORES DE PACIENTE CONECTADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
2383	CASA PILARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360731	360731	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID NO. 360731 A MI REPRESENTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL MONITOR DE LA CENTRAL, DEBE SER GRADO MEDICO Y QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EL CUAL POR MEDIO DE SU TECNOLOGIA NOS PERMITE PONER MONITORES DE LA CENTRAL DE DIFERENTE MARCA, QUE LOS MONITORES DE CABECERA O PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ESTO EN VIRTUD DE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN EQUIPO QUE CUENTE CON LA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA.
2384	CASA PILARRE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360733	360733	DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE AMABLEMENTE NOS CONTESTARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PREGUNTA CON ID NO. 360733 A MI REPRESENTADA, SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR YA QUE COMO SABEMOS LA CENTRAL DE MONITOREO ES INDISPENSABLE QUE TENGA UNA BUENA VISIBILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN VER TODOS LOS PARAMETROS, MEDICOS MONITORIZADOS ASI COMO LAS ALARMAS Y MENSAJES DE CADA UNO DE LOS MONITORES DE PACIENTE CONECTADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL DE 17" O MAYOR, A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 48 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CATORCE CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. NO SE OMITI MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23815	CASA PLARRIE SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA 360733	360733	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON ID NO. 360733 A MI REPRESENTADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL MONITOR DE LA CENTRAL DEBE SER GRADO MEDICO Y QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EL CUAL POR MEDIO DE SU TECNOLOGIA NOS PERMITE PONER MONITORES DE LA CENTRAL DE DIFERENTE MARCA QUE LOS MONITORES DE CABECERA O PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPIUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 4B "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CATORCE CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
23658	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PRECISION ANEXO NO. 35 GUIA DE DISTRIBUCION PARTIDA 15		DE ACUERDO CON LA PRECISION NO. 3 ANEXO UNO ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA 15 CORRESPONDE A UNA UNIDAD RADIOLOGICA Y FLOUROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUSTRACCION DIGITAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, EL NOMBRE CORRECTO DEL BIEN CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 15 ES "UNIDAD RADIOLOGICA Y FLOUROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUSTRACCION DIGITAL".
23659	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359785 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA S.A. DE CV	359785	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES EN LAS PARTIDAS QUE SEAN OPCIONAL BASTARA CON PRESENTAR EL ANEXO NO. 4.9 SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EN CASO DE QUE OFERTE BIENES PARA LAS PARTIDAS CUYA VISITA A LAS INSTALACIONES SEA OPCIONAL LAS LICITANTES DEBERAN INTEGRAR EN SU PROPIUESTA TECNICA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE QUE REQUIERAN VISITA OPCIONAL LA CARTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MEDICA QUE CORRESPONDA" O EN SU DEFECTO LA MINUTA CORRESPONDIENTE QUE HAGA CONSTAR QUE LA LICITANTE LLEVO A CABO LA O LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES
23660	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359781 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA S.A. DE CV	359781	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE AL TRATARSE DE UNA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y SUS ACCESORIOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO MEDICO ENTRE SI, POR LO CUAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSUMOS DE PAISES CON LOS QUE MEXICO NO CUENTE CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPIUESTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU PROPIUESTA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA EN NUMERAL 12 MEDIO Y CAPACIDAD, EL CUAL SEÑALA QUE EL CARACTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SOLO PODRAN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAISES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS, MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHO PAISES CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, ASI COMO AL OFICIO CIRCULAR NO. UN 700 TU AD 196 2023, POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL, ASI COMO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUJETAS A LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SE INDICAN, LA CONVERSION A MONEDA NACIONAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE JUNIO DE 2023.
23661	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359788 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA S.A. DE CV	359788	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAA-SSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PUNTO FOCAL APARTIR DE 0.7 MM O MENOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPIUESTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA QUE NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES 17.3 DOS PUNTOS FOCALES, 17.4 DE 0.6 MM O MENOR, 17.5 DEL 1.2 MM O MENOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLIAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDIEN CONFIANZA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23662	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359789 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359789	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR POTENCIA DE 2 KW O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE RETIENE LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "111 POTENCIA DE 15KW O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23703	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359790 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359790	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 110 KV O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE RETIENE LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "113 RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 110 KV O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23704	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359791 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359791	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA, PULSADA O FLUOROSCOPIA, CONTINUA DE 3MA O MENOR A 135 MA O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE RETIENE LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "113 RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA, PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA O MENOR A 135 MA O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23705	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359792 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359792	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CORRIENTE DE RADIOGRAFIA DIGITAL O IMAGEN UNICA DE 20 MA O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE RETIENE LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "114 CORRIENTE DE RADIOGRAFIA DIGITAL O IMAGEN UNICA DE 25 MA O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23706	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 357845 FORMULADA POR DISTRIBUCIONES ANRO SA DE CV	357845	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PLAN DE CAPACITACION SOLO LO ENTREGARA EN LICITANTE ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, SE RETIENE A LA LICITANTE QUE LA CAPACITACION SE REALIZA CON BASE EN EL BIEN ADJUDICADO Y SE OTORGA A LOS USUARIOS DE LOS BIENES DE LA UNIDAD MEDICA, DE DESTINO FINAL DEL ESTE, POSTERIOR A LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL BIEN ADJUDICADO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23707	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 357844 FORMULADA POR DISTRIBUCIONES ANRO S.A DE CV.	357844	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL A) ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS, EL LICITANTE PODRÁ EXHIBIR CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ANEXOS TÉCNICOS Y/O INSTRUMENTOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	NO ES CORRECTA SU Apreciación, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL A) ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1) LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA, CONFORME A LO PRECISADO EN EL INSTRUMENTO DE LLENADO DE LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1); EN DICHO DOCUMENTO EL LICITANTE DEBERÁ PUNTUALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ARTÍCULO Y COMPONENTES QUE OFERTE, CON PRECISIÓN Y CLARIDAD, NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDO EN ESTOS CASOS LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIFICACIÓN O REQUISITO SOLICITADO, SOBRE TODO CUANDO LA ESPECIFICACIÓN Y/O REQUISITO DEL ARTÍCULO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO PERMITA ALGUNA OPCIÓN, CONCEPTO DE MAYOR O MENOR UBICACIÓN, DENTRO DE UN RANGO O CANTIDADES PUNTUALES AL QUE CORRESPONDE SU OFERTA, DEBERÁ DETALLAR LA ESPECIFICACIÓN POR CADA NUMERAL SOLICITADO Y QUE CORRESPONDA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN OFERTADO Y DEBERÁ ENTREGAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE; COMO SUSTENTO DE SU OFERTA ENUNCIADA EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", LO CUAL PERMITIRÁ LO CUAL PERMITIRÁ VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, INDICADA EN EL "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1); Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, CON LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA.
23708	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 361490 FORMULADA POR SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE CV.	361490	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS GUÍAS MECANICAS SOLO SERÁN ENTREGADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	SI ES CORRECTA SU Apreciación, LAS GUÍAS MECANICAS DEBERÁN SER ENTREGADAS POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.
23709	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 361483 FORMULADA POR SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE CV.	361483	EN CASO DE OMITIR LOS INCISOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 4.12 DE LA CONVOCATORIA ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SEPA CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE MENCIONA QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	ES CORRECTA SU Apreciación.
23710	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 361399 FORMULADA POR DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION S.A. DE CV	361399	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PUEDA SER FIRMADA POR LA FILIAL EN MEXICO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE REFERIR LA RESPUESTA NO SE ACEPTA LA CARTA COMPROMISO DEBE SER DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE ACLARA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO NO. 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SOBORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS, ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL, INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23711	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359861 FORMULADA POR ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE CV.	359861	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE AL EXHIBIR CONTRATOS VIO PEDIDOS QUE SEAN DE EQUIPO MEDICO SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA CONTRATACION EL CUAL MENCIONA EN LA CONVOCATORIA ES "PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES), SE SOLICITA ACLARAR	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASÍ COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES"; INCISO C, RUBRO C, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR.
23712	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359859 FORMULADA POR ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE CV.	359859	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE AL EXHIBIR CONTRATOS VIO PEDIDOS QUE SEAN DE EQUIPO MEDICO SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA CONTRATACION EL CUAL MENCIONA EN LA CONVOCATORIA ES "PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES), SE SOLICITA ACLARAR	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASÍ COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES"; INCISO C, RUBRO C, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR.
23713	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359890 FORMULADA POR DRACER MEDICAL MEXICO S.A. DE CV.	359890	ES CORRECTO ENTENDER QUE POR CADA CONTRATO FORMALIZADO SE HARÁ ENTREGA DE UNA FIANZA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
23714	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359801 FORMULADA POR KRIDAL DE MEXICO S.A. DE CV.	359801	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ESPECIFICAR EL PORCENTAJE QUE SE OTORGARA EN CASO DE PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ANEXO D-9 EN LAS PARTIDAS QUE ASI LO REQUIERAN SE SOLICITA ACLARAR	SE ACLARA QUE LA CARTA RELATIVA A LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO A REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION, ANEXO 4.9, ES UN REQUISITO OBLIGATORIO CUANDO ASI CORRESPONDA. QUE LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR PARA LA OBTENCION DE LOS 25 PUNTOS RELATIVOS A LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES A OFERTAR, TODA VEZ QUE ES NECESARIO QUE CONTEMPLA TODO LO NECESARIO EN SU PROPIA TECNICA Y ECONOMICA, FAVORECIENDO LA COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ALCUNA ESPECIFICACION VIO REQUISITO TECNICO MEDICO, SE DESECHARA LA PROPOSICION Y SE OTORGARAN 0 (CERO) PUNTOS
23715	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 357863 FORMULADA POR DISTRIBUCIONES ANRO SA DE CV.	357863	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDE SER FIRMADA POR LA FILIAL EN MEXICO VIO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA. LAS CARTAS SOLICITADAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA EN ESTE CONTEXTO. LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE FILIAL EN MEXICO VIO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS POS VENTA, CON RELACION AL INCISO D) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA, NO ES SOLICITADA.
23716	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359872 FORMULADA POR CARL ZEISS DE MEXICO S.A. DE CV.	359872	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUBRUBROS C) EXPERIENCIA Y C) ESPECIALIDAD SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS VIO PEDIDOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CAPACIDADES ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA, QUE PRETENDA OFERTAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE REPETA A LA LICITANTE LA RESPUESTA OTORGADA PREVIANTE CON RESPECTO A QUE PARA ACREDITAR LOS SUBRUBROS C) EXPERIENCIA Y C) ESPECIALIDAD DEL INCISO C) MECANISMOS DE EVALUACION DE PROPOSICIONES DEL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES. LOS LICITANTES PODRAN PRESENTAR CONTRATOS QUE ACREDITEN EL SUMINISTRO DE BIENES DE MODELO DISTRIBUIDO AL OFERTADO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA QUE PRETENDA OFERTAR EL LICITANTE. ASIMISMO, SE SOLICITA ATENDER LA PRECISION NUMERO 11.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23731	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 14 ID PREGUNTA 354673 FORMULADA POR TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV.	354673	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ANODO DE 200 KHU, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.25 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ANODO DE 300 KHU O MAYOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23732	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 14 ID PREGUNTA 354673 FORMULADA POR TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV.	354673	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CÁMARA DE XE QUAD PICK-UP, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE "CÁMARA DE XE QUAD PICK-UP" COMO ADICIONAL PARA LA PARTIDA 14, UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (DIGITAL) SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTAPA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23733	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	33	354673	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APR 245, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.9 PROGRAMAS ANATOMICOS O DE ORGANOS O RADIOGRAFIAS PROGRAMADAS APR 500 O MAYOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23734	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 14 ID PREGUNTA 354673 FORMULADA POR TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV.	354673	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RESOLUCION DE 1600 X 1200, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.12 PANTALLA A COLOR LCD O TFT DE 19" O MAYOR, RESOLUCION DE 3 MEGA PÍXELS O MAYOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. PARA EL NUMERAL 1.001 SE ACEPTA QUE OFERTE "CON PANTALLA A COLOR LCD O TFT DE 19" O MAYOR Y RESOLUCION DE 1600 X 1200 O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.001 CON PANTALLA A COLOR LCD O TFT DE 19" O MAYOR Y RESOLUCION DE 1K X 1K O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23735	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 13 ID PREGUNTA 359788 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359788	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INTERFAZ DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 11.3. SE ACEPTA QUE OFERTE "INTERFAZ DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 11.3. INTERFAZ DE RED ETHERNET 1000 BASE T O 1000 MBPS (MBIT/SEC) O 1 GBPS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23736	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 13 ID PREGUNTA 359788 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359788	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ROTACION DE 180°. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 17.6. NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 17.6. CON ROTACION DE 270° O 90°. DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23737	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 13 ID PREGUNTA 359788 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359788	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MOTORIZADA CON CONTROL REMOTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 13.4. SE ACEPTA QUE OFERTE "MOTORIZADA CON CONTROL REMOTO CON TELEMANDO" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 13.4. MOTORIZADA CON TELEMANDO. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23738	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PARTIDA 13 ID PREGUNTA 359788 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359788	DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CONO DE COMPRESION MOTORIZADO CON FUERZA MAX DE 80 N. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 13.1. SE ACEPTA QUE OFERTE "CONO DE COMPRESION MOTORIZADO CON FUERZA MAX DE 80 N" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 13.1. CONO DE COMPRESION MOTORIZADO PARA PRESION", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23750	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA ANEXO NO. 15 GUIA DE DISTRIBUCION PARTIDA 16		DE ACUERDO CON LA PREGUNTA NO. 15 ANEXO UNICO ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA 15 CORRESPONDE A UNA UNIDAD RADIOLOGICA Y FLOUROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUSTRACCION DIGITAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI SE CORRECTA SU APRECIACION, EL NOMBRE CORRECTO DEL BIEN CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 15 ES "UNIDAD RADIOLOGICA Y FLOUROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUSTRACCION DIGITAL".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
33751	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359785 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359785	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES EN LAS PARTIDAS QUE SEAN OPCIONAL BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NO. 49, SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EN CASO DE QUE OFERTE BIENES PARA LAS PARTIDAS CUYA VISITA A LAS INSTALACIONES SEA OPCIONAL LAS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE QUE REQUIERAN VISITA OPCIONAL LA CARTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO NO. 49 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MEDICA QUE CORRESPONDA" O EN SU DEFECTO LA MINUTA CORRESPONDIENTE QUE HAGA CONSTAR QUE LA LICITANTE LLEVO A CABO LA O LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES
33752	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359781 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359781	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE AL TRATARSE DE UNA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y SUS ACCESORIOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO MEDICO ENTRE SI, POR LO CUAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSUMOS DE PAISES CON LOS QUE MEXICO NO CUENTE CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE REITERA LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA EN NUMERAL 1.2 MEDIO Y CARACTER EL CUAL SEÑALA QUE EL CARACTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS POR LO CUAL SOLO PODRAN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAISES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAISES; CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, ASI COMO AL OFICIO CIRCULAR NO. UN 700 TU AD 198 2023, POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL, ASI COMO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUJETAS A LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SE INDICAN, LA CONVERSION A MONEDA NACIONAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE JUNIO DE 2023.
23753	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359788 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359788	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PUNTO FOCAL A PARTIR DE 07 MM O MENOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA QUE NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES 17.3 D05 PUNTOS FOCALES 17.4 DE 06 MM O MENOR, 17.5 DE 12 MM O MENOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLIAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDIENDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23754	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359789 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359789	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR POTENCIA DE 2 KW O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1111 POTENCIA DE 16 KW O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLIAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDIENDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23755	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359790 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV.	359790	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 110 KV O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "112 RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLIAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDIENDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23756	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359791 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359791	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3MA O MEJOR A 90 MA O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 113 RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA. O MEJOR A 125 MA O MAYOR; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23757	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359792 FORMULADA POR CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359792	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL ART. 29 FRACC. V DE LA LAASSP PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ASI COMO CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CORRIENTE DE RADIOGRAFIA DIGITAL O IMAGEN UNICA DE 20 MA. O MAYOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 114 CORRIENTE DE RADIOGRAFIA DIGITAL O IMAGEN UNICA DE 75 MA. O MAYOR; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23758	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 357845 FORMULADA POR DISTRIBUCIONES ANIRO SA DE CV	357845	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PLAN DE CAPACITACION SOLO LO ENTREGARA EN LICITANTE ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, SE REITERA A LA LICITANTE QUE LA CAPACITACION SE REALIZA CON BASE EN EL BIEN ADJUDICADO Y SE OTORGA A LOS USUARIOS DE LOS BIENES DE LA UNIDAD MEDICA, DE DESTINO FINAL DEL ESTE, POSTERIORE A LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL BIEN ADJUDICADO.
23759	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 357844 FORMULADA POR DISTRIBUCIONES ANIRO S.A. DE CV.	357844	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL A ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS, EL LICITANTE PODRA EXHIBIR CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ANEXOS TECNICOS Y/O INSTRUCTIVOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL A ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS, EL LICITANTE DEBERA INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA LA "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1) LA CUAL DEBERA SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA, CONFORME A LO PRECISADO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1). EN DICHO DOCUMENTO EL LICITANTE DEBERA PUNTLIZAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ARTICULO Y COMPONENTES QUE OFERTE, CON PRECISION Y CLARIDAD, NO SE CONSIDERARA VALIDO EN ESTOS CASOS LA TRANSCRIPCION INTEGRAL DE LA ESPECIFICACION O REQUISITO SOLICITADO, SOBRE TODO CUANDO LA ESPECIFICACION Y/O REQUISITO DEL ARTICULO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO PERMITA ALGUNA OPCION, CONCEPTOS DE MAYOR O MENOR O UBICACION DENTRO DE UN RANGO O CANTIDADES PUNTLUALES AL QUE CORRESPONDE SU OFERTA, DEBERA DETALLAR LA ESPECIFICACION POR CADA NUMERAL SOLICITADO Y QUE CORRESPONDA CON LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN OFERTADO Y DEBERA ENTREGAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, COMO SUSTENTO DE SU OFERTA ENUNCIADA EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", LO CUAL PERMITIRA LO CUAL PERMITIRA VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE, INDICADA EN EL "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1) Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, CON LOS ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA
23760	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 361490 FORMULADA POR SUJMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE CV.	361490	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS GUIAS MECANICAS SOLO SERAN ENTREGADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, LA PRESENTACION DE LAS GUIAS MECANICAS NO SON UN REQUISITO SOLICITADO PARA LA EVALUACION TECNICA, DE PROVEEDORES EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, NO OBSTANTE AQUELLOS PROVEEDORES ADJUDICADOS QUE REQUIERAN PRESENTAR GUIAS MECANICAS, DEBERAN HACERLO A TRAVES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
23761	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 361485 FORMULADA POR SUJMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE CV.	361485	EN CASO DE OMITIR LOS INCISOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 4.12 DE LA CONVOCATORIA, ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE MENCIONA QUE NO AFECTAN LA SOLUCION DE LA PROPOSICION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23762	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359899 FORMULADA POR DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	359899	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PUEDA SER FIRMADA POR LA FILIAL EN MEXICO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE LE RETIENE LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA LA CARTA COMPROMISO DEBE SER DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE ACLARA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES, EN LA EVALUACION TECNICO-MEDICA, INCISO A, CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA, TECNICA, SUBINCISO A1, ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS. SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA, TECNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO NO. 31, CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACION SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES ICILASES DE SERVICIO DICOM 3.0, SE CONSIDERARA INTERFAZ VALIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SOBORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS, ADEMAS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACION CON EL SISTEMA DIGITAL, INSTALADO EN LA UNIDAD MEDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASI COMO LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO.
23763	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359861 FORMULADA POR ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	359861	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE AL EXHIBIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS QUE SEAN DE EQUIPO MEDICO SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA CONTRATACION EL CUAL MENCIONA EN LA CONVOCATORIA ES "PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES), SE SOLICITA ACLARAR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASI COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO C, RUBRO C "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR".
23764	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359859 FORMULADA POR ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	359859	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE AL EXHIBIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS QUE SEAN DE EQUIPO MEDICO SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA CONTRATACION EL CUAL MENCIONA EN LA CONVOCATORIA ES "PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES), SE SOLICITA ACLARAR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASI COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO C, RUBRO C "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR".
23765	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359890 FORMULADA POR DRACER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359890	ES CORRECTO ENTENDER QUE POR CADA CONTRATO FORMALIZADO SE HARÁ ENTREGA DE UNA FIANZA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
23766	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359501 FORMULADA POR HENDAL DE MEXICO SA DE CV	359501	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ESPECIFICAR EL PORCENTAJE QUE SE OTORGARA EN CASO DE PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ANEXO NO. 4.9 EN LAS PARTIDAS, QUE ASI LO REQUIERAN, SE SOLICITA ACLARAR	SE ACLARA QUE LA CARTA RELATIVA A LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO A REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION, ANEXO 4.9, ES UN REQUISITO OBLIGATORIO CUANDO ASI CORRESPONDA, QUE LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR PARA LA OBTENCION DE LOS 35 PUNTOS RELATIVOS A LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES A OFERTAR, TODA VEZ QUE ES NECESARIO QUE CONTENGA TODO LO NECESARIO EN SU PROPUESTA, TECNICA Y ECONOMICA, FAVORECIENDO LA COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, POR LO QUE EL INCLUMPLIMIENTO DE ALGUNA ESPECIFICACION Y/O REQUISITO TECNICO MEDICO, SE DESECHARA LA PROPUESTA, Y SE OTORGARAN 0 (CERO) PUNTOS.


ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23767	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 357862 FORMULADA POR DISTRIBUCIONES ANRO SA DE CV.	357862	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDE SER FIRMADA POR LA FILIAL EN MEXICO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LAS CARTAS SOLICITADAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA EN ESTE CONTEXTO LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE FILIAL EN MEXICO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS POS VENTA CON RELACION AL INCISO D) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA NO ES SOLICITADA.
23768	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA 359872 FORMULADA POR CARL ZEISS DE MEXICO S.A. DE CV.	359872	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUBRUBROS C1 EXPERIENCIA Y C2 ESPECIALIDAD DEL INCISO C) MECANISMOS DE EVALUACION DE PROPOSICIONES CON INSTITUCIONES PRIVADAS SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS VIO PEDIDOS NATURALIZA, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA QUE PRETENDA OFERTAR EL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION SE ACLARA QUE PARA AGREDITAR LOS SUBRUBROS C1 EXPERIENCIA Y C2 ESPECIALIDAD DEL INCISO C) MECANISMOS DE EVALUACION DE PROPOSICIONES DEL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES LOS LICITANTES PODRAN PRESENTAR CONTRATOS VIO PEDIDOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS QUE ACREDITEN EL SUMINISTRO DE BIENES DE MODELO NATURALIZA, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA QUE PRETENDA OFERTAR EL LICITANTE Y SE ENCUENTREN LEGIBLES COMPLETOS Y DEBIDAMENTE FORMALIZADOS SE SOLICITAR ATENDER TAMBIEN LA PRECISION NUMERO II.
23915	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 360970	360970	REPLANTEAMOS NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL SOLICITANDO SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 14.6 DE LA PARTIDA 26 UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE DEMUESTRE EL AJUSTE DE DOS NIVELES DE PRESION EN LA MODALIDAD DE VENTILACION NO INVASIVA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "REFERENCIAR EL PUNTO 14.6 DE LA PARTIDA 26 UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE DEMUESTRE EL AJUSTE DE DOS NIVELES DE PRESION EN LA MODALIDAD DE VENTILACION NO INVASIVA" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 14.6 VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA (VNI) DE LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA SIEMPRE Y CUANDO LA LICITANTE COMPROBE QUE LO PRESENTADO EN LA MENCIONADA CAPTURA DE PANTALLA CORRESPONDE AL EQUIPO OFERTADO Y CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL REFERENTE A QUE EL EQUIPO REALICE VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS VIO MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIÉ EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23916	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 360116	360116	PONEMOS A SU CONSIDERACION LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE UNIDADES DE DECIBELES (TRADICIONALES) Y UNIDADES DBA (DECIBELES PONDERADOS A). TODA VEZ QUE LAS UNIDADES DBA SON DECIBELES FILTRADOS EN EL RANGO DE SONIDO PERCEPTIBLE PARA UN HUMANO (ENTRE 20 Y 20000 HZ A UNA DISTANCIA DE 50 CM) Y DERIVADO QUE NO EXISTE UNA CONVERSION ENTRE TIPOS DE UNIDADES SE SOLICITA ATENTAMENTE QUE SE PERMITA OFERTAR NIVEL DE RUIDO PARA LAS ALARMAS EN UN RANGO DE 50 A 80 DBA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "SE PERMITA OFERTAR NIVEL DE RUIDO PARA LAS ALARMAS EN UN RANGO DE 50 A 80 DBA" TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO Y ACORDE A LG SOLICITADO POR LOS MEDICOS NEONATOLOGOS ES CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DE LA ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA QUE ESTABLECE UN NIVEL MAXIMO DE RUIDO DE 45 DB EN EL DIA Y 35 DB EN LA NOCHE ACORDE A LO QUE ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL TERA NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL VENTILADOR REGULABLE A 45 DB O MENOR POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el licitante	Respuesta
23917	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361021	361021	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ADECUADO TANTO PARA EL CIRCUITO Y PARA EL HUMIDIFICADOR, TODA VEZ QUE LA FUNCIÓN ESENCIAL DE DICHSOS SENSORES ES MEDIR LA TEMPERATURA DUAL ENTRE EL CIRCUITO DE PACIENTE Y LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR "SENSORES DE TEMPERATURA CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.6 U/I (I) SENSOR DE TEMPERATURA DUAL ADICIONAL PARA EL HUMIDIFICADOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)" DE LA PARTIDA "26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEPENDIENTES LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE LOS SENSORES DE TEMPERATURA LICITANTES CUMPLAN CON LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO RESPECTO AL HUMIDIFICADOR, LO CUAL ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL 17.8 Y EN SUS SUBNUMERALES 17.81 AL 17.87, ENTRE LOS CUALES EN EL SUBNUMERAL 17.81.6 REFIERE "COMPATIBLE CON EL VENTILADOR OFERTADO Y CON CIRCUITOS DE PACIENTE UNIVERSALES" Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUJETO A SU PROPIUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>
23918	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361022	361022	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA OFERTAR PAQUETE PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL PARA PACIENTES DE 700 GR O MENORES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA "26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "E PERMITA OFERTAR PAQUETE PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL PARA PACIENTES DE 700 GR O MENORES", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 31.1 "PAQUETE PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL QUE CUBRA EL RANGIO DE PACIENTES DESDE 400 GR HASTA MAS DE 3 KG DE PESO, CON "E" QUE CON EL EQUIPO OFERTADO SE INCLUYA UN PAQUETE DE CONSUMIBLES PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL COMPUESTO POR PUNTAS NASALES, MASCARILLAS Y BONETES, COMO SE INDICA EN LOS NUMERALES 31.11, 31.12 Y 31.13, EN LAS MEDIDAS Y CANTIDADES QUE PUEDAN SER UTILIZADOS CON PACIENTES DESDE 400 GR HASTA MAS DE 3KG DE PESO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO PARA LA PARTIDA "26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>
23919	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361012	361012	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA REFERENCIAR FORMA DE ONDA PTP (PRESION TRANSPULMONARI), ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR "REFERENCIAR FORMA DE ONDA PTP (PRESION TRANSPULMONARI), COMO OPCION PARA EL NUMERAL "15.21 DESPLUEQUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI" DE LA PARTIDA "28 VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23920	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361030	361030	REPLANTEAMOS, NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL SOLICITANDO SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 14.9 DE LA PARTIDA 28, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE EL AJUSTE DE DOS NIVELES DE PRESION, EN LA MODALIDAD DE VENTILACION NO INVASIVA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR REFERENCIAR EL PUNTO 14.9 DE LA PARTIDA 28, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE EL AJUSTE DE DOS NIVELES DE PRESION, EN LA MODALIDAD DE VENTILACION NO INVASIVA, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 14.9 VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA (VNI) DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO LA LICITANTE COMPROBUE QUE LO PRESENTADO EN LA MENCIONADA CAPTURA DE PANTALLA CORRESPONDE AL EQUIPO OFERTADO Y CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL QUE ES QUE EL EQUIPO REALICE VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23921	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361037	361037	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 16.3 DE LA PARTIDA 28, COMO "CIRCUITO DESCONECTADO", LO CUAL ES EQUIVALENTE A DESCONEXION DEL CIRCUITO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR REFERENCIAR EL PUNTO 16.3 DE LA PARTIDA 28 COMO "CIRCUITO DESCONECTADO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL 16.3 PEEP O DESCONEXION DEL PACIENTE DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23922	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361039	361039	CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA SE ACEPTA REFERENCIAR QUE EL HUMIDIFICADOR PUEDE ADAPTARSE AL VENTILADOR ESTANDO EN FUNCIONAMIENTO, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACION TODA VEZ QUE EL LICITANTE DEBERA PUNTUALIZAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ARTICULO Y COMPONENTES QUE OFERTE CON PRECISION Y CLARIDAD, NO SE CONSIDERARA VALIDO EN ESTOS CASOS LA TRANSSCRIPCION INTEGRAL DE LA ESPECIFICACION O REQUISITO SOLICITADO SOBRE TODO CUANDO LA ESPECIFICACION Y/O REQUISITO DEL ARTICULO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO PERMITA ALGUNA OPCION, CONCEPTOS DE MAYOR O MENOR O UBICACION DENTRO DE UN RANGO O CANTIDADES PUNTUALES AL QUE CORRESPONDE SU OFERTA, DEBERA DETALLAR LA ESPECIFICACION POR CADA NUMERAL SOLICITADO Y QUE CORRESPONDA CON LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN OFERTADO, TODAS LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23923	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361003	361003	<p>REPLANTEAMOS NUESTRA PREGUNTA. ORIGINAL SOLICITANDO SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 1333 DE LA PARTIDA 36. UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE DEMUESTRE LA ACTIVACION DE VENTILACION DE RESPALDO EN CASO DE APNEA, TANTO EN MODO POR VOLUMEN, COMO MODO POR PRESION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE REITERA A LA LICITANTE QUE EN CASO DE NO PUEDA CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN LA O LAS CEDULAS DE DESCRIPCION DEL ARTICULO, A TRAVÉS DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NUMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NUMERO(S) DE CATALOGO(S) Y CON LA DESCRIPCION TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 43 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS". LA LICITANTE PODRA PRESENTAR IMAGENES Y/O FOTOGRAFIAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, EN DONDE LA LICITANTE DEBERA COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFIA Y EL BIEN OFERTADO</p>
23924	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361006	361006	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 165 DE LA PARTIDA 36, COMO "CIRCUITO DESCONECTADO", LO CUAL ES EQUIVALENTE A</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR "REFERENCIAR EL PUNTO 165 DE LA PARTIDA 36, COMO "CIRCUITO DESCONECTADO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL 16.5 REEP BATO O DESCONEXION DEL PACIENTE" DE LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>
23925	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361014	361014	<p>SOLICITAMOS, ATENTAMENTE, SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 164 DE LA PARTIDA 26, COMO "PRESION INICIAL BAJA", SIENDO QUE EL FABRICANTE, ASI LO ESTABLECE PARA EL AJUSTE INICIAL DE PBAJA, LO CUAL ES EQUIVALENTE A PRESION INSPIRATORIA BAJA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR "REFERENCIAR EL PUNTO 164 DE LA PARTIDA 26, COMO "PRESION INICIAL BAJA", COMO OPCION PARA EL NUMERAL 16.4 "PRESION INSPIRATORIA ALTA Y BAJA" DE LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBE QUE LO OFERTADO ES EQUIVALENTE A LA ALARMA SOLICITADA DE PRESION INSPIRATORIA BAJA, QUE ADEMAS CUENTE CON ALARMA DE PRESION INSPIRATORIA ALTA Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>



ID de la Pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23926	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361017	361017	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD DE CALENTAR LA VÍAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA PARA EVITAR LA CONDENSACION EN EL CIRCUITO DE PACIENTE, ASI COMO MEDIR LA TEMPERATURA TANTO EN EL CIRCUITO COMO EN LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ADEMÁS DE BRINDAR FUNCIONALIDAD SUPERIOR YA QUE CUENTA CON DETECCIÓN OPTICA DE ALARMAS, LO ANTERIOR ES LA FUNCION ESENCIAL DE UN HUMIDIFICADOR Y POR CONSECUENTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTARLO DE ESTA FORMA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD DE CALENTAR LAS VÍAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA PARA EVITAR LA CONDENSACION EN EL CIRCUITO DE PACIENTE, ASI COMO MEDIR LA TEMPERATURA TANTO EN EL CIRCUITO COMO EN LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ADEMÁS DE BRINDAR FUNCIONALIDAD SUPERIOR YA QUE CUENTA CON DETECCIÓN OPTICA DE ALARMAS, LO ANTERIOR ES LA FUNCION ESENCIAL DE UN HUMIDIFICADOR Y POR CONSECUENTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTARLO DE ESTA FORMA, ¿SE ACEPTA?</p>
23927	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361018	361018	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS CON EL HUMIDIFICADOR, CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, TODA VEZ QUE LA FUNCION ESENCIAL DE DICHSO SENSORES ES MEDIR LA TEMPERATURA EN EL CIRCUITO DE PACIENTE Y EN LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS CON EL HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 17.95 CON SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS PARA FUNCIONAR CON EL HUMIDIFICADOR DE LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 17.8, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 17.81 AL 17.87 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23928	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361028	361028	<p>REPLANTAMOS NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL SOLICITANDO SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 14.5 DE LA PARTIDA 28, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE LA ACTIVACIÓN DE VENTILACIÓN DE RESPALDO EN CASO DE APNEA, TANTO EN MODO POR VOLUMEN, COMO MODO POR PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR REFERENCIAR EL PUNTO 14.5 DE LA PARTIDA 28, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE LA ACTIVACIÓN DE VENTILACIÓN DE RESPALDO EN CASO DE APNEA, TANTO EN MODO POR VOLUMEN, COMO MODO POR PRESIÓN, COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 14.5 "RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O POR PRESIÓN" DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO LA LICITANTE COMPROBUE QUE LO PRESENTADO EN LA MENCIONADA CAPTURA DE PANTALLA CORRESPONDE AL EQUIPO OFERTADO Y CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL QUE ES QUE EL EQUIPO CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACION POR PRESION Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".</p>
23929	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361036	361036	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 16.2 DE LA PARTIDA 28, COMO "PRESION INICIAL BAJA", SIENDO QUE EL FABRICANTE ASI LO ESTABLECE PARA EL AJUSTE INICIAL DE PBAJA, LO CUAL ES EQUIVALENTE A PRESION INSPIRATORIA BAJA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR REFERENCIAR EL PUNTO 16.2 DE LA PARTIDA 28, COMO "PRESION INICIAL BAJA", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 16.2 "PRESION INSPIRATORIA ALTA Y BAJA" DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE LO OFERTADO ES EQUIVALENTE A LA ALARMA SOLICITADA DE PRESION INSPIRATORIA BAJA, QUE ADEMAS CUENTE CON ALARMA DE PRESION INSPIRATORIA ALTA Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23930	CIPALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361054	361054	<p>PONEMOS A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD DE CALENTAR LA VIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA PARA EVITAR CONDENSACIÓN EN EL CIRCUITO DE PACIENTE, ASI COMO MEDIR LA TEMPERATURA TAMTO EN EL CIRCUITO COMO EN LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ADEMAS DE BRINDAR FUNCIONALIDAD SUPERIOR, YA QUE CUENTA CON DETECCIÓN OPTICA DEL NIVEL DE AGUA DE LA CAMARA DE HUMIDIFICACION E INDICADOR VISUAL DE ALARMAS. LO ANTERIOR ES LA FUNCION ESENCIAL DE UN HUMIDIFICADOR Y POR CONSECUENTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTARLO DE ESTA FORMA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD DE CALENTAR LA VIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA PARA EVITAR CONDENSACION EN EL CIRCUITO DE PACIENTE, ASI COMO MEDIR LA TEMPERATURA TANTO EN EL CIRCUITO COMO EN LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ADEMAS DE BRINDAR FUNCIONALIDAD SUPERIOR, YA QUE CUENTA CON DETECCIÓN OPTICA DEL NIVEL DE AGUA DE LA CAMARA DE HUMIDIFICACION E INDICADOR VISUAL DE ALARMAS, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1766 HUMIDIFICADOR SEPOCONTROLADO CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 110 V +/- 10%, PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA PACIENTE NEONATAL, CON LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LOS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 1766, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 1761 AL 1767 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIÉ EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23931	CIPALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361055	361055	<p>PONEMOS A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS CON EL HUMIDIFICADOR, CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1765 DE CADA FABRICANTE, TODA VEZ QUE LA FUNCION ESENCIAL DE DICHS SENSORES ES MEDIR LA TEMPERATURA EN EL CIRCUITO DE PACIENTE Y EN LA CAMARA DE HUMIDIFICACION, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS CON EL HUMIDIFICADOR, CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1765 CON SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS PARA FUNCIONAR CON EL HUMIDIFICADOR DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LOS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 1766, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 1761 AL 1767 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIÉ EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23932	CIRLOWMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361056	361056	<p>SE ACEPTA OFERTAR "SENSORES DE TEMPERATURA CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ADECUADOS TANTO PARA EL CIRCUITO Y PARA EL HUMIDIFICADOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.005.03 SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES PARA EL HUMIDIFICADOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)" DE LA PARTIDA 38 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 17A, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 17.6) AL 17.6.7 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCCIONES Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR "SENSORES DE TEMPERATURA CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ADECUADOS TANTO PARA EL CIRCUITO Y PARA EL HUMIDIFICADOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.005.03 SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES PARA EL HUMIDIFICADOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)" DE LA PARTIDA 38 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 17A, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 17.6) AL 17.6.7 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCCIONES Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>
23933	CIRLOWMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361042	361042	<p>REPLANTEAMOS NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL SOLICITANDO SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 14.5 DE LA PARTIDA 39, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE LA ACTIVACION DE VENTILACION DE RESPALDO EN CASO DE APNEA, TANTO EN MODO POR VOLUMEN, COMO MODO POR PRESION, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA REFERENCIAR EL PUNTO 14.5 DE LA PARTIDA 39, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE LA ACTIVACION DE VENTILACION DE RESPALDO EN CASO DE APNEA, TANTO EN MODO POR VOLUMEN, COMO MODO POR PRESION, ¿ COMO OPCION PARA EL NUMERAL 14.5 "RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O POR PRESION" DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO LA LICITANTE COMPROBE QUE LO PRESENTADO EN LA MENCIONADA CAPTURA DE PANTALLA CORRESPONDE AL EQUIPO OFERTADO Y CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL, QUE ES QUE EL EQUIPO CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACION EN CASO DE APNEA TANTO PARA VENTILACION POR VOLUMEN COMO PARA VENTILACION POR PRESION Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCCIONES Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23934	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361048	361048	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 16.2 DE LA PARTIDA 39, COMO "PRESIÓN INICIAL BAJA", SIENDO QUE EL FABRICANTE ASÍ LO ESTABLECE PARA EL AJUSTE INICIAL DE FIBAJA, LO CUAL ES EQUIVALENTE A PRESIÓN INSPIRATORIA BAJA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "REFERENCIAR EL PUNTO 16.2 DE LA PARTIDA 39, COMO "PRESIÓN INICIAL BAJA", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 16.2 "PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA" DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBARE QUE LO OFERTADO ES EQUIVALENTE A LA ALARMA SOLICITADA DE PRESIÓN INSPIRATORIA BAJA, QUE ADEMÁS CUENTE CON ALARMA DE PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
23935	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361075	361075	PONEMOS A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD DE CALENTAR LA VÍAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA, PARA EVITAR CONDENSACION EN EL CIRCUITO DE PACIENTE. ASÍ COMO MEDIR LA TEMPERATURA TANTO EN EL CIRCUITO COMO EN LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, ADEMÁS DE BRINDAR FUNCIONALIDAD SUPERIOR, YA QUE CUENTA CON DETECCIÓN ÓPTICA DEL NIVEL DE AGUA DE LA CÁMARA DE ALARMAS, COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 1777 HUMIDIFICACIÓN E INDICADOR VISUAL DE ALARMAS", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 1777 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110 V A 120 V, PARA USO VENTILADOR DE TUBO DUAL, CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA LOS TRES TIPOS DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL), CON: DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBARE QUE LO OFERTADO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 1777, ASÍ COMO EN SUS SUBNUMERALES REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".	
23936	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361087	361087	EN ALGANCE A LA PREGUNTA ORIGINAL PREGUNTAMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, COMO PANTALLA DE 34" A COLOR SENSIBLE AL TACTO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE". LA CARACTERÍSTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 34" A COLOR, SENSIBLE AL TACTO, TECNOLOGÍA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENIDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ADECUACIONES.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23937	CIRLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361090	361090	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS CÓDIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON EL HL7 DE LAS UNIDADES DESTINADO ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, ETC) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA</p>
23938	CIRLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361095	361095	<p>REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MODULOS (CAMAS) EN UN RACK O GABINETE, NUESTRO MICROMODULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE, QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2 PRESION INVASIVA, GASTO, CARDIACO, BIS, ETC), CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MODULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARAMETRO MEDIDO, POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 13 "CINCO MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, ASI COMO REGISTRO SANITARIO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (CINCO CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23939	CIRLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361096	361096	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBERICA ENTRE LOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES, DICHA CONEXION, INALAMBERICA, GARANTIZA LA FUNCIONALIDAD DE COMUNICACION ENTRE LOS 5 MONITORES DE CABECERA (CON Y SIN CENTRAL), FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION ALAMBERICA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS: 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 1210.1 "ALAMBERICA" 1210.2 "INALAMBERICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 13.31 "INALAMBERICA" 13.32 "ALAMBERICA", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23940	CIRLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361097	361097	<p>CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIE EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERGA SOBRE EL NUMERAL 315 DE LA CEDULA TECNICA PARA LA PARTIDA 30, DE TAL FORMA QUE EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBERICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - MONITOR PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS: 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 1210.1 "ALAMBERICA" 1210.2 "INALAMBERICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 13.31 "INALAMBERICA" 13.32 "ALAMBERICA", ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 313 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBERICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - MONITOR (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
2394	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361098	361098	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXIÓN DE RED DE TIPO INALÁMBRICA ENTRE LOS 7 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA 12102 "INALÁMBRICA" FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUIDO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. . . REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION ALÁMBRICA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA. LOS PUNTOS 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA" 12101 "ALÁMBRICA" 12102 "INALÁMBRICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1331 "INALÁMBRICA" 1332 "ALÁMBRICA". DICHA CARACTERISTICA ESTABA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
2394-2	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361101	361101	<p>CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIE EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERSA SOBRE EL NUMERAL 213 DE LA CEDULA TECNICA PARA LA PARTIDA 31, DE TAL FORMA QUE EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALÁMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA. LOS PUNTOS 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA" 12101 "ALÁMBRICA" 12102 "INALÁMBRICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1331 "INALÁMBRICA" 1332 "ALÁMBRICA". ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALÁMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
2394-3	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361043	361043	<p>REPLANTEAMOS NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL SOLICITANDO SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 1412 DE LA PARTIDA 38, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE EL AJUSTE DE DOS NIVELES DE PRESION. EN LA MODALIDAD DE VENTILACION NO INVASIVA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR REFERENCIAR EL PUNTO 1412 DE LA PARTIDA 38, UTILIZANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE DEMUESTRE EL AJUSTE DE DOS NIVELES DE PRESION EN LA MODALIDAD DE VENTILACION NO INVASIVA, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1412 VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA (NMI) DE LA PARTIDA 38 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO LA LICITANTE COMPROBE QUE LO PRESENTADO EN LA SOLICITUD EN EL NUMERAL QUE ES QUE EL EQUIPO REALICE VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPIA OFERTA TECNICA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23944	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361049	361049	PONEMOS A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE ACEPTA OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS CON EL HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, TODA VEZ QUE LA FUNCIÓN ESENCIAL DE DICHS SENSORES ES MEDIR LA TEMPERATURA EN EL CIRCUITO DE PACIENTE Y EN LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS CON EL HUMIDIFICADOR CONFORME A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 17.713 CON SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS PARA FUNCIONAR CON EL HUMIDIFICADOR" DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 17.7, ASÍ COMO EN SUS SUBNUMERALES 17.71 AL 17.716 Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
23945	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361050	361050	CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, SE ACEPTA REFERENCIAR QUE EL HUMIDIFICADOR PUEDE ADAPTARSE AL VENTILADOR ESTANDO EN FUNCIONAMIENTO ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODA VEZ QUE EL LICITANTE DEBERÁ PUNTUALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ARTÍCULO Y COMPONENTES QUE OFERTE CON PRECISIÓN Y CLARIDAD, NO SE CONSIDERABA VALIDO EN ESTOS CASOS LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRA DE LA ESPECIFICACIÓN O REQUISITO SOLICITADO, SOBRE TODO CUANDO LA ESPECIFICACIÓN Y/O REQUISITO DEL ARTÍCULO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO PERMITA CANTIDADES PLURALES AL QUE CORRESPONDE SU OFERTA, DEBERÁ DETALLAR LA ESPECIFICACIÓN POR CADA NUMERAL SOLICITADO Y QUE CORRESPONDA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN OFERTADO. TODAS LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
23946	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361071	361071	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA REFERENCIAR FORMA DE ONDA PTP (PRESIÓN TRANSPULMONARI), ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "REFERENCIA FORMA DE ONDA PTP (PRESIÓN TRANSPULMONARI), COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 15.31 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRANSPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI" DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
23947	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361072	361072	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 163 DE LA PARTIDA 39, COMO "CIRCUITO DESCONECTADO" LO CUAL ES EQUIVALENTE A DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR REFERENCIAR EL PUNTO 163 DE LA PARTIDA 39, COMO "CIRCUITO DESCONECTADO", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 163 REEP BAZO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE" DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23948	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361079	361079	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE ACEPTE OFERTAR SENSORES DE TEMPERATURA CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ADECUADOS PARA EL CIRCUITO Y PARA EL HUMIDIFICADOR, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 23.005 (2) SENSORES DE TEMPERATURA DUAL PARA HUMIDIFICADOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 177, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 1773 AL 17716 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>	<p>SE ACEPTA OFERTAR "SENSORES DE TEMPERATURA CONFORME A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ADECUADOS TANTO PARA EL CIRCUITO Y PARA EL HUMIDIFICADOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL 23.005 (2) SENSORES DE TEMPERATURA DUAL PARA HUMIDIFICADOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 177, ASI COMO EN SUS SUBNUMERALES 1773 AL 17716 Y QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO."</p>
23949	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361082	361082	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL HILZ DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS (MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, ETCI), SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO; PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
23950	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361083	361083	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PARTE TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL HILZ DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO; PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
23951	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361088	361088	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL HILZ DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE), SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO; PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23952	CIRKLOWED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361089	361089	REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MÓDULOS (CÁMARA) EN UN RACK O GABINETE, NUESTRO MICROMÓDULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2 PRESIÓN INVASIVA, GASTO CARDIACO, BIS, ETC), CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MÓDULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARÁMETRO MEDIDO, POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 13 "SIETE MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, ASI COMO REGISTRO SANITARIO) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (SIETE CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23953	CIRKLOWED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361093	361093	EN ALCANCE A LA PREGUNTA ORIGINAL, PRECISAMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES, COMO PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 24" A COLOR, SENSIBLE AL TACTO, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23954	CIRKLOWED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361094	361094	PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBICA ENTRE LOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES; DICHA CONEXION INALAMBICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO LA CAPACIDAD DE CONEXION INALAMBICA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS: 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 121001 "ALAMBICA" 12102 "INALAMBICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1331 "INALAMBICA" 1332 "ALAMBICA" DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23955	CIRKLOWED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361099	361099	PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBICA ENTRE LOS 7 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES; DICHA CONEXION INALAMBICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS: 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 121001 "ALAMBICA" 12102 "INALAMBICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1331 "INALAMBICA" 1332 "ALAMBICA" DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23956	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361097	361097	CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIÉ EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERSA SOBRE EL NUMERAL 213 DE LA CEDULA TÉCNICA PARA LA PARTIDA 31, DE TAL FORMA QUE, EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - MONITOR PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS PUNTOS 13.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN VÍA 12101 "ALÁMBRICA" 13.12 "INALÁMBRICA" 13.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN POR VÍA" 13.31 "INALÁMBRICA" 13.32 "ALÁMBRICA" ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL- MONITOR - CENTRAL (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23957	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361102	361102	EN ALCANCE A LA PREGUNTA ORIGINAL, PRECISAMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, COMO PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 13. "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". LA CARACTERÍSTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO TECNOLOGÍA LCD O TFT O LED O PLASMA DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO". DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23958	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361103	361103	PONERME A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXIÓN DE RED DE TIPO INALÁMBRICA ENTRE LOS 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES; DICHA CONEXIÓN INALÁMBRICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCIÓN Y/O SOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIÉN LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN ALÁMBRICA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS PUNTOS 13.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN VÍA 12101 "ALÁMBRICA" 13.12 "INALÁMBRICA" 13.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN POR VÍA" 13.31 "INALÁMBRICA" 13.32 "ALÁMBRICA". DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23959	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36104	36104	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL H17 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION. SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS VIO MANUALES DEL FABRICANTE), SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
23960	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36105	36105	<p>REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES, YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR, EN VEZ DE INSERTAR MODULOS (CAJAS) EN UN RACK O CABINETE, NUESTRO MICROMODULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE, QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, BIS, ETC) CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MODULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARAMETRO MEDIDO, POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 13.33 "OCHO MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR (CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, ASI COMO REGISTRO SANITARIO)", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23961	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36109	36109	<p>CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIE EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERSA SOBRE EL NUMERAL 218 DE LA CEDULA TECNICA PARA LA PARTIDA 32, DE TAL FORMA QUE, EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS 12.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 12101 "ALAMBICA" 12.10.2 "INALAMBICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 13.31 "INALAMBICA" 13.32 "ALAMBICA" ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 218 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23962	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36113	36113	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBICA ENTRE LOS 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES, DICHA CONEXION INALAMBICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION ALAMBICA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS 12.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 12101 "ALAMBICA" 12.10.2 "INALAMBICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 13.31 "INALAMBICA" 13.32 "ALAMBICA" DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>



GOBIERNO DE
MÉXICO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23963	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36710	36710	EN ALCANCE A LA PREGUNTA ORIGINAL, PRECISAMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, COMO PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". LA CARACTERÍSTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO" TECNOLOGÍA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO". DICHA CARACTERÍSTICA ESTABA SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23964	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36711	36711	PONEMOS A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXIÓN DE RED DE TIPO INALÁMBRICA ENTRE LOS 11 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES, DICHA CONEXIÓN INALÁMBRICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCIÓN Y/O SOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIÉN LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN INALÁMBRICA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS PUNTOS 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN VIA 12101 "ALÁMBRICA" 1310 "INALÁMBRICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN POR VIA 1331 "INALÁMBRICA" DICHA CARACTERÍSTICA ESTABA SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO
23965	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36714	36714	ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUUESTA, DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUUESTA ECONÓMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUUESTA TÉCNICA LOS CÓDIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON EL H17 DE LAS UNIDADES DESTINO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERÁN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, QUE REMITA MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, ETC.) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO "PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
23966	CIRALOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36715	36715	ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUUESTA, DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUUESTA ECONÓMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUUESTA TÉCNICA LOS CÓDIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON EL H17 DE LAS UNIDADES DESTINO ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL PUNTO 1316 "INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 (SE REQUIERE DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)", SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERÁN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, QUE REMITA MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, ETC.) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO "PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23967	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36116	36116	REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGÍA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES YA QUE CON DICHA TECNOLOGÍA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MÓDULOS (CAJAS) EN UN RACK O CABINETE, NUESTRO MICROMÓDULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE QUE RECONOCE EL TIPO DE PARÁMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2, PRESIÓN INVASIVA, GASTO CARDÍACO, BIE, ETC), CON NUESTRA TECNOLOGÍA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MÓDULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARÁMETRO MEDIDO POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGÍA SUPERIOR ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NÚMEROAL 13 "ONCE MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR" CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE, ASI COMO REGISTRO SANITARIO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITORIO PARA MÚLTIPLES CAMAS, (ONCE CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO
23968	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36121	36121	ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS CÓDIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON EL HL7 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERÁN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE REMITA (ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
23969	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36127	36127	POMEMOS A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXIÓN DE RED DE TIPO INALÁMBRICA ENTRE LOS 14 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES, DICHA CONEXIÓN INALÁMBRICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCIÓN Y/O SOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIÉN LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN ALÁMBRICA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS PUNTOS: 13.30 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN VIA "12.101 "ALÁMBRICA" 13.102 "INALÁMBRICA" 13.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN POR VIA" 13.31 "INALÁMBRICA" 13.33 "ALÁMBRICA". DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23970	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36131	36131	CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIE EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERSA SOBRE EL NÚMEROAL 213 DE LA CEDULA TÉCNICA PARA LA PARTIDA 48, DE TAL FORMA QUE EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN INTEGRAR SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS PUNTOS: 13.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN VIA "12.101 "ALÁMBRICA" 13.102 "INALÁMBRICA" 13.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACIÓN POR VIA" 13.31 "INALÁMBRICA" 13.33 "ALÁMBRICA". ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NÚMEROAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) DICHA CAPACIDAD ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO

Handwritten signature and the text "Página 33" at the bottom right of the page.



GOBIERNO DE
MÉXICO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23971	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361147	361147	ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL H17 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE). SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y CUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPLEN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
23972	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361149	361149	EN ALCANCE A LA PREGUNTA ORIGINAL PRECISAMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES COMO PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL NUMERAL 1.2 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) , LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO TECNOLOGIA LCD O TFT O PLASMA DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) , SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR LO LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y CUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23973	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361150	361150	PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBERICA ENTRE LOS 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES, DICHA CONEXION INALAMBERICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION INALAMBERICA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS 1.2.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 12.701 "ALAMBERICA" 1.2.10.2 "INALAMBERICA" 1.3.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1.3.3.1 "INALAMBERICA" 1.3.3.2 "ALAMBERICA", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23974	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361151	361151	PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBERICA ENTRE LOS 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES, DICHA CONEXION INALAMBERICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION INALAMBERICA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS 1.2.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 12.701 "ALAMBERICA" 1.2.10.2 "INALAMBERICA" 1.3.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1.3.3.1 "INALAMBERICA" 1.3.3.2 "ALAMBERICA", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23975	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361152	361152	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL HL7 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA</p>
23976	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361155	361155	<p>REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES, YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MODULOS (CASIS) EN UN RACK O GABINETE, NUESTRO MICROMODULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, BIS, ETC) CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MODULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARAMETRO MEDIDO POR LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL III "MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MINIMO A COLOR LCD O TFT O LED O PLASMA, INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE SI SE DERIVA DE UNA SERIE O UNA FAMILIA, DEL MONITOR Y MODULOS OPERADOS", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 "MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TERAPIA INTENSIVA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23977	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361156	361156	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL HL7 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA</p>
23978	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361159	361159	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBERICA ENTRE LOS 14 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES; DICHA CONEXION INALAMBERICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION ALAMBERICA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA. LOS PUNTOS: 1.2.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA" 1.2.10.1 "ALAMBERICA" 1.2.10.2 "INALAMBERICA" 1.3.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1.3.3.1 "INALAMBERICA"</p>
23985	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36117	36117	<p>PONEMOS A CONSIDERACION DEL INSTITUTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CONEXION DE RED DE TIPO INALAMBERICA ENTRE LOS 11 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y LA CENTRAL DE MONITORES; DICHA CONEXION INALAMBERICA FAVORECE LOS TIEMPOS DE INSTALACION, MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS AREAS DONDE SE INSTALA LA CENTRAL Y MEJORA LA ATENCION Y/O SOLUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFERENCIANDO TAMBIEN LA CAPACIDAD DE CONEXION ALAMBERICA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA. LOS PUNTOS: 1.2.10 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA" 1.2.10.1 "ALAMBERICA" 1.2.10.2 "INALAMBERICA" 1.3.3 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1.3.3.1 "INALAMBERICA"</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23984	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID:361122	361122	<p>REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES, YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MODULOS (CAJAS) EN UN RACK O GABINETE, NUESTRO MICROMODULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, BIS, ETC), CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MODULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARAMETRO MEDIDO POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 13 "OCHO MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, ASI COMO RECISTRO "SANITARIO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23985	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID:361126	361126	<p>REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES, YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MODULOS (CAJAS) EN UN RACK O GABINETE, NUESTRO MICROMODULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, BIS, ETC), CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MODULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARAMETRO MEDIDO POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 11 "MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO, CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MINIMO A COLOR LED O TFT O LED O PLASMA, INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, SI SE DERIVA DE UNA SERIE O UNA FAMILIA DEL MONITOR Y "MONITOR OFERTADO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 "MONITOR DE SIGNOS VITALES" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23986	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID:361128	361128	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL H17 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS, Y/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y CUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACLERIDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
23987	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID:361129	361129	<p>REPLANTEAMOS LA PREGUNTA ORIGINAL DETALLANDO SOBRE LA TECNOLOGIA MICROMODULAR DE NUESTROS MONITORES DE SIGNOS VITALES, YA QUE CON DICHA TECNOLOGIA MICROMODULAR EN VEZ DE INSERTAR MODULOS (CAJAS) EN UN RACK O GABINETE, NUESTRO MICROMODULO CONSISTE EN UN MULTICONECTOR INTELIGENTE QUE RECONOCE EL TIPO DE PARAMETRO AL CONECTAR EL CABLE TRONCAL O SENSOR CORRESPONDIENTE (POR EJEMPLO PARA CO2, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO, BIS, ETC), CON NUESTRA TECNOLOGIA YA NO SE REQUIERE CONFIGURAR MODULOS EXTERNOS, NI TAMPOCO PAGAR LICENCIAS DEDICADAS PARA CADA PARAMETRO MEDIDO POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGIA SUPERIOR, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 13 "OCHO MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, ASI COMO RECISTRO "SANITARIO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 48 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CATORCE CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23988	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361130	361130	<p>ENTENDEMOS ENTONCES QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y REFERENCIAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS CODIGOS NECESARIOS PARA LA CONEXION CON EL PIL7 DE LAS UNIDADES DESTINO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE PERMITA (ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO; PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
23989	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361148	361148	<p>CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIE EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERSA SOBRE EL NUMERAL 213 DE LA CEDULA TECNICA PARA LA PARTIDA 33, DE TAL FORMA QUE, EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBICA ENTRE MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - MONITOR PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA 12101 "ALAMBICA" 12102 "INALAMBICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1331 "INALAMBICA" 1332 "ALAMBICA" ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL, FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23990	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 361153	361153	<p>CONFORME A LA RESPUESTA EMITIDA, HACEMOS HINCAPIE EN QUE NUESTRA PREGUNTA ORIGINAL VERSA SOBRE EL NUMERAL 213 DE LA CEDULA TECNICA PARA LA PARTIDA 34, DE TAL FORMA QUE, EL REQUISITO SOLICITADO ES LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - MONITOR PARA LO CUAL SOLICITAN DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN NUESTRA OFERTA, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, LOS PUNTOS 1210 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION VIA" 12101 "ALAMBICA" 12102 "INALAMBICA" 133 "CON CONEXIONES A RED PARA LA COMUNICACION POR VIA" 1331 "INALAMBICA" 1332 "ALAMBICA" ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL, FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23991	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	PREGUNTA ID 36115B	36115B	EN ALCANCE A LA PREGUNTA ORIGINAL PRECISAMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, COMO PANTALLA DE 24" A COLOR SENSIBLE AL TACTO, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". LA CARACTERÍSTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 24" A COLOR, SENSIBLE AL TACTO, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OPERADOS POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23620	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	PARTIDA 22 MICROSCOPIO PARA OFTALMOLOGIA DE ALTA ESPECIALIDAD, (SEGMENTO ANTERIOR Y SEGMENTO POSTERIOR).		PUNTO 12.9.4 DICE "ENFOQUE": SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE COMPETENCIA PODER OFERTAR PANTALLA DE CONTROL LCD INCORPORADA EN EL MICROSCOPIO, QUE CONTROLA Y DESPLIEGA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA VELOCIDAD DE ZOOM, ENFOQUE, XY E INCLINACION Y QUE PERMITE ASÍ MISMO CON UN BOTÓN CONTROLAR BSAS FUNCIONES Y RESETEARLAS INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 12.9.4 "ENFOQUE" COMO UNA DE LAS FUNCIONES QUE SE SOLICITA SEA CONTROLADA DESDE LA PANTALLA TÁCTIL, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 22 MICROSCOPIO PARA OFTALMOLOGIA DE ALTA ESPECIALIDAD ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTO EN VIRTUD DE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN EQUIPO QUE CUENTE CON LA FUNCIÓN DE "ENFOQUE" DESDE LA PANTALLA Y DESDE EL PEDAL.
23656	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA ID 354623 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, SA, DE CV.	354623	SE SOLICITA ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, PARA CUMPLIR CON LOS APARATOS DE "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD" Y "CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS" SE CONSIDERARAN CONTRATOS CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MISMA NATURALEZA AL INSTITUTO ENTRE EL AÑO 2016 AL 2027.	SE ACLARA QUE PARA ACREDITAR LOS APARATOS DE "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD" SE CONSIDERARAN CONTRATOS CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA QUE PRETENGA OFERTAR EL LICITANTE, CELEBRADOS CON EL INSTITUTO O CON CUALQUIER DEPENDENCIA O ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, DENTRAC DEL PERIODO DEL 2016 AL 2027. SE SOLICITA ATENDER PRECISION NUMERO 01.
23857	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA ID 357844, DISTRIBUCIONES ANHO, SA DE CV.	357844	ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES Y ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y EVENTUALMENTE OFERTADAS POR LAS LICITANTES, PARA LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO SEA POSIBLE REFERENCIAR EN LOS MANUALES, FOLLETOS Y CATALOGOS SE CONSIDERARA PARA ACREDITARLO, LAS MANIFESTACIONES TÉCNICAS EN DOCUMENTO, QUE SEAN CLARAS Y PRECISAS EMITIDA POR LA FABRICANTE REFERIENDO A DICHAS CARACTERÍSTICAS EN EL EQUIPO MEDICO.	NO ES CORRECTA SU ARREGACION SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES TODOS LOS LICITANTES DEBEN INCLUIR EN SU PROPUESTA TECNICA, LO CUAL PERMITIRA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) (Y/O NUMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NUMERO(S) DE CATALOGOS) Y CON LA DESCRIPCIÓN TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS". EN CASO DE QUE LA LICITANTE NO PUEDA CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN LA O LAS "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO", PODRÁ PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS EN DONDE LA LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFIA Y EL BIEN OFERTADO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23858	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 358009 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	358009	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 358009 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. REFERENTE AL PUNTO NO. 12.52 DE LA PARTIDA NO. 1 "ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION", SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PUEDE OFERTAR, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, TECNOLOGIA CON FILTRO MUSCULAR DE 25, 40, 150 Y 350 HZ (DESECHAMIENTO), QUE SUPERA Y COMPRENDE LA CARACTERISTICA MINIMA SOLICITADA. DEBIDO A QUE PROPORCIONA AL USUARIO MEJORES OPCIONES DE FILTRADO DE SEÑAL QUE PERMITE ELIMINAR ARTEFACTOS (RUIDO) PROVENIENTES DE LA CONTRACCION MUSCULAR QUE PUEDAN INTERFERIR EN LA INFORMACION OBTENIDA DEL MUSCULO CARDIACO O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 12.52 "FILTRO MUSCULAR" DE 35 HZ DE LA PARTIDA 1 "ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION" LA CARACTERISTICA TECNICA "FILTRO MUSCULAR DE 25, 40, 150 Y 350 HZ (DESACTIVADO)" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23859	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 360633 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	360633	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 360633 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V. SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LA PARTIDA NUMERAL 13.21 PUEDE OFERTARSE SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, TECNOLOGIA QUE CUBRE LAS VELOCIDADES DE 12.5/25 Y 50 MM/S EN MODO AUTOMATICO Y VELOCIDADES DE 5/7.5 Y 50 MM/S EN MODO MANUAL, OFERTANDO ASI UNA TECNOLOGIA QUE CUBRE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, AL NO ESPECIFICARSE EN EL NUMERAL EN QUE MODO DEBE CUMPLIR EL AJUSTE DE 5.25 Y 50 MM/SEG. POR LO QUE SE ENTIENDE DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 13.21 "AL MENOS TRES VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 5, 25 Y 50 MM/SEG" LA CARACTERISTICA "VELOCIDADES DE 12.5 /25 Y 50 MM/S EN MODO AUTOMATICO Y VELOCIDADES DE 5, 7.5 Y 50 MM/S EN MODO MANUAL", PARA LA PARTIDA 1 CORRESPONDIENTE AL "ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
33660	CORPORATIVAS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 360332 DE MINARIC S.A. DE C.V.	360332	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 360332 DE MINARIC S.A. DE C.V. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3111 "SENSOR SUAVE REUSABLE LIBRE DE LATEX PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO, DEBE PERMITIR LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSION INDICAR MARCA MODELO Y/O NUMERO DE PARTE" PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE, VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. PUEDE OFERTARSE SENSOR BIEDAL O SENSOR MULTIBISTRO, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA OFERTA DE ALGUNA DE LAS OPCIONES PREVIAMENTE MENCIONADAS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 3111 "SENSOR SUAVE REUSABLE LIBRE DE LATEX PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO, QUE PERMITA LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSION INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23861	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 360323 DE MINARIC S.A. DE CV.	360323	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 360323 DE MINARIC S.A. DE CV. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON SENSOR TIPO ENVOLTURA PARA PACIENTE NEONATAL O EN SU DEFECTO REFERIR MEDIANTE UNA ENVOLTURA PARA PACIENTE NEONATAL QUE PERMITA LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE SATURACION INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE). DE LA PARTIDA NO. 20. MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR EL SENSOR TIPO ENVOLTURA REUSABLE PARA PACIENTE NEONATAL EXISTENTES EN EL MERCADO O LA DEL PROPIO FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION "SENSOR REUSABLE TIPO ENVOLTURA PARA PACIENTE NEONATAL QUE PERMITA LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSION (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)".
23862	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359742 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE CV.	359742	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 359742 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE CV. SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: SE ENTIENDE DE LA PARTIDA NO. 37 NUMERAL 1.111.111 QUE AL EXTRAER Y COLOCAR EL MODULO DE UN MONITOR A OTRO EN CASO DE QUE SEA PARA LA MONITORIZACION DEL MISMO PACIENTE, EL MODULO DEBE DE CONSERVAR Y MOSTRAR LAS TENDENCIAS Y DATOS DEMOGRAFICOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APPRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION SE ACEPTA OFERTAR COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE DE LA PARTIDA 37 "MONITOR DE SIGNOS VITALES" LA CARACTERISTICA TECNICA "EL MODULO QUE AL EXTRAERSE Y COLOCARSE EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA DEBE DE CONSERVAR Y MOSTRAR LAS TENDENCIAS Y DATOS DEMOGRAFICOS DEL PACIENTE MONITORIZADO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
23883	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359626 DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSP. SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 23 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTIDA 29, QUE DESPUES UN TRAZO DE ECG A SELECCIONAR ENTRE 9 DERIVACIONES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF), LO CUAL FUE ACEPTADO POR LA CONVOCANTE PARA EL PROCESO EN CURSO LA SOLICITUD ANTERIOR (DE CUMPLIMIENTO A LO ACEPTADO POR LA CONVOCANTE Y NO AFECTA EN EL CUMPLIMIENTO AL OBTIMIZADO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DERECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLUCION TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	359626	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 33 "CABLE DE PACIENTE DE 5 PUNTAS COMO MINIMO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)" LA CARACTERISTICA "CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, COMO MINIMO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) QUE DESPUES UN TRAZO DE ECG A SELECCIONAR ENTRE 9 DERIVACIONES (DI, DII, DIII, AVR, AVF), PARA LA PARTIDA 29 CORRESPONDIENTE AL "CARRO RODIO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAASO" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23886	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361093 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	361093	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO 361093 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 30, SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 27" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, LO ANTERIOR PERMITE UNA VISUALIZACION MAS AMPLIA Y NO AFECTA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL Y SU CORRECTA CONEXION, CON LOS MONITORES DE CABECERA, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE. LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 27" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, PARA LA PARTIDA 30 CORRESPONDIENTE AL "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, (CINCO CAMAS)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y CUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
23887	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361067 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	361067	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO 361067 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 31, EN RELACION A LA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 27" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, LO ANTERIOR PERMITE UNA VISUALIZACION MAS AMPLIA Y NO AFECTA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL Y SU CORRECTA CONEXION, CON LOS MONITORES DE CABECERA, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE. LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 27" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA", PARA LA PARTIDA 31 CORRESPONDIENTE AL "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, (SIETE CAMAS)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y CUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
23888	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361000 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV.	361000	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO 361000 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 31, EN RELACION A LA MEDICION DE CAPNOGRAFIA POR MEDICION SIDESTREAM, SE ENTIENDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SUBNUMERALES 27.21, 27.22 Y 27.23, EN CASO DE OFERTAR MEDICION SIDESTREAM, SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, QUE INTEGRO LO TODO LO NECESARIO PARA LA MEDICION POR ESTA TECNICA, NUESTRA TECNOLOGIA REALIZA LA MEDICION A TRAVES DE UN KIT COMPUESTO POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXITOSA A SU VEZ QUE ES DE FACIL COLOCACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO, OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DE LA PARTIDA 31, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, (SIETE CAMAS), EN EL NUMERAL 27 SE ESTABLECE "PARA CAPNOGRAFIA, PARA EL TOTAL DE MÓDULOS SOLICITADOS" ESTO ES EN RELACION A LA TECNOLOGIA QUE EL LICITANTE OFERTE EN EL CASO DE QUE SU REPRESENTADA OFERTE POR TECNICA SIDESTREAM COMO ALTERNATIVA, PODRA OFERTAR 40 KIT S COMPUESTOS POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE APLICA LA ASOCIACION A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23889	CORPORATIVO M5 SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36102 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36102 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA. DE LA PARTIDA NO. 32 SE SOLICITA ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE CABECERA, LO ANTERIOR PERMITE UNA VISUALIZACION MAS AMPLIA Y NO AFECTA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL Y SU CORRECTA CONEXION CON LOS MONITORES DE CABECERA. ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE CABECERA, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE". LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE CABECERA". PARA LA PARTIDA 32 CORRESPONDIENTE AL "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23890	CORPORATIVO M5 SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36108 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV.	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36108 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA DE LA PARTIDA NO. 32 EN RELACION A LA MEDICION DE CAPNOGRAFIA POR MEDICION SIDESTREAM, SE ENTIENDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SUBNUMERALES 27211, 27222 Y 27233, EN CASO DE OFERTAR MEDICION SIDESTREAM, SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, QUE INTEGRE LO TODO LO NECESARIO PARA LA MEDICION POR ESTA TECNICA, NUESTRA TECNOLOGIA REALIZA LA MEDICION A TRAVES DE UN KIT COMPUESTO POR LINEA DE MUESTREO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HOMEDAD. EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOGRAFIA, POR TECNOLOGIA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION, PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXITOSA A SU VEZ QUE ES DE FACIL COLOCACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO 32 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS), EN EL NUMERAL 27 SE ESTABLECE "PARA CAPNOGRAFIA, PARA EL TOTAL DE CASO DE QUE SU REPRESENTADA OFERTE POR TECNICA SIDESTREAM COMO ALTERNATIVA PODRA OFERTAR 40 KIT 5' COMPLETOS POR LINEA DE MUESTREO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HOMEDAD, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTE QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN TIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23891	CORPORATIVO M5 SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36110 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36110 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA REFERENTE A LA PARTIDA NO. 33 SE SOLICITA ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE CABECERA, LO ANTERIOR PERMITE UNA VISUALIZACION MAS AMPLIA Y NO AFECTA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL Y SU CORRECTA CONEXION CON LOS MONITORES DE CABECERA. ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 17" A COLOR, TECNOLOGIA LCD O TFT O LED O PLASMA, DE LA MISMA MARCA DE CABECERA, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE". LA CARACTERISTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGIA LCD CON RESOLUCION DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE CABECERA". PARA LA PARTIDA 33 CORRESPONDIENTE AL "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.



GOBIERNO DE
MEXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-50-CVR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23892	CORPORATIVO IMS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36120 DE CIRKUMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	36120	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36120 DE CIRKUMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA REFERENTE A LA PARTIDA NO. 33 EN RELACION A LA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR MEDICION SIDESTREAM, SE ENTIENDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SUBNUMERALES 27.21, 27.23 Y 27.23. EN CASO DE OFERTAR MEDICION SIDESTREAM, SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, QUE INTEGRO LO TODO LO NECESARIO PARA LA MEDICION POR ESTA TECNICA, NUESTRA TECNOLOGIA REALIZA LA MEDICION A TRAVES DE UN KIT COMPLETO POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, SIN HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXTOSA, A SU VEZ QUE ES DE FACIL COLOCACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO DE LA PARTIDA 34, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS) EN EL NUMERAL 27 SE ESTABLECE "PARA CAPNOCGRAFIA PARA EL TOTAL DE MODULOS SOLICITADOS". ESTO ES EN RELACION A LA TECNOLOGIA QUE EL LICITANTE OFERTE EN EL CASO DE QUE SU REPRESENTADA OFERTE POR TECNICA SIDESTREAM COMO ALTERNATIVA PODRA OFERTAR 40 KIT 'S COMPUSTOS POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, SIN HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM COMPLETO POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, SIN HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXTOSA, A SU VEZ QUE ES DE FACIL COLOCACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.
23893	CORPORATIVO IMS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36125 DE CIRKUMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	36125	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36125 DE CIRKUMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: PARTIDA NO. 34, EN RELACION A LA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR MEDICION SIDESTREAM, SE ENTIENDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SUBNUMERALES 27.21, 27.22 Y 27.23. EN CASO DE OFERTAR MEDICION SIDESTREAM, SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, QUE INTEGRO LO TODO LO NECESARIO PARA LA MEDICION POR ESTA TECNICA, NUESTRA TECNOLOGIA REALIZA LA MEDICION A TRAVES DE UN KIT COMPLETO POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, SIN HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXTOSA, A SU VEZ QUE ES DE FACIL COLOCACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO DE LA PARTIDA 34, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA) EN EL NUMERAL 27 SE ESTABLECE "PARA CAPNOCGRAFIA PARA EL TOTAL DE MODULOS SOLICITADOS". ESTO ES EN RELACION A LA TECNOLOGIA QUE EL LICITANTE OFERTE EN EL CASO DE QUE SU REPRESENTADA OFERTE POR MEDICION SIDESTREAM COMO ALTERNATIVA PODRA OFERTAR 40 KIT 'S COMPUSTOS POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOCGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXTOSA, A SU VEZ QUE ES DE FACIL COLOCACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23896	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36155 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE CV	36155	<p>EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36155 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA, REFERENTE A PARTIDA NO. 38, EN RELACIÓN A LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR MEDICIÓN SIDESTREAM, SE ENTENDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SUBNUMERALES 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3, EN CASO DE OFERTAR MEDICIÓN SIDESTREAM, SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, QUE INTEGRE LO TODO LO NECESARIO PARA LA MEDICIÓN POR ESTA TÉCNICA, NUESTRA TECNOLOGÍA REALIZA LA MEDICIÓN A TRAVÉS DE UN KIT COMPUESTO POR LÍNEA DE MUESTREO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGÍA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD, EL KIT PARA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR TÉCNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGÍA PERMITE REALIZAR LA MEDICIÓN PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXITOSA, A SU VEZ QUE ES DE FÁCIL COLOCACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERÍSTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACIÓN A LA SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTIVA</p>	<p>EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36155 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA, REFERENTE A PARTIDA NO. 46, NUMERAL 12, SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD CON RESOLUCIÓN DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, LO ANTERIOR PERMITE UNA VISUALIZACIÓN MÁS AMPLIA Y NO AFECTA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL Y SU CORRECTA CONEXIÓN CON LOS MONITORES DE CABECERA, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERÍSTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACIÓN A LA SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARÁ EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.</p>
23897	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 36158 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	36158	<p>EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID NO. 36158 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA, REFERENTE A PARTIDA NO. 46, NUMERAL 12, SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD CON RESOLUCIÓN DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, LO ANTERIOR PERMITE UNA VISUALIZACIÓN MÁS AMPLIA Y NO AFECTA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL Y SU CORRECTA CONEXIÓN CON LOS MONITORES DE CABECERA, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERÍSTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACIÓN A LA SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARÁ EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.</p>	<p>SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 12 "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD O TFT LED O PLASMA DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA, MODELO VÍO "NUMERO DE PARTE", LA CARACTERÍSTICA "MONITOR CENTRAL CON PANTALLA DE 22" A COLOR, TECNOLOGÍA LCD CON RESOLUCIÓN DE 1680 X 1050 DE LA MISMA MARCA DE LOS MONITORES DE CABECERA", PARA LA PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR MONITOR CENTRAL PARA MÚLTIPLES CAMAS (CATORCE CAMAS DE TRAUMATOLOGÍA Y OPTOMETRÍA), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el licitante	Respuesta
23998	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361162 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV.	361162	<p>EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361162 DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: PARTIDA NO. 48, EN RELACION A LA MEDICION DE CAPNOGRAFIA POR MEDICION SIDESTREAM, SE ENTIENDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SUBNUMERALES 27.21, 27.22 Y 27.23, EN CASO DE OFERTAR MEDICION SIDESTREAM, SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE, QUE INTEGRE LO TODO LO NECESARIO PARA LA MEDICION POR ESTA TECNICA. NUESTRA TECNOLOGIA REALIZA LA MEDICION A TRAVES DE UN KIT COMPLETO POR LINEA DE MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD. EL KIT PARA MEDICION DE CAPNOGRAFIA POR TECNICA SIDESTREAM PROPIO DE LA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR LA MEDICION PRECISA Y EXACTA DE MANERA EXITOSA. A SU VEZ QUE ES DE FÁCIL COLOCACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO 48, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (CATORCE CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA) EN EL NUMERAL 27 SE ESTABLECE PARA CAPNOGRAFIA, PARA EL TOTAL DE MÓDULOS SOLICITADOS, ESTO ES EN RELACION A LA TECNOLOGIA QUE EL LICITANTE OFERTE EN EL CASO DE QUE SU REPRESENTADO OFERTE POR MUESTRO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO, ADAPTADOR DE VIAS RESPIRATORIAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA QUE ELIMINA LA HUMEDAD SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23999	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361192 A GERD YERIK SA DE CV	361192	<p>EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A GERD YERIK SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RESPECTO A LA PARTIDA 12, NUMERAL 1143, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGIA A OFERTAR DETECTA Y DESPUES DE SU SENSIBILIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE MEDICION DE MILLISEGUNDOS POR DIVISION (IMPULSO EN UN INTERVALO DE 0.1 MSEGUNDOS), QUE DETECTA Y DESPUES LA MISMA SENAL ADQUIRIDA DEL PACIENTE CON NOMENCLATURA Y SOFTWARE PROPIO PARA LA FÁCIL INTERPRETACION DE RESULTADOS. ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1143 CON AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE AL MENOS 2 Y 10 uV/MM POR DIVISION, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 12 "ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)", ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". EN ESTE CONTEXTO, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS UNIDADES DE MEDICION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1143 Y LA PREGUNTA ELABORADA POR SU REPRESENTADA, ASI COMO TAMPOCO INDICA LA EQUIVALENCIA POR LO QUE NO PUEDE SER ACEPTADO EN TANTO NO SE CUENTE CON LA INFORMACION ESPECIFICA.</p>
23990	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361192 A 361204 DE GERD YERIK SA DE CV	361192	<p>EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I, TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A GERD YERIK SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARTICIPACION, FUNDAMENTADO EN QUE SOLO UNA MARCA EN EL MERCADO CUMPLE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, PARA OBTENER UNA RELACION Y PROCESAMIENTO DE LA SENAL FLUIDA Y SIN RETRASOS RESPECTO AL FILTRO BAJO, SE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA CON UNA FRECUENCIA DE MUESTRO DE 481 HZ, DEBIDO QUE LOS ESTUDIOS A REALIZAR CONFORME LA CEDULA DE DESCRIPCION DE LA PRESENTE PARTIDA NO LO REQUIERE, LO ANTERIOR NO LIMITA EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO EN CUMPLIMIENTO A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1146 "FRECUENCIA DE MUESTRO DE 60000 HZ O MAYOR POR CANAL, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 12 "ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES)", ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". ASIMISMO QUE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS CONTENIDAS EN LAS CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO CONTIENEN LOS REQUISITOS MINIMOS QUE DEBERA CUMPLIR LOS LICITANTES, EN ESTE CONTEXTO EL PROCESAMIENTO DE SENAL ES UNA CARACTERISTICA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RELACION A LA FRECUENCIA DE MUESTRO.</p>

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23901	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361192 A 361204 DE GERD VERIK SA DE CV	361192	<p>EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A GERD VERIK SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON RESPECTO A LA PARTIDA 12, NUMERAL 11.47.2, SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON UN FILTRO ALTO QUE CUBRE EL RANGO DE 30 HZ A 20 KHZ, ESTE RANGO MAXIMIZA LA FIDELIDAD DE LA SEÑAL, DEBIDO A QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL DEL EMG SE UBICA EN EL RANGO DE 40 A 10 KHZ, CUMPLIENDO AMPLIAMENTE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERA UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERÍSTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACIÓN A LA SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARÁ EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA CONSIDERANDO LA RELACIÓN DE FRECUENCIA DADA EN HZ Y SU COMPORTAMIENTO DE SEÑAL EN MV, VISUALIZANDO ASÍ EL COMPORTAMIENTO DE LAS BIOSSENALES Y SU ANCHO DE BANDA, PREDOMINANTE, EN DONDE LA FRECUENCIA DEL EMG SE UBICA EN EL RANGO DE 50 HZ - 5KHZ</p>	<p>NO, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 11.47.2 "FILTRO ALTO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 15 A 10000 HZ, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 12". ELECTROMIOGRAMA DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ASIMISMO QUE ACLARA EN "LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN LAS CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" CONTIENEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LOS LICITANTES, EN ESTE CONTEXTO EL BIEN A OFERTAR DEBE GARANTIZAR EL FILTRADO DE LOS RUIDOS Y ARTEFACTOS PRESENTES EN CUALQUIER UNIDAD MÉDICA, EFICIENTANDO EL REGISTRO DE LA SEÑAL, YA SEA DE BAJA O ALTA FRECUENCIA.</p>
23902	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 361192 A 361204 DE GERD VERIK SA DE CV	361192	<p>EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A GERD VERIK SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON RESPECTO A LA PARTIDA 12, NUMERALES 33 AL 324, PERMITA OFERTAR ACORDE A CADA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FUNCIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE Y CON LOS NUMERALES RELACIONADOS A ESTE PUNTO, NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA UN CABLE TRONCAL, REUTILIZABLE CON CONEXIÓN DIRECTA A LA AGUJA CONCENTRICA DESECHABLE, DONDE SE CONSERVA LA MISMA CALIDAD DE SEÑAL QUE CON CABLES PRECABLEADOS, AL CUMPLIR CON LO SOLICITADO CON TECNOLOGÍA PROPIA Y CONSERVAR LA CALIDAD DE SEÑAL Y EFICACIA DEL ESTUDIO, LE PERMITE SER UNA TECNOLOGÍA CON LAS MISMAS FUNCIONES Y CAPACIDADES QUE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERA UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERÍSTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TÉCNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACIÓN A LA SOLVENCIA TÉCNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARÁ EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.</p>	<p>SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE Y REFERENCIA, COMO ALTERNATIVA A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 32, "ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA CONCENTRICOS, PRECABLEADOS EN LAS MEDIDAS" 321 "DE 25 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS PRECABLEADAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", 322 "DE 37 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS PRECABLEADAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", 323 "DE 50 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS PRECABLEADAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", 324 "DE 75 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS PRECABLEADAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", LA CARACTERÍSTICA "ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA CONCENTRICOS, EN LAS MEDIDAS" 321 "DE 25 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", 322 "DE 37 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", 323 "DE 50 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", 324 "DE 75 MM DE LARGO, UNA (I) CAJA CON 50 PIEZAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", DEBE INCLUIR EN SU OFERTABLE TRONCAL, REUTILIZABLE PARA CONEXIÓN DE LA AGUJA CON EL AMPLIFICADOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTABA SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23903	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON LOS ID 359636 A 359667 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359636	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASPP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON LOS ID 359636 A 359667 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 26 NUMERAL 14.9, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, DEBIDO A QUE LA VENTILACION LIMITADA POR PRESION CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACION: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACION CON PRESION DE SOPORTE, SE ENCUENTRA EN UN COMO PRESION CONTROL Y SIMV (PC) + PS. ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA PRESION CONTROL Y SIMV (PC) + PS. COMO OPCION PARA EL NUMERAL 14.9 VENTILACION LIMITADA POR PRESION CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACION ASISTO-CONTROL SIMV Y VENTILACION CON PRESION DE SOPORTE DE LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPRENDE QUE EL EQUIPO OFERTADO REALIZA EL TIPO DE VENTILACION SOLICITADA PARA PACIENTES NEONATALES Y QUE LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23904	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON LOS ID 359636 A 359667 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359636	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASPP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON LOS ID 359636 A 359667 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 26 ENTENDEMOS QUE EL HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO DEBE SER COMPATIBLE CON CIRCUITO UNIVERSAL Y POR CIRCUITO DE PACIENTE UNIVERSAL LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL CIRCUITO CONTENGA UNA RAMA INSPIRATORIA QUE TRANSPORTE LOS GASES MEDICINALES AL PACIENTE Y DESDE EL PACIENTE Y ADEMAS CUENTE CON CABLES PARA SENSORES DE TEMPERATURA. ¿ES CORRECTA, NUESTRA APRECIACION? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA AFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION RESPECTO A "POR CIRCUITO DE PACIENTE UNIVERSAL LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL CIRCUITO CONTENGA UNA RAMA INSPIRATORIA QUE TRANSPORTE LOS GASES MEDICINALES AL PACIENTE Y DESDE EL PACIENTE Y ADEMAS CUENTE CON CABLES PARA SENSORES DE TEMPERATURA". SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA SA DE CV SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN EL NUMERAL 17.8 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 110 V - 60 Hz PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA PACIENTE NEONATAL, CON Y EN SUS SUBNUMERALES 17.81 AL 17.87, ENTRE LOS CUALES EN EL SUBNUMERAL 17.82 REFIERE "SELECCION PARA SER UTILIZADO CON O SIN CIRCUITOS ALAMBRADOS" Y EN EL 17.86 COMPATIBLE CON EL VENTILADOR OFERTADO Y CON CIRCUITOS DE PACIENTE UNIVERSALES. EL HUMIDIFICADOR OFERTADO DEBERA PODER FUNCIONAR TANTO CON CIRCUITOS ALAMBRADOS COMO NO ALAMBRADOS (UNIVERSALES), POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23905	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359510 DE KENDALL DE MEXICO SA DE CV	59510	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASPP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359510 DE KENDALL DE MEXICO SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 28, NUMERAL 13.11, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA QUE TRABAJA MEDIANTE NEBULIZADOR INTERCONSTRUIDO DE MALLA VIBRATORIA QUE EMITE UN TAMAÑO DE PARTICULA DE 1 A 5 MICRAS Y PERMITE LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO SIN NECESIDAD DE ABRIR EL CIRCUITO. ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA OFERTAR TECNOLOGIA QUE TRABAJA MEDIANTE NEBULIZADOR INTERCONSTRUIDO DE MALLA VIBRATORIA, QUE EMITE UN TAMAÑO DE PARTICULA DE 1 A 5 MICRAS Y PERMITE LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO SIN NECESIDAD DE ABRIR EL CIRCUITO, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 13.11 PUERTO DE SALIDA PARA NEBULIZADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO O NEBULIZADOR SINCRONICO INTEGRADO DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA DEBERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23906	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359870 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359870	EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID "359870" DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 28, NUMERAL 137, SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON UN TIEMPO DE PAUSA INSPIRATORIO ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, EL CUAL MANEJA PORCENTAJES DE TIEMPO DE PAUSA DE 0 A 30% RELACIONADOS CON LOS TIEMPOS INSPIRATORIOS PROGRAMADOS CON EL PACIENTE Y ASI ESTOS PUEDAN ESTAR SINCRONIZADOS DE MANERA APROPIADA, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO, PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD CON RESPECTO AL NUMERAL 137 "CON PAUSA ESPIRATORIA DE 0 O APAGADO A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100" TIEMPO DE PAUSA INSPIRATORIO ACORDE A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, EL CUAL MANEJA PORCENTAJES DE TIEMPO DE PAUSA DE 0 A 30% RELACIONADOS CON LOS TIEMPOS INSPIRATORIOS PROGRAMADOS CON EL PACIENTE Y ASI ESTOS PUEDAN ESTAR SINCRONIZADOS DE MANERA APROPIADA, SINO CON EL 136, QUE ES CONDE SE SOLICITA "CON MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEAU O PAUSA INSPIRATORIA", FAVOR DE ATENDER A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 137 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO PARA LA PARTIDA 38 VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
23907	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359873 DE KENDALL DE MEXICO SA DE CV	359873	TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID "359873" DE KENDALL DE MEXICO SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 28 NUMERAL 177I, SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA QUE PERMITA MANIOBRAS PARA PROLONGAR LA FASE INSPIRATORIA DEL PACIENTE Y SE PUEDA EVALUAR AL PACIENTE A NECESIDAD DEL PERSONAL MEDICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES BAROTRAUMAS QUE OCASIONA EL TENER PROGRAMADO SUSPIROS SIN SUPERVISION, ESTO MIENTRAS EL PACIENTE REQUIERA EL USO DEL VENTILADOR, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL NUMERAL 177I "CON PROGRAMACION DE SUSPIROS" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON FUNCION INDEPENDIENTE DE SUSPIROS, LO RELATIVO A PAUSA INSPIRATORIA O PROLONGACION DE LA FASE INSPIRATORIA SE SOLICITA EN EL NUMERAL 136, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO PARA LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23908	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 360936 DE SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	360936	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID "360936" DE SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 28 NUMERAL 1520, ENTENDEMOS QUE EN EL PUNTO "CALCULO O MEDICION DE PUNTOS DE INFLEXION EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESION" SE HACE REFERENCIA A TECNICAS PROPIAS DE LA TECNOLOGIA QUE FACILITEN LA MEDICION Y CALCULO DE PARAMETROS INTRINSECOS DEL PACIENTE PARA REALIZAR UNA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA EVOLUCION DE NUESTRO PACIENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA "DEFINICION"? O EN SU CASO, DE NO SER CORRECTO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO, OFERTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LO REQUERIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO REFERENTE A LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO EN EL NUMERAL 1520 CALCULO O MEDICION DE PUNTOS DE INFLEXION EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESION SE SOLICITA QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN CALCULO O MEDICION DE PUNTOS DE INFLEXION EN EL LAZO DE VOLUMEN CONTRA PRESION, POR LO QUE SE PIDE A LOS LICITANTES QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATIENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23909	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359873 DE KENDALL DE MEXICO SA DE CV	359873	TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA ASPP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359873 DE KENDALL DE MEXICO SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 39 NUMERAL 1711 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA QUE PERMITA MANIOBRAS PARA PROLONGAR LA FASE INSPIRATORIA DEL PACIENTE Y SE PUEDA EVALUAR AL PACIENTE A NECESIDAD DEL PERSONAL MEDICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES BAROTRAUMAS QUE OCASIONA EL TENER PROGRAMADO SUSPIROS SIN SUPERVISION ESTO MIENTRAS EL PACIENTE REQUIERA EL USO DEL VENTILADOR, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA LA PARTIDA 39 NUMERAL 1711 CON PROGRAMACION DE SUSPIROS SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA QUE PERMITA MANIOBRAS PARA PROLONGAR LA FASE INSPIRATORIA O PROLONGACION DE LA FASE INSPIRATORIA. CEDAULA DE INSPIRACION SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CEDAULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO -PEDIATRICO-NEONATAL ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CEDAULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO -PEDIATRICO-NEONATAL POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDIENDO LA CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23910	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359708 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359708	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA ASPP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359708 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 39, NUMERAL 1410, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON NOMENCLATURA PROPIA, DE CADA FABRICANTE, YA QUE LA VENTILACION CONTROLADA POR PRESION EN NEONATOS, CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESION, SE ENCUENTRA EN NUESTRO EQUIPO EN EL MODO NEONATAL COMO VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE EL EQUIPO OFERTADO REALIZA EL TIPO DE VENTILACION SOLICITADA PARA PACIENTES NEONATALES Y QUE LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDIENDO LA CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.	SE ACEPTA OFERTAR TECNOLOGIA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE LA VENTILACION CONTROLADA POR PRESION EN NEONATOS, CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESION, SE ENCUENTRA EN NUESTRO EQUIPO EN EL MODO NEONATAL COMO VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE EL EQUIPO OFERTADO REALIZA EL TIPO DE VENTILACION SOLICITADA PARA PACIENTES NEONATALES Y QUE LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDIENDO LA CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23911	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359709 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359709	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA ASPP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359709 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 39, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, DEBIDO A QUE LA VENTILACION LIMITADA POR PRESION CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACION ASISTO-CONTROL SHIMV Y VENTILACION CONTROLADA POR PRESION DE SOPORTE, SE ENCUENTRA COMO PRESION CONTROL Y SHIMV IPCI, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA OFERTAR PRESION CONTROL Y SHIMV IPCI, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1411 VENTILACION LIMITADA POR PRESION CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACION ASISTO-CONTROL SHIMV Y VENTILACION CONTROLADA POR PRESION DE SOPORTE DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO COMPROBUE QUE EL EQUIPO OFERTADO REALIZA EL TIPO DE VENTILACION SOLICITADA PARA PACIENTES NEONATALES Y QUE LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDIENDO LA CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23912	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359915 DE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359915	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID "359915" DE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 44 NUMERAL 111 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO DEMARCAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS PERMITA BRINDAR UNA TECNOLOGIA DE UN SOLO RIEL CUYO RENDIMIENTO REPRESENTA UN AHORRO DE AGENTE ANESTESICO, EL CUAL ESTA CARACTERIZADO A LOS AGENTES ANESTESICOS A UTILIZAR DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS, DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?, O EN SU CASO DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL 111 MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN, DE LA PARTIDA 44 "UNIDAD DE ANESTESIA BASICA", LA CARACTERISTICA TECNICA "TECNOLOGIA DE UN SOLO RIEL", SIEMPRE Y CUANDO, EL MONTAJE DE LA TECNOLOGIA DE SU REPRESENTADA SEA PARA DOS VAPORIZADORES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23913	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON LOS ID 360876 A 360897 DE GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV.	360876	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON LOS ID 360876 A 360897 DE GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 44, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA QUE OFRECE MANOMETROS DIGITALES VISIBLES EN LA PANTALLA MONITOR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA. LOS CUALES ESTAN CODIFICADOS DE ACUERDO CON EL CODIGO AMERICANO ¿SE ACEPTA?, O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL 118 "MANOMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESION AL FRENT DEL EQUIPO CODIGO AMERICANO DE COLORES: ROJO-VERDE, NJO-AZUL, AIRE-AMARILLO", DE LA PARTIDA 44, "UNIDAD DE ANESTESIA BASICA", LA "CARACTERISTICA TECNICA "MANOMETROS DIGITALES VISIBLES EN LA PANTALLA MONITOR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA", SIEMPRE Y CUANDO, EL MONTAJE DE LA TECNOLOGIA DE SU REPRESENTADA SEA PARA DOS VAPORIZADORES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23914	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID 359922 DE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359922	EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION I TERCER PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL ID "359922" DE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: DE LA PARTIDA 45 NUMERAL 111 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO DEMARCAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS PERMITA BRINDAR UNA TECNOLOGIA DE UN SOLO RIEL CUYO RENDIMIENTO REPRESENTA UN AHORRO DE AGENTE ANESTESICO, EL CUAL ESTA CARACTERIZADO A LOS AGENTES ANESTESICOS A UTILIZAR DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS, DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?, O EN SU CASO, DE NO SER ACEPTADO LO ANTES PLANTEADO Y SE CONSIDERE UNA EVENTUAL CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA CARACTERISTICA REFERIDA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE ACLARAR TECNICAMENTE CUAL ES LA EFECTACION A LA SOLVENCIA TECNICA RESPECTIVA EN EL SERVICIO AL QUE SE DESTINARA EL BIEN DE LA PARTIDA RESPECTIVA.	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL 118 "MANOMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESION AL FRENT DEL EQUIPO CODIGO AMERICANO DE COLORES: ROJO-VERDE, NJO-AZUL, AIRE-AMARILLO", DE LA PARTIDA 44, "UNIDAD DE ANESTESIA BASICA", LA "CARACTERISTICA TECNICA "MANOMETROS DIGITALES VISIBLES EN LA PANTALLA MONITOR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA", SIEMPRE Y CUANDO, EL MONTAJE DE LA TECNOLOGIA DE SU REPRESENTADA SEA PARA DOS VAPORIZADORES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23530	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	PREGUNTA CON ID 3604482 DEL PARTICIPANTE CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV.	360483	SOLICITAMOS AMBIVALENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA CITADA, YA QUE PARA LAS PARTIDAS DE RAYOS X PORTABLES, ULTRASONIDOS VIO RAYOS X FIJOS, SE PRESENTARON CONTRATOS DE EQUIPOS DE LA MISMA TECNOLOGIA O SUPERIOR COMO TOMOGRAFOS, RAYOS X FIJOS, RESONANCIAS MAGNETICAS, ULTRASONIDOS Y MASTOGRAFOS, LO QUE REPRESENTA QUE CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD PARA GARANTIZAR AL INSTITUTO EL CORRECTO SUMINISTRO DE EQUIPOS QUE PERTENECEN A LA MISMA ESPECIALIDAD EN CASO DE SER ADQUIRIDOS, ADEMÁS DE QUE SE DEMUESTRA QUE TENEMOS EXPERIENCIA EN LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DE EQUIPOS MAS ESPECIALIZADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA LAS PARTIDAS DONDE SE REQUIERA BIENES DE TIPO RAYOS X PORTABLES, ULTRASONIDOS VIO RAYOS X FIJOS EN ESTAS PARTIDAS LOS LICITANTES PODRAN PRESENTAR CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA MISMA TECNOLOGIA O SUPERIOR COMO TOMOGRAFOS, RAYOS X FIJOS, RESONANCIAS MAGNETICAS, ULTRASONIDOS Y MASTOGRAFOS, CUMPLIENDO TODO LO REQUERIDO EN EL ANEXO DOS "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO C, RUBRO C "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR", SE SOLICITA ATENDER LA PRECISIÓN (NUMERO 1).
23531	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	PREGUNTA CON ID 3604483 DEL PARTICIPANTE CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV.	360483	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCIÓN DE OFERTAR CONTROL ALAMBRICO PARA EXPOSICIÓN, YA QUE LOS DISPOSITIVOS INALAMBRICOS SON PROPENSOS A EXTRAVIOS, CAIDAS, PERDIDA DE LA SEÑAL, ASI COMO DETERIORO DE LAS BATERIAS, LO QUE PUEDE AFECTAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROBABILIDAD DE RECAMBIO EN UN FUTURO MAS CERCAÑO, ¿SE ACEPTA?	SE LE REITERA LA RESPUESTA, NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 116 CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA EXPOSICIÓN; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS PERSPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO"
23626	DIMA TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA CON ID 3613991 PREGUNTA PUNTO 11.4 Y PUNTO 215 RELATIVO AL ESTANDAR DE COMUNICACION, DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO PARA LAS FUNCIONES DICOM SE DEBERA PRESENTAR EL DOCUMENTO DICOM CONFORMANCE STATEMENT CON EL SOFTWARE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR INDICANDO LAS FUNCIONES SOLICITADAS, ASI COMO LA CARTA DEL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ¿ES CORRECTO?	361399	PREGUNTA, NO ES CORRECTO LA CARTA COMPROMISO DEBE SER DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE ACLARA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES, EN LA EVALUACION TECNICO-MEDICA, INCISO A, CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TECNICA, SUBINCISO AL ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS.	NO SE ACEPTA SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE INCLUYA EN SU PROPUESTA TECNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO NO. 31, CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACION SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0, SE CONSIDERARA INTERFAZ VALIDA SIEMPRE Y CUANDO EL STATEMENT COMPRUEBE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SOPORTAN LOS SERVICIOS DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPRUEBE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS, ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACION CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MEDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASI COMO LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23527	DIM TECNOLÓGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	DETECTOR OFERTADO ES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO SE DEBERA CERTIFICADO CE O DECLARACION CE DONDE SE INDIQUE QUE EL DETECTOR ES DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO DE RAYOS X. CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONDICION SOLICITADA ¿ES CORRECTO?	360083	LICITANTE EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACION DEBERA SER COMPLETA Y DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO V/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTENER UNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.	REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, DEBERAN SER COMPLETA Y DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO V/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTENER UNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.
23528	DIM TECNOLÓGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA ID 360223 PARTIDAS: ECCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR PUNTO 114 RANGO DINAMICO DE ACUERDO AL NIVEL DE EQUIPO SOLICITADO. PROPORCIONEMOS A EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 350 DB DE RANGO DINAMICO PARA UNA BUENA CALIDAD EN LA ADQUISICION Y DESPIEGUE DE IMAGEN ¿SE ACEPTA	360223	RESPUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE "RANGO DINAMICO 350 DB O MAYOR CON ADQUISICION DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 114. RANGO DINAMICO 160 DB O MAYOR CON ADQUISICION DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SE ACEPTA QUE OFERTE "RANGO DINAMICO 350 DB O MAYOR CON ADQUISICION DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 114. RANGO DINAMICO 160 DB O MAYOR CON ADQUISICION DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".



GOBIERNO DE MEXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio, Electrónica.

LA-50-CYR-050CYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23629	DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA ID 360224 PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 13 GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA CON LA FINALIDAD DE QUE SE ADQUIERAN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA Y EN PARTICULAR EL GENERADOR SEA DE ULTIMA GENERACION PROPONEMOS QUE SEA DE ALTA FRECUENCIA DE AL MENOS 450 KHZ CON LO CUAL SE EVITA EL RIZO EN LA CONVERSION, TENIENDO UN ALTO VOLTAJE CONSTANTE SIN CAIDAS ¿SE ACEPTA?	360224	RESUESTA SE ACEPTA QUE OFERTE "GENERADOR DE RAYOS X" DE ALTA FRECUENCIA (DESDE 450 KHZ O MAYOR) COMO OPCION PARA EL NUMERAL "12. GENERADOR DE RAYOS X" DE ALTA FRECUENCIA (DESDE 25 KHZ O MAYOR), SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	RESUESTA SE ACEPTA QUE OFERTE "GENERADOR DE RAYOS X" DE ALTA FRECUENCIA (DESDE 450 KHZ O MAYOR) COMO OPCION PARA EL NUMERAL "12. GENERADOR DE RAYOS X" DE ALTA FRECUENCIA (DESDE 25 KHZ O MAYOR), SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23630	DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA ID 360227 PARTIDA 40 ULTRASONOGRAFIA BÁSICO PUNTO 12 CANALES DE PROCESAMIENTO DE ACUERDO AL NIVEL DE EQUIPO ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN CONTAR CON AL MENOS 4.000.000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿ES CORRECTO?	360227	RESUESTA SE ACEPTA QUE OFERTE "4.000.000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "12. CON CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	RESUESTA SE ACEPTA QUE OFERTE "4.000.000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "12. CON CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23631	<p>PREGUNTA ID 360029 PARTIDA 40</p> <p>ULTRASONOGRAFIA BASICO PUNTO 1303 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON TRANSDUCTOR PARA ADQUISICION DE IMAGEN DE CAMPO DE VISION AMPLIO. PROPONEMOS QUE SE DEBA OFERTAR TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHZ O MENOR A 9MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE 50° A 200° CON FRECUENCIAS ARMONICAS ¿SE ACEPTA?</p>	360029	<p>RESPUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE 50° A 200° O MAYOR CON FRECUENCIAS ARMONICAS. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO? COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1303. TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE 145° O MAYOR CON FRECUENCIAS ARMONICAS. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO? SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SE ACEPTA QUE OFERTE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE 50° A 200° O MAYOR CON FRECUENCIAS ARMONICAS. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO? COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1303. TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE 145° O MAYOR CON FRECUENCIAS ARMONICAS. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO? SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>	
23632	<p>PREGUNTA ID 360029 PARTIDA 41</p> <p>ULTRASONOGRAFIA AVANZADO</p> <p>PUNTO 12 CANALES DE PROCESAMIENTO DE ACUERDO AL NIVEL DE EQUIPO ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN CONTAR CON AL MENOS 17,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿ES CORRECTO?</p>	360029	<p>RESPUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE 17,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES? COMO OPCION PARA EL NUMERAL 12 CON CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES? SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SE ACEPTA QUE OFERTE 17,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES? COMO OPCION PARA EL NUMERAL 12 CON CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES? SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>	

ID de la Pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23653	DIMA TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	<p>PREGUNTA ID 360230 PARTIDA 41 ULTRASONOGRAFO AVANZADO</p> <p>PUNTO 13 RANGO DINAMICO DE ACUERDO AL NIVEL DE EQUIPO SOLICITADO. PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AL MENOS 350 DB DE RANGO DINAMICO PARA UNA BUENA CALIDAD EN LA ADQUISICION Y DESPIEGUE DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA?</p>	360230	<p>RESPUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE "RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE 350 DB O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "13. RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE 300 DB O MAYOR". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PARA PROPORCIONAR UN MAYOR BENEFICIO A LA ATENCION QUE SE PUEDE DAR A LOS DERECHOHABIENTES, SOLICITE RANGO DINAMICO DE AL MENOS 350 DB O MAYOR. YA QUE AL TENER UN MAYOR RANGO DINAMICO SE AUMENTA LAS AMPLITUDES DE LAS SEÑALES DE ECO QUE EL ULTRASONIDO PUEDE DETECTAR. POR LO QUE NOS VA PERMITIR ASIGNAR UN MAYOR NUMERO DE TONOS DE GRISES A LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS OBTENIENDO UN MAYOR CONTRASTE O SUAVIDAD SEGUN LO QUE SE NECESITE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SE ACEPTA QUE OFERTE "RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE 350 DB O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "13. RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE 300 DB O MAYOR". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>
23654	DIMA TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	<p>PREGUNTA ID 360231 PARTIDA 41 ULTRASONOGRAFO AVANZADO</p> <p>PUNTO 1334 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON TRANSDUCTOR PARA ADQUISICION DE IMAGEN DE CAMPO DE VISION AMPLIO. PROPONEMOS QUE SE DEBA OFERTAR TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHZ O MENOR A 9MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE HASTA 270 ° O MAYOR. ¿SE ACEPTA?</p>	360231	<p>RESPUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 270° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS. INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO. COMO OPCION PARA EL NUMERAL "TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 145° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS, INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PARA OFRECER UN ANGULO DE VISION AMPLIO, EL CUAL GENERA MENOR INCOMODIDAD PARA EL PACIENTE, YA QUE PARA ESTE TIPO DE TRANSDUCTOR UNA DE LAS CARACTERISTICAS PRIMORDIALES ES EL ANGULO O CAMPO DE VISION. SOLICITE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHZ O MENOR A 9MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION CON CAMPO DE VISION DE HASTA 270 ° O MAYOR. YA QUE AL TENER UN MAYOR ANGULO DE BARRIDO EVITA MANIPULACIONES/NECESARIAS EN EL ESTUDIO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SE ACEPTA QUE OFERTE "TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 270° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS. INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO. COMO OPCION PARA EL NUMERAL "334. TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 145° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS, INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE. INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23635	DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA ID 360332 PARTIDA 42 ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL PUNTO 1.3 CANALES DE PROCESAMIENTO DE ACUERDO AL NIVEL DE EQUIPO ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON AL MENOS 4,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL ¿ES CORRECTO?	360233	RESUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE "4,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3" CON CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	NO SE ACEPTA SE PRETERA LA RESPUESTA SE ACEPTA QUE OFERTE "4,000,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3" CON CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL SIMULTANEOS O INDEPENDIENTES" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23636	DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA ID 360233 PARTIDA 42 ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL FINALIDAD DE CONTAR CON TRANSDUCTOR PARA ADQUISICION DE IMAGEN DE CAMPO DE VISION AMPLIO. PROPONEMOS QUE SE DEBA OFERTAR TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHZ O MENOR A 9MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISION DE 50° A 200° CON FRECUENCIAS ARMONICAS ¿SE ACEPTA?	360233	RESUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 50° A 200° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS, INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO/ COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.303.3 TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 145° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS, (INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO/ SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	NO SE ACEPTA SE PRETERA LA RESPUESTA SE ACEPTA QUE OFERTE TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 50° A 200° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS, INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO/ COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.303.3 TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON CAMPO DE VISION DE 145° O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMONICAS, (INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO/ SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".





"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23637	DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PREGUNTA ID 360254 PARTIDA 15 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL PUNTO 12.3 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 120 KWH O MAYOR	360254	RESUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE "CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 300 KWH O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 12.3 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 120 KWH O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SE ACEPTA QUE OFERTE "CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 300 KWH O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 12.3 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 120 KWH O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23638	DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV	PARA GARANTIZAR UN FLUJO DE TRABAJO ALTO CON EL USO DE LA UNIDAD MOVIL CONSIDERAMOS QUE DEBEREMOS OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 300 KWH O MAYOR, CON LO CUAL SE PODRAN REALIZAR UNA ALTA CANTIDAD DE EXPOSICIONES ¿SE ACEPTA?	360254	RESUESTA: SE ACEPTA QUE OFERTE "CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 300 KWH O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 12.3 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 120 KWH O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".	NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA. SI SE REFIERE AL NUMERAL 12.3. DOQ DE 65% O MAYOR Y 3.0 LP/IMM O MAYOR Y 3.0 LP/IMM O MAYOR, SIN QUE OFERTE "DOQ DE 75% O MAYOR Y 3.6 LP/IMM O MAYOR" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 12.3. DOQ DE 65% O MAYOR Y 3.0 LP/IMM O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23639	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PREGUNTA ID 360255 PARTIDA 15 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 12.3 CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO ADQUIERA IMAGENES DE ALTA CALIDAD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE DEBAN OFERTAR EQUIPO CON DETECTOR CON DOQ DE 75% O MAYOR Y 3.6 LP/IMM O MAYOR ¿SE ACEPTA?	359690	DERIVADO A LA CONTESTACION A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE SOLICITARA UNA FIANZA POR CADA COAD O LIMBE FAVOR DE CONFIRMAR	SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO FORMALIZADO, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 21 DE LA CONVOCATORIA QUE SEÑALA QUE EL PROVEEDOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23622	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359880 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359880	DERIVADO A LA CONTESTACIÓN A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE PENALIZARÁ ÚNICAMENTE POR FINANZA INDIVIDUAL POR CADA OROADYO UNAE FAVOR DE CONFIRMAR	SE DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO FORMALIZADO, DE CONFORMIDAD AL NÚMERO 311 DE LA CONVOCATORIA QUE SEÑALA QUE EL PROVEEDOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; POR LO CUAL, EN CASO DE ALGUNA PENALIZACIÓN ESTA SERÁ APLICADA POR CONTRATO
23663	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359880 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359880	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LAS PARTIDAS 26, 28, 33, 38, 39, 44, 45, 46 Y 47 NO SE REQUIERE CARTA DE APOYO DE FABRICANTE FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LAS PARTIDAS: 36- VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, 38 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, 33 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS), 38 MONITOR DE SIGNOS VITALES (DE TERAPIA INTENSIVA), 39 VENTILADOR ADULTO -PEDIATRICO, -NEONATAL, 44- ANESTESIA BÁSICA, UNIDAD DE 45 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE 46 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO / NEONATAL CON MÉDICO CONVENCIONAL Y 47 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA NO SE REQUIERE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.
23664	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360747 LICITANTE CASA PLARRE SA DE CV	360747	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE CUANDO SE REFIERE A DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SE REFIERE A INCLUIR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DEMOSTRACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SIN QUE SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR EL MANUAL COMPLETO. FAVOR DE CONFIRMAR	NO ES CORRECTO CON RELACIÓN A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ID 360747, "POR INFORMACIÓN COMPLETA" NOS REFERIMOS A QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES TODOS LOS LICITANTES DEBEN INCLUIR EN SU PROPIA TÉCNICA, LO CUAL PERMITIDA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, ANEXOS, TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER (CON LAVS) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATALOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4) "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS"; DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR COMPLETA, ES DECIR, LOS ANEXOS, TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE DEBERÁN CORRESPONDER A DOCUMENTOS COMPLETOS, NO PARCIALES O LIMITADOS, TODO ELLO CON EL OBJETIVO DE PERMITIR AL ÁREA TÉCNICA HACER LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.
23665	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359885 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359885	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SE ACEPTE PRESENTAR ESCRITO DE LA AFIANZADORA, RENCIÓN DE PEDIDOS, ACTA DE ENTREGA Y/O FACTURA EN DONDE SE CANCELEN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS CONTRAIDOS Y EN CONSECUENCIA LA LIBERACION Y CANCELACION DE LA POLIZA DE GARANTIA CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: LOS LICITANTES PODRÁN ACREDITAR MEDIANTE ESCRITO EMITIDO POR LA AFIANZADORA, EN EL QUE SE INDIQUE QUE LAS FINANZAS QUE AMPARAN LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL RUBRO "C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR", SE ENCUENTRAN CANCELADAS, PUDIENDO PRESENTAR EN UN SOLO ESCRITO VARIAS FINANZAS.
23666	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359901 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359901	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA, DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 13 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL REQUERIMIENTO DE ACOPLE Y EXTRACCIÓN DE LOS MÓDULOS PUEDE SER VIA CONEXIÓN Y DESCONECCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MONITOR POR MEDIO DE UN CABLE FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, PARA EL NÚMERO 13, ONCE MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO) SE REQUIERE QUE AL MONITOR DE SIGNOS VITALES SE ACOPLE Y SE EXTRAIGAN LOS MÓDULOS SOLICITADOS AL CUERPO DEL MONITOR.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-50-GVR-050GVR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta e la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23667	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 3559900, LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE CV	3559900	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 12.1) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMAR SI SE CONTARA CON UN AREA DESTINADA O SITE PARA PODER ALOJAR EL HARDWARE REQUERIDO PARA LA INTERFAZ MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, O SI SE DEBEN CONSIDERAR ADECUACIONES FISICAS PARA COLOCARLO, FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A LOS LICITANTES DEBERAN DEMOSTRAR QUE CUENTA CON DICHA CAPACIDAD A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA (ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS V/O MANUALES DEL FABRICANTE) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", POTRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
23668	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 3559900, LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE CV	3559900	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 3.2) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24 HORAS COMO MINIMO, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PUESTO QUE EN NUESTRA UNIDAD CENTRAL SE CUENTA CON EL ALMACENAJE DE LA INFORMACION DE 120 HORAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.3.1) "TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 72 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23669	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 3559900, LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE CV	3559900	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 2.1.2) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SENSOR DEDAL DE PINZA MIENTRAS SE MANTIENGA LA MONITORIZACION DEL PARAMETRO Y LA CARACTERISTICA DE PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJO INDICE DE PERFUSION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.1.2) "ONCE (11) CABLES CON SENSOR SUAVE, REUSABLE LIBRE DE LATEX PARA FACIENTE ADULTO/PEDIATRICO, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA OFERTADA, QUE PERMITA LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSION, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE), CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23670	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 3559900, LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE CV	3559900	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA, DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 2.5.1) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CABLE TRONCAL DUAL POR PAR DE CABLES PARA TRANSDUCTOR, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.5.1) "CABLE TRONCAL SEIS (6) PIEZAS (INCLUIR MARCA-MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", LA CARACTERISTICA " CABLE TRONCAL DUAL TRES (3) PIEZAS", PARA LA PARTIDA 33 CORRESPONDIENTE AL "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS)" ASI COMO TAMBIEN DEBERA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.5.2) "CABLE PARA TRANSDUCTOR, SEIS (6) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23671	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 3559900, LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE CV	3559900	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA, DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 11.1) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO DE ACORDEL Y EXTRACCION DE LOS MODULOS PUEDA SER VIA CONEXION Y DESCONEXION DE LOS MODULOS DEL MONITOR POR MEDIO DE UN CABLE. FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, PARA EL NUMERAL 11.1) "MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MINIMO A COLOR LCD O TFT O LED O PLASMA (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE SI SE DERIVA DE UNA SERIE O UNA FAMILIA DEL MONITOR Y MODULOS OFERTADOS), SE REQUIERE QUE AL MONITOR DE SICHOS VITALES SE ACOPLEN Y SE EXTRAIGAN LOS MODULOS SOLICITADOS AL CUERPO DEL MONITOR.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23672	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359910 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359910	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 1136 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE CONTARÁ CON UN AREA DESTINADA O SITE PARA PODER ALOJAR EL HARDWARE REQUERIDO PARA LA INTERFAZ MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE O SI SE DEBEN CONSIDERAR ADECUACIONES FISICAS PARA COLOCARLO FAVOR DE CONFIRMAR	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION. SE RECALCA QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR Y COMPROBAR DOCUMENTALMENTE QUE LA TECNOLOGIA A OFERTAR CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR Y RECIBIR INFORMACION MEDIANTE PROTOCOLO HL7. A TRAVES DE LA DOCUMENTACION TECNICA QUE REMITA MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, ETC) SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
23673	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359911 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	559911	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 1130 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR IMPRESORA LASER, LO CUAL NOS PERMITE CAPTURAS DE PANTALLA CON MAS PARAMETROS POR IMPRESION Y ESTO PUEDE AYUDAR A CONTAR CON MAS INFORMACION PARA QUE EL PERSONAL TOMÉ DECISIONES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 213 "DOS (2) CABLES CON SENSOR SUAVE REUSABLE LIBRE DE LATEX PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO QUE PERMITA LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSION. INDICAR MARCA Y MODELO; NO NUMERO DE PARTE". CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 "MONITOR DE SIGNOS VITALES (DE TERAPIA INTENSIVA) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
23674	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359913 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359913	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 213 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SENSOR DEDAL DE PINZA MIENTRAS SE MANTENGA LA MONITORIZACION DEL PARAMETRO Y LA CARACTERISTICA DE PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJO INDICE DE PERFUSION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 213 "DOS (2) CABLES CON SENSOR SUAVE REUSABLE LIBRE DE LATEX PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO QUE PERMITA LA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSION. INDICAR MARCA Y MODELO; NO NUMERO DE PARTE". CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 "MONITOR DE SIGNOS VITALES (DE TERAPIA INTENSIVA) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
23675	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359987 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359987	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 172 ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODREMOS OFERTAR EQUIPO CON SISTEMA NEUMATICO SIN VALVULA QUE EN CASO DE MI REPRESENTADA LA VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA SE HACE MEDIANTE UN EJECTOR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO CON SISTEMA NEUMATICO SIN VALVULA, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 172 GENERADOR DE OSCILACION POR PISTON, MEMBRANA O SISTEMA NEUMATICO SIN VALVULA DE LA PARTIDA 47 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23676	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360387 LICITANTE MINARIC SA DE CV	360387	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MINARIC SA DE CV PUNTO 213 Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS UNIDADES DE AGUA SON MUY COMUNES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y QUE ESTO PUEDE AFECTAR EN GRAN MEDIDA EL DISPOSITIVO, SE ENTENDE QUE SE DEBERA OFERTAR UNA TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE ¿ES CORRECTO?	SE REITERA QUE LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES PARA LA PARTIDA 44 "ANESTESIA BASICA UNIDAD DE" LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE ACORDE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 213 "UNA (1) TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE (MANUOERA COLOR AMARILLO) INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE"
23677	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359932 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359932	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, PARA EL PUNTO 312 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS ELECTRODOS DEBERAN SER DESECHABLES, ESTO CON EL FIN DE DISMINUIR LA PROPAGACION DE INFECCIONES HOSPICOMIALES. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL 312 "CIEN (100) ELECTRODOS PARA PACIENTE PEDIATRICO" DE LA PARTIDA 45 "UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE" LA CARACTERISTICA TECNICA "DESECHABLES" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".



ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23678	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360392 LICITANTE MINARIC SA DE CV.	360392	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MINARIC SA DE CV PUNTO 11.1 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERA OFERTAR COMO INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS. DE LA PARTIDA 45 "ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE", ES QUE LOS LICITANTES OFERTEN UN BIEN QUE TENGA 4 CONTACTOS ELÉCTRICOS O MÁS, YA QUE EN LA ESPECIFICACIÓN SE SOLICITA "AL MENOS CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS".	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PARA EL NUMERAL 11.2 "CON AL MENOS CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS". DE LA PARTIDA 45 "ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE", ES QUE LOS LICITANTES OFERTEN UN BIEN QUE TENGA 4 CONTACTOS ELÉCTRICOS O MÁS, YA QUE EN LA ESPECIFICACIÓN SE SOLICITA "AL MENOS CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS".
23679	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360399 LICITANTE MINARIC SA DE CV.	360399	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MINARIC SA DE CV AL PUNTO 21.3, TOMANDO EN CUENTA QUE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS LINEAS DE AIRE SON MUY COMUNES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y QUE ESTO PUEDE AFECTAR EN GRAN MEDIDA EL DISPOSITIVO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR UNA TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE PETERA QUE LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES PARA LA PARTIDA 45 "ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE", LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE ACORDE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 21.3 "UNA (I) TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA MURAL DE AIRE (INANGUERA COLOR AMARILLO), (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)".
23680	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360965 LICITANTE DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360965	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV AL PUNTO 31 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA ESTE PUNTO LOS ELECTRODOS DEBERAN SER DESECHABLES, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA LOS NUMERALES 31, 31.1 Y 31.3 DE LA PARTIDA 45 "UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE", LA CARACTERISTICA TECNICA "DESECHABLES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
23681	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360867 LICITANTE DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360867	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV AL PUNTO 3.4, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE PARA ESTE PUNTO LOS ELECTRODOS DEBERAN SER DESECHABLE FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL 3.4 "DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTES ADULTO (DIAMETRO INTERNO 22 MM) CON TUBOS CORRUGADOS DE AL MENOS 1.2 M DE LONGITUD, PIEZA EN "Y" Y CODO", DE LA PARTIDA 45 "UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE", LA CARACTERISTICA TECNICA "DESECHABLES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
23682	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360402 LICITANTE MINARIC SA DE CV.	360402	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MINARIC SA DE CV, PUNTO 37, SE ENTIENDE QUE PARA ESTE PUNTO EN CASO DE OFERTAR SISTEMA DE EVACUACION PASIVO, ES OBLIGATORIO OFERTAR UN FILTRO PARA SISTEMA DE EVACUACION DE GASES, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE ESTE NUMERAL SE DEBE OFERTAR EN CASO DE QUE SU TECNOLOGIA MANEJE U OFERTE TECNOLOGIA DE EVACUACION PASIVO, UN (I) FILTRO PARA SISTEMA DE EVACUACION DE GASES, POR LO QUE SI LA TECNOLOGIA QUE PRETENDE OFERTAR NO CUENTA CON TECNOLOGIA DE EVACUACION PASIVA NO DEBERA SER OFERTADO.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23683	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359762, LICITANTE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359762	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE QUE ÚNICAMENTE SE PRESENTARÁ CARTA DEL FABRICANTE EN CASO DE REQUERIR REFERENCIAL ALGUN PUNTO TÉCNICO QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR MEDIANTE CATALOGOS Y FOLLETOS Y EN CASO DE NO SER NECESARIO PARA NUESTRA PROPUESTA, NO SEREMOS OBLIGADOS A PRESENTARLA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION. ¿ES CORRECTA LA APRECIACION?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EN CASO DE QUE PARA SU PROPUESTA TÉCNICA NO SEA NECESARIO REQUERIR REFERENCIAL ALGUN PUNTO TÉCNICO QUE NO SE PUEDA DEMOSTRAR MEDIANTE CATALOGOS Y FOLLETOS NO DEBE PRESENTAR CARTA O DOCUMENTO ALGUNO Y ESTO NO AFECTARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA. ADICIONALMENTE SE PRECISA Y RECTIFICA QUE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA LAS CARTAS BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD O CARTAS DEL FABRICANTE EN DONDE SE INDIQUE QUE CUMPLE CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NO SON ACEPTADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA YA QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA EN INCISO C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES, EVALUACIÓN TÉCNICO-MÉDICA, SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "4. SE VERIFICARÁ LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE INDICADA EN LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4)) Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, CON LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA". POR LO QUE LOS LICITANTES PODRÁN ADJUNTAR IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS O DEMÁS MATERIAL QUE LES PERMITA CORROBORAR LA CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO" Y LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4)) ENTREGADA POR EL LICITANTE. ES INDISPENSABLE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE PERMITA CORROBORAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
23684	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359859, LICITANTE ABISTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	359859	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL SOLICITAR ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO LIMITA DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, Y TIENE POR OBJETO ASEGURAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL INSTITUTO, DE ACUERDO AL ARTICULO 134, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASÍ COMO AL ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO C) RUBRICO C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR.



GOBIERNO DE MEXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23685	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359861 LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV.	359861	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL SOLICITANTE AGREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA CARACTERISTICAS ESPECIFICAS VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO LIMITA DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACION, EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, Y TIENE POR OBJETO ASECURAR QUE EL LICITANTE ADUDICADO CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA ASECURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL INSTITUTO, DE ACUERDO AL ARTICULO 154 CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPOSTA. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LIC ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASI COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO C, RUBRO C "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR".
23686	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359867 LICITANTE DISTRIBUIDORA COBA DE QUERETARO SA DE CV.	359867	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARAR SI SE SERA POSIBLE HACER ENTREGAS PARCIALES POR PARTIDA ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA Y NO ES POSIBLE HACER ENTREGAS PARCIALES POR PARTIDA ADUDICADA, ESTO EN REFERENCIA A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ANEXOS DOS, TERMINOS Y CONDICIONES, EN DONDE SE SEÑALA QUE EL PAGO SE PODRA REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICION POR PARTIDA COMPLETA O POR QUAD O LUMAE ENTREGADA, RESPECTO AL TOTAL DE SUS BIENES ADUDICADOS, RECIBIDOS, INSTALADOS Y OPERANDO A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, A TRAVES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME A TODO LO SEÑALADO EN EL ANEXO TECNICO Y LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES.
23687	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359880 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV.	359880	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA LAS DEMAS PARTIDAS QUE NO SEAN LAS NUMERO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43 O 49 NO SE REQUIERE PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE MANIFIESTE DE SU CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEXICANAS, NI DE LA HABILITACION SIN RESTRICCION DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM.	SE REITERA A LA LICITANTE QUE PARA LAS PARTIDAS QUE NO SEAN LAS NUMERO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43 O 49 NO SE REQUIERE PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE MANIFIESTE DE SU CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEXICANAS, NI DE LA HABILITACION SIN RESTRICCION DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23688	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359883 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359883	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE PAGA NO CONTRAVENIR AL ARTICULO 29 FRACCION V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, APENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPOS MEDICOS EN GENERAL YA QUE ESTOS TAMBIEN DEMUESTRAN LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL SOLICITAP ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO LIMITA DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACION, EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, Y TIENE POR OBJETO ASEGURAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL INSTITUTO DE ACUERDO AL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, APENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CAPITULO SEGUNDO. NUMERAL OCTAVO. ASI COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO C "RUBRO C" EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR".
23689	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359885 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359885	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TANTO PARA CONTRATOS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO SE NOS PERMITA PRESENTAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, FACTURAS, COMPROBANTES DE CAPACITACION, NOTAS DE REMISION, OFICIO DE CANCELACION DE LA AFIANZADORA U OFICIO DE LA AFIANZADORA DONDE MANIFIESTE QUE CONTAMOS CON LAS FIANZA Y QUE NO HEMOS TENIDO PROBLEMA ALGUNO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, YA QUE PAGA QUE LA AFIANZADORA PROVEA EL OFICIO DE CANCELACION DE FIANZA SE REQUIERE QUE HAYAN PASADO 3 AÑOS COMO MINIMO DESPUES DE HABER CELEBRADO EL CONTRATO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
23690	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359889 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359889	CON FORME AL NUMERAL 2B, FORMA DE ADJUDICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REAFIRME QUE SE FORMALIZARA UN CONTRATO POR CADA PARTIDA POR CADA CIDAD, O POR CADA PARTIDA EN CADA UMAE Y NO POR EL TOTAL DE LA CANTIDAD REQUERIDA POR PARTIDA	SE FORMALIZARA UN CONTRATO PARA CADA PARTIDA POR CADA CIDAD O UMAE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2B FORMA DE ADJUDICACION DE LA CONVOCATORIA
23691	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359890 LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359890	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI LA PENALIZACION APLICARA PARA LOS DOS SUPUESTOS EN FUNCION DE SI LA FIANZA QUE SE SOLICITA SERA INDIVIDUAL PARA CADA CONTRATO POR CIDAD O UMAE PARA TODA LA PARTIDA, O SI SOLO APLICARA EN CASO DE QUE LA FIANZA SEA PARA TODA LA PARTIDA FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO FORMALIZADO, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 2B DE LA CONVOCATORIA QUE SEÑALA QUE EL PROVEEDOR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; POR LO CUAL EN CASO DE ALGUNA PENALIZACION ESTA SERA APLICADA POR CONTRATO.
23692	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360462 LICITANTE CONFUT LIFE SA DE CV	360462	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PERSONAS EN DERECHO PRIVADO OCULTANDO DATOS SENSIBLES QUE PODRIAN VIOLAR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES FAVOR DE CONFIRMAR	SE CONFIRMA A LA LICITANTE QUE PODRA PRESENTAR CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PERSONAS EN DERECHO PRIVADO, Y SE ACLARA QUE SOLO SE PODRA OCULTAR INFORMACION RELATIVA A LOS PRECIOS, POR LO QUE QUEDA A RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VICENTE EN MATERIA DE DATOS PERSONALES.
23693	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360485 LICITANTE CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	360485	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO, SUBIR UNA SOLA VEZ LOS CONTRATOS REQUERIDOS EN LOS RUBROS C1 Y C2 PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON LAS PARTIDAS QUE RESPALDAN COLOCANDO LA INFORMACION COMPLETAMENTE CLARA Y PRECISA EN EL ANEXO 4.2, EN EL CASO DE PARTICIPAR CON 2 O MAS PARTIDAS, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA SOLICITANDO A LA LICITANTE QUE INDIQUE DE MANERA PUNTUAL EN CADA FOCUMENTO A QUE PARTIDA Y RUBRO HACE REFERENCIA, DEBIENDO REQUERIR EL ANEXO 4.2 RELACION DE DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA EVALUACION TECNICO ADMINISTRATIVA.

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-50-CYR-050CYR060-T-9-2023



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23694	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 360132 LICITANTE CIRKUMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV.	360132	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE REQUIERE UN CONTRATO POR AÑO, DENTRO DEL PERIODO 2018-2022, SIENDO EL MÁXIMO DE CONTRATOS REQUERIDOS PARA CADA PARTIDA 5 (CINCO). FAVOR DE CONFIRMAR.	PARA ACREDITAR EL SUBRUBRO DE EXPERIENCIA, EL NÚMERO MÍNIMO REQUERIDO DE CONTRATOS VIO PEQUEÑOS FORMALIZADOS ES DE III Y EL NÚMERO MÁXIMO ES DE (6). EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2018 AL 2022, SE ACLARA QUE LOS CONTRATOS VIO PEDIDOS DE UN MISMO AÑO NO ACUMULAN EXPERIENCIA, POR LO QUE EN CASO DE PRESENTAR 2 CONTRATOS DE UN MISMO AÑO, SOLO SE CONTABILIZARA PARA ESTE SUBRUBRO, UN SOLO AÑO, PARA ACREDITAR EL SUBRUBRO DE ESPECIALIDAD, EL NÚMERO MÍNIMO REQUERIDO DE CONTRATOS O PEDIDOS ES DE UNO (1) Y EL NÚMERO MÁXIMO ES DE TRES (3)
23695	DRATER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359679 LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	359679	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL DADO QUE CORRESPONDE AL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPÍTULO SEGUNDO, NÚMERAL OCTAVO, ASÍ COMO AL ANEXO DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO C, RUBRO C, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR.
23696	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ID 359679 LICITANTE DRACER MEDICAL MEXICO, SA DE CV	359679	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA DRACER MEDICAL MEXICO SA DE CV. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA CARTA COMPROMISO CONFORME AL ANEXO 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE SERÁ APLICABLE PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN DICHAS ADECUACIONES Y EN CASO DE QUE NO REQUIERAN SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA CARTA DE NO APLICA.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA CARTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA" SERÁ SOLICITADA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. REQUISITOS DE LOS BIENES EN LA COLUMNA DE INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN.
23995	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360529 DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	360529	ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTEADA POR SIEMENS, PARA GARANTIZAR LA SALIDA NOMINAL DEBEMOS CONSIDERAR EL KILO VOLTAJE DE 100 KV, QUE ES LO QUE SE ESTABLECE EN LA LITERATURA DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y TODO FABRICANTE LO MANEJA ASÍ, ES DECIR, LO ANTERIOR REPRESENTA LA SALUDA EN POTENCIA NOMINAL, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NÚMERAL 7.1.2 RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 130 KV O MAYOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDIENDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23997	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 359668 SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359668	ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR CON LAS CARACTERÍSTICAS, NOMENCLATURA O TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE COMO PUEDE SER EN LAS UNIDADES DE MEDIDA, TIEMPO, PRESIÓN Y FLUJO, ASÍ COMO EN ALCUNAS DESCRIPCIONES SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS SOLICITADOS EN EL PUNTO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA EL PUNTO 2133 14 BITS O MAYOR, DE LA PARTIDA NO. 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLORESCOPIA DIGITAL, CON TELEMANEJO, PODREMOS REFERENCIARLO COMO 1677 MILLONES DE COLORES O MAYOR, YA QUE COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 1113 DE LA MISMA PARTIDA, YA QUE AMBOS PUNTOS HACEN REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA DE MONITORES ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR 1677 MILLONES DE COLORES O MAYOR, COMO OPCION PARA LOS NUMERALES 1113, 14 BITS O MAYOR O 16 MILLONES DE COLORES O MAYOR Y PARA EL NUMERAL 2133 14 BITS O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23998	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID:361491, SUMINISTRO PARA USD MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	361491	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE RECONSIDERE LA RESPUESTA, YA QUE EL EQUIPO TELEMANDO CON GENERADOR DE 80KW REQUIERE UNA POTENCIA DIFERENTE A UN EQUIPO DE COMPUTO. ¿POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA UNIDAD DE ENERGIA INTERRUMPIBLE UPS DE 5 MINUTOS PARA TODO EL EQUIPO OTRO UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE ADQUISICION Y OTRO UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE TRABAJO O POSTPROCESO. ADICIONAL A QUE TODOS UPS SE INSTALAN EN SITIOS DIFERENTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR UNA UNIDAD DE ENERGIA INTERRUMPIBLE UPS DE 5 MINUTOS PARA TODO EL EQUIPO A PLENA CARGA, OTRA UPS DE 5 MINUTOS RESPONDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE TRABAJO O POSTPROCESO (INCLUIR MARCA Y MODELO DE CADA UPS) COMO OPCION PARA EL NUMERAL "23 UNIDAD DE ENERGIA INTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 5 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE FLUOROSCOPIA Y LAS ESTACIONES O CONSOLAS DE CONTROL Y DE TRABAJO (INCLUIR MARCA Y MODELO), SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23999	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID:360527 DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	360527	LA RESPUESTA PLANTEADA POR LA CONVOCANTE IMPLICA ADECUACIONES Y OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SALAS DE RADIOLOGIA Y FLUOROSCOPIA, Y NO COINCIDE CON EL ESTUDIO DE MERCADO QUE REALIZO PREVIAMENTE EL INSTITUTO PARA PUBLICAR ESTA LICITACION, POR LO QUE LOS COSTOS QUE IMPLICAN ESTOS NUEVOS REQUISITOS SE ELEVARAN EN FORMA CONSIDERABLE EN COMPARACION CON LOS PRECIOS DEL ESTUDIO DE MERCADO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LAS ADECUACIONES SEAN EXCLUSIVAMENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.
24000	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID:380527 DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	360527	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS ADECUACIONES A LAS SALAS DE RADIOLOGIA Y FLUOROSCOPIA SEAN DENTRO DE LAS MISMAS Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, YA QUE LOS NUEVOS REQUISITOS QUE SE ESTAN SOLICITANDO EN ESTA RESPUESTA IMPLICA UN INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS EQUIPOS ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.
24001	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID:380527 DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	360527	ENTENDIENDO QUE LAS ADECUACIONES A REALIZAR DEBAN SER LAS NECESARIAS QUE GARANTICEN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.


ID de la pregunta	Licitante	referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24002	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360105 DE RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	360105	ENTENDEMOS QUE EL MATERIAL QUE SE REQUIERA Y QUE SEA NECESARIO PARA EL ENBALAJE Y EMPAQUE DE LOS EQUIPOS A DESINSTALAR LOS DETERMINARA Y PROVEERA EL PROVEEDOR ADJUDICADOR, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO. PERSONAL CORRESPONDIENTE A CADA UNIDAD MEDICA DESIGNARA UN LUGAR DENTRO DE LA MISMA UNIDAD MEDICA PARA COLOCAR EL EQUIPO DESINSTALADO, QUE DEBERA ESTAR EMBALADO ADECUADAMENTE POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO CON MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL MISMO PROVEEDOR Y LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD MEDICA PROCEDERAN A SU BAJA DEFINITIVA, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES ADICIONALMENTE DEBERAN PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EL ANEXO NO. 49 "FORMATO DE CARTA RELATIVO A INSTALACION/DESINSTALACION Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS" RELATIVO A LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MEDICA QUE CORRESPONDA PARA LA ADECUADA INSTALACION DEL EQUIPO MEDICO QUE GARANTICE SU CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
24003	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360107 DE RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	360107	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE LA MEMORIA ANALITICA Y LOS LEVANTAMIENTOS DE NIVELES DEBERAN REALIZARSE UNA VEZ QUE EL EQUIPO ADJUDICADO SE ENCUENTRE INSTALADO Y LISTO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS FISICOS CORRESPONDIENTES AL BIENAJE RADIOLOGICO, ¿ES ESTO CORRECTO?	SE PRECISA QUE LOS CALCULOS DE MEMORIAS ANALITICAS Y LEVANTAMIENTO DE NIVELES CALCULO ESTRUCTURAL EN EL AREA DE IMAGEN DE CADA UNIDAD MEDICA. PARA GARANTIZAR QUE LA ESTRUCTURA SOPORTE EL PESO DEL EQUIPO A INSTALARSE SERA REALIZADO A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA. CONSIDERANDO QUE EL PROVEEDOR DEBE: CUBRIR TOLCOS, LOS GASTOS PARA MANTENER ASEGURADOS LOS BIENES Y ABSORBER TODOS LOS RIESGOS, HASTA LA RECEPCION DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO Y EN OPERACION. LA PRESENTACION DE LAS GUIAS MECANICAS NO SON UN REQUISITO SOLICITADO PARA LA EVALUACION TECNICA DE PROPOSICIONES EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. NO OBTIENDE AQUELLOS PROVEEDORES ADJUDICADOS QUE SU EQUIPO REQUIERA DE GUIAS MECANICAS PARA SU INSTALACION, ASI COMO MEMORIAS ANALITICAS, ASI COMO DEMIAS DOCUMENTACION, DEBERAN PRESENTARLA A TRAVES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
24004	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360112 DE RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	360112	ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES A REALIZAR DEBAN SER LAS NECESARIAS QUE GARANTICEN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿ES ESTO CORRECTO?	SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS EN SU CASO.
24005	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360168 DE ELECTRONICA Y MEDICINA SA	360168	EN RELACION A LAS PARTIDAS 13 Y 14, SOLICITAMOS QUE SE FIRMEN LAS CONSTANTAS Y SE ENTREGA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DE LOS EQUIPOS Y A ENTERA SATISFACCION DE INSTITUTO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTA LICITACION Y EN CASO DE QUE LAS UNIDADES MEDICAS CUENTEN CON UN SISTEMA DE DIGITALIZACION RIS-PACS, EL ENLACE AL SISTEMA SE REALIZARA POSTERIORMENTE. EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA LLEVAR A CABO ESTAS COMUNICACIONES ENTRE LOS EQUIPOS ADJUDICADOS Y LOS SISTEMAS RIS-PACS SE REQUIERE LA PRESENCIA TANTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO COMO DE LA EMPRESA PROVEEDORA DEL SISTEMA RIS-PACS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICION?	NO SE ACEPTA SU PROPOSICION, SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ATENDER LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA CONFIGURACION DEL EQUIPO CON EL SISTEMA DE DIGITALIZACION RIS-PACS, POR LO QUE DEBERA COORDINARSE CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA REALIZAR LAS ACCIONES PREVIO A LA ENTREGA DEL BIEN A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24006	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360189 DE ELECTRONICA Y MEDICINA SA	360189	SOLICITAMOS SE RECONSIDERE LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, YA QUE EL SUMINISTRO DE VOLTAJE A TODAS LAS AREAS HOSPITALARIAS INCLUYENDO LAS SALAS DE RADIOLOGIA Y FLUOROSCOPIA DEPENDEN TOTALMENTE DE LA INSTITUCION; Y NOSOTROS COMO PROVEEDORES TENEMOS LA LABOR DE HACER LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA ESTABLECER EL VOLTAJE CORRECTO DENTRO DE LAS SALAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS; POR LO QUE SOLICITAMOS POR PARTE DE LAS UNIDADES MEDICAS QUE SE PROPORCIONE EL QUE EN ESE MOMENTO SE ESTE PROPORCIONANDO; ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS. TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.
24007	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360172 DE ELECTRONICA Y MEDICINA SA	360172	ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES A REALIZAR DEBAN SER LAS NECESARIAS QUE GARANTICEN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿ES ESTO CORRECTO?	SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS. TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.
24008	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360184 DE ELECTRONICA Y MEDICINA SA	360184	ENTENDEMOS QUE EL NUEVO PLAZO DE ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO SERA DE 100 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. POR LO QUE SOLICITAMOS SE OTORQUE UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS NATURALES ADICIONALES PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LA MEMORIA ANALITICA YA QUE EL LEVANTAMIENTO DE NIVELES SE LLEVA A CABO HASTA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE INSTALADO, Y LISTO PARA SER UTILIZADO POR EL AREA USUARIA, ¿SE ACEPTA?	SE REFERE A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, PODRA EXTENDERSE UNICAMENTE A 100 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. DICHO PLAZO NO PUEDE SER AMPLIADO TERCERA VEZ LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO OBEDECE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y EL PAGO DE LOS BIENES DEBE HACERSE EN ESTE AÑO YA QUE PARA REALIZAR EL TRAMITE DEL PAGO DEBE LLEVARSE A CABO LA ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO ACORDE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTA DE ACLARACIONES
24009	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 361504 AL 361514 DE SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	361504	ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES A REALIZAR DEBAN SER LAS NECESARIAS QUE GARANTICEN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO. SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS. TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)


ID de la pregunta	Licitante	Referencia, e la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
2400	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ID 360766 AL 360772 DE SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	360766	¿SE ACEPTA QUE LAS ADECUACIONES A REALIZAR DEBAN SER LAS NECESARIAS ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES A REALIZAR DEBAN SER LAS NECESARIAS QUE GARANTICEN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACIÓN DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS EN SU CASO.
23639	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360766, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360766	CONSIDERANDO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO UNA PIEZA, SE POTENCIALIZA EL RIESGO POR EXTRAVÍO O DETERIORE POR USO DERIVANDO EN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN EN PACIENTE CRÍTICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 282 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE/LA CARACTERÍSTICA", "JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS REUSABLES", PARA LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (CINCO CAMAS)", ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENIDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23640	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360769, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360769	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCION DE OFERTAR CONEXION VIA ALAMBERICA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISION DE DATOS CLINICOS EVITANDO EXISTAN PERDIDAS DE INFORMACION, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACION INALAMBERICA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCION DE LOS DATOS CLINICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRITICO PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBERICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (CINCO CAMAS)", ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23641	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360772, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360772	CONSIDERANDO QUE EN ESTE PUNTO SE REQUIEREN CINCO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA EEG, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA, OFERTAR SÓLO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE LOS PACIENTES CRÍTICOS Y RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS SUMADO A QUE LOS ELECTRODOS DE COPA REUSABLES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 282, SE PUEDEN EXTRAVIAR O DETERIORAR, IMPIDIENDO LA MONITORIZACION DEL PACIENTE GRAVE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 282 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (CINCO CAMAS)", ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23642	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360781, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360781	CONSIDERANDO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO UNA PIEZA, SE POTENCIALIZA EL RIESGO POR EXTRAVÍO O DETERIORE POR USO DERIVANDO EN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN EN PACIENTE CRÍTICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 282 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE/LA CARACTERÍSTICA", "JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS REUSABLES", PARA LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (SIETE CAMAS)", ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENIDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.





"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23643	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360784, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360784	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCIÓN DE OFERTAR CONEXIÓN VIA ALAMBRIKA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CLÍNICOS EVITANDO EXISTAN PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACIÓN INALAMBRIKA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS DATOS CLÍNICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRÍTICO, PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD; FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.8.3 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALAMBRIKA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR". FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (SIETE CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23644	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360787, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360787	CONSIDERANDO QUE EN ESTE PUNTO SE REQUIEREN CINCO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA EEG, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA, OFERTAR SOLO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE LOS PACIENTES CRITICOS Y RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS SUMADO A QUE LOS ELECTRODOS DE COPA REUSABLES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.8.2 SE PUEDEN EXTRAJAR O DETERIORAR, IMPIDIENDO LA MONITORIZACION DEL PACIENTE GRAVE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.8.2 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE", LA CARACTERÍSTICA "JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS REUSABLES" PARA LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
23645	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360796, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360796	CONSIDERANDO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, UNA PIEZA, SE POTENCIALIZA EL RIESGO POR EXTRAJER O DETERIORE POR USO DERIVANDO EN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN EN PACIENTE CRITICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.8.2 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE", LA CARACTERÍSTICA "JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS REUSABLES" PARA LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
23646	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360799, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360799	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCIÓN DE OFERTAR CONEXIÓN VIA ALAMBRIKA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CLÍNICOS EVITANDO EXISTAN PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACIÓN INALAMBRIKA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS DATOS CLÍNICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRÍTICO, PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD; FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.8.3 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALAMBRIKA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR". FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23647	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360802, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360802	CONSIDERANDO QUE EN ESTE PUNTO SE REQUIEREN CINCO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA EEG, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA, OFERTAR SOLO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE LOS PACIENTES CRITICOS Y RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS SUMADO A QUE LOS ELECTRODOS DE COPA REUSABLES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.8.2 SE PUEDEN EXTRAJAR O DETERIORAR, IMPIDIENDO LA MONITORIZACION DEL PACIENTE GRAVE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.8.3 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE", CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23648	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360811, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360811	CONSIDERANDO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, SE POTENCIALIZA EL RIESGO POR EXTRAVÍO O DETERIORE POR USO DERIVANDO EN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN EN PACIENTE CRÍTICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 282 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE" LA CARACTERÍSTICA " JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS REUSABLES" PARA LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENIDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO". DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23649	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360814, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360814	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCION DE OFERTAR CONEXION VIA ALAMBIRICA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISION DE DATOS CLINICOS EVITANDO EXISTAN PERDIDAS DE INFORMACION, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACION INALAMBIRICA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCION DE LOS DATOS CLINICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRITICO, PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBIRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE), CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS) ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
23650	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360826, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360826	CONSIDERANDO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO UNA PIEZA, SE POTENCIALIZA EL RIESGO POR EXTRAVÍO O DETERIORE POR USO DERIVANDO EN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN EN PACIENTE CRÍTICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 282 " DOS JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE" LA CARACTERÍSTICA " JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE COPA PRECABLEADOS REUSABLES" PARA LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENIDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO". DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23651	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360829, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360829	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCION DE OFERTAR CONEXION VIA ALAMBIRICA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISION DE DATOS CLINICOS EVITANDO EXISTAN PERDIDAS DE INFORMACION, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACION INALAMBIRICA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCION DE LOS DATOS CLINICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRITICO, PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 213 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBIRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE), CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23652	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360832, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360832	CONSIDERANDO QUE EN ESTE PUNTO SE REQUIEREN CINCO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA EEG, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA, OFERTAR SOLO JUEGOS DE ELECTRODOS DESECHABLES, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE LOS PACIENTES CRÍTICOS Y RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS SUMADO A QUE LOS ELECTRODOS DE COPA REUSABLES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 282 SE PUEDEN EXTRAVIAR O DETERIORAR, IMPIDIENDO LA MONITORIZACION DEL PACIENTE GRAVE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 282 "JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO, INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE" CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-S0-GYR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pre-cuota	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23655	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360834, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360834	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCIÓN DE OFERTAR CONEXIÓN VIA ALAMBERICA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CLÍNICOS EVITANDO EXISTAN PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACIÓN INALAMBERICA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS DATOS CLÍNICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRÍTICO. PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 113 "CON CONEXIÓN A RED QUE INCLUYA LA COMUNICACIÓN POR VIA INALAMBERICA ENTRE MONITORES DE CABECERA (MONITOR-MONITOR/MONITOR), CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 36 (MONITOR DE SIGNOS VITALES, IDE TERAPIA INTENSIVA)". ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23654	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 360840, FORMULADA POR GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360840	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA OPCIÓN DE OFERTAR CONEXIÓN VIA ALAMBERICA MISMA QUE ASEGURA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CLÍNICOS EVITANDO EXISTAN PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN, POR LAS BANDAS A LAS QUE TRABAJA LA COMUNICACIÓN INALAMBERICA, DANDO COMO RESULTADO INTERMITENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS DATOS CLÍNICOS DE RELEVANCIA PARA EL PACIENTE CRÍTICO. PROVENIENTES DE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 28 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN INALAMBERICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE), CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 36 "MONITOR DE SIGNOS VITALES, IDE TERAPIA INTENSIVA)". ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23873	GRUPO EOLICA SA DE CV	361007	361007	DADA LA RESPUESTA AL PROVEEDOR CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, PAGINA 377 DE LA CORRESPONDIENTE JUNTA DE ACLARACIONES, ES CORRECTO REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO UNA FUNCIÓN QUE PUEDA ADAPTARSE AUTOMÁTICAMENTE A LAS FUGAS DEL SISTEMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLAMA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLIAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONSERVANCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO. DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO" TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
23874	GRUPO EOLICA SA DE CV	361021	361021	DADA LA RESPUESTA AL PROVEEDOR CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, PAGINA 380 DE LA CORRESPONDIENTE JUNTA DE ACLARACIONES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PRESIÓN DEL SONIDO DE 43 DB YA QUE ES SIMILAR A LA PETICIÓN QUE HACE EL LICITANTE CIRKLOMED	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE LA PREGUNTA 361021 DE LA EMPRESA, CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, SA, DE CV, A LA QUE HACE REFERENCIA, ES RELATIVA AL NUMERAL 26 "UN (1) SENSOR DE TEMPERATURA DUAL ADICIONAL, PARA EL HUMIDIFICADOR, INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATA-LOGO", POR LO QUE NO SE RELACIONA CON SU PRESENTE CUESTIONAMIENTO.
23875	GRUPO EOLICA SA DE CV	360335	360335	SE CUENTA COMO TECNOLOGIA SUPERIOR PODER OFERTAR HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO, SIN SENSOR DE TEMPERATURA DUAL, QUE FUNCIONA CON TODO TIPO DE PACIENTES EN MODOS INVASIVOS, NO INVASIVOS, Y CIRCUITOS QUE NO REQUIEREN SENSORES EXTERNOS DE TEMPERATURA, YA ESTÁN INTEGRADOS EN LA PARTE PROXIMAL Y DISTAL DE LOS CIRCUITOS	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 178 (HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110 V +/- 10%, PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL, CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA PACIENTE NEONATAL, CON Y SUS SUBNUMERALES 17.81 AL 17.81.7 DE LA PARTIDA 36 "VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA)
23876	GRUPO EOLICA SA DE CV	359755	359755	DADA LA RESPUESTA AL PROVEEDOR SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV, PAGINA 123 DE LA CORRESPONDIENTE JUNTA DE ACLARACIONES SOLICITAMOS PODER OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR, YA QUE EL SENSOR DE TEMPERATURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS CIRCUITOS DE PACIENTE POR LO QUE NO NECESITA CABLES EXTERNOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. PARA LA PARTIDA 53 VENTILADOR NO INVASIVO NEONATAL, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "QUE EL SENSOR DE TEMPERATURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS CIRCUITOS DE PACIENTE" POR LO QUE NO NECESITA CABLES EXTERNOS". TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTÁ DESCRITO EN LOS NUMERALES 17.61 AL 17.61.43, ENTRE ELLOS EL NUMERAL 17.63 CON SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON O SIN CIRCUITOS ALAMBRAADOS, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONSERVANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23877	GRUPO EOLICA SA DE CV	359720	359720	DADA LA RESPUESTA AL PROVEEDOR SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE PERMITE OFERTAR 10 SENSORES DESECHABLES COMO EQUIVALENTE AL REUSABLE.	SE ACEPTA OFERTAR 10 SENSORES DESECHABLES COMO EQUIVALENTE AL REUSABLE, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 28 DOS (2) SENSORES DE FLUJO PROXIMALES PARA PACIENTE NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGIA LO REQUIERA, INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL, TODA VEZ QUE SEAN 10 SENSORES DE FLUJO DESECHABLES POR CADA SENSOR DE FLUJO REUSABLE HACIENDO UN TOTAL DE 20 SENSORES DE FLUJO, EN EL NUMERAL 28, PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23878	GRUPO EOLICA SA DE CV	360325	360325	DADA LA RESPUESTA AL PROVEEDOR MINARIC SA DE CV, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA OFERTAR HUMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO DE LA MISMA DEL VENTILADOR.	SE ACEPTA OFERTAR HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO DE LA MISMA MARCA DEL VENTILADOR, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 178 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 70 Y +/- 10%, PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA PACIENTE NEONATAL CON: DE LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23881	GRUPO REINET SA DE CV	363348	363348	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 363348 GRUPO REINET SA DE CV PREGUNTA: DERIVADO DE LA RESPUESTA, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE GRABAR Y ALMACENAR EN CD, DVD Y USB CON FORMATO DICOM Y QUE ESTAS PUEDEN SER VISTAS EN EL EQUIPO, ESTACIONES DE TRABAJO O COMPUTADORAS, CON FORMATO DICOM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE REITERA LA RESPUESTA SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB, INCLUYENDO EL VISOR DICOM, CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO, EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISION POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS COMO DVD Y USB DONDE SE ALMACENARON LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM. EL VISOR DICOM DEBE ESTAR ESPECIFICADO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO Y CUMPLIR CON LAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS RESULTADOS GENERADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
23882	GRUPO REINET SA DE CV	354657	354657	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 354657 DE TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE ESTA RESPUESTA HACE REFERENCIA A QUE EL UPS A OFERTAR PUEDE SER INTERNO O EXTERNO AL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTO SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 21 UPS DE DOBLE CONVERSION CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 15 MINUTOS, INCLUIR MARCA Y MODELO, COMO OPCION 21 UPS DE DOBLE CONVERSION CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 15 MINUTOS O MAYOR, INTERNO INCLUIR MARCA Y MODELO SI ES EXTERNO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.



GOBIERNO DE MEXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-50-CYR-050CYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24023	GRUPO REINETS SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 361351 DE GRUPO REINETS SA DE CV	361351	PREGUNTA: DERIVADO DE LA RESPUESTA ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE GRABAR Y ALMACENAR EN CD, DVD Y USB CON FORMATO DICOM Y QUE ESTAS PUEDEN SER VISTAS EN EL EQUIPO ESTACIONES DE TRABAJO O COMPUTADORAS CON FORMATO DICOM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE RETIENE LA RESPUESTA. SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB, INCLUYENDO EL VISOR DICOM, CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO, EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISION POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS COMO DVD Y USB DONDE SE ALMACENARON LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM. EL VISOR DICOM DEBE ESTAR ESPECIFICADO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL, OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO Y CUMPLIR CON LAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS RESULTADOS GENERADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
24024	GRUPO REINETS SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 361356 DE GRUPO REINETS SA DE CV	361356	PREGUNTA: DERIVADO DE LA RESPUESTA ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE GRABAR Y ALMACENAR EN CD, DVD Y USB CON FORMATO DICOM Y QUE ESTAS PUEDEN SER VISTAS EN EL EQUIPO ESTACIONES DE TRABAJO O COMPUTADORAS CON FORMATO DICOM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE RETIENE LA RESPUESTA. SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB, INCLUYENDO EL VISOR DICOM, CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO, EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISION POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS COMO DVD Y USB DONDE SE ALMACENARON LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM. EL VISOR DICOM DEBE ESTAR ESPECIFICADO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL, OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO Y CUMPLIR CON LAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS RESULTADOS GENERADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
24025	GRUPO REINETS SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 361338 INSTRUMENTARIUM SA DE CV	361338	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS RESPETUOSA PRECONSIDERAR ESTA RESPUESTA DEBIENDO CONSIDERAR LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRAULICA (POR MEDIO DE BOMBEO) PARA EVITAR INTERRUPTIR EL PROCESO QUIRURGICO QUE SE ESTE REALIZANDO POR SOBRECARGAS DE UN MAL SUMINISTRO ELECTRICO Y QUE PUEDA VERSE AFECTADO EL SISTEMA ELECTRONICO DEL EQUIPO.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE CON RESPECTO A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 361338 SE HIZO LA ACLARACION QUE LO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 56 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGIA) EN LOS NUMERALES IIIA Y IIIA1 ES "114 SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, VIGI Y TITAI SISTEMA DE EMERGENCIA POR FORMA HIDRAULICA (POR MEDIO DE BOMBEO) PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERIAS, FALLO ELECTRICO Y/O EL CONTROL DE MANO". POR LO TANTO LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR UNA MESA QUIRURGICA CON ALGUNO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA SOLICITADOS, YA SEA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA O POR FORMA HIDRAULICA, ASI MISMO, SE PUEDE OFERTAR AMBOS SISTEMAS ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
24026	GRUPO REINETS SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 361335 DE INSTRUMENTARIUM SA DE CV	361335	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UNA MESA QUIRURGICA, DE SECCIONES EN EL PUNTO IIII (CABEZA, DORSO, ELVADOR DE LA REGION LUMBAR, PELVIS Y MIEMBROS INFERIORES EN PLACAS INDEPENDIENTES) EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA DOS POSICIONES: NEFRECTOMIA Y NAVAJA SEVILLANA TAMBIEN LLAMADO MPASKE O PLEVI PARA TENER MAS OPCIONES DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO PARA LOS NUMERALES IIII.3 CON ELVADOR DE LA REGION LUMBAR O DE SECCION CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMIA Y TIT23 QUE PERMITA DAR LA POSICION DE MPASKE O DE NAVAJA SEVILLANA; DE LA PARTIDA 56 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGIA) ES QUE LOS LICITANTES OFERTEN UN BIEN QUE TENGA LA CAPACIDAD DE REALIZAR LAS DOS POSICIONES.



GOBIERNO DE MEXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta, a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24027	GRUPO REINET SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 361505 DE SU MINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	361505	PREGUNTA ENTENDEMOS QUE EN LA ADECUACION DEL SITIO AL PROVEEDOR ADJUDICADO NO NECESARIAMENTE TENDRA QUE REEMPLAZAR TODO EN CASO DE PUERTAS, PISO Y BARRIADOS DE NO REQUERIRSE SE PODRA EVALUAR DE FORMA REGULATRIA QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS CONDICIONES OPTIMAS DE INSTALACION ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SE PRECISA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR ELLO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA REALIZACION DE VISITAS OPCIONALES A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS EN SU CASO.
24028	GRUPO REINET SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 354669 DE EQUIPOS SA DE CV	354669	CON RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE SE INFORMA A LA MISMA QUE DADO QUE LOS INSUMOS COMO CD, DVD, USB NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO NI SE ENCUENTRAN TAL CUAL EN LA LISTA DE INSUMOS DE BAJA RIESGO, LOS FABRICANTE DE LOS MISMOS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES NO SE CERTIFICAN EXCLUSIVAMENTE POR ESOS INSUMOS, POR LO TANTO, SOLICITAMOS QUE PARA ESTOS CASOS EN PARTICULAR, SEA OPCIONAL LA PRESENTACION DE CERTIFICADOS DE CAUDAS ¿SE ACEPTA?	ATENDIENDO SU SOLICITUD, SE ACEPTA NO INTEGRAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN SU PROPOSTA TECNICA PARA EL CD, DVD, USB
24029	GRUPO REINET SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 359762 DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	359762	EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PERMITIRA EL USO DE CARTAS DE FABRICANTE, PARA PODER REFERIR ALGUNA ESPECIFICACION QUE EN LOS DEMAS DOCUMENTOS NO PUEDAN SER MOSTRADA COMO SE PLANTEA EN LA PREGUNTA DEL LICITANTE, FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PERMITA EL USO DE CARTAS DEL FABRICANTE PARA PODER REFERIR ALGUNA ESPECIFICACION QUE CON LOS DEMAS DOCUMENTOS NO PUEDA SER MOSTRADA COMO SE PLANTEA EN LA PREGUNTA NUMERO 359762 DEL LICITANTE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV ADICIONALMENTE SE PRECISA Y RECTIFICA QUE PARA LA EVALUACION TECNICA, LAS CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD O CARTAS DEL FABRICANTE EN DONDE SE INDIQUE QUE CUMPLE CON CARACTERISTICAS TECNICAS NO SON ACEPTADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA YA QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA EN INCISO C) MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES, EVALUACION TECNICA MEDICA, SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "A. SE VERIFICARA LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE, INDICADA EN LA "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4)), Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL CON LOS ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPOSTA TECNICA". POR LO QUE LOS LICITANTES PODRAN ADJUNTAR IMAGENES, FOTOGRAFIAS O DEMAS MATERIAL QUE LES PERMITA CORROBORAR LA CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" Y LA "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4)) ENTREGADA POR EL LICITANTE. ES INDISPENSABLE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE PERMITA CORROBORAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
24030	GRUPO REINET SA DE CV	CON RESPECTO A LA RESPUESTA 379890 DE DRAGUER MEDICAL MEXICO SA DE CV	379890	EN RELACION A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS ACLARA LA MISMA YA QUE NO SE DA UNA RESPUESTA FORMAL AL CUESTIONAMIENTO PLANTEADO FAVOR DE ACLARAR	SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO FORMALIZADO, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 21) DE LA CONVOCATORIA QUE SEÑALA QUE EL PROVEEDOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, POR LO CUAL EN CASO DE ALGUNA PENALIZACION ESTA SERA APLICADA POR CONTRATO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23602	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 357610	357610	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO NUESTRA SOLICITUD SE SUSTENTA QUE SON MUY POCAS LAS VECES QUE ESTA MONITORIA SE UTILIZA. DEBIDO A QUE ESTA TECNOLOGIA REQUIERE DE UN CATERFER DE UN UNICO USO POR PACIENTE Y CUYO COSTO ES SIGNIFICATIVAMENTE ALTO. EN LA ACTUALIDAD LOS EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA SON CAPECES DE MEDIR UN VERDADERO PEEP INTRINSECO/AUTO PEEP QUE SUPLEN ESTE REQUERIMIENTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO. CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 7.5.1 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOPAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDY. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23603	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 359889	359889	SE SOLICITA AMBLEMENTE AL CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL. NUESTRA SOLICITUD SE SUSTENTA QUE SON MUY POCAS LAS VECES QUE ESTA MONITORIA SE UTILIZA DEBIDO A QUE ESTA-CIT36 TECNOLOGIA REQUIERE DE UN CATERFER DE UN UNICO USO POR PACIENTE Y CUYO COSTO ES SIGNIFICATIVAMENTE ALTO. EN LA ACTUALIDAD LOS EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA SON CAPECES DE MEDIR UN VERDADERO PEEP INTRINSECO/AUTO PEEP QUE SUPLEN ESTE REQUERIMIENTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 7.5.2 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOPAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDY. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23604	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 359653	359653	CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA AL LICITANTE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV SE ACEPTA REFERIR "BATERIA CASH DESCARGADA" COMO OPCION PARA CUIDADOS INTENSIVOS. PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". SOLICITAMOS PODER OFERTAR TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA MENOR A 10 HORAS, CONSIDERANDO QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA QUE TODO EL TIEMPO DEBE DE PERMANECER CONECTADO Y UNICAMENTE SE UTILIZARA PARA TRASLADOS Y NO LIMITAR SU TIEMPO DE RECARGA EN HORAS, DEBIDO A QUE TODOS LOS FABRICANTES MANEJAN DIFERENTES TECNOLOGIAS Y/O DIFERENTES TIEMPOS DE RECARGA PERMITIENDO ASI UNA PLURALIDAD DE DIFERENTES Y UNA LIBRE PARTICIPACION, Y CONSIDERAR EL TIEMPO DE SOPORTE DE BATERIA A MINIMO 4 HORAS ¿SE ACEPTA?	SI SU PREGUNTA SE REFIERE A LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, SE ACEPTA OFERTAR TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA MENOR A 10 HORAS COMO CARACTERISTICA ADICIONAL EN LA OFERTA TECNICA DE LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23605	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 359938	359938	DE ACUERDO A LA RESPUESTA PARA EL LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV PUNTO 7.4.5 NCPAP (CPAP MASAL) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA NCPAP O MODO ESPONTANEO CPAP SOLICITAMOS ATENTAMENTE AL CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA CARACTERISTICA TECNICA (NCPAP) DEBE ESTAR INCLUIDA COMO MODO VENTILATORIOS PROPIO DEL VENTILADOR, Y SE PERMITA NUESTRA SOLICITUD SE SUSTENTE EN QUE TENIENDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS DE MANEJO DINAMICO VENTILATORIO, APROBADOS Y DIFUNDIDOS POR LOS NEONATOLÓGOS, ESTE MODO NCPAP SIEMPRE ES MANEJADO CON EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONAN MAYOR CONTROL, SEGURIDAD, Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES. PREMATUROS NEONATALES EN COSIDERACION A LO ANTERIOR SOLICITAMOS ELIMINAR EL PUNTO 7.4.5 Y SE ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE CPAP CONVENCIONAL EN EL MODO NEONATAL	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, (3.3) RESPECTO A LA CARACTERISTICA "SOLICITAMOS ELIMINAR EL PUNTO 7.4.5 Y SE ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE CPAP CONVENCIONAL EN EL MODO NEONATAL", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 7.4.5 NCPAP (CPAP MASAL), LO CUAL SE REFIERE A QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERA CONTAR CON LA FUNCION DE CPAP MASAL, SIN EQUIPOS EXTERNOS, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-50-CVR-050CVR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23606	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 359950	359950	RESPECTUOSAMENTE SOLICITAMOS AL CONVOCANTE EL PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FUJO RESPIRATORIO PICO, EL CUAL REFLEJA EL ESTADO DINAMICO DEL PARENQUIMA PULMONAR REAL DEL PACIENTE RESPIRACION Y EN SUS ESFUERZOS INSPIRATORIOS Y ESPRATORIOS QUE SON COMPLEMENTADOS ADICIONALMENTE CON LA MONITORIA CONTINUA DE WOB, RIBB, C EST, C DIN, RESISTENCIAS Y CONSUMO DE O2, QUE REFLEJAN UN VERDADERO PARAMETRO DEL ESTADO ACTUAL DE LA DINAMICA DEL PARENQUIMA PULMONAR Y ESTADO MECANICOVENTILATORIO DEL PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FUJO RESPIRATORIO PICO", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 15.16 "CALCULO DE INDICE DE NEGATIVA INPI) O PRODUCTO PRESION TIEMPO (PTP)", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23607	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 359965	359965	RESPECTUOSAMENTE SOLICITAMOS AL CONVOCANTE EL PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FUJO RESPIRATORIO PICO, EL CUAL REFLEJA EL ESTADO DINAMICO DEL PARENQUIMA PULMONAR REAL DEL PACIENTE RESPIRACION Y EN SUS ESFUERZOS INSPIRATORIOS Y ESPRATORIOS QUE SON COMPLEMENTADOS ADICIONALMENTE CON LA MONITORIA CONTINUA DE WOB, RIBB, C EST, C DIN, RESISTENCIAS Y CONSUMO DE O2, QUE REFLEJAN UN VERDADERO PARAMETRO DEL ESTADO ACTUAL DE LA DINAMICA DEL PARENQUIMA PULMONAR Y ESTADO MECANICOVENTILATORIO DEL PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FUJO RESPIRATORIO PICO", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 15.16 "CALCULO DE INDICE DE NEGATIVA INPI) O PRODUCTO PRESION TIEMPO (PTP)", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23608	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 360403	360403	CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA PARA LA LICITANTE MINARIC SA DE CV SOLICITAMOS AL CONVOCANTE EL PERMITIR OFERTAR LA LECTURA DE FUGA DEL VOLUMEN EN %.	SE ACEPTA OFERTAR LA LECTURA DE FUGA DEL VOLUMEN EN %, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 18.5 CON SISTEMA DE COMPENSACION AUTOMATICA DE FUGAS INDICAR PORCENTAJE DE COMPENSACION O SU EQUIVALENTE EN LITROS DEL VOLUMEN DE FUGA DURANTE LA VENTILACION DE LA PARTIDA 52 VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23609	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 360956	360956	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONTEMPLE EL CONGELAMIENTO DE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR SOBRE EL LAZO VIO BYCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE EL LAZO VIO BYCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE LA CURVA Y DE ITUAL MANERA CONSIDERAR QUE ESTE PARAMETRO SE PUEDE SUPPLIR CON EL CALCULO VIO MEDICION REAL DEL AUTOPEEPY PEEP INTRINSICO QUE ESTAN A DISPOSICION EN LOS EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA PERMITIENDO AL USUARIO UNA MEDICION REAL DURANTE LA RESPIRACION SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR MANIOBRAS ADICIONALES BAJO SEDACION QUE PUDIERAN COMPROMETER LA RESPIRACION ESPONTANEA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONTEMPLE EL CONGELAMIENTO DE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR SOBRE EL LAZO VIO BYCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR PARA EL NUMERAL 15.20 CALCULO O MEDICION DE PUNTOS DE INFLACION EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESION DE LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.



LA-50-GYR-050GVR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23610	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 360941	360941	PREGUNTA 360941	RESPUESTA 360941
23611	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 361007	361007	PREGUNTA 361007	RESPUESTA 361007
23612	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 361387	361387	PREGUNTA 361387	RESPUESTA 361387
23613	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 359785	359785	PREGUNTA 359785	RESPUESTA 359785

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23614	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 3598785	3598785	<p>ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE SE EVALUARA QUE EL EQUIPO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y NO SERA NECESARIO LLEVAR LA TOTALIDAD DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA PARA LA MISMA.</p> <p>ES CORRECTO</p>	<p>SE ACLARA QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACION; LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZA CON BASE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NUMERALES ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DEL BIEN OFERTADO, POR LO QUE SE EVALÚA LA CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" CON LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO Y LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFAS, IMAGENES, INSTRUTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PERMITIRAN CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL DEL BIEN OFERTADO, POR LO ANTES MENCIONADO LA EVALUACION TECNICA VERRA SOBRE TODOS LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CÉDULA LOS CUALES SON: DESCRIPCIÓN, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, INSTALACION (SI APLICA) Y MANTENIMIENTO (SI APLICA).</p>
23615	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 3598867	3598867	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI AL SER RECIBIDOS, INSTALADOS Y DEJAR LOS BIENES OPERANDO A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO LAS CANTIDADES COMPLETAS A UNA ODAO O UMAL PODREMOS SOLICITAR EL PAGO DE LA MISMA INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PROCESOS DE ENTREGA QUE EXISTAN EN CUALQUIER OTRA ODAO O UMAL QUE SE TENGA PENDIENTES DE ENTREGA.</p> <p>ES CORRECTO</p>	<p>SE ACLARA A LA LICITANTE QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO VI) FORMA DE PAGO, LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO QUE EN SU MOMENTO SUSCRIBA EL LICITANTE ADJUDICADO CON EL INSTITUTO SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA, EL PAGO SE REALIZARA EN PESOS MEXICANOS Y EL PAGO SE PODRA REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR PARTIDA COMPLETA O POR ODAO O UMAL ENTREGADA, RESPECTO AL TOTAL DE SUS BIENES ADJUDICADOS, RECIBIDOS, INSTALADOS Y OPERANDO A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, A TRAVES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME A TODO LO SEÑALADO EN EL ANEXO TECNICO Y LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES.</p>
23616	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 3598890	3598890	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA DRAGEP MEDICAL MEXICO SA DE CV LA FIANZA SEA REALIZADA POR CONTRATO ADJUDICADO</p> <p>SE ACEPTA.</p>	<p>SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO FORMALIZADO, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 27I DE LA CONVOCATORIA QUE SEÑALA QUE EL PROVEEDOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.</p>
23617	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID DE PREGUNTA 360161	360161	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA ELECTRONICA Y MEDICINA SA NOS SEAN PROPORCIONADOS LOS CORREOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE EVALUACION DE EQUIPAMIENTO (DEE) DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS DE APOYO (CPSMA), PARA PODER NOS INDICAR LA HORA Y FECHA PROGRAMADA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE "COTEJO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS".</p> <p>FAVOR DE PROPORCIONAR</p>	<p>SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DICHA INFORMACIÓN ESTÁ CONTENIDA EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES PUBLICADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN ESPECIFICO EN LA PAGINA 14 DE 54, FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO.</p>



GOBIERNO DE
MEXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-50-CYR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23638	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	PRECISIONES TECNICAS PRECISION 4	PRECISIONES TECNICAS PRECISION 4	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ENTENDEMIOS QUE SOLO SE SUMINISTRARAN TODAS LAS PIEZAS Y REFACCIONES NECESARIAS SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, CUANDO EL EQUIPO REQUIERA MANTENIMIENTO POR DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS, PERO NO CUANDO ESTE PRESENTE DAÑOS POR NEGLIGENCIA O MAL USO ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA INFORMACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES PUBLICADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EN ESPECIFICO EN LAS PAGINAS 46 Y 47 EN DONDE SE SEÑALA QUE "EN TODOS LOS CASOS, LOS MANTENIMIENTOS DEBERAN SER PROPORCIONANDO TODAS AQUELLAS PARTES Y/O REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES QUE SEAN NECESARIAS, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CONFORME AL LISTADO DE REFACCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE, DE MANERA TAL QUE PERMITAN SU USO PERMANENTE Y CONTINUO Y A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO". ADICIONALMENTE SE SEÑALA LO SIGUIENTE: "EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR SEÑALE QUE LA FALTA DEL EQUIPO FUE PRODUCTO DE UN MAL USO O NEGLIGENCIA POR PARTE DEL PERSONAL USUARIO DE LA UNIDAD MEDICA DEL INSTITUTO, ESTE DEBERA ACREDITAR CON EVIDENCIA TECNICA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE Y PRESENTAR UN PERITAJE TECNICO POR PARTE DE UN TERCERO AUTORIZADO, PUDIENDO SER EL FABRICANTE DE LOS BIENES, EN DONDE SE COMPRUEBE QUE LOS BIENES EN GARANTIA PRESENTAN DAÑOS POR ALCUN MAL USO O NEGLIGENCIA NO APUJA LA REPARACION DE GARANTIA Y DEBIENDO SER ACEPTADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO O QUIERER ESTE DISEÑO. EN CASO DE QUE EL PERITAJE TENGA ALGUN COSTO, ESTE DEBERA SER PAGADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROVEEDOR." FAVOR DE CONTENPLAR Y ATENDER LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
23655	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 357610 HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV PARTIDA 38	357610	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL, NUESTRA SOLICITUD SE SUSTENTA QUE SON MUY POCAS LAS VECES QUE ESTA MONITORIA SE UTILIZA DEBIDO A QUE ESTA TECNOLOGIA REQUIERE DE UN CATERER DE UN UNICO USO POR PACIENTE Y CUYO COSTO ES SIGNIFICATIVAMENTE ALTO, EN LA ACTUALIDAD LOS EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA SON CAPACES DE MEDIR UN VERDADERO PEEP INTRINSECO/AUTO PEEP QUE SUPLEN ESTE REQUERIMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 38 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL "15.2" DESPUES DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL U EDI". POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23656	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 3595888 RENDALL DE MEXICO SA DE CV PARTIDA 39	3595888	SE SOLICITA AMABLEMENTE AL CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL, NUESTRA SOLICITUD SE SUSTENTA QUE SON MUY POCAS LAS VECES QUE ESTA MONITORIA SE UTILIZA DEBIDO A QUE ESTA+0786 TECNOLOGIA REQUIERE DE UN "CATERER DE UN UNICO USO POR PACIENTE Y CUYO COSTO ES SIGNIFICATIVAMENTE ALTO, EN LA ACTUALIDAD LOS EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA SON CAPACES DE MEDIR UN VERDADERO PEEP INTRINSECO/AUTO PEEP QUE SUPLEN ESTE REQUERIMIENTO, ¿SE ACEPTA?"	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "QUE ESTE PUNTO SEA SOLICITADO OPCIONAL", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL "15.2" DESPUES DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL U EDI". POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23657	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 3596668 SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV TODAS LAS PARTIDAS	3596668	CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA PARA EL LICITANTE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, SOLICITAMOS AL CONVOCANTE EL PERMITIR OFERTAR LA LECTURA DE FUGA DEL VOLUMEN PARA LAS PARTIDAS DONDE REQUIERAN DICHO PARAMETRO EN % O L/MIN, TODA VEZ QUE SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO, ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA OFERTAR "LECTURA DE FUGA DEL VOLUMEN PARA LAS PARTIDAS DONDE REQUIERAN DICHO PARAMETRO EN % O L/MIN, TODA VEZ QUE SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO, COMO OPCION PARA LOS ESPECIFICOS NUMERALES EN LAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO QUE SOLICITEN ESTA ESPECIFICACION, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS LAS CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA A OFERTAR EN LOS FOLLETOS CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVIE EL LICITANTE, COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TECNICA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23697	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359960 DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV PARTIDA 28	359960	SOLICITAMOS AL CONVOCANTE EL PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FLUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FLUJO ESPIRATORIO PICO, EL CUAL REFLEJA EL ESTADO DINAMICO DEL PARENQUIMA PULMONAR REAL DEL PACIENTE RESPIRACION A RESPIRACION Y EN SUS ESFUERZOS INSPIRATORIOS Y ESPIRATORIOS QUE SON COMPLEMENTADOS ADICIONALMENTE CON LA MONITORIA CONTINUA DE WOB, RIBB, C EST, C DIN, RESISTENCIAS Y CONSUMO DE O2 QUE REFLEJAN UN VERDADERO PARAMETRO DEL ESTADO ACTUAL DE LA DINAMICA DEL PARENQUIMA PULMONAR Y ESTADO MECANICO/VENTILATORIO DEL PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FLUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FLUJO ESPIRATORIO PICO", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 15.16 "CALCULO DE INDICE DE PRESION TIEMPO (T/OTAL), MAXIMA PRESION INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESION TIEMPO (PTP)", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23698	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359965 DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV PARTIDA 39	359965	SOLICITAMOS AL CONVOCANTE EL PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FLUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FLUJO ESPIRATORIO PICO, EL CUAL REFLEJA EL ESTADO DINAMICO DEL PARENQUIMA PULMONAR REAL DEL PACIENTE RESPIRACION A RESPIRACION Y EN SUS ESFUERZOS INSPIRATORIOS Y ESPIRATORIOS QUE SON COMPLEMENTADOS ADICIONALMENTE CON LA MONITORIA CONTINUA DE WOB, RIBB, C EST, C DIN, RESISTENCIAS Y CONSUMO DE O2 QUE REFLEJAN UN VERDADERO PARAMETRO DEL ESTADO ACTUAL DE LA DINAMICA DEL PARENQUIMA PULMONAR Y ESTADO MECANICO/VENTILATORIO DEL PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO/NEONATAL, CON RESPECTO A LA CARACTERISTICA "PERMITIR EQUIVALENCIAS QUE REFLEJAN EN LA MECANICA RESPIRATORIA CON PARAMETROS MAS PRECISOS COMO LO SON EL INDICE DEL FLUJO INSPIRATORIO PICO Y EL INDICE DEL FLUJO ESPIRATORIO PICO", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 15.16 "CALCULO DE INDICE DE PRESION TIEMPO (T/OTAL), MAXIMA PRESION INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESION TIEMPO (PTP)", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23699	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 360941 SERVICIOS BIOMEDICOS BAZARI SA DE CV PARTIDA 39	360941	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONTEMPLE EL "CONGELAMIENTO DE LA CURVA" DESPLAZAMIENTO DE CURSOR SOBRE EL LAZO Y/O BUCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE LA CURVA Y DE IGUAL MANERA CONSIDERAR QUE ESTE PARAMETRO SE PUEDE SUPUR CON EL CALCULO Y/O MEDICION REAL DEL AUTOREEPY PEEP INTRINSICO AL USUARIO, UNA MEDICION DE LOS EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA, PERMITIENDO AL USUARIO REALIZAR MANIOBRAS REAL DURANTE LA RESPIRACION SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR MANIOBRAS ADICIONALES BAJO SEDACION QUE PUEDIERAN COMPROMETER LA RESPIRACION ESPONTANEA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE FABRICANTE QUE CONTEMPLE EL CONGELAMIENTO DE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR SOBRE EL LAZO Y/O BUCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR INFLUENCION EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESION DE LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL PARA LA EVALUACION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23700	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 360161 ELECTRONICA Y MEDICINA SA ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES CI MECANISMO DE EVALUACION DE PROFESIONES	360161	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA ELECTRONICA Y MEDICINA SA NOS SEAN PROPORCIONADOS LOS CORREOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE EVALUACION DE EQUIPAMIENTO (DEE) DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS DE APOYO (CISMA), PARA PODERAMOS INDICAR LA HORA Y FECHA PROGRAMADA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE "COTEJO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS", FAVOR DE PROPORCIONAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DICHA INFORMACION ESTA CONTENIDA EN EL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES PUBLICADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN ESPECIFICO EN LA PAGINA 14 DE 54, FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO.



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, o la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23701	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	PRECISIONES TECNICAS PRECISION 4		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ENTENDEMOS QUE SOLO SE SUMINISTRARAN TODAS LAS PIEZAS Y REFACCIONES NECESARIAS SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, CUANDO EL EQUIPO REQUIERA MANTENIMIENTO POR DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS, PERO NO CUANDO ESTE PRESENTE, DAÑOS POR NEGLIGENCIA O MAL USO ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA INFORMACIÓN REFERENTE A MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PUBLICADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EN ESPECÍFICO EN LAS PÁGINAS 46 Y 47 EN DONDE SE SEÑALA QUE: "EN TODOS LOS CASOS, LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁN SER PROPORCIONANDO TODAS AQUELLAS PARTES Y/O REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES QUE SEAN NECESARIAS, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CONFORME AL LISTADO DE REFACCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE, DE MANERA TAL QUE PERMITAN SU USO PERMANENTE Y CONTINUO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, ADICIONALMENTE SE SEÑALA LO SIGUIENTE: "EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR SEÑALE QUE LA FALLA DEL EQUIPO FUE PRODUCTO DE UN MAL USO O NEGLIGENCIA POR PARTE DEL PERSONAL USUARIO DE LA UNIDAD MÉDICA, DEL INSTITUTO, ESTE DEBERÁ ACREDITAR CON EVIDENCIA TÉCNICA, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE, Y PRESENTAR UN REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE UN TERCERO AUTORIZADO, PUDIENDO SER EL FABRICANTE DE LOS BIENES, EN DONDE SE COMPROBE QUE LOS BIENES EN GARANTÍA PRESENTAN DAÑOS POR ALGÚN MAL USO O NEGLIGENCIA POR PARTE DEL PERSONAL USUARIO DE LA UNIDAD MÉDICA DEL INSTITUTO Y QUE EN CONSECUENCIA NO APLICA LA REPARACIÓN DE GARANTÍA Y DEBIENDO SER ACEPTADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO O QUIEN ESTE DESIGNE, EN CASO DE QUE EL REPORTE TENGA ALGÚN COSTO, ESTE DEBERÁ SER PAGADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROVEEDOR." FAVOR DE CONTEMPLAR Y ATENDER LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
23717	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359938 DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV PARTIDA 26	359938	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DEL LICITANTE DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV "PUNTO 1.4.5. NCPAP (CPAP NASAL), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA NCPAP O MODO ESPONTANEO CPAP- SOLICITAMOS ATENTAMENTE, AL CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA CARACTERÍSTICA TÉCNICA (NCPAP) DEBE ESTAR INCLUIDA COMO MODOS VENTILATORIOS PROPIO DEL VENTILADOR, Y SE PERMITA NUESTRA SOLICITUD SE SUSTENTE EN QUE TENIENDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS DE MANEJO DINÁMICO VENTILATORIO APROBADOS Y DIFUNDIDOS POR LOS NEONATÓLOGOS, ESTE MODO NCPAP SIEMPRE ES MANEJADO CON EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONAN MAYOR CONTROL SEGURIDAD Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES PREMATUROS NEONATALES EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR SOLICITAMOS ELIMINAR EL PUNTO 1.4.5 Y SE ACEPTE EL CUMPLIMIENTO DE CPAP CONVENCIONAL EN EL MODO NEONATAL.	NO SE ACEPTAN SU SOLICITUDES PARA LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUERDADOS INTENSIVOS, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA NCPAP O MODO ESPONTANEO CPAP" Y A "SOLICITAMOS ELIMINAR EL PUNTO 1.4.5, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NÚMERAL 1.4.5 NCPAP (CPAP NASAL)", SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON LA FUNCIÓN DE CPAP NASAL, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS "CONDICIONES DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23718	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 360339 MINARIC SA DE CV PARTIDA 27	360339	CON FORME A LA RESPUESTA DADA AL LICITANTE MINARIC SA DE CV, DEBIDO A QUE AL OFERTAR TAMAÑOS DE PANTALLA MAYOR AL MÍNIMO DE 4.5 PULGADAS, REALIZA UN CONSUMO MAYOR DE ENERGÍA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA MENOR A 10 HORAS, CONSIDERANDO QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, QUE TODO EL TIEMPO DEBE DE PERMANECER CONECTADO Y ÚNICAMENTE SE UTILIZARÁ PARA TRASLADOS Y NO LIMITAR SU TIEMPO DE RECARGA EN HORAS, DEBIDO A QUE TODOS LOS FABRICANTES MANEJAN DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y/O DIFERENTES TIEMPOS DE RECARGA, PERMITIENDO ASÍ UNA PLURALIDAD DE OFERTAS Y UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y CONSIDERA EL TIEMPO DE SOPORTE DE BATERÍA A MÍNIMO 4 HORAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 27 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA MENOR A 10 HORAS", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NÚMERAL 1.8.6 TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA DE 4 HORAS COMO MÁXIMO AL 90% DE LA CARGA TOTAL, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS "CONDICIONES DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la Pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
33719	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 360936 SERVICIOS BIOMÉDICOS BAZAFI SA DE CV	360936	SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE FABRICACIÓN QUE CONTEMPLE EL CONGELAMIENTO DE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR SOBRE EL LAZO Y/O BUCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE LA CURVA Y DE IGUAL MANERA CONSIDERAR QUE ESTE PARÁMETRO SE PUEDE SUPLIR CON EL CÁLCULO EN MEDICIÓN REAL DEL AUTOPREP/ PREP INTRÍNSECO QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN EN LOS EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PERMITIENDO AL USUARIO UNA MEDICIÓN REAL DURANTE LA RESPIRACIÓN SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR MANIOBRAS ADICIONALES BAJO SEDACIÓN QUE PUDIERAN COMPROMETER LA RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR CONGELAMIENTO DE LA CURVA/ DESPLAZAMIENTO DE CURSOR SOBRE EL LAZO Y/O BUCLE Y PARA OBTENER DATOS SOBRE LA CURVA, COMO OPCIÓN PARA EL NÚMERO 15.30 CÁLCULO O MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLExIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESIÓN EN LA PARTIDA 36 VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
33720	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 361007 CÍRULOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV PARTIDA 36	361007	CON RESPECTO A LA RESPUESTA DADA PARA EL LICITANTE CÍRULOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV ¿SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NÚMERO 17A CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS INDICAR PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN O SU EQUIVALENTE EN LITROS DEL VOLUMEN DE FUGA DURANTE LA VENTILACIÓN? ES QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTE SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPENSACIÓN DE FUGAS QUE FUNCIONE EN VENTILACIÓN TANTO INVASIVA COMO NO INVASIVA. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" SOLICITAMOS ATENCIÓN AL CONVOCANTE EL PERMITIR OFERTAR LA LECTURA DE FUGA DEL VOLUMEN EN %.	SE ACEPTA OFERTAR LA LECTURA DE FUGA DEL VOLUMEN EN %, COMO OPCIÓN PARA EL NÚMERO 17A CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS (INDICAR PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN O SU EQUIVALENTE EN LITROS DEL VOLUMEN DE FUGA DURANTE LA VENTILACIÓN) DE LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
33721	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 361387 COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SA DE CV PARTIDA 52	361387	CON FORNE A LA RESPUESTA, DADA AL LICITANTE COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SA DE CV NÚMERO 18.6 DURACIÓN DE LA BATERIA INTERNA DE RESPALDO DE 4 HORAS COMO MÍNIMO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". SOLICITAMOS PODER OFERTAR TIEMPO DE REGARCA DE LA BATERIA MENOR A 10 HORAS, CONSIDERANDO QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA QUE TODO EL TIEMPO DEBE DE PERMANECER CONECTADO Y ÚNICAMENTE SE UTILIZARÁ PARA TRASLADOS Y NO LIMITAR SU TIEMPO DE REGARCA EN HORAS, DEBIDO A QUE TODOS LOS FABRICANTES MANEJAN DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y/O DIFERENTES TIEMPOS DE REGARCA PERMITIENDO ASÍ UNA PLURALIDAD DE OPERENTES Y UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y CONSIDERA EL TIEMPO DE SOPORTE DE BATERIA A MÍNIMO 4 HORAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 52 VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR TIEMPO DE REGARCA DE LA BATERIA MENOR A 10 HORAS", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NÚMERO 18.7 TIEMPO DE REGARCA DE LA BATERIA DE MÁXIMO 15 HORAS AL 90% DE SU CAPACIDAD, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
33722	HOSPITUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359785 CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN MÉDICA SA DE CV AS VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES	359785	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN MÉDICA SA DE CV LAS PARTIDAS A LAS QUE SEBA OBLIGATORIA LA VISITA SERÁN LAS PARTIDAS 36, 36 Y 37 Y DE LAS DEMÁS PARTIDAS DE ACUERDO AL ANEXO 3.3 REQUISITOS DE LOS BIENES SERÁN OPCIONALES ES CORRECTO	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LAS PARTIDAS 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, 36 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA) Y 37 MONITOR DE SIGNOS VITALES NO SE REQUIERE VISITA A LAS INSTALACIONES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EN EL ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS DE LOS BIENES, COLUMINA DENOMINADA VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
33723	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359785 CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV AS VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES	359785	<p>SE ACLARA QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACION LA EVALUACION TECNICA SE REALIZA CON BASE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS NUMERALES ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO DEL BIEN OFERTADO. POR LO QUE SE EVALUA LA CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE LA DESCRIPCION TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE SE EVALUARA QUE EL EQUIPO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y NO SERÁ NECESARIO LLEVAR LA TOTALIDAD DE FOLLETOS CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PERMITIRAN CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL DEL BIEN OFERTADO. POR LO ANTES MENCIONADO LA EVALUACION TECNICA VERSA SOBRE TODOS LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CÉDULA LOS CUALES SON: DESCRIPCION, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, INSTALACION (SI APLICA) Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)</p>	<p>SE ACLARA A LA LICITANTE QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES, INCLUSO EN FORMA DE PAGO. LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO QUE EN SU MOMENTO SUSCRIBA EL LICITANTE ADJUDICADO CON EL INSTITUTO SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA EL PAGO SE REALIZARA EN PESOS MEXICANOS Y EL PAGO SE PODRA REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICION POR PARTIDA COMPLETA O POR GLAD, O UMAR ENTREGADA, RESPECTO AL TOTAL DE SUS BIENES ADJUDICADOS, RECIBIDOS, INSTALADOS Y OPERANDO A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, A TRAVES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME A TODO LO SEÑALADO EN EL ANEXO TECNICO Y LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES</p>
33724	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359867 DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO SA DE CV 213 FORMA DE PAGO	359867	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI AL SER RECIBIDOS, INSTALADOS Y DEJAR LOS BIENES OPERANDO A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO LAS CANTIDADES COMPLETAS A UNA COAD O UMAR PODREMOS SOLICITAR EL PAGO DE LA MISMA INDEPENDIEMENTE DE LOS PROCESOS DE ENTREGA QUE EXISTAN EN CUALQUIER OTRA COAD O UMAR QUE SE TENGA PENDIENTES DE ENTREGA. ES CORRECTO</p>	<p>SE DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO FORMALIZADO, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 211 DE LA CONVOCATORIA QUE SEÑALA QUE EL PROVEEDOR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.</p>
23725	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	ID 359860 DRACER MEDICAL MEXICO SA DE CV PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	359860	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA DRACER MEDICAL MEXICO SA DE CV LA FIANZA SEA REALIZADA POR CONTRATO ADJUDICADO. SE ACEPTA.</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 172. CAPACIDAD CALORIFICA 600,000 HU O MAYOR DE LA CÉDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23992	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 361219	361219	<p>SOLICITAMOS AMBAMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CUYA CAPACIDAD CALORIFICA SEA MAS QUE SUFICIENTE PARA REALIZAR TODOS LOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS DESTINADOS A ESTA MODALIDAD, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, DADO QUE EL REQUISITO SOLICITADO SOLO FAVORECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL AL ESTABLECER ESPECIFICACIONES UNICAS EN SU FAVOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 172. CAPACIDAD CALORIFICA 600,000 HU O MAYOR DE LA CÉDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>
23993	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 361220	361220	<p>SOLICITAMOS AMBAMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO UPS CUYA CAPACIDAD SEA SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR MANIOBRAS DE APAGADO EN UN SUPUESTO DE PERDIDA DE ENERGIA ELECTRICA, CUYA CAPACIDAD SEA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DADO QUE EN LOS MANUALES Y FOLLETOS DE LA CASA COMERCIAL QUE MANTENIAMOS, ES DIFICIL REFERENCIAR A LA LITERALIDAD LOS TIEMPOS DE CARGA Y SOPORTE DEL UPS EN ESTE SENTIDO, Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PROPONEMOS QUE SE OFERTE UPS PERO CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA CASA COMERCIAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA Y REFERENCIAR UNA UNIDAD DE ENERGIA INTERRUPTIBLE UPS DE 5 MINUTOS PARA TODO EL EQUIPO A PLENA CARGA. CITA UPS DE 5 MINUTOS RESPONDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE ADQUISICION Y OTRA UPS DE 5 MINUTOS RESPONDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE TRABAJO O POSTPROCESO INCLUIR MARCA Y MODELO DE CADA UPS) COMO OPCION PARA EL NUMERAL 233 UNIDAD DE ENERGIA INTERRUPTIBLE UPS DE AL MENOS 5 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE FLUOROSCOPIA Y LAS ESTACIONES O CONSOLAS DE CONTROL Y DE TRABAJO INCLUIR MARCA Y MODELO. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEHAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTIMA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.</p>



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante

Referencia a la pregunta

Licitante

ID de la pregunta

REFERENCIA

Respuesta

23994	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 359885	359885	RESPECTO A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SE PERMITA PRESENTAR ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN Y/O REMISIONES.	SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR ACTA ENTREGA/RECEPCIÓN FORMALIZADAS Y/O REMISIONES.
23995	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 361712	361712	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE LOS CONTRATOS QUE DESEAMOS PRESENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SON DE SERVICIOS CON EQUIPO MÉDICO DE LA MISMA NATURALEZA AL SOLICITADO EN LA PRESENTE ADQUISICIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPÍTULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASÍ COMO AL ANEXO DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO C, RUBRO C "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR".
23979	INSTRUMENTARUM SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 361189 SA DE CV	361189	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR TECNOLOGÍAS IGUALES O SUPERIORES EN EL MERCADO Y PARA ESTE CASO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR COMO LO SON MICROMÓDULOS NO DEDICADOS COMO LO DENOMINA LA MARCA, CON LOS CUALES NO SE NECESITA UN MÓDULO ESPECÍFICO PARA CADA UNA DE LAS MEDICIONES, SI NO QUE SE PUEDE UTILIZAR EL MISMO MICROMÓDULO PARA LOS DIFERENTES PARÁMETROS A MONITORIZAR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 11 "MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO, CON PARTIDA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO, A CADA UN LCD O TFT O LED O PLASMA, INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE. SI SE DERIVA DE UNA SERIE O FAMILIA DEL MONITOR Y HICHOLOP", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 57 "MONITOR DE SIGNOS VITALES ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23980	INSTRUMENTARUM SA DE CV	DEL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PREGUNTA CONSECUTIVA NO. 360608	360608	EL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOLICITO PARA LA EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 20 CM x 10 CM, A LO QUE LA CONVOCANTE CONTESTO QUE NO SE ACEPTA YA QUE LO QUE SE REQUIERE ES QUE EL EQUIPO PUEDA EXTENDERSE +30 CM, ENTENDEMOS QUE LOS 20 CM ES EL VALOR MÍNIMO DE EXTENSION, PUDIENDO OFERTAR LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 20 CM O MAYOR MÁS LA EXTENSION DE +20 CM O MAYOR, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA EXTENSION DE +20 CM ES EL VALOR SOLICITADO, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE OFERTE LOS 30 CM COMO EL VALOR MÁXIMO SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.
23789	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	ID 359509 EMPRESA KENDALL DE MEXICO SA DE CV, 1712 NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR.	359509	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR COMO OPCION PARA ESTE PUNTO OFERTAR COMO REFERENCIA EL NIVEL DEL RUIDO GENERADO POR EL COMPRESOR QUE ES DE 59 DB, SIENDO ESTE MAYOR AL GENERADO POR EL VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO Y DEMOSTRANDO EN EL CORTEJO FÍSICO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS QUE EL NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO ES DE 50 DB O MENOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 26 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR COMO REFERENCIA EL NIVEL DEL RUIDO GENERADO POR EL COMPRESOR QUE ES DE 59 DB" TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 1712 NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.





ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23790	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	ID 359518; EMPRESA: KENDALL DE MEXICO SA DE CV. 1521 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI.	359518	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA ESTE PUNTO TECNOLOGIA PROPIA CON LO ANTERIOR NOS REFERIMOS A VENTILACION ASISTIDA PROPORCIONAL QUE DESPLIEGA LA CURVA DE PRESION INTRA PULMONAR. ESTE MODO ES EQUIVALENTE AL MODO DE ASISTENCIA VENTILATORIA AJUSTADA NEURALMENTE (NAVAL) QUE REGISTRA LA SEÑAL ELÉCTRICA DEL DIAFRAGMA (EDI) MEDIANTE UN CATETER, AMBOS MODOS SE CARACTERIZAN POR PROTEGER LA ACTIVIDAD DEL DIAFRAGMA EN EL CASO DE LA TECNOLOGIA OFERTADA GUIANDO AL MÉDICO TRAVES DE LA GRAFICA DE TRABAJO RESPIRATORIO LA GRAFICA DE PRESION INTRA PULMONAR MUESTRA EN NUESTRA TECNOLOGIA EL EQUIVALENTE A LO QUE EDI MUESTRA: EL ESFUERZO ELÁSTICO Y RESISTIVO INSPIRATORIO DEL PACIENTE PERMITIENDO OBSERVAR EN TIEMPO REAL Y RESPIRACION A RESPIRACION EL COMPORTAMIENTO DEL ESFUERZO MUSCULAR DEL DIAFRAGMA DEL PACIENTE PERMITIENDO ASI AL CLINICO PROTEGER AL DIAFRAGMA DANDO APOYO PROPORCIONAL A LA DEMANDA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL NUMERAL 15.21 "DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE DESPLIEGUE DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CURVAS DE PRESION: TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI. LA CURVA DE PRESION INTRA PULMONAR NO ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23791	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	ID 359524; EMPRESA: KENDALL DE MEXICO SA DE CV. 1714 CON PROGRAMACION DE SUSPIROS.	359524	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA OFERTAR COMO OPCION TECNOLOGIA PROPIA DE PROGRAMACION DE PAUSA INSPIRATORIA AUTOMATICA QUE PERMITA MANTENER AL PULMON RECLUTADO DURANTE EL TIEMPO DE LA MANIOBRA, MANTENIENDO EL EFECTO CLINICO DE LA PROGRAMACION DE SUSPIROS QUE ES RECLUTAR EL PULMON ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL NUMERAL 1714 "CON PROGRAMACION DE SUSPIROS" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON FUNCION INDEPENDIENTE DE SUSPIROS. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 39 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23792	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	ID 359873; EMPRESA: KENDALL DE MEXICO SA DE CV. 1731 CON PROGRAMACION DE SUSPIROS.	359873	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA OFERTAR COMO OPCION TECNOLOGIA PROPIA DE PROGRAMACION DE PAUSA INSPIRATORIA AUTOMATICA QUE PERMITA MANTENER EL PULMON RECLUTADO DURANTE EL TIEMPO DE LA MANIOBRA, MANTENIENDO EL EFECTO CLINICO DE LA PROGRAMACION DE SUSPIROS QUE ES RECLUTAR EL PULMON ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL NUMERAL 1731 "CON PROGRAMACION DE SUSPIROS" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON FUNCION INDEPENDIENTE DE SUSPIROS. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 38 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
23793	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	ID 359589; EMPRESA: KENDALL DE MEXICO SA DE CV. 1521 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI.	359589	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA ESTE PUNTO TECNOLOGIA PROPIA CON LO ANTERIOR NOS REFERIMOS A VENTILACION ASISTIDA PROPORCIONAL QUE DESPLIEGA LA CURVA DE PRESION INTRA PULMONAR. ESTE MODO ES EQUIVALENTE AL MODO DE ASISTENCIA VENTILATORIA AJUSTADA NEURALMENTE (NAVAL) QUE REGISTRA LA SEÑAL ELÉCTRICA DEL DIAFRAGMA (EDI) MEDIANTE UN CATETER, AMBOS MODOS SE CARACTERIZAN POR PROTEGER LA ACTIVIDAD DEL DIAFRAGMA EN EL CASO DE LA TECNOLOGIA OFERTADA GUIANDO AL MÉDICO TRAVES DE LA GRAFICA DE TRABAJO RESPIRATORIO LA GRAFICA DE PRESION INTRA PULMONAR MUESTRA EN NUESTRA TECNOLOGIA EL EQUIVALENTE A LO QUE EDI MUESTRA: EL ESFUERZO ELÁSTICO Y RESISTIVO INSPIRATORIO DEL PACIENTE PERMITIENDO OBSERVAR EN TIEMPO REAL Y RESPIRACION A RESPIRACION EL COMPORTAMIENTO DEL ESFUERZO MUSCULAR DEL DIAFRAGMA DEL PACIENTE PERMITIENDO ASI AL CLINICO PROTEGER AL DIAFRAGMA DANDO APOYO PROPORCIONAL A LA DEMANDA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL NUMERAL 15.21 "DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE DESPLIEGUE DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CURVAS DE PRESION: TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI. NO SIENDO EQUIVALENTE LA CURVA DE PRESION INTRA PULMONAR CON LO SOLICITADO. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 28 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
 LA-50-CYR-050CYR040-7-9-2023
 "PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23840	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	ID 359508 EMPRESA KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V. PUERTO DE SALIDA PARA NEBULIZADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO.	359508	<p>ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODEMOS OFERTAR UN NEBULIZADOR QUE ESTE SUJETO AL CUERPO DEL VENTILADOR MEDIANTE UN SOPORTE CON EL FIN DE ASEGURAR QUE EL NEBULIZADOR QUEDE FIJO AL VENTILADOR, HACIENDO REFERENCIA A LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 359510 Y 359864 DE LA EMPRESA KENDALL DE MEXICO SA. DE CV. DONDE SE ACEPTA COMO OPCION PARA CUMPLIR CON EL NUMERAL 13.12 ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION CON RESPECTO A ENTENDER QUE "PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODEMOS OFERTAR UN NEBULIZADOR QUE ESTE SUJETO AL CUERPO DEL VENTILADOR MEDIANTE UN SOPORTE CON EL FIN DE ASEGURAR QUE EL NEBULIZADOR QUEDE FIJO AL VENTILADOR", PARA LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA EL NUMERAL 17.10 "PUERTO DE SALIDA PARA NEBULIZADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO", ESTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE DE ORIGEN DE MANERA INTERNA, CON UN PUERTO DE SALIDA PARA NEBULIZACION DE PACIENTES, EN ESTE NUMERAL NO SE HACE REFERENCIA A UN EQUIPO ADICIONAL AL VENTILADOR. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO PARA LA PARTIDA 36 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>
23794	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PRECUNTA 359900 REALIZADA POR DRAIGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359900	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA. EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23798	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360629 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	360629	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA. EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>





"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23796	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360650 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	360650	<p>ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE ESTA CONSCIENTE QUE MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, NO SERIA OBLIGATORIO EL DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SOLICITADO, ¿ES CORRECTO? ¿ES OBLIGATORIO DESPLIEGAR 12 DERIVACIONES EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y DEMOSTRARLO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO? POR FAVOR ACLARAR</p>	<p>NO ES CORRECTO. SE PRECISA QUE PODRAN OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 13.9.2 "FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES" OFERTAR CABLE PARA ECC EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO ALTERNATIVA AL PUNTO 2.4.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO ONCE (11) PIEZAS, (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE)", SIN OBLIGATORIO ATENDER EL PUNTO 2.11 "CABLE IRONICAL ONCE (11) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE) DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERAN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATIENDA Y CUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ASÍ COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES.</p>
23797	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360763 REALIZADA POR LA EMPRESA DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360650	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, ¿ ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (INICO CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23798	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360774 REALIZADA POR LA EMPRESA DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360774	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, ¿ ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APPRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (SIETE CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-50-GVR-050CYR040-T-9-2023


"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23841	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 359903 REALIZADA POR DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359903	ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE." PARA LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS)" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23842	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 359910 REALIZADA POR LA EMPRESA DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	359910	ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE." PARA LA PARTIDA 28 "MONITOR DE SIGNOS VITALES, IDE TERAPIA, INTENSIVY", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23843	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 360626 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	360626	ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE." PARA LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23844	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360628 DE LA EMPRESA	360628	<p>ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE QUE MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, NO SERIA OBLIGATORIO EL DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SOLICITADO. ¿ES CORRECTO? ¿ES OBLIGATORIO DESPLIEGAR 12 DERIVACIONES EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y DEMOSTRARLO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO? POR FAVOR ACLARAR</p>	<p>SE PRECISA QUE PODRAN OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1392 "FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES", OFERTAR CABLE PARA ECG EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO ALTERNATIVA AL PUNTO 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO (7) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) SIN OLVIDAR ATENDER EL PUNTO 211 "CABLE TRONCAL SIETE (7) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERAN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ASI COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL, DE LOS BIENES.</p>
23845	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360641 REALIZADA POR LA EMPRESA	360641	<p>ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE QUE, MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, NO SERIA OBLIGATORIO EL DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SOLICITADO. ¿ES CORRECTO? ¿ES OBLIGATORIO DESPLIEGAR 12 DERIVACIONES EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y DEMOSTRARLO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO? POR FAVOR ACLARAR</p>	<p>NO ES CORRECTO SE PRECISA QUE PODRAN OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1392 "FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES", OFERTAR CABLE PARA ECG EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO ALTERNATIVA AL PUNTO 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO (5) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), SIN OLVIDAR ATENDER EL PUNTO 211 "CABLE TRONCAL CINCO (5) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERAN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ASI COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL, DE LOS BIENES.</p>
23846	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360648 REALIZADA POR LA EMPRESA	360648	<p>ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE QUE, MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, NO SERIA OBLIGATORIO EL DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SOLICITADO. ¿ES CORRECTO? ¿ES OBLIGATORIO DESPLIEGAR 12 DERIVACIONES EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y DEMOSTRARLO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO? POR FAVOR ACLARAR</p>	<p>NO ES CORRECTO, SE PRECISA QUE PODRAN OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1392 "FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES", OFERTAR CABLE PARA ECG EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, COMO ALTERNATIVA AL PUNTO 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO (8) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), SIN OLVIDAR ATENDER EL PUNTO 211 "CABLE TRONCAL OCHO (8) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERAN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ASI COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL, DE LOS BIENES.</p>





GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-50-CYR-050GYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23847	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360659 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	360659	ENTENDIENDOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE QUE MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, NO SERÍA OBLIGATORIO EL DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SOLICITADO, ¿ES CORRECTO? ¿O ES OBLIGATORIO DESPLEGAR 12 DERIVACIONES EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y DEMOSTRARLO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO? POR FAVOR ACLARAR	NO ES CORRECTO. SE PRECISA QUE PODRIAN OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 139.2 "FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES", OFERTAR CABLE PARA ECG EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE COMO ALTERNATIVA AL PUNTO 242 ENTENDIENDOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE QUE MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO OCHO (8) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), SIN OBLIVIDAR ATENDER EL PUNTO 311 "CABLE TRONCAL OCHO (8) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERAN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ASI COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES.
23848	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360663 REALIZADA POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	360663	ENTENDIENDOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE QUE MEDIANTE EL ACCESORIO SOLICITADO, CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, NO SERIA OBLIGATORIO EL DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES SOLICITADO, ¿ES CORRECTO? ¿O ES OBLIGATORIO DESPLEGAR 12 DERIVACIONES EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y DEMOSTRARLO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO? POR FAVOR ACLARAR	NO ES CORRECTO. SE PRECISA QUE PODRIAN OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 139.2 "FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES", OFERTAR CABLE PARA ECG EN FUNCION DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE COMO ALTERNATIVA AL PUNTO 242 "CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO CATORCE (14) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE), SIN OBLIVIDAR ATENDER EL PUNTO 311 "CABLE TRONCAL CATORCE (14) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERAN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" ASI COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES.
23849	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360759 REALIZADA POR LA EMPRESA DE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360759	ENTENDIENDOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CINCO CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
 LA-50-CVR-050CVR040-T-9-2023



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23850	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360778 REALIZADA POR LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360778	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS. DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE." PARA LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (SIETE CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OPERAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360789 REALIZADA POR LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360789	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS. DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE." PARA LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OPERAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23852	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360808 REALIZADA POR LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360808	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS. DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE." PARA LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (ONCE CAMAS)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OPERAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23853	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NÚMERO 360819 REALIZADA POR LA EMPRESA DE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO SA DE CV	360819	ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "VISUALIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPIUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23854	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NÚMERO 360823 REALIZADA POR LA EMPRESA DE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO SA DE CV	360823	ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "VISUALIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPIUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23955	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NÚMERO 360837 REALIZADA POR LA EMPRESA DE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO SA DE CV	360837	ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "VISUALIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 38 "MONITOR DE SIGNOS VITALES (DE TERAPIA INTENSIVA)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPIUESTA TECNICA Y ECONOMICA.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23864	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360793 REALIZADA POR LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360793	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO/CAMAS)" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALCUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>
23865	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ID CON NUMERO 360804 REALIZADA POR LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	360804	<p>ENTENDEMOS QUE PARTE DE LA DEMOSTRACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO ES CUBRIR LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERISTICA TECNICA "VISUALIZACION DE DATOS CLINICOS COMO CURVAS Y TENDENCIAS, DESDE CUALQUIER ESTACION DE TRABAJO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" PARA LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO/CAMAS)" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALCUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respósta emitida por el Licitante	Respuesta
24031	MINARIC SA DE CV	360354	360354	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONOCERE PERMITIRNOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DEBIDO A QUE NUESTRA OFERTA CONTEMPLA UNA RESISTENCIA CERAMICA ALEMANA DE ALTA RESISTENCIA Y QUE NO SE ROMPE POR ALTAS TEMPERATURAS, NI POR CHOQUES ELECTRICOS, NI POR ACCIDENTES QUE MOVIEN LA RESISTENCIA CALEFACTORA NI POR CAMBIOS BRUSCOS EN LA TEMPERATURA DE LA MISMA, ADEMÁS SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE SE CUENTA CON UN ANALISIS DE RIESGO ELABORADO POR EL FABRICANTE PARA DICHO EQUIPO DONDE SE MENCIONA QUE AGREGAR UNA REJILLA PROTECTORA EN PRIMER LUGAR TENDRIA QUE SER DE FABRICADA EN MATERIAL METALICO DEBIDO A QUE LOS POLIPROPILENOS SE DERRITEN Y DEFORMAN A ALTAS TEMPERATURAS, YA SEA ALUMINIO O ACERO Y SE SEÑALA FINALMENTE QUE COLOCAR UNA REJILLA SOBRE EL CALEFACTOR CAUSARIA UN EFECTO CONTRARIO AL DE PROTECCIÓN, SIENDO LA REJILLA METALICA UN PELIGRO ADICIONAL PARA EL USUARIO COMO ENFERMERAS, QUIENES PUDEBIAN SUFRIR QUEMADURAS EN SUS MANOS O BRAZOS ANTE ALGUN MOVIMIENTO BRUSCO INNEPERADO O ERROR DE USO AL TOCAR LA REJILLA, ESTO DEBIDO EL AREA QUE OCUPARIA LA REJILLA METALICA ADICIONAL SOBRE EL CALEFACTOR. CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS ANTERIORES Y EL ANALISIS DE RIESGO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1131 "CON REJILLA PROTECTORA" DE LA PARTIDA 36 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA)", ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ESTO EN VIRTUD DE QUE, LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES QUE EL EQUIPO CUENTE CON REJILLA PROTECTORA, TODA VEZ QUE OFRECE UNA BARRERA O LIMITANTE QUE IMPIDE AL USUARIO TENER ALGUN RIESGO POR CONTACTO CON EL ELEMENTO CALEFACTOR.
24032	MINARIC SA DE CV	3603391	3603391	SE SOLICITA, ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA SOLICITUD FORMULADA, COMO PARTE DEL NUMERAL 41, DEBIDO A QUE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON EL QUE DEBERIAN CONTAR EQUIPOS DE ALTA ESPECIALIDAD COMO UNA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, DEL EQUIPO DE LA PARTIDA 45 "UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE LA CARACTERISTICA ADICIONAL "SISTEMA DE SEGURIDAD LA MAQUINA DE ANESTESIA DEBEA SER CAPAZ DE SECUIR VENTILANDO AUN EN CONDICIONES DE AUSENCIA TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
24033	MINARIC SA DE CV	3603922	3603922	SE ENTIENDE QUE LA REGULACION DEL VOLUMEN DE LAS ALARMAS SOLICITADA DEBEA REALIZARSE CON LOS MEDIOS DE CADA FABRICANTE Y DESPLEGADO EN LA PANTALLA SOLICITADA EN EL NUMERAL 152, ¿ES CORRECTO? EN CASO CONTRARIO, FAVOR DE EXPLICAR COMO DEBE LLEVARSE A CABO LA REGULACION SOLICITADA.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 110.8 ES "NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DE EQUIPO REGULABLE A 45 DB O MENOR", POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO A OFERTAR PERMITA REGULAR EL NIVEL DE RUIDO O VOLUMEN DE LAS ALARMAS Y QUE EL NIVEL MAS BAJO DE ESTE SEA DE 45 DB O MENOR EN SU VOLUMEN, SIN ESTAR SILENCIADO, ESTO DEBEA PODERSE VISUALIZAR EN EL CONTROL DEL EQUIPO, DESPLEGADO EN LA PANTALLA DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, TODA ESPECIFICACION TECNICA OFERTADA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24034	MINARIC SA DE CV	360923	360923	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO FAVORECER A NINGÚN FABRICANTE SE RESPETE LA SOLICITUD DE "INTENSIDAD VARIABLE" PLASMADA EN LA CÉDULA TÉCNICA Y NO SE ACEPTE LIMITAR LA VARIACIÓN A SOLAMENTE 3 NIVELES, DEBIDO A QUE SE DEMERITAN LAS FUNCIONES DE UN EQUIPO MEDICO NEONATAL COMO LO SON LAS CUNAS DE CALOR RADIANTE.
24035	MINARIC SA DE CV	360924	360924	APOYANDO LA SOLICITUD INICIAL Y MOTIVANTE DE LA PREGUNTA, 360924 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS CUNAS, EL CUAL EVITE LA CAIDA DEL PACIENTE DEL BACINETE, INCLUSO CUANDO TODOS LOS BARANDALES SE ENCUENTREN ABATIDOS. PARA DICHO SISTEMA BIEN MISMO MATERIAL DE LOS BARANDALES EXTERNOS Y ABATIBLES, PARA EVITAR PUEDERA OFERTARSE UN SISTEMA DE BARANDALES INTERNOS DE ALTURA DE 10 A 12 CM DEL MISMO MATERIAL DE LOS BARANDALES EXTERNOS Y ABATIBLES PARA EVITAR CAIDAS ACCIDENTALES DEL PACIENTE AUN EN CONDICIONES DE INCLINACION DEL BACINETE. ¿SE ACEPTA EN CASO CONTRARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL SISTEMA DE SEGURIDAD CON EL QUE DEBERA CONTAR EL EQUIPO PARA EVITAR LAS CAIDAS ACCIDENTALES DEL PACIENTE DEL BACINETE INCLUSO CUANDO ESTE SE ENCUENTRE INCLINADO EN SU RANGO MAXIMO.
24036	MINARIC SA DE CV	360360	360360	SI ES CORRECTO SE ACERTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL "120 LAMPARA O LUZ DE EXAMINACION, EXPLORACION U OBSERVACION DE LUZ LED O LUZ HALOGENA QUE PERMITA UN CAMPO VISUAL UNIFORME EN EL AREA DEL COLCHON" DE LA PARTIDA 36 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA ORIGINAL (CON FOTOTERAPIA) " LA CARACTERISTICA TECNICA "LAMPARA O LUZ DE EXAMINACION, EXPLORACION U OBSERVACION DE LUZ LED O LUZ HALOGENA QUE ASEGURA LA ILLUMINACION COMPLETA DEL PACIENTE" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24-037	MINARIC SA DE CV	360353	360353	SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA SOLICITUD FORMULADA COMO PARTE DEL NUMERAL 14, EN EL QUE NOS INTERESA OFERTAR COMO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR EL QUE LA CUNA CUENTE CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE AUTOMÁTICAMENTE SE INICIE AL ENCENDER EL SISTEMA, COLOCANDO EL SISTEMA EN UN CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO AL 30% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR, ¿SE ACEPTA? EN CASO CONTRARIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS DESCRIBA A QUE SE REFIERE CON MODO DE PRECALENTAMIENTO CONTROLADO, ¿CUAL ES LA VARIABLE QUE SE DEBE CONTROLAR Y EN QUE RANCO Y UNIDADES SE SOLICITA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA EL NUMERAL 14 "CON MODO DE PRECALENTAMIENTO CONTROLADO AL ENCENDER EL SISTEMA", DE LA PARTIDA 36 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA", LA CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL SE INICIE AL ENCENDER EL SISTEMA, COLOCANDO EL SISTEMA EN UN CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO AL 30% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
24-038	MINARIC SA DE CV	3603566	3603566	EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUUESTAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE LA SOLICITUD DE QUE EL ACCESORIO SEA INNAMOVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS	SI SE REFIERE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID 3603566 SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 24 "PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO" 24.1 "CABLE TRONCAL UNA (I) PIEZA, INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC" 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTO PEDIATRICO UNA (II) PIEZA, INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE", LA CARACTERÍSTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO UNA (II) PIEZA, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTO PEDIATRICO" CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 "MONITOR DE SIGNOS VITALES", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
24-039	MINARIC SA DE CV	360409	360409	EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUUESTAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE LA SOLICITUD DE QUE EL ACCESORIO SEA INNAMOVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 24 "PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO, PARA EL TOTAL DE MONITORES QUE INTEGRAN LA CENTRAL DE MONITOREO": 24.1 "CABLE TRONCAL, CATORCE (14) PIEZAS EN TOTAL (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC"; 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTO PEDIATRICO CATORCE (14) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE); LA CARACTERÍSTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO CATORCE (14) PIEZAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTO PEDIATRICO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 48 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CANALES (CATORCE CANALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el licitante	Respuesta
24040	MINAPIC SA DE CV	360412	360412	EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUUESTAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE LA SOLICITUD DE QUE EL ACCESORIO SEA INANOVIVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 24 "PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO", 24.1 "CABLE TRONCAL CINCO (5) PIEZAS EN TOTAL (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC.", 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO", CINCO (5) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO CINCO (5) PIEZAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 30 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
24041	MINAPIC SA DE CV	360415	360415	EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUUESTAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE LA SOLICITUD DE QUE EL ACCESORIO SEA INANOVIVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 24 "PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO", 24.1 "CABLE TRONCAL OCHO (8) PIEZAS EN TOTAL (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC.", 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO", OCHO (8) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO OCHO (8) PIEZAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 34 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
24042	MINAPIC SA DE CV	360418	360418	EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUUESTAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE LA SOLICITUD DE QUE EL ACCESORIO SEA INANOVIVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS.	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 24 "PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO", 24.1 "CABLE TRONCAL OCHO (8) PIEZAS EN TOTAL (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC.", 24.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO", OCHO (8) PIEZAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) LA CARACTERISTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO OCHO (8) PIEZAS, CODIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 32 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (OCHO CAMAS)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-50-CYR-050CYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
24043	MINARIC SA DE CV	360421	360421	<p>EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUESAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO Y BENEFICIO CLINICO DE LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE QUE EL ACCESORIO SEA INMOVIVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS</p>	<p>SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.4 PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO, 2.4.1 "CABLE TRONCAL ONCE (11) PIEZAS EN TOTAL INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC " 2.4.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTOPEDIATRICO ONCE (11) PIEZAS INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE" LA CARACTERISTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO ONCE (11) PIEZAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTOPEDIATRICO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (SETE CAMAS)" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO" DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>
24044	MINARIC SA DE CV	360424	360424	<p>EL SOLICITAR ESTE ACCESORIO EN 2 PARTES (CABLE TRONCAL Y CABLE DE PACIENTE) LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS OFERTAS QUE SE DESEEN REALIZAR CON UN ACCESORIO QUE INCLUYA EL CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NUESTRA SOLICITUD SIN LIMITAR LAS PROPUESAS DE NINGUN PARTICIPANTE FOMENTANDO EL PISO PAREJO Y BENEFICIO CLINICO DE LA CONVOCANTE NOS DETALLE EL SUSTENIO Y BENEFICIO CLINICO DE QUE EL ACCESORIO SEA INMOVIVIBLEMENTE EN 2 PARTES PARA COMPRENDERLO DE MEJOR MANERA GRACIAS</p>	<p>SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.4 PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO, 2.4.1 "CABLE TRONCAL SIETE (7) PIEZAS EN TOTAL INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECC " 2.4.2 "CABLE DE PACIENTE PARA ECC DE CINCO PUNTAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTOPEDIATRICO SIETE (7) PIEZAS INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE" LA CARACTERISTICA "CABLE TRONCAL Y EL DE PACIENTES UNIDOS EN EL MISMO HILO SIETE (7) PIEZAS, CODIGO AMERICANO PARA PACIENTE ADULTOPEDIATRICO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 31 "CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (SETE CAMAS)" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO" DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>
25316	NUDOMI SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA: 359791 CBH+ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	359791	<p>NOS REFERIMOS AL PUNTO 113 RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA O MENOR A 125 MA O MAYOR. SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "RANGO PICO DE MA. 05 - 60 MA", LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, SE SITUA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO Y PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-239-SSA1-2002 RESPECTO AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE CONFORME AL CONCEPTO ALABIA, TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE" (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE) QUE ESTA NORMA DESCRIBE AL MISMO QUE SE CUMPLE LA POTENCIA REQUERIDA EN EL GENERADOR DE 15 KW ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA REITERAR LA RESPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 113 RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA O MENOR A 125 MA O MAYOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".</p>

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23866	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360949 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360949	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON FRASES PROPIAS DE NUESTRA CASA COMERCIAL EN EL ENTENDIDO DE QUE SE HACE REFERENCIA A UN RESULTADO IGUAL O EQUIVALENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS FRASES PROPIAS DE NUESTRA CASA COMERCIAL EN EL ENTENDIDO DE QUE SE HACE REFERENCIA A UN RESULTADO IGUAL O EQUIVALENTE" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDE SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
23867	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360949 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360949	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CARTA DE CUMPLIMIENTO PROVISTA POR EL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REITERA QUE EN EL ANEXO DOS, DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.2.4.4 (ITERMINOS Y CONDICIONES) EN EL NUMERAL E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOCOPIAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOCOPIAFIAS, IMÁGENES, INSTRUCCIONES Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NUMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NUMERO(S) DE CATALOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4) "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.
23868	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360949 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360949	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y ACEPTE LOS TIEMPOS DE ENTREGA PROPUESTOS DE EQUIPOS EN 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO Y LOS EQUIPOS RESTANTES EN 100 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO YA QUE AL SOLICITAR EQUIPOS NUEVOS EL PROCESO DE FABRICACIÓN ES TARDADO, ASÍ COMO EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A ENTREGA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, PODRÁ EXTENDERSE ÚNICAMENTE A 100 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO, DICHO PLAZO NO PUEDE SER AMPLIADO TODA VEZ LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y EL PAGO DE LOS BIENES DEBE HACERSE EN ESTE AÑO, YA QUE PARA REALIZAR EL TRÁMITE DEL PAGO DEBE LLEVARSE A CABO LA ENTREGA A ENTREGA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO ACORDE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTA(S) DE ACLARACIONES.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23869	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360943 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360953	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y ACEPTE LOS TIEMPOS DE ENTREGA PROPUESTOS (4 EQUIPOS EN 90 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO Y LOS 9 EQUIPOS RESTANTES EN 120 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO) YA QUE AL SOLICITAR EQUIPOS NUEVOS EL PROCESO DE FABRICACIÓN ES TARDADO, ASÍ COMO EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, PODRÁ EXTENDERSE ÚNICAMENTE A 100 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. DICHO PLAZO NO PUEDE SER AMPLIADO TODA VEZ LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y EL PACO DE LOS BIENES DEBE HACERSE EN ESTE AÑO YA QUE PARA REALIZAR EL TRÁMITE DEL PAGO DEBE LLEVARSE A CABO LA ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO ACORDE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
23870	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360957 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360957	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y ACEPTE LOS TIEMPOS DE ENTREGA PROPUESTOS (5 EQUIPOS EN 120 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, 5 EQUIPOS EN 120 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO Y LOS 6 EQUIPOS RESTANTES EN 150 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO) YA QUE AL SOLICITAR EQUIPOS NUEVOS EL PROCESO DE FABRICACIÓN ES TARDADO, ASÍ COMO EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE PIDE A A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, PODRÁ EXTENDERSE ÚNICAMENTE A 100 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. DICHO PLAZO NO PUEDE SER AMPLIADO TODA VEZ LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y EL PACO DE LOS BIENES DEBE HACERSE EN ESTE AÑO YA QUE PARA REALIZAR EL TRÁMITE DEL PAGO DEBE LLEVARSE A CABO LA ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO ACORDE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
23871	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360945 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360945	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA ADJUNTAR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RESPECTIVO RUBRO, CONTRATOS DE SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO, CABE ACLARAR QUE DICHO BIENES DEMUESTRAN QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON LA ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LA MISMA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA Y ASÍ EL INSTITUTO RECIBA UN MAYOR NÚMERO DE OFERTAS PARA EVALUAR ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACLARA QUE EL SOLICITAR ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO LIMITA DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, Y TIENE POR OBJETO ASEGURAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL INSTITUTO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADOS EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPÍTULO SEGUUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASÍ COMO AL ANEXOS DOS "TERMINOS Y CONDICIONES", INCLUIDO CUBRO C "EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR".

Handwritten signature and the text "Página 104" at the bottom right of the page.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta enviada por el Licitante	Respuesta
13972	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA CON NUM DE ID 360946 DE LA EMPRESA PRODUCTOS STANTON SA DE CV	360946	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y SI NOS PERMITA ADJUNTAR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RESPECTIVO RUBRO CONTRATOS DE SUMINISTRO, AGENDAMIENTO CABE ACLARAR QUE DICHS BIENES DEMUESTRAN QUE NI REPRESENTADA CUENTA CON LA ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LA MISMA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA Y ASI EL INSTITUTO RECIBA UN MAYOR NUMERO DE OFERTAS PARA EVALUAR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACLARA QUE EL SOLICITAR ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO LIMITA DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, Y TIENE POR OBJETO ASEGURAR QUE EL LICITANTE ADJUDICADO CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL INSTITUTO DE ACUERDO AL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVEROS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, APRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y DE DEBAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, ASI COMO AL ANEXO EF25 "TERMINOS Y CONDICIONES", INCISO "C", RUBRO "C", EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR.
23624	RADIOLOGIA ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	PREGUNTA CON ID 360073 Y PREGUNTA CON ID 360073	360073	PREGUNTA PUNTO 113... TRANSMISION DINAMICA FOCAL SIN LA INTERVENCIÓN DEL USUARIO O SIN LA LIMITACION DE PUNTOS FOCALES O ENFOQUE OPTIMO EN TODA LA PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN. SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO HASTA 16 ZONAS FOCALES DINAMICAMENTE CONTROLADAS Y HASTA 64 RX ZONAS FOCALES DINAMICAMENTE CONTROLADAS, LO CUAL CUMPLEN LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER EL NUMERAL "13" TRANSMISION DINAMICA FOCAL SIN LA INTERVENCIÓN DEL USUARIO O SIN LA LIMITACION DE PUNTOS FOCALES O ENFOQUE OPTIMO EN TODA LA PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN" DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "13" TRANSMISION DINAMICA FOCAL SIN LA INTERVENCIÓN DEL USUARIO O SIN LA LIMITACION DE PUNTOS FOCALES O ENFOQUE OPTIMO EN TODA LA PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN" DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
		PREGUNTA CON ID 360088 PREGUNTA PUNTO 16 EN EL DETECTOR DIGITAL DE LA		NO ES CORRECTA SU APPRECIACION SE ACLARA QUE PARA EL ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.2.4.4. ITERRMINOS Y CONDICIONES EN EL NUMERAL EL FOLLETO, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGINALES ENTRE OTROS EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS	

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23625	RADIOLOGIA ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	MISMA MARCA DEL EQUIPO ANALIZADOR. DEBEREMOS ENTENDER QUE HARA COMPROMISO QUE EL DETECTOR DIGITAL OFERTADO ES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE DONDE SE INDIQUE QUE EL DETECTOR ES DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO DE RAYOS X CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONDICION SOLICITADA: ¿ES CORRECTO?	560081	BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS: FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER CON LAS MARCAS Y MODELOS Y/O NUMEROS DE PARTES Y/O NUMEROS DE CATALOGOS Y CON LA DESCRIPCION TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS". TAL DOCUMENTACION DEBERA SER COMPLETA Y DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTEGER UNICAMENTE LAS PAGINAS SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOBORTEN SUS PROPOSICIONES.	NO ES CORRECTA SU APPRECIACION. SE REITERA AL LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS: FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER CON LAS MARCAS Y MODELOS Y/O NUMEROS DE PARTES Y/O NUMEROS DE CATALOGOS Y CON LA DESCRIPCION TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS". TAL DOCUMENTACION DEBERA SER COMPLETA Y DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTEGER UNICAMENTE LAS PAGINAS SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOBORTEN SUS PROPOSICIONES.
23679	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TECNICO	TECNICO	PARTIDA 20 PUNTO 1110.2 PRECUNTA 359739	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREPREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA NO FORMULA NI ESPECIFICA LA DUDA REFERENTE A LA PREGUNTA CON ID 359740
23680	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TECNICO	TECNICO	PARTIDA 20 PUNTO 1110.3 PRECUNTA 359740	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREPREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA NO FORMULA NI ESPECIFICA LA DUDA REFERENTE A LA PREGUNTA CON ID 359740
23881	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TECNICO	TECNICO	PARTIDA 30 PUNTO 241 Y 241.11 ACCESORIOS PRECUNTA 359741	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREPREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA NO FORMULA NI ESPECIFICA LA DUDA REFERENTE A LA PREGUNTA CON ID 359740
35882	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TECNICO	TECNICO	PARTIDA 29 PUNTO 31 PRECUNTA 360509	SE AÑADIA A LA LICITANTE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO FORMULA PREGUNTA ALGUNA REFERENTE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ORIGINAL 360509.
35564	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE CV	PREGUNTA 300530 REALIZADA POR BIENES HEALTHCARE DIAGNOSTICS EN RELACION AL PUNTO 113 PARTIDA 15. RESPUESTA DADA: NO SE ACEPTA	360530	SOLICITAMOS AVILABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON UNA CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA DE 3 MA A 139 MA SENDO SOLO 6 MA DE DIFERENCIA LA CORRIENTE QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA AMPLIA GAMA DE ESTUDIOS PARA LOS QUE SE ENCUENTRAN DESTINADOS ESTE TIPO DE EQUIPOS SIN AFECTAR LA CALIDAD DE IMAGEN Y SIN LIMITAR LAS APLICACIONES CLINICAS, ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA LA LICITANTE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV QUE NO SE PUEDE DAR RESPUESTA PUNTUAL A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 113 PUNTO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA O MENOR A 135 MA O MAYOR DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBIERON OFERTAR BIENES QUE CUMPLIAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.

LA-S0-CYR-050CYR040-T-9-2023

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23565	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA 360536 REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS EN RELACION AL PUNTO 3.1 PARTIDA 15. RESPUESTA DADA: SE ACEPTA.	360536	CON BASE EN LA RESPUESTA, ENTENDEMOS QUE SE NOS PERMITE OFERTAR CUBIERTAS ESTERILES DESECHABLES PARA EL DETECTOR DE LA CUBA MONOBLOC Y EL ARCO EN C. SE OFERTAN 60 PIEZAS, CONFORME A LO EXPRESADO EN LA PREGUNTA 360536 REALIZADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACIÓN?	NO ES CORRECTO, SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAL PARA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 50 PIEZAS; COMO OPCIÓN PAR EL NUMERAL 3.2 CUBIERTAS ESTERILES DESECHABLES PARA EL DETECTOR DE LA CUBA MONOBLOC Y EL ARCO EN C. SE OFERTAN 60 PIEZAS SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23566	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360543 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANEJO.	360543	RESERUOSAMENTE, DESEAMOS MENCIONAR A LA CONVOCANTE QUE LA FLUOROSCOPIA SE CLASIFICA EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DEL PULSO Y DE LA DOSIS (KV, MASI, TOMANDO COMO REFERENCIA EL SIGUIENTE TEXTO: LA FLUOROSCOPIA A 30 CUADROS POR SEGUNDO HA SIDO DENOMINADA FLUOROSCOPIA CONTINUA (HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCEARTICLE/ABS/PW05046144007005686) BASADO EN LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU EVALUACION Y RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD Y QUE POR TEMAS DE REFERENCACION NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE: FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE IMAGEN A 30 PIS/LO CUAL DE ACUERDO A LA LITERATURA CIENTIFICA ES EQUIVALENTE A LA FLUOROSCOPIA CONTINUA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 7.15 FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA; DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.
23567	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360543 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANEJO.	360543	DE RESULTAR NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA REPRESENTA ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE ACLARA QUE PARA EL ANEXO NO. 2, DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TERMINOS Y CONDICIONES), EN EL NUMERAL, EL FOLLETO, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, INGENIERIAS INSTRUCTIVAS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER CON LAS MARCAS Y MODELOS (Y/O NUMEROS) DE PARTES (Y/O NUMEROS) DE CATALOGOS Y CON LA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, TAL DOCUMENTACION DEBERA SER COMPLETA Y DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL SIN QUE ALTERE MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTEGER UNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOPORTEH SUS PROPOSICIONES.
23568	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360544 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANEJO.	360544	EN RELACION A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE NOS PERMITAMOS REFORMULAR LA PREGUNTA PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO, EN NUMERAL (PUNTO 7.1) ESTABLECE ANODO ROTATORIO 9000 RPM O MAYOR NUESTRA DOCUMENTACION TECNICA NO ESTABLECE TEXTUALMENTE EL TERMINO "ANODO ROTATORIO" SIN EMBARGO PROPORCIONA EL VALOR DE LA POTACION EN LA QUE GIRA EL ANODO, QUE ES PRECISAMENTE 9000 RPM, TAL COMO LO SOLICITA LA BASE, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO NOS PERMITA HACER REFERENCIA A "POTACION DEL ANODO: 9000 RPM". ¿SE ACEPTA?	CON FINES DE COMPROBACION DOCUMENTAL SE ACEPTA REFERENCIAL "POTACION DEL ANODO 9000 RPM" COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 7.11 ANODO ROTATORIO 9000 RPM O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23569	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360548 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CONTELEMANDO.	360548	RESPECTUOSAMENTE DESEAMOS MENCIONAR A LA CONVOCANTE QUE LA FLUOROSCOPIA SE CLASIFICA EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DEL PULSO Y DE LA DOSIS INV. MAS, TOMANDO COMO REFERENCIA EL SIGUIENTE TEXTO: "LA FLUOROSCOPIA A 30 CUADROS POR SEGUNDO HA SIDO DENOMINADA FLUOROSCOPIA CONTINUA" https://www.scientificdirect.com/science/article/abs/pii/S1546140407005986 . BASADO EN LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU EVALUACIÓN Y RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD Y QUE POR FAVOR TENAS DE REFERENCIACION NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE: FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE IMAGEN A 30 P/S/ LO CUAL DE ACUERDO A LA LITERATURA CIENTIFICA ES EQUIVALENTE A LA FLUOROSCOPIA CONTINUA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "13.2.2 FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 18 O 30 IMAGENES O PULSOS O CUADROS SEGUNDO O MAYOR POR SEGUNDO" DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
23570	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360548 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CONTELEMANDO	360548	DE RESULTAR NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREPREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE: A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPIETA. LAS CARTAS DEL FABRICANTE EN DONDE INDIQUE QUE CUMPLA CON CARACTERISTICAS TECNICAS NO SON ACEPTADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE REITERA QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EN EL INCISO E) DEL ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES SE ESTABLECE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS, VÍD MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER CON LAI MARCAIB Y MODELO(S) Y/O NUMERO(S) DE PARTES Y/O NUMERO(S) DE CATALOGOS Y CON LA DESCRIPCION TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL COMO HENACION DEBERA SER COMPLETA Y DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTENER ÚNICAMENTE LAS PAGINAS/SECCIONES VÍD PARRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.
33571	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 354672 DE LA EMPRESA TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV, PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CONTELEMANDO.	354672	DE ACUERDO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPECTUOSAMENTE MENCIONAMOS QUE ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL PUNTO 13A) SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACION" HACE REFERENCIA A LA FUNCIÓN DE POSICIONAR Y CENTRAR AL PACIENTE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL PARA EVITAR SOBREDOSIS DE RADIACION AL PACIENTE BASANDOSE EN LA ÚLTIMA IMAGEN ADQUIRIDA (LH) Y NO A LA FUNCIÓN DE LA LUZ INCORPORADA EN EL COLIMADOR, LA CUAL ES UTILIZADA GENERALMENTE ANTES DE EMPREZAR CON EL PROCEDIMIENTO Y QUE ES BASICO EN CUALQUIER SISTEMA DE IMAGEN DESDE UN RAYOS X SIMPLE. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EL OFERTANTE DEBERA INCORPORAR EN SU OFERTA UN SISTEMA (SOFTWARE) PARA EL POSICIONAMIENTO LIBRE DE RADIACION A TRAVÉS DE LA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL CAMPO DE VISION USANDO LA ÚLTIMA RETENCION DE IMAGEN O LÍH POR SUS SIGLAS EN INGLÉS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL "13A) SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACION". COMO OPCION PARA EL NUMERAL "13A) UN SISTEMA (SOFTWARE) PARA EL POSICIONAMIENTO LIBRE DE RADIACION A TRAVÉS DE LA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL CAMPO DE VISION USANDO LA ÚLTIMA RETENCION DE IMAGEN O LÍH POR SUS SIGLAS EN INGLÉS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
LA-S0-CYR-050CYR040-T-9-2023



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23572	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360078 DE LA EMPRESA RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV, PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANEJO.	360078	DE ACUERDO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPECTUOSAMENTE MENCIONAMOS QUE ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL PUNTO 1141 SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACION? HACE REFERENCIA A LA FUNCION DE POSICIONAR Y CENTRAR AL PACIENTE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL PARA EVITAR SOBREDOSIS DE RADIACION AL PACIENTE BASANDOSE EN LA ULTIMA IMAGEN ADQUIRIDA (LH) Y NO A LA FUNCION DE LA LUZ INCORPORADA EN EL COLIMADOR LA CUAL ES UTILIZADA GENERALMENTE ANTES DE EMPEZAR CON EL PROCEDIMIENTO Y QUE ES BASICO EN CUALQUIER SISTEMA DE IMAGEN DESDE UN RAYOS X SIMPLE. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EL OERTANTE DEBERIA INCORPORAR EN SU OFERTA UN SISTEMA (SOFTWARE) PARA EL POSICIONAMIENTO LIBRE DE RADIACION A TRAVES DE LA VISUALIZACION GRAFICA DEL CAMPO DE VISION USANDO LA ULTIMA RETENCION DE IMAGEN O LH POR SUS SIGLAS EN INGLES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1141 SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACION" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1141 UN SISTEMA (SOFTWARE) PARA EL POSICIONAMIENTO LIBRE DE RADIACION A TRAVES DE LA VISUALIZACION GRAFICA DEL CAMPO DE VISION USANDO LA ULTIMA RETENCION DE IMAGEN O LH POR SUS SIGLAS EN INGLES". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23573	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360491 DE LA EMPRESA SU MINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV, PARTIDA 13 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANEJO.	360491	ENTENDEMOS QUE NO SERA CAUSAL DE DESCALIFICACION OFERTAR TRES UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS UNA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 5 MINUTOS RESPANDO A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE FLUOROSCOPIA (CUYA ALIMENTACION ELECTRICA DE ENTRADA COMO DE SALIDA DIFIERE A LA DE LAS ESTACIONES DE LA CONSOLA DE CONTROL Y ESTACION DE TRABAJO O POSTPROCESO). OTRA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 5 MINUTOS A PLENA CARGA PARA LA CONSOLA DE CONTROL Y OTRA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 5 MINUTOS A PLENA CARGA PARA LA CONSOLA DE TRABAJO, CONSIDERANDO QUE LA CONSOLA DE TRABAJO PUEDE ENCONTRARSE EN UNA UBICACION DISTINTA EN EL AREA DE INTERPRETACION. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR UNA UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE 5 MINUTOS PARA TODO EL EQUIPO A PLENA CARGA. OTRA UPS DE 5 MINUTOS RESPANDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE ADQUISICION Y OTRA UPS DE 5 MINUTOS RESPANDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESTACION DE TRABAJO O POSTPROCESO (INCLUIR: MARCA Y MODELO DE CADA UPS). COMO OPCION PARA EL NUMERAL 13 UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE UPS DE AL MENOS 5 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO DE FLUOROSCOPIA Y LAS ESTACIONES O CONSOLAS DE CONTROL Y DE TRABAJO (INCLUIR: MARCA Y MODELO). SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23574	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360553 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 14 UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (DIGITAL)	360553	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO SISTEMA QUE PROPORCIONA 53 PASOS VALORES DIFERENTES DE KV EN EL RANGO DE KV DE 40 A 150KV, CONSIDERANDO QUE LA VARIACION SOLICITADA ES DE 2KV LO QUE TOTALIZA UN TOTAL DE 56 VALORES DIFERENTES VALORES DE KV. OFRECER 53 DIFERENTES VALORES DE KV NO INCIDE NI EN LA TECNICA RADIOGRAFICA NI VARIA CLINICAMENTE EN PENETRACION Y CALIDAD DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1141 INCLEMENTOS DE VOLTAJE DE 2KV O MENOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23575	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360554 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 14 UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (DIGITAL)	360554	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITA OFRECER NUESTRO SISTEMA QUE PROPORCIONA UN TIEMPO DE EXPOSICION EN EL RANGO DE 1 MAS A 2000 MAS (13.5) SEG ENTRE AMBOS DETECTORES (UNO INTEGRADO O FID O BUCKY DE PARED Y OTRO INSALEMBRICO PARA EL BUEN DE LA MESA) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1141 TIEMPO DE EXPOSICION 1 MILISEGUNDO O MENOR A 2 SEGUNDOS O MAYOR; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23576	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360555 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 14 UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (DIGITAL)	360555	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE SOLICITAMOS AMBAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE ACEPTAR NUESTRO SISTEMA CON UN DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL EN LA COLUMNA PORTA TUBO DE 153 CM EL CUAL SE COMPLEMENTA CON EL DESPLAZAMIENTO EN EL MISMO EJE LONGITUDINAL DE LA MESA DE 1141 EL CUAL ES SUPERIOR A LA SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1143 CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 100 CM O MAYOR; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.



ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23577	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	E/RELACION AL ID DE LA PREGUNTA 360576 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 1a. UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (DIGITAL)	360576	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE ACEPTAR NUESTRO SISTEMA CON DOS DETECTORES UNO INTEGRADO O FIJO AL BUCKY DE PARED EL CUAL GARANTIZA EL CORRECTO POSICIONAMIENTO EN POSICIÓN VERTICAL SIN RIESGO DE MOVILIZACIÓN POR MOVIMIENTOS PROPIOS DEL PACIENTE EN ESTA POSICIÓN VERTICAL Y OTRO DETECTOR INCLAVBRICO PARA PROYECCIONES EN LA MESA Y LIBRES AMBOS DETECTORES PROPORCIONAN LA MISMA UTILIDAD, SIENDO INCLUSIVO DE MAYOR PROVECHO EL TENER EL FIJO EN EL BUCKY DE PARED EN POSICIÓN VERTICAL DANDO MÁS ESTABILIDAD Y PRECISIÓN EN LA TOMA Y EN EL CASO DEL INCLAVBRICO ES INDIFFERENTE DONDE SE UBIQUE DEBIDO A QUE PROPORCIONA LA MISMA UTILIDAD EN AMBOS CASOS ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDE SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
23578	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360577 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 40 ULTRASONOGRAFIA (BASICO) PUNTO 1.261 SELECCIÓN DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR	360577	LA TECNOLOGÍA DE ENFOQUE DINÁMICO ES SUPERIOR A LA TECNOLOGÍA ANTERIOR DE SELECCIÓN Y ADICIÓN DE PUNTOS FOCALES MANUALMENTE, YA QUE EL ENFOQUE DINÁMICO DE TRANSMISIÓN QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO UTILIZA HACER DE TRANSMISIÓN EN MÚLTIPLES DIRECCIONES SIMULTANEAS EN TODO EL CAMPO DE VISION PARA ENFOCAR LA IMAGEN A TODAS LAS PROFUNDIDADES MEDIANTE MEDIANTE CORRECCIONES FÍSICAS DE RETARDO FASE Y AMPLITUD ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA HA SIDO DESARROLLADA EN EL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LO QUE CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE TENGA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LA MAYOR CANTIDAD DE OPCIONES DE COMPRA SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA SIN QUE ESTO LIMITE AL RESTO DE LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDE SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
23579	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360579 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 40 ULTRASONOGRAFIA (BASICO) PUNTO 1.261 SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUIDO EN EL DICOM (CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OPERADO) DE IMAGENES COMPATIBLES CON DICOM	360579	ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO DE LA FORMA MAS EFICIENTE POSIBLE Y SIN ENGAÑAR LA PROPIETA ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO OFERTADOS DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR, GUARDAR, LEER, IMPORTAR ESTUDIOS CON FORMATO DICOM Y PODER EXPORTAR DIRECTAMENTE DESDE EL EQUIPO A UNA USB, CD O DVD PARA ABRILOS EN CUALQUIER COMPUTADORA EN DICHO FORMATO DICOM, SIN TENER QUE DEPENDER DE UN EQUIPO EXTERNO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU ARREGACION SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB, INCLUIDO EL VISOR DICOM CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISION POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS COMO DVD Y USB, DONDE SE ALMACENARON LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM, EL VISOR DICOM DEBE ESTAR ESPECIFICADO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO Y CUMPLIR CON LAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS RESULTADOS GENERADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta enviada por el Licitante	Respuesta
23580	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 360589 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 41 ULTRASONOGRAFIA AVANZADO, PUNTO 19 SELECCIÓN DE 8 PUNTOS FOCALES O MAYOR	360581	LA TECNOLOGÍA DE ENFOQUE DINÁMICO ES SUPERIOR A LA TECNOLOGÍA ANTERIOR DE SELECCIÓN Y ADICIÓN DE PUNTOS FOCALES MANUAMENTE, YA QUE EL ENFOQUE DINÁMICO DE TRANSMISIÓN QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO UTILIZA HACES DE TRANSMISIÓN EN MÚLTIPLES DIRECCIONES SINTEZADOS EN TODO EL CAMPO DE VISION PARA ENFOCAR LA IMAGEN A TODAS LAS PROFUNDIDADES MEDIANTE MEDIANTE CORRECCIONES FÍSICAS DE RETARDO, FASE Y AMPLITUD. ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA HA SIDO DESARROLLADA EN EL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LO QUE CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE TENGA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LA MAYOR CANTIDAD DE OPCIONES DE COMPRA SOLICITAMOS NOS PERMITA OPERAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA SIN QUE ESTO LIMITE AL RESTO DE LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODAVIA QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDE SE AGLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "FEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "FEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
23581	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360589 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 41 ULTRASONOGRAFIA AVANZADO, PUNTO 19 SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OPERATIVO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO	360585	ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO DE LA FORMA MAS EFICIENTE POSIBLE Y SIN ENCARRECER LA PROPUESTA, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO OFERTADOS DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR, GUARDAR, LEER, IMPORTAR ESTUDIOS CON FORMATO DICOM Y PODER EXPORTAR DIRECTAMENTE DESDE EL EQUIPO A UNA USB, CD O DVD PARA ABRIRLOS EN CUALQUIER COMPUTADORA EN DICHO FORMATO DICOM, SIN TENER QUE DEPENDER DE UN EQUIPO EXTERNO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB, INCLUYENDO EL VISOR DICOM CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO, EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISION POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS COMO DVD Y USB DONDE SE ALMACENARAN LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM. EL VISOR DICOM DEBE ESTAR ESPECIFICADO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO Y CUMPLIR CON LAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS RESULTADOS GENERADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
23582	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360589 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 42 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICO SEGUNDO TRIVELI PUNTO 19 SELECCIÓN DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR	360589	LA TECNOLOGÍA DE ENFOQUE DINÁMICO ES SUPERIOR A LA TECNOLOGÍA ANTERIOR DE SELECCIÓN Y ADICIÓN DE PUNTOS FOCALES MANUAMENTE, YA QUE EL ENFOQUE DINÁMICO DE TRANSMISIÓN QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO UTILIZA HACES DE TRANSMISIÓN EN MÚLTIPLES DIRECCIONES SINTEZADOS EN TODO EL CAMPO DE VISION PARA ENFOCAR LA IMAGEN A TODAS LAS PROFUNDIDADES MEDIANTE MEDIANTE CORRECCIONES FÍSICAS DE RETARDO, FASE Y AMPLITUD. ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA HA SIDO DESARROLLADA EN EL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LO QUE CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE TENGA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LA MAYOR CANTIDAD DE OPCIONES DE COMPRA SOLICITAMOS NOS PERMITA OPERAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA SIN QUE ESTO LIMITE AL RESTO DE LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA QUE OFERTE "ENFOQUE DINAMICO" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 19 SELECCION DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS BIENES LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDEP Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA FEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23583	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360591 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 42 ULTRASONOGRAFIA (GINECO-OBSTETRICO SECUNDO NIVEL) PUNTO 1261 SOFTWARE PAPA ALMACENAR ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUALES COMPATIBLES CON DICOM	360591	ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO DE LA FORMA MÁS ERICIENTE POSIBLE Y SIN ENCARDECER LA PROPUESTA, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO OFERTADOS DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR, GUARDAR, LEER, IMPORTAR ESTUDIOS CON FORMATO DICOM, Y PODER EXPORTAR DIRECTAMENTE DESDE EL EQUIPO A UNA USB, CD O DVD PARA ABRIRLOS EN CUALQUIER COMPUTADORA EN DICHO FORMATO DICOM, SIN TENER QUE DEPENDER DE UN EQUIPO EXTERNO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE REITERA LA RESPUESTA, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB, INCLUYENDO EL VISOR DICOM, CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO, EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISIÓN POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS, COMO DVD Y USB, DONDE SE ALMACENARON LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM.
23584	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360595 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, ANEXO 1 PARTIDA 43 ULTRASONOGRAFIA (GINECO-OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 171, CORAZON 3D FETAL (STIC)	360595	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA HORRIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR CONVEXO DE 14-85 MHZ QUE TIENE APLICACIONES DE CARBIO FETAL Y AYUDA A LA EVALUACION DE LA CONTRACCION CARDIACA FETAL O ADULTA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE STRAIN Y ROTACION VENTRICULAR SISTOLICA Y DIASTOLICA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION INDICADA EN EL NUMERAL 171 CORAZON 3D FETAL (STIC); DE LA CÉDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CÉDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23585	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360596 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, ANEXO 1 ULTRASONOGRAFIA (GINECO-OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 19 SELECCION DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR	360596	ESTE TIPO DE TECNOLOGIA HA SIDO DESARROLLADA EN EL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LO QUE CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE TENGA TECNOLOGIA ACTUAL Y LA MAYOR CANTIDAD DE OPCIONES DE COMERCIALIZACION NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA SIN QUE ESTOY LLEGUE AL RESTO DE LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA QUE OFERTE "ENFOQUE DINAMICO" COMO OPCION PARA EL NUMERAL 19 SELECCION DE 5 PUNTOS FOCALES O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CÉDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

Página 112

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23586	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN RELACION A LA PREGUNTA 360599 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, ANEXO 1 PARTIDA 43 ULTRASONOGRAFIA (GINECO-OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 2.6.3 SOFTWARE PARA ADQUIRIR ESTUDIOS INCLUYENDO VISOR DICOM INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TECNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO/ DE IMAGENES COMPATIBLES CON DICOM	360599	ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO DE LA FORMA MAS EFICIENTE POSIBLE Y SIN ENCARGECER LA PROPIETA, ENTENDIENDO QUE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO OFERTADOS DEBEY CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ACQUIRIR, GUARDAR, LEER, REPORTAR ESTUDIOS CON FORMATO DICOM Y PODER EXPORTAR DIRECTAMENTE DESDE EL EQUIPO A UNA USB CD O DVD PARA ABRIRLOS EN CUALQUIER COMPUTADORA EN DICHO FORMATO DICOM, SIN TENER QUE DEPENDER DE UN EQUIPO EXTERNO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR IMAGENES EN FORMATO DICOM DENTRO DEL MISMO EQUIPO Y EN UNIDADES EXTERNAS COMO CD, DVD Y USB INCLUYENDO EL VISOR DICOM, CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA VISUALIZACION DE LAS IMAGENES DICOM EN EL MISMO EQUIPO, EN ESTACIONES O COMPUTADORAS PARA SU REVISION POR MEDIO DE LAS UNIDADES EXTERNAS COMO DVD Y USB DONDE SE ALMACENARON LAS IMAGENES JUNTO CON EL VISOR DICOM.
23587	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN REFERENCIA A LA PREGUNTA 360462 DE LA EMPRESA HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV PARTIDA 41 ULTRASONOGRAFIA AVANZADO 1.3.3.3 CONVEXO O CURVILINEO CON EL RANGO DE 2 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR COMO MINIMO O MAYOR COMO MINIMO CON FRECUENCIAS ARMONICAS E INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE PARA ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFIA CUALITATIVA INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO) DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.	36462	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CEDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RANGO DINAMICO DE 383 DB Y CON 1140x860 DE CARNALES CUANTITATIVA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.3.3.3.3 CON VENTAJAS ARMONICAS E INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE PARA ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFIA CUALITATIVA INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO) DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23588	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN REFERENCIA A LA PREGUNTA 360221 DE LA EMPRESA GMI TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV, PARTIDA 3 ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO, PUNTO 1.16	360221	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CEDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RANGO DINAMICO DE 383 DB Y CON 1140x860 DE CARNALES DIGITALES YA QUE EL OJO HUMANO SOLO PUEDE VER 30 A 60 CUADROS POR SEGUNDO NUESTRA TECNOLOGIA COLOCA LOS CUADROS EN 250 CUADROS POR SEGUNDO Y GUARDA EN CACHE DE 80000 CUADROS POR SEGUNDO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.16 RANGO DINAMICO (DB) O MAYOR CON ADQUISICION DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	respuesta
23599	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EN REFERENCIA A LA PREGUNTA 360223 DE LA EMPRESA DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV PARTIDA 5 ECCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR PUNTO 114	360223	SE SOLICITA AMPLIAMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CEDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RANGO DINAMICO DE 383 DB Y CON 11400-800 DE CANALES DIGITALES YA QUE EL OJO HUMANO SOLO PUEDE VER 30 A 60 CUADROS POR SEGUNDO NUESTRA TECNOLOGIA COLOCA LOS CUADROS EN 350 CUADROS POR SEGUNDO Y GUARDA EN CINE DE 80 000 CUADROS POR SEGUNDO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACERTA FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 114. RANGO DINAMICO 180 DB O MAYOR CON ADQUISICION DE AL MENOS 1000 CUADROS POR SEGUNDO DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23776	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	360484	360484	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA Y NO PERMITIR QUE LOS DETECTORES CON CENTELLEADOR DE CADOLINEO (COS) ENTENDIENDO QUE SE ESTA TENIENDO UNA INTERPRETACION ERRONEA DEBIDO A QUE LOS DETECTORES CON CENTELLEADOR DE CADOLINEO SON UNA TECNOLOGIA INFERIOR A LA SOLICITADA DEBIDO A QUE NO PERMITEN OBTENER LA MISMA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS MINIMA ADICIONAL EL ESTANDAR ACTUAL DEL MERCADO SON DETECTORES CON CENTELLEADOR DE IODURO DE CENIO EL CUAL CAPTAN LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS MINIMA INCLUSO EN PACIENTES PEDIATRICOS, NEONATALES O PACIENTES CON COMPLEXION FISICA DELGADA LO CUAL HACE SENTIDO CON EL PRINCIPIO ALARA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Y PACIENTES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PRECISA Y SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 116.3 PLANO DE SILICIO O SILICIO AMORFO (A-SI) CON CENTELLEADOR DE IODURO DE CENIO (CSI) DE LA PARTIDA 16 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 31. CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. DICHAS CARACTERISTICAS ESTABAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23729	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	360484	360484	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA OTORGADA TOMANDO EN CUENTA QUE UN DETECTOR DIGITAL QUE UTILIZA CSL PUEDE REDUCIR LA DOSIS EMITIDA DE RADIACION HASTA 30% EN COMPARACION CON LOS DETECTORES QUE UTILIZAN OXIGENURO DE CADOLINEO (COS). ESTO ES DE SUMA IMPORTANCIA EN LA PEDIATRIA PORQUE LOS NIÑOS SON MAS VULNERABLES A LOS TIPOS DE CANCER INDUCIDOS POR LA RADIACION. ADEMÁS EL CSL ES MUY EFICIENTE PARA MOSTRAR LOS PEQUEÑOS DETALLES EN LA VISUALIZACION Y EN CONSECUENCIA PROMUEVEN DIAGNOSTICOS MAS PRECOZES SE ACEPTA	SE PRECISA Y SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 116.3 PLANO DE SILICIO O SILICIO AMORFO (A-SI) CON CENTELLEADOR DE IODURO DE CENIO (CSI) DE LA PARTIDA 16 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 31. CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. DICHAS CARACTERISTICAS ESTABAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23729	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	359880	359880	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL INSTITUTO VALIDARA QUE LA CARTA SEA EMITIDA POR EL MISMO FABRICANTE EXPRESADO EN EL REGISTRO SANITARIO? FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA QUE EL INSTITUTO VERIFICA QUE LOS LICITANTES ENTREGUEN COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA PARA LAS PARTIDAS 13, 14, 15 Y 16 CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPERESQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-239-SSA1-2009 Y DEMAS NOM-ATIVIDAD APLICABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-239-SSA1-2009. SALUD AMBIENTAL REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES RESPONSABILIDADES SANITARIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS EQUIPOS Y PROTECCION RADIOLOGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X. PARA LAS PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43 Y 49 SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TECNICA, CARTA, COMPROMISO DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACION SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICHA 30

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23740	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	380725	380175	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE UN LICITANTE NO OFERTE LOS 36 MESES DE GARANTIA MINIMA REQUERIDA LA PROPUESTA SERA DESECHADA Y NO PODRA EVALUARSE AL NO CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. ESTO CON INDEPENDENCIA DEL PUNTAJE NO OTORGADO PUES CONSIDERAMOS QUE DE SER EVALUADAS PONEN EN RIESGO LA OPERACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS FAVOR DE CONFIRMAR	SE RETIERA A LOS LICITANTES QUE EL PERIODO MÍNIMO SOLICITADO DE GARANTIA DE LOS BIENES ESTA DESCRITO EN EL ANEXO NO. 3.4. REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACION DE LOS BIENES (CAPACITACION GARANTIA TIEMPOS DE ENTREGA Y DEDUCTIVAS) EN LA COLUMNA DENOMINADA PERIODO DE GARANTIA Y DICHO PLAZO ES EL MÍNIMO REQUERIDO. EN CASO DE NO OFERTARLO AFECTARA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA.
23739	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	ANEXO II- PRESICION 4	ANEXO II- PRESICION 4	SOLICITAMOS RESPETUSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS CARTAS SOLICITADAS DEBERA EMITIRLAS UNICAMENTE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS EXPRESADO EN EL REGISTRO SANITARIO FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE ADEMAS DE LO PUBLICADO EN EL ANEXO III PRESICION 4, SE DEBERA ENTREGAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA PARA LAS PARTIDAS 13, 14, 15 Y 16 CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-1229-SSA1-2002 Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002. SALUD AMBIENTAL REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES, RESPONSABILIDADES SANITARIAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS EQUIPOS Y PROTECCION RADIOLOGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X.
23740	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES, ANEXO 4	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES, ANEXO 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS RUBROS DE EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN CASO DE PRESENTAR FACTURAS CON LA INICIATIVA PRIVADA QUE DEMUESTREN LA VENTA DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, TAMBIEN SE CUMPLIRA EN LOS RUBROS CON LAS EVIDENCIAS DE ENTREGA YA QUE CON PARTICULARES NO SIEMPRE EXISTEN FIANZAS O ACTAS CIRCUNSTANCIADAS FAVOR DE ACLARAR	HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TECNICA CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACION SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (USAJES DE SERVICIO) DICHA O AMBAS ENTREGAS POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES ADICIONALMENTE PARA LAS PARTIDAS 13, 14, 15 Y 16 SE DEBE ENTREGAR CARTA DEL LICITANTE FIRMADA POR ESTE EN LA QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA INSTALACION DEL EQUIPO Y ACEPTACION DE LAS AREAS EN LO DISPUESTO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002. SALUD AMBIENTAL REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES, RESPONSABILIDADES SANITARIAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS EQUIPOS Y PROTECCION RADIOLOGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE.
23743	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	360082	360082	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN ESTE REQUERIMIENTO SE CONTEMPLE QUE EL EQUIPO PORTATIL CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 300 KWH COMO MÍNIMO DEBIDO A QUE ESTO PERMITE QUE EL EQUIPO PUEDA UTILIZARSE PARA UN ALTO FLUJO DE TRABAJO SIN NECESIDAD DE INTERROMPER LA JORNADA DE ESTUDIOS DEBIDO A SOBRE CALENTAMIENTO Y LOS 100 KWH SOLICITADOS SON INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR QUE NO OCURRA UN SOBRECALENTAMIENTO EN EL TUBO QUE TERMINE AFECTANDO A USUARIOS Y PACIENTES EL CONTAR CON TUBO DE 300 KWH SE TRADUCE EN BENEFICIO DE LA UNIDAD COMPRADORA, USUARIOS Y PACIENTES (SE ACEPTA)	NO ES CORRECTO SE ACEPTA QUE OFERTE CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 300 KWH, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 123 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 100 KWH O MAYOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONVICENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA MEDIDA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Respuesta
23748	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	360484	362484	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 16.3 PLANO DE SILICIO O SILICON AMORFO (AS) CON CENTELLADOR DE IODOURO DE CESIO (CS) ¹³ DE LA PARTIDA 16 UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 31 CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, DICHAS CARACTERISTICAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PERSPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALCUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
23749	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	369865	594865	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, PODRA EXTENDERSE UNICAMENTE A 100 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO, CONFORME A LA PRECISION TECNICA NUMERO 7.
23769	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	369880	369880	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-S541-2002 Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE SOLICITADA DE MANERA OBLIGATORIA PARA LAS PARTIDAS 13, 14, 15 Y 16, ESTA DEBERA ESTAR EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS.
23600	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	ID 361488 DE SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO	361498	NO SE ACEPTA. SE REITERA QUE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 14.3 BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTANEO CON 900 CUADROS SEGUNDOS O MAYOR, DE LAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIEND Y GUARDIEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23601	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	ID 361500 DE SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO	361500	NO SE ACEPTA. SE REITERA QUE DEBERA ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 14.4 BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTANEO CON 900 CUADROS SEGUNDOS O MAYOR, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIEND Y GUARDIEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	REFERENCIA	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
23798	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ID 354625 DE TELECOMUNICACION Y EQUIPOS	354625	DEBIDO A QUE NOSOTROS NOS APOYAMOS CON OTRAS MARCAS Y/O FABRICANTES, CON RESPECTO A LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y SIENDO ELLOS LOS QUE TIENEN EL CONTROL SOBRE SUS REGISTROS Y CERTIFICADOS, Y EN EL CUAL NO PODEMOS TENER LA INDEPENDENCIA, SOLICITAMOS NUEVAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE, AL MENOS EN LOS CONSUMIBLES DE USO COMÚN, SEA ELIMINADO EL ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD, YA QUE EL IMSS PUEDE UTILIZAR LOS INSUMOS DE CUALQUIER MARCA Y EN ESTE CASO EN ESPECÍFICO, LA LICITACIÓN VERSA SOBRE EQUIPO MÉDICO Y LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS, SON ÚNICAMENTE PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL BIEN, YA QUE UNA VEZ QUE SE TERMINEN DICHOS CONSUMIBLES, EL IMSS PUEDE ADQUIRIRLOS DIRECTAMENTE CON LOS FABRICANTES O REPRESENTANTE COMERCIALES, Y QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL EQUIPO PRINCIPAL QUE ES EL PUNTO CENTRAL DEL PRESENTE EVENTO DE LICITACIÓN O BIEN, SÓLO PARA EL CASO DE LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACEPTAR ESCRITO POR PARTE DEL ORGANISMO CERTIFICADOR DEL FABRICANTE/REPRESENTANTE COMERCIAL EN EL QUE SE MENCIONE QUE EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, YA QUE COMO SE MENCIONA AL INICIO LOS CONSUMIBLES NO SON PARTE ESENCIAL DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES ¿ACEPTAN? FAVOR DE ACORDAR	SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUNO EQUIPO ADICIONAL, ACCESORIO O CONSUMIBLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LA INSTALACION U OPERACION, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, PRESENTANDO LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y DEMAS, ENTRE ELLO LO SOLICITADO EN EL PUNTO DI LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, NO SE OMITI MENCIONAR QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DERIVA DE LA INVESTIGACION DE MERCADO, EN LA CUAL SE EXPLORA LA CAPACIDAD DE LA PROVEEDURIA INTERESADA EN PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE DICHOS BIENES.
23800	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ID IMSS 354656 DE LA EMPRESA TELECOMUNICACION Y EQUIPOS,	354656	OBSERVAMOS QUE EN LA CEDULA DEL ULTRASONOGRAFIO GINECO-OBSTETRICO TERCER NIVEL NO SOLICITAN TRANSDUCTOR CONVEXO CON APLICACION A ELASTOGRAFIA PERO EN ESTA CEDULA QUE TIENE UN NIVEL MUCHO MAS BAO SI LA PIDEN AHORA PARA QUE EXISTA CONGRUENCIA Y EN FUNCION DE LA OPERABILIDAD DEL EQUIPO YA QUE SI NO TIENEN EL SOFTWARE (SHARE WAVE) NUNCA HAYAN LA ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA CON EL CONVEXO, SOLICITAMOS SE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITAN OFERTAR TRANSDUCTOR CONVEXO SIN APLICACION A ELASTOGRAFIA CUALITATIVA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE REITERA QUE DEBERA ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.302. CONVEXO O CURVILINEO CON EL RANGIO DE 2 MHz O MENOR A 5 MHz O MAYOR COMO MÍNIMO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS PARA LAS SUCIENTES APLICACIONES, PARA ELASTOGRAFIA, CUALITATIVA, INCLUIR NUMERO DE PARTE O MODELO" DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23801	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ID IMSS 354665 DE LA EMPRESA TELECOMUNICACION Y EQUIPOS,	354665	SOLICITAMOS SE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE NO ES CONGRUENTE SOBRE LA PREGUNTA ESTA ES EN EL SENTIDO DE UN CONSUMIBLE QUE DE HECHO SE USA EN EL IMSS, LA PREGUNTA ES SOBRE DIFERENTES MEDIDAS EN LAS AGUJAS PARA BIOPSIA	SI SE REFIERE AL NUMERAL 14. AGUJAS, COMPATIBLES CON EL DISPOSITIVO DE DISPARO OFERTADO PARA LA TOMA DE BIOPSIA, 30 PIEZAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 16 GAUJES X 15 CM, 14 GAUJES X 10 CM Y 14 GAUJES X 16 CM, (DEBERA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO), SE ACEPTA QUE OFERTE COMO OPCION PARA EL NUMERAL "AGUJAS COMPATIBLES CON EL DISPOSITIVO DE DISPARO OFERTADO PARA LA TOMA DE BIOPSIA, 30 PIEZAS 10 PIEZAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 16 G X 15 CM, 14 G X 15 CM Y 14 G X 10 CM, (DEBERA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CORRESPONDERE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
23802	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ID IMSS 354667 DE LA EMPRESA TELECOMUNICACION Y EQUIPOS,	354667	EN LOS ULTRASONIDOS NO EXISTE TRANSDUCTOR LINEAL TRAPEZOIDAL YA QUE EL TERMINO TRAPEZOIDAL SE REFIERE A UNA FORMA DE VISUALIZACION USANDO EL TRANSDUCTOR LINEAL, SOLICITAMOS SE RECONSIDERE LA RESPUESTA Y NOS PERMITAN OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL QUE SE USE EN MODO TRAPEZOIDAL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE TRANSDUCTOR LINEAL QUE SE USE EN MODO TRAPEZOIDAL DE 4.0 MHz O MENOR A 10.0MHz O MAYOR CON ARMÓNICAS, COMO OPCION PARA EL NUMERAL 22 TRANSDUCTOR LINEAL, TRAPEZOIDALES DE 4.0 MHz O MENOR A 10.0MHz O MAYOR CON ARMÓNICAS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio. Electrónica.
 LA-50-GYR-050GYR040-T-9-2023



"PROGRAMA NACIONAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Referencia	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
13803	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	ID IMSS 354668 DE LA EMPRESA TELECOMUNICACION Y EQUIPOS.	354668	<p>SOBRE ESTE PUNTO Y NO ESTAMOS HABLANDO DEL EQUIPO PRINCIPAL NI DE ACCESORIOS (QUE POR SU NATURALEZA NECESITAN REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD) ES IMPORTANTE COMENTAR QUE PARA LOS CD Y DIEMAS CONSUMIBLES QUE ACTUALMENTE USA EL IMSS Y ESTAN DADOS DE ALTA SON ADITAMENTOS QUE SE LOGRAN DE FORMA SENCILLA Y SE VENDEN EN TODO MEXICO SIN PRESTACIONES Y POR SUS CARACTERISTICAS NO NECESITAN REGISTRO SANITARIO NI TAMPOCO SE TIENE DISPONIBLE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR LO QUE SOLICITAMOS QUE PARA LOS ULTRASONIDOS DONDE TENGAN CD/DVD, CEL NO SE TENGAN QUE PONER LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, SE ACEPTA?</p>	<p>ATENDIENDO SU SOLICITUD SE ACEPTA NO INTEGRAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN SU PROPUESTA TECNICA PARA EL CD/DVD EN LO RELATIVO AL CEL EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL RECLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, DE AQUELLOS CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS QUE ASI LO REQUIERAN Y LA CALIDAD DE ESTOS SERA AVALADA POR EL PROPIO REGISTRO SANITARIO ANTES MENCIONADO.</p>