



Biotecnología

y Comercializadora en Equipo Médico, S.A. de C.V.


ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO No. _____

DATOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO	
IMSS HGZ #1	EQUIPO: Monitor de signos V2	No. 14330	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
LOCALIDAD: LA PAZ	MARCA: MUSERAY		CORRECTIVO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN: LA PAZ	MODELO: AC9-07016446	FECHA:	
BCS	SERIE: TP M12		

DATOS DEL SERVICIO	
No. DE REPORTE:	FECHA DE REPORTE: 26
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO (ESPECIFICO)
EL EQUIPO NO SE ENCONTRO EN EL HOSPITAL, ESTA EN SERVICIO INFECTO CONTAGIOSIDAD HGZ+MF No. 1 C.C. 03020114 - 2900

REFACCIONES UTILIZADAS		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
		

RECIBÍ DE CONFORMIDAD (RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIO)	JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD	TÉCNICO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



Biología

y Comercializadora en Equipo Médico, S.A. de C.V.

ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO No. _____


DATOS GENERALES		Monitor de signos	ORDEN DE SERVICIO
Imss HGZ + ME No. 1	EQUIPO:	UHars	No. 14820
LOCALIDAD: La Paz	MARCA:	MINRAY	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION: La Paz	MODELO:	EPN 12 M	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>
Baja California Sur	SERIE:	AC9-07016447	FECHA:

DATOS DEL SERVICIO	
No. DE REPORTE:	FECHA DE REPORTE:
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
DESCRIPCION BREVE DEL SERVICIO: Mantimiento - Preventivo	

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO Y ESPECIFICO:	Se realizó mantenimiento preventivo:
* Limpieza general	* Pruebas funcionales
* Ajustes electricos	
* Ajustes electronicos	
* Prueba con simulador ECG	
* Prueba de sensores PAMI	
* Pruebas de saturacion O2	



REFACCIONES UTILIZADAS		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
01	KIT	Kit básico de mantenimiento
HGZ+ME No. 1 C.O. 03020114 - 102		



RECIBI DE CONFORMIDAD (RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIO)	JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	TÉCNICO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
<i>Sandra Jiménez</i>	<i>[Signature]</i>	
NOMBRE Y FIRMA	ING. CANORBERTO TUNAVARRO ROSA JEFE DE CONSERVACION ZONA 1 MAT 10410075	NOMBRE Y FIRMA

99031896



Biotecnología

y Comercializadores en Equipo Médico, S.A. de C.V.

ORDEN DE SERVICIO


CONTRATO No. _____

DATOS GENERALES		MICROTOR de signos		ORDEN DE SERVICIO	
IMSS HGZ + MF No. 1		EQUIPO:	Vitales	No. 14819	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
LOCALIDAD: La Paz		MARCA:	MIND RAY		CORRECTIVO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN: La Paz		MODELO:	EQM D.M	FECHA:	
Baja California Sur		SERIE:	ACC-07016448		


DATOS DEL SERVICIO		42
No. DE REPORTE:	FECHA DE REPORTE:	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	
DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO:		
Mantenimiento - Preventivo		

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO / ESPECÍFICO: Se realizó mantenimiento preventivo:

- * Limpieza general
- * Ajustes eléctricos
- * Ajustes electrónicos
- * Pruebas con simulador ECG
- * Pruebas de sensor PAMI
- * Pruebas de saturación O2
- * Pruebas funcionales



REFACCIONES UTILIZADAS		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01	Kit	Kit básico de mantenimiento
HGZ + MF No. 1		
C.C. 03020114 - 002		



RECIBÍ DE CONFORMIDAD (RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIO)	JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	TÉCNICO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
<i>Sandra Jimenez</i>	<i>[Signature]</i>	
NOMBRE Y FIRMA: 99051898	NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MANUEL NAVARRO TORRES JEFE DE CONSERVACION ZONA 1 MAT 10418075	NOMBRE Y FIRMA: