



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:		PROGRAMADO			
Fecha de Emisión:		05/01/2021			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado, no marca fuga de oxígeno

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Material * se pone nueva la celda de oxígeno		
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Revisión de TES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Realizar tes antes de cada paciente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 05/01/21
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Origen: PROGRAMADO
				Fecha de Emision	07/09/2021
				Elaboró:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo trabajando bien

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
TES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Desinfección después de cada preferido

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
				07 09 21



Orden y Entrega de
Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio
Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Nota:</i> Después de cada paciente el equipo de enfermería hace una desinfección al equipo y luego el tec. en equipo médico hace pruebas de fugas y tes.</p>		
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
tes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Quede trabajando bien	Retirar el polvo de exterior

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 03/02/2022
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Limpio y en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Sean recibidos Agradecido

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado se mantiene cubierto en bolsa verde esperando su uso

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nota: El equipo esta en espera de uso, tiene sus pruebas corridos y tes.</p>		
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	dejarlo armado y cubierto para que no se contamine

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 09/01/23
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
JCS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	No dejar los servcitos despues de Retirar el paciente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 11/07/23
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Signature]</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:		PROGRAMADO			
Fecha de Emisión:		11/01/2024			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
TES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Limpieza profunda

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Signature]</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS30298	No. Eco	H5/HO0006
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	In buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Termino	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
tes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Realizar pruebas antes de usarlos

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	