



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO	
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo: VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL
				Origen: PROGRAMADO
				Fecha de Emision 05/01/2021
				Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado, marca falla de flujo de oxígeno

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Materia: * Se repara la celda de oxígeno		
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Realizar sus tes

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 05/01/21
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:		PROGRAMADO			
Fecha de Emisión:		07/09/2021			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* se realiza prueba de tes y fusos. <u>Pruebas pasadas</u>			
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
+CS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Retirar los circuitos después de cada paciente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 07/09/21
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:	PROGRAMADO				
Fecha de Emisión	03/02/2022				

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
tes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trocha bien	desinfección frecuente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	
				03 02 22



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:	PROGRAMADO				
Fecha de Emision	17/08/2022				

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado,

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Queda trabajando bien	Circuitos nuevos, cada que se use

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo con Rella no pasa tes

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* El equipo marca fallo, pero fue por la desinfección al equipo y quedó húmedo, una vez secándolo el equipo trabajó bien.		
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
tes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Equipo queda trabajando bien	Secar bien las piezas después de cada desinfección

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 09/01/23
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: 		Firma: 	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:			
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO				
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70	Origen:	PROGRAMADO
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011	Fecha de Emisión	11/07/2023
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
TCS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	desinfección adecuada

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Termina	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
705	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	limpiar y quitar polvo

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 11/01/24
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	VENTILADOR VOLUMETRICO		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	AEOMED	Modelo:	VG70
Clave de la unidad:	030701	Serie:	XZZS29932	No. Eco	H5/HO0011
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:	PROGRAMADO				
Fecha de Emisión:	04/07/2024				

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y CONSUMIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
REVISIÓN NIVEL DE BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
tas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
trabajando bien	limpieza frecuente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	
				04 07 24