



DYDETEC®

Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
23-07-2022

Fecha 09/02/2021
Folio No 0956

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 1 IMSS	Teléfono	
Dirección	Av. Lázaro Cárdenas No. 250, El Mayo, 28984, Cd. Ma		
Solicitante	Ing. Rafael Hernandez		

Datos del equipo

Nº de serie	GTVI2020-0478	Marca	Dydetec	Modelo	Gótsi
Ubicación	Inhaloterapia				
Responsable (es)					
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Kit de herramientas				

Descripción

Se realizó mantenimiento correctivo consistente en:

- Inspección física satisfactoria
- Pruebas y calibraciones
- Verificación de funcionamiento en general.
- Reemplazo de batería

El equipo se dejó funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP0002	Batería 12V 17Ah	1
VG-0114	Cable rápida	1

Autorizo
Aprobó

Nombre y firma del Ing. de Servicio