



DYDETECO®

Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Version: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 09/02/2021
Folio No. 0955

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 1 IMSS	Teléfono	
Dirección	Av. Lapiztasuli No. 250, El Haya 28984 Colima		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTU12020 - 0471	Marca	Dydetec	Modelo	Gätsi
Ubicación	Inhaloterapia				
Responsable (es)					
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	kit de herramientas				

Descripción

Se realiza mantenimiento correctivo consistente en:

- Inspección física satisfactoria
- Pruebas y calibraciones
- Verificación de desempeño en general.
- Cambio de batería.

El equipo se dejó funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
HP-002	Batería 12v 17Ah	1
VA-0114	Guía rápida	1

Autorizo

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobo

[Firma]
4466
C.U.

[Firma]
Javier Gutierrez