

JEFATURA DE CONSERVACION
SISTEMA DE INFORMACION - ORDEN DE SERVICIO

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD ZONA 3		ORDEN DE SERVICIO No.	
UNIDAD H62 #10		COMECÓN	
LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION URGENCIAS / Hospitalizados		FECHA DE FORMULACION DIA MES AÑO 219 019 23	
DESCRIPCION DEL TRABAJO Se realiza mantenimiento preventivo a Ventiladores Volumetricos Marca Aeomed. Se realiza limpieza general, se verifica Parametros de acuerdo a los modelos de Ventilacion		TIEMPO ESTIMADO	
CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX) VER A:		EMPLEADO	

ESPECIALIDAD														SERV. BASIC.	PRE. VENT.	CO. REC.	OPE. RAC.	EMPLEADO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					DECENAS			UNIDADES					
															0	1	2	4	7	5	0	1	2	4	7	5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE CONSERVACION
SISTEMA DE INFORMACION - ORDEN DE SERVICIO

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD ZONA 3		ORDEN DE SERVICIO No.	
UNIDAD H62 #10		COMECÓN	
LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION HOSPITALIZADOS		FECHA DE FORMULACION DIA MES AÑO 012 110 213	
DESCRIPCION DEL TRABAJO Se realiza mantenimiento preventivo a Ventiladores Volumetricos Pediatrico/Adulto Marca Aeomed. Se realiza limpieza de filtro, de diafragma, verificacion de bateria.		TIEMPO ESTIMADO	
CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX) VER A:		EMPLEADO Jelwinth Guzman Henkel	

ESPECIALIDAD														SERV. BASIC.	PRE. VENT.	CO. REC.	OPE. RAC.	EMPLEADO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					DECENAS			UNIDADES					
															0	1	2	4	7	5	0	1	2	4	7	5