INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE CONSERVACION
SISTEMA DE INFORMACION — ORDEN DE SERVICIO

PARTIDAS: A.L. | S.E. | 1102 | 1103 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 0611

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD: ZONA 3

UNIDAD: HGZ # 10

LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION: URGENCIAS / HOSPITALIZACION

ORDEN DE SERVICIO No.:

COMECON:

FECHA DE FORMULACION: DIA 04 | MES 04 | ANO 23

DESCRIPCION DEL TRABAJO:
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY. SE VERIFICA CON SIMULADOR LAS SEÑALES ECG, SE VERIFICA PANI, SE REALIZA LIMPIEZA A SENSORES PULSIOMETRIA A LOS MONITORES CON NUMERO DE SERIE: AC9-07016441, AC9-07016444, AC9-07016439, AC9-07016431, AC9-07016432

CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX): AC9-07016435, AC9,07016436

TIEMPO ESTIMADO: 8 hrs

VER A:

EMPLEADO: Deborah Garcia Hernandez -

UNIDAD: DECENAS 0 1 2 4 7 S | UNIDADES 0 1 2 4 7 S

T. ESTIMADO: MAYOR | IGUAL | MENOR

ESPECIALIDAD: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SERV. BASIC. | PREVENT. | CORREC. | OPERAC.

EMPLEADO: DECENAS 0 1 2 4 7 S | UNIDADES 0 1 2 4 7 S

MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12