

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE CONSERVACION
SISTEMA DE INFORMACION — ORDEN DE SERVICIO

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ZONA 3.</p> UNIDAD <u>H62 # 10</u> LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">URBENIAS / HOSPITALIZADOS</p> DESCRIPCION DEL TRABAJO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY. SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PARAMETROS DE OXIMETRIA, ECG Y PAMI. NUMERO DE SERIE: AC9-07016431, AC9-07016432, AC9-07016435, AC9-07016436.	ORDEN DE SERVICIO No. _____ COMECON _____ FECHA DE FORMULACION DIA: <u>11</u> MES: <u>04</u> AÑO: <u>2014</u> TIEMPO ESTIMADO <u>2 hrs</u>
CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX) VER A: _____	EMPLEADO <u>Jeleneh Cecilia Garcia</u>
ESPECIALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	EMPLEADO DECENAS: 0 1 2 4 7 5 UNIDADES: 0 1 2 4 7 5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE CONSERVACION
SISTEMA DE INFORMACION — ORDEN DE SERVICIO

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ZONA 3</p> UNIDAD <u>H62 # 10</u> LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">HOSPITALIZADOS</p> DESCRIPCION DEL TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY. N°M SERIE: AC9-07016439, AC9-07016441, AC9-07016444. SE REALIZA PRUEBA DE SENSORES. SE VERIFICA CALIBRACION.	ORDEN DE SERVICIO No. _____ COMECON _____ FECHA DE FORMULACION DIA: <u>15</u> MES: <u>04</u> AÑO: <u>2014</u> TIEMPO ESTIMADO <u>2 hrs</u>
CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX) VER A: _____	EMPLEADO <u>Jeleneh Cecilia Garcia</u>
ESPECIALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	EMPLEADO DECENAS: 0 1 2 4 7 5 UNIDADES: 0 1 2 4 7 5