



**ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO**

ORDEN DE SERVICIO No. 12655

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA: 23/02/24
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		
ING. DE SERVICIO: Saul Hernandez Islas		FIRMA: <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: Jorge Alberto Lara Flores		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: Hindray
		MODELO: EPH-12M
		SERIE: AC9-03016834
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: Urgencias

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando correctamente</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD <i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU



# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

ORDEN DE SERVICIO No. 12654

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA: 23/02/24
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		
ING. DE SERVICIO: <i>Saul Hernandez Ibarra</i>		FIRMA: <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Jorge Alberto Lara Flores</i>		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:  <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: <i>Hindray</i>
		MODELO: <i>EPH-12M</i>
		SERIE: <i>AL9-0701640S</i>
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: <i>Urgencias</i>

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 9:00

HORA DE SALIDA: 11:00

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando correctamente*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DÉPTO

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA

FIRMA JCU

*Ing. Francisco Romero Flores Galindo*  
JEFE DE CONSERVACION



**ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO**

ORDEN DE SERVICIO No. 12653

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		23/02/24
ING. DE SERVICIO: Juan Reyes Reyes		FIRMA: <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: Jose Luis Vega Reyes		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:  <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: <i>Hindray</i>
		MODELO: <i>EPH-12H</i>
		SERIE: <i>AL9-07016749</i>
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: <i>Urgencias</i>

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando correctamente</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Signature]</i> vía Paola De La Cruz Austria E. J. P. tel. 89383505	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD <i>[Signature]</i> Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN FIRMA JCU
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	

# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO



ORDEN DE SERVICIO No. 12652

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		23 / 02 / 24
ING. DE SERVICIO: Juan Reyes Reyes		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: Jose Luis Vera Reyes		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: Mindray
		MODELO: EPH-17H
		SERIE: AC9-07016779
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: Urgencias

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando correctamente</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO  	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD  Ing. Francisco Romero Flores Gaitan 
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU

# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO



ORDEN DE SERVICIO No. 12651

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		23/02/24
ING. DE SERVICIO: Juan Reyes Reyes		FIRMA: <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: Jose Luis Vera Reyes		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: Hindray
		MODELO: EPM-17M
		SERIE: AC9-07016760
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: Urgencias

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 11:00

HORA DE SALIDA: 13:00

OBSERVACIONES: Se entregó funcionando correctamente

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA

FIRMA JCU



# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

ORDEN DE SERVICIO No. 12650

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		23/02/24
ING. DE SERVICIO: <i>Juan Reyes Reyes</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Jose Luis Vera Reyes</i>		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:  <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: <i>Mindray</i>
		MODELO: <i>EPH-12M</i>
		SERIE: <i>AC9-07016798</i>
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: <i>Urgencias</i>

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTRÓLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: *9:00*

HORA DE SALIDA: *11:00*

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando correctamente*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD <i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU CONSERVACION <i>[Signature]</i>



# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

ORDEN DE SERVICIO No. 12649

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		22/02/24
ING. DE SERVICIO: Gerardo Godínez Pádua		FIRMA: Gabriel
TEC. DE SERVICIO: Gabriel Alberto Cruz Flores		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: Mindray
		MODELO: EPM-12H
		SERIE: AC9-07016840
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: Urgencias Pediatría

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00
OBSERVACIONES: Se entrega funcionando correctamente	
RECIBIDO POR USUARIO/JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU CONSERVACIÓN



# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

ORDEN DE SERVICIO No. 12648

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		22/02/24
ING. DE SERVICIO: Saul Hernandez los		FIRMA <i>[Firma]</i>
TEC. DE SERVICIO: Jorge Alberto Lara Flores		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: <i>Hindray</i>
		MODELO: <i>EPH-12M</i>
		SERIE: <i>AC9-07016838</i>
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: <i>Urgencias Pediatrica</i>

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 15:00

HORA DE SALIDA: 17:00

**OBSERVACIONES:**

*Se entrega funcionando correctamente*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA

*Ing. Francisco Romero Flores Galindo*  
JEFE DE CONSERVACIÓN  
IMSS FIRMA JCU 0094371



# ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

ORDEN DE SERVICIO No. 12645

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		22/02/24
ING. DE SERVICIO: <i>Saul Hernandez Islas</i>		FIRMA <i>Hernandez A.</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Jorge Alberto Lara Flores</i>		
VISITA No:  <b>1ra</b>	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: <i>Midray</i>
		MODELO: <i>EPU 12H</i>
		SERIE: <i>AC9-07016805</i>
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: <i>Taxonomía</i>

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:**

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 11:00

HORA DE SALIDA: 13:00

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando correctamente*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

*Cel 99367799*  
*Gaspar Hernandez Claudio*

*Ing. Francisco Romero Flores Galindo*

NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA

FIRMA JCU