



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:52

HORA TERMINO: 15:12

FECHA:	TIPO DE SERVICIO:	PERIODO DEL SERVICIO	ORDEN No.
15 / FEBRERO / 2023	1° PREVENTIVO	01 AL 28 DE FEB. 2023	133

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64876	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. DANIEL LOPEZ ANTONIO NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:45


HORA TERMINO: 15:10

FECHA: 21 / FEBRERO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 28 DE FEB. 2023	ORDEN No. 134
-------------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65647	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. DANIEL LOPEZ ANTONIO NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:50

HORA TERMINO: 15:10

FECHA:
16 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO

PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
135

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhalo terapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66897	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. DANIEL LOPEZ ANTONIO NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romo JEFE DE CONSERVACIÓN Módulo 94371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:00

FECHA:
20 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO

PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
136

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65196	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. DANIEL LOPEZ ANTONIO NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION IMSS NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:30
HORA TERMINO: 15:20

FECHA:
01 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO


PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
137

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66860	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION M. 09094371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:10
HORA TERMINO: 15:00

FECHA:
09 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO

PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
138

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64868	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Remel JEFE DE CONSERVACIÓN Mat: 08094871 NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:15
HORA TERMINO: 14:45

FECHA:
20 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO


PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
139

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64828	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco B... Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN R-01-CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:05
HORA TERMINO: 15:25

FECHA:
03 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO

PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
140

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66901	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:16
HORA TERMINO: 15:30

FECHA:
07 / FEBRERO / 2023

TIPO DE SERVICIO:
1° PREVENTIVO


PERIODO DEL SERVICIO
01 AL 28 DE FEB. 2023

ORDEN No.
141

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65249	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Flores Gando JEFE DE CONSERVACION IMSS Mód. 00001371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:40
HORA TERMINO: 15:00

FECHA: 05 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 412
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64876	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMÉRICO RAMÍREZ OJEDA NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97960285 Céd. Prof. 6404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat: 99094371 NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 18:20

FECHA: 08 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 413
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65647	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMERICO RAMIREZ OJEDA NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Jra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97560285 Céd. Prof. 6404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN IMSS NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:15
HORA TERMINO: 15:50

FECHA:	TIPO DE SERVICIO:	PERIODO DEL SERVICIO	ORDEN No.
09 / JUNIO / 2023	2° PREVENTIVO	01 AL 30 DE JUN. 2023	414

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66897	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO:	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL:	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL:
 ING. AMERICO RAMIREZ OJEDA	 Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 5404362	 Ing. Francisco Rosendo Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat: 99094371
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:35
HORA TERMINO: 15:05

FECHA: 14 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 415
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65196	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMERICO RAMIREZ OJEDA NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 87860285 Cód. Pro. 6404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:20

FECHA: 08 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 416
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66860	INV. No.	S/N

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Jra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97300285 Ced. Prof. 6404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACIÓN HOSPITAL: Ing. Francisco Roberto Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:40
HORA TERMINO: 18:01

FECHA:	TIPO DE SERVICIO:	PERIODO DEL SERVICIO	ORDEN No.
05 / JUNIO / 2023	2° PREVENTIVO	01 AL 30 DE JUN. 2023	417

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64868	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO:	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL:	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL:
ING. JAIME NAVARRO NATH	Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97380285 Céd. Prof. 6404862	IMSS Mar 94094371
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:40
HORA TERMINO: 14:55

FECHA: 01 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 418
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64828	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 27360285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN Mat: 90094371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:15
HORA TERMINO: 15:50

FECHA: 09 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 419
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66901	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 6404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Torres Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat: 99084371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 08:35
HORA TERMINO: 18:05

FECHA: 14 / JUNIO / 2023	TIPO DE SERVICIO: 2° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 30 DE JUN. 2023	ORDEN No. 420
-----------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65249	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Fed. 16589818 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: NOMBRE Y FIRMA
---	--	--





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:30
HORA TERMINO: 15:50

FECHA: 09 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 697
-------------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64876	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMÉRICO RAMÍREZ OJEDA NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 57360785 Crd. Prof. 5404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA
--	--	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:55

FECHA: 13 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 698
--------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65647	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMERICO RAMIREZ OJEDA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360245 Céd. Prof. 6404862	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN M.S.S. Mat. 6804371
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:20

FECHA: 27 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 699
--------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66897	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMERICO RAMIREZ OJEDA NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97300295 Céd. Prof. 3704869 Céd. Exp. 11725 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFES DE CONSERVACION Mat: 99094371 NOMBRE Y FIRMA
--	---	--





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:40
HORA TERMINO: 15:50

FECHA: 30 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 700
--------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65196	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. AMERICO RAMIREZ OJEDA NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360265 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 40589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galin Jo NOMBRE Y FIRMA Mat: 99094371
--	--	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:55

FECHA: 13 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 701
--------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66860	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97860285 Céd. Prof. 2404862 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo NOMBRE Y FIRMA IMSS Mat: 99094271
---	--	--





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 9:05
HORA TERMINO: 15:45

FECHA: 10 / OCTUBRE/ 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 702
-------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64868	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360265 Céd. Prof. 6404862 Céd. Pso. 10588813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA IMSS Mat. 99044371
---	--	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:55
HORA TERMINO: 15:10

FECHA: 04 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 703
-------------------------------	------------------------------------	---	------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64828	INV. No.	S/N

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Roberto Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN Mat. 99094371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:40
HORA TERMINO: 14:55

FECHA: 11 / OCTUBRE/ 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 704
-------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66901	INV. No.	S/N

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapeuta Intensiva Mat. 17380296 Céd. Prof. 6404882 Céd. Exp. 12228212 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galin Jo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA
--	---	--





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON23372508002

HORA INICIO: 8:50
HORA TERMINO: 15:50

FECHA: 09 / OCTUBRE / 2023	TIPO DE SERVICIO: 3° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 02 AL 31 DE OCT. 2023	ORDEN No. 705
--------------------------------------	---	--	-------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	INHALOTERAPIA
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65249	INV. No.	S/N

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

REVISIÓN GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360215 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 16589873 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACIÓN HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA 4371
--	---	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:20

FECHA: 06 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1022
--------------------------------------	---	--	--------------------------

UNIDAD: HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A


EQUIPO: VENTILADOR **UBICACIÓN:** Inhaloterapia

MARCA: SIARE **MODELO:** SIARETRON 4000

SERIE No. 66860 **INV. No.**

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97880285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Román Flores Gamido JEFE DE CONSERVACIÓN IMSS Mat. 99994371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:15
HORA TERMINO: 15:30

FECHA: 07 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1023
-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66901	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Capataz Centro Urología Intensiva Mat. 97360285 Méd. Prof. 6404862 Méd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN Mat. 94094371 NOMBRE Y FIRMA
---	---	---

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:05
HORA TERMINO: 18:20

FECHA: 12 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1024
--------------------------------------	---	--	--------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65249	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Unidad Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97380245 Céd. Prof. 6404862 Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Roberto Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat. 99094371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 13:15

FECHA: 27 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1025
--------------------------------------	---	--	--------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64868	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 57360285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 8:35
HORA TERMINO: 15:00

FECHA: 09 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1026
--------------------------------------	---	--	--------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64876	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Ing. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 16404862 Céd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Romeo Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat. 105591271 NOMBRE Y FIRMA
---	---	---





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:00
HORA TERMINO: 13:10

FECHA: 02 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1027
--------------------------------------	---	--	--------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	66897	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:		
REALIZA EL SERVICIO:	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL:	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL:
ING. JAIME NAVARRO NATH	Jra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Tel. 5404862 Ed. Esp. 10589813	Ing. Francisco Romo Flores Galindo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:10
HORA TERMINO: 15:15

FECHA: 27 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1028
-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	64828	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 10589813	JEFE DE CONSERVACIÓN HOSPITAL: Ing. Francisco Román Flores Galindo JEFE DE CONSERVACIÓN Mat. 99094371
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 8:46
HORA TERMINO: 19:55

FECHA: 01 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1029
--------------------------------------	---	--	--------------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65196	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: D. Ivette Zapata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360255 Céd. Prof. 6404862 Céd. Ser. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Homero Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat. 99904971 NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx





AGD MEDICAL S.A. de C.V.

SERVICIO, VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

I.M.S.S. DELEGACION SUR DEL D.F.
CONTRATO No. CCON24372508002

HORA INICIO: 9:40
HORA TERMINO: 15:50

FECHA: 08 / FEBRERO / 2024	TIPO DE SERVICIO: 1° PREVENTIVO	PERIODO DEL SERVICIO 01 AL 29 DE FEB. 2024	ORDEN No. 1030
-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------

UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1-A		
EQUIPO:	VENTILADOR	UBICACIÓN:	Inhaloterapia
MARCA:	SIARE	MODELO:	SIARETRON 4000
SERIE No.	65647	INV. No.	

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

REVISION GENERAL
 LIMPIEZA GENERAL
 CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
 CAMBIO BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
 CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
 KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS
 PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO



OBSERVACIONES:

REALIZA EL SERVICIO: ING. JAIME NAVARRO NATH NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE SERVICIO HOSPITAL: Dra. Ivette Zanata Centeno Terapia Intensiva Mat. 97360285 Céd. Prof. 6404862 Céd. Esp. 10589813 NOMBRE Y FIRMA	JEFE DE CONSERVACION HOSPITAL: Ing. Francisco Rojas Flores Galindo JEFE DE CONSERVACION Mat. 89094371 NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

CALZ. DE LA VIGA No. 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR
 C.P. 09060, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO • R.F.C. AME-031124-KG6
 TELS.: 5674-8706, 5674-9297 • contacto@agdmedical.com.mx
 www.agdmedical.com.mx

