


S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13329

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		25 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>José López Sánchez</i>		 FIRMA
TEC. DE SERVICIO: <i>Graust Hernández</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016818
		INVENTARIO:
	UBICACIÓN: ANEXO A CANA 22	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 9:00

HORA DE SALIDA: 11:00

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO
U. Muñoz 09386558
 NOMBRE, FIRMA Y MATRCULA

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
 ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
 JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H.G. Z. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 MAT. 99372344
 FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13330

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		05-Marzo-2024
ING. DE SERVICIO: <i>Josue Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>Josue Chavez Sanchez</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Guillermo Hernandez Garcia</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016800
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO B CDMA 47

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
05 MAR 2024
DEA DE CONSERVACION

HORA DE ENTRADA:	<i>11:00</i>
HORA DE SALIDA:	<i>13:00</i>
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>A Alejandra Esteva Ramos 98387259</i>	ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13331

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		05- Marzo -2024
ING. DE SERVICIO: Jorge Chavez Sanchez		FIRMA: <i>Jorge Chavez Sanchez</i>
TEC. DE SERVICIO: Flavio Hernandez Terca		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MANTENIMIENTO <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016806
		INVENTARIO:
UBICACIÓN: ANEXO B CAMA 46		

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

RECIBIDO
05 MAR 2024
DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
JEF. DE CONSERVACION

HORA DE ENTRADA: 13:00

HORA DE SALIDA: 15:00

OBSERVACIONES:

Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO

Alejandra Esbua Romas
99358778

NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13332

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		05 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO:	<i>Asoc. Chavez Sanchez</i>	
TEC. DE SERVICIO:	<i>Fernando Hernandez Ferra</i>	
	FIRMA	<i>Fernando Hernandez Ferra</i>
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016808
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: ANEXO B CAMA 54

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
RECIBIDO
05 MAR 2024
SECRETARIA DE CONSERVACION DE UNIDADES

HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega firmando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>Alejandro Isbica Ramos 95358729</i>	ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13333

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		06 - Marzo - 2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Jose Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>Jose Chavez Sanchez</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Evaristo Hernandez Ferra</i>			
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY	
		MODELO: EPM12M	
		SERIE: AC9-07016843	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: ANEXO B CBMA 60	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO 05 MARZO 2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

HORA DE ENTRADA: 9:00

HORA DE SALIDA: 11:00

OBSERVACIONES:

Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO

Alejandra Esquivel Ramos 96387291

NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H.G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13334

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		06-Marzo-2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jose Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Evaristo Hernandez Ferriz</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016844
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO B CAMA 66

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
06 MAR 2024
JEF. DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 04

HORA DE ENTRADA: 11:00

HORA DE SALIDA: 13:00

OBSERVACIONES:
Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Alejandra Esauca Ramos 98358754</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13335

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		06. Marzo 2024
ING. DE SERVICIO: Jorge Chavez Sanchez		FIRMA <i>Jorge Chavez Sanchez</i>
TEC. DE SERVICIO: Gustavo Hernandez Ferriz		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016848
		INVENTARIO:
UBICACIÓN: ANEXO B CAMA 44		

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
06 MAR 2024
UNIDAD DE CONSERVACION
UNIDAD NO. 06

HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES: <i>se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Alejandra Astava Ramos</i> 98389759	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD N. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13336

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		06 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jose Cruz Sanchez</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Evaristo Hernandez Fera</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016827
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO A CAMA 23

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
06 MAR 2024
AREA DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 04

HORA DE ENTRADA: 15:00

HORA DE SALIDA: 17:00

OBSERVACIONES:
Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Signature]</i> NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344 FIRMA JCU
---	--

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13337

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		07 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jorge Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>Jorge Chavez Sanchez</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Guillermo Hernandez Ferrer</i>		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016825
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO B CAMA 59

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
RECIBIDO
07 MAR 2024
AREA DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 32

HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Alejandro Esteva Ramos 95387759</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372844
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13338

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		07-Marzo-2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Josep Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Ernesto Hernandez Ponce</i>			
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY	
		MODELO: EPM12M	
		SERIE: AC9-07016833	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: ANEXO B CAMA 45	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
07 MAR 2024
UNIDAD DE CONSERVACION
UNIDAD NO. 06

HORA DE ENTRADA: 11:00

HORA DE SALIDA: 13:00

OBSERVACIONES:

S= entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO

Alejandra Esteban 99387754

NOMBRE, FIRMA Y MATRCULA

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD

ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H.G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

FIRMA JCU

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		07 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jorge Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>Jorge Chavez Sanchez</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Fuquisto Hernandez Felicia</i>		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016748
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO A CDMA 8

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CIAVIA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 RECORRIDO
 07 MAR 2024
 DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 32

HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES: <i>se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Firma]</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL SAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13340

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		07 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jose Charz Sanchez</i>		FIRMA <i>Justo Herrera</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Evaristo Hernandez Ruiz</i>		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016761
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO B COMA 37

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS.
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
07 MAR 2024
UNIDAD DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 06

HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00
OBSERVACIONES: <i>Se entregó funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Alejandra Esbia Torres</i> 9836779	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13341

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		08 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: Oscar Camacho Sanchez		FIRMA: <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: Evaristo Hernandez Ferriz		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016768
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: ANEXO 13 COMD 34

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECEBIDO
03 MAR 2024
UNIDAD DE CONSERVACION
DE UNIDAD No. 34

HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
Alejandra Esca Ramos 98357150 <i>[Signature]</i>	ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		08 Marzo 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jose Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>Jose Chavez Sanchez</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Eduardo Hernandez Fierro</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO: <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016775
		INVENTARIO:
		UBICACION: <i>AVENIDA A AISLADO A</i>

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOI PES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
08 MAR 2024
JEF. DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 32

HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Uinaciona Martinez 09385532</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H.G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13343

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		08 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Jose Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Eduardo Hernandez Ferraz</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016778
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: ANEXO A CAMA 6

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
08 MAR 2024
JEF. DE CONSERVACION DE UNIDAD N. G. Z. 32

HORA DE ENTRADA: 13:00


HORA DE SALIDA: 15:00

OBSERVACIONES:
Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO
[Signature]
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA,
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD N. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344
FIRMA JCU

ORDEN DE SERVICIO No. 13344

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		08 - Marzo - 2024	
ING. DE SERVICIO: <i>José Chávez Sánchez</i>		 FIRMA	
TEC. DE SERVICIO: <i>Guristo Hernandez Fera</i>			
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY	
		MODELO: EPM12M	
		SERIE: AC9-07016780	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: ANEXO B CAMA 3C	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z No. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
 08 MAR 2024
 AREA DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 06

HORA DE ENTRADA: 15:00

HORA DE SALIDA: 17:00

OBSERVACIONES:
Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Alejandra Estela Ramos 98387750</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13345

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		11 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Josep Chavez Sanchez</i>		<i>[Firma]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Guaristo Hernandez Fajal</i>		<i>[Firma]</i>
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO: <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016785
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: ANEXO A CAMA 21

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
11 MAR 2024
JEF. DE CONSERVACION
DE UNIDAD NO. 32

HORA DE ENTRADA: 9:00

HORA DE SALIDA: 11:00

OBSERVACIONES:
Se entrega funcionando el equipo

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO
[Firma]
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA

RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344
FIRMA JCU

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		11 - Marzo 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Josue Chavez Sanchez</i>		FIRMA <i>Josue Chavez</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Ignacio Hernandez Ferriz</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016789
		INVENTARIO:
		UBICACION: ANEXO A CAMA 7

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
11 MAR 2024
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 32

HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Unalencia</i> <i>Unalencia</i> <i>Unalencia</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA/ICU

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		11-Marzo-2024
ING. DE SERVICIO: <i>José Chávez Sánchez</i>		FIRMA <i>José Chávez Sánchez</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Guillermo Hernández Felch</i>		
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO: <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
		MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016767
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: ANEXO A CAMA 9

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:



- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
11 MAR 2024
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD NO. 04

HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Firma]</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. 13348

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°32		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		11-Marzo-2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Josue Alvarez Sanchez</i>		  FIRMA	
TEC. DE SERVICIO: <i>Ernesto Hernandez Ferriz</i>			
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO</u>	MARCA:	MINDRAY
	<u>PREVENTIVO</u>	MODELO:	EPM12M
		SERIE:	AC9-07016769
		INVENTARIO:	
	UBICACION:	ANEXO B CAMA 35	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MEDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISION DE SATURACION DE OXIGENO
- REVISION DE GASTO CARDIACO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCION VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACION
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXION, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACION DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

H.G.Z. No. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 RE 11 MAR 2024
 JEFES DE CONSERVACION
 UNIDAD NO. 04

HORA DE ENTRADA:	16:00
HORA DE SALIDA:	17:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>Alexandra Esteva Ramos</i> 95587754	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU