



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA-050GYR016-E291-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 379 Y 526 "CONSUMIBLES DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO" PARA LA ATENCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

### AVISO DE ACLARACIONES

En la Ciudad de México, siendo las **13:00 horas del día 09 de septiembre de 2022**, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, de la Ciudad de México, con base en el proceso adquisitivo en su modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número **IA-050GYR016-E291-2022**, para la adquisición de Bienes No Terapéuticos de los Grupos de Suministro **379 y 526 "Consumibles de Equipos Médicos y de Laboratorio"** para las Unidades Médicas y Hospitalarias del ámbito de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal y atender necesidades durante el presente ejercicio presupuestal 2022, por única ocasión se les otorgó a los licitantes **SOLICITAR ACLARACIONES, a más tardar el día 09 de septiembre del 2022, hasta las 10:00 hrs**, enviándolas a través del Portal de Compras Gubernamentales denominado CompraNet y a los siguientes correos **alfredo.ramos@imss.gob.mx; marco.rodriguezra@imss.gob.mx; zayra.montoya@imss.gob.mx**.

Derivado de lo anterior se recibieron 02 solicitudes de aclaración a través del Portal de Compras Gubernamentales denominado CompraNet y mediante los Correos Electrónicos, mismas que se detallan a continuación y a su vez han sido atendidas por este medio por personal adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, como Área Usuaría y Técnica, siendo designado el Ing. Juan Gabriel Osorio Peralta, Ingeniero Biomédico Delegacional, quien solventaría las preguntas de carácter técnico y por la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, a través de la Lic. Zayra Laynnet Montoya Chimal y Marco Polo Rodríguez Ramírez, quienes atenderían las preguntas de carácter administrativo cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente Aviso.


No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V.	COMPRANET Y CORREO ELECTRÓNICO	02
2	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	COMPRANET Y CORREO ELECTRÓNICO	04

#### CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>REFERENCIA: REQUISITO TECNICO, ANEXO 1 (UNO) PARTIDA: 23 CLAVE: 379 200 1905 00 01 CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE, PARA SU USO EN ADULTOS. INCLUYE CAMARA DESECHABLE Y SISTEMA DE CALEFACCION EN RAMA INSPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8414991. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.480.0102 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO. MARCA: FISHER &amp; PAYKEL. MODELO: MR 850.</p> <p>PREGUNTA 1: LA CONVOCANTE NOS PODRÍA ACLARAR CUAL SERÁ LA PRESENTACIÓN A OFERTAR YA QUE EN LA DESCRIPCIÓN DICE (CAJA CON 10 PZAS), Y EN LA COLUMNA DE</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DENTRO DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" SE MENCIONA LO SIGUIENTE:</p> <p>NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE DISPARIDAD ENTRE LA PRESENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA COLUMNA DE "DESCRIPCIÓN" Y LA PRESENTACIÓN DESCRITA EN LA COLUMNA DE "PRESENTACIÓN" DEL PRESENTE ANEXO, SE TOMARÁ POR CORRECTA AQUELLA PRESENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA COLUMNA DE "DESCRIPCIÓN".</p>



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA-050GYR016-E291-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 379 Y 526 "CONSUMIBLES DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO" PARA LA ATENCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	PRESENTACIÓN DICE (PIEZA 1 PIEZA), FAVOR DE CONFIRMAR.	
2	<p>REFERENCIA: REQUISITO TECNICO ANEXO 1 (UNO) PARTIDA: 71            CLAVE: 379 704 0254 00 01            PLACA DESECHABLE ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F7820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181.02.03. MARCA: LED SPA. MODELO: SURTRON.</p> <p>PREGUNTA 2: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE QUE TIPO DE CONECTOR ES EL QUE REQUIERE Y DE SER POSIBLE NOS COMPARTA LA IMAGEN DEL CONECTOR.</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 71 DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES INCLUYENDO EL CABLE Y CONECTOR TIPO <b>PLUG-MACHO DE 6 MM</b> POR CADA PIEZA ADJUDICADA SEGÚN CORRESPONDA, EN CASO DE NO ENTREGARSE COMO SE ESTABLECE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL INSTITUTO NO RECIBIRÁ LOS BIENES. A SOLICITUD DEL LICITANTE SE INCLUYE IMAGEN EJEMPLO:</p> 

Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>PARTIDA: 23            CLAVE: 379 200 1905 00 01            CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE, PARA SU USO EN ADULTOS. INCLUYE CAMARA DESECHABLE Y SISTEMA DE CALEFACCION EN RAMA INSPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8414991. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.480.0102 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO. MARCA: FISHER &amp; PAYKEL. MODELO: MR 850.</p> <p>PREGUNTA 1: PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER Y REFERENCIAR CIRCUITO <b>RT206</b> DE MARCA F&amp;P.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU PETICIÓN</b>, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS: CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE, PARA SU USO EN ADULTOS. INCLUYE CAMARA DESECHABLE Y SISTEMA DE CALEFACCION EN RAMA INSPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8414991. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.480.0102 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO. MARCA: FISHER &amp; PAYKEL. MODELO: <b>MR 850</b>.</p>



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA-050GYR016-E291-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 379 Y 526 "CONSUMIBLES DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO" PARA LA ATENCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	<p>PARTIDA: 45 CLAVE: 379.744.1361.00.00 JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES Y LIBRES DE LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA DE USO NEONATAL, TALLA XS PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC3020-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048. MARCA: IMTMEDICAL. MODELO: BELLAVISTA 1000. MARCAS COMPATIBLES: DRAGER, HAMILTON, LOWENSTAIN, MAQUET, VERSAMED..</p> <p>PREGUNTA 2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS ACLARE EL PUNTO, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN Y PARA PODER REFERENCIAR DE FORMA ADECUADA, NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ REFERENCIAR SOLO EL TAMAÑO BC3020, SERÁ CORRECTO SIN SER MOTIVE DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE PARA ESTE CÓDIGO NO SE MANEJAN DESCRIPTORES DE TAMAÑO XS O SMALL O MEDIUM. FAVOR DE CONFIRMAR, QUE SOLO SE PODRÁ REFERENCIAR CON EL CÓDIGO BC3020-10.</p>	<p>SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 45, CLAVE: 379.744.1361.00.00, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS: JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES Y LIBRES DE LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA DE USO NEONATAL, TALLA XS PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC3020-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048. MARCA: IMTMEDICAL. MODELO: BELLAVISTA 1000. MARCAS COMPATIBLES: DRAGER, HAMILTON, LOWENSTAIN, MAQUET, VERSAMED. DE ACUERDO AL No. DE CATÁLOGO SOLICITADO: BC3020-10, <b>SE REQUIERE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: JUEGO DE PUNTAS NASALES O CÁNULAS NASALES DE 3.0 MM DE DIÁMETRO DE LA NARINA / 2.0 MM DE ANCHURA DEL TABIQUE.</b></p>
3	<p>PARTIDA: 81 CLAVE: 379.903.3794.00.01 TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86550. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.</p> <p>PREGUNTA 3: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA OFRECER Y REFERENCIAR TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO CALIBRE DE 16 FR. INDEPENDIEMENTE DEL EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA ATENDER AL PACIENTE. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE PODRÁ OFERTAR TUBO DE CALIBRE 16FR.</p>	<p>SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 81, CLAVE: 379.903.3794.00.01, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS: TUBOS ENDOTRAQUEALES, <b>CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86550.</b> PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364</p>
4	<p>PARTIDA: 82 CLAVE: 379.903.3802.00.01</p> <p>PREGUNTA 4: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA OFRECER Y REFERENCIAR TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO CALIBRE DE 18 FR. INDEPENDIEMENTE DEL EQUIPO QUE SE</p>	<p>PARA LA PARTIDA 82, CLAVE: 379.903.3802.00.01, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS: TUBOS ENDOTRAQUEALES, <b>CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y</b></p>



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA-050GYR016-E291-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 379 Y 526 "CONSUMIBLES DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO" PARA LA ATENCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, RESPUESTA. Row 1: UTILIZARA PARA ATENDER AL PACIENTE. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE PODRA OFERTAR TUBO DE CALIBRE 18FR. DESECHABLE, CALIBRE 18 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86551. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364.

Toda vez que se atendieron todas las dudas de los licitantes en referencia al procedimiento que nos ocupa, se les hace un recordatorio que conforme la Convocatoria, la presentación de muestras será el día 14 de septiembre en un horario de 09:00 a 14:00 horas directamente en la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, sito Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07760, con Marco Polo Rodríguez Ramírez y con la Lic. Zayra Laynnet Montoya Chimal, asimismo el envío de sus proposiciones será el 19 de septiembre de 2022, hasta las 12:00 horas de manera electrónica únicamente a través del Portal de Compras Gubernamentales denominado "CompraNet".

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el pizarrón de avisos ubicado en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx para los mismos efectos.

Este Aviso consta de 04 hojas y 04 como Anexo 1, no habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las 13:10 horas del día 09 de septiembre del año 2022.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 3 columns: NOMBRE, CARGO, FIRMA. Rows include LIC. ALFREDO RAMOS PEÑA, MARCO POLO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LIC. ZAYRA LAYNNET MONTOYA CHIMAL, and ING. JUAN GABRIEL OSORIO PERALTA.

FIN DEL ACTA

CIUDAD DE MÉXICO A 9 DE SEPTIEMBRE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA NORTE DEL D.F.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

INVITACION PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA-050GYR016-E291-2022 (ELECTRONICA), PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 379 Y 526 "CONSUMIBLES DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO" PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DENTRO DEL ÁMBITO

### PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES

PRESENTE:

ING. ROLANDO ROJAS FALCÓN, EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V. DERIVADO DE NUESTRA PARTICIPACION EN LA INVITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No: IA-050GYR016-E291-2022, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RESPONDAN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS COMO SIGUE:

**REFERENCIA:** REQUISITO TECNICO, ANEXO 1 (UNO)  
PARTIDA: 23  
CLAVE: 379 200 1905 00 01

CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE, PARA SU USO EN ADULTOS. INCLUYE CAMARA DESECHABLE Y SISTEMA DE CALEFACCION EN RAMA INSPIRATORIA. PRESENTACION: **CAJA CON 10 PIEZAS**. NUMERO DE CATALOGO: 8414991. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.480.0102 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.


**PREGUNTA 1:** LA CONVOCANTE NOS PODRÍA ACLARAR CUAL SERÁ LA PRESENTACIÓN A OFERTAR YA QUE EN LA DESCRIPCIÓN DICE (CAJA CON 10 PZAS), Y EN LA COLUMNA DE PRESENTACIÓN DICE (PIEZA 1 PIEZA), FAVOR DE CONFIRMAR.

**REFERENCIA:** REQUISITO TECNICO ANEXO 1 (UNO)  
PARTIDA: 71  
CLAVE: 379 704 0254 00 01

PLACA DESECHABLE ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F7820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181.02.03. MARCA: LED SPA. MODELO: SURTRON.

**PREGUNTA 2:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE QUE TIPO DE CONECTOR ES EL QUE REQUIERE Y DE SER POSIBLE NOS COMPARTA LA IMAGEN DEL CONECTOR.

ATENTAMENTE



ING. ROLANDO ROJAS FALCÓN  
REPRESENTANTE LEGAL  
CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V.



Ciudad de México a 09 de septiembre de 2022

SOCIEDAD DE ALARACIONE AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN NO. IA-050GYR016-E291-2022

Table with 2 columns: NOMBRE DE LA EMPRESA (SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICA S.A DE C.V.) and NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ING. YESELINE BAUTISTA PARDO).

SOLICITA ACLARACION A LOS CONCEPTOS


Table with 4 columns: PARTIDA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, and PREGUNTA. Row 1: 23, 379.200.1905.00.01, CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE... ¿Se acepta?



Calzada de Tlalpan N° 479 Piso 4 Col. Atomas C.P. 03400 México, D.F.
Comutador: 4433 2400 - 4196 5550
Atención a Clientes: 01 800 300 4746
www.gruposim.com

45	379.744.1361.00.00	<p>JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES Y LIBRES DE LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA DE USO NEONATAL, TALLA XS PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC3020-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048. MARCA: IMTMEDICAL. MODELO: BELLAVISTA 1000. MARCAS COMPATIBLES: DRAGER, HAMILTON, LOWENSTAIN, MAQUET, VERSAMED.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante para este punto nos aclare el punto, de acuerdo con la descripción y para poder referenciar de forma adecuada, nos confirme que se podrá referenciar solo el tamaño BC3020, será correcto sin ser motive de descalificación, ya que para este código no se manejan descriptores de tamaño XS o small o medium.</p> <p>Favor de confirmar, que solo se podrá referenciar con el código BC3020-10.</p>
81	379.903.3794.00.01	<p>TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86550. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante para este punto nos permita ofrecer y referenciar tubo endotraqueal con globo calibre de 16 fr.</p> <p>Independientemente del equipo que se utilizara para atender al paciente.</p> <p>Favor de confirmar que se podrá ofertar tubo de calibre 16fr.</p>





82	379.903.3802.00.01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 18 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86551. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.	Solicitamos amablemente a la convocante para este punto nos permita ofrecer y referenciar tubo endotraqueal con globo calibre de 18 fr. Independientemente del equipo que se utilizara para atender al paciente.  Favor de confirmar que se podra ofertar tubo de calibre 18fr.
----	--------------------	--	---

Atentamente

Ing. Yeseline Bautista Pardo  
Representante Legal

Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.

- Pulmones
- Otorrinolaringología
- Oftalmología
- Cardiología
- Radiología
- Urología
- Pediatría
- Ginecología
- Neumología
- Cirugía
- Otorrinolaringología
- Cardiología
- Cirugía
- Consumibles y accesorios
- Equipos médicos
- Ventilación
- Servicios integrados
- Educación

