



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 16 de julio del 2025, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones (Abre)** a la Convocatoria del procedimiento adquisitivo indicado al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante "la Ley", y a lo establecido en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el **C. Marco Polo Rodríguez Ramírez**, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Servidor Público facultado conforme a lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 44 de "la Ley", únicamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en este procedimiento, a través del Sistema de Compras Gubernamentales denominado Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con **24 (veinticuatro)** horas de anticipación a este acto.

El presidente del acto, fue asistido por personal adscrito y designado por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas siendo responsable el **Ing. Juan Gabriel Osorio Peralta**, Ingeniero Biomédico Delegacional; la **Ing. Rosa Isela Negrete Juárez**, Ingeniera Biomédico Delegacional y la **Ing. Arianna Berenice Castañeda Gutierrez**, Ingeniera Biomédico Delegacional, para emitir respuestas respecto a la atención de las preguntas de carácter técnico, con la finalidad de resolver de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes y el **Lic. Oscar Cervera Angeles**, Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, la **Lic. Victoria Guadalupe Guerra Martínez**, Líder de Proyecto y la **Lic. Elizabeth Luna Oliver**, Supervisor de Proyecto, personal de la oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con la finalidad de resolver de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes respecto a la atención de las **preguntas de carácter**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

administrativo, cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta.-----

De conformidad con los artículos 35 fracción I de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.-----

El presidente del acto dio inicio al mismo señalando que, de la revisión al Sistema Electrónico de Información Gubernamentales Compras MX se recibieron ciento setenta y siete (177 preguntas) solicitudes de Aclaración a la Convocatoria y veintidós (22) escritos de interés en participar de los siguientes licitantes -----

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NO. DE PREGUNTAS	DE ESCRITO DE INTERÉS
1	ADVANCED STERILIZATION S. DE R.L. DE C.V.	01	SI
2	AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.	08	SI
3	ASESORIA Y APLICACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	07	SI
4	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	05	SI
5	BIOSTERIMEX, S.A. DE C.V.	08	SI
6	COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.	07	SI
7	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	03	SI
8	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V.	19	SI
9	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A. DE C.V.	11	SI
10	DRÄGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	08	SI



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

11	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05	SI
12	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO, S.A. DE C.V.	01	SI
13	IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.	04	SI
14	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	21	SI
15	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	13	SI
16	INTERSURGICAL, S.A. DE C.V.	17	SI
17	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	02	SI
18	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	10	SI
19	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V.	10	SI
20	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	01	SI
21	T SUR T, S.A. DE C.V.	02	SI
22	TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.	14	SI

Se anexa la pantalla correspondiente para corroborar la información recibida a través del Sistema de Compras Gubernamentales denominado "ComprasMX".-----

**ACLARACIONES GENERALES**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Se aclara a los licitantes que el ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (ACC MX-RU), forma parte del Listado de Tratados de la presente convocatoria.

DICE:

**6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, QUE DEBERÁN ENVIAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPAS MX, PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERA HACER USO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (ANEXOS), SEGÚN LE APLIQUE.**

- K) Los licitantes deberán presentar carta del fabricante autorizado en el Registro Sanitario, en papel membretado, firmada por el representante legal de esta última, respaldando solidariamente la propuesta técnica que se presente, por la (s) clave (s) o grupos en la (s) que participe, indicando el número de la Licitación, conforme al **Anexo Número 7 (Siete)** el cual forma parte de la presente convocatoria.

DEBE DE DECIR

**6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, QUE DEBERÁN ENVIAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPAS MX, PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERA HACER USO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (ANEXOS), SEGÚN LE APLIQUE.**

- K) Los licitantes deberán presentar carta del fabricante autorizado en el Registro Sanitario, en papel membretado, firmada por el representante legal de esta última, respaldando solidariamente la propuesta técnica que se presente, por la (s) clave (s) o grupos en la (s) que participe, indicando el número de la Licitación, conforme al **Anexo Número 7 BIS (Siete Bis) formato que se anexa a la presente convocatoria.**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Se aclara a los licitantes que en el ANEXO 3 en su inciso A) de la Convocatoria

**DICE:**

- A) Bajo protesta de decir verdad, no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos por los artículos **50 y 60**, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) del Reglamento.

**DEBE DE DECIR:**

- A) Bajo protesta de decir verdad, no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos por los artículos **70 y 91**, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) del Reglamento.

Se anexa a la presente el Formato

Se aclara a los licitantes que en el ANEXO 1 B de la Convocatoria Guía de distribución de Equipos en Comodato

**DICE:**

Unidad de Información	NOMBRE DE LA UNIDAD	Dirección	EQUIPO	CANTIDAD
360201	HGZMF 29 S. Juan Aragón	Avenida 510, No.100 Colonia San Juan de Aragón Primera Sección C.P.07920, Municipio Gustavo A. Madero, Ciudad de México	INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE	1



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

DEBE DE DECIR:

Unidad de Información	NOMBRE DE LA UNIDAD	Dirección	EQUIPO	CANTIDAD
360201	HGZMF 29 S. Juan Aragón	Avenida 510, No.100 Colonia San Juan de Aragón Primera Sección C.P.07920, Municipio Gustavo A. Madero, Ciudad de México	INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE	2

PREGUNTAS

A continuación, se procede a dar atención a las preguntas formuladas por los licitantes en tiempo y forma, mismos que igualmente enviaron escrito de interés en participar. -----

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ADVANCED STERILIZATION S DE R.L. DE C.V. -----

NÚMERO	LICITANTE: ADVANCED STERILIZATION S DE R.L. DE C.V.
PREGUNTA 1	PRESENTACIÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 Y 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JULIO DE 2011), SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	<p>MODIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA.</p> <p>LO ANTERIOR SE SOLICITA EN VIRTUD DEL IMPACTO EN LA COMPETENCIA YA QUE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PERMITIRÍA UNA MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES, LO QUE PODRÍA TRADUCIRSE EN MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD PARA LA INSTITUCIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>
RESPUESTA	<p>NO SE ACEPTA, POR LO CUAL DEBERÁ DE APEGARSE AL CARATER DE LA PRESENTE LICITACIÓN INTERNACIONA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS Y DAR CUMPLIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> <p>RECORDANDO A LOS LICITANTES QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PÓDRIAN SER NEGOCIABLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP.</p>

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V. -----

NÚMERO	LICITANTE:
	AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	2.2 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA RÉFERENCIAR POR FAMILIA LOS REGISTROS SANITARIOS, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE EL FABRICANTE DE LOS BIENES DA CUMPLIMIENTO A DICHA NORMATIVIDAD, DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 2	5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE UN NUMERAL NO NOS APLIQUE SE PUEDA ADJUNTAR UN MANIFIESTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE POR LO QUE HACE AL NUMERAL 5.1. PODRÁ PONER LA LEYENDA NO APLICA, QUEDANDO SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMAS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA
PREGUNTA 3	6.2 FRACCIÓN III SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE REDUCIR EL PESO DEL ARCHIVO, DERIVADO A QUE LOS APARTADOS DE COMPRAS SÓLO ACEPTAN SE ADJUNTEN ARCHIVOS DE 150 MB, NOS PERMITA REFERENCIAR LOS CATÁLOGOS POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO PODRÁ REFERENCIAR LOS CATALOGOS POR FAMILIA , POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR LOS ARCHIVOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN DE 150 MB CADA UNO
PREGUNTA 4	6.2 FRACCIÓN III SE SOLICIA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE REDUCIR EL PESO DEL ARCHIVO, DERIVADO A QUE LOS APARTADOS DE COMPRAS SÓLO ACEPTAN SE ADJUNTEN ARCHIVOS DE 150 MB, NOS PERMITA ÚNICAMENTE ADJUNTAR LAS PÁGINAS DONDE VENGAN LOS INSUMOS OFERTADOS, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO PODRÁ REFERENCIAR LOS CATALOGOS POR FAMILIA , POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR LOS ARCHIVOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN DE 150 MB CADA UNO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 5	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EL ACUSE DE MUESTRAS PUEDE SER EN FORMATO LIBRE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL DOCUMENTO DE ACUSE DE MUESTRAS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; ASI COMO TAMBIEN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS DEMÁS PUNTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 6	7 INCISO C) FRACCIÓN VI SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO VIGENTE EMITIDA POR EL SAT CON FECHA DE 3 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES, CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA APERTURA DE PROPUESTAS.  SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.
PREGUNTA 7	7 INCISO C) FRACCIÓN VI SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE 3 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA, ¿SE ACEPTA?


Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten mark at the bottom right corner.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	<p>SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS POSITIVA, Y VIGENTE, CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA APERTURA DE PROPUESTAS.</p> <p>SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEUDOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.</p>
PREGUNTA 8	<p>7 INCISO C) FRACCIÓN VI SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INFONAVIT VIGENTE CON FECHA DE 7 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA, ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT POSITIVA, SIN ADEUDO Y VIGENTE, CON SIETE DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA APERTURA DE PROPUESTAS.</p> <p>SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEUDOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.</p>



PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ASESORIA Y APLICACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.-----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

NÚMERO	LICITANTE: ASESORIA Y APLICACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	6.1 INCISO H) EN ESTE PUNTO NOS REFIEREN AL ANEXO 5A, SIN EMBARGO, EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA, NO VIENE DICHO ANEXO.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN EL NUMERAL 6.1. INCISO H) AL QUE HACE REFERENCIA NO CONTEMPLA EL ANEXO 5 A.
PREGUNTA 2	6.1. INCISO I EN ESTE PUNTO NOS REFIEREN AL ANEXO 6. ESTRATIFICACION COMO MIPYMES, SIN EMBARGO, NO VIENE DICHO ANEXO
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SI ESTA INTEGRADO EL ANEXO NÚMERO 6 EN LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 3	6.1. INCISO K EN ESTE PUNTO NOS REFIEREN AL ANEXO 7, SI EMBARGO NO VIENE DICHO ANEXO EN LA CONVOCATORIA
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 4	6.4 FRACCION II EN ESTE PUNTO, NOS REFIEREN AL ANEXO 8. SIN EMBARGO, NO VIENE DICHO ANEXO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SI ESTA INTEGRADO EL ANEXO NÚMERO 8 EN LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 5	6.1 INCISO A, B, C, D, E Y F. EN ESTOS PUNTOS, NOS REFIEREN AL ANEXO 3. SIN EMBARGO, DICHO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	ANEXO 3 SE REFIERE A LA LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TECNICA. ES CORRECTO? NO DEBIERAN SER DOS ANEXOS DIFERENTES? ES DECIR, UNO AL EJEMPLO DE LOS MANIFIESTOS DE LOS INCISOS A, B, C, D, E Y F Y OTRO DE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE NUESTRA PROPUESTA.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE DICHO FORMATO NO HACE REFERENCIA A LA LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TECNICA, SI NO QUE REFIERE A UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL CUMNPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS INCISOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.1., EL CUAL EN CASO DE NO PRESENTARLO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO.
PREGUNTA 6	6.2 Y 6.2 FRACCION V EN AMBOS PUNTOS SE PIDE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRAS?
RESPUESTA	PARA LOS NUMERALES 6.2 Y 6.2 FRACCION V, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRAS OFERTADAS.
PREGUNTA 7	6.2.1 ENTREGA DE MUESTRAS. DONDE LA PRESENTACIÓN INDICA : CJA 10 PIEZA. EN ESTE CASO, ES SUFICIENTE CON ENTREGAR SOLO UNA PIEZA? O SE REQUIERE LA ENTREGA DE LAS 10 PIEZAS? FAVOR DE ACLARAR.
RESPUESTA	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC. ASI MISMO Y DE MANERA ADICIONAL, COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 6.2.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.  LA VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS, SE REALIZARÁ CON LA PROPUESTA TÉCNICA ENTREGADA POR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	PROPOSICIONES, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE ESPECIFICAN EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN ASÍ COMO CON LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS, MISMAS QUE ESTARÁN SUJETAS A VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD Y/O PRUEBA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL NÚMERO DE CATÁLOGO SOLICITADO Y DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SE PRETENDE UTILIZAR. POR LO QUE SE EVALUARÁ QUE TANTO LAS FOTOGRAFÍAS, FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS, EN LA PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDAN A LOS BIENES SOLICITADOS.
--	---

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
PREGUNTA 1	NUMERAL 6.1, DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, INCISO K) CARTA DEL FABRICANTE, PAG. 30, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MEXICO, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 2	NUMERAL 6.4 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PUNTO 7, SUBPUNTO 7 C), INCISO VII) OPINION DEL IMSS, PAG. 37, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA CON FECHA DE HASTA 5 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, ¿SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	<p>SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS POSITIVA, Y VIGENTE, CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA APERTURA DE PROPUESTAS.</p> <p>SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEUDOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.</p>
PREGUNTA 3	<p>NUMERAL 13.3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA, PAG. 63, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE REPOSICION Y/O PEDIDO, FAVOR DE CONFIRMAR</p>
RESPUESTA	<p>SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 13.1. EL CUAL ESTABLECE:</p> <p>Los bienes serán solicitados por el instituto por medio de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega. Estas serán notificadas por el instituto mediante orden de reposición al licitante adjudicado vía internet, a través de la página internet de proveedores ubicada en la dirección electrónica (<a href="http://sai.imss.gob.mx">http://sai.imss.gob.mx</a>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida por el instituto.</p> <p>ESPECIFICANDO QUE LA ENTREGA SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN.</p>
PREGUNTA 4	<p>ANEXO NUMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, PARTIDA: 75 CLAVE: 379.304.5281.00.01, PAG. 91, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACAS DESECHABLES TAMAÑO UNIVERSAL (PARA PEDIATRICO Y ADULTO) CON 1 CABLE REUTILIZABLE PARA PLACA QUE SE COTIZA POR SEPARADO, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE PRECISA AL LICITANTE QUE SE DEBERA OFERTAR Electrodo De Retorno Del Paciente Adulto, Con Adhesivo Polyhesive (Gel Adhesivo Conductor Con Base De Polimero Que Evita La Migracion Del Gel. Hidrofilico, Suministra Un Alto Contenido De Humedad Para Disminuir El Nivel De Impedancia Favoreciendo La Conductividad, Respaldo De Espuma Flexible De Polietileno De Celula Cerrada Reticulada, Adhesivo Del Bode De Acrilico De Grado Medico, Reforzado Con Una Capa De Termoplastico. Dimensiones De 18.3 Cm X 11.4 Cm. Area De Conductividad 137 Cm Cuadrados, Borde Adhesivo De 1.11 Cm. Libre De Latex. Presentacion: Caja Con 50 Piezas. Numero De Catalogo: E7507. Para Su Uso En El Equipo: Unidad De Electrocirugia Avanzada Con Sellado O Termofusion De Vasos. Clave: 531.328.0221. Marca: Covidien. Modelo: Force Triad.
PREGUNTA 5	ANEXO NUMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, PARTIDA: 100 CLAVE: 379.443.0318.00.01, PAG. 96, SOLICITAMOS AMABLAMAMENTE NOS PERMITA OFERTAR LÁPIZ DE ELECTROCIRGÍA DESECHABLE DE USO ÚNICO POR PACIENTE, EN PRESENTACIÓN CAJA CON 50 PIEZAS, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: BIOSTERIMEX, S.A. DE C.V.-----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

NÚMERO	LICITANTE: BIOSTERIMEX, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	6.2, INCISO III SOLICITAN ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, MANUALES, Y/O BROCHURE, CATÁLOGOS CON FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO, LEGIBLES Y EMITIDOS POR EL FABRICANTE. SE DEBE ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEBERÁ INDICAR EL FABRICANTE DE LOS BIENES, DIRECCIÓN, PAÍS DE ORIGEN, MARCA, EN SU CASO WEB Y LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, ¿ES CORRECTO?, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN OCASIONES LOS LICITANTES HACEN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SI PRESENTAR LA REAL DEL FABRICANTE.
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. Los licitantes deberán presentar anexos técnicos, folletos, manuales, y/o brochure, catálogos con fotografías, instructivos o manuales de uso, legibles y emitidos por el fabricante del bien a ofertar, mismos que serán utilizados para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes ofertados, por lo que deberán presentarse debidamente referenciados conforme a lo solicitado por esta Convocante correspondientes al Anexo Número 1 (Uno) y Anexo 1-A (Uno A). DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 2	PRESENTACIÓN  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SOLO SE PODRÁ OFERTAR BIENES CUYOS ORÍGENES SEAN PAÍSES CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, SIN PODER OFERTAR BIENES DE ORIGEN COMO CHINA, BRASIL, INDIA, ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN YA QUE EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 3	6.2.1  SOLICITAN UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), DEBEMOS ENTENDER QUE LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA DEBERÁ SER CONFORME A LA COLUMNA G, ES DECIR, "TIPO DE PRESENTCIÓN", ¿ES CORRECTO?, EN CASO CONTRARIO INDICAR A QUÉ COLUMNA SE LE DEBE DAR CUMPLIMIENTO.
RESPUESTA	PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LA MUESTRA FISICA Y LA ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO, DEBERÁ DE SER CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 (UNO), TOMANDO EN CONSIDERACIÓN: UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN, POR EJEMPLO LO INDICADO EN LA PARTIDA 1: CAJA CON 50 PIEZA.
PREGUNTA 4	6.1, INCISO N) SOLICITAMOS AL INSTITUTO NOS ACLARE, EN EL EVENTO DE APERTURA DE LICITACIONES, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LAS OPINIONES DEL SAT, IMSS E INFONAVIT, ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEUDOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.
PREGUNTA 5	6.2, FRACCIONES II Y V  EN AMBOS PUNTOS REQUIEREN EL COMPROBANTE DE LA ENTREGA DE MUESTRAS, ¿ES CORRECTO ESTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A DICHOS NUMERALES.
PREGUNTA 6	6.2.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, LA VERIFICACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LOS REGISTROS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	SANITARIOS, PARA CORROBORAR QUE DICHO DOCUMENTO CORRESPONDE AL BIEN PROPUESTO, ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA VERIFICACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES 2, 2.1, 2.2, 6.2 Y 6.2.1, EN EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR LAS MUESTRAS COMO PARTE TAMBIEN DE LA EVALUACIÓN, ASÍ COMO CUMPLIR TODOS Y CADA UNO DE LOS NUMERALES SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
PREGUNTA 7	6.2.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EN CASO DE QUE EN EL REGISTRO SANITARIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE PARTIDA, ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHO NUMERAL, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO; DE IGUAL FORMA DE NO CUMPLIR CON LOS DEMÁS NUMERALES, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 10 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 8	6.3 PARA ALGUNAS PARTIDAS, EL ORIGEN ES DE IMPORTACIÓN DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO, POR ESTE MOTIVO, NO CUENTAN CON RFC, EN ESTOS CASOS SE DEBERÁ INDICAR N/A, ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	NO ES CORRECTO, EN LUGAR DE R.F.C.; DEBERÁ SEÑALAR EL DOCUMENTO EQUIVALENTE AL PAÍS DEL FABRICANTE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.-----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

NÚMERO	LICITANTE: COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	<p>PÁG. 15 Y 141 SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL ES LA CANTIDAD DE EQUIPOS EN COMODATO QUE SE REQUIERE DE SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS EN EL ANEXO 1A, POR LO QUE DEBERÁ DE REMITIRSE AL REFEREIDO ANEXO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
PREGUNTA 2	<p>PUNTO 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UNA PIEZA COMO MUESTRA REPRESENTATIVA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, DE CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2.1
PREGUNTA 3	<p>PUNTO 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, PÁG. 34</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO PUNTO 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, PÁG. 34, PARRAFO 5, BASTARÁ CON MENCIONAR QUE EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON LAS CLAVES A OFERTAR EN EL FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS.</p> <p>FAVOR DE CONFIRMAR.</p>
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2.1



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 4	<p>PUNTO 6.2. APARTADO III.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 6.2. PROPOSICION TÉCNICA, APARTADO III, BASTARÁ CON PRESENTAR INDISTINTAMENTE ANEXOS TÉCNICOS Y/O FOLLETOS Y/O MANUALES Y/O BROCHURE Y/O CATÁLOGOS CON FOTOGRAFÍAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DE USO, LEGIBLES Y EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL BIEN A OFERTAR.</p> <p>FAVOR DE CONFIRMAR.</p>
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2.1
PREGUNTA 5	<p>PUNTO 6., INCISO K)</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO CORRESPONDIENTE AL PUNTO PUNTO 6. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR, INCISO K), YA QUE EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) ES UNA CARTA RELATIVA A LOS EQUIPOS EN COMODATO.</p> <p>FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p>
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 6	<p>PUNTO 6., INCISO K)</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6., INCISO K), BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO.</p> <p>FAVOR DE CONFIRMAR.</p>
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 7	<p>PUNTO 6., INCISO A)</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) INCISO A, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>A) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ME ENCUENTRO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 71 Y 90, DE LA LAASSP, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN VI INCISO E) DEL REGLAMENTO.</p> <p>FAVOR DE CONFIRMAR.</p>
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	<p>ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA QUE PARA LA PARTIDA 98 QUE SOLICITA EL PRODUCTO POR BOLSA CON 500 PIEZAS EN SU PRESENTACIÓN, SE PERMITA OFERTAR PRESENTACIONES DE BOLSAS CON 250 PIEZAS, TODA VEZ QUE LA PRESENTACIÓN NO AFECTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SE ENTREGARAN LAS CANTIDADES MÍNIMAS O MÁXIMAS DE ACUERDO A LAS CANTIDADES REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE ACEPTA?</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.
PREGUNTA 2	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA LA PARTIDA 105 DONDE SE SOLICITA EL PRODUCTO POR MARCA Y MODELO MENCIONADA SE PERMITA OFERTAR PRODUCTO CON DIFERENTE MARCA TODA VEZ QUE LA MARCA Y EL MODELO DE LA MARCA NO AFECTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA. SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 3	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO  PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR PARA LA PARTIDA 220 LA CUAL SOLICITA EL PRODUCTO POR CAJA CON 30 PIEZAS, SE PERMITA OFERTAR PRESENTACIONES DE CAJA CON 20 PIEZAS, TODA VEZ QUE LA PRESENTACIÓN NO AFECTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SE ENTREGARAN LAS CANTIDADES MÍNIMAS O MÁXIMAS + EL 10% PROMEDIO REQUERIDAS, SE CEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.
-----------	--

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA S.A. DE C.V.

NÚMERO	LICITANTE: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	MUESTRAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO PARTE DEL SUMINISTRO LA MUESTRA QUE SE ENTREGUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN ALGUNA PARTIDA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. TODA VEZ QUE LA MUESTRA QUEDA EN RESGUARDO POR PARTE DEL ÁREA CONTRATANTE, HASTA CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO, CON EL OBJETO DE PODER VERIFICAR LO OFERTADO CONTRA LO ENTREGADO. DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DEBERÁN CONSIDERAR QUE PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS MUESTRAS NO PODRÁN SER DEVUELTAS NI RECLAMADAS POSTERIORMENTE AL LICITANTE QUE HAYA RESULTADO CON ADJUDICACIÓN, YA QUE LAS MISMAS SERVIRÁN PARA COMPROBAR QUE LOS BIENES SON ENTREGADOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
PREGUNTA 2	MUESTRAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENVIAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LOS CASOS DE REQUERIR PAQUETES O CAJAS, ¿SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 3	ANEXO 1, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLES COMPLETOS EN LOS CASOS DONDE SE SOLICITEN CABLES TRONCALES, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA. EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CABLES COMPLETOS EN LOS CASOS DONDE SE SOLICITEN CABLES TRONCALES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA DESCRIPCIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten checkmark*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO.
PREGUNTA 4	ANEXO TECNICO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENVIAR FICHAS TECNICAS PARA AMPARAR LAS PARTIDAS CUYO VALOR SEA ELEVADO, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	<p>NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC. ASI MISMO Y DE MANERA ADICIONAL, COMO SE SOLICITA. EN EL NUMERAL 6.2.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.</p> <p>LA VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS, SE REALIZARÁ CON LA PROPUESTA TÉCNICA ENTREGADA POR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE ESPECIFICAN EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN ASÍ COMO CON LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS, MISMAS QUE ESTARÁN SUJETAS A VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD Y/O PRUEBA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL NÚMERO DE CATÁLOGO SOLICITADO Y DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SE PRETENDE UTILIZAR. POR LO QUE SE EVALUARÁ QUE TANTO LAS FOTOGRAFÍAS, FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS, EN LA PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDAN A LOS BIENES SOLICITADOS.</p>
PREGUNTA 5	OPINIONES DE CUMPLIMIENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COLOCAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO TANTO DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DE UN DÍA DE VIGENCIA ANTE DE LA

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten mark.*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	APERTURA DE PROPUESTAS, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES DE UN DIA DE VIGENCIA A LA APERTURA DE PROPUESTAS.  SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.
PREGUNTA 6	2.2. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR POR FAMILIA EN LOS REGISTROS SANITARIOS, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE EL FABRICANTE DE LOS BIENES DA CUMPLIMIENTO A DICHA NORMATIVIDAD, DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 7	PARTIDA 72, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL ELECTRODO NEUTRO DE SILICONA GRANDE 500 CM2 ES REUSABLE O DESECHABLE, ASI COMO SI LO NECESITAN UNIPOLAR O DUAL Y SI SE REQUIERE CON CABLE QUE TIPO DE ENTRADA DEL CABLE CORRESPONDE A SU NECESIDAD.
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 72, ELECTRODO NEUTRO DE SILICONA GRANDE 500 CM2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20193-008. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. AL SOLICITARSE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	DE SILICÓN, SE REFIERE A QUE AL SER DE SILICÓN ES REUSABLE. DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA, PARA EL EQUIPO DE LA MARCA Y MODELO PARA EL QUE SE PRETENDE UTILIZAR: PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300., SE REQUIERE CON CABLE REUSABLE CON CONECTOR TIPO VALLEY LAB
PREGUNTA 8	PARTIDA 75, SE SOLICITA AMABLEMENTE CONVOCANTE NOS CORROBORE PARA LA PARTIDA 75 ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, ES DESECHABLE O REUTILIZABLE, ASI COMO SI LO QUERIEREN CON O SIN CABLE Y QUÉ ENTRADA DE CABLE EN CASO DE SER AFIRMATIVO.
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 75, ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO...DIMENSIONES DE 18.3 CM X 11.4 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 137 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 1.11 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7507. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. DE ACUERDO AL NÚMERO DE CATÁLOGO REQUERIDO EN LA DESCRIPCIÓN: E7507, SE REQUIERE DESECHABLE, ADULTO, CON CABLE, CON CONECTOR TIPO VALLEY LAB.
PREGUNTA 9	PARTIDA 75, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO CON MEDIDAS DE 105 MM DE ANCHO, 217 MM DE ALTO Y UN AREA DE CONDUCTIVIDAD DE 128 CM CUADRADOS, ¿SE ACEPTA?

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten mark in blue ink*

*Handwritten mark in blue ink*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 75: ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, ...DIMENSIONES DE 18.3 CM X 11.4 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 137 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 1.11 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7507. SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE PUEDE OFERTAR: ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO CON MEDIDAS DE 105 MM DE ANCHO, 217 MM DE ALTO Y UN AREA DE CONDUCTIVIDAD DE 128 CM CUADRADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SIN QUE SEA REQUISITO Y/O LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES CONFORME A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 10	PARTIDA 75, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA LA PARTIDA 75 ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO UNA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 100 PIEZAS, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA. EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO UNA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 100 PIEZA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROPORCIONAL Y EQUIVALENTE A LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 75: ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO...PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7507, Y EN LO SOLICITADO EN CADA ORDEN DE REPOSICIÓN SIN QUE SEA REQUISITO Y/O LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES CONFORME A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 11	PARTIDA 180, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA LA PERTIDA 180 PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO ADULTO, EN EFECTO ES REUSABLE? ASI COMO ACLARARNOS POR FAVOR SI LA REQUIEREN UNIPOLAR O DUAL, Y SI ES CON O SIN CABLE, TIPO REM O PLUG.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 180: PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE REQUIERE PLACA REUSABLE , DE SILICÓN, ADULTO, CON CONECTOR TIPO VALLEY LAB.
PREGUNTA 12	PARTIDA 181, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA LA PERTIDA 181 PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO PEDIATRICO, EN EFECTO ES REUSABLE? ASI COMO ACLARARNOS POR FAVOR SI LA REQUIEREN UNIPOLAR O DUAL, Y SI ES CON O SIN CABLE, TIPO REM O PLUG.
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 181: PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE REQUIERE PLACA REUSABLE, DE SILICÓN, PEDIÁTRICA, CON 1 CONECTOR TIPO VALLEY LAB POR CADA 10 PLACAS.
PREGUNTA 13	PARTIDA 76 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON 50 PIEZAS PARA LA PARTIDA 76 ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS

*Handwritten blue marks and signatures on the right side of the table.*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 14	PARTIDA 182 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA PARTIDA 182 PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO, LA REQUIEREN CON O SIN CABLE Y QUÉ TIPO DE CONECTOR NECESITAN, REM O PLUG.
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 182: PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 410-2000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE REQUIERE: CON 10 CABLES POR CAJA, CON CONECTOR TIPO VALLEY LAB.
PREGUNTA 15	PARTIDA 76 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA PARTIDA 76 ELECTRODO PARA ECG ES REQUERIDO EL REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS POR SER UN INSUMO PARA LA SALUD CLASE II.. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA LA PARTIDA76: ELECTRODO PARA ECG PRESENTACION: BOLSA CON CINCO PAQUETES DE 10 ELECTRODOS CADA BOLSA. NUMERO DE CATALOGO: ECG-RE. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: BIONET. MODELO: VARIOS. SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO
PREGUNTA 16	PARTIDA 75 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA PARTIDA 75 ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO ES REQUERIDO EL REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO AL NUMERAL 2.2



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS POR SER UN INSUMO PARA LA SALUD CLASE II. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO PARA LA PARTIDA 75: ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES DE 18.3 CM X 11.4 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 137 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 1.11 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7507. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD.
PREGUNTA 17	PARTIDA 76 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE POR FAVOR PARA QUE TIPO DE PACIENTE ES SOLICITADA LA PARTIDA 76 ELECTRODO PARA ECG.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE REQUIERE EL ELECTRODO PARA ECG PARA ADULTO.
PREGUNTA 18	PARTIDA 100 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA PARTIDA 100 LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, ES REQUERIDO EL REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS POR SER UN INSUMO PARA LA SALUD CLASE II .. ¿ES CORRECTO?

*Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the table.*

*Handwritten mark at the bottom right of the page.*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	ES CORRECTA SU PRECIACIÓN, PARA LA PARTIDA 100 SE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 LICENCIAS.
PREGUNTA 19	PARTIDA 182 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA PARTIDA 182 PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO ES REQUERIDO EL REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS POR SER UN INSUMO PARA LA SALUD CLASE II.. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU PRECIACIÓN, PARA LA PARTIDA 182 SE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 LICENCIAS.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A DE C.V.: -----

NÚMERO	LICITANTE: DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A DE C.V.
PREGUNTA 1	PARTIDA 10 CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO EQUIVALENTE. IDENTIFICADOR DE SITIO DE BIOPSIA MAMARIA DE TITANIO DE 1MM X 3MM, FORMA DE "U" PARA USO CON SONDA DE 10G, PRESENTACIÓN: CAJA CON 10 PIEZAS, NUMERO DE CATÁLOGO: MMK1002, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE BIOPSIA ASITIDO POR VACÍO CON PANTALLA TÁCTIL, EQUIVALENTE AL SISTEMA MARCA ENCOR, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA EL PROCEDIMIENTO Y QUE CUENTA CON CLAVE DE CUARO BÁSICO 379.152.0009.00.00 ESTO, CON



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y DAR CUMPLIMIENTO TÉCNICO CON LO SOLICITADO Y QUE ES FUNCIONAL CON SISTEMA DE BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO QUE SE ENTREGARÁ EN CALIDAD DE COMODATO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 2	PARTIDA 46  CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO EQUIVALENTE UN SISTEMA DE MANEJO DE TEJIDO CON 12 CAMARAS PARA USO CON AGUJA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE TEJIDO MAMARIO CALIBRE 10G, COMPATIBLE CON SISTEMA DE BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACÍO CON PANTALLA TÁCTIL, EQUIVALENTE AL SISTEMA MARCA ENCOR, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA EL PROCEDIMIENTO Y QUE CUENTA CON CLAVE DE CUADRO BÁSICO 379.817.0340.00.00. ESTO, CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y DAR CUMPLIMIENTO TÉCNICO CON LO SOLICITADO Y QUE ES FUNCIONAL CON EL SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO QUE SE ENTREGARÁ EN CALIDAD DE COMODATO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 3	PARTIDA 46 DICE: "...PRESENTACIÓN: CAJA C/12 PIEZAS..." SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN EN CAJA DE 10 PIEZAS, GARANTIZANDO LA ENTREGA TOTAL DE PIEZAS EQUIVALENTES SOLICITADAS EN LAS CANTIDADES MÍNIMA Y MÁXIMA, ES DECIR, CON LA PRESENTACIÓN PROPUESTA SE ENTREGARÍA COMO MÍNIMO 8 CAJAS C/10 PIEZAS Y COMO MÁXIMO 17 CAJAS C/10 PIEZAS, CUBRIENDO CON LAS CANTIDADES ORIGINALES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.
PREGUNTA 4	PARTIDA 92 CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO EQUIVALENTE: RECIPIENTE DE ASPIRACIÓN CON CAPACIDAD DE 800 CC, PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE TEJIDO MAMARIO, PRESENTACIÓN: CAJA CON 10 PIEZAS, NUMERO DE CATALOGO: MCANISTER1, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE BIOPSIA ASITIDO POR VACÍO CON PANTALLA TÁCTIL, EQUIVALENTE AL SISTEMA MARCA ENCOR, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA EL PROCEDIMIENTO Y QUE CUENTA CON CLAVE DE CUARO BÁSICO 379.753.0123.00.00. ESTO, CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y DAR CUMPLIMIENTO TÉCNICO





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	<p>CON LO SOLICITADO Y QUE ES FUNCIONAL CON SISTEMA DE BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO QUE SE ENTREGARÁ EN CALIDAD DE COMODATO. ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".</p>
PREGUNTA 5	<p>PARTIDA 92 DICE: "...PRESENTACIÓN: CAJA C/12 PIEZAS..." SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN EN CAJA DE 10 PIEZAS, GARANTIZANDO LA ENTREGA TOTAL DE PIEZAS EQUIVALENTES SOLICITADAS EN LAS CANTIDADES MÍNIMA Y MÁXIMA, ES DECIR, SE ENTREGARIA COMO MÍNIMO 8 CAJAS CON 10 PIEZAS Y COMO MÁXIMO 17 CAJAS CON 10 PIEZAS, CUBRIENDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.</p>
PREGUNTA 6	<p>PARTIDA 222 CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR COMO EQUIVALENTE: AGUJA PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE TEJIDO MAMARIO, TAMAÑO 10G X 12 CM, CON CAMARA DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATÁLOGO:</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	MST1012, PARA USO, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE BIOPSIA ASITIDO POR VACÍO CON PANTALLA TÁCTIL, EQUIVALENTE AL SISTEMA MARCA ENCOR, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA EL PROCEDIMIENTO Y QUE CUENTA CON CLAVE DE CUADRO BÁSICO 379.020.1018.00.00. ESTO, CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y DAR CUMPLIMIENTO TÉCNICO CON LO SOLICITADO Y QUE ES FUNCIONAL CON EL SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO QUE SE ENTREGARÁ EN CALIDAD DE COMODATO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 7	PARTIDA 255 CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR COMO EQUIVALENTE: GUÍA DE AGUJA EN FORMA DE HORQUILLA CALIBRE 10G, PRESENTACIÓN: CAJA CON 25 PIEZAS, NUMERO DE CATALOGO: MG10A Y CUENTA CON CLAVE DE CUADRO BASICO 379.412.0259.00.00 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA. CLAVE: 531.611.0028 Y MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS. CLAVE: 531.611.0033, Y QUE ES FUNCIONAL CON EL SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISITIDO POR VACIO QUE SE ENTREGARÁ EN CALIDAD DE COMODATO. ¿SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 8	PARTIDA 255 DICE: "...PRESENTACIÓN: CAJA C/10 PIEZAS..." SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN EN CAJA DE 25 PIEZAS, GARANTIZANDO LA ENTREGA DEL TOTAL DE PIEZAS EQUIVALENTES SOLICITADAS EN LAS CANTIDADES MÍNIMA Y MÁXIMA, ES DECIR, CON LA PRESENTACIÓN PROPUESTA SE ENTREGARÍA COMO MÍNIMO 2 CAJAS CON 25 PIEZAS Y COMO MÁXIMO 3 CAJAS 6 CAJAS CON 25 PIEZAS, CUBRIENDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.
PREGUNTA 9	ANEXO 1- A ANEXO 3.2 REQUISITOS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO  GRUPO 2. SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA - ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO A COMODATO EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS HACEN MENCIÓN A UN EQUIPO EN PARTICULAR. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO TECNOLÓGICAMENTE

*[Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	<p>EQUIVALENTE A LO SOLICITADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:          SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR DOBLE VACÍO CON PANTALLA TÁCTIL, MINIMAMENTE INVASIVO, PERMITE OBTENER MUESTRAS MÚLTIPLES DE BIOPSIA SIN NECESIDAD DE RETIRAR LA AGUJA, CON LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR EL TEJIDO EN FORMA INDIVIDUAL, LIBRE DE MANIPULACIÓN EN COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DEL TEJIDO, LOS COMPARTIMIENTOS ESTAN NUMERADOS Y RADIOOPACOS QUE PERMITE TOMAR UNA IMAGEN RADIOGRAFICA DEL TEJIDO EN CORRELACIÓN CON HORARIO, CONTIENE: 1 (UN) MODULO DE CONTROL CON INTERFAZ QUE PERMITE SELECCIONAR LA VELOCIDAD DE DISPARO, SELECCIONAR LA APERTURA DE LA AGUJA VARIABLE CONTROLADO POR EL USUARIO, 1 (UN) CONTROL DE MANO, PARA SONDA DE BIOPSIA, CON CONTROLES PARA INSERCIÓN O DISPARO, TOMA DE MUESTRA, VACIO, CON MECANISMO DE SOPORTE PARA MASTOGRAFO, 1 (UN) CONTROL DE PEDAL PARA LAS FUNCIONES DE BIOPSIA, CIERRE Y APERTURA Y VACIO, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA , PARA INSTALACIÓN 110 V +/- 10%, PRESENTACIÓN: EQUIPO:          MARCA: MAMMOTOME,          MODELO; MAMMOTOME REVOLVE,          PARA USO CON EQUIPOS: MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA CLAVE: 531.611.0028 Y MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS CLAVE: 531.611.0033, MARCA: VARIOS, MODELO: VARIOS          LO CUAL PERMITE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE BIOPSIA MAMARIA COMPATIBLE CON EL INSUMO PROPUESTO PARA LAS PARTIDAS 10, 46, 92, 222 Y 255          ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

	ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 10	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y PARTIDA 10, 46, 92, 222 Y 255  CONSIDERANDO QUE EL DISPOSITIVO PARA TOMA DE BIOPSIAS ASISTIDO POR VACÍO SERA ENTREGADO EN CALIDAD DE COMODATO, Y QUE NO FORMA PARTE DE LOS BIENES OBJETO DE ADQUISICIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE QUE LA ENTREGA DE MUESTRAS APLIQUE ÚNICAMENTE A LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, DEMOSTRANDO LA COMPATIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES CON EL DISPOSITIVO A TRÁVES DEL ANEXO 1.A ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN QUE SERÁ PRESENTADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE MUESTRAS. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE ACLARA QUE LA ENTREGA DE MUESTRAS APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO DEMOSTRARSE SU COMPATIBILIDAD CON EL DISPOSITIVO EN COMODATO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS U OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE ACREDITEN DICHA COMPATIBILIDAD.
PREGUNTA 11	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y PARTIDA 10, 46, 92, 222 Y 255  CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y LOGÍSTICA DE ENTREGA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA POR CADA PARTIDA SOLICITADA, EN



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	LUGAR DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LA PRESENTACION SOLICITADA EN CADA PARTIDA, ES DECIR, QUE SE PERMITA ENTREGAR UNA MUESTRA EN PRESENTACIÓN PIEZA, EN LUGAR DE PRESENTACIÓN DE CAJA CON "X" PIEZAS SEGÚN LA CLAVE, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. ESTA MUESTRA INCLUIRÍA LOS COMPONENTES ESENCIALES QUE PERMITAN VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.-----

<b>NÚMERO</b>	<b>LICITANTE: DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>
---------------	---



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 1	NUMERAL 6.1, INCISO K SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 7 (SIETE) APLICA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE INCLUYAN LA ENTREGA DE EQUIPOS EN COMODATO, POR LO QUE, EN CASO DE OFERTAR INSUMOS, LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO APLICA. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
PREGUNTA 2	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE ES POSIBLE PRESENTAR UNA SOLA PIEZA POR CADA PARTIDA, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y REFERENCIADA CONFORME A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several initials.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 3	PARTIDA 53 CON EL FIN DE OFERTAR LA PIEZA CORRECTA Y DEBIDO A UNA ACTUALIZACIÓN EN EL NÚMERO DE PARTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SERÁ POSIBLE PARTICIPAR CON EL SIGUIENTE PRODUCTO: CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE CON CALENTAMIENTO, DOBLE RAMA, MODELO VENTSTAR HELIX, NÚMERO DE CATÁLOGO MP02607, EL CUAL CORRESPONDE A LA NUEVA REFERENCIA DE LA PIEZA SOLICITADA. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 4	PARTIDA 53 CON EL FIN DE OFERTAR LA PIEZA REQUERIDA CON COMPATIBILIDAD PARA EL VENTILADOR EVITA 4 , SOLICITAMOS DE FORMA RESPETUOSA A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL PORCENTAJE O LA CANTIDAD ESTIMADA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ORDEN DE REPOSICIÓN, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, A FIN DE PREVER LA LOGÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE LAS CANTIDADES NO PUEDEN SER DETERMINADAS DE ANTICIPO, YA QUE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN SE REALIZARÁN CONFORME A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD MÉDICA, DENTRO DE

Handwritten blue ink marks and arrows on the right side of the table.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	LOS MÁRGENES MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. POR LO TANTO, EL LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y SUMINISTRO DEL PRODUCTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 13.3 PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCIÓN.
PREGUNTA 5	PARTIDA 240 CON EL FIN DE OFERTAR LA PIEZA REQUERIDA CON COMPATIBILIDAD PARA EL VENTILADOR EVITA 4 , SOLICITAMOS DE FORMA RESPETUOSA A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL PORCENTAJE O LA CANTIDAD ESTIMADA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ORDEN DE REPOSICIÓN, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, A FIN DE PREVER LA LOGÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE LAS CANTIDADES NO PUEDEN SER DETERMINADAS DE ANTICIPO, YA QUE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN SE REALIZARÁN CONFORME A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD MÉDICA, DENTRO DE LOS MÁRGENES MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. POR LO TANTO, EL LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y SUMINISTRO DEL PRODUCTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 13.3 PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCIÓN.
PREGUNTA 6	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR ES POSIBLE PRESENTAR UNA SOLA PIEZA POR CADA PARTIDA, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y REFERENCIADA CONFORME A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL

*[Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 7	13.3.2 CONDICIONES DE ENTREGA DICE: "LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO PERFECTAMENTE EMPACADOS, CADA PIEZA O PAQUETE CON ENVOLTURA Y CAJA CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL BIEN E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL " PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE SERÁ SUFICIENTE LA ENTREGA DE LOS BIENES TOTALES CON LA ETIQUETA SOLICITADA EN LA PRESENTACIÓN QUE REFIERE LA CONVOCATORIA, COLOCADA POR CAJA DE PRESENTACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, COMPROMETIDOS CON LA ENTREGA DE LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA EN EL PROCESO. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE LA ETIQUETA DEBERÁ COLOCARSE POR LA PRESENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO". POR LO TANTO, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS PERFECTAMENTE EMPACADOS, CADA PIEZA O PAQUETE CON ENVOLTURA Y CAJA QUE CORRESPONDA A DICHA PRESENTACIÓN, INCLUYENDO LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CONFORME A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 8	ENTREGA DE BIENES SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL PLAZO DE ENTREGA INDICADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ CONSIDERADO COMO EL TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO, CONTADO A PARTIR DEL ENVÍO DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, PUNTO K DEL ANEXO 7 QUE VIENE EN LA CONVOCATORIA NO CORRESPONDE A LA CARTA DE DISTRIBUIDOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS FACILITE EL DOCUMENTO PARA SU PRESENTACIÓN O EN SU CASO NOS MENCIONE SI SERÁ ESCRITO LIBRE, FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 2	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS ENTREGAR UNA (1) MUESTRA EN ENVASE (CAJA), ES DECIR SI LA PRESENTACIÓN ES CAJA DE 48 PIEZAS O 24 PIEZAS, ÚNICAMENTE ¿SE DEBERA PRESENTAR LA CAJA CON 1 PIEZA?, ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE ACUERDO A LOS OLICITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.</p>
PREGUNTA 3	<p>13.3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE UN APROXIMADO DE NUMERO DE ENTREGAS QUE PODRÍAN SER A PARTIR DEL ACTO DE FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FAVOR DE ACLARAR.</p>
RESPUESTA	<p>DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, 13.3 PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCIÓN.</p> <p>13.3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.</p> <p>LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS DEBERÁ SER DE LAS 8:00 A 16:00 HORAS EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL UBICADO EN CALZADA VALLEJO, NÚMERO 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07760. PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE COMODATO, SE DEBERÁ ENTREGAR EN LA UNIDAD DE</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	<p>DESTINO FINAL DESCRITA EN EL ANEXO 1 "B" GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO. LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ MEDIANTE ORDEN DE REPOSICIÓN SEGÚN LO REQUIERA EL INSTITUTO. POR LO QUE NO SE PUEDE ESTABLECER UN NUMERO PROMEDIO DETERMINADO DE ORDENES DE REPOSICIÓN.</p> <p>ESPECIFICANDO QUE LA ENTREGA SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN.</p>
PREGUNTA 4	<p>13.3.2 CONDICIONES DE ENTREGA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE MENCIONARNOS PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SI PARA LA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES DEBERÁN ENCONTRARSE ETIQUETADOS POR PRESENTACIÓN O POR PIEZA Y EN SU CASO QUE INFORMACIÓN DEBERÁ CONTENER LA ETIQUETA. FAVOR DE ACLARAR.</p>
RESPUESTA	<p>DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, 13.3.2 CONDICIONES DE ENTREGA. 1. DE LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS MÉDICOS: .... LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO PERFECTAMENTE EMPACADOS, CADA PIEZA O PAQUETE CON ENVOLTURA Y CAJA CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL BIEN E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEYENDA: "PROPIEDAD DEL IMSS, PROHIBIDA SU VENTA" Y EN CONDICIONES DE EMBALAJE QUE LOS RESGUARDE DEL POLVO Y HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL FIN DE QUE SE MANTENGAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.</p>
PREGUNTA 5	<p>13.3.2 CONDICIONES DE ENTREGA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE CUANTOS DÍAS HABILES O NATURALES CONTAREMOS DESPUÉS DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES. FAVOR</p>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	DE ACLARAR.
RESPUESTA	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, 13.3.2 CONDICIONES DE ENTREGA. LOS BIENES SERÁN SOLICITADOS POR EL INSTITUTO POR MEDIO DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, EN LAS CUALES SE INDICARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, LA CANTIDAD DE PIEZAS, LA FECHA Y LUGAR DE ENTREGA. ESTAS SERÁN NOTIFICADAS POR EL INSTITUTO MEDIANTE ORDEN DE REPOSICIÓN AL LICITANTE ADJUDICADO VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE LA PÁGINA INTERNET DE PROVEEDORES UBICADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (HTTP://SAI.IMSS.GOB.MX). ESPECIFICANDO QUE LA ENTREGA SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN.

*Handwritten signature*

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO S.A. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	PUNTO 6.2.1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CON RESPECTO AL ANEXO NUMERO 1, GRUPO 1: TERAPIA DE HERIDAS, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ DE APEGARSE A LAS DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO", ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 2 Y 6.2.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, RECORDANDO A LOS LICITANTES QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PÓDRAN SER NEGOCIABLES

*Handwritten signature*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.: -----

NÚMERO	LICITANTE: IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	PARTIDA 57 CLAVE: 379.200.2135.00.00 CUCOP: 29500005 EL CIRCUITO SOLICITADO DEBE SER COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MODELO MR 850 ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	SE ACLARA QUE DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA, EL CIRCUITO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN VENTILADOR MARCA CAREFUSION (VIASYS HEALTHCARE) MODELO VELA, Y NO SE ESTABLECE COMO REQUISITO EXPRESO LA COMPATIBILIDAD CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MODELO MR 850. NO OBSTANTE, SE PODRÁ OFERTAR UN CIRCUITO COMPATIBLE CON DICHO HUMIDIFICADOR, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO 1 Y SE GARANTICE LA FUNCIONALIDAD CON EL EQUIPO MÉDICO SEÑALADO EN LA CLAVE. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA COMPATIBILIDAD OFRECIDA.
PREGUNTA 2	PARTIDA 57 CLAVE: 379.200.2135.00.00 CUCOP: 29500005 PARA QUE EL CIRCUITO PERMITA EL SERVO CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LOS GASES PROPORCIONADOS EN EL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON CABLE CALENTADOR CON AMBAS RAMAS ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA, NO SE ESTABLECE COMO REQUISITO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON CABLE CALENTADOR EN AMBAS RAMAS. EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR ÚNICAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 1, ENTRE ELLAS: TUBO CORRUGADO DE 22 MM, TRAMPAS DE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	HUMEDAD, CONECTOR EN Y, PUERTOS PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN PROXIMAL, MANGUERA DE PRESIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS PREENSAMBLADOS.
PREGUNTA 3	PARTIDA 57 CLAVE: 379.200.2135.00.00 CUCOP: 29500005 PARA ASEGURAR LA HUMIDIFICACIÓN DE LOS GASES EN EL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL SISTEMA DE CIRCUITO INCLUYA UNA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN UNIVERSAL DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTO LLENADO ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA, NO SE ESTABLECE COMO REQUISITO LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN UNIVERSAL DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTO LLENADO. EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR ÚNICAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 1, ENTRE ELLAS: TUBO CORRUGADO DE 22 MM, TRAMPAS DE HUMEDAD, CONECTOR EN Y, PUERTOS PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN PROXIMAL, MANGUERA DE PRESIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS PREENSAMBLADOS.
PREGUNTA 4	PARTIDA 57 CLAVE: 379.200.2135.00.00 CUCOP: 29500005 PARA QUE PUEDA COMPLETARSE EL CIRCUITO DE HUMIDIFICACIÓN DEL GAS PROPORCIONADO AL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO INCLUYA LÍNEA PARA CONECTAR EL VENTILADOR CON LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN (COMPLETAR LA CASCADA) ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA, NO SE ESTABLECE COMO REQUISITO LÍNEA PARA CONECTAR EL VENTILADOR CON LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN (COMPLETAR LA CASCADA). EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR ÚNICAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 1, ENTRE ELLAS: TUBO CORRUGADO DE 22 MM, TRAMPAS DE HUMEDAD, CONECTOR EN Y, PUERTOS PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN PROXIMAL, MANGUERA DE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PRESIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS PREENSAMBLADOS.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V
PREGUNTA 1	NUMERAL 6.1 INCISO K EN CASO DE NO OFERTAR EQUIPOS ACOMODATOS EN FUNCION DEL ANEXO NUMERO 7 SOLICITAMOS PODER PRESENTAR UNA CARTA DE APOYO EN FORMATO LIBRE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O TITULAR DEL REGISTRO SANTITARIO ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 2	NUMERAL 6.1 INCISO P ¿ES CORRECTO QUE EL ANEXO 18 ESTE DOCUMENTO SOLO SERA PRESENTADO EN CASO DE SER ADJUDICADO ?
RESPUESTA	NO ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR DICHO DOCUMENTO DE ACUERDO AL NUMERAL 6.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 3	NUMERAL 6.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI SE PUEDE ENTREGAR UNA PIEZA EN SU EMPAQUE ORIGINAL O SEGÚN LA PRESENTACION PARA LA EVALUACION DE LA MISMA ¿SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 4	NUMERAL 6.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 7 DEL ANEXO 3.1 PODER PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA YA QUE NADA MAS CAMBIA EL TAMAÑO DE LA AGUJA ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 5	NUMERAL 6.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS 127, 128, 129, 130, 132, 133 DEL ANEXO 3.1 PODER PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA YA QUE NADA MAS CAMBIA EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 6	NUMERAL 6.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS 138 A 141 DEL ANEXO 3.1 PODER PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA YA QUE

*[Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	NADA MAS CAMBIA EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 7	NUMERAL 6.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS 143 A LA 146 DEL ANEXO 3.1 PODER PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA YA QUE LO UNICO QUE CAMBIA ES EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 8	NUMERAL 6.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS 192 Y 193 DEL ANEXO 3.1 PODER PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA YA QUE LO UNICO QUE CAMBIA ES EL TAMAÑO DEL REANIMADOR ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 9	NUMERAL 2.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR LAS CLAVES POR FAMILIA EN LOS REGISTROS SANITARIOS PARA NO HACER TAN PESADOS LOS ARCHIVOS DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA ?
RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE EL FABRICANTE DE LOS BIENES DA CUMPLIMIENTO A DICHA NORMATIVIDAD, DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 10	ANEXO 1 PARTIDA:50 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO TANTO PARA EL USUARIO Y PACIENTE ¿SE PUEDE OFERTAR LA ULTIMA TECNOLOGIA DE CIRCUITOS DE DOBLE RAMA CALENTADA TAMAÑO NEONATAL CON TECNOLOGIA EVAQUA , QUE NO REQUIERE TRAMPA DE AGUA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CIRCUITOS DE DOBLE RAMA CALENTADA TAMAÑO NEONATAL CON TECNOLOGIA EVAQUA , QUE NO REQUIERE TRAMPA DE AGUA " PARA LA PARTIDA 50, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA DESCRIPCIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 11	ANEXO 1 PARTIDA:51 ¿EL CIRCUITO SOLICITADO DEBER SER REUSABLE?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES CIRCUITO DE VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA, PARA PACIENTE NEONATAL, REUSABLE, PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850. PRESENTACION: PAQUETE 1 SET. NUMERO DE CATÁLOGO: 8411153. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: DRÄGER. MODELO: BABYLOG.
PREGUNTA 12	ANEXO 1 PARTIDA:53 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO TANTO PARA EL USUARIO Y PACIENTE ¿SE PUEDE OFERTAR LA ULTIMA TECNOLOGIA DE CIRCUITOS DE DOBLE RAMA CALENTADA TAMAÑO NEONATAL CON TECNOLOGIA EVAQUA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CIRCUITOS DE DOBLE RAMA CALENTADA TAMAÑO NEONATAL CON TECNOLOGIA EVAQUA, QUE NO REQUIERE TRAMPA DE AGUA " PARA LA PARTIDA 53, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA DESCRIPCIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO.
PREGUNTA 13	ANEXO 1 PARTIDA:55  POR ACTUALIZACION EN LOS NUMEROS DE CATALOGO DEL FABRICANTE SE

*[Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the page]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	SOLICITA PODER OFERTAR EL CIRCUITO RT205, EL CUAL CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CIRCUITO RT205 " PARA LA PARTIDA 55, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA DESCRIPCIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO.
PREGUNTA 14	ANEXO 1 PARTIDA:56  MANIFESTAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS CIRCUITOS DE VENTILACION QUE OFERTAMOS NO TIENEN LA DUALIDAD DE SER ADULTO-PEDIATRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN OFERTAR AMBOS TAMAÑOS Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS, NOS APEGAREMOS A LAS CANTIDADES QUE NOS SOLICITEN POR CADA MEDIDA ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL DISPOSITIVO SOLICITADO DEBERÁ SER FUNCIONAL PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA ADAPTADORES O ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA CADA POBLACIÓN, ESTOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA PRESENTACIÓN OFERTADA.
PREGUNTA 15	ANEXO 1 PARTIDA: 90 ¿SE PUEDE OFERTAR OFERTAR FRASCO HUMIDIFICADOR/BORBOTEADOR



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	DESECHABLE, CON ROSCA UNIVERSAL TIPO DISS Y VALVULA DE SEGURIDAD DE 6 PSI?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN CONEXIÓN TIPO CGA.
PREGUNTA 16	ANEXO 1 PARTIDA: 91 ¿SE PUEDE OFERTAR OFERTAR FRASCO HUMIDIFICADOR/BORBOTEADOR DESECHABLE, CON ROSCA UNIVERSAL TIPO DISS Y VALVULA DE SEGURIDAD DE 6 PSI?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN CONEXIÓN TIPO CGA.
PREGUNTA 17	ANEXO 1 PARTIDA: 125 ¿SE PUEDE OFERTAR MASCARILLA DE ANESTESIA DESECHABLE?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 18	ANEXO 1 PARTIDA:126 ¿SE PUEDE OFERTAR MASCARILLA DE ANESTESIA DESECHABLE?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 19	ANEXO 1 PARTIDA:134  FAVOR DE ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: 1.- LA MASCARILLA SOLICITADA ¿ES PARA USO EN CIRCUITOS DE VENTILACION DE 1 O 2 RAMAS? 2.- ¿REQUIERE VALVULA ANTIASFIXIA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO SE REQUIERE VALVULA ANTIASFIXIA POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 20	ANEXO 1 PARTIDA:155 ¿QUE TAMAÑO DE MICRONEBULIZADOR REQUIEREN?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL TAMAÑO QUE SE REQUIERE PARA EL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA CON TUBERIA DE 2.1 MTS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	DESECHABLE. ES TAMAÑO ADULTO
PREGUNTA 21	<p>ANEXO 1 PARTIDA:189 FAVOR DE ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: 1.- ¿ES CORRECTO QUE ESTA CLAVE POR NECESIDAD DE LA CONVOCANTE, SE INTEGRA DE TRES REFERENCIAS DE PRODUCTO? 2.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO EN SENTIDO POSITIVO, LE PREGUNTO A LA CONVOCANTE SI SE DEBEN INTEGRAR LAS REFERENCIAS CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES COMO SIGUE: BC3520-10 (5 PZA.) BC4030-10 (5 PZA.) BC190-05 (10 PZA.) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>
RESPUESTA	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE REQUIERE PUNTAS NASALES DESECHABLES CON FIJACION Y CONEXION ( 5 TAMAÑO EXTRA CHICO CATALOGO: BC3520-10, Y 5 TAMAÑO CHICO CATALOGO: BC4030-10). PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC190-05, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NÚMERO 1</p>

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.-----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

NÚMERO	LICITANTE: INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V.
<b>PREGUNTA 1</b>	NUMERAL 6.1 - INCISO K EL ANEXO 7 SE REFIEREN A LA CARTA RELATIVA A LOS EQUIPOS EN COMODATO Y NO ASÍ A LA CARTA DE RESPALDO SOLIDARIO DEL FABRICANTE; POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.
<b>RESPUESTA</b>	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
<b>PREGUNTA 2</b>	NUMERAL 6.1 - INCISO K SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTA CARTA DE RESPALDO SOLIDARIO POR PARTE DEL FABRICANTE O POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ¿SE ACEPTA?
<b>RESPUESTA</b>	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
<b>PREGUNTA 3</b>	NUMERAL 6.1 - INCISO O ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 18 APLICA EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, YA QUE EN ESTE SE SOLICITA EL NÚMERO DE CONTRATO. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?
<b>RESPUESTA</b>	NO ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR DICHO DOCUMENTO DE ACUERDO AL NUMERAL 6.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 4	<p>NUMERAL 6.4 - FRACCIÓN II</p> <p>EN EL PRIMER RECUADRO DEL ANEXO 8 DICE: LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR, SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN; INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y HASTA SU CONCLUSIÓN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN ESTE PUNTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p>
RESPUESTA	NO SE DEBE PRESENTAR NADA
PREGUNTA 5	<p>NUMERAL 7.C - INCISO VI) Y VII)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS OPINIONES SAT E IMSS CON VIGENCIA DE 3 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGARLAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.C INCISOS VI) Y VII) DE LA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES DE TRES DE VIGENCIA A LA APERTURA DE PROPUESTAS.</p> <p>SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS Y SAT POSITIVAS, SIN ADEUDOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.</p>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 6	<p>NUMERAL 7.C - INCISO VIII)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA CONSTANCIA DEL INFONAVIT DEL MES DE JULIO DEL 2025, YA QUE NO ES POSIBLE GENERARLA HASTA 15 DÍAS DESPUÉS DE SU ÚLTIMA EMISIÓN, COMPROMETIÉndonos A ENTREGARLA VIGENTE AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.C INCISOS VIII) DE LA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT POSITIVA, SIN ADEDUOS Y VIGENTE DEL MES DE JULIO.</p> <p>SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEUDOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.</p>
PREGUNTA 7	<p>NUMERAL 2.2</p> <p>PARA LOS BIENES QUE NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR LA CARÁTULA DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" PUBLICADO EN EL DOF EL 07 DE JULIO DE 2025 ASÍ COMO LA PÁGINA EN DONDE SE IDENTIFIQUE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	<p>SE ACEPTA. PARA LOS BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PODRÁ PRESENTARSE LA CARÁTULA DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE JULIO DE 2025, ASÍ COMO LA PÁGINA Y LA LÍNEA ESPECÍFICA DEL LISTADO QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCIÓN, CLAVE Y FUNCIÓN DEL BIEN OFERTADO.
PREGUNTA 8	NUMERAL 6.4 - FRACCIÓN II FAVOR DE INDICAR SI EN EL SEGUNDO RECUADRO (6.2) Y EN EL QUINTO RECUADRO (6.2 FRAC. V) ESTÁN SOLICITANDO QUE SE ANEXE LO MISMO; EL ACUSE DE ENTREGA DE MUESTRAS. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
PREGUNTA 9	PARTIDA 100 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR LÁPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTÁNDAR, SWITCH DE PRESIÓN "GOLDLINE®", ELECTRODO DESECHABLE 1", CABLE DE 10', 20 USOS, DE LA MISMA MARCA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA AL LICITANTE OFERTAR LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, SWITCH DE PRESION "GOLDLINE®", ELECTRODO DESECHABLE 1", CABLE DE 10', 20 USOS. PAQUETE CON 10 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130317-15. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES, SIN QUE SEA REQUISITO Y/O LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES CONFORME A LO SOLICITADO. DICHA DESCRIPCIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 10	PARTIDA 100 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, LA RECONSIDERE, YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS NO DEMERITAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.
PREGUNTA 11	PARTIDA 180 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PLACA REUSABLE DE PACIENTE ADULTO, CON UN CÓDIGO DISTINTO AL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO.
PREGUNTA 12	PARTIDAS REQ. PARTIDA 220 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PAQUETE DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE ELIMINACIÓN DE AIRE DURANTE LA FASE DE VACÍO (BOWIE-DICK) DE UN SOLO USO. DIMENSIONES 12,7 X 11,1 X 1,9 CM. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: EQC009



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS, PARA PERMITIR UNA PARTICIPACIÓN LIBRE Y EQUITATIVA, APEGÁNDONOS A LA CANTIDAD TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN Y TIPO DE PRESENTACIÓN.
PREGUNTA 13	PARTIDA 180 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE PRECISA AL LICITANTE QUE SE REQUIERE PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/1000 SES.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR INTERSURGICAL, S.A. DE C.V.: -----

NÚMERO	LICITANTE: INTERSURGICAL, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	2.1 Y 2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NO. DE PARTIDA Y CLAVE QUE AMPARAN. ¿SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE EL FABRICANTE DE LOS BIENES DA CUMPLIMIENTO A DICHA NORMATIVIDAD, DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 2	PRESENTACIÓN PAG.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO PODREMOS OFERTAR BIENES DE ORIGEN DE ORIGEN EXTRANJERO BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (ACC MX-RU), SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO YA QUE ESTE ACUERDO NO SE MENCIONA EN EL LISTADO DE TRATADOS DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE CONSIDERAR.
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LA ACLARACIÓN GENERAL
PREGUNTA 3	6.2.1 MUESTRAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LAS MUESTRAS ENTREGADAS PODRÁN FORMAR PARTE DEL MATERIAL DE ENTREGA QUE SEA SOLICITADO. FAVOR DE CONSIDERAR
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO SE ACEPTARAN LAS MUESTRAS COMO PARTE DEL MATERIAL DE ENTREGA, POR LO CUAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERA DE PRESENTAR EL MATERIAL SOLICITADO DE ACUERDO A LA ORDEN DE SUMINISTRO, DEBIENDO CUMPLIR CON EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO", ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 2 Y 6.2.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. RECORDANDO A LOS LICITANTES QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PÓDRIAN SER NEGOCIABLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP

Handwritten blue mark

Handwritten blue mark

Handwritten blue mark



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 4	7. INCISO.VII) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA CON FECHA DE HASTA DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ESTO DEBIDO A QUE DICHA OPINION SOLO CUENTA CON VIGENCIA DE 24HRS Y EXISTE LA POSIBILIDAD QUE POR CAUSAS AJENAS A NOSOTROS NOS SEA IMPOSIBLE LA OBTENCIÓN DE DICHO DOCUMENTO Y POR ENDE NO PODAMOS SUBIR EN TIEMPO Y FORMA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES, CON FECHA DE HASTA DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.  SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS, SIN ADEDUOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 INCISO C) Y 7.4 SEGUNDO PARRAFO; ASÍ COMO LOS NUMERALES 8, 8.1 Y 8.2.
PREGUNTA 5	6.1 INCISO K MI REPRESENTADA ES TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS, DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL FABRICANTE (FILIAL Y REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO) Y CON ELLO ESTA AUTORIZADA A IMPORTAR, REGISTRAR Y COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS OFERTADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PODREMOS PRESENTAR DICHA CARTA FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL MANIFESTANDO LO ANTERIOR Y QUE CONTAMOS CON RESPALDO DEL FABRICANTE Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA, ANEXANDO CARTA DE DISTRIBUCIÓN APOSTILLADA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	NO SE ACEPTA . DEBERA DE PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1, INCISO K) LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA ÚLTIMA, RESPALDANDO SOLIDARIAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA (S) CLAVE (S) O GRUPOS EN LA (S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 6	6.2.1 MUESTRAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE 1 PIEZA PARA AQUELLAS PARTIDAS EN LAS CUALES SE SOLICITA PRESENTACIÓN DE CAJA/PAQUETE CON MAS DE 5 PZAS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LAS DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO", ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 2 Y 6.2.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, RECORDANDO A LOS LICITANTES QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PÓDRIAN SER NEGOCIABLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP.
PREGUNTA 7	PARTIDA 50 CLAVE 379.200.1061.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERA CORRECTO OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL CON ALAMBRE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS, CONECTORES, CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850., O EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO SOLICITADO. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 50: CIRCUITO DE VENTILACION PEDIATRICO / NEONATAL, DESECHABLE PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. PRESENTACION: CAJA 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8414994. PARA SU USO EN EL EQUIPO:



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. SE REQUIERE: CON CABLE CALEFACTOR EN RAMA INSPIRATORIA, CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE COMPATIBLE PARA HUMIDIFICADOR MR850.
PREGUNTA 8	PARTIDA 50 CLAVE 379.200.1061.00.01 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA ESTA CLAVE REQUIERE QUE INCLUYA EL CABLE ADAPTADOR DEL CIRCUITO AL HUMIDIFICADOR (F&P MR850). 2. EN CASO DE SER NECESARIO, SE ENTIENDE QUE DICHO CABLE ES REUSABLE POR LO QUE SE PUEDE USAR CON X CANTIDAD DE CIRCUITOS, EN ESTE ENTENDIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE 1 CABLE POR CAJA O CUANTOS CABLES REQUIERE EN TOTAL. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE PRECISA QE PARA LA PARTIDA 50 SE REQUIERE 1 CABLE ADAPTADOR DEL CIRCUITO AL HUMIDIFICADOR (F&P MR850) POR CAJA CON 10 CIRCUITOS.
PREGUNTA 9	PARTIDA 52 CLAVE 379.200.1566.00.02 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CIRCUITO SOLICITADO DEBE SER DESECHABLE. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE ACLARA A LA LICITANTE QYE EL CIRCUITO SOLICITADO ES DESECHABLE.
PREGUNTA 10	PARTIDA 55 CLAVE 379.200.1905.00.02 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERA CORRECTO OFERTAR CIRCUITO PARA VENTILACIÓN TAMAÑO ADULTO CON CABLE CALEFACTOR EN RAMA INSPIRATORIA, TRAMPA DE AGUA EN RAMA ESPIRATORIA, Y CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850. O EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO SOLICITADO. FAVOR DE ACLARAR

*[Handwritten blue and red marks and signatures on the right side of the page]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR CIRCUITO COMPATIBLE PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL, DICHA OFERTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO.
PREGUNTA 11	PARTIDA 117 CLAVE 379.561.3235.00.00 ES CORRECTO ENTENDER QUE EN DICHO KIT LA CONVOCANTE REQUIERE QUE SE INCLUYAN 2 FILTROS ANTIBACTERIALES, UNO POR CADA RAMA, O BASTARÁ CON QUE SOLO SE INCLUYA 1 SÓLO FILTRO. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE SE REQUIERE UN FILTRO ANTIBACTERIANO POR CADA RAMA.
PREGUNTA 12	PARTIDA 155 CLAVE 379.643.0100.00.01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERA CORRECTO OFERTAR MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO ADULTO. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR EL TAMAÑO DE MASCARILLA QUE REQUIERE.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE ES CORRECTO OFERTAR MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO ADULTO
PREGUNTA 13	PARTIDA 189 CLAVE 379.744.1593.00.00 DICE: "PUNTAS NASALES DESECHABLES CON FIJACION Y CONEXION ( 5 TAMAÑO EXTRA CHICO CATALOGO: BC3520-10, Y 5 TAMAÑO CHICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CATALOGO: BC4030-10)", ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIEREN AMBOS TAMAÑOS EN UN MISMO PAQUETE? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR SEL TAMAÑO REQUERIDO.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN INDICA LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA, DISTRIBUIDA EN 5 PIEZAS DE TAMAÑO EXTRA CHICO (CATÁLOGO BC3520-10) Y 5 PIEZAS DE TAMAÑO CHICO (CATÁLOGO BC4030-10).
PREGUNTA 14	PARTIDA 189 CLAVE 379.744.1593.00.00 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA POSITIVA, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTAN SOLICITANDO 2 TAMAÑOS Y POR TANTO 2 CATALOGOS DIFERENTES EN UN MISMO PAQUETE, EN CASO DE SER ASIGNADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ESTARÍAN ENTREGANDO PAQUETES DE 10 PZAS CON 2 LOTES DISTINTOS SIN QUE ESTO REPRESENTA MOTIVO DE RECHAZO POR PARTE DEL ALMACEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN , LA PRESENTACIÓN SOLICITADA ES PAQUETE DE 10 PIEZAS DISTRIBUIDA EN 5 PIEZAS DE TAMAÑO EXTRA CHICO (CATÁLOGO BC3520-10) Y 5 PIEZAS DE TAMAÑO CHICO (CATÁLOGO BC4030-10).
PREGUNTA 15	PARTIDA 53 CLAVE 379.200.1665.00.01 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA ESTA CLAVE REQUIERE QUE INCLUYA EL CABLE ADAPTADOR DEL CIRCUITO AL HUMIDIFICADOR (F&P MR850). 2. EN CASO DE SER NECESARIO, SE ENTIENDE QUE DICHO CABLE ES REUSABLE POR LO QUE SE PUEDE USAR CON X CANTIDAD DE CIRCUITOS, EN ESTE ENTENDIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE 1 CABLE POR CAJA O CUANTOS CABLES REQUIERE EN TOTAL. FAVOR DE ACLARAR

Handwritten blue annotations: a large arrow pointing upwards, a checkmark, and a signature.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	SE ACLARA QUE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN F&P MR850, ES NECESARIO INCLUIR EL CABLE ADAPTADOR QUE CONECTA EL CIRCUITO CON LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN. DADO QUE DICHO CABLE ES REUSABLE, SE ESTABLECE QUE SE REQUIERE UN CABLE POR CADA CAJA DE CIRCUITOS,
PREGUNTA 16	PARTIDA 57 379.200.2135.00.00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TAMAÑO REQUERIDO SI ES PARA PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL DISPOSITIVO SOLICITADO DEBERÁ SER FUNCIONAL PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA ADAPTADORES O ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA CADA POBLACIÓN, ESTOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA PRESENTACIÓN OFERTADA.
PREGUNTA 17	PARTIDA 56 CLAVE 379.200.1988.00.02 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERA CORRECTO OFERTAR CIRCUITO PARA PACIENTE ADULTO. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR TAMAÑO REQUERIDO.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL DISPOSITIVO SOLICITADO DEBERÁ SER FUNCIONAL PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA ADAPTADORES O ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA CADA POBLACIÓN, ESTOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA PRESENTACIÓN OFERTADA.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Large handwritten signature*

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.-----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

NÚMERO	LICITANTE: LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	<p>PAGINA 28, PUNTO 6. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.</p> <p>A) UNA DECLARACIÓN FIRMADA EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO, POR EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 3 (TRES).</p> <p>EN EL ANEXO 3 A) DICE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ME ENCUENTRO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, DE LA LAASSP, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN VI INCISO E) DEL REGLAMENTO. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS MODIFICAR EL PUNTO A) DEL ANEXO 3 DE LA SIGUIENTE MANERA: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ME ENCUENTRO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 71 Y 90, DE LA LAASSP, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN VI INCISO E) DEL REGLAMENTO. SE ACEPTA?</p>
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 2	<p>PAGINA 14, NUMERAL 2 DESCRIPCION, UNIDAD Y CANTIDAD DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS A COMODATO SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2 DESCRIPCION, UNIDAD Y CANTIDAD, DE LA PAGINA 14 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN DICE: PARTIDA: 444 Y 445 , EQUIPO: INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE, CANTIDAD DE EQUIPOS A COMODATO: 5, Y EN EL ANEXO 3.3 GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, LA CANTIDAD DE EQUIPOS A COMODATO PARA LOS INYECTORES DE MEDIO DE CONTRASTE DICE 4 EQUIPOS, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	TOTAL DE EQUIPOS DE COMODATO A ENTREGAR PARA LAS PARTIDAS 444 Y 445 DE INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE. GRACIAS.
RESPUESTA	SE PRECISA QUE LA CANTIDAD CORRECTA DE EQUIPOS A ENTREGAR EN COMODATO PARA LAS PARTIDAS 444 Y 445, CORRESPONDIENTES AL EQUIPO INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE, ES DE CINCO (5) EQUIPOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 "DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD" DE LA PÁGINA 14 DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.: -----

NÚMERO	LICITANTE: MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	PARTIDA 77 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, DE COLOR BLANCO PARA PROTECCION DE HERIDAS TUNELIZADAS, EXPOSICION DE HUESOS Y TENDONES DE 10 X 15 X 0.9 CM, PARA SER UTILIZADO CON EQUIPO RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 2	PARTIDA 78 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, DE COLOR BLANCO PARA PROTECION DE HERIDAS TUNELIZADAS, EXPOSICION DE HUESOS Y TENDONES DE 10 X 7.5 X 0.9 CM, PARA SER UTILIZADO CON EQUIPO RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 3	PARTIDA 87 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: DESPOSITO RECOLECTOR DE EXUDADO DE 300 ML CON GRADUACIONES DE 100ML CON SELLADO FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO TUBO DE CONEXION A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, TUBO DE CONEXION A DRENAJE SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA AL SISTEMA PARA USO CON EQUIPOS DE PRESION NEGATIVA RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU

*[Handwritten blue mark]*

*[Handwritten blue checkmark]*

*[Handwritten blue mark]*

*[Handwritten blue mark]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 4	PARTIDA 89 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: DESPOSITO RECOLECTOR DE EXUDADO DE 800 ML CON GRADUACIONES DE 100ML CON SELLADO FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO TUBO DE CONEXION A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, TUBO DE CONEXION A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA AL SISTEMA PARA USO CON EQUIPOS DE PRESION NEGATIVA RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 5	PARTIDA 108 UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: RENASYS KIT DE ESPONJA MEDIANA NEGRA: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CMX 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE TECNOLOGIA SOFT PORT CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the table.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	DE 20CM X33CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA, EN CONJUNTO CON 2 APOSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRIETALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIESTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO CON EFECTIVIDAD COMPROBADA DE MAS DE 360 PATOGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MINIMO DE 3 DIAS MEDIDA 10 X 10 CM, PARA USO CON EQUIPOS DE PRESION NEGATIVA RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 6	PARTIDA 109 SET TRAC PAD QUE CONTIENE CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: PUERTO DE SUCCION SUAVE TECNOLOGIA SOFT PORT CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION,
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 7	PARTIDA 110 KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO CHICO GRANU FOAM CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: RENASYS KIT DE ESPONJA CHICA NEGRA, INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CMX 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE TECNOLOGIA SOFT PORT CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION CON UNA PELICULA TRANSPARENTES DE 20CM X33CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA, EN CONJUNTO CON 1 APOSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRISTALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIESTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO CON EFECTIVIDAD COMPROBADA DE MAS DE 360 PATOGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MINIMO DE 3 DIAS MEDIDA 10 X 10 CM, PARA USO CON EQUIPOS DE PRESION NEGATIVA RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 8	PARTIDA 112 UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: KIT ABDOMINAL AB RENASYS PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVVA, QUE INCLUYE DOS BLOQUES DE ESPONJA DE POLIURETANO RETICULADO HIDROFOBICO CON DIMENSIONES DE 43 CM X 30 CM X 3 CM, QUE INCORPORAN PERFORADA Y PRE-FORMADA PARA FACILITAR LA ADECUACION AL TAMAÑO, UNA CAPA PROTECTORA DE ORGANOS DE POLIURETANO CON MEDIDA DE 89 CM X 66 CM, QUE PROTEJE EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANOS ABDOMINALES DE MANERA NORMAL, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON TECNOLOGIA SOFT PORT CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION CON MEDIDA DE 69 CM DE LARGO Y CABEZAL DE 15 CM X 10 CM PARA MEJOR FIJACION, CON SEIS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20 CM X 30 CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA CAMPOS QUIRURGICOS CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA, PRESENTACION PIEZA PARA USO EN EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 9	PARTIDA 114 APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: SISTEMA DE TERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS MEDIANTE PRESION

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	NEGATIVA DE UN SOLO USO 7 DIAS QUE CONSISTE EN UNA PEQUEÑA BOMBA PORTATIL, 2 BATERIAS DE LITIO, Y ES CAPAZ DE APLICAR PRESION NEGATIVA CONTINUA DE -80MMHG, CON UN MOTOR ELECTRICO DE DOBLE DIAFRAGMA ADEMAS DE CONTAR CON UNA ALARMA VISUAL Y VIBRATORIA, TUBO DESMONTABLE CON PUERTO SUAVE, CONECTADA A UN APOSITO ADHESIVO ABSORBENTE Y BANDAS DE FIJACION SECUNDARIAS QUE SE COLOCAN SOBRE LOS BORDES EXTERNOS PARA AYUDAR A MANTENER EL APOSITO EN SU LUGAR. PARA FAVORECER LA CICATRIZACION DE LAS HERIDAS CON CANTIDADES DE EXUDADO DE BAJO A MODERADO Y MATERIAL INFECCIOSO. CUENTA CON DOS APOSITOS CAPACES DE ABSORBER 15CC CADA UNO, CADA APOSITO CONSTA DE TRES CAPAS, CAPA CON ADHESIVO DE SILICONA, CAPA DE POLIACRILATO DEPOSITADO SOBRE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSA Y UNA CAPA DE FILM DE POLIURETANO EN EL EXTERIOR, PARA USO HOSPITALARIO O AMBULATORIO ESTERIL Y DESECHABLE A LOS 7 DIAS 15 X 30 CM
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 10	PARTIDA 115 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO CON BASE A LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION: KIT CHICO QUE INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10 CM X 8 XM X 3 XM, , CON

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20 CM X 30 CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR, EN CONJUNTO CON 1 APOSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRISTALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIESTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO CON EFECTIVIDAD COMPROBADA DE MAS DE 360 PATOGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MINIMO DE 3 DIAS MEDIDA 10 X 10 CM, PARA USO CONUN PUERTO DE SUCCION SUAVE COLOR BLANCO CAPAZ DE ELIMINAR EL EXUDADO Y APLICAR PRESION NEGATIVA EN LA HERIDA BAJO COMPRESION DIRECTA CON ESTRUCTURA INTERIOR EN FORMA DE ARCO QUE DA CONSISTENCIA AL DRENAJE Y EVITA QUE SE OBSTRUYA, A PRUEBA DE PLIEGUES Y TORSIONES, CON VIA DE AIREACION COMPUESTA POR ESPUMA DE POLIURETANO Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE PRESION NEGATIVA RENASYS TOUCH
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".

PREGUNTAS EFECTUADAS POR SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V.: -----

NÚMERO	LICITANTE: SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	PUNTO 6.1 INCISO K) REFERENTE AL PUNTO 6.1 INCISO K), SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR FORMATO LIBRE DE CARTA DEL FABRICANTE RESPALDANDO SOLIDARIAMENTE NUESTRA PROPUESTA TECNICA, YA QUE EN LAS BASES EL ANEXO NUMERO 7 SIETE CORRESPONDE A EQUIPOS COMODATO, SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 2	PUNTO 6.2.1 PRESENTACION Y RECEPCION DE MUESTRAS REFERENTE AL PUNTO 6.2.1 PRESENTACION Y RECEPCION DE MUESTRAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA EN PRESENTACION PIEZA, SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, POR LO QUE LAS MUESTRAS PRESENTADAS DEBERÁN GUARDAR CONCORDANCIA EN CUANTO A UNIDAD DE PRESENTACIÓN, CANTIDAD DE PRESENTACIÓN, TIPO DE PRESENTACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO.
PREGUNTA 3	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 180 CLAVE 379.704.0023.01.01 FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿SE REQUIERE CABLE INTEGRADO O CABLE POR SEPARADO?
RESPUESTA	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 180, DEBERÁ INTEGRAR EL CABLE CORRESPONDIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA PLACA AL EQUIPO.
PREGUNTA 4	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 180 CLAVE 379.704.0023.01.01FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿SE REQUIERE PLACA DE CAUCHO O ACERO?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA 180 EL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES CAUCHO CONDUCTIVO O SILICÓN.
PREGUNTA 5	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 181 CLAVE 379.704.0031.01.01 FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿SE REQUIERE CABLE INTEGRADO O CABLE POR SEPARADO?
RESPUESTA	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE SE REQUIERE QUE LA PLACA DE PACIENTE MONOPOLAR SEA FUNCIONAL Y COMPATIBLE CON EL EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DEL ESTABLECIMIENTO. SE ACEPTA QUE EL CABLE PUEDA SER INTEGRADO O POR SEPARADO, SIEMPRE Y CUANDO LA CONFIGURACIÓN PERMITA SU USO INMEDIATO, SIN ADAPTADORES Y ASEGURE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LO ANTERIOR EN APEGO A LA CLAVE Y FUNCIONALIDAD SOLICITADA EN EL ANEXO 1. SE REQUIERE UN CABLE POR CADA 10 PLACAS.
PREGUNTA 6	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 181 CLAVE 379.704.0031.01.01 FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿SE REQUIERE PLACA DE CAUCHO O ACERO?
RESPUESTA	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA 181 EL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES CAUCHO CONDUCTIVO O SILICÓN, CON UN CABLE CONECTOR TIPO VALLEY LAB POR CADA 10 PLACAS.
PREGUNTA 7	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 180 CLAVE 379.704.0023.01.01 FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿EL EQUIPO A UTILIZAR ESTE CONSUMIBLE PERTENECE A LA MARCA CONMED MODELO: SABRE?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL CONSUMIBLE DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO INSTALADO EN LA UNIDAD, QUE PUEDE INCLUIR MODELOS DE LA MARCA CONMED, COMO EL SABRE. POR LO TANTO, EL PRODUCTO OFERTADO DEBE SER FUNCIONAL CON DICHO EQUIPO, SIN NECESIDAD DE ADAPTADORES. SE DEBERÁ INCLUIR DOCUMENTACIÓN DE COMPATIBILIDAD.
PREGUNTA 8	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 181 CLAVE 379.704.0031.01.01 FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿EL EQUIPO A UTILIZAR ESTE CONSUMIBLE PERTENECE A LA MARCA CONMED MODELO: SABRE?
RESPUESTA	SE ACLARA QUE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN EL INSUMO DEBERÁ SER COMPATIBLE PARA LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA INTERMEDIA MARCA: CONMED. MODELO SABRE 180/100 SES
PREGUNTA 9	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 182 CLAVE 379.704.0056.00.01, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA SIN CABLE Y 5 CABLES REUSABLES POR PAQUETE SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE SE DEBERÁ OFERTAR 10 CABLES REUSABLES POR CADA CAJA CON 100 PIEZAS.
PREGUNTA 10	ANEXO NUMERO 1 ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA PARTIDA 182 CLAVE 379.704.0056.00.01, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE CABLE CON ENTRADA TIPO PLUG O REM SE ACEPTA?



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTÉ DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 182: PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 410-2000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE REQUIERE: CON 10 CABLES POR CAJA, CON CONECTOR TIPO VALLEY LAB.
-----------	---

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 236 Y 237 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRMITA COTIZAR PARA LAS PARTIDAS 236 Y 237 UNA MARCA DIFERENTE A LAS SOLICITADA, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS EQUIPO EN COMODATO QUE SE ENTREGUEN CUMPLAN CON EL MISMO OBJETIVO Y FUNCIÓN DE LOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: T SUR T, S.A. DE C.V.-----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

NÚMERO	LICITANTE: T SUR T, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA CLAVE 379.808.8195.00.00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR UNA PIEZA COMO MUESTRA REPRESENTATIVA, LO QUE NO AFECTARIA LA RAZON DE SER DE LAS MUESTRAS QUE ES LA EVALUCACION TECNICA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS
PREGUNTA 2	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA CLAVE 379.808.7544.00.00, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR UNA PIEZA COMO MUESTRA REPRESENTATIVA, LO QUE NO AFECTARIA LA RAZON DE SER DE LAS MUESTRAS QUE ES LA EVALUCACION TECNICA, ¿SE ACEPTA?

Handwritten blue annotations and a signature on the right side of the table.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL : 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA, ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS
-----------	--

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.-----

NÚMERO	LICITANTE: TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ES DECIR, EN AQUELLAS CLAVES DONDE SOLICITAN CAJA CON X NUMERO DE PIEZAS, PODER PRESENTAR 1 PIEZA EN SU EMPAQUE ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LOS OLCITADO EN EL NUMERAL: 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS. UNA (1) MUESTRA EN ENVASE SEPARADO CADA UNA CONFORME A LA PRESENTACIÓN INDICADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA CONVOCATORIA, (CAJA, ENVASE, BOLSA,



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	ETC.), POR CADA PARTIDA Y CLAVE QUE PROPONGA, CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS AMPARANDO DOS O MÁS PARTIDAS DE IGUAL MANERA NO SE ACEPTARÁN MÁS DE UNA MUESTRA POR PARTIDA OFERTADA, EN ESTOS CASOS SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES QUE AMPARAN DICHA MUESTRA. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL LICITANTE EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA (S) MUESTRA (S) POR LAS QUE PARTICIPE CONFORME EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) "REQUERIMIENTO" Y ANEXO 1-A, SERÁN LAS MISMAS QUE ENTREGARÁ AL INSTITUTO, EN EL ENVASE Y/O PRESENTACIÓN CON LA(S) QUE LO(S) PRESENTE, EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS.
PREGUNTA 2	6.1 INCISO K) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MEXICO O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.
PREGUNTA 3	PARTIDA 17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REQUIERE BRAZALE DE UNA O DE DOS VÍAS.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL BRAZALETE REQUERIDO DE PRESIÓN ARTERIAL DE ADULTOS DEBERÁ SER DE UNA VÍA Y COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON EL MONITOR TRANSOPERATORIO MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE. ASIMISMO, DEBERÁ INCLUIR LOS CONECTORES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO.

Handwritten blue mark

Handwritten blue mark

Handwritten blue mark



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 4	PARTIDA 17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONA EL O LOS TIPOS DE CONECTORÉS QUE SE REQUIEREN.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL INSUMO REQUERIDO DEBERÁ INCLUIR CONECTORES COMPATIBLES CON EL MONITOR Y/O SISTEMA DE PRESIÓN ARTERIAL DONDE SE UTILIZARÁ. EL LICITANTE DEBERÁ ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD PLENA ENTRE EL CONSUMIBLE Y EL EQUIPO.
PREGUNTA 5	PARTIDA 21 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA VIA CON CONECTOR BAYONETA?
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL INSUMO REQUERIDO DEBERÁ INCLUIR CONECTORES COMPATIBLES CON EL MONITOR Y/O SISTEMA DE PRESIÓN ARTERIAL DONDE SE UTILIZARÁ. EL LICITANTE DEBERÁ ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD PLENA ENTRE EL CONSUMIBLE Y EL EQUIPO.
PREGUNTA 6	PARTIDA 22 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VIAS Y EL TIPO DE CONCTOR (S) QUE SE REQUIEREN.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL BRAZALETE REQUERIDO DEBERÁ SER DE <b>UNA VÍA</b> Y DEBERÁ INCLUIR <b>EL CONECTOR CORRESPONDIENTE COMPATIBLE CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES</b> . EL LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD FUNCIONAL CON EL EQUIPO.
PREGUNTA 7	PARTIDA 118 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VIAS Y EL TIPO DE CONCTOR (S) QUE SE REQUIEREN.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL BRAZALETE REQUERIDO DEBERÁ SER DE <b>UNA VÍA</b> Y DEBERÁ INCLUIR <b>EL CONECTOR CORRESPONDIENTE COMPATIBLE CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES</b> . EL LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD FUNCIONAL CON EL EQUIPO.
PREGUNTA 8	PARTIDA 119 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VIAS Y EL TIPO DE CONCTOR (S) QUE SE REQUIEREN.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL BRAZALETE REQUERIDO DEBERÁ SER DE <b>UNA VÍA</b> Y DEBERÁ INCLUIR <b>EL CONECTOR CORRESPONDIENTE COMPATIBLE CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES</b> . EL LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD FUNCIONAL CON EL EQUIPO.
PREGUNTA 9	PARTIDA 190 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VIAS Y EL TIPO DE CONCTOR (S) QUE SE REQUIEREN.
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL BRAZALETE REQUERIDO DEBERÁ SER DE <b>UNA VÍA</b> Y DEBERÁ INCLUIR <b>EL CONECTOR CORRESPONDIENTE COMPATIBLE CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES</b> . EL LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD FUNCIONAL CON EL EQUIPO.
PREGUNTA 10	PARTIDA 134 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCNATE REQUIERE ,MASCARILLA PARA VENTILACION NO INVASIVA CON GORRO PARA SUJETAR A LA CABEZA?
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES "Mascarilla Para Vni 1.8 M Largo, Almohadilla, Pequeña, Mediana, Larga, Con Sujetador. Presentacion: Caja Con 20 Piezas. Numero De Catalogo: S/N Para Su Uso En El Equipo Medico: Clave 531.941.0279.04.01 Ventilador De



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

	Traslado Pediatrico-Adulto. Marca: Ge Modelo: Ivent 201 Ic/Ab."
PREGUNTA 11	PARTIDA 147 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MICRONEBULIZADOR DESECHABLE CON PIEZA EN T Y BOQUILLA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "DESCRIPCIÓN" DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO Y ANEXO 1 "A".
PREGUNTA 12	PARTIDA 56 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONES SI SE REQUIERE CIRCUITO PARA PACIENTE ADULTO O PARA PACIENTE PEDIATRICO YA QUE EL DIAMETRO DEL ADULTO Y DEL PEDIATRICO ES DISTINTO. FAVOR DE ACLARAR
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL DISPOSITIVO SOLICITADO DEBERÁ SER FUNCIONAL PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA ADAPTADORES O ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA CADA POBLACIÓN, ESTOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA PRESENTACIÓN OFERTADA.
PREGUNTA 13	PARTIDA 246 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VIAS Y EL TIPO DE CONCTOR (S) QUE SE REQUIEREN.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 246, CLAVE SAI: 526.070.0924.00.00, Brazaletes Para Pani, Para Adulto Grande, Talla Grande, Largo Brazo: 31 - 40 Cm Y 40 Cm De Circunferencia Maxima Del Brazo, Fabricados En Material Polioruretano. Conector/Tubo De Salida Es De Material Elastomero Termoplastico Con Un Angulo De 45 Grados. Reutilizable. Presentacion: Caja 1 Pieza. Numero De Catalogo: Mp00918. Para Su Uso En El Equipo: Monitor De Signos Vitales. Clave: 531.619.0403. Marca: Drager. Modelo: Infinity Acute Care System (Iacs), Delta XI, Gamma XI, Gamma Xxl, Kappa Xlt, Vista, Vista XI. Monitor De Signos Vitales Para El Traslado Del Paciente. Clave: 531.619.0411. Marca: Drager. Modelo: M540. SE REQUIERE : CON MANGUERA DE UNA VÍA Y MANGUERA EXTENSIÓN PARA CONECCIÓN A EQUIPO CON CONECTOR METALICO DE CONECCIÓN RAPIDA BP15 / BP20.
PREGUNTA 14	PARTIDA 264 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL MEDIO DE ESTERILIZACION DEL INSUMO: MEDIOS QUIMICOS O AUTOCLAVE
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 264, CLAVE SAI: 526.740.0017.00.01, Resucitador Autoclavable Adulto. Presentacion: Jgo. Numero De Catalogo: W44525. Para Su Uso En El Equipo Medico: Clave 531.191.0391 03 01 Carro Rojo Con Equipo Completo Para Reanimacion Con Desfibrilador Monitor Marcapaso. Marca: Merlin Medical. Modelo: Auto Clavable. COMO SE INDICA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO, SE REQUIERA SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE (AUTOCLAVABLE) DE VAPOR A UNA TEMPERATURA DE 125°C A 136°C, ESPECIFICADO EN CTALOGO Y/O MANUAL DE FABRICANTE.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Esta convocante manifiesta que se dio atención a todos y cada uno de los cuestionamientos enviados por los licitantes de manera clara, precisa, concisa y oportunamente.-----

De conformidad con el artículo 46 fracción II, segundo párrafo del Reglamento de "la Ley", se informa que en apego al artículo 44 de "La Ley", aquellos Licitantes que enviaron sus preguntas y escrito de Interés en Participar a través del Portal de Compras Gubernamentales denominado Compras MX, de acuerdo al horario establecido cuentan con un **plazo de 6 (seis) horas** contadas a partir de la publicación de la presente acta en Compras MX, para formular y remitir las preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas otorgadas por la Convocante. Así mismo, se les hace de su conocimiento que las respuestas serán atendidas el día 17 de Julio de 2025 a las 16:00 HORAS. -----

De conformidad con el numeral 4 de la Convocatoria y en el penúltimo párrafo del artículo 43 de "la Ley", se informa a los licitantes que las modificaciones derivadas de esta Junta de Aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la propia Convocatoria de esta Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 44 de "la Ley", a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la presente Acta, en la plataforma Compras MX.-----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON OFICIO DE INVITACION No. 35.90.01.15.1100/CAE-1779/2025, NO SE PRESENTÓ.-----

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, INVITADO CON OFICIO No. 35.90.01.15.1100/CAE-1780/2025, NO SE PRESENTÓ.-----

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Esta Acta consta de **97 (Noventa y siete) hojas**, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, y para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las **18:00 horas del día 16 de julio de 2025.** -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-----

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Marco Polo Rodríguez Ramirez	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Oscar Cervera Angeles	Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Juan Gabriel Osorio Peralta,	Ingeniero Biomédico Delegacional	
Lic. Victoria Guadalupe Guerra Martinez	Líder de Proyecto	
Lic. Elizabeth Luna Oliver	Supervisor de Proyecto	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-131-2025, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE SUMINISTRO 379 Y 526, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS-----

NOMBRE	FIRMA
OFICIO DE INVITACIÓN 35.90.01.15.1100/CAE-1779/2025	NO SE PRESENTÓ

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS-----

--

NOMBRE	FIRMA
OFICIO DE INVITACIÓN 35.90.01.15.1100/CAE-1780/2025	NO SE PRESENTÓ

FIN DEL ACTA

