ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

En la Ciudad de México, siendo las **10:00** horas del día **18 de septiembre de 2026**, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones (Abre)** a la Convocatoria del procedimiento adquisitivo indicado al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante "la Ley", y a lo establecido en el numeral 14 de la Convocatoria.--

Este acto fue presidido por el **Lic. Marco Polo Rodríguez Ramirez,** Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Servidor Público facultado conforme a lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 44 de "la Ley", únicamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en este procedimiento, a través del Sistema de Compras Gubernamentales denominado Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con **24 (veinticuatro)** horas de anticipación a este acto.----------

----------**A N T E C E D E N T E**----------

El presidente del acto, fue asistido por personal adscrito y designado por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas siendo responsables las **Ing. Rosa Isela Negrete Juárez**, Ingeniera Biomédica Delegacional y la **Ing. Arianna Berenice Castañeda Juarez**, Ingeniera Biomédica Delegacional, para emitir respuestas respecto a la atención de las preguntas de carácter técnico, con la finalidad de resolver de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes y el **Lic. Oscar Cervera Angeles**, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, la **Lic. Victoria Guadalupe Guerra Martínez**, Líder de Proyecto y la **Lic. Elizabeth Luna Oliver**, Supervisor de Proyecto, personal de la oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con la finalidad de resolver de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes respecto a la atención de las **preguntas de carácter administrativo**, cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta.----------

Se hace constar que se encuentra presente las representantes del Órgano Interno de Control en el IMSS, y de la Jefatura de Servicios Jurídicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.----------

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

---

De conformidad con los artículos 35 de la Ley y 90 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.----------

---

El presidente del acto dio inicio al mismo señalando que, de la revisión al Sistema Electrónico de Información Gubernamentales Compras MX se recibieron **197 (ciento noventa y siete preguntas**) solicitudes de Aclaración a la Convocatoria y **12 (doce) escritos de interés** en participar de los siguientes licitantes ----------

---

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NO. DE PREGUNTAS	ESCRITO DE INTERÉS
1	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA, S. DE R.L. DE C.V.	38	SI
2	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S A P I DE C.V.	8	SI
3	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	5	SI
4	DRÄGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10	SI
5	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	12	SI
6	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	71	SI
7	LEPSI PRISMA, S.A. DE C.V.	4	SI
8	LEYVITEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1	SI
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	45	SI
10	ND SOLUCIONES MEDICAS MEXICANAS, S DE R.L. DE C.V.	9	SI
11	PROVEEDORA MEDICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	1	SI
12	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	1	SI

Se anexa la pantalla correspondiente para corroborar la información recibida a través del Sistema de Compras Gubernamentales denominado "ComprasMX".---------- ----------

---

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

---

Buen Gobierno | CompraMX

EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 14 de septiembre de 2026 a las 11:04

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2026-00061879
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026
Número de junta: 1

Empresas Interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	14 de septiembre de 2026 a las 10:15		NO	NO
2	ADALU INGENIERIA SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 09:24		NO	NO
3	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 13:32		NO	NO
4	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 16:50	9 de septiembre de 2026 a las 17:00	SI	NO
5	BIONEYCOMEX SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 10:01	9 de septiembre de 2026 a las 10:12	NO	NO
6	CANTERA BIOMEDICA SA DE CV	14 de septiembre de 2026 a las 09:03		NO	NO
7	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 10:25		NO	NO

2026



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---



8	CBH+ ESPECIALISTAS EN INNOVACION MEDICA SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 11:56		NO	NO
9	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	8 de septiembre de 2026 a las 21:29	8 de septiembre de 2026 a las 21:29	NO	NO
10	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	10 de septiembre de 2026 a las 14:45	11 de septiembre de 2026 a las 12:43	NO	NO
11	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	10 de septiembre de 2026 a las 17:57	11 de septiembre de 2026 a las 10:16	NO	NO
12	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	11 de septiembre de 2026 a las 15:06		NO	NO
13	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 10:26		NO	NO
14	IMPULSORA QUIMARSA DEL PACIFICO SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 15:40		NO	NO
15	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 10:34		NO	NO
16	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 14:34		NO	NO
17	MED RENT SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 14:18	9 de septiembre de 2026 a las 14:18	NO	NO
18	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 11:01	9 de septiembre de 2026 a las 11:02	NO	NO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

19	PROVEEDORA MEDICA DEL VALLE SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 12:22	14 de septiembre de 2026 a las 10:57	NO	NO
20	RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO	8 de septiembre de 2026 a las 19:32	8 de septiembre de 2026 a las 19:35	NO	NO
21	SERGIO CARVAJAL CARVAJAL	9 de septiembre de 2026 a las 21:44	9 de septiembre de 2026 a las 21:45	NO	NO
22	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 09:58	9 de septiembre de 2026 a las 10:00	NO	NO
23	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	10 de septiembre de 2026 a las 14:02		NO	NO
24	TECNOMEDICS SA DE CV	9 de septiembre de 2026 a las 19:35		NO	NO
25	VITER MEDICAL SA DE CV	8 de septiembre de 2026 a las 17:59	8 de septiembre de 2026 a las 17:59	NO	NO

----------**P R E G U N T A S**----------

A continuación, se procede a dar atención a las preguntas formuladas por los licitantes en tiempo y forma, mismos que igualmente enviaron escrito de interés en participar----------

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA, S. DE R.L. DE C.V.** ----------

NÚMERO	LICITANTE: : ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA, S. DE R.L. DE C.V
PREGUNTA 1	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	NUMERAL 1.1 EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS A TEMPERATURA DE 0°C A MENOS 30°C. **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACEPTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C A -30°C, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C A -30°C" PARA EL PUNTO 1.1 DE LA PARTIDA 18, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 2	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.2 RANGO DE TEMPERATURA DE MENOS 30°C A 0°C.** **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACEPTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C A -30°C, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C A -30°C" PARA EL PUNTO 1.2 DE LA PARTIDA 18, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 3	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.4 CON CAPACIDAD DE 352 DM3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR TERMINOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, DONDE LA CAPACIDAD DEL REFRIGERADOR SE EXPRESE COMO 490 LITROS, TAMAÑO 17.3 PIES. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CAPACIDAD DE 490 LITROS, TAMAÑO 17.3 PIES" PARA EL PUNTO 1.4 DE LA PARTIDA 18, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 4	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **SIN NUMERAL: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN AQUELLOS PUNTOS DONDE NO SEA POSIBLE REFERENCIAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LOS MANUALES, FOLLETOS, BROCHURES, ETC., SE PERMITA SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, EN LA CUAL SE INDIQUE DE MANERA EXPLÍCITA QUE EL EQUIPO O INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTA DE MANERA COMPLEMENTARIA. SE PERMITE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA O ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, EMITIDO Y FIRMADO POR EL FABRICANTE DEL BIEN O SU REPRESENTANTE LEGAL, COMO DOCUMENTO COMPLEMENTARIO, ÚNICAMENTE PARA ACREDITAR AQUELLAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE NO SE ENCUENTREN EXPLÍCITAMENTE DETALLADAS EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, BROCHURES O MANUALES DEL EQUIPO.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	DICHA CARTA NO SUSTITUYE NI EXIME LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DE USO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTES A LA MARCA Y MODELO OFERTADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ASIMISMO, LA CARTA O ESCRITO DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE FOTOGRAFÍAS DEL BIEN OFERTADO QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y COMPROBAR VISUALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE PRETENDAN ACREDITAR, LAS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER A LA MARCA Y MODELO OFERTADOS. TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE SE PRESENTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA POR PARTIDA, CLAVE, NOMBRE DEL DOCUMENTO Y NÚMERO DE PÁGINA, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 5	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.6 CINCO (5) ENTREPAÑOS AJUSTABLES COMO MÍNIMO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EQUIPOS CON CUATRO (4) ENTREPAÑOS AJUSTABLES, TODA VEZ QUE ESTE PUNTO NO AFECTA LA OPERATIVIDAD NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR " CUATRO (4) ENTREPAÑOS AJUSTABLES" PARA EL PUNTO 1.6 DE LA PARTIDA 18, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

PREGUNTA 6	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.5 EXTERIOR DE ACERO IMPREGNADO DE FOSFATO CON ACABADO HORNEADO** **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO CON EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, TODA VEZ QUE ESTE MATERIAL OFRECE MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, MEJOR DURABILIDAD, FACILIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, ASÍ COMO UN DESEMPEÑO EQUIVALENTE O SUPERIOR AL MATERIAL SOLICITADO, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD, OPERACIÓN NI VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR " EQUIPO CON EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE" PARA EL PUNTO 1.5 DE LA PARTIDA 18, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 7	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.7 DESCONGELAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO CON SISTEMA DE DESCONGELAMIENTO MANUAL, TODA VEZ QUE DICHA CARACTERÍSTICA NO AFECTA LA CAPACIDAD DE CONSERVACIÓN, SEGURIDAD, ESTABILIDAD DE TEMPERATURA NI EL DESEMPEÑO OPERATIVO DEL EQUIPO. ASIMISMO, ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA ES AMPLIAMENTE UTILIZADA EN EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y PERMITE CUMPLIR CON EL OBJETIVO CLÍNICO Y FUNCIONAL REQUERIDO. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MAYOR LIBRE**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y EVITAR LIMITAR LA CONCURRENCIA DE EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LA UNIDAD USUARIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA EL NUMERAL 1.7 DE LA PARTIDA 18 ES "DESCONGELAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO".
PREGUNTA 8	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL** **NUMERAL 1.9.1.3. POR APERTURA DE PUERTA DURANTE MÁS TIEMPO DEL NECESARIO.** **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO QUE INCORPORA SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE CERRADURA Y MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE PUERTA, TODA VEZ QUE DICHO SISTEMA PERMITE MINIMIZAR APERTURAS NO AUTORIZADAS Y CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL RESGUARDADO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA EL NUMERAL 1.9.1.3. DE LA PARTIDA 18 ES SISTEMA E ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA "PUERTA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO".
PREGUNTA 9	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.10. GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA TIPO CIRCULAR, FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 8 HORAS.** **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO QUE INCORPORA UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE TEMPERATURA CON PANTALLA LCD, INDICACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y ALTA PRECISIÓN EN EL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, EN SUSTITUCIÓN DEL GRAFICADOR EXTERNO TIPO CIRCULAR SOLICITADO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL OFERTADA PROPORCIONA UNA VISUALIZACIÓN CLARA, CONTINUA Y EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DEL EQUIPO, PERMITIENDO UN CONTROL MÁS PRECISO Y EFICIENTE DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, REPRESENTANDO UNA TECNOLOGÍA IGUAL O SUPERIOR A LA SOLICITADA Y SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO OPERATIVO DEL**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	ULTRACONGELADOR. **ASIMISMO, ESTA CARACTERÍSTICA FOMENTA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES AL PERMITIR LA OFERTA DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍAS ACTUALES DE MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE OFERTAR UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE TEMPERATURA CON PANTALLA DIGITAL/LCD EN SUSTITUCIÓN DEL GRAFICADOR EXTERNO TIPO CIRCULAR PARA LA PARTIDA 18, SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA OFERTADO PERMITA LA IMPRESIÓN FÍSICA DE LOS REGISTROS DE TEMPERATURA, A EFECTO DE GARANTIZAR EL RESPALDO DOCUMENTAL, REGISTRO Y TRAZABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA DE LA RED DE FRÍO REQUERIDOS POR EL INSTITUTO. LO ANTERIOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES OFERTAR EL BIEN BAJO ESTA MODALIDAD. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 10	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL** **NUMERAL 3.1 CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRAFICADOR TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO. Y NUMERAL 3.2 TRES (3) PIEZAS DE PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA Y SE PERMITA OFERTAR UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Y MONITOREO DE TEMPERATURA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS NUMERALES 3.1 Y 3.2 NO SERÁN APLICABLES. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL OFERTADA NO REQUIERE EL USO DE PAPEL GRAFICADOR NI PUNTAS DE PLUMA PARA SU OPERACIÓN, MANTENIENDO EL MONITOREO CONTINUO Y PRECISO DE LA TEMPERATURA DEL EQUIPO MEDIANTE UN SISTEMA TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR AL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE, PARA LA PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL, LOS NUMERALES 3.1 "CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRAFICADOR TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO" Y 3.2 "TRES (3) PIEZAS DE PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR" DEBERÁN SER CONSIDERADOS Y CUMPLIDOS POR EL LICITANTE QUE OFERTE EL EQUIPO CON GRAFICADOR TIPO CIRCULAR, DE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SI EL MECANISMO DE IMPRESIÓN OFERTADO REQUIERE CONSUMIBLES ESPECÍFICOS PARA LA EMISIÓN DE LOS REPORTES IMPRESOS DE TEMPERATURA, TALES COMO ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO, PAPEL DE IMPRESIÓN U OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERARLOS DENTRO DE SU PROPUESTA, A FIN DE GARANTIZAR LA IMPRESIÓN CONTINUA DE LOS REGISTROS Y LA TRAZABILIDAD DE LA RED DE FRÍO DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.
PREGUNTA 11	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.10.1.1 CON RANGO DE -30°C A +15°C. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACEPTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10°C A -30°C, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. LO REQUERIDO PARA EL PUNTO 1.10.1.1 ES "CON RANGO DE -30°C A +15°C.
PREGUNTA 12	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **SIN NUMERAL: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SERÁ ACEPTABLE LA PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES, TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y ACCESORIOS BAJO LA NOMENCLATURA, DENOMINACIÓN COMERCIAL O TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, INCISO J), DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8, "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", LOS LICITANTES DEBERÁN PRECISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS BIENES QUE OFERTEN, POR LO QUE SE CONSIDERA ACEPTABLE LA UTILIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA, DENOMINACIÓN COMERCIAL, FUNCIONES, TECNOLOGÍAS O TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO LA TERMINOLOGÍA O NOMENCLATURA EMPLEADA SEA EXPLICADA DE MANERA CLARA Y PRECISA EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8, Y PERMITA IDENTIFICAR DE MANERA INEQUÍVOCA LA CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL INSTITUTO. ASIMISMO, EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE EL BIEN OFERTADO CUMPLE AL 100% O, EN SU CASO, SUPERA LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1. LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENCONTRARSE DEBIDAMENTE RESPALDADA Y REFERENCIADA, INDICANDO EL NOMBRE DEL DOCUMENTO Y NÚMERO DE PÁGINA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE SE PRESENTEN COMO SUSTENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. LA ACEPTACIÓN DE LA NOMENCLATURA O TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN, DISPENSA O SUSTITUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO, POR LO QUE LA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ GUARDAR PLENA CONGRUENCIA CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 13	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **SIN NUMERAL: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, NOS PERMITA HACER REFENCIADO CON IMAGENES SIEMPRE QUE SE SUSTENTE VISUALMENTE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LAS IMÁGENES PRESENTADAS PERMITAN IDENTIFICAR Y ACREDITAR DE MANERA CLARA Y PRECISA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO. LAS IMÁGENES PODRÁN UTILIZARSE COMO ELEMENTO DE SUSTENTO Y REFERENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN OFERTADO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, Y SIN QUE ELLO EXIMA AL LICITANTE DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	LAS IMÁGENES DEBERÁN CORRESPONDER A LA MARCA Y MODELO OFERTADOS Y GUARDAR PLENA CONGRUENCIA CON LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN LA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE", ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1. LA DOCUMENTACIÓN E IMÁGENES PRESENTADAS DEBERÁN PERMITIR VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 14	**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN. PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PARTIDA 18. ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **NUMERAL 1.4 CON CAPACIDAD DE 352 DM3.** **¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CAPACIDAD DE 352 DM3 ES EQUIVALENTE A 14 PIES?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
PREGUNTA 15	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **3. CONSUMIBLES. NUMERAL 3.1 CAJA DE CUBIERTAS O PROTECTORES PARA LA TOMA DE TEMPERATURA MINIMO 50 PIEZAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE, EN CASO DE OFERTARSE TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DISTINTAS A LA VÍA ORAL O RECTAL, TALES COMO SISTEMAS AXILARES, U OTRAS TECNOLOGÍAS EQUIVALENTES O SUPERIORES QUE NO REQUIERAN EL EMPLEO DE CUBIERTAS O PROTECTORES DESECHABLES PARA SU OPERACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.1 PODRÁ CONSIDERARSE COMO OPCIONAL O NO APLICABLE. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA FINALIDAD DEL CONSUMIBLE SOLICITADO ES GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD DURANTE LA TOMA DE TEMPERATURA EN AQUELLAS TECNOLOGÍAS QUE, POR SU DISEÑO Y MÉTODO DE MEDICIÓN, REQUIEREN EL USO DE PROTECTORES DESECHABLES; SIN EMBARGO, EXISTEN TECNOLOGÍAS ACTUALES QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIÓN CLÍNICA SIN NECESIDAD DE DICHOS ACCESORIOS, MANTENIENDO LA SEGURIDAD DEL**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	PACIENTE Y LA PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA PODER OFERTAR ESPE PUNTO COMO OPCIONAL CUANDO LA TECNOLOGIA NO LO REQUIERA?
RESPUESTA	NO ES POSIBLE DAR CONTESTACIÓN A SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA NI PRECISA CUÁL ES LA TECNOLOGÍA OPCIONAL O ALTERNATIVA QUE PRETENDE OFERTAR, POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 16	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.9 TERMÓMETRO ELECTRONICO PARA TOMA DE TEMPERATURA DIGITAL PREDICTIVA PARA USO HOSPITALARIO (GRADO MEDICO CON POSIBILIDAD DE VERIFICAR CALIBRACIÓN) EN MODO:1.9.1 ORAL, AXILAR ADULTO, AXILAR PEDIÁTRICO O RECTAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL REQUISITO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN MODO ORAL, AXILAR ADULTO, AXILAR PEDIÁTRICO O RECTAL DEBE ENTENDERSE COMO MODOS ALTERNATIVOS DE UTILIZACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA, ES DECIR, QUE EL EQUIPO PUEDA OPERAR EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES INDICADAS DE ACUERDO CON SU CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN CLÍNICA, SIN QUE NECESARIAMENTE DEBA INCORPORAR DE MANERA SIMULTÁNEA TODAS LAS OPCIONES DE MEDICIÓN REFERIDAS EN EL NUMERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA ESPECIFICACIÓN EMPLEA LA CONJUNCIÓN "O", LA CUAL PUDIERA INTERPRETARSE COMO UNA ALTERNATIVA ENTRE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE MEDICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSERVE LA FINALIDAD CLÍNICA DE OBTENER LA TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE CON PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE TRIAGE. POR LO ANTERIOR, ¿SERÁ CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁN EQUIPOS CUYO SENSOR DE TEMPERATURA SEA OFERTADO EN CUALQUIERA DE LOS MODOS INDICADOS EN EL NUMERAL 1.9.1, SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL USO HOSPITALARIO Y LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA REQUERIDA?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA EL NUMERAL 1.9.1, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON SENSOR PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN LOS MODOS INDICADOS: ORAL, AXILAR ADULTO, AXILAR PEDIÁTRICO O RECTAL, SIN QUE SEA NECESARIO QUE EL EQUIPO INCORPORE DE MANERA SIMULTÁNEA TODAS LAS MODALIDADES. EL SENSOR DE TEMPERATURA OFERTADO DEBERÁ SER ELECTRÓNICO, DIGITAL, PREDICTIVO, PARA USO HOSPITALARIO (GRADO MÉDICO) Y CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR SU CALIBRACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS PARA LA PARTIDA.
PREGUNTA 17	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **1.15 CON OPCION DE CONEXIÓN A LECTOR DE CODIGO DE BARRAS A TRAVES DEL PUERTO USB PARA IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DEL USUARIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA CARACTERÍSTICA RELATIVA A LA CONEXIÓN DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS A TRAVÉS DE PUERTO USB PODRÁ CONSIDERARSE COMO OPCIONAL Y NO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. MANTENER ESTE REQUISITO COMO OBLIGATORIO PUDIERA LIMITAR INNECESARIAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE FABRICANTES Y MARCAS QUE CUENTAN CON EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS Y FUNCIONALES REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN EN TRIAGE, PERO QUE NO INCORPORAN DICHA INTERFAZ ESPECÍFICA. POR LO ANTERIOR, Y EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y MÁXIMA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTARÁ QUE EL NUMERAL 1.15 SEA CONSIDERADO COMO OPCIONAL?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR OBLIGATORIAMENTE DE FÁBRICA CON PUERTO USB HABILITADO E INTERFAZ CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA PERMITIR LA CONEXIÓN DE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.15 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1. SE PRECISA QUE LA CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DEL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ES OPCIONAL; SIN EMBARGO, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON EL PUERTO USB HABILITADO. POR LO ANTERIOR, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8, QUE EL EQUIPO





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

	OFERTADO CUENTA CON EL PUERTO USB E INTERFAZ CORRESPONDIENTE, RESPALDANDO DICHA CARACTERÍSTICA CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE.
PREGUNTA 18	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **1.19 CAPACIDAD DE CONEXIÓN A BÁSCULAR ELECTRÓNICAS DE MARCAS RECONOCIDAS PARA ADQUISICIÓN AUTOMATICA DE PESO Y TALLA POR CABLE USB O CONEXIÓN INALAMBRICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN A BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PARA LA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE PESO Y TALLA PODRÁ CONSIDERARSE COMO UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL Y NO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. MANTENER ESTA ESPECIFICACIÓN COMO REQUISITO OBLIGATORIO PUDIERA LIMITAR INNECESARIAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE FABRICANTES QUE CUENTAN CON EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS CLÍNICOS Y OPERATIVOS DEL ÁREA DE TRIAGE, FAVORECIENDO CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE NO RESULTAN INDISPENSABLES PARA EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL EQUIPO. POR LO ANTERIOR, Y EN BENEFICIO DE LA LIBRE CONCURRENCIA Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES, ¿SE ACEPTARÁ QUE EL NUMERAL 1.19 SEA CONSIDERADO COMO OPCIONAL?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CONEXIÓN A BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PARA LA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE PESO Y TALLA OPCIONAL" PARA EL PUNTO 1.19 DE LA PARTIDA 35, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

PREGUNTA 19	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **ARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.9.1.1 RANGO DE TEMPERATURA 26.5°C A 43.5°C. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO CON RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE 26.7 °C A 43.3 °C, TODA VEZ QUE LA VARIACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A 0.2 °C EN AMBOS EXTREMOS DEL RANGO SOLICITADO Y NO AFECTA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA IDENTIFICAR DE MANERA PRECISA Y OPORTUNA CONDICIONES DE HIPOTERMIA, NORMOTERMIA O ESTADOS FEBRILES EN PACIENTES DE TRIAGE, CUMPLIENDO PLENAMENTE CON LA FINALIDAD CLÍNICA DEL REQUERIMIENTO. EN ESTE SENTIDO, CONSIDERAMOS QUE EL CUMPLIMIENTO DEBE EVALUARSE CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD Y APLICACIÓN CLÍNICA DEL EQUIPO, Y NO EXCLUSIVAMENTE EN LA COINCIDENCIA LITERAL DE LOS VALORES EXTREMOS DEL RANGO ESPECIFICADO, FAVORECIENDO ASÍ UNA MAYOR LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE 26.7 °C A 43.3 °C" PARA EL PUNTO 1.9.1.1 DE LA PARTIDA 35, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 20	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	NUMERAL 1.9.2.2 10 A 13 SEGUNDOS POR VÍA RECTAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO CON TIEMPO DE MEDICIÓN RECTAL DE AL MENOS 16 SEGUNDOS, TODA VEZ QUE DICHA DIFERENCIA NO AFECTA LA OBTENCIÓN OPORTUNA DEL PARÁMETRO NI SU PRECISIÓN CLÍNICA, MANTENIENDO LA CONFIABILIDAD DEL RESULTADO PARA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE EN ÁREAS DE TRIAGE. ASIMISMO, CONSIDERANDO QUE LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO ES CONTAR CON UNA MEDICIÓN EXACTA DE LA TEMPERATURA CORPORAL Y NO PARTICULARMENTE CON UN TIEMPO ESPECÍFICO DE ADQUISICIÓN, ENTENDEMOS QUE UNA VARIACIÓN MÍNIMA DE SEGUNDOS NO REPRESENTA UNA AFECTACIÓN OPERATIVA NI CLÍNICA PARA EL USUARIO FINAL, PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL EQUIPO Y FOMENTANDO UNA MAYOR LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "TIEMPO DE MEDICIÓN RECTAL DE AL MENOS 16 SEGUNDOS" PARA EL PUNTO 1.9.2.2 DE LA PARTIDA 35, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 21	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.9.2.3 12 A 15 SEGUNDOS POR VÍA AXILAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO CON TIEMPO DE MEDICIÓN AXILAR DE AL MENOS 16 SEGUNDOS, TODA VEZ QUE DICHA DIFERENCIA ES MÍNIMA Y NO AFECTA LA PRECISIÓN, CONFIABILIDAD NI OPORTUNIDAD EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE. ASIMISMO, LA TECNOLOGÍA**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	OFERTADA PERMITE REALIZAR MEDICIONES EXACTAS Y ADECUADAS PARA LA VALORACIÓN CLÍNICA EN ÁREAS DE TRIAGE, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO SE CUMPLE PLENAMENTE, PRIVILEGIANDO EL DESEMPEÑO Y RESULTADO CLÍNICO DEL EQUIPO SOBRE UNA DIFERENCIA MÍNIMA EN EL TIEMPO DE ADQUISICIÓN DEL PARÁMETRO, FAVORECIENDO A SU VEZ UNA MAYOR LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "TIEMPO DE MEDICIÓN AXILAR DE AL MENOS 16 SEGUNDOS" PARA EL PUNTO 1.9.2.3 DE LA PARTIDA 35, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 22	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.17 PUERTOS DE CONECTIVIDAD EXTERNA TIPO USB Y MICRO USB. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON PUERTO USB Y/O MICRO USB, TODA VEZ QUE AMBOS TIPOS DE INTERFAZ CUMPLEN CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA CONECTIVIDAD, TRANSFERENCIA DE DATOS E INTEROPERABILIDAD REQUERIDA POR EL EQUIPO. ASIMISMO, CONSIDERANDO QUE LA FUNCIONALIDAD DEL REQUISITO SE MANTIENE SIN AFECTACIÓN ALGUNA A LA OPERACIÓN CLÍNICA DEL MONITOR, SE SOLICITA QUE EL CUMPLIMIENTO SEA EVALUADO CON BASE EN LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN Y NO NECESARIAMENTE EN LA INCORPORACIÓN SIMULTÁNEA DE AMBOS TIPOS DE PUERTO, FAVORECIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "EQUIPO QUE CUENTE CON PUERTO USB Y/O MICRO USB" PARA EL PUNTO 1.17 DE LA PARTIDA 35, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 23	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.19 CAPACIDAD DE CONEXIÓN A BÁSCULAR ELECTRÓNICAS DE MARCAS RECONOCIDAS PARA ADQUISICIÓN AUTOMATICA DE PESO Y TALLA POR CABLE USB O CONEXIÓN INALAMBRICA. LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓNM, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CONEXIÓN A BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PARA LA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE PESO Y TALLA OPCIONAL" PARA EL PUNTO 1.19 DE LA PARTIDA 35, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	ANEXO 3.1.
PREGUNTA 24	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.20 CALCULO AUTOMATIVO DEL INDICE DE MASA CORPORAL AL INGRESAR DATOS DE PESO Y TALLA DEL PACIENTE. LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓNM, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CALCULO AUTOMATIVO DEL INDICE DE MASA CORPORAL AL INGRESAR DATOS DE PESO Y TALLA DEL PACIENTE DE MANERA OPCIONAL." PARA EN NUMERAL 1.20 DE LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 25	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **SIN NUMERAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁ ACEPTABLE OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES, PRESTACIONES TECNOLÓGICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA FINALIDAD CLÍNICA, OPERATIVA NI LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL USUARIO, Y QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES PUEDAN SER ACREDITADAS MEDIANTE FICHAS TÉCNICAS,**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	MANUALES, FOLLETOS O DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO ES POSIBLE DAR CONTESTACIÓN A SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA NI PRECISA CUÁL ES LA TECNOLOGÍA OPCIONAL O ALTERNATIVA QUE PRETENDE OFERTAR, POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 26	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **1.16.2 DURACIÓN AL MENOS DE 2.5 HORAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON AUTONOMÍA DE BATERÍA DE AL MENOS 5 HORAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA, TODA VEZ QUE DICHA CARACTERÍSTICA SUPERA AMPLIAMENTE EL REQUISITO MÍNIMO SOLICITADO, OTORGANDO MAYOR DISPONIBILIDAD OPERATIVA, CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE Y MENOR DEPENDENCIA DE FUENTES EXTERNAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ¿SE CONFIRMA?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.16.2 DE LA PARTIDA 35 ES " DURACIÓN DE AL MENOS 2.5 HORAS".
PREGUNTA 27	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **NUMERAL 1.14. CON MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 400 REGISTROS DESCARGABLES Y UTILIZABLES EN CUALQUIER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS CLÍNICOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE DEBERA OFERTAR UN EQUIPO CON MEMORIA INTERNA PARA AL MENOS 1,000 REGISTROS DESCARGABLES Y UTILIZABLES EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS CLÍNICOS, TODA VEZ QUE DICHA CAPACIDAD SUPERA EN MÁS DEL DOBLE EL REQUISITO MÍNIMO SOLICITADO, PROPORCIONANDO MAYOR ALMACENAMIENTO, TRAZABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA. ¿SE CONFIRMA?**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA EL NÚMERAL 1.14 DE LA PARTIDA 35 ES "CON MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 400 REGISTROS DESCARGABLES Y UTILIZABLES EN CUALQUIER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS CLÍNICOS"
PREGUNTA 28	**CEDULA DE DESCRIPCIÓN** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **SIN NUMERAL: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, NOS PERMITA HACER REFENCIADO CON IMAGENES SIEMPRE QUE SE SUSTENTE VISUALMENTE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SE PODRÁN PRESENTAR Y REFERENCIAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS COMO MEDIO PARA CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN EFECTIVAMENTE OFERTADO, IDENTIFICANDO CLARAMENTE LA MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE, SEGÚN CORRESPONDA, Y QUE PERMITA COMPROBAR VISUALMENTE LA CARACTERÍSTICA REQUERIDA. PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LAS IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS DEBERÁN FORMAR PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE, TALES COMO ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES, Y DEBERÁN ENCONTRARSE DEBIDAMENTE REFERENCIADAS EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, INDICANDO EL NOMBRE DEL DOCUMENTO Y EL NÚMERO DE PÁGINA EN EL QUE SE LOCALIZA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. LA PRESENTACIÓN DE IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS NO SUSTITUIRÁ LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA 29	**CONVOCATORIA. 1.1.** **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE LOS MANUALES, CATALOGOS, FOLLETOS, Y DEMAS DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, SE NOS**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA PORTADA Y LA HOJA U HOJAS REFERENCIADAS DEL DOCUMENTO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DEBIENDO REFERENCIAR EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8 EL DOCUMENTO Y LA PÁGINA EN LA QUE SE ACREDITA CADA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA.
PREGUNTA 30	**CONVOCATORIA. 2.1 CALIDAD** **DICOM CONFORMANCE STATEMENT. SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE ESTE PUNTO NO SEA SOLICITADO PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS, NO SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE DOCUMENTO. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DEL DICOM CONFORMANCE STATEMENT. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE DICHO DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL NUMERAL 2.1 DE LA CONVOCATORIA HACE REFERENCIA A LA PRESENTACIÓN DE FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS Y MANUALES, COMO DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, POR LO QUE DICHO NUMERAL NO CONTEMPLA NI ESTABLECE COMO REQUISITO LA PRESENTACIÓN DEL DICOM CONFORMANCE STATEMENT. EN CONSECUENCIA, NO SERÁ REQUERIDO EL **DICOM CONFORMANCE STATEMENT,** TODA VEZ QUE DICHO NUMERAL REFIERE A LAPRESENTACIÓN DE FOLLETOS Y CATALOGOS, FOTOGRAFIAS Y MANUALES.
PREGUNTA 31	**CONVOCATORIA. 2.1 CALIDAD** **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002. SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE ESTE PUNTO NO SEA SOLICITADO PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS, NO SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE DOCUMENTO. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE PRECISA QUE EL NUMERAL 2.1 DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN DE FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS Y MANUALES, POR LO QUE DICHO NUMERAL NO SE REFIERE A LA PRESENTACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002 NI ESTABLECE LA ENTREGA DE DICHO





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	DOCUMENTO COMO REQUISITO.
PREGUNTA 32	**CONVOCATORIA. 3** **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002. SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE ESTE PUNTO NO SEA SOLICITADO PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS, NO SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE DOCUMENTO. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE PRECISA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002 NO ES REQUERIDA EN EL NUMERAL 3 DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 33	**CONVOCATORIO. 6.2 PROPOSICION TECNICA. I** **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA PARA FINES DE ESTA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL ANEXO 19, DEBIDAMENTE REQUISITADO, ESTO DADO QUE EN EL ANEXO 4. TERMINOS Y CONDICIONES EN EL PUNTO 2 SE MENCIONA "2. SE VERIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, CONFORME A LO PRECISADO EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.3)", SIN EMBARGO EL ANEXO 4.3 NO SE INCLUYE EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA. FAVOR DE ACLARAR.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PREGUNTA NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE FORMULADA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL ANEXO 19 CORRESPONDE AL MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, POR LO QUE NO ES EL DOCUMENTO AL QUE SE HACE REFERENCIA PARA ACREDITAR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL ANEXO 4.3 SÍ SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y CORRESPONDE AL FORMATO/INSTRUCTIVO RELATIVO A LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", POR LO QUE DEBERÁ ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN DICHO ANEXO Y EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CORRESPONDIENTES. EN CONSECUENCIA, NO ES PROCEDENTE CONSIDERAR EL ANEXO 19 COMO SUSTITUTO DEL ANEXO 4.3, NI SE CONFIRMA QUE SEA SUFICIENTE LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 19 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO SEÑALADO.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 34	**CONVOCATORIO. 6.2 PROPOSICION TECNICA. II** **SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA PORTADA Y LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES, CATALOGOS, FICHAS TÉCNICAS O DEMÁS DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA COMPROBAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, ESTO CON EL FIN DE NO AUMENTAR EL VOLUMEN DE LA PROPUESTA Y FACILITAR LA CARGA Y EVALUACIÓN DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DEBIENDO REFERENCIAR EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8 EL DOCUMENTO Y LA PÁGINA EN LA QUE SE ACREDITA CADA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA.
PREGUNTA 35	**CONVOCATORIO. 13. GARANTIAS** **SE ENTIENDE QUE PARA ESTE PUNTO Y LOS SUBPUNTOS DEL MISMO, SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, SUS ACCESORIOS, Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EN FORMATO LIBRE, YA QUE EN EL ANEXO INCISO J) DEL DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES, ES EL ÚNICO DOCUMENTO QUE INDICA QUE SE DEBERÁ ANEXAR A LA PROPUES TÉCNICA. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PREGUNTA NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE FORMULADA. YA EL QUE NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA ESTABLECE LA FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 36	**CONVOCATORIO. 13. GARANTIAS** **EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE LISTAR LAS CARTAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR PARA ESTE PUNTO.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PREGUNTA NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE FORMULADA. YA EL QUE NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA ESTABLECE LA FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

	ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 37	**ANEXO NÚMERO 19** **SE ENTIENDE QUE PARA EL LLENADO DEL ANEXO 19, LA COLUMNA "NO." SE REFIERE AL NÚMERO DE PARTIDA, Y LA COLUMNA "UNID. MED", SE REFIERE UNIDAD DE MEDIDA, PUDIENDOSE LLENAR CON LA LEYENDA "EQUIPO MÉDICO" DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATIRIA. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PREGUNTA NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE FORMULADA. YA EL QUE NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA ESTABLECE LA FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 38	**ANEXO NÚMERO 19** **SE ENTIENDE QUE LA COLUMNA "INCLUIDO EN PROP" SE REFIERE AL NOMBRE DEL CATALOGO, MANUAL, FICHA TÉCNICA U OTRA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA COMPROBAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PREGUNTA NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE FORMULADA. YA EL QUE NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA ESTABLECE LA FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S A P I DE C.V.** ----------

NÚMERO	LICITANTE: : B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S A P I DE C.V.
PREGUNTA 1	**ANEXO1 REQ PART 13 SIST PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CLV 53182906310201 F TECNICA** **SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA. PUNTO 3.1 RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE SIRVA PRECISAR LAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES O RANGOS DE MEDIDA REQUERIDOS PARA CLAMPS O REMACHES, A FIN DE ASEGURAR UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA CONFORME A LAS NECESIDADES CLÍNICAS DEL PROCEDIMIENTO.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTARÁN LAS DIMENSIONES COMERCIALES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE PARA LOS CLAMPS O REMACHES, SIEMPRE QUE ÉSTOS CUMPLAN CON LA FUNCIÓN DE FIJACIÓN DEL COLGAJO ÓSEO Y PROPORCIONEN LA ESTABILIDAD MECÁNICA Y SEGURIDAD REQUERIDAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CRANEOTOMÍA.
PREGUNTA 2	**ANEXO1 REQ PART 13 SIST PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CLV 53182906310201 F TECNICA** **SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA. PUNTO 3.1 CONSIDERANDO LA VARIABILIDAD ANATÓMICA DEL PACIENTE Y LAS CONDICIONES PROPIAS DE CADA PROCEDIMIENTO DE CRANEOTOMÍA, SE SOLICITA ATENTAMENTE SE CONFIRME SI SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN RANGO DE SUMINISTRO DE MÍNIMO 6 Y MÁXIMO 12 PIEZAS DE CLAMPS, CONFORME A LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN SISTEMA QUE CONTENGA DE 6 A 12 CLAMPS POR SISTEMA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OFERTADO, SIEMPRE QUE SE GARANTICE LA FIJACIÓN ESTABLE Y SEGURA DEL COLGAJO ÓSEO Y SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
PREGUNTA 3	**ANEXO1 REQ PART 13 SIST PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CLV 53182906310201 F TECNICA** **SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CON RESPECTO AL PUNTO 3.2 DE LA FICHA TECNICA MENCIONA ESTE PUNTO PLACAS O TORNILOS. NUESTRO**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA OPERAR UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE CLAMPS O REMACHES, SIN REQUERIR EL USO DE PLACAS NI TORNILLOS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN PREVISTA. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE ALCANZAR LOS MISMOS OBJETIVOS CLÍNICOS Y OPERATIVOS SOLICITADOS, MANTENIENDO LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO. **EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE PROVEEDORES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA OFERTA DE SISTEMAS QUE INCLUYAN ÚNICAMENTE CLAMPS O REMACHES, SIN LA NECESIDAD DE INCORPORAR PLACAS Y TORNILLOS.** **¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "SISTEMA DISEÑADO PARA OPERAR UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE CLAMPS O REMACHES, SIN REQUERIR EL USO DE PLACAS NI TORNILLOS" PARA LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 4	**ANEXO1 REQ PART 13 SIST PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CLV 53182906310201 F TECNICA** **ASIMISMO, DICHOS SISTEMAS OFRECEN BENEFICIOS ADICIONALES, TALES COMO LA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL TIEMPO QUIRÚRGICO, MENOR CARGA DE MATERIAL IMPLANTADO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, MANTENIENDO UN PERFIL DE SEGURIDAD POSTOPERATORIA COMPARABLE.** **EN ESTE SENTIDO, RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR SI LA PRESENTACIÓN DE PLACAS Y TORNILLOS PODRÁ CONSIDERARSE NO OBLIGATORIA, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS QUE CUMPLAN CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA EN LA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "SISTEMA DISEÑADO PARA OPERAR UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE CLAMPS O REMACHES, SIN REQUERIR EL USO DE PLACAS NI TORNILLOS" PARA LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 5	**ANEXO1 REQ PART 13 SIST PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CLV 53182906310201 F TECNICA** **SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA. PUNTO 3.3 EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES ABSORBIBLES PARA EL SISTEMA DE CIERRE DE CRANEOTOMÍA, SE MANIFIESTA QUE DICHOS DISPOSITIVOS CORRESPONDEN A ACCESORIOS ESPECÍFICOS DE UNA TECNOLOGÍA.** **EN EL CASO DE NUESTRA TECNOLOGÍA DE SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE CLAMPS Y/O REMACHES, LA ESTABILIZACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN MECANISMO DE FIJACIÓN MECÁNICA INMEDIATA, SIN REQUERIR MATERIALES ABSORBIBLES.** **EN ESTE SENTIDO, RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR SI EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL ABSORBIBLE PODRÁ CONSIDERARSE OPCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA POR CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "MECANISMO DE FIJACIÓN MECÁNICA INMEDIATA, SIN REQUERIR MATERIALES ABSORBIBLES." PARA LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 6	**ANEXO1 REQ PART 13 SIST PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA CLV 53182906310201 F TECNICA** **SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA. PUNTO 3.4 EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE BOLSA O LÁPIZ TÉRMICO PARA EL SISTEMA DE CIERRE DE CRANEOTOMÍA, SE MANIFIESTA QUE DICHOS DISPOSITIVOS CORRESPONDEN A ACCESORIOS ESPECÍFICOS DE AQUELLAS TECNOLOGÍAS QUE REQUIEREN ACTIVACIÓN O CONFORMACIÓN TÉRMICA DEL MATERIAL, ESPECIALMENTE EN SISTEMAS POLIMÉRICOS O TERMO AJUSTABLES.** **EN EL CASO DE NUESTRA TECNOLOGÍA DE SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE CLAMPS Y/O REMACHES, LA ESTABILIZACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN MECANISMO DE FIJACIÓN MECÁNICA INMEDIATA, SIN REQUERIR ACTIVACIÓN TÉRMICA.** **EN ESTE SENTIDO, RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR SI EL REQUERIMIENTO DE BOLSA O LÁPIZ TÉRMICO PODRÁ CONSIDERARSE OPCIONAL, EN FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA POR CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "MECANISMO DE FIJACIÓN MECÁNICA INMEDIATA, SIN REQUERIR MATERIALES ABSORBIBLES." PARA LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 7	**ANEXO1 REQ PART 15 ENDO NEUROQUIRURGICO RIGIDO CLV 53194200210201 F TECNICA** **ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIGIDO CON RESPECTO AL PUNTO 1.2.1.1 DE LA FICHA TECNICA MENCIONA ESTE PUNTO ÓPTICA DE VISIÓN DE 0°, 30° Y 70°. LA ÓPTICA DE 70° PROPORCIONA UN CAMPO DE VISIÓN ALTAMENTE LATERAL, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA UBICACIÓN REAL DE LA PUNTA DEL ENDOSCOPIO. SU USO REQUIERE UNA ADAPTACIÓN VISOESPACIAL ESPECÍFICA Y, CON FRECUENCIA, PROVOCA QUE LOS INSTRUMENTOS QUEDEN FUERA DEL CAMPO VISUAL DIRECTO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.** **POR ESTA RAZÓN, LA ÓPTICA DE 70° NO ES DE USO HABITUAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA LAS APLICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA OFERTA DE ÓPTICAS DE 0° Y 30°, LAS CUALES CUMPLEN ADECUADAMENTE CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y CLÍNICAS DEL PROCEDIMIENTO. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE LA PARTICIPACIÓN CON ÓPTICAS DE 0° Y 30°. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "ÓPTICAS DE 0° Y 30°" PARA EL NUMERAL 1.2.1.1 DE LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 8	**ANEXO1 REQ PART 15 ENDO NEUROQUIRURGICO RIGIDO CLV 53194200210201 F TECNICA** **ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIGIDO CON RESPECTO AL PUNTO GARANTIA DERIVADO A LA COMPLEJIDAD DEL EQUIPO NO SE PEUDE REALIZAR MTTO PREVENTIVO, YA QUE POR SU NATURALEZA NO SE REQUIERE, YA QUE AL MANIOBRAR PODRIA ESTROPERARSE, POR LO QUE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR GARANTIA DE 36 MESES SIN APLICAR MTTOS PREVENTIVOS.**
RESPUESTA	SE ACEPTA UNA GARANTÍA DE 36 MESES, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE PRESENTE EVIDENCIA DOCUMENTAL EMITIDA POR EL FABRICANTE EN LA QUE SE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE QUE, POR LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DEL EQUIPO, NO SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA SOLICITUD ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN DOCUMENTAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE EL LICITANTE.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.** ----------

NÚMERO	**LICITANTE: B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V**
PREGUNTA 1	**ANEXOS DE CONVOCATORIA PARTIDA 31** **CON RELACIÓN AL REQUERIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLSAS DE PLASMA/HEMODERIVADOS QUE DEBE PERMITIR DESCONGELAR Y/O CALENTAR EN FORMA SIMULTÁNEA. SE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE SI UN EQUIPO CON CAPACIDAD PARA 6 CAVIDADES/UNIDADES INDEPENDIENTES SATISFACE PLENAMENTE LO REQUERIDO. ¿NOS CONFIRMA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN EQUIPO DE 6 A 8 CAVIDADES/UNIDADES INDEPENDIENTES.
PREGUNTA2	**ANEXOS DE CONVOCATORIA PARTIDA 31** **EN RELACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SOLICITADA DE 110V +-10% A 60 HZ , SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES ACEPTABLE UN EQUIPO CON ESPECIFICACIÓN NOMINAL DE 115V +- A 60 HZ, POR ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA OPERACIONAL ESTÁNDAR**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

	DE LA RED ELÉCTRICA NACIONAL ¿NOS CONFIRMA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "ALIMENTACIÓN ELÉCTRRICA DE 115V +- A 60 HZ" PARA LOS EQUIPOS QUE SOLICITEN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SOLICITADA DE 110V +-10% A 60 HZ, POR CONSIDERARSE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO , SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 3	**PARTIDA 36. TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS** **CLAVE SAI: 533.860.0041.01.01. ENTENDEMOS QUE EL NUMERAL 1.2.3 "ANTICUERPOS (SISTEMA ABIERTO)" CORRESPONDE AL PROCESO "REGISTRAR UN NUEVO ANTICUERPO", CONSIDERANDO QUE ESTE ÚLTIMO SE UTILIZA PARA INTRODUCIR UN ANTICUERPO POR PRIMERA VEZ CUANDO SE RECIBE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
RESPUESTA	SE ACLARA QUE EL NUMERAL 1.2.3 "ANTICUERPOS (SISTEMA ABIERTO)" SE REFIERE A QUE EL SISTEMA DEBERÁ PERMITIR EL REGISTRO Y UTILIZACIÓN DE ANTICUERPOS DE DIFERENTES FABRICANTES, SIN RESTRICCIONES PROPIETARIAS. EN ESTE SENTIDO, LA FUNCIÓN "REGISTRAR UN NUEVO ANTICUERPO" PODRÁ DAR CUMPLIMIENTO A DICHO REQUERIMIENTO, SIEMPRE QUE PERMITA EL REGISTRO Y POSTERIOR UTILIZACIÓN DE ANTICUERPOS DE DIFERENTES FABRICANTES.
PREGUNTA 4	**PARTIDA 36. TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS** **CLAVE SAI: 533.860.0041.01.01. NUMERAL 1.9 ENTENDEMOS QUE UN CALENTADOR DE PORTAOBJETOS DE 37 °C A 100 °C ± 2,00°C DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	NO ES CORRETA SU APRECIACIÓN, LO SOLICITADO POR EL INTITUTO EN EL NUMERAL 1.9 DE LA PARTIDA 36 ES "RAMPA DE CALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO DE 37° A 100°C EN 4 MINUTOS Y DE 100° A 37°C EN 7 MINUTOS.
PREGUNTA 5	**PARTIDA 36. TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS** **CLAVE SAI: 533.860.0041.01.01. NUMERAL 2.2 ENTENDEMOS QUE UNA BANDEJA DE REACTIVOS CON LA DESCRIPCION "LEVANTA LA BANDEJA DEL SOPORTE MAGNÉTICO DE LA BANDEJA", CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?**
RESPUESTA	NO ES CORRETA SU APRECIACIÓN, LO SOLICITADO POR EL INTITUTO EN EL NUMERAL 2.2 DE LA PARTIDA 36 ES "RACK PARA REACTIVOS PARA ALMACENAMIENTO CON TAPA MAGNÉTICA QUE AL REMOVERSE PERMITE LA CARGA DIRECTA DE LOS REACTIVOS EN EL CARRUSEL DE REACTIVOS (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE)".

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **DRÄGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.** ----------

NÚMERO	LICITANTE: DRÄGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	**SECCIÓN 25 II** **SOLICITAN LOS DOCUMENTOS DE LOS NUMERALES 1.1, 2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6, 3, 4 Y EN CASO DE APLICAR 9.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE NUMERALES SERÍAN AL NO EXISTIR LOS 2.4.1, 2.4.2, 2.5 Y 2.6. FAVOR DE CONFIRMAR.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE POR UN ERROR MECANOGRAFICO SE PUSIERON LOS NUMERALES 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6, SIENDO LO CORRECTO **1.1, 2, 2.3, 3, 4** Y EN CASO DE APLICAR **9.3**, ASI COMO TODOS Y CADA UNOS DE LOS NUMERALES Y ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA2	**SECCIÓN 26** **SOLICITAN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA ESCANEADA CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA PÁGINA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI EL ENVÍO EMPLEANDO UNA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT COMO LO INDICAN PARA EL RESTO DE LA PROPUESTA. FAVOR DE CONFIRMA.**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBERÁ SUSCRIBIR ELECTRÓNICAMENTE Y AUTÓGRAFAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN (TÉCNICA, LEGAL ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA) Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA Y QUE SON SOLICITADOS EN LOS DEMÁS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 3	**ANEXO 6 APARTADO II NUMERAL 2** **SOLICITAN PRESENTAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 3.1 CONSIDERANDO LOS REQUISITOS DE LOS ANEXOS 3.2 Y 3.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE SE CUMPLIRÁ EL PUNTO PRESENTANDO LAS CÉDULAS OFERTADAS DEL ANEXO 3.1. FAVOR DE CONFIRMAR.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE CONFIRMA PARCIALMENTE. PARA DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA PROPUESTA TÉCNICA, EL LICITANTE DEBE PRESENTAR LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" UTILIZANDO EL FORMATO DEL ANEXO 4.3 (O ANEXO 8), TOMANDO COMO BASE LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1, E INDICANDO DE MANERA PUNTUAL, CLARA Y PRECISA EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL EQUIPO QUE OFERTA (INCLUYENDO MARCA, MODELO, FABRICANTE Y NÚMERO DE CATÁLOGO O PARTE). NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDA NI SUFICIENTE LA MERA PRESENTACIÓN O TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DE LAS CÉDULAS DEL ANEXO 3.1, NI LA SOLA MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO. ADICIONALMENTE, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DE FORMA OBLIGATORIA LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 3.2 Y LOS REQUISITOS DEL ANEXO 3.3 (TALES COMO GARANTÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTOS Y REGISTROS SANITARIOS), ACOMPAÑANDO SU PROPUESTA CON LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE DEBIDAMENTE REFERENCIADOS (INDICANDO PARTIDA, CLAVE, DOCUMENTO Y NÚMERO DE PÁGINA) PARA CORROBORAR TÉCNICAMENTE LO OFERTADO.
PREGUNTA 4	**ANEXO 6 APARTADO II NUMERAL 2.3** **SOLICITAN PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI ESTE PUNTO SE CUMPLIRÁ CON UNA RELACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO, COMO PRESENTARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	DE LOS BIENES. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL **ANEXO 6 APARTADO II NUMERAL 2.3, ASÍCOMO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES DECIR DEBERÁ DE MENCIONAR EL PERSONAL QUE DARÁ LA CAPACITACIÓN, QUIENES DEBERAN DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ASÍ COMO LOS TEMAS QUE SE IMPARTIRAN.**
PREGUNTA 5	**COMPRAS MX, CARGA ARCHIVOS** **LAS SECCIONES 8, 9 Y 10 DE LA SECCIÓN "LEGAL – ADMINISTRATIVO" COMO LAS SECCIONES 1, 2 Y 3 DE LA SECCIÓN "TÉCNICO" HACEN REFERENCIA A CARPETAS Y OTROS DOCUMENTOS DE FORMA GENERAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI EN ESTAS CARPETAS SE CARGARÁ TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRE INDICADA EN LAS OTRAS SECCIONES DE CARGA EN COMPRAS MX QUE SOLICITEN PRESENTARSE EN LAS BASES COMO EN EL LISTADO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR DEL ANEXO 6. FAVOR DE CONFIRMAR.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARPETAS MENCIONADAS EN EL SISTEMA DE COMPAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRAS MX, SON DE MANERA ENUANCIATIVA MÁS NO LIMITATIVAS, ES DECIR ES CON EL OBJETO DE FACILTAR LA INFORMACIÓN PARA EL AREA CONTRATANTE, TECNICA ASI COMO SU EVALUACIÓN, POR LO QUE SI PODRÁ AGREGAR LOS OTROS DOCUMENTOS QUE NO SE ENCUANTREN ENUMERADOS EN LAS CARPETAS DE OTROS DOCUUMENTOS
PREGUNTA 6	**PARTIDA 13** **1.5.6.1 FACCION INSPIRADA Y/O ESPIRADA DE OXIGENO POR TECNOLOGIA PARAMAGNETICA O CELDA DE O2. PARA ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE SE PODRA OFERTAR FRACCION INSPIRADA O FRACCION ESPIRADA DE OXIGENO POR TECNOLOGIA PARAMAGNETICA O CELDA DE O2 , ES CORRECTO?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE LA PARTIDA 13 CORRESPONDE A SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA Y LA CÉDULA NO INCLUYE EL NUMERAL "1.5.6.1 FACCION INSPIRADA Y/O ESPIRADA DE OXIGENO POR TECNOLOGIA PARAMAGNETICA O CELDA DE O2", POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 7	**PARTIDA 13** **1.5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO, YA QUE ES EL VALOR MAS IMPORTANTE EN LA DOSIFICACION ADECUADA DE LOS VT PARA EL PACIENTE DURANTE UNA CIRUGIA, SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE LA PARTIDA 13 CORRESPONDE A SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA Y LA CÉDULA NO INCLUYE EL NUMERAL "1.5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO." POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 8	**PARTIDA 13** **1.5.6.3 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO. PARA ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE SE PODRA OFERTAR VOLUMEN MINUTO INSPIRADO O VOLUMEN MINUTO ESPIRADO , ES CORRECTO?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE LA PARTIDA 13 CORRESPONDE A SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA Y LA CÉDULA NO INCLUYE EL NUMERAL "1.5.6.3 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO." POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 9	**PARTIDA 13** **2.2.1 UNA BOLSA DE UN LITRO +-10%. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE 1.5L EL CUAL ES APTO PARA LA VENTILACION EN PACIENTE PEDIATRICOS Y ADULTOS, SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE LA PARTIDA 13 CORRESPONDE A SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA Y LA CÉDULA NO INCLUYE EL NUMERAL "2.2.1 UNA BOLSA DE UN LITRO +-10%" POR LO ANTERIOR



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 10	**PARTIDA 13** **2.2.2 UNA BOLSA DE DOS LITROS +-10%. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE 2.3 LL EL CUAL ES APTO PARA LA VENTILACION EN PACIENTE PEDIATRICOS Y ADULTOS, SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE LA PARTIDA 13 CORRESPONDE A SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMIA Y LA CÉDULA NO INCLUYE EL NUMERAL "2.2.2 UNA BOLSA DE DOS LITROS +-10%" POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.** ----------

NÚMERO	**LICITANTE: GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.**
PREGUNTA 1	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.4.1.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TIEMPO DE INFLADO DE BRAZALETE: ADULTO/PEDIÁTRICO MENOR O IGUAL A 15 SEGUNDOS, NEONATO MENOR O IGUAL A 10 SEGUNDOS. LÍMITE DE TIEMPO POR SEGURIDAD DE INFLADO DEL BRAZALETE: ADULTO/PEDIÁTRICO MENOR O IGUAL A 180 SEGUNDOS, NEONATO MENOR O IGUAL A 90 SEGUNDOS", ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA REFERENCIAR COMO "TIEMPO DE INFLADO DE BRAZALETE: ADULTO/PEDIÁTRICO MENOR O IGUAL A 15 SEGUNDOS, NEONATO MENOR O IGUAL A 10 SEGUNDOS. LÍMITE DE TIEMPO POR SEGURIDAD DE INFLADO DEL BRAZALETE: ADULTO/PEDIÁTRICO MENOR O IGUAL A 180 SEGUNDOS, NEONATO MENOR O IGUAL A 90. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 2	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.5. SE ENTIENDE QUE AL OFERTAR MONITOR CON ASA Y PESO DE 3 KG SE ESTÁ CUMPLIENDO CON ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE REFERENCIAR QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA CON EL PUNTO 1.5 DISEÑO QUE PERMITA SER USADO COMO MONITOR DE TRASPORTE. DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 2.1 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES.
PREGUNTA 3	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.13.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO ALEATORIO AL USAR EL MONITOR COMO MONITOR DE DETECCIÓN PUNTUAL, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR PUNTO 1.13.2 COMO ALEATORIO AL USAR EL MONITOR COMO MONITOR DE DETECCIÓN PUNTUAL, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	BIENES".
PREGUNTA 4	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.20. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL AL SER UNA CARACTERÍSTICA POCO CONVENCIONAL EN UN MONITOR, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CALCULO AUTOMATIVO DEL INDICE DE MASA CORPORAL AL INGRESAR DATOS DE PESO Y TALLA DEL PACIENTE DE MANERA OPCIONAL." PARA EN NUMERAL 1.20 DE LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 5	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.6.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO "MODO CONTINUO EN DOS FASES: PRIMERA FASE DE INTERVALOS DE 1 MINUTO CADA 5 A 10 MINUTOS; SEGUNDA FASE DE INTERVALOS DE 1, 2, 2.5, 5. 10, 15, 30 MINUTOS", ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "MODO CONTINUO EN DOS FASES: PRIMERA FASE DE INTERVALOS DE 1 MINUTO CADA 5 A 10 MINUTOS; SEGUNDA FASE DE INTERVALOS DE 1, 2, 2.5, 5. 10, 15, 30 MINUTOS". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 6	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.9.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL TRATARSE DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y EL RIESGO DE CONTAGIO, NOS PERMITA OFERTAR TERMÓMETRO DE OÍDO POR INFRARROJOS, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR TERMÓMETRO DE OÍDO POR INFRARROJOS, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA CÉDULA DE DESCRIPACCIÓN EN EL NUMERAL 1.9 TERMÓMETRO ELECTRÓNICO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA DIGITAL PREDICTIVA PARA USO HOSPITALARIO (GRADO MÉDICO CON POSIBILIDAD DE VERIFICAR LA CALIBRACIÓN) EN MODO: 1.9.1 ES ORAL, AXIAL. ADULTO, AXIAL PERDIÁTRICO O RECTAL. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 7	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.9.1.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL SER UN MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA DE 34°C A 42.2°C, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR UN RANGO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA DE 34°C A 42.2°C, LO SOLICITADO DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO ES 1.9.1.1 RANGO DE TEMPERATURA 26.5°C A 43.5°C.POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 8	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.9.2.1., 1.9.2.2. Y 1.9.2.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL OFERTAR SENSOR DE TEMPERATURA POR OÍDO POR MEDIO DE INFRARROJOS NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS COMO MEDICIÓN DE 1 SEGUNDO DE LA TEMPERATURA POR OÍDO, ¿SE ACEPTA?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR SENSOR DE TEMPERATURA POR OÍDO POR MEDIO DE INFRARROJOS NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS COMO MEDICIÓN DE 1 SEGUNDO DE LA TEMPERATURA POR OÍDO, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA LOS NUMERALES 1.9.2.1, 1.9.2.2, Y 1.9.2.3, DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPACCIÓND EL EQUIPO ES LO SIGUIENTE: 1.9.2 QUE PERMITA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA: 1.9.2.1 DE 4 A 6 SEGUNDOS POR VÍA ORAL, 1.9.2.2 10 A 13 SEGUNDOS POR VÍA RECTAL, 1.9.2.3 12 A 15 SEGUNDOS POR VÍA AXILAR. POR POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 9	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.13.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO MODO CONTINUO AL USARSE COMO MONITOR DE CABECERA, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR COMO MODO CONTINUO AL USARSE COMO MONITOR DE CABECERA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 10	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.13.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO ALEATORIO AL USAR EL MONITOR COMO MONITOR DE DETECCIÓN PUNTUAL, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALEATORIO AL USAR EL MONITOR COMO MONITOR DE DETECCIÓN PUNTUAL, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

	TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 11	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.17. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONECTIVIDAD EXTERNA TIPO USB, SIENDO QUE NO TODOS LOS MODELOS DE MONITOR CUENTAN CON MICRO USB, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA CÉDULA DE DESCRIPACCIÓN PARA EL NUMERAL 1.17 ES: 1.17 PUERTOS DE CONECTIVIDAD EXTERNA TIPO USB **Y** MICRO USB. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 12	**PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE** **PUNTO 1.19. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE NO TODAS LAS BÁSCULAS CUENTAN CON OPCIÓN A CONECTIVIDAD A MONITORES DE SIGNOS VITALES, LO QUE DIFICULTA LA COMPATIBILIDAD ENTRE AMBOS, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA QUE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN A BÁCULAS ELECTRÓNICAS DE MARCAS RECONOCIDAS PARA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE PESO Y TALLA POR CABLE USB O CONEXIÓN INALAMBRICA SEA OPCIONAL.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.** ----------
---



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

NÚMERO	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V
PREGUNTA 1	**NUMERAL 2.3.1** **CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERA PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN.** **FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.**
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE ACUERDO CON EL **NUMERAL 2.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO** DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR, EN CONJUNTO CON LOS BIENES, EL ORIGINAL DEL PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR CADA UNO DE LOS BIENES ADJUDICADOS.
PREGUNTA 2	**FRACCIÓN VI** **ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA.** **FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DICHOS FORMATOS DE ANEXOS SON DE REFERENCIA Y LOS MISMOS DEBERÁN DE CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE EN ELLOS SE SEÑALAN POR LO QUE SE ACEPTA PRESENTAR FORMATOS PROPIOS DEL LICITANTE QUE CONTENGAN COMO MÍNIMO LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR ESTA CONVOCANTE.
PREGUNTA 3	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.3.2, ¿SE CONFIRMA QUE SE ACEPTA UN EQUIPO CON INTERVALO DE FRECUENCIAS DPOAE DE 1.5 KHZ A 12 KHZ, AL SUPERAR EL INTERVALO MÍNIMO SOLICITADO DE 1.5 KHZ A 8 KHZ?**
RESPUESTA	SE ACEPTA PFERTAR UN EQUIPO CON INTERVALO DE FRECUENCIAS DPOAE, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS,



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 4	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.2.1, ¿SE ACEPTA UNA INTENSIDAD DE ESTÍMULO TEOAE DE 83 DB PE SPL, AL SER SUPERIOR AL MÍNIMO DE 80 DB SOLICITADO?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UNA INTENSIDAD DE ESTÍMULO TEOAE DE 83 DB PE SPL, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 5	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.2.2, ¿SE CONFIRMA QUE UN RANGO DE ESTÍMULO DPOAE DE 40 A 70 DB SPL CUMPLE CON EL INTERVALO SOLICITADO?**
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIÓN, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CEDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO ES 1.1.2.2 EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORCIÓN DE 40 A 70 Db SPL O MAYOR, POR LO QUE ESTE RANGO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.2.2
PREGUNTA 6	**PARTIDA 1** **¿SE CONFIRMA QUE LOS RANGOS DE FRECUENCIA E INTENSIDAD INDICADOS EN LOS NUMERALES 1.1.2 Y 1.1.3 DEBERÁN ACREDITARSE MEDIANTE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL O DOCUMENTACIÓN OFICIAL EMITIDA POR EL FABRICANTE?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 7	**PARTIDA 1** **PARA ACREDITAR LOS NUMERALES 1.1.5.1 Y 1.1.5.2, ¿DEBERÁN LAS FUNCIONES DE DETECCIÓN/AVISO DE AMBIENTE RUIDOSO Y MALA COLOCACIÓN O MAL SELLADO ENCONTRARSE EXPRESAMENTE RESPALDADAS EN MANUAL, CATÁLOGO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE?**
RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 8	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.3.3, FAVOR DE PRECISAR EL VALOR, INTERVALO O CRITERIO REQUERIDO PARA LA RELACIÓN DE FRECUENCIAS DE ESTÍMULO F2/F1, ASÍ COMO EL DOCUMENTO ACEPTABLE PARA ACREDITAR SU CUMPLIMIENTO.**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.3.3, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO CUENTE CON RELACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE ESTÍMULO F2/F1 PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN (DPOAE), POR LO QUE DEBERÁ ACREDITARSE QUE EL EQUIPOPROPUESTO CUENTE CON ESTA FUNCIÓN DE RELACIÓN ENTRE F1 Y F2, DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 9	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.8, ¿SE ACEPTA QUE LAS FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DATOS, DESPLIEGUE DE GRÁFICAS Y SELECCIÓN/PROGRAMACIÓN DE PROTOCOLOS SE REALICEN MEDIANTE SOFTWARE OFICIAL DEL FABRICANTE INSTALADO EN LA COMPUTADORA INCLUIDA EN LA SOLUCIÓN?**
RESPUESTA	SE ACEPTA QUE LAS FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DATOS, DESPLIEGUE DE GRÁFICAS Y SELECCIÓN/PROGRAMACIÓN DE PROTOCOLOS SE REALICEN MEDIANTE SOFTWARE OFICIAL DEL FABRICANTE INSTALADO EN LA COMPUTADORA INCLUIDA EN LA SOLUCIÓN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS NUMERALES 1.1.8, 1.1.8.1, 1.1.8.2, 1.1.8.3,1.1.8.4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 10	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 1.1.10, ¿SE ACEPTA QUE LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS SE EFECTÚE MEDIANTE LA COMPUTADORA Y SOFTWARE DEL FABRICANTE HACIA LA IMPRESORA LÁSER SOLICITADA, SIN REQUERIR CONEXIÓN FÍSICA DIRECTA ENTRE EL EQUIPO OAE Y LA IMPRESORA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA QUE LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS SE EFECTÚE MEDIANTE LA COMPUTADORA Y SOFTWARE DEL FABRICANTE HACIA LA IMPRESORA LÁSER SOLICITADA, SIN REQUERIR CONEXIÓN FÍSICA DIRECTA ENTRE EL EQUIPO OAE Y LA IMPRESORA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 11	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 2.4, ¿SE CONFIRMA QUE LA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PODRÁ SUMINISTRARSE COMO PERIFÉRICO EXTERNO CONECTADO A LA ESTACIÓN DE TRABAJO, SIEMPRE QUE CUMPLA VELOCIDAD MÍNIMA DE 45 PPM Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI?**
RESPUESTA	SE ACEPTA QUE LA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PODRÁ SUMINISTRARSE COMO PERIFÉRICO EXTERNO CONECTADO A LA ESTACIÓN DE TRABAJO, SIEMPRE QUE CUMPLA VELOCIDAD MÍNIMA DE 45 PPM Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 12	**PARTIDA 1** **RESPECTO DE LOS NUMERALES 2.1 A 2.3, ¿SE ACEPTA QUE SONDA, PUNTAS/TUBOS Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDAN A LOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PARA EL MODELO OFERTADO, ACREDITANDO SU COMPATIBILIDAD CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL?**
RESPUESTA	SE ACEPTA QUE SONDA, PUNTAS/TUBOS Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDAN A LOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PARA EL MODELO OFERTADO, ACREDITANDO SU COMPATIBILIDAD CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 13	**PARTIDA 1** **RESPECTO DE LOS NUMERALES 3.1 Y 3.2, ¿SE CONFIRMA QUE LAS OLIVAS/PUNTAS Y TÓNERES PODRÁN SER DE LA MARCA DEL EQUIPO/PERIFÉRICO CORRESPONDIENTE O COMPATIBLES RECOMENDADOS POR SU FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CANTIDADES Y RENDIMIENTOS MÍNIMOS?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA QUE LAS OLIVAS/PUNTAS Y TÓNERES PODRÁN SER DE LA MARCA DEL EQUIPO/PERIFÉRICO CORRESPONDIENTE O COMPATIBLES RECOMENDADOS POR SU FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 3.1 Y 3.2, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 14	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 3.3, FAVOR DE CONFIRMAR SI EL RESPALDO MÍNIMO DE 15 MINUTOS DEBERÁ ACREDITARSE CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LA COMPUTADORA/EQUIPO DE MEDICIÓN O SI LA IMPRESORA TAMBIÉN DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA CARGA RESPALDADA.**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS, SE SOLICITA: 3.- CONSUMIBLES, 3.3.- UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) DE ALMENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO. (INDICAR MARCA Y MODELO). CONSIDERANDO QUE ESTE UPS FORMA PARTE DEL EQUIPO REQUERIDO Y LA IMPRESORA DE IGUAL MANERA ES UN ACCESORIO DEL EQUIPO REQUERIDO, POR LO TANTO LOS 15 MINUTOS DE RESPALDO DEL UPS DEBERÁ ESTAR CONTEMPLADO ,PARA DAR SOPORTE ALMENOS POR 15 MINUTOS, TANTO AL EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS, COMO A LOS ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, INCLUYENDO A LA IMPRESORA REQUERIDA.
PREGUNTA 15	**PARTIDA 1** **RESPECTO DEL NUMERAL 4.1, ¿SE ACEPTA EQUIPO OAE ALIMENTADO MEDIANTE BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR/FUENTE COMPATIBLE CON 120 V ±10%, 60 HZ, SIEMPRE QUE LA SOLUCIÓN INTEGRAL OPERE BAJO DICHA ALIMENTACIÓN?**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS, EL LICITANTE PUEDE OFERTAR: EQUIPO OAE ALIMENTADO MEDIANTE BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR/FUENTE COMPATIBLE CON 120 V ±10%, 60 HZ, SIEMPRE Y CUANDO LA COBERTURA DE LA GARANTÍA INCLUYA EL SUMINISTRO , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR/FUENTE COMPATIBLE CON 120 V+/- 10%, 60 HZ, NO SIENDO REQUISITO PARA LOS DEMÁS LICITANTES OFERTAR DE ESTA MANERA, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 16	**PARTIDA 1** **CON OBJETO DE UNIFORMAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ¿SE CONFIRMA QUE LAS CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DEL EQUIPO OFERTADO DEBERÁN DEMOSTRARSE CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE Y NO ÚNICAMENTE MEDIANTE CARTA O MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE?**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS,ASÍ COMO PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS ENLA PRESENTE CONVOCATORIA, LA EVALUACIÓN TÉCNICA HABRÁ DE LLEVARSE A CABO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Cédula de Descripción de Artículo (Anexo No. 3.1), AL ANEXO No.4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), EN TODOS Y CADA UNO DE SUS INCISOS, INCUYENDO LO REQUERIDO EN LOS INCISOS: c) Mecanismos de evaluación de proposiciones; d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse o aplicarse al bien o servicio a contratar; e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en caso de que requieran para comprobar las especificaciones requeridas; ASÍ COMO AL Anexo No. 3.3 "Requisitos para los bienes".

PREGUNTA 17	**PARTIDA 1** **¿SE REQUIERE ACREDITAR SOPORTE TÉCNICO, GARANTÍA Y DISPONIBILIDAD DE CONSUMIBLES/REFACCIONES MEDIANTE CARTA DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE AUTORIZADO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, CUANDO RESULTE APLICABLE?**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS,ASÍ COMO PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS ENLA PRESENTE CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Cédula de Descripción de Artículo (Anexo No. 3.1), AL ANEXO No.4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), EN TODOS Y CADA UNO DE SUS INCISOS, INCUYENDO LO REQUERIDO EN EL INCISO: j) Garantías de Anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento aplicable.Carta de Garantía de los bienes, sus accesorios, y su óptimo funcionamiento; Garantía por los Defectos y Vicios Ocultos de los Bienes.
PREGUNTA 18	**PARTIDA 1** **FAVOR DE CONFIRMAR LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA EXIGIBLE AL EQUIPO OFERTADO Y, EN SU CASO, SI DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DEL REGISTRO SANITARIO COFEPRIS VIGENTE O LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CONDICIÓN REGULATORIA APLICABLE.**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS,ASÍ COMO PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS ENLA PRESENTE CONVOCATORIA, LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA QUE DEBERÁ DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL LICITANTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Cédula de Descripción de Artículo (Anexo No. 3.1), ASÍ COMO AL Anexo No. 3.3 "Requisitos para los bienes"; AL ANEXO No.4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL INCISO: d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.
PREGUNTA 19	**PARTIDA 6** **RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 1.1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RINOLARINGOSCOPIO DE VIDEO, MEJORANDO LA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: RINOLARINGOSCOPIO DE VIDEO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LASCARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES, SIN SER REQUISITO OFERTAR DE ESTA MANERA PARA LOS DEMAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	LICITANTES,QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 20	**PARTIDA 6** **EN BASE AL PUNTO 1.1.2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LARINGOSCOPIO CON DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO DE 2.0 MILÍMETROS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
PREGUNTA 21	**PARTIDA 6** **EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA 1 SEA POSITIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NO REFERENCIAR LOS PUNTOS 1.2 AL 1.3.5. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
PREGUNTA 22	**PARTIDA 6** **PUNTO 1.5; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA FUENTE DE LUZ DE XENÓN DE 150 WATTS INTEGRADA A LA VIDEOPROCESADOR, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS, SE SOLICITA: 1.1.4.- RESULTADOS DESPLEGADOS EN PANTALLA EXTERNA, A TRAVÉS DE GRÁFICOS; 1.1.9.- INTERFAZ A COMPUTADORA; 1.2.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (INCLUIR MARCA Y MODELO):1.2.4.- PROGRAMA PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO Y EXPORTACIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO, EN IDIOMA ESPAÑOL.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 23	**DE LA PARTIDA 1 EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS** **DEL PUNTO 1.1.4, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACLARAR DICHO PUNTO. NUESTRO ENTENDIMIENTO ES QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PANTALLA INTEGRADA (INTERCONSTRUIDA) AL PROPIO EQUIPO, CAPAZ DE DESPLEGAR RESULTADOS EN FORMA GRÁFICA. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 1, CLAVE PREI: 11647, DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS, , LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
PREGUNTA 24	**DE LA PARTIDA 1 EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS** **DEL PUNTO 2.3, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE DEMUESTRE, MEDIANTE MANUALES OFICIALES PROPIOS DEL FABRICANTE, QUE EL**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "RANGO DE INTENSIDAD DE 0 A 139 DB PSPL" PARA EL NUMERAL 1.1.2.6 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 25	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **PUNTO 1.1.2.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON EQUIPO QUE CUENTA CON RANGO DE INTENSIDAD DE 0 A 139 DB PSPL COMO MÍNIMO YA QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ESTE RANGO PERMITE TENER UN MARGEN OPERATIVO MÁS AMPLIO PARA EVALUAR PÉRDIDAS AUDITIVAS SEVERAS O PROFUNDAS ¿SE ACEPTA?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE AL MENOS 10 NANOVOLTS Y 100 MILIVOLTS/DIVISIÓN EN 21 INTERVALOS" PARA EL NUMERAL 1.1.4.5 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 26	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 1.1.4.5 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR TECNOLOGÍA CON AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE AL MENOS 10 NANOVOLTS Y 100 MILIVOLTS/DIVISIÓN EN 21 INTERVALOS YA QUE ESTE RANGO PERMITE UNA ADECUADA AMPLIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS SEÑALES BIOELÉCTRICAS EN ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAFÍA, CUBRIENDO SEÑALES DE MUY BAJA Y ALTA AMPLITUD Y BRINDANDO MAYOR PRECISIÓN DIAGNÓSTICA AL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), SE REQUIERE: 1.1.4.6 FRECUENCIA DE MUESTREO DE 60,000 HZ O MAYOR POPR CANAL. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 27	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 1.1.4.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS Y FOMENTAR LA COMPETENCIA, SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, TODA VEZ QUE EL REQUERIMIENTO ACTUAL LIMITA LA PARTICIPACIÓN AL EXISTIR EVIDENCIA DE QUE ÚNICAMENTE UNA MARCA EN**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	EL MERCADO CUMPLE ESTRICTAMENTE CON LO SOLICITADO. EN ESTE SENTIDO, PROPONEMOS SE ACEPTE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48 KHZ, LA CUAL, EN COMBINACIÓN CON UNA MAYOR RESOLUCIÓN EN BITS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN (ADC), PERMITE OBTENER UNA SEÑAL DE ALTA FIDELIDAD, CON MEJOR RELACIÓN SEÑAL-RUIDO (SNR) Y MAYOR PRECISIÓN EN LA DIGITALIZACIÓN. CABE SEÑALAR QUE LA CALIDAD DE LA SEÑAL NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO, SINO TAMBIÉN DE FACTORES COMO LA RESOLUCIÓN EN BITS, QUE INCREMENTA LA CAPACIDAD DE DISCRIMINAR VARIACIONES FINAS EN LA SEÑAL, EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL (DSP) PROPIO DE CADA FABRICANTE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS DIGITALES AVANZADOS, QUE PERMITEN UNA SEÑAL MÁS ESTABLE, CONTINUA Y SIN RETRASOS PERCEPTIBLES. ASIMISMO, CONFORME AL TEOREMA DE NYQUIST, UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48 KHZ ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA CUBRIR AMPLIAMENTE EL RANGO DE FRECUENCIAS REQUERIDO EN SEÑALES BIOMÉDICAS, GARANTIZANDO UNA CORRECTA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL SIN PÉRDIDA DE INFORMACIÓN. POR LO ANTERIOR, LA TECNOLOGÍA PROPUESTA NO SOLO CUMPLE CON LO SOLICITADO, SINO QUE REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA, AL OFRECER MAYOR PRECISIÓN EN LA ADQUISICIÓN, MEJOR ESTABILIDAD DE LA SEÑAL Y ÓPTIMA VISUALIZACIÓN CLÍNICA. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN Y SUPERAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), SE REQUIERE: 1.1.4.7.- FILTROS AJUSTABLES: 1.1.4.7.2.- FILTRO ALTO QUE CUBRA COMO MÍNIM EL RANGO DE 15 A 10000 Hz. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 28	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 1.1.4.7.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN FILTRO ALTO QUE CUBRE EL RANGO DE 30 HZ A 20 KHZ, ESTE RANGO MAXIMIZA LA FIDELIDAD DE LA SEÑAL, DEBIDO A QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL DEL EMG SE UBICA EN EL RANGO DE 40 A 10 KHZ, LO ANTERIOR, TODA**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	VEZ QUE FRECUENCIAS POR DEBAJO DE 20–30 HZ SUELEN ASOCIARSE PRINCIPALMENTE A ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y RUIDO DE BAJA FRECUENCIA, SIN APORTAR INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA SIGNIFICATIVA EN LOS ESTUDIOS ELECTROMIOGRÁFICOS. POR OTRO LADO, EL CONTENIDO ÚTIL DE LA SEÑAL EMG SE CONCENTRA EN UN RANGO QUE PUEDE SER ADECUADAMENTE CAPTURADO POR CONFIGURACIONES DE FILTRADO QUE INICIAN POR ARRIBA DE DICHO UMBRAL, MANTENIENDO LA INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LA SEÑAL PARA FINES CLÍNICOS. CONSIDERANDO QUE LO OFERTADO CUMPLE CON LA FUNCIÓN REQUERIDA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR TECNOLOGÍAS Y ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN E INDEXACIÓN DE UNIDADES MOTORAS BAJO LA NOMENCLATURA Y METODOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, TAL COMO MUNIX (MOTOR UNIT NUMBER INDEX), PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, EL LICITANTE DEBERÁ DETALLAR CLARAMENTE LA METODOLOGÍA Y NOMENCLATURA OFERTADA EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" DEL ANEXO 4.3 / ANEXO 8 (DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS), JUSTIFICANDO SU EQUIVALENCIA O SUPERIORIDAD TÉCNICA, Y RESPALDÁNDOLA DEBIDAMENTE CON LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS O FOLLETOS DEL FABRICANTE INCLUIDOS EN SU PROPUESTA. LA PRESENTE ACLARACIÓN SE REALIZA ÚNICAMENTE EN ATENCIÓN A LA CONSULTA FORMULADA Y NO IMPLICA QUE LA NOMENCLATURA MUNIX O ALGUNA OTRA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA SEA DE USO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, QUIENES PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA QUE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2.7, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.
PREGUNTA 29	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 1.2.7 ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES MOTORAS (MUNE), SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS Y FOMENTAR LA COMPETENCIA, SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍAS QUE UTILICEN NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, COMO ES EL CASO DE MUNIX (MOTOR UNIT NUMBER INDEX). LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE MUNIX ES**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	UNA METODOLOGÍA AMPLIAMENTE RECONOCIDA Y VALIDADA CLÍNICAMENTE PARA LA ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES MOTORAS, LA CUAL OFRECE RESULTADOS CONFIABLES, REPRODUCIBLES Y COMPARABLES, ADEMÁS DE PRESENTAR VENTAJAS COMO MENOR VARIABILIDAD DEPENDIENTE DEL OPERADOR, MAYOR RAPIDEZ EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y MEJOR TOLERANCIA PARA EL PACIENTE. ASIMISMO, AMBAS METODOLOGÍAS PERSIGUEN EL MISMO OBJETIVO CLÍNICO DE EVALUAR LA INTEGRIDAD Y CANTIDAD DE UNIDADES MOTORAS, POR LO QUE EL USO DE MUNIX NO LIMITA NI AFECTA EL DIAGNÓSTICO, SINO QUE REPRESENTA UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA EQUIVALENTE O SUPERIOR. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "BOCINA PARA EMG INTEGRADA" PARA EL NUMERAL 1.7 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 30	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 1.7. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LA BOCINA PARA EMG ESTA INTEGRADA EN LA CONSOLA PARA PODER REPRODUCIR LOS SONIDOS DE LOS ESTUDIOS, Y LO CUAL NO ES NECESARIO EL TENER BOCINAS EXTRA, AL NO SER NECESARIAS. DE ACUERDO CON LO ANTES MENCIONADO, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "BOCINA PARA EMG INTEGRADA" PARA EL NUMERAL 1.7 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 31	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 2.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE BARRA PARA NEURO-CONDUCCIÓN REUSABLE CON DISTANCIA DE ELECTRODOS DE 30 MM CON CABLE DE LONGITUD DE 1 METRO, COMPATIBLE AL EQUIPO, CUATRO PIEZAS, ESTO NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO Y CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR " ELECTRODO DE BARRA PARA NEURO-CONDUCCIÓN REUSABLE CON DISTANCIA DE ELECTRODOS DE 30 MM CON CABLE DE LONGITUD DE 1 METRO, COMPATIBLE AL EQUIPO, CUATRO PIEZAS" PARA EL NUMERAL 2.3 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 32	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **TO 2.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE DISCO DE SUPERFICIE PARA NEUROCONDUCCIÓN DE 10 MM CON CABLE DE LONGITUD DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD COMPATIBLE AL EQUIPO, EN LA CANTIDAD SOLICITADA, DEBIDO A QUE LA EXTENSIÓN DEL AMPLIFICADOR PERMITE TENER CONTACTO CERCANO AL PACIENTE, ESTO SIN CAUSAR ALGUNA DESVENTAJA ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR " ELECTRODOS DE DISCO DE SUPERFICIE PARA NEUROCONDUCCIÓN DE 10 MM CON CABLE DE LONGITUD DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD COMPATIBLE AL EQUIPO" PARA EL NUMERAL 2.4 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 33	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 2.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO DE DISCO PARA TIERRA DE UN DIAMETRO DE 30.5 MM CON CABLE DE LONGITUD DE 1 M COMPATIBLE AL EQUIPO, EN LA CANTIDAD SOLICITADA, ESTO PERMITE ABARCAR UNA MAYOR SUPERFICIE Y NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AL SER UNA LONGITUD MINIMAMENTE DISTINTA DE LA SOLICITADA. DE ACUERDO CON LO ANTES MENCIONADO, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "ELECTRODO DE DISCO PARA TIERRA DE UN DIAMETRO DE 30.5 MM CON CABLE DE LONGITUD DE 1 M COMPATIBLE AL EQUIPO" PARA EL NUMERAL 2.6 DE LA PARTIDA 4, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 34	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 2.8.1SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE DISCO DE SUPERFICIE PARA NEUROCONDUCCIÓN DE 10 MM Y CON CABLE DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD COMPATIBLE AL EQUIPO EN LA CANTIDAD SOLICITADA, DEBIDO A QUE LA EXTENSIÓN DEL AMPLIFICADOR PERMITE TENER CONTACTO CERCANO AL PACIENTE, ESTO SIN CAUSAR ALGUNA DESVENTAJA, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 35	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 2.8.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN E INCENTIVAR LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA A FAVOR DEL INSTITUTO, PERMITA OFERTAR, ELECTRODO DE DISCO PARA TIERRA CON CABLE DE LONGITUD DE 1 A 1.5 METROS CON CORREA DE VELCRO DE 45 CM PEDIÁTRICA COMPATIBLE AL EQUIPO, AL MENOS CUATRO (4) PIEZAS (INCLUYENDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE), TODA VEZ QUE EL OFERTAR UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR EN EL RANGO DE LONGITUD DE LA CORREA DE VELCRO NO LIMITA EL**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SINO QUE AMPLÍA SU FUNCIONALIDAD AL PERMITIR UNA MEJOR ADAPTACIÓN ANATÓMICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE DISTINTAS TALLAS. ESTA CARACTERÍSTICA FAVORECE UNA COLOCACIÓN MÁS SEGURA Y ESTABLE DEL ELECTRODO, MEJORA LA CALIDAD DEL CONTACTO Y, POR ENDE, LA EFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO, REDUCIENDO RIESGOS DE DESPLAZAMIENTO O MALA CONEXIÓN. ASIMISMO, SU USO NO AFECTA LA COMPATIBILIDAD NI EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO, POR LO QUE SE CONSIDERA UNA MEJORA TÉCNICA QUE FORTALECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 36	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS DEL PUNTO 2.10 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE DONDE EL PUENTE Y/O ADAPTADOR DOBLE PARA POTENCIALES EVOCADOS CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y NO AFECTA A SU FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTEL PUENTE Y/O ADAPTADOR DOBLE PARA POTENCIALES EVOCADOS, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 37	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 3.1.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS Y FOMENTAR LA COMPETENCIA, SE PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE 38 MM DE LARGO (EN LA CANTIDAD SOLICITADA) PRECABLEADAS CADA UNA, LA VARIACIÓN DE 1 MM NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL INSUMO; POR EL CONTRARIO, UN MAYOR TAMAÑO PUEDE**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	OFRECER MEJOR ÁREA DE CONTACTO CON LA PIEL, LO QUE CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADHERENCIA, REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO Y UNA MEJOR CALIDAD EN LA CAPTACIÓN DE LA SEÑAL. ASIMISMO, ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE FAVORECER LA ESTABILIDAD DEL ELECTRODO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE MONITOREO, GARANTIZANDO RESULTADOS CONFIABLES Y SEGUROS PARA EL PACIENTE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN Y SUPERAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), NUMERAL 3.1.2, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: ELECTRODOS DE 38 MM DE LARGO (EN LA CANTIDAD SOLICITADA) PRECABLEADAS CADA UNA, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 38	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 3.2.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS Y FOMENTAR LA COMPETENCIA, SE PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE 38 MM DE LARGO (EN LA CANTIDAD SOLICITADA) INCLUYENDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE. LA VARIACIÓN DE 1 MM NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL INSUMO; POR EL CONTRARIO, UN MAYOR TAMAÑO PUEDE OFRECER MEJOR ÁREA DE CONTACTO CON LA PIEL, LO QUE CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADHERENCIA, REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO Y UNA MEJOR CALIDAD EN LA CAPTACIÓN DE LA SEÑAL. ASIMISMO, ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE FAVORECER LA ESTABILIDAD DEL ELECTRODO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE MONITOREO, GARANTIZANDO RESULTADOS CONFIABLES Y SEGUROS PARA EL PACIENTE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN Y SUPERAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), NUMERAL 3.2.2, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: ELECTRODOS DE 38 MM DE LARGO (EN LA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	CANTIDAD SOLICITADA) INCLUYENDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE, PRECABLEADAS, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 39	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 3.2 Y SUS SUBPUNTOS 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, PERMITA OFERTAR UN CABLE REUTILIZABLE POR CADA CAJA DE AGUJAS SOLICITADA EN DICHOS PUNTOS, PARA SU USO CON LAS AGUJAS DESECHABLES SOLICITADAS, LO ANTERIOR CUMPLE LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA MISMA CALIDAD DE SEÑAL EN EL EQUIPO, PROVENIENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL PACIENTE, AUNADO A ELLO, PERMITE AL SER CABLES REUTILIZABLES, REALIZAR MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIOS AL SER PARA USO EN MÁS DE UN PACIENTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), 3.- CONSUMIBLES.; 3.2.- ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA CONCÉNTRICOS PRECABLEADOS; EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 40	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 3.2 Y SUS SUBPUNTOS 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4 EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA COVOCANTE PRECISE CUANTOS CABLES REUTLIZABLES SE REQUIEREN POR CADA CAJA, CONSIDERANDO QUE SON REUTILIZABLES PARA USO CON LAS AGUAS DESECHABLES SOLICITADAS.**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), 3.- CONSUMIBLES.; 3.2.- ELECTRODOS DESECHABLES DE AGUJA CONCÉNTRICOS PRECABLEADOS; EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO. SE REQUIEREN CAJA CON 50 PIEZAS PRECABLEADAS, ES DECÍR, CADA PIEZA PRECABLEADO, EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4 .



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 41	**DE LA PARTIDA 4 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. (CON POTENCIALES EVOCADOS** **DEL PUNTO 3.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR PASTA CONDUCTORA QUE PERMITE EL EQUILIBRIO DE LA ADHERENCIA Y CONDUCTIVIDAD, ASI COMO LA FACIL LIMPIEZA, LAVABLE Y ANTI-SECADO, DE AL MENOS 8 OZ, ESTA PRESENTACIÓN ES LA MISMA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE Y ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 4, CLAVE PREI: 11803, DESCRIPCIÓN: ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES), NUMERAL 3.6.- GEL CONDUCTOR EELCTROLÍTICO, PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA, ENVASE DE 237 ML. (INCLUIR MARCA Y/O NUMERO DE PARTE); EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: PASTA CONDUCTORA QUE PERMITE EL EQUILIBRIO DE LA ADHERENCIA Y CONDUCTIVIDAD, ASI COMO LA FACIL LIMPIEZA, LAVABLE Y ANTI-SECADO, DE AL MENOS 8 OZ, SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO CUMPLA CON LA ESPECIFRICACIÓN REQUERIDA: GEL CONDUCTOR ELECTROLÍTICO, PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA, VERIFICABLE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SU OFERTA TÉCNICA, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 42	**DE LA PARTIDA 6, RINOLARINGOFIBROSCOPIO** **DEL PUNTO 1.1, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RINOLARINGOSCOPIO DE VIDEO, CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO MÍNIMO REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 43	**DE LA PARTIDA 6, RINOLARINGOFIBROSCOPIO** **DEL PUNTO 1.2 AL PUNTO 1.3.5, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PERMITA OFERTAR PARA ESTOS NUMERALES, UN**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	RINOLARINGOFIBROSCOPIO DE VIDEO, EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y SUPERIOR A LO SOLICITADO. EL EQUIPO OFERTADO UTILIZA UNA ARQUITECTURA DE VIDEO INTEGRADA QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE CAPTACIÓN, TRANSMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMAGEN MEDIANTE COMPONENTES INTEGRADOS AL VIDEORINOLARINGOFIBROSCOPIO, POR LO QUE LOS NUMERALES 1.2 AL 1.3 SE ENCUENTRAN FUNCIONALMENTE INTEGRADOS EN EL SISTEMA OFERTADO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 44	**DE LA PARTIDA 6, RINOLARINGOFIBROSCOPIO** **EN BASE AL PUNTO 1.1.2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LARINGOSCOPIO CON DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO DE 2.0 MILÍMETROS LA DIFERENCIA DE 0.1 MM REPREGUNTA UNA VARIACIÓN DIMENSIONAL MÍNIMA, QUE NO AFECTA CLÍNICAMENTE SU CORRECTA APLICACIÓN, POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 45	**DE LA PARTIDA 6, RINOLARINGOFIBROSCOPIO** **PUNTO 1.5; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA FUENTE DE LUZ DE XENÓN DE 150 WATTS INTEGRADA A LA VIDEOPROCESADOR, LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PERMITE REALIZAR LA FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN REQUERIDA PARA LA EXPLORACIÓN Y OFRECE UNA ARQUITECTURA INTEGRADA AL VIDEOPROCESADOR. . ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 6, CLAVE PREI: 11894, DESCRIPPCIÓN: RINOLARINGOFIBROSCOPIO, EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 46	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **PUNTO 1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTE CON UNA PANTALLA DE AL MENOS 10,1 PULGADAS EN DIAGONAL. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE UNA PANTALLA**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	MÁS AMPLIA PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA Y DETALLADA DE LOS PARÁMETROS VITALES, FACILITANDO LA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE CAMBIOS CRÍTICOS EN EL PACIENTE. CONTAR CON UNA PANTALLA DE ESTE TAMAÑO MEJORA LA EFICIENCIA DEL PERSONAL EN SITUACIONES DE TRIAGE Y EMERGENCIA, ASEGURANDO UNA MONITORIZACIÓN MÁS PRECISA Y SEGURA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTE CON UNA PANTALLA DE AL MENOS 10,1 PULGADAS EN DIAGONAL, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 47	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).PUNTO 1.4.1.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE CON EL MODO DE MEDICIÓN A INTERVALOS POR PERÍODO SE TOMARÁN MEDICIONES DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA DE MANERA CONTINUA DURANTE EL PERÍODO DE DURACIÓN DESEADO Y QUE ADICIONAL TIENE MEDICIÓN URGENTE POR PERIODO QUE PUEDE TOMAR MEDICIONES DE PRESIÓN ARTERIAL CONSECUTIVAS POR HASTA 10 MINUTOS PARA AYUDAR EN CASOS CRÍTICOS, UNA CARACTERÍSTICA RELEVANTE E IMPORTANTE EN SITUACIONES DE USO DEL MONITOR TRIAGE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.4.1.1. QUE MIDA LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA EN MENOS DE UN MINUTO DURANTE CICLO ASCENDENTE DE INSUFLACIÓN. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 48	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.8. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA PARA USARSE CON BRAZALETES (S) REUSABLES, DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, OBESO, PEDIÁTRICO) Y BRAZALETES DESECHABLES NEONATALES. EN PACIENTES NEONATALES EL SISTEMA INMUNOLÓGICO ES INMADURO, POR LO QUE LOS RECIÉN NACIDOS TIENEN MAYOR RIESGO DE INFECCIONES, POR TANTO SE EVITA CUALQUIER MATERIAL REUTILIZADO; TIENEN PIEL MUY DELICADA, POR LO QUE LOS MATERIALES**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	NUEVOS Y ESTÉRILES REDUCEN IRRITACIONES O LESIONES Y ADICIONAL EL USO DE BRAZALETES DESECHABLES, PREVIENEN INFECCIONES NOSOCOMIALES POR TANTO DISMINUYEN EL RIESGO DE TRANSMISIÓN CRUZADA ENTRE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.8.- PARA USARSE CON BRAZALETE(S) REUSABLE(S), DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, OBESO, ,PEDIÁTRICO, Y NEONATAL), , SIN TUBOS Y SIN CONECTORES DE ROSCA. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 49	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1. 8. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA, PARA USAR CON MANGUERA DE PANI DE CONEXIÓN RÁPIDA MACHO (LO QUE SIGNIFICA QUE NO REQUIERE CONEXIONES DE ROSCA), Y MANGUERA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA DE 3 METROS, PARA CONEXIÓN DEL MONITOR CON LOS BRAZALATES, LA PROPUESTA NO AFECTA NI INTERFIERE NEGATIVAMENTE EN LA CORRECTA Y PRECISA MEDICIÓN DE NIBP EN TODOS LOS TIPOS DE PACIENTE Y CUMPLE CON LA FUNCIÓN TÉCNICA Y CLÍNICA SOLICITADA PARA MEDICIÓN DE NIBP. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.8.- PARA USARSE CON BRAZALETE(S) REUSABLE(S), DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, OBESO, ,PEDIÁTRICO, Y NEONATAL), , SIN TUBOS Y SIN CONECTORES DE ROSCA. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 50	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.8.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, BRAZALATES LIBRES DE PVC Y DEHP SIN COSTURAS, CON DISEÑO PROPIO DE LA TECNOLOGÍA, QUE ES DE COLA CONICA, EL BRAZALETE TIENE UN EXTREMO ESTRECHO Y PUNTIAGUDO (EN FORMA DE CONO O TRIÁNGULO). ESE EXTREMO CONO ESTÁ DISEÑADO PARA INTRODUCIRSE FÁCILMENTE EN UNA RANURA O BROCHE DEL MISMO BRAZALETE. UNA VEZ INSERTADO, SE AJUSTA Y QUEDA ASEGURADO, EVITANDO QUE SE SALGA O SE AFLOJE. ESTE DISEÑO SIRVE PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN RÁPIDA, ESPECIALMENTE EN PACIENTES INQUIETOS (COMO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	NEONATOS O NIÑOS). PERMITE AJUSTAR EL TAMAÑO CON PRECISIÓN AL DIÁMETRO DE LA MUÑECA O TOBILLO. MEJORA LA SEGURIDAD DEL CIERRE, EVITANDO MANIPULACIONES O APERTURAS ACCIDENTALES. LA PROPUESTA CUMPLE CON LA FUNCIÓN CLÍNICA REQUERIDA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA EN MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.8.- PARA USARSE CON BRAZALETE(S) REUSABLE(S), DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, OBESO, ,PEDIÁTRICO, Y NEONATAL), , SIN TUBOS Y SIN CONECTORES DE ROSCA, 1.8.1.- CON CIERRE TIPO VELCRO, SIN COSTURAS. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 51	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.9.1.1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE 26.7 °C A 43.3 °C, YA QUE ESTE INTERVALO PERMITE IDENTIFICAR ADECUADAMENTE VARIACIONES CLÍNICAMENTE RELEVANTES EN LA TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE DURANTE LA EVALUACIÓN EN ÁREAS DE TRIAGE Y MONITORIZACIÓN CLÍNICA. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE LA TEMPERATURA CORPORAL NORMAL EN ADULTOS, PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATOS GENERALMENTE SE ENCUENTRA ENTRE 36 °C Y 37.5 °C, MIENTRAS QUE VALORES POR DEBAJO DE 36 °C SE ASOCIAN A HIPOTERMIA CLÍNICA, CONSIDERÁNDOSE HIPOTERMIA MODERADA O SEVERA EN VALORES SIGNIFICATIVAMENTE MENORES. EN ESTE SENTIDO, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD INDICA QUE EN NEONATOS LA HIPOTERMIA SE CLASIFICA A PARTIR DE 36 °C Y PUEDE DESCENDER EN CASOS SEVEROS POR DEBAJO DE 32 °C, SIENDO ESTOS LOS PRINCIPALES RANGOS DE INTERÉS PARA LA MONITORIZACIÓN CLÍNICA (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997; LUNZE & HIRST, 2012). DE IGUAL MANERA, MACKOWIAK, WASSERMAN Y LEVINE (1992) DESCRIBEN QUE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN ENTORNOS CLÍNICOS ESTÁN DISEÑADOS PARA DETECTAR VARIACIONES DENTRO DE LOS RANGOS FISIOLÓGICOS Y PATOLÓGICOS RELEVANTES, COMO HIPOTERMIA, NORMOTERMIA Y FIEBRE, POR LO QUE EL RANGO PROPUESTO DE 26.7 °C A 43.3 °C PERMITE UNA DETECCIÓN ADECUADA DE VARIACIONES CLÍNICAS DE TEMPERATURA EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES. ¿SE ACEPTA?**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.9.- TERMÓMETRO ELECTRÓNICO PARA TOMA DE TEMPERATURA DIGITAL PREDICTIVA PARA USO HOSPITALARIO (GRADO MÉDICO CON POSIBILIDAD DE VERIFICAR LA CALIBRACIÓN) EN MODO: ....1.9.1.1. RANGO DE TEMPERATURA 26.5°C A 43.5°C.; EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: UN RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE 26.7 °C A 43.3 °C , SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 52	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **PUNTO 1.9.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA ENTRE 26,7 ° C Y 43,3 °C (80 °F Y 110 °F).....±0,11 °C, LA PROPUESTA NO AFECTA NI INTERFIERE EN LA CORRECTA MEDICIÓN Y AMPLIO RANGO, AL SER UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN LA DIFERENCIA. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.9.- TERMÓMETRO ELECTRÓNICO PARA TOMA DE TEMPERATURA DIGITAL PREDICTIVA PARA USO HOSPITALARIO (GRADO MÉDICO CON POSIBILIDAD DE VERIFICAR LA CALIBRACIÓN) EN MODO: ....1.9.1.1. RANGO DE TEMPERATURA 26.5°C A 43.5°C,1.9.1.2.- EXACTITUD DE CALIBRACIÓN +/- 0.1°C, .; EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: UN RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE 26.7 °C A 43.3 °C, +/- 0.11 °C , SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 53	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.9.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE LA TEMPERATURA AXILAR EN PACIENTES (PREDICTIVA) EN SPOT CHECK MODE (MODO VERIFICACIÓN INMEDIATA) SE MIDE MEDIANTE SONDAS ORALES/AXILARES EN COMBINACIÓN CON (MODO AXILAR EN ADULTO) EN UN TIEMPO DE MEDICIÓN POR VÍA ORAL DE 12 A 15 SEGUNDOS, YA QUE UN MAYOR TIEMPO DE MEDICIÓN PERMITE QUE LA SONDA ALCANCE UNA ESTABILIZACIÓN TÉRMICA MÁS ADECUADA, PROPORCIONANDO LECTURAS MÁS PRECISAS Y CONFIABLES DURANTE LA TOMA DE TEMPERATURA, POR LO ANTERIOR. ¿SE ACEPTA?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	NO SE ACEPTA- PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: NUMERAL 1.9.- TERMÓMETRO ELECTRÓNICO PARA TOMA DE TEMPERATURA DIGITAL PREDICTIVA PARA USO HOSPITALARIO (GRADO MÉDICO CON POSIBILIDAD DE VERIFICAR LA CALIBRACIÓN) EN MODO: 1.9.1.- ORAL, AXILAR ADULTO, AXILAR PEDIÁTRICO O RECTAL, 1.9.1.1. RANGO DE TEMPERATURA 26.5°C A 43.5°C,1.9.1.2.- EXACTITUD DE CALIBRACIÓN +/- 0.1°C, LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO,
PREGUNTA 54	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.11.1 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CABALMENTE CON LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA PROPIA QUE CONSISTE EN: INTRODUCIR DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.11.- SISTEMA PARA EL INGRESO MANUAL DE PARÁMETROS DEL PACIENTE: , 1.11.1.- PESO, ESTATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, 1.11.2.- CON LA POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN DE HASTA 20 PARÁMETROS ADICIONALES PERSONALIZABLES ; EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: INTRODUCIR DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS , SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 55	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.11.2 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA PROPIA QUE CONSISTE EN: INTRODUCIR DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.11.- SISTEMA PARA EL INGRESO MANUAL DE PARÁMETROS DEL PACIENTE: , 1.11.1.- PESO, ESTATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, 1.11.2.- CON LA POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN DE HASTA 20 PARÁMETROS ADICIONALES PERSONALIZABLES ; EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: INTRODUCIR DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS , SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 56	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.13.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA NOMBRA EL MODO TRIAGE COMO "HABILITACIÓN DEL MODO DE CONTROL DE SIGNOS VITALES", LA PROPUESTA CUMPLE CON LA FUNCIÓN TÉCNICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.13.- OPCIIÓN DE SELECCIÓN DE PERFILES DEL MONITOR: ... 1.13.3.- TRIAGE; EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA NOMBRA EL MODO TRIAGE COMO "HABILITACIÓN DEL MODO DE CONTROL DE SIGNOS VITALES", SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO CUMPLA CON LA ESPECIFRICACIÓN REQUERIDA, VERIFICABLE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SU OFERTA TÉCNICA, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 57	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.14 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTE CON MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1000 REGISTROS O SESIONES DE MEDICIÓN CON IDENTIFICADORES DE PACIENTES ÚNICOS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE UNA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PERMITE REGISTRAR UN MAYOR NÚMERO DE EVALUACIONES EN ÁREAS DE ALTA DEMANDA COMO TRIAGE, FACILITANDO EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES, LA IDENTIFICACIÓN DE**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	TENDENCIAS CLÍNICAS Y LA DETECCIÓN OPORTUNA DE POSIBLES DETERIOROS EN SU ESTADO DE SALUD. ASIMISMO, CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE REGISTROS DISPONIBLES CONTRIBUYE A UNA MEJOR TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y APOYA LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS BASADAS EN HISTORIALES DE MEDICIÓN MÁS AMPLIOS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.14.- CON MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE ALMENOS 400 REGISTROS DESCARGABLES Y UTILIZABLES EN CUALQUIER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS CLÍNICOS; EL LICITANTE PUEDE OFERTAR: MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTE CON MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1000 REGISTROS O SESIONES DE MEDICIÓN CON IDENTIFICADORES DE PACIENTES ÚNICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO CUMPLA CON LA ESPECIFRICACIÓN REQUERIDA, VERIFICABLE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SU OFERTA TÉCNICA, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 58	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.16.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTE CON UNA AUTONOMÍA DE BATERÍA DE AL MENOS 4 HORAS DE OPERACIÓN CONTINUA. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE UNA MAYOR DURACIÓN DE BATERÍA PERMITE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL MONITOREO DEL PACIENTE DURANTE TRASLADOS INTRAHOSPITALARIOS, SITUACIONES DE MOVILIDAD ENTRE ÁREAS CLÍNICAS O EVENTUALES INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. CONTAR CON UNA AUTONOMÍA DE 4 HORAS PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA Y FLEXIBILIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DEL MONITOREO DE SIGNOS VITALES EN TODO MOMENTO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTRIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NUMERAL 1.16.- CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO; 1.16.1.- CON CARGADOR INTEGRADO; 1.16.2.- DURA; EL LICITANTE PUEDE OFERTAR: MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTE CON UNA AUTONOMÍA DE BATERÍA DE AL MENOS 4 HORAS DE OPERACIÓN CONTINUA, SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO CUMPLA CON LA ESPECIFRICACIÓN REQUERIDA, VERIFICABLE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SU OFERTA TÉCNICA, SIN QUE SEA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 59	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.17 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON 2 PUERTOS USB 2.0, CONSIDERANDO QUE LOS PUERTOS USB OFRECEN MAYOR DURABILIDAD, MEJOR COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y MAYOR ESTABILIDAD EN LA CONEXION PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.17.- PUERTOS DE CONECTIVIDAD EXTERNA TIPO USB Y MICRO USB. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 60	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.19 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON 2 PUERTOS USB 2.0, CONSIDERANDO QUE LOS PUERTOS USB SON DE AMPLIAS APLICACIONES QUE PERMITEN CONECTARSE A BÁSCULAS ELECTRÓNICAS DE MARCAS RECONOCIDAS Y QUE LA ADQUISICIÓN DEL PESO Y TALLA SEAN TOMADAS DE FORMA MANUAL, LA PROPUESTA NO AFECTA TÉCNICA O CLÍNICAMENTE LA OBTENCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.19.- CAPACIDAD DE CONEXIÓN A BÁSCULAS ELECTRÓNICAS DE MARCAS RECONOCIDAS PARA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE PESO Y TALLA POR CABLE USB O CONEXIÓN INHALÁMBRICA.. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 61	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 1.20 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CABALMENTE CON LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SOLO LA CUMPLE UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO EN TODO EL MERCADO, POR LO QUE LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	NO SE ACEPTA, PARA LA PARTIDA 35, CLAVE PREI: 21167, DESCRIPCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, SE REQUIERE: 1.20.- CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL AL INGRESAR DATOS DE PESO Y TALLA DEL PACIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 62	**DE LA PARTIDA 35 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **DEL PUNTO 3.2.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 DESECHABLES NEONATALES POR CADA REUSABLE SOLICITADO. EN PACIENTES NEONATALES EL SISTEMA INMUNOLÓGICO ES INMADURO, POR LO QUE LOS RECIÉN NACIDOS TIENEN MAYOR RIESGO DE INFECCIONES, POR TANTO, SE EVITA CUALQUIER MATERIAL REUTILIZADO; TIENEN PIEL MUY DELICADA, POR LO QUE LOS MATERIALES NUEVOS Y ESTÉRILES REDUCEN IRRITACIONES O LESIONES Y ADICIONAL EL USO DE BRAZALETES DESECHABLES, PREVIENEN INFECCIONES NOSOCOMIALES POR TANTO DISMINUYEN EL RIESGO DE TRANSMISIÓN CRUZADA ENTRE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR 50 BRAZALETES DESECHABLES NEONATALES POR CADA REUSABLE SOLICITADO Y EL BRAZALETE PEDIÁTRICO REUSABLE.
PREGUNTA 63	**DE LA PARTIDA 36 TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS).** **TODOS LOS PUNTOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA CUAL ES LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 64	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **DEL PUNTO 1.1.7 CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS FABRICANTES Y GARANTIZAR CONDICIONES DE EQUIDAD EN LA LICITACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE REQUISITO PUEDA SER CONSIDERADO OPCIONAL, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN CADA MARCA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ACTUALMENTE NO EXISTEN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN INTEGRADOS EN MÁQUINAS DE ANESTESIA**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	COMPATIBLES CON ENTORNOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA, POR LO CUAL MANTENER EL REQUERIMIENTO COMO OBLIGATORIO PODRÍA RESTRINGIR LA COMPETENCIA Y LIMITAR LA OFERTA TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 37, CLAVE PREI: 21430, DESCRIPCIÓN: ANESTESIA BÁSICA, UNIDAD DE; NUMERAL 1.1.7.- CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO; LOS LICITANTES DE BERAN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 65	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **DEL PUNTO 1.3.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE PERMITA OFERTAR UNA GUARDA HIPÓXICA DE 30%, ESTO DEBIDO A QUE UNA GUARDA HIPÓXICA CON MÍNIMO DE 30% GARANTIZA UNA MAYOR PROTECCIÓN FRENTE A MEZCLAS HIPOXÉMICAS ACCIDENTALES, REDUCIENDO EL RIESGO DE HIPOXIA INTRAOPERATORIA, ESPECIALMENTE EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS, CARDIOVASCULARES O NEONATALES. LA SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIÓLOGOS Y LA ISO 80601-2-13 RECOMIENDAN CONFIGURACIONES QUE LIMITEN LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE OXÍGENO A NIVELES SUPERIORES AL 21%, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ADICIONAL. ASÍ COMO UNA GUARDA HIPÓXICA DE 30% SIGUE PERMITIENDO UNA ADECUADA MEZCLA DE GASES ANESTÉSICOS, SIN LIMITAR DE FORMA SIGNIFICATIVA LAS MANIOBRAS CLÍNICAS DEL ANESTESIÓLOGO, PRESERVANDO LA CAPACIDAD TERAPÉUTICA Y RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE ANESTESIA BALANCEADA. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UNA GUARDA HIPÓXICA DE 30%, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 66	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **DEL PUNTO 1.4.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON SALIDA COMUN DE GAS (CGO), COMO EQUIVALENTE A LA SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EL PODER UTILIZAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 37, CLAVE PREI: 21430, DESCRIPCIÓN: ANESTESIA BÁSICA, UNIDAD DE; NUMERAL 1.4.3.- SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR; EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR: CON SALIDA COMUN DE GAS (CGO), COMO EQUIVALENTE A LA SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO CUMPLA CON LA ESPECIFRICACIÓN REQUERIDA, VERIFICABLE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SU OFERTA TÉCNICA, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.
PREGUNTA 67	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **DEL PUNTO 1.4.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO OPCIÓN TECNOLÓGICA PROPIA DEL FABRICANTE UNA CONFIGURACIÓN EN LA CUAL LA VENTILACIÓN MANUAL SE REALIZA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE ANESTESIA, CUMPLIENDO CON LA FUNCIÓN CLÍNICA Y OPERATIVA TANTO DE LA SALIDA AUXILIAR DE GASES COMUNES (ACGO) COMO DEL CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN), SIN QUE ESTOS COMPONENTES SE ENCUENTREN FÍSICAMENTE EN EL EQUIPO. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE CAMBIAR ENTRE MODOS DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA Y/O MANUAL DENTRO DE UN SOLO CIRCUITO CERRADO, DE FORMA INTEGRADA, CONTINUA Y SEGURA, SIN NECESIDAD DE CONMUTACIÓN ENTRE DOS CIRCUITOS FÍSICOS DIFERENTES, MANTENIENDO LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN, FLUJO Y CONCENTRACIONES DE GASES EN TODO MOMENTO. ESTA SOLUCIÓN ES AVALADA POR LA NORMA ISO 80601-2-13:2021, LA CUAL ESTABLECE QUE LA FUNCIONALIDAD DE VENTILACIÓN MANUAL PUEDE ESTAR INTEGRADA EN EL MISMO CIRCUITO PRINCIPAL DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE UNA SALIDA ACGO NI CIRCUITO AUXILIAR**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	ADICIONAL, SIEMPRE QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR, ¿SE ACEPTA ESTA CONFIGURACIÓN COMO OPC
RESPUESTA	NO SE ACEPTA. PARA LA PARTIDA 37, CLAVE PREI: 21430, DESCRIPCIÓN: ANESTESIA BÁSICA, UNIDAD DE; NUMERAL 1.4.4.- CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN, MANUAL O AUTOMÁTICO, ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN), LOS LICITANTES DE BERAN DE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
PREGUNTA 68	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **1.5.5.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN CONTROL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE "PRESIÓN CONTROL" COMO SINÓNIMO DEL CONCEPTO SOLICITADO, TODA VEZ QUE EL LICITANTE NO PROPORCIONA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE PERMITA CORROBORAR QUE DICHA DENOMINACIÓN CORRESPONDE A LA CARACTERÍSTICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE.POR POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 69	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **1.5.5.8 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TRIGGER" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	PARA LA PARTIDA 37, CLAVE PREI: 21430, DESCRIPCIÓN: ANESTESIA BÁSICA, UNIDAD DE; NUMERAL 1.5.5.8.- SENSIBILIDAD POR FLUJO O POR PRESIÓN; EL LICITANTE PODRA OFERTAR: "TRIGGER" , SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO CUMPLA CON LA ESPECIFRICACIÓN REQUERIDA, VERIFICABLE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SU OFERTA TÉCNICA, SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS LICITANTES, QUEDANDO A VALORACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 70	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **RESPECTO A LOS PUNTOS 2.2.1 AL 2.2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PODER OFERTAR DIEZ (10) BOLSAS DESECHABLES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS POR CADA BOLSA REUSABLE SOLICITADA, ESTO PARA PODER DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS Y OPTIMIZA LOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DÁNDOLE PRIORIDAD A LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR BOLSAS DESCARTABLES, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN ES 2.2 BOLSAS PARA VENTILACIÓN REUSABLES, ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LATEX. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 71	**DE LA PARTIDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE . (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA** **DEL PUNTO 3.5.1.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LOS SENSORES DE FLUJO ESTÁN INTEGRADOS Y NO REQUIERE SENSORES DE FLUJO EXTRA. LO ANTERIOR, NO AFECTA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL CUMPLIR CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, YA QUE LO CONTIENE DE MANERA INTEGRADA. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "SENSORES DE FLUJO INTEGRADOS" PARA EL NUMERAL 3.5.1.1 LA PARTIDA 37, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **LEPSI PRISMA, S.A. DE C.V.** ----------

NÚMERO	LICITANTE: LEPSI PRISMA, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	**PARTIDA 19** **CÉDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 1.7. TEMPERATURA DESDE AMBIENTE HASTA 350°C, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN HORNO CON RANGO DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE HASTA 330°C**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR " RANGO DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE HASTA 330°C" PARA EL PUNTO 1.7 DE LA PARTIDA 19, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA2	**PARTIDA 19** **CÉDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 4 CORRIENTE ELECTRICA 110 V+-10% 60 HZ SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN HORNO QUE OPERA CON CORRIENTE ELECTRICA DE 208 A 240 V 60 HZ**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR UN HORNO QUE OPERA CON CORRIENTE ELECTRICA DE 208 A 240 V 60 HZ, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES DE ACUERDO CON EL NUMERAL 4 INSTALACIÓN: 4.1 ALIMENTACIÓN ELÉCTROCA 120V +/-10% Hz. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 3	**PARTIDA 19** **EN CASO DE QUE SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA DE OFERTAR UN HORNO QUE OPERA CON CORRIENTE ELECTRICA DE 208 A 240 V 60 HZ, ¿EL LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS HORNOS CUENTAN CON ESTE TIPO DE ALIMENTACION O CORRIENTE ELECTRICA?**
RESPUESTA	SE SOLICITA AL LICITANTE SE REMITA A LA RESPUESTA ANTERIOR.
PREGUNTA 4	**PARTIDA 30** **CÉDULA DE DESCRIPCIÓN 1.11 MODULO DE CONTROL DE HUMEDAD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA ESTUFA PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS QUE MANTIENE UNA HUMEDAD RELATIVA DE <90% A 37°C**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR ESTUFA PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS QUE MANTIENE UNA HUMEDAD RELATIVA DE <90% A 37°C, DE ACUERDO A LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO LO SOLICITADO ES: 1.11 MÓDULO DE CONTROL DE HUMEDAD 1.11.1 RANGO DE CONCENTRACIÓN DE 50 A 96% 1.11.2 CONTROL DE HUMEDAD DE +/- 5% 1.11.3 VARIACIÓN DE 1.0% 1.11.4 DESPLIEGUE DIGITAL. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **LEYVITEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V.** ----------

NÚMERO	LICITANTE: LEYVITEC LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	**ANEXOS** **BUENOS DÍAS, EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS.MX NO ES POSIBLE DESCARGAR EL ANEXO DE CÉDULAS, ES POSIBLE QUE LA VUELVAN A CARGAR?, GRACIAS.**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	EN RELACIÓN A SU SOLICITUD SE SUBIRAN DE NUEVA CUENTA LAS FICHAS TECNICAS INDENTIFICADA CON EL NUMERAL 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION, ESTANDO DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA MX

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.**

NÚMERO	LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V
PREGUNTA 1	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONGELADOR CON RANGO DE TEMPERATURA DE -15 A -35° C, SIENDO QUE ESTE ES EL RANGO PARA UN CONGELADOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACPETA OFERTAR UN CONGELADOR CON RANGO DE TEMPERATURA DE -15 A -35° C, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 2	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.3, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO, SOLICITAMOS PODER PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA COMO: REFRIGERANTE R290, PROPANO, CUMPLE CON GASES FLUORADOS DE LA UE Y SNAP DE LA EPA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?** **PUNTO 1.4, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONGELADOR CON CAPACIDAD DE 572 LITROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA REFRIGERANTE R290, PROPANO, CUMPLE CON GASES FLUORADOS DE LA UE Y SNAP DE LA EPA Y CON CAPACIDAD DE 572 LITROS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 3	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONGELADOR CON EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO EN POLVO RESISTENTE A LAS BACTERIAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR UN CONGELADOR CON EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO EN POLVO RESISTENTE A LAS BACTERIAS, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA EL MATERIAL DEL QUE ESTÁ HECHO EL EQUIPO PROPUESTO.LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN EN EL NUMERAL 1.5 ES EXTERIOR DE ACERO IMPREGNADO DE FOSFATO CON ACABADO HORNEADO. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 4	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.7, EL SISTEMA DE DESCONGELAMIENTO MANUAL ESTA EN DESUSO DESDE HACE VARIOS AÑOS, DEBIDO A QUE, POR ERRORES INVOLUNTARIOS DE LOS USUARIOS, APRETABAN EL BOTÓN O MOVÍAN LA PERILLA Y SE DESCONGELABAN LAS MUESTRAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE EL SISTEMA DE DESCONGELAMIENTO SEA AUTOMÁTICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA QUE PARA EL PUNTO 1.7 SEA SOLO UN SISTEMA DE DESCONGELAMIENTO SEA AUTOMÁTICO, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 1.7 ES DESCONGELAMIENTO MANUAL Y AUTOMATICO, DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 5	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.10, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONGELADOR CON EL REGISTRADOR INTEGRADO, LO CUAL ES MÁS CÓMODO PARA EL USUARIO QUE TENER UN REGISTRADOR EXTERNO (FUERA DEL EQUIPO) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERETAR UN CONGELADOR CON EL REGISTRADOR INTEGRADO, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 6	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.10.1.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR EL REGISTRADOR CON UN RANGO DE TEMPERATURA IGUAL AL DEL CONGELADOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR OFERTAR EL REGISTRADOR CON UN RANGO DE TEMPERATURA IGUAL AL DEL CONGELADOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 7	**PARTIDA N° 18 ULTRACONGELADOR VERTICAL.** **PUNTO 1.10.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONGELADOR CON INTERIOR CON RECUBRIMIENTO EN POLVO RESISTENTE A LAS BACTERIAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN CONGELADOR CON INTERIOR CON RECUBRIMIENTO EN POLVO RESISTENTE A LAS BACTERIAS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 8	**PARTIDA N° 19 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.** **PUNTO 1.2, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: "GABINETE EXTERIOR EN ACERO AL CARBÓN", ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA PROPONER GABINETE EXTERIOR EN ACERO AL CARBÓN EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1.2. LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE EQUIPO ES: 1.2 ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 9	**PARTIDA N° 19 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.** **PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ENTREPAÑOS Y CHAROLAS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR ENTREPAÑOS Y CHAROLAS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 10	**PARTIDA N° 19 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PUNTO 1.6. EL SISTEMA DE CONTROL POR TERMOSTATO, ES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA ANTERIOR, HOY EN DÍA LOS HORNOS CUENTAN CON UN SISTEMA DE CONTROL MICRO PROCESADO,**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR CONTROL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 11	**PARTIDA N° 19 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PUNTO 1.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONTROL DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE + 5° C HASTA 350 ° C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN CONTROL DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE + 5° C HASTA 350 ° C, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 12	**PARTIDA N° 19 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PUNTO 1.7.1, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: "SENSIBILIDAD +/- 1 ° C", ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACPTA OFERTAR "SENSIBILIDAD +/- 1 ° C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 13	**PARTIDA N° 19 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA. PUNTO 1.10.2, DEBIDO A QUE NO EXISTE UNA NORMATIVA NACIONAL O INTERNACIONAL QUE DICTE LAS DIMENSIONES DE EXTERNAS DE LOS HORNOS Y CONSIDERANDO QUE ESTAS DEPENDEN DEL TAMAÑO Y LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA CÁMARA CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 69 X 81.5 X 104 CM, LO CUAL NO DEMERITA NI INTERFIERE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR UNA CÁMARA CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 69 X 81.5 X 104 CM TODA VEZ QUE LAS DESCRIPCIONES DE LAS CÉDULAS DE EQUIPO MÉDICO CON FINES DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO CONSIDERAN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁS SOBRESALIENTES, ESTABLECIENDO MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN LOS INSUMOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CPÉDULA DE DESCRIPACCIÓN ES; 1.10.2 CÁMARA EXTERNA DE 88X89X72 +/- 10 CM, POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 14	**PARTIDA N° 30 ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PUNTO 1.4 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN AGITADOR CON CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 120 MINUTOS, LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 66.8 CM DE ANCHO X 63.5 CM DE FONDO X 100.3 CM DE ALTO, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	PARA EL PUNTO 1.4 NO ES POSIBLE DAR CONTESTACIÓN A SU SOLCITUD YA QUE EL PUNTO 1.4 DE ACUERDO A LA CEDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO CORRESPONDE A LO SIGUENTE: CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, RESISTENTA A LA CORROCIÓN. FAVOR DE REFORMULAR SU CUESTIONAMIENTO PARA EL PUNTO 1.5 SE ACEPTA OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS DE 66.8 CM DE ANCHO X 63.5 CM DE FONDO X 100.3 CM DE ALTO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

---

PREGUNTA 15	**PARTIDA N° 30 ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PUNTO 1.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +5° C A 55 ° C, CONSIDERANDO QUE COMÚNMENTE ESTOS EQUIPOS TRABAJAN A UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE 37° C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR UNA INCUBADORA CON MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +5° C A 55 ° C, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ES: 1.7 MÓDULO DE CONTROL INDEPENDIENTE DE TEMPERATURA AJUSTABLE Y REGULABLE, CON RANGO DE 20°C A 60°C. POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 16	**PARTIDA N° 30 ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PUNTO 1.7.1, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: "UNIFORMIDAD: +/- 0.2° C, SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA PROPONER UNIFORMIDAD: +/- 0.2° C, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 17	**PARTIDA N° 30 ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PUNTO 1.9.3, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: "ESTABILIDAD: +/- 0.1° %, SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: "ESTABILIDAD: +/- 0.1° %, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 18	**PARTIDA N° 30 ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PUNTO 1.11.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON MÓDULO DE CONTROL DE HUMEDAD DE AMBIENTE AL 95 % ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR UNA INCUBADORA CON MÓDULO DE CONTROL DE HUMEDAD DE AMBIENTE AL 95, LO SOLCITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN ES: 1.11.1 RANGO DE CONCENTRACIÓN DE 50 A 96%, POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 19	**PARTIDA N° 32 BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR. PUNTO 1.3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN BAÑO CON AJUSTE DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE HASTA 75° C, CONSIDERANDO QUE NO SERÍA POSIBLE INICIAR DESDE 30 ° C EN LUGARES DONDE SUPERE ESTA TEMPERATURA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN BAÑO CON AJUSTE DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE HASTA 75° C, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 20	**PARTIDA N° 32 BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR.** **PUNTO 1.4, EL SISTEMA DE CONTROL POR TERMOSTATO, ES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA ANTERIOR, HOY EN DÍA LOS BAÑOS CUENTAN CON UN SISTEMA DE CONTROL MICRO PROCESADO, EL CUAL ES MÁS PRECISO Y EFICIENTE, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 21	**PARTIDA N° 32 BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR.** **PUNTO 1.5. PUNTO 1.5, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: EL INSTRUMENTO DISPONE DE UN PANEL DE CONTROL PARA AJUSTAR Y CONTROLAR LA TEMPERATURA DESEADA DEL AGUA Y ESTÁ PROVISTO DE UNA PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**
RESPUESTA	SE ACEPTA PROPONER QUE EL INSTRUMENTO DISPONE DE UN PANEL DE CONTROL PARA AJUSTAR Y CONTROLAR LA TEMPERATURA DESEADA DEL AGUA Y ESTÁ PROVISTO DE UNA PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

	DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 22	**PARTIDA 35, MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **PUNTO 1.9.2.2. PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA RECTAL EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER OBTENER EL VALOR DEL PARÁMETRO DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR QUE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA RECTAL EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 23	**PARTIDA 35, MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **PUNTO 1.9.2.3. PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA AXILAR EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER OBTENER EL VALOR DEL PARÁMETRO DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR QUE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA AXILAR EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 24	**PARTIDA 35, MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **PUNTO 1.19. PREGUNTA: LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓNM, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA QUE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN A BÁCULAS ELECTRÓNICAS DE MARCAS RECONOCIDAS PARA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE PESO Y TALLA POR CABLE USB O CONEXIÓN INALAMBRICA SEA OPCIONAL.
PREGUNTA 25	**PARTIDA 35, MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).** **PUNTO 1.20. PREGUNTA: LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓNM, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "CALCULO AUTOMATIVO DEL INDICE DE MASA CORPORAL AL INGRESAR DATOS DE PESO Y TALLA DEL PACIENTE DE MANERA OPCIONAL." PARA EN NUMERAL 1.20 DE LA PARTIDA 13, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 26	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.1.3. CON LA FINALIDAD DE ESTÁNDARES CRÍTICOS DE BIOSEGURIDAD, ERGONOMÍA Y FLUJOS DE TRABAJO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. EN UN ENTORNO CONDICIONADO PARA RM, LA INMOVILIZACIÓN RÁPIDA, TOTAL Y SIN ERRORES DEL EQUIPO ES UN FACTOR DE SEGURIDAD VITAL, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERA INCLUIR SISTEMA DE FRENO CENTRAL ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN DEL EQUIPO ES: 1.1.3. CUATRO RUEDAS, AL MENOS DOS DE ELLAS CON FRENO O SOSTEMA DE FRENO CENTRAL, ES DECIR PUEDE OFERTAR CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONES O AMBAS.
PREGUNTA 27	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.1.4. DEBIDO A QUE SOLICITAN UNIDAD DE ANESTESIA CON PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA DEBERÁ CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA CON LAS EXIGENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES DE COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD REQUERIDAS PARA TRABAJAR BAJO LOS EFECTOS DE CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA POTENCIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN PUESTO DE TRABAJO PARA ANESTESIA PARA ADULTOS, NIÑOS, LACTANTES Y BEBÉS PREMATUROS, QUE PUEDE UTILIZARSE EN UN ENTORNO MR CON IMANES DE 1,5 T Y 3,0 T,. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	EL LICITANTE PUEDE OFERTAR UN PUESTO DE TRABAJO PARA ANESTESIA PARA ADULTOS, NIÑOS, LACTANTES Y BEBÉS PREMATUROS, QUE PUEDE UTILIZARSE EN UN ENTORNO MR CON IMANES DE 1,5 T Y 3,0 T, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 28	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.1.4.1. DEBIDO A QUE SOLICITAN UNIDAD DE ANESTESIA CON PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA DEBERÁ CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA CON LAS EXIGENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES DE COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD REQUERIDAS PARA TRABAJAR BAJO LOS EFECTOS DE CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA POTENCIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN PUESTO DE TRABAJO PARA ANESTESIA, QUE PUEDA UTILIZARSE EN UN ENTORNO MRI CON UNA INTENSIDAD DE LÍNEAS DE CAMPO MÁXIMA DE 40 MT (400 GAUSS). ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR UN PUESTO DE TRABAJO PARA ANESTESIA, QUE PUEDA UTILIZARSE EN UN ENTORNO MRI CON UNA INTENSIDAD DE LÍNEAS DE CAMPO MÁXIMA DE 40 MT (400 GAUSS), SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 29	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA) PUNTO 1.1.4.2. DEBIDO A QUE SOLICITAN UNIDAD DE ANESTESIA CON PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA DEBERÁ CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA CON LAS EXIGENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES DE COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD REQUERIDAS PARA TRABAJAR BAJO LOS EFECTOS DE CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA POTENCIA, SOLICITAM,OS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN PUESTO DE TRABAJO PARA ANESTESIA, QUE PUEDE UTILIZARSE EN UN ENTORNO MR CON IMANES DE 1,5 T Y 3,0 T, CON UNA INTENSIDAD DE LÍNEAS DE CAMPO MÁXIMA DE 40 MT (400 GAUSS). ¿ES CORRECTO?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4.2 TODO COMPONENTE DE LA UNIDAD DE ANESTESIA DEBE SER ANTIMAGNETICO Y COMPATIBLE CON UN CAMPO DE HASTA 3.0 TESLAS.
PREGUNTA 30	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.5. CON LA FINALIDAD DE INCLUIR LA MAYOR SEGURIDAD EN LA LECTURA DE SUMINISTRO DE PRESIÓN DE GASES MEDICINALES ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE EMITIR ALERTAS AUTOMÁTICAS Y LA INTEGRACIÓN DE DATOS DIGITALES DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBNERA INCLUIR MANÓMETROS ELECTRÓNICOS. PARA CILINDROS Y DE LA TOMA MURAL. ESTO PERMITE AL MÉDICO SEGUIR VENTILANDO MANUALMENTE AL PACIENTE CON TOTAL SEGURIDAD INDICANDO QUE LOS GASES MANTIENEN LAS PRESIONES CORRECTAS. ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.5 CORRESPONDE A LO SIGUIENTE: 1.5 VENTILADOR MICROPROCESADO, INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR CONTESTACIÓN A SU PREGUNTA.
PREGUNTA 31	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.1.6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE BATERIA DE 100 MINUTOS ¿ ES CORRECTO?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE BATERIA DE 100 MINUTOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 32	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.4.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE COMO MEDIDAD DE SEGURIDAD SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UN CANISTER CON CAPACIDAD DE REMPLAZARSE PARA SU LLENADO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN SIN OCACIONAR FUGAS ¿ES CORRCETO?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO CON UN CANISTER CON CAPACIDAD DE REMPLAZARSE PARA SU LLENADO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN SIN OCACIONAR FUGAS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 33	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.4.11. DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR LECTURA DE PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS DE FORMA DIGITAL YA QUE PERMITE VARIAS VENTAJAS COMO LA CAPACIDAD DE EMITIR ALERTAS AUTOMÁTICAS Y LA INTEGRACIÓN DE DATOS DIGITALES ¿ES CORRECTO?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.4.11 ES MANOMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS, POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 34	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.5.3.2. CON LA FINALIDAD DE MAYOR FACILIDAD PARA SU ACCESO, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR PANTALLA TÁCTIL CON TAMAÑO DE 12 PULGADAS ¿ ES CORRECTO?**
RESPUESTA	LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPACCIÓN ES 1.5.3.2 TAMAÑO MINIMO DE 6", POR LO QUE EL LICITANTE PODRA OFERTAR PANTALLA TÁCTIL CON TAMAÑO DE 12 PULGADAS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".
PREGUNTA 35	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 1.5.8. CON LA FINALIDAD DE OTORGAR MAYOR SEGURIDAD EN EL ENTORNO MR, DEBEMOS ENTDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES, VISIBLES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES, INCLUYENDO UN SENSOR TESLA ADVIRTIENDO LA PROXIMIDAD CON EL MAGNETO CON RANGO DE MEDICIÓN: 35 MT A 45 MT, DESPLEGABLES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR**
RESPUESTA	LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPACCIÓN EN EL NUMERAL 1.5.8 ISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES, VISIBLES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUEY AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR), EL LICITANTE PODRA OFERTAR E INCLUIR UN SENSOR TESLA ADVIRTIENDO LA PROXIMIDAD CON EL MAGNETO CON RANGO DE MEDICIÓN: 35 MT A 45 MT, DESPLEGABLES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES".





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

PREGUNTA 36	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 2.1.1. SOLICITAMOS ALA CONVOCANTE PERMITA CONOCER EL TIPO DE CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN DE PARED PARA GASES MEDICINALES. FAVOR DE ACLARAR.**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONEXIÓN A PARED PARA GASES MEDICINALES ES TIPO PURITAN.
PREGUNTA 37	**PDA 37 ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. (CON PROTECCIÓN ANTIMAGNETICA). PUNTO 2.2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 10 BOLSAS DESCARTABLES POR CADA REUSABLE ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE ACEPTA OFERTAR BOLSAS DESCARTABLES, LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON LA CÉDULA DE DESCRIPCCIÓN ES 2.2 BOLSAS PARA VENTILACIÓN REUSABLES, ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LATEX. POR POR LO QUE SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1 "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **ND SOLUCIONES MEDICAS MEXICANAS, S DE R.L. DE C.V.** ----

NÚMERO	**LICITANTE: ND SOLUCIONES MEDICAS MEXICANAS, S DE R.L. DE C.V.**
PREGUNTA 1	**PARTIDA 36** **DEBEMOS ENTENDER QUE PODEMOS OFERTAR EQUIPOS DE CARACTERISTICAS SIMILARES Y/O SUPERIORES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LO SOLICITADO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE MANEJAR CADA PORTAOBJETOS (LAMINILLA) DE MANERA INDEPENDIENTE, PERMITIENDO AGREGAR O RETIRAR UNA LAMINILLA SIN DETENER LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR AGREGAR O REEMPLAZAR REACTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA CORRIDA DE TINCIÓN, SIN NECESIDAD DE DETENER EL PROCESO.
PREGUNTA 2	**PARTIDA 36 PUNTO 1.4** **NUESTRA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR CORRIDASDE IHC Y FISH EN DIFERENTES ETAPAS; ES DECIR; SE REALIZA UNA PRIMERA CORRIDA CON UNA TÉCNICA Y SEGUIR CON LAS SIGUIENTE UNA VEZ QUE LA PRIMERA TERMINE; POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	ACEPTA?
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "TECNOLOGIA QUE PERMITE REALIZAR CORRIDASDE IHC Y FISH EN DIFERENTES ETAPAS" PARA LA PARTIDA 36, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 3	**PARTIDA 36 PUNTO 1.5.1.** **ENTENDEMOS QUE EL ACCESO A LOS 36 ESPACIOS DE LAMINILLAS, ES AL TERMINAR LOS PUNTOS 1.6.1 Y 1.7. YA NO SE PUEDE INGRESAR O RETIRAR ALGUNA LAMINILLA HASTA QUE TERMINE DICHOS PROCESOS ¿ES CORRECTA NUESTA APRECIACIÓN?**
RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LO SOLICITADO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE MANEJAR CADA PORTAOBJETOS (LAMINILLA) DE MANERA INDEPENDIENTE, PERMITIENDO AGREGAR O RETIRAR UNA LAMINILLA SIN DETENER LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR AGREGAR O REEMPLAZAR REACTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA CORRIDA DE TINCIÓN, SIN NECESIDAD DE DETENER EL PROCESO.
PREGUNTA 4	**PARTIDA 36 PUNTO 1.11.1** **NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UN RECORDATORIO AL INICIO DE CADA CORRIDA POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿ SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD, TODA VEZ QUE EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO EXISTE LA PARTIDA 2.1 A LA QUE HACE REFERENCIA EL PARTICIPANTE. POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

	QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 5	**PARTIDA 36 PUNTO 1.15.1** **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAPTOP DE 16" CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITAS, CON EL OBETIVO DE OPTIMIZAR EL ESPACIO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR " LAPTOP DE 16"" PARA EL NUMERAL 1.15.1 DE LA PARTIDA 36, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.
PREGUNTA 6	**PARTIDA 2.1 PUNTO 2.1.** **DEBIDO A QUE CADA FABRICANTE CUENTA CON CARACTERISTICAS DIFERENTES Y CON EL FIN DE REDUCIR EL GASTO DE DESECHOS SOLICITAMOS PODER OFERTAR CONTENEDORES DE 4L ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD, TODA VEZ QUE EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO EXISTE LA PARTIDA 2.1 A LA QUE HACE REFERENCIA EL PARTICIPANTE. POR LO ANTERIOR SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SIN PERJUICIO QUE PUEDA SER REFORMULADA EN LA ETAPA DE REPREGUNTAS.
PREGUNTA 7	**CONVOCATORIA PUNTO 3 LICENCIAS PERMISOS REGISTROS CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES** **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ISO-13485:2026 ¿SE ACEPTA?**





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO ISO 13485:2026, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES Y SU ALCANCE AMPARE LA FABRICACIÓN DE BIENES DE IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PRESENTAR DICHO CERTIFICADO. LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR, EN TODO MOMENTO, CON LOS DEMÁS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 8	**CONVOCATORIA PUNTO 2.2 CAPACITACIÓN** **ENTENDEMOS QUE CUANDO SE REALICE LA CAPACITACIÓN SE REUNIRÁ TODO EL PERSONAL CORRESPONDIENTE PARA QUE SE IMPARTA DE MANERA CORRECTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
RESPUESTA	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 Y EN EL ANEXO 4, TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO J), FRACCIÓN X, DE LA CONVOCATORIA, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA DE MANERA EXCLUSIVA Y DEDICADA PARA CADA UNO DE LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA, CONFORME AL PLAN PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO. POR LO ANTERIOR, LA CAPACITACIÓN NO DEBERÁ REALIZARSE EN UNA SOLA SESIÓN MASIVA O GENERAL PARA LA TOTALIDAD DEL PERSONAL, SINO QUE DEBERÁ ORGANIZARSE Y PROGRAMARSE POR CADA UNO DE LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA, A FIN DE GARANTIZAR LA COBERTURA DEL PERSONAL Y EVITAR AFECTACIONES A LA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL. LA CAPACITACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR AL PERSONAL QUE, DE ACUERDO CON SUS FUNCIONES, TENGA INTERVENCIÓN EN LA OPERACIÓN, USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES, INCLUYENDO PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA, TÉCNICO, DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO, SEGÚN CORRESPONDA.
PREGUNTA 9	**CONVOCATORIA PUNTO 2.3.1 MTO PREVENTIVO** **SOLICITAMOS AMABLEMENE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME AL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

RESPUESTA	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.1 Y EN EL ANEXO 4, TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO J), APARTADO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO", DE LA CONVOCATORIA, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN REALIZARSE COMO MÁXIMO CADA 6 (SEIS) MESES, O BIEN, DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS Y RUTINAS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE, CUANDO ÉSTE DETERMINE UNA PERIODICIDAD DISTINTA. PARA TAL EFECTO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR, CONJUNTAMENTE CON LOS BIENES Y EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EL ORIGINAL DEL PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTE A CADA BIEN, EN EL QUE SE DEBERÁN ESPECIFICAR LAS RUTINAS DE TRABAJO, LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE PIEZAS O PARTES A VERIFICAR Y/O REEMPLAZAR, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE. LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE O POR EL PROVEEDOR, SEGÚN CORRESPONDA, DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **PROVEEDORA MEDICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.** ----------

NÚMERO	**LICITANTE: PROVEEDORA MEDICA DEL VALLE, S.A. DE C.V**
PREGUNTA 1	**PARTIDA 2** **SE ENTIENDE QUE AL SER UN DOSIMETRO NO REQUIERE DE NINGUN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE, SALVO LA LESTURA DE RADIACION MISMA QUE REALIZARA EN INSTITUTO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**
RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE EL FABRICANTE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE QUE EL DOSÍMETRO NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. LA LECTURA Y/O EVALUACIÓN DE LA RADIACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LOS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------
---

	PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO. EN CASO DE QUE EL FABRICANTE ESTABLEZCA ALGÚN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN O CALIBRACIÓN DEL DOSÍMETRO, ÉSTE DEBERÁ REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.** ---------
---

NÚMERO	**LICITANTE: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.**
PREGUNTA 1	**FICHA TECNICA PARTIDA 20, SIERRA CORTA YESO NUMERAL 3.2** **SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ASPIRADOR DE POLVO INDEPENDIENTE, CON SOPORTE MOVIL CON 2 RUEDAS, TODA VEZ QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NO AFECTA LA OPERACIÓN ¿SE ACEPTA?**
RESPUESTA	SE ACEPTA OFERTAR "ASPIRADOR DE POLVO INDEPENDIENTE, CON SOPORTE MOVIL CON 2 RUEDAS" PARA EL NUMERAL 3.2 LA PARTIDA 20, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA PROPUESTA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE QUE PRESENTE EL LICITANTE COMO SUSTENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA VERIFICAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO. ASI MISMO, LA PROPUESTA DEBERÁ ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL ANEXO 3.1.

Esta convocante manifiesta que se dio atención a todos y cada uno de los cuestionamientos enviados por los licitantes de manera clara, precisa, concisa y oportunamente----------
---

De conformidad con el artículo 91 fracción II, segundo párrafo del Reglamento de "la Ley", se informa que en apego al artículo 44 de "La Ley", aquellos Licitantes que enviaron sus preguntas y escrito de Interés en Participar a través del Portal de Compras Gubernamentales denominado Compras MX, de acuerdo al horario establecido cuentan con un **plazo de 6 (seis) horas** contadas a partir de la publicación de la presente acta en Compras MX, para formular y remitir las preguntas que consideren



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

necesarias con relación a las respuestas otorgadas por la Convocante y las aclaraciones generales mismas que **se darán contestación a la reanudación de la Junta de Aclaraciones el día 21 de septiembre 2026 a las 13:00 horas** .----------

De conformidad con el numeral 14 de la Convocatoria y en el penúltimo párrafo del artículo 87de "la Ley", se informa a los licitantes que las modificaciones derivadas de esta Junta de Aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la propia Convocatoria de esta Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**.----------

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 44 de "la Ley", a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la presente Acta, en la plataforma Compras MX.----------

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON OFICIO DE INVITACION No. 35.90.01.15.1100/**CAE-2523**/2026, SE PRESENTÓ LA L.C.P RAQUEL CABRERA CARRILLO, QUIEN MANIFESTA LO SIGUIENTE: ----------

"Con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. ----------

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Ley; 91, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos. ----------

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica. Siendo todo lo que desea manifestar."----------

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, INVITADO CON OFICIO No. 35.90.01.15.1100/**CAE-2524**/2026, SE PRESENTÓ EL LIC. RICARDO HAM GUTIERREZ.----------

Esta Acta consta de **109 (ciento nueve) hojas**, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, y para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las **14:00 horas del día 18 de septiembre de 2026**. ----------

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL----------

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Marco Polo Rodríguez Ramirez	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Oscar Cervera Angeles	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Rosa Isela Negrete Juárez	Ingeniera Biomédica Delegacional	
Ing. Arianna Berenice Castañeda Gutierrez	Ingeniera Biomédica Delegacional	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ABRE) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA. **ADQUISICIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO "SUSTITUCIÓN DEL HGR 25, IGNACIO ZARAGOZA", DEL AMBITO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2026,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Elizabeth Luna Oliver	Supervisor de proyecto	
Lic. Victoria Guadalupe Guerra Martinez	Líder de Proyecto	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS----------

NOMBRE	FIRMA
L.C.P RAQUEL CABRERA CARRILLO OFICIO DE INVITACIÓN 35.90.01.15.1100 **CAE-2523**/2026	FIRMA ELECTRONICAMENTE

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS----------

NOMBRE	FIRMA
LIC. RICARDO HAM GUTIERREZ OFICIO DE INVITACIÓN 35.90.01.15.1100 **CAE-2524**/2026	FIRMA ELECTRONICAMENTE

---------- **FIN DEL ACTA** ----------



RFC: BBM110914271, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: PMV2306201KA, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA MEDICA DEL VALLE SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: PROVEEDORA MEDICA DEL VALLE SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: NSM220330AP7, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ND SOLUCIONES MEDICAS MEXICANAS S DE RL DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: ND SOLUCIONES MEDICAS MEXICANAS S DE RL DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: MPC910220EX3, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: LPR090312B30, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LEPSI PRISMA SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: LEPSI PRISMA SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: LLA001002S6A, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LEYVITEC LABORATORIOS SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: LEYVITEC LABORATORIOS SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: IMT210429QV5, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL





RFC: ATB190502P64, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV|BAM170228QR0|PROVEEDOR|PERSONA MORAL|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:18:34||

FIRMA ELECTRÓNICA:
ueJMthOqhdRRQ6B9LNMSMONIMHczkYRlxumc/S/V9Gli7BRUDvUqhZYvRNPUrwpI5J8ZWIIkbUml0wyJm93bR5JQOxIR6c8SHw1qOlCgIkNp3s1cFMDnDpxa8Wv0x5I9lhhFfnOVFsp8Jpq6IR4T6juRa6mL17SYzK2FV27vV6xabis8uJ62MBs2y2/Oj3Gg1G/0GaFEu6gKLc9BR0fYJFTjGoD4V3piqImHLYt9KhtZ1AeX2YElaeUH8CDwg1e1mm1ePfWvKw6uSTpBlMzgQzGbAzJz1p3BW3ye8nvrwNtRNUg9xTX84f5qhpE9aHYJe7y8l2nkUU+MYRxme4H4w==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
dbe499dd-7e3c-43d8-bff8-03a597434f5e

RFC: SIM881017I91, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: DMM040206NG8, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

RFC: GCO071031BFA, ESTATUS DE LA FIRMA: SIN FIRMA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GESTUM CONSULTORES SA DE CV
TIPO DE REGISTRO: PROVEEDOR
ORGANIZACIÓN: GESTUM CONSULTORES SA DE CV.
PUESTO: PERSONA MORAL

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|MARCO POLO RODRIGUEZ RAMIREZ|RORM9705241Z3|SERVIDOR PÚBLICO|JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:51:14||

FIRMA ELECTRÓNICA:
MmUXIFt7195PtMKxqUuESNbxRrN7ceBCoTHq2OXM0QNwk5jqvVWSOpj9Zkj+IPZKaXp/WvxIWZphxTD+BV+KXXIrUPR073g+cso2Zhfqx3L5h0hAJyxQif9Yc+d3vGl9SzrqCxEdNO09SCbKhHKdNbmcX9z/ucGs+9EoTAVIaG3itcty7Ig9065nA5E79ZdjjZJTGtYO/gliUGtU0ZJlXA0VBMgUCBZ8Crhm9D2Jb7f8GSTse5EsbGUyrcdRcPJ9yuMGBYwYCLyF/XJy5CzuTy7G+dQ89TbU1iFt1e4R0pSVQKOgvGY+7V0Jeb6U6+j2r9U8dKQvAqn/EwK2BPsjDQ==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
c1845820-94e2-497d-b9eb-8f7bd1025b30

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|ROSA ISELA NEGRETE JUAREZ|NEJR9305119I3|SERVIDOR PÚBLICO|INGENIERO BIOMÉDICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:26:32||

FIRMA ELECTRÓNICA:
ZbeYrZQBoXwb+hbVCzJLG8uWpsB0UFyWbNLbGWz/nUVWAU+7uT9FU/rz1lheiIJ2fx7OqbS4F5vUKgYFB//yyyk034PagJTE+VRsTUEDlkC/CoQ6bBVU9cSCAT3ONWe0xPTppz4gE34Oe3DrIuZs20EXY03zB1AOK9roj9NaKuTc4TK5fehS3SA7CXlJ0cht1w4ivA+CL8DYKSoCPIwOwTi+1LhkA/tnrfNSwTQAJIk7fK8QH8/dHf/a+WIF+DEFdfLstQR8gXEXyp/86orYYd0FI+Mv3TiuySw9t4ALFMf4GTH5SN9T7j5H1UBv9mhLhS/T5SJLVJ7duHQSVQdU+Q==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
8407e72a-9e6a-4b83-9e18-60c974996ae1



2026 año de Margarita Maza



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|ELIZABETH LUNA OLIVER|LUOE760512QB3|SERVIDOR PÚBLICO|SUPERVISOR DE PROYECTO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:12:30||

FIRMA ELECTRÓNICA:
MpAD1TWp7LvNz2irRYLRkmW6dVGQbzFF2cQD1/yXnRqF4mUXKUXif+yhWjz3/MQ6QIWMKwycBJvpkgmjD5r9joBQ7kufB8IfupMRY06VUtDFtgUiP3GpG5bnS2Xw96MomxGLHOK1LBhjl3YHizK6njwm01yuoRKNxbo67RQr6Ib4rf6El1lapPNzU7OBg6iagzY42s75UeamumgKwio39WSDi41DSOPVkotDtd7b9RLmZVal51vC7hLG5g2Z3pgLgchUZUN10KxQtIVn3iiWuqIQ4OBkPCKS5FZKm8uctFyGp1V4JVhBLte2MnFYHF3+ML2yG/djHp8Mh0LWfG8FRw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
1a9f4ac4-7b4f-432f-8dc2-190ce2ac6c3f

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|RICARDO HAM GUTIERREZ|HAGR8612139E4|SERVIDOR PÚBLICO|JEFE DE DEPARTAMENTO CONSULTIVO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:13:40||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Y6OGjixfTPUOvolurt1NQKutSplrNAfQ7NxBhVEdj9LCZGkMD8AISpyE28GdbWf2r/J9a5Am6QY6LAWNW7Pjyr4mCoptBR/y3SgRROUoiPW/1hyqXpJ5uDRUZd1aVf1I/zGfQOEWnu2dOvbLLA0sQFuej02BEBG0K+VI+ijzl3fuaxnOqqTMZbkeTOHQfq51jwFnNvP2sIV48U2CVApsNBIaCVW/WpIaCGflPsZGpMEfy2B/SUUqRRFOywEAYP/IYVPc491QUJ7OfnRPkd56R65w1GuYdCqTdGacHjYAIKcauZIEBdlThus/CkuKfb/kZLYSwon3uYFGEBf8GbT44g==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
3f9877db-0adf-4bc4-bde5-670a6e86271b

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|VICTORIA GUADALUPE GUERRA MARTINEZ|GUMV800318HI8|SERVIDOR PÚBLICO|N47 LÍDER DE PROYECTO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:11:47||

FIRMA ELECTRÓNICA:
rU1+8t+Yt+QIQ/kfL3B9mWpfofQZue+cKVQl/Jc7MGnOf8OEQdRt16hocvm/mlIgXYP807BPFLhBHrClQcO99eWEiN7GAFhBo9uJoqRQOT3Z8nTOpUJwq1jQ4XqRCUjLdayF5QlHy5xBFEsolp5mLUhOZKppri9fHcf7qF+w9+NEF69e9IHDl8G8Kw4sxbb3j6mi6GsbcEW+XeobNrFn8B/g+EznZbn6b3UahFmYaa6T4Fx60llPZv4kWhXk14guPy0SASOJGnpRyDfPb0Q+Ui3UCvZDifRD236qnDUIEa2IMJHBdkXKHAbluv9BDv0kT25I/IYyHyRAG/oDYfiEFQ==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
b7af22f2-1d0d-4f20-837f-206902e68168

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|OSCAR CERVERA ANGELES|CEAO880513AX3|SERVIDOR PÚBLICO| JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:55:10||

FIRMA ELECTRÓNICA:
NAAI1AE3BQPTFuvcufTY61KuZAlKwJPG3ejoTl3Xh064jbpuKfH1Y3gBRgAPSuzcF3n6H0v5FQp2k4ccEDV0zjGl/Xqz98JYp2ofXk2pP7az0WwdNkQis4lRJ2oOmLDGnzXjsFfBjtkSkG6UJ0nZYYWHe9a1XW2TLzf0GrOtjcxoTe2vDwWcnGgp+L19LmAHYCeFBE5OKGZUJfGYIaPIMw1O/rT/yC43CkSMVhZzGGIINI/24QZ74ACE6MGLsbGfiRjN4rfSI+4Q6Ow0QOdHu59SSd6M90x4wCfhO+4WvWCbU//MoXYDrlCHSNa8ATHl/JmGim3+r6+AWQac04NHGNA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
33c39d9d-c59d-4d62-a2c3-2ddff519b34f

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR016-T-162-2026|RAQUEL CABRERA CARRILLO|CACR7312201Q8|SERVIDOR PÚBLICO|AUDITORA OIC|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|57d9d8fa37873c27ff749bfbb5b4d80c691c9657e456ff9029a4c1488bcd36a4|18-09-2026 16:12:59||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Id/uPzAjZbfQC081JEI5twkYJxRdTyAAcAa28Kl2I6NJak14UFMHsTRtagghVPDKkgWirnMMqViAsxbXmAXtj0YQwJRm2+Ja9svbFT/cPooeR3dTQ4jJ9Fj/nJ7fM5SyvGpJwzloFp1gfrp+1xznUICuk+RatMGcU1lA5SK19Y4Zarb4qFiZRPkhZ1QEbly+Eq6qtHa3Nq/N+0LwGc8Mj2OQcjWx1+77rvLn/3rTxKOBWKNLgXCrE0Mt8R6wRwRJvLqK0dEw2GspejMI9MzpPPymAbMY/QrD/iGJJ6TPpoBxJVb6GyUenQMbP5km/KNHyxBK+nMrsGONuyr3Jds8eA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
d4f3800c-bd07-45bd-b374-532e774f68f2

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

