



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Evaluación Técnica AA-50-GYR-050GYR120-I-27-2024 "188 partidas de Material de Laboratorio que se utiliza en la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados, para el Ejercicio Presupuestal 2024"
Participante: INSCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Part	Clave CuCOP	Clave	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Causal de incumplimiento		
									Unidad	Cantidad	Tipo			
9	24601-0020	090.034.0043.00.01	090	034	0043	00	01	ALAMBRE TERMOPAR TIPO T, CON AISLANTE DE KAPTON ULTRA PREMIUM, EXACTITUD DE 0.25 GRADOS CELCIUS A 40 GRADOS CELCIUS Y 0.5 GRADOS CELCIUS A 121 GRADOS CELCIUS, CALIBRE 22 DE 7 HILOS, INTERVALO DE TEMPERATURA -200 GRADOS CELCIUS A 400 GRADOS CELCIUS, ROLLO CON 300 METROS.	ROLLO	1	ROLLO	X		
10	24601-0020	090.034.0050.00.01	090	034	0050	00	01	ALAMBRE TERMOPAR TIPO T, CON AISLANTE DE TEFLON ULTRA PREMIUM, EXACTITUD DE 0.1 GRADOS CELCIUS A 40 GRADOS CELCIUS Y 0.25 GRADOS CELCIUS A 121 GRADOS CELCIUS, CALIBRE 22 DE 7 HILOS, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -100 GRADOS CELCIUS A 200 GRADOS CELCIUS, ROLLO CON 300 METROS.	ROLLO	1	ROLLO	X		
45	24601-0004	090.190.0217.00.01	090	190	0217	00	01	CONECTORES ESTANDAR TIPO T (CONEXION HEMBRA) PARA TERMOPAR.	PIEZA	1	PIEZA		X	En el archivo PROPUESTA TECNICA.pdf no se presenta Catálogo o folleto que permita corroborar que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
46	24601-0004	090.190.0225.00.01	090	190	0225	00	01	CONECTORES ESTANDAR TIPO T (CONEXION MACHO) PARA TERMOPAR.	PIEZA	1	PIEZA		X	En el archivo PROPUESTA TECNICA.pdf no se presenta Catálogo o folleto que permita corroborar que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
47	24601-0004	090.190.0233.00.01	090	190	0233	00	01	KIT DE TERMOPAR, ENCAPSULA LA PUNTA DEL TERMOPAR "CONTRACTIL", DE MATERIAL POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), PERMITE SELLAR LA PUNTA EVITANDO LA HUMEDAD A LO LARGO DEL ALAMBRE.	PAQUETE	1	PAQUET		X	En el archivo PROPUESTA TECNICA.pdf no se presenta Catálogo o folleto que permita corroborar que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas

Dr. Clara Esperanza Santacruz Tinoco
Titular de la División de Laboratorios Especializados

M en C. Nancy Sandoval Gutiérrez
Titular de la División de Aseguramiento de Calidad

ÁREA TÉCNICA




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Evaluación Técnica AA-50-GYR-050GYR120-I-27-2024 "188 partidas de Material de Laboratorio que se utiliza en la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados, para el Ejercicio Presupuestal 2024"
Participante: HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZÁLEZ

Part	Clave CuCOP	Clave	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Cumple	No Cumple	Causal de incumplimiento
									Unidad	Cantidad	Tipo			
32	25401-0064	090.102.0115.00.01	090	102	0115	00	01	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR. MEDIDAS APROXIMADAS 25 CM ANCHO X 38 CM LARGO X 8 CM FUELLE.	CAJA	250	PIEZA	X		
33	25401-0064	090.102.0131.00.01	090	102	0131	00	01	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR. MEDIDAS APROXIMADAS 12 CM ANCHO X 26 CM LARGO X 4 CM FUELLE.	CAJA	1000	PIEZA	X		
152	25401-0149	090.662.0083.00.00	090	662	0083	00	00	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 95 PORCIENTO O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (NIOSH).	PZA	1	PZA	X		No presenta evidencia del cumplimiento a los criterios de certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de acuerdo al archivo ANEXO TOTAL TECNICO.pdf, página 52 de 115

ÁREA TÉCNICA


Dra. Clara Esperanza Sandoval Tinoco
Titular de la División de Laboratorios Especializados


Q.F.B. María Gema Garduño Román
Titular de la División de Medicamentos y Reactivos


M en C. Nancy Sandoval Gutiérrez
Titular de la División de Aseguramiento de Calidad