

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

De conformidad con lo previsto en los artículos 56, fracción V de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley) y 114, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), así como en el numeral 3.4 Mecanismo de Aclaraciones de la Convocatoria, una vez concluido el plazo para el envío de dudas y/o aclaraciones a través de la Plataforma Compras MX, se tienen por presentadas 21 solicitudes de dudas y/o aclaraciones, a las que les dieron contestación la Coordinación Técnica de Seguimiento a Obras y Equipamiento, en su carácter de área requirente y la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica en su carácter de área técnica, mediante los oficios No. 09 53 84 61 1G81/262/2026 y 09 53 84 61 2K40/CTEM/00327 respectivamente, como se muestra a continuación:

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE DUDAS Y/O ACLARACIONES

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	24203	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA COMPARTIR LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DÓNDE SE PRETENDE INSTALAR LA UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN CON LA FINALIDAD DE VALIDAR QUE LOS ESPACIOS CONSIDERADOS POR LA CONVOCANTE SEAN SUFICIENTES PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO.	NO RESULTA NECESARIO PROPORCIONAR LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS SOLICITADOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES, TODA VEZ QUE, CONFORME AL APARTADO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. CONTENIDO EN EL ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES, SE ESTABLECE QUE LAS AREAS DESTINADAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS CONTARAN CON LAS OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DE SOPORTE REQUERIDAS. ASIMISMO, SE ESTABLECE QUE SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REVISAR Y VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO OFERTADO CON LAS CONDICIONES FISICAS DE LA SALA PREVISTA PARA SU INSTALACION, ASI COMO PROPORCIONAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MODELO OFERTADO. EN ESTE SENTIDO, LAS GUIAS MECANICAS DEFINITIVAS DEL EQUIPO ADJUDICADO DEBERAN PRESENTARSE



RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL INCISO ANTES MENCIONADO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES, Y EL INSTITUTO ENTREGARA AL LICITANTE ADJUDICADO LOS PLANOS DE LAS AREAS DENTRO DE LOS TRES DIAS NATURALES SIGUIENTES AL ACTO DE FALLO, POR LO QUE LA INFORMACION NECESARIA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO SERA PROPORCIONADA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, SIN QUE RESULTE NECESARIO COMPARTIR LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS PREVIAMENTE.
2	24204	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV •	OTROS	ANEXO 12_3_5	ENTENDEMOS QUE EL SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE Y SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A LA GUÍA MECÁNICA DEL FABRICANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO LA GUIA MECANICA DEL EQUIPO A INSTALAR SEA ENTREGADA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. CONTENIDO EN EL ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES, Y CONTENGA EL DETALLE DE REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR. SI HUBIESE ALGUN ELEMENTO QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE CONTEMPLADO O CONSIDERADO EN DICHO DOCUMENTO Y QUE SEA NECESARIO PARA LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DEL EQUIPO, DEBERA SER CUBIERTO EN SU TOTALIDAD POR EL LICITANTE ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO Y SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA AMPLIACION EN LOS PLAZOS DE ENTREGA.
3	24205	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	ENTENDEMOS QUE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CORRESPONDE A UN HOSPITAL DE NUEVA CREACIÓN Y POR LO TANTO, NO SUSTITUYE NINGÚN EQUIPAMIENTO EXISTENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
4	24206	SIEMENS	OTROS	ANEXO	ENTENDEMOS QUE LA INSTALACIÓN	ES CORRECTA SU APRECIACION, YA QUE

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV		12_3_5	DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CORRESPONDE A UNA INSTALACIÓN EN PLANTA BAJA Y NO SE REQUERIRÁN GRÚAS ESPECIALES PARA EL INGRESO DEL EQUIPAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS AREAS DESTINADAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PLANTA BAJA SIN EMBARGO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA CONSIDERAR LAS RUTAS DE ARRASTRE Y LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL INGRESO Y RECORRIDO HASTA EL PUNTO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS, POR LO QUE CUALQUIER HERRAMIENTA, MANIOBRA O ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO PARA REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES DEBERA SER CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.
5	24207	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	ENTENDEMOS QUE PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, LA CONVOCANTE SUMINISTRARÁ A PIE DE SALA UNA LÍNEA DE POTENCIA ELÉCTRICA EN CABLEADO DE COBRE A 480 VOLTS, 3FASES, NEUTRO Y TIERRA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL EQUIPO ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS ESPECIFICACIONES ESTÉN CONTENIDAS DE MANERA CLARA Y DETALLADA EN LA GUÍA MECANICA DEL EQUIPO A INSTALAR Y ESTA SEA ENTREGADA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. CONTENIDO EN EL ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES. SI ALGÚN ELEMENTO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN DICHA GUIA MECÁNICA, DEBERA SER SUMINISTRADO E INSTALADO POR EL PROVEEDOR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO Y SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA AMPLIACION EN LOS PLAZOS DE ENTREGA.
6	24208	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE EN UN PLANO EL PUNTO DE CONEXIÓN Y LA DISTANCIA DEL MISMO ENTRE SALA	CONSIDERAR LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR.

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DE EXPLORACIÓN DE TOMOGRAFÍA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	
7	24209	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	ENTENDEMOS QUE PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL O MEJOR TECNOLOGÍA DE MÍNIMO 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN AL INTERIOR DE LA SALA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. EL LOCAL DE DESTINO DEL EQUIPO A INSTALAR, CONTARÁ CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDICADOS EN LA GUIA MECANICA DEFINITIVA. SI ADICIONALMENTE EL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS REQUIEREN UN SISTEMA ENFRIADOR DE RESPALDO, EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MISMO SERA ALCANCE DEL PROVEEDOR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO Y SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA AMPLIACION EN LOS PLAZOS DE ENTREGA.
8	24210	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	ENTENDEMOS QUE PARA PODER ASEGURAR LA CORRECTA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA LOS TRABAJADORES DE CADA UNIDAD MÉDICA, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE GENERAR LA MEMORIA DE CÁLCULO CON EL ESPECIALISTA QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO INSTALAR LOS MATERIALES EN MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y LOSAS QUE CUMPLA CON LAS INDICACIONES DE DICHO DOCUMENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTANDAR (ANTES MEXICANA), NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES. DEL ANEXO 3 ANEXO TECNICO Y EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR., NUMERAL 4 DEL ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO ELABORAR Y PRESENTAR LA MEMORIA DE CÁLCULO CORRESPONDIENTE Y, CON BASE EN DICHO DOCUMENTO, LA CONVOCANTE REALIZARA LA PROTECCION RADIOLOGICA REQUERIDA. EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REQUIERA LLEVAR A CABO ALGUNA MODIFICACION O ADECUACION QUE ALTERE DICHA PROTECCION UNA VEZ CONCLUIDA, SERA RESPONSABILIDAD DEL

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						PROVEEDOR LLEVAR A CABO LOS CALCULOS, TRABAJOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCION RADIOLOGICA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EN PARTICULAR CON LO PREVISTO EN LA NOM-229-SSA1-2002, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO Y SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA AMPLIACION EN LOS PLAZOS DE ENTREGA.
9	24211	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	ANEXO 12_3_5	ENTENDEMOS QUE PARA PODER ASEGURAR LA CORRECTA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA LOS TRABAJADORES DE CADA UNIDAD MÉDICA, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE REALIZAR Y VERIFICAR EL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN UNA VEZ INSTALADA EL EQUIPO ADJUDICADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTANDAR (ANTES MEXICANA), NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES. DEL ANEXO 3 ANEXO TECNICO Y EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR., NUMERAL 4 DEL ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, REALIZAR Y VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADJUDICADO, A FIN DE ACREDITAR QUE LAS CONDICIONES DE PROTECCION RADIOLOGICA SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS APLICABLES. DICHA ACTIVIDAD DEBERA REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y, EN PARTICULAR, CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-229-SSA1-2002.
10	24212	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZ	PUNTO 1.12.8.15. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO "PLANIFIACIÓN, ADQUISICIÓN, REVISIÓN, PROCESAMIENTO, Y	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO EN EL NUMERAL "1.12.8.15. PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN, REVISIÓN, PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN DE



RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (=A 128 CORTES)	EVALUACIÓN DE LAS IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA ESPECTRAL, NEURO, TÓRAX, ABDOMEN Y MÚSCULO ESQUELÉTICO Y TOMOGRAFÍA EN TODOS LOS ESTUDIOS" A TRAVÉS DE PROTOCOLOS DE IMAGEN ESPECTRAL (O DUAL ENERGY), YA QUE EN NUESTROS MANUALES NO SE DETALLA DE FORMA LITERAL ESTE PUNTO DE LA FICHA. ¿SE ACEPTA?	LAS IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA ESPECTRAL, NEURO, TÓRAX, ABDOMEN Y MUSCULO ESQUELÉTICO Y TOMOGRAFÍA EN TODOS LOS ESTUDIOS", SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
11	24213	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (=A 128 CORTES)	PUNTO 1.12.8.17. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO "INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN LA RECONSTRUCCIÓN BASADO EN EL MODELO ITERATIVO PARA EQUIPOS MAYORES A 256 DETECTORES" CON RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA MODELADA AVANZADA (ADVANCED MODELED ITERATIVE RECONSTRUCTION - ADMIRE) QUE PERMITE UNA MAYOR RESOLUCIÓN EN LOS CONTORNOS DE LOS ÓRGANOS Y DE UNA MEJOR DELINEACIÓN DE LOS BORDES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN LA RECONSTRUCCIÓN BASADO EN EL MODELO ITERATIVO PARA EQUIPOS MAYORES A 256 DETECTORES" CON RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA MODELADA AVANZADA (ADVANCED MODELED ITERATIVE RECONSTRUCTION - ADMIRE) QUE PERMITE UNA MAYOR RESOLUCIÓN EN LOS CONTORNOS DE LOS ÓRGANOS Y DE UNA MEJOR DELINEACIÓN DE LOS BORDES", COMO OPCION PARA EL PUNTO "1.12.8.17. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN LA RECONSTRUCCIÓN BASADO EN EL MODELO ITERATIVO PARA EQUIPOS MAYORES A 128 DETECTORES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS



RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACION ALGUNA A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
12	24214	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (=A 128 CORTES)	PUNTO 2.1.10.4. RESPECTO AL PUNTO "DENSIDAD ÓSEA", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EL APLICATIVO DE DOBLE ENERGÍA BONE MARROW QUE PERMITE PERMITE SEGMENTAR LA MÉDULA ÓSEA Y MOSTRARLA CODIFICADA EN COLORES A PARTIR DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES EN MÉDULA ÓSEA Y CALCIO, LA CUAL AYUDA A VISUALIZAR EDEMAS OSEO PARA EVALUACIÓN DE CONTUSIONES ÓSEAS TRAS UN TRAUMA E INFILTRACIONES TUMORALES, ENTRE OTROS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "BONE MARROW QUE PERMITE SEGMENTAR LA MÉDULA ÓSEA Y MOSTRARLA CODIFICADA EN COLORES A PARTIR DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES EN MÉDULA ÓSEA Y CALCIO, LA CUAL AYUDA A VISUALIZAR EDEMAS OSEO PARA EVALUACIÓN DE CONTUSIONES ÓSEAS TRAS UN TRAUMA E INFILTRACIONES TUMORALES", COMO OPCION PARA EL PUNTO "2.1.10.4. DENSITOMETRÍA ÓSEA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACION ALGUNA A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
13	24223	PHILIPS MEXICO	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA	SE ACEPTA REFERENCIAR "RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		COMMERCIAL SA DE CV			RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES). PUNTO: 1.12.7.3 RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE 17 (LP/CM) O MAYOR A 0%MTF PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO 16LP/CUT-OFF (+/-2 LP/CM) CON LO CUAL SE CUMPLE CABALMENTE EL REQUERIMIENTO CONSIDERANDO QUE EL TÉRMINO MTF CORRESPONDE A CUT-OFF ¿SE ACEPTA?	16LP/CUT-OFF (+/-2 LP/CM) O MAYOR A 0% MTF", COMO OPCION PARA EL PUNTO "1.12.7.3. RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE 17 (LP/CM) O MAYOR A 0% MTF", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACION ALGUNA A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
14	24224	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES). PUNTO: 1.8 ALINEACIÓN EN 3 EJES (CON LÁSER Y CÁMARA PARA AUTOPOSICIONAMIENTO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LA SOLUCIÓN DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA PROPIETARIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE ALINEACIÓN EN TRES EJES Y POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL PACIENTE, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE Y DOSIS ÓPTIMA PARA CADA ESTUDIO. EN EL CASO DE NUESTRA TECNOLOGÍA, ESTA FUNCIONALIDAD SE LOGRA MEDIANTE LÁSERES DE TRES EJES Y UN SISTEMA DE AUTO-POSICIONAMIENTO ASISTIDO POR SOFTWARE DENOMINADO PATIENT CENTERING ON	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO EN EL NUMERAL "1.8. ALINEACIÓN EN 3 EJES (CON LÁSER Y CÁMARA PARA AUTO POSICIONAMIENTO)", SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					SURVIEW. ESTO INCLUYE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA Y DOBLE SURVIEW AUTOMÁTICO, LO CUAL MEJORA EL CENTRADO DEL PACIENTE UTILIZANDO EL SURVIEW LATERAL CON RETROALIMENTACIÓN EN TIEMPO REAL. EL SISTEMA CONSIDERA LA POSICIÓN HORIZONTAL DE LA MESA Y LA PLANEACIÓN DEL ESCANEO EN EL SURVIEW. ANTES DE CADA EXAMEN, LA MESA DEL PACIENTE SE MUEVE AUTOMÁTICAMENTE A LA POSICIÓN INICIAL CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CUMPLE CON EL PROPÓSITO Y BENEFICIO DE LOGRAR UN CENTRADO Y POSICIONAMIENTO EFECTIVOS, EVITANDO ESTUDIOS REPETIDOS Y GARANTIZANDO LA MÁXIMA CALIDAD OPERATIVA. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA?	LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
15	24225	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES). PUNTO: 1.8 ALINEACIÓN EN 3 EJES (CON LÁSER Y CÁMARA PARA AUTOPOSICIONAMIENTO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DADO QUE LA FINALIDAD DEL REQUISITO ES ASEGURAR EL CORRECTO CENTRADO DEL PACIENTE EN EL ISOCENTRO DEL GANTRY PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA MODULACIÓN AUTOMÁTICA DE DOSIS. OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, DADO QUE EXISTEN TECNOLOGÍAS QUE ALCANZAN ESTE OBJETIVO MEDIANTE LÁSERES Y ALGORITMOS AVANZADOS DE AUTO POSICIONAMIENTO, NUESTRA TECNOLOGÍA INCORPORA UN ALGORITMO QUE CONSIDERA LA ALTURA REAL DE LA MESA Y CORRIGE MATEMÁTICAMENTE EL TAMAÑO APARENTE DEL PACIENTE ANTES DE CALCULAR LA MODULACIÓN DE CORRIENTE. LA PRECISIÓN DE LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO EN EL NUMERAL "1.8. ALINEACIÓN EN 3 EJES (CON LÁSER Y CÁMARA PARA AUTO POSICIONAMIENTO)", SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION



RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					MODULACIÓN SE BASA EN LA CORRECCIÓN ALGORÍTMICA DEL POSICIONAMIENTO, REDUCIENDO LA DEPENDENCIA DE SISTEMAS ADICIONALES DE CENTRADO MEDIANTE CÁMARA PARA MANTENER UNA ADECUADA OPTIMIZACIÓN DE DOSIS.A. POR LO ANTERIOR, PARA FAVORECER LA LIBRE COMPETENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN EL MISMO RESULTADO CLÍNICO Y OPERATIVO, SOLICITAMOS SE ACEPTE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO MEDIANTE LÁSER Y CÁMARA PARA LAS TECNOLOGÍAS QUE ASÍ LO REQUIERAN Ó LÁSER Y ALGORITMOS DE AUTO POSICIONAMIENTO ¿ES ACPETABLE NUESTRA PROPUESTA?	TECNICA CORRESPONDIENTE.
16	24226	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES). PUNTO: 2.11 UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS PREGUNTA: ENTENDEMOS ESTE PUNTO REFERENTE A KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS HACE REFERENCIA A LOS PUNTOS DESGLOSADOS DE 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10 LOS CUALES SON LOS ACCESORIOS QUE CORRESPONDEN A POSICIONADORES CON SUJETADORES DE PACIENTES ADULTOS Y SON LOS NECESARIOS PARA ABARCAR LOS DIFERENTES ESTUDIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SI BIEN ES POSIBLE QUE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10 SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS DENTRO DEL NUMERAL 2.11, "KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS", QUE EL FABRICANTE MANEJE COMO UN CONJUNTO, ELLO NO EXIME AL LICITANTE DE OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS PARA CADA UNO DE LOS NUMERALES SEÑALADOS. POR LO TANTO, DEBERÁN CONSIDERARSE LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LA TOTALIDAD DE LOS NUMERALES 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10, AUN CUANDO DICHOS ELEMENTOS SE ENCUENTREN INTEGRADOS FÍSICAMENTE O SEAN COMERCIALIZADOS POR EL FABRICANTE COMO PARTE DEL KIT SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.11."
17	24227	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES).	SE ACEPTA REFERENCIAR "FUSIÓN CON LAS SIGUIENTES MODALIDADES: RM, XA Y MN", COMO OPCION PARA EL PUNTO



RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		SA DE CV			PUNTO: 2.1.19 FUSIÓN CON LAS SIGUIENTES MODALIDADES: RESONANCIA MAGNÉTICA, ANGIOGRAFÍA Y MEDICINA NUCLEAR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN REFERENCIAR RM COMO RESONANCIA MAGNÉTICA, XA COMO ANGIOGRAFÍA Y MN COMO MEDICINA NUCLEAR, YA QUE ASÍ LO SEÑALA LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	"2.1.19. FUSIÓN CON LAS SIGUIENTES MODALIDADES: RESONANCIA MAGNÉTICA, ANGIOGRAFÍA Y MEDICINA NUCLEAR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACION ALGUNA A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
18	24228	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES). PUNTO: 2.1.16 SOFTWARE TAVR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN REFERENCIA COMO TAVI, YA QUE ASÍ ES COMO LO SEÑALA LA LITERATURA DE NUESTRO FABRICANTE, TRATÁNDOSE DE DOS NOMENCLATURAS PARA EL MISMO PROCEDIMIENTO: REEMPLAZO DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATÉTER, (TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION/REPLACEMENT) POR SUS SIGLAS EN INGLÉS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "SOFTWARE TAVI", COMO OPCION PARA EL PUNTO "2.1.16. SOFTWARE TAVR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACION ALGUNA A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
19	24229	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	PARTIDA 2 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (= A 128 CORTES). PUNTO: 2.1.20 TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE DOBLE ENERGÍA (DOBLE FUENTE O DETECTOR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA QUE EN EL NUMERAL "2.1.20. SE SOLICITA TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE DOBLE ENERGÍA (DOBLE FUENTE O DETECTOR CON DOBLE CAPA O CONMUTACIÓN

RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CON DOBLE CAPA O CONMUTACIÓN ULTRA RÁPIDA DE NIVEL DE ENERGÍA) APLICABLE PARA CUERPO COMPLETO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DEL TOMÓGRAFO. ¿ES CORRECTO?	ULTRA RÁPIDA DE NIVEL DE ENERGÍA), APLICABLE PARA CUERPO COMPLETO". POR LO ANTERIOR, EL NUMERAL SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A LA TECNOLOGÍA CON LA QUE DEBE CONTAR EL TOMÓGRAFO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE DOBLE ENERGÍA, Y NO ÚNICAMENTE A UNA CARACTERÍSTICA GENERAL DEL EQUIPO.
20	24230	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA.	PUNTO: 2.15 UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS PREGUNTA: ENTENDEMOS ESTE PUNTO REFERENTE A KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS HACE REFERENCIA A LOS PUNTOS DESGLOSADOS DE 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10 LOS CUALES SON LOS ACCESORIOS QUE CORRESPONDEN A POSICIONADORES CON SUJETADORES DE PACIENTES ADULTOS Y SON LOS NECESARIOS PARA ABARCAR LOS DIFERENTES ESTUDIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SI BIEN ES POSIBLE QUE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10 SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS DENTRO DEL NUMERAL 2.11, "KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS", QUE EL FABRICANTE MANEJE COMO UN CONJUNTO, ELLO NO EXIME AL LICITANTE DE OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS PARA CADA UNO DE LOS NUMERALES SEÑALADOS. POR LO TANTO, DEBERÁN CONSIDERARSE LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LA TOTALIDAD DE LOS NUMERALES 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10, AUN CUANDO DICHOS ELEMENTOS SE ENCUENTREN INTEGRADOS FÍSICAMENTE O SEAN COMERCIALIZADOS POR EL FABRICANTE COMO PARTE DEL KIT SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.15."
21	24231	PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA.	PUNTO: 2.15 UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS PREGUNTA: ENTENDEMOS ESTE PUNTO REFERENTE A KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS HACE REFERENCIA A LOS PUNTOS DESGLOSADOS DE 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10 LOS CUALES SON LOS	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SI BIEN ES POSIBLE QUE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10 SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS DENTRO DEL NUMERAL 2.11, "KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS", QUE EL FABRICANTE MANEJE COMO UN CONJUNTO, ELLO NO EXIME AL LICITANTE DE OFERTAR LAS



RESPUESTAS A LAS DUDAS Y/O ACLARACIONES RECIBIDAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA. NÚMERO IA-50-GYR-050GYR040-T-4-2026

EQUIPO MÉDICO DE IMAGENOLOGÍA 2026, TOMÓGRAFOS

#	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					ACCESORIOS QUE CORRESPONDEN A POSICIONADORES CON SUJETADORES DE PACIENTES ADULTOS Y SON LOS NECESARIOS PARA ABARCAR LOS DIFERENTES ESTUDIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS PARA CADA UNO DE LOS NUMERALES SEÑALADOS. POR LO TANTO, DEBERÁN CONSIDERARSE LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LA TOTALIDAD DE LOS NUMERALES 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 2.10, AUN CUANDO DICHOS ELEMENTOS SE ENCUENTREN INTEGRADOS FÍSICAMENTE O SEAN COMERCIALIZADOS POR EL FABRICANTE COMO PARTE DEL KIT SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.15."

Se hace constar que, las respuestas a las dudas y/o aclaraciones recibidas fueron emitidas bajo la estricta responsabilidad de las áreas técnicas y requirente.

En términos del artículo 114, penúltimo párrafo del Reglamento, por medio del presente, se informa a los invitados al procedimiento de contratación las respuestas a las dudas y/o aclaraciones recibidas, mismas que serán publicadas en la dirección electrónica de la Plataforma Compras MX https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

Ciudad de México a 25 de agosto de 2026

Lic. Karla Pacheco Villanueva
Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico

