



Gobierno de
México



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

"Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **09:00 horas** del día **14 de marzo de 2025**, se reunieron en el Departamento de Abastecimiento de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicado en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de reanudar la junta de aclaraciones de fecha 13 de marzo de 2025, de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) así como el numeral 4 de la convocatoria.

El Acto fue presidido por el Mtro. Jose Ángel Ramírez Solís, Director Administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", servidor público designado por la convocante con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso de c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se procede a reanudar la junta de aclaraciones y se hace constar que se recibieron 397 repreguntas relativas a las aclaraciones por parte de la convocante:

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	10/03/2025 15:53	10/03/2025 15:53			
2	CENTRO MEDICO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR MONTEJO SA DE CV	07/03/2025 12:34	07/03/2025 12:44			
3	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	10/03/2025 13:45	10/03/2025 13:48			
4	MEDICAL LIFE SUPPLY SA DE CV	07/03/2025 13:32	08/03/2025 11:51			
5	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	11/03/2025 10:47				
6	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	14/03/2025 11:02				

Código del Expediente: E-2025-00019514

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Unidad Unidad Compradora: 050GYR063 - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN IGNACIO GARCIA TELLEZ EN MERIDA, YUCATAN

Nombre del procedimiento de contratación: CONTRATACIÓN DE SMS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 6 de marzo de 2025

Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 6 de marzo de 2025 a las 11:56

Responsable de la captura: LEONARDO JESUS GARCIA MOYA

Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA

Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Tipo de contratación: SERVICIOS

Carácter del procedimiento: NACIONAL

Año del ejercicio presupuestal: 2025

Contrato Abierto: Sí

Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Aclaraciones al Procedimiento

Número de Re-preguntas: 397

Detalle de aclaraciones:



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 1 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.1 - AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 2 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 3 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 4 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 5 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 6 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 7 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



Handwritten signature and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 8 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 9 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 10 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



L
R
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		Respuestas
PREGUNTA TECNICA NUMERO 11 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente. En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 12 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 13 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 14 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



L

7

g

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 15 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 16 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 17 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



L
17
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 18 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 19 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 20 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 21 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



L
JP
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 22 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 23 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIÁMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIÁMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 24 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Tellez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A LA ENTIDAD SUBROGADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO		
		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 25 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 26 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIÁMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 27 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIÁMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 28 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

C

P

98

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A LA QUE SE RESPONDE		
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 29 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 30 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.30 - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERIAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 31 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.31 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 32 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PEQUEÑO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.32 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 33 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 34 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.2 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTÁTICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 35 DE	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran



L
D
80



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

MI REPRESENTADA	ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 36 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 37 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 38 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.6	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	- CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 39 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 40 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 41 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



[Firma manuscrita]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 42 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 43 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 44 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 45 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



[Firma manuscrita]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		
	2.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 46 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 47 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 48 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C
JP
5



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO DE MI REPRESENTADA	PREGUNTA TECNICA	RESPUESTA
NUMERO 49 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 50 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 51 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 52 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	2.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 53 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 54 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 55 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIAMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIAMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C

27

98



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 56 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 57 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 58 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIAMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 59 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



C
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	2.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIÁMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 60 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIÁMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 61 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIÁMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 62 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.30 - MANGO DE LIBERACIÓN INSTANTÁNEO DE COILS SIN USO DE BATERÍAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 63 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.31 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 64 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA GRANDE O GIGANTE, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.32 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 65 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.1 - AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 66 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.2	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



C
P
98
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		
	- INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 67 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 68 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 69 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



L
17



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA	Pregunta al proveedor con la finalidad de aclarar	Respuesta
		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 70 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 71 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 72 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 73 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 74 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 75 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 76 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 77 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 78 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 79 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 80 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 81 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 82 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 83 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C
D
90
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 84 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.20 - MICROGUÍA HIDROFÍLICA NEUROVASCULAR DIÁMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 85 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 86 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 87 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIÁMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIÁMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 88 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.24 - MICROCATÉTER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 89 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.25 - MICROCATÉTER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 90 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, FORMA TIPO	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C
97



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		
	HELICOIDAL, DIAMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 91 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 92 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 93 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 94 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.30 - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERÍAS.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 95 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.31 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 96 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.32 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 97 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 98 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 99 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 100 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



Handwritten signature and initials



Gobierno de
México



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
"Ignacio García Téllez"
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y respuestas emitidas por el paciente		
	HEMOSTÁTICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUÍA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 101 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 102 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 103 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 104 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 105 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 106 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 107 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN		Respuesta
	CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 108 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 109 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 110 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 111 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA	Respuesta	Respuesta
	APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 112 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 113 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 114 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y respuestas en tiempo al cliente		Respuesta
	0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 115 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 116 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 117 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 118 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		RESPUESTA
	APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 119 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIAMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIAMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 120 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 121 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C

98

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 122 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIÁMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 123 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIÁMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 124 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIÁMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C
A
8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 125 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 126 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.30 - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN, DIAMETRO DE 4 MM, LONGITUD DE 15 MM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 127 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.31 - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN, DIAMETRO DE 4 MM, LONGITUD DE 20 MM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 128 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo



Handwritten marks and signatures on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA DE LOS PARTICIPANTES Y RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
	ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.32 - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN, DIAMETRO DE 6 MM, LONGITUD DE 30 MM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 129 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.33 - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERIAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 130 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.34 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 131 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.35 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML, FRASCO CON 100 ML¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA	PREGUNTA	PREGUNTA
PREGUNTA TECNICA NUMERO 132 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.1 - AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 133 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.2 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 134 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.3 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 135 DE	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

MI REPRESENTADA	MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.4 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 136 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 137 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 138 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
	ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035" ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 139 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035" ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 140 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 141 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 142 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 143 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 144 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 145 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 146 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 147 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 148 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUBASTANTE		Respuesta
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 149 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 150 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 151 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 152 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
PREGUNTA	RESPUESTA	RESPUESTA
	ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPAO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 153 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPAO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 154 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIAMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIAMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 155 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

L
P
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 156 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 157 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIÁMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 158 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIÁMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 159 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 160 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 161 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.30 - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERIAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 162 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



C
17
g



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A REALIZAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES		
	ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.31 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 163 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) SIN APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.32 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML, FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 164 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 165 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.2 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



L
R
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 166 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 167 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 168 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 169 DE	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y Respuestas de los participantes		Respuesta
MI REPRESENTADA	MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 170 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 171 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 172 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.9	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



5

L
17
9/8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas a la respuesta emitida por la licitante		Respuesta
	- CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 173 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 174 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 175 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 176 DE	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	Preguntas formuladas por el licitante	Respuesta
MI REPRESENTADA	MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 177 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 178 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 179 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



C

7

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		RESPUESTA
	6.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 180 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 181 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 182 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 183 DE	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá



C
15
8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y respuestas emitidas por la Unidad Médica de Alta Especialidad		
MI REPRESENTADA	MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.20 - MICROGUÍA HIDROFÍLICA NEUROVASCULAR DIÁMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 184 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 185 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 186 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



Handwritten marks and signatures on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	6.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIÁMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIÁMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 187 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 188 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 189 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERÍAS), DE 0.0115" DE DIÁMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIÁMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C
A
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 190 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 191 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 192 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 193 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA DE LA ENTIDAD POR ACLARAR		
	EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.30 - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN, DIAMETRO DE 4 MM, LONGITUD DE 15 MM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 194 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.31 - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN, DIAMETRO DE 4 MM, LONGITUD DE 20 MM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 195 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.32 - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN, DIAMETRO DE 6 MM, LONGITUD DE 30 MM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 196 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.33 - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERIAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





Gobierno de
México



Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

"Ignacio García Tellez"
Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A RESPONDER EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN		
		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 197 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.34 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 198 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE DOS ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) SIN CUELLO (PEQUEÑO A GIGANTE) CON APOYO DE STENT INTRACRANEAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6.35 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML, FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 199 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.1 - AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 200 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gov.mx

Handwritten marks: a heart shape, a checkmark, and a signature.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 201 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 202 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 203 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



C

10

8

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta		Respuesta
	SIGUIENTE MANERA: 7.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 204 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 205 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 206 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre





Gobierno de
México



Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta y respuesta emitida por el paciente		Respuesta
NUMERO 207 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 208 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 209 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 210 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

C
A
S



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta a la Representada por el Cliente		Respuesta
	SIGUIENTE MANERA: 7.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 211 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 212 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 213 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

C

A

8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA			RESPUESTA		
NUMERO 214 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.		
			Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.		
			Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.		
PREGUNTA TECNICA NUMERO 215 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.		
			Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.		
			Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.		
PREGUNTA TECNICA NUMERO 216 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.		
			Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.		
			Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.		
PREGUNTA TECNICA NUMERO 217 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA		En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.		
			Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos		



C

7

96

3



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	SIGUIENTE MANERA: 7.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 218 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 219 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 220 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C

M

Handwritten signature and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 221 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.23 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, , CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 1.5 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 222 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.24 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, , CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 3.0 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 223 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.25 - COPOLÍMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6% DISUELTO EN DIMETIL SULFÓSIDO (DMSO) INDICADO PARA LA OBSTRUCCION MECANICA EN LA ABLACIÓN DE TUMORES, EN LAS MALFORMACIONES Y FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS. INCLUYE SET DE JERINGAS DE POLICARBONATO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 224 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



C
R
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.26 - LÍQUIDOS COMPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN ACRÍLICA. NBCA (N-BUTIL-2-CIANOACRILATO); ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 225 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.27 - MEDIO PARA FISTULOGRAFIA DE ULTRAFLUIDO DE ESTERES ETÍLICOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS YODADOS DEL ACEITE DE ADORMIDERA CONFORMADO CON 48% YODO VISCOSIDAD A 37° C 25 MPAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 226 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.28 - KIT DE ANGIOPLASTIA; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 227 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON CIANOCRILATO, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7.29 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C

7

8

9



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Presupuesto y respuestas de los participantes		
Preguntas	Respuestas	Respuestas
PREGUNTA TECNICA NUMERO 228 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente. En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 229 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 230 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



C
7
98



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
PREGUNTA TECNICA NUMERO 231 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUÍA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 232 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 233 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 234 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.



C

17

98



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGIA

Preguntas y respuestas emitidas por el Comité de Licitación		
	COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 235 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 236 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 237 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C

98

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 238 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 239 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 240 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 241 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



C

17

8

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 242 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 243 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 244 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C
7
90
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 245 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 246 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 247 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 248 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



C
A
g
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		
	COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 249 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 250 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.23 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, , CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 1.5 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 251 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá



C

17

g

5



Gobierno de
México



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

"Ignacio García Tellez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA A RESPUESTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES		
	MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.24 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, , CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 3.0 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 252 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.25 - COPOLÍMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6% DISUELTO EN DIMETIL SULFÓSIDO (DMSO) INDICADO PARA LA OBSTRUCCION MECANICA EN LA ABLACIÓN DE TUMORES, EN LAS MALFORMACIONES Y FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS. INCLUYE SET DE JERINGAS DE POLICARBONATO¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 253 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8.26 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 254 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACION DE MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

C
A
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y respuestas de la Junta de Aclaraciones		
	SIGUIENTE MANERA: 8.27 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 255 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 256 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 257 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



C
R
98



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
PREGUNTA TECNICA NUMERO 258 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 259 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 260 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
PREGUNTA TECNICA NUMERO 261 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 262 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 263 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 264 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá



C

12

8

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS EMITIDAS POR EL COMITÉ DE LICITACIÓN		
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 265 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 266 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 267 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



C
7
98



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA	Respuesta
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 268 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 269 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 270 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 271 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá



C
K
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA		
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 272 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.18 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 273 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.19 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 274 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.20 - MICROGUIA HIDROFILICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



C
7
8
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Presente a la respuesta emitida por el licitante		Respuesta
PREGUNTA TECNICA NUMERO 275 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 276 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 277 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIAMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIAMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 278 DE	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran



C
7
8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
MI REPRESENTADA	EMBOIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 279 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 280 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.26 - ESPIRALES PARA EMBOIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIAMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 281 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



L

17

8

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta a la que se responde y respuesta por el oferente		Respuesta
	OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 282 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 283 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 284 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



C
7
98
5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.30. - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERIAS.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 285 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.31 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 1.5 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 286 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.32 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 3.0 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 287 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



C
A
80



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGIA

	9.33 - COPOLÍMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6% DISUELTO EN DIMETIL SULFÓSIDO (DMSO) INDICADO PARA LA OBSTRUCCION MECANICA EN LA ABLACIÓN DE TUMORES, EN LAS MALFORMACIONES Y FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS. INCLUYE SET DE JERINGAS DE POLICARBONATO¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 288 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.34 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 289 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES CON COPOLIMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6%, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.35 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 290 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 291 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 292 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 293 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y respuestas por el Licitante		
PREGUNTA TECNICA NUMERO 294 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 295 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 296 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 297 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá



C

7

98

5



Gobierno de
México



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL "Ignacio García Tellez"
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 298 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.9 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 299 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.10 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 300 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.11 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 130 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO INTERNO DE 0.058", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

C
A
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 301 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.12 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 115 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 302 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.13 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 303 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.14 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 105 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 304 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá





Gobierno de
México



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

"Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.15 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 305 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.16 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 125 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, MP 25 GRADOS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 306 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.17 - CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL, LONG DE TRABAJO DE 95 CM, CALIBRE 6 FR, DIAMETRO INTERNO DE 0.072", PUNTA FLEXIBLE DE 8 CM, RECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 307 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.18 - MICROGUÍA HIDROFÍLICA NEUROVASCULAR DIAMETRO DISTAL DE 0.008", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

[Firma manuscrita]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 308 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.19 - MICROGUÍA HIDROFÍLICA NEUROVASCULAR DIÁMETRO DE 0.010", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 10 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 309 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.20 - MICROGUÍA HIDROFÍLICA NEUROVASCULAR DIÁMETRO DE 0.014", LONGITUD DE 200 CM, PUNTA COIL DE 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 310 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.21 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.1FR Y DISTAL DE 1.7FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 311 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL,	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.



C

A

98

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.22 - MICROCATETER PARA VASCULATURA CEREBRAL, DE LUMEN SIMPLE CON ORIFICIO TERMINAL. MARCADOR RADIOPACO. PERFIL PROXIMAL DE 2.4 FR Y DISTAL DE 1.9 FR; DIÁMETRO LUMINAL DE 0.017" Y PUNTA RECTA. LONGITUD DE 150CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 312 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.23 - MICROCATÉTER HIDROFÍLICO. DIÁMETRO PROXIMAL DE 3.2 FR Y DISTAL DE 2.8 FR. DIÁMETRO LUMINAL DE 0.027 PULGADAS. LONGITUD ÚTIL DE 105 CM Y PUNTA DISTAL FLEXIBLE DE 10 CM.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 313 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.24 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.7 FR Y DISTAL DE 2.4 FR, LONGITUD DE 153 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 314 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará.



[Firma manuscrita]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	10.25 - MICROCATETER INTRACRANEAL DIÁMETRO PROXIMAL EXTERNO 2.8 FR Y DISTAL DE 2.8 FR, LONGITUD DE 130 CM, DIÁMETRO INTERNO DE 0.027". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 315 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.26 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA TIPO HELICOIDAL, DIAMETRO DEL LOOP DE 1.5 MM A 20 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 316 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.27 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO, FORMA TIPO HELICAL SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 317 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.28 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, SIN RECUBRIMIENTO,	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.



L
N
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	FORMA TIPO 3D SUPER SOFT, DIAMETRO DEL LOOP DE 4 MM A 6 MM, LONGITUD DE 6 A 20 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
PREGUNTA TECNICA NUMERO 318 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.29 - ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL HECHO DE PLATINO TUGSTENO, DESPRENDIBLES MECANICAMENTE (SIN BATERIAS), DE 0.0115" DE DIAMETRO INTERNO, FORMA 3D, DIAMETRO DEL LOOP DE 2 MM A 25 MM, LONGITUD DE 2 A 50 CM¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 319 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.30. - MANGO DE LIBERACION INSTANTANEO DE COILS SIN USO DE BATERIAS.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 320 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.31 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 1.5 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA TECNICA NUMERO 321 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.32 - MICROCATETERES DE INFUSION PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DIRIGIDO POR FLUJO (ULTRA FLUJO) PARA INFUSION SUPRASELECTIVA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CONECTOR TIPO LUER STANDAR, EJE DISTAL DE GRAN FLEXIBILIDAD, LONGITUD DESPRENDIBLE DE 3.0 CM, DIAMETRO INTERNO DISTAL DE 1.9 FR LONGITUD TOTAL DE 1 65 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 322 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.33 - COPOLÍMERO DE ETILENO Y VINIL ALCOHOL (EVOH) AL 6% DISUELTO EN DIMETIL SULFÓSIDO (DMSO) INDICADO PARA LA OBSTRUCCION MECANICA EN LA ABLACIÓN DE TUMORES, EN LAS MALFORMACIONES Y FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS. INCLUYE SET DE JERINGAS DE POLICARBONATO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 323 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.34 - KIT DE ANGIOPLASTIA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C
A
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

NUMERO 324 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.35 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA BENTSON-HANAFEE-WILSON I (JB1), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 325 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.36 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA BENTSON-HANAFEE-WILSON II (JB2), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 326 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.37 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA HEADHUNTER I (H1), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 327 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



C

A

8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.38 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA SIDEWINDER SIMMONS TECHNIQUE I (SIM1), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 328 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.39 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 329 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA (S) CEREBRAL (ES) Y/O MAV'S CEREBRALES CHICAS A GRANDES (INCLUYE PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL, TROMBOLÍTICO), ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10.40 - MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO TROMBOLITICO DEL EVENTO VASCULAR CEREBRAL (TIOFIBAN O ABCIXIMAB) NO REQUIERE REFERENCIACION.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 330 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C
A
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta a la representante de la MI		Respuesta
NUMERO 331 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 332 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 333 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 334 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



C

17

80

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 335 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 336 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 337 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C

5

8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 338 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.9 - MICROCATÉTER PARA EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA CON CUBIERTA HIDROFILICA COMPATIBLE 2.8 - 3 FR. DIÁMETRO INTERNO 0.027". INCLUYE MICRO GUÍA 0.018" CON INDICACIÓN PARA ALTO FLUJO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 339 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.10 - MICROCATÉTER PARA EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA CON CUBIERTA HIDROFILICA COMPATIBLE 2.4 - 3 FR. DIÁMETRO INTERNO 0.021".CON INDICACIÓN PARA ALTO FLUJO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 340 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.11 - CATÉTER SOPORTE COMPATIBLE CON GUÍAS SISTEMA 0.014", DISEÑADO PARA FACILITAR EL CRUCE DE LESIONES ESTRECHAS. PERFIL DE ENTRADA ULTRA BAJÓ 0.46MM (0.018"). DISEÑO DE PUNTA DE CATÉTER QUE MAXIMIZA LA CAPACIDAD DE EMPUJE Y RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 341 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.



C

A

g

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas de los interesados		Respuesta
	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.12 - GUÍA PERIFÉRICA ESPECIALIZADA COMPATIBLE CON SISTEMA 0.014" Y 0.018", DE ALTO GRAMAJE (DE 12GR - 30GR) Y LONGITUD DE 300 CM. CUBIERTA HÍBRIDA (HIDROFÍLICA Y PTFE)¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 342 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.13 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 45 A 150 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 343 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.14 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 150 A 250 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 344 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.15 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 250 A 355 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 345 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.16 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 355 A 500 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 346 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.17 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 500 A 710 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 347 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.18 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 710 A 1000 MICRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 348 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.19 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 349 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE FISTULA AV. FCC, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.20 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 350 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 351 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.2 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		Respuesta
	UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 5 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 352 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 353 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 354 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C

11

90

5



Gobierno de
México



Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGIA

Preguntas y respuestas emitidas durante la Junta de Aclaraciones		
Preguntas	Respuestas	
NUMERO 355 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 356 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 357 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 358 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	SIGUIENTE MANERA: 12.9 - MICROCATÉTER PARA EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA CON CUBIERTA HIDROFÍLICA COMPATIBLE 2.8 - 3 FR. DIÁMETRO INTERNO 0.027". INCLUYE MICRO GUÍA 0.018" CON INDICACIÓN PARA ALTO FLUJO¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 359 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.10 - MICROCATÉTER PARA EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA CON CUBIERTA HIDROFÍLICA COMPATIBLE 2.4 - 3 FR. DIÁMETRO INTERNO 0.021". CON INDICACIÓN PARA ALTO FLUJO¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 360 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.11 - CATÉTER SOPORTE COMPATIBLE CON GUÍAS SISTEMA 0.014", DISEÑADO PARA FACILITAR EL CRUCE DE LESIONES ESTRECHAS. PERFIL DE ENTRADA ULTRA BAJÓ 0.46MM (0.018"). DISEÑO DE PUNTA DE CATÉTER QUE MAXIMIZA LA CAPACIDAD DE EMPUJE Y RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 361 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.12 - GUÍA PERIFÉRICA ESPECIALIZADA COMPATIBLE CON SISTEMA 0.014" Y 0.018", DE ALTO GRAMAJE (DE 12GR - 30GR) Y LONGITUD DE 300 CM. CUBIERTA HÍBRIDA (HIDROFÍLICA Y PTFE)¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C

R

g



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Preguntas y respuestas de la Junta de Aclaraciones		Respuestas
NUMERO 362 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.13 - LÍQUIDOS COMPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN ACRILÍCA. NBCA (N-BUTIL-2-CIANOACRILATO)¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 363 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.14 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 45 A 150 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 364 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.15 - MICROPARTICULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACION DE 150 A 250 MICRAS¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 365 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



C
R
S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	SIGUIENTE MANERA: 12.16 - MICROPARTÍCULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACIÓN DE 250 A 355 MICRAS; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 366 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.17 - MICROPARTÍCULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACIÓN DE 355 A 500 MICRAS; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 367 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.18 - MICROPARTÍCULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACIÓN DE 500 A 710 MICRAS; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NÚMERO 368 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.19 - MICROPARTÍCULAS DE PVA UNIFORMES PARA EMBOLIZACIÓN DE 710 A 1000 MICRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre



C
N
80



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta a la respuesta emitida por el proveedor		Respuesta
NUMERO 369 DE MI REPRESENTADA	MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.20 - KIT DE ANGIOPLASTIA¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 370 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES, GLOMUS, ETC. MAV'S MEDULARES, ETC., ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 12.21 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML , FRASCO CON 100 ML.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 371 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.1 - AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 372 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA:	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

L
A
90



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta a la Respuesta		Respuesta
	13.2 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 373 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.3 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 374 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.4 - INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 8 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 375 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



C

A

S



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

Pregunta		Respuesta
		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 376 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 377 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 378 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 379 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





Gobierno de
México



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

"Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.9 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA BENTSON-HANAFEE-WILSON I (JB1), CALIBRE 4 Y 5 FR ₂ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 380 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.10 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA BENTSON-HANAFEE-WILSON II (JB2), CALIBRE 4 Y 5 FR ₂ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 381 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.11 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA HEADHUNTER I (H1), CALIBRE 4 Y 5 FR ₂ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 382 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.12 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA SIDEWINDER SIMMONS TECHNIQUE I (SIM1), CALIBRE 4 Y 5 FR ₂ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

C

7

g

5



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 383 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA CEREBRAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 13.13 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 MG YODO/ML, FRASCO CON 100 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 384 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.1 - AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CALIBRE. 18 G. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 385 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.2 - INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTÁTICA, CALIBRE 6 FR X 11 PARA GUIA 0.035. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 386 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTÉ OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN,	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

	DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.3 - INTRODUCOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 7 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 387 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.4 - INTRODUCOR DE CATETER ARTERIAL QUE CONSTA DE UNA CAMISA Y UN DILATADOR, CONSTRUCCION DE UNA SOLA PIEZA DEL CENTRO Y EJE DE LA CAMISA QUE PERMITE EL PASO UNIFORME DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, CON UN TUBO LATERAL CON UNA LLAVE DE PASO Y VALVULA HEMOSTATICA, CALIBRE 8 FR X 11 PARA GUIA 0.035". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 388 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.5 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 389 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUITUD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.6 - CUERDA GUÍA DE PTFE, CON PUNTA EN J DE 3 MM O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035"-0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		RESPUESTA
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 390 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.7 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 150 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	la unidad dictaminen lo mejor para el paciente. En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 391 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.8 - CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA ANGULADA O RECTA, LONG. DE 260 CM, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON DIÁMETRO DE 0.035".¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 392 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.9 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA BENTSON-HANAFEE-WILSON I (JB1), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TÉCNICA NUMERO 393 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN,	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

PREGUNTA		RESPUESTA
	DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.10 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA VERTEBRAL (VERT) CALIBRE 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 394 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.11 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA HEADHUNTER I (H1), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 395 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.12 - CATETER PARA ANGIOGRAFIA NEUROVASCULAR CURVA SIDEWINDER SIMMONS TECHNIQUE I (SIM1), CALIBRE 4 Y 5 FR¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA TECNICA NUMERO 396 DE MI REPRESENTADA	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACEPTE OFERTAR EL INSUMO MENCIONADO DE MANERA OBLIGATORIA Y CON LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR MI REPRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PANANGIOGRAFIA ESPINAL, ESTO PARA PODER GARANTIZAR EQUIDAD EN LA EVALUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ESENCIALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, EVITANDO DISPARIDAD ENTRE OFERENTES Y POSIBLES DESECHAMIENTOS POR CRITERIOS NO ESPECIFICADOS. QUEDANDO EL INSUMO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.13 - MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO EN CONCENTRACION DE 300 MG YODO/ML, FRASCO CON 100 ML¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizaran para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA

		la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.
PREGUNTA PARA LA PARTIDA 3 INCISO II DE MI REPRESENTADA.	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DOCUMENTO DE TRAMITE QUE AVALA QUE EL CERTIFICADO EN NEURORRADIOLOGIA DEL PERSONAL MEDICO SE ENCUENTRA EN TRAMITE, ESTE CON LA FIRMA AUTOGRAFA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MEXICANO DE RADIOLOGIA E IMAGEN AC, EL DR. MARIO ALBERTO CAMPOS COY, CON LA FINALIDAD DE DAR LEGALIDAD AL DOCUMENTO MENCIONADO, CONFIRMANDO ASI QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE. ¿SE ACEPTA?	En seguimiento a su pregunta y con la finalidad de permitir la libre participación en igualdad, se deberá presentar los insumos que utilizarán para otorgar los servicios solicitados. Por lo anterior el proveedor podrá cotizar el mismo servicio de acuerdo con los diferentes productos embolizantes que ofertará. Lo anterior para que los expertos de la unidad dictaminen lo mejor para el paciente.

Sin otro particular de conformidad con el artículo 33 de la ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria. Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez, ubicado en Calle 41 No. 439 x 34, Col. Industrial, C.P. 97150, de Mérida, Yucatán, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta de aclaración a las bases de la convocatoria de licitación, siendo las 15:00 horas, del día 14 del mes de marzo del año 2025.

Se notifica a los licitantes que el evento de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2025 en punto de las 10:00 horas, que dará inicio de manera puntual, por lo que después de la fecha y hora indicadas no se podrán recibir proposiciones a los licitantes.



C

A

S



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"

Dirección Administrativa

Departamento de Abasto



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-26-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA


Esta Acta consta de 119 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de esta.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:


POR PARTE
DEL ÁREA
CONVOCANTE:



MTRO. JOSE ANGEL RAMIREZ SOLIS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DRA. LOURDES LILLIAN LOPEZ DAWN
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA


MTRO. FERNANDO JOSE SAURI ESQUILIANO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

DR. ARGIMIRO CORDOVA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGÍA Y
HEMODINAMIA


LIC. LEONARDO JESUS GARCIA MOYA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES


LIC. DIEGO ALONSO CEBALLOS FLORES
ANALISTA SUPERVISOR
ELABORO EL ACTA

POR PARTE DE LOS LICITANTES: SIN ASISTENCIA.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx