



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 14:00 horas del día 4 de abril de 2025, se reunieron en el Departamento de Abastecimiento, de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicada en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo, motivo de esta Licitación Pública Nacional, Electrónica de conformidad con los artículos 28 fracción I, 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley).

DICTAMEN

PRIMERO.- En fecha 6 de marzo del 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez" de Mérida, Yucatán, publica en la página electrónica del CompraNet, las bases de la convocatoria a la licitación **LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**, en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 fracción I, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 34, 35 y 47 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás relativos del Reglamento vigente de la propia de la Ley, las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, misma que convoca a todos los proveedores interesados en participar en la presente Licitación Pública Nacional.

SEGUNDO.- El día 18 de marzo de 2025 a las 09:00 horas, fue iniciada la junta de Aclaraciones a la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación, en atención al numeral 4 de la Convocatoria que rige el presente evento, siendo las 09:00 horas del día 19 de marzo de 2025 se dieron a conocer las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, informándoles a los licitantes que tenían un plazo de seis horas para formular preguntas en relación a sus respuestas remitidas, reanudando el evento el día 20 de marzo de 2025 a las 10:00 horas y haciendo constar que se recibieron repreguntas a esta convocante se procedió a dar contestación a las respuestas, misma que finalizó el 20 de marzo de 2025 a las 10:00 horas y fue firmada por los que intervinieron en el acto, se rubricaron los documentos que integran el expediente.

TERCERO.- El día 27 de marzo del año en curso a las 09:00 horas, se llevó a cabo la Presentación y Apertura de Propositiones Técnicas y Económicas y documentación complementaria de la Licitación Pública Nacional señalada en el proemio de la presente acta, dando cumplimiento al numeral 5 de la convocatoria que contiene las bases que rigen el presente evento, la convocante procedió a la revisión cuantitativa de las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación legal complementaria presentada por los licitantes, se levantó acta como constancia de dicho evento, donde se señaló las propuestas aceptadas para su posterior evaluación detallada y el importe de cada una de ellas. El acta fue firmada por los participantes, al final del acta se señaló lugar, fecha y hora en que se comunicará el fallo de la licitación.

DESARROLLO DEL EVENTO

En uso de la palabra el Mtro. Edgar Fabian Cubells Gutierrez Jefe del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, Mérida, Yucatán, quien preside el evento, con fundamento en el artículo 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con el numeral 5.3.8 inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo la presentación de los servidores públicos, declarando formalmente iniciando este acto.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 36 bis, 37 y 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 5 de las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**, se realizó el análisis de las proposiciones técnicas y económicas, y de conformidad al Artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se procedió a realizar la evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes participantes:





ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS: De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con el numeral 5.3.9 inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Numeral 5 inciso D de la Convocatoria de esta Licitación Pública Nacional. El **Dr. David Roldán Morales, Jefe de Departamento de la División de Cardiología** y el **Dr. Argimiro Cordova Santiago, Jefe del Departamento de Cardiología y Hemodinamia de la U.M.A.E.**, realizó las evaluaciones técnicas de las proposiciones recibidas, por lo que se emite el siguiente resultado por proveedor:

INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Incumplimiento No. 1: El licitante INTEGMEV, S.A. DE C.V incumple con lo solicitado en el numeral 2.2. Licencias, autorizaciones y permisos., el anexo técnico, los términos y condiciones así como la propuesta técnica y económica al no presentar ninguno de los escritos presentados o formatos solicitados con la firma del representante legal que se contienen en los siguientes numerales:

2.	Descripción, Unidad y Cantidad
2.1	Calidad
2.2	Licencias, Autorizaciones y Permisos
3.	Modalidad de la contratación
3.1	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones
4.	Junta de Aclaraciones
5.	Presentación y Apertura de Proposiciones
5.1	Proposiciones Conjuntas
6.	Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la Invitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica.
6.1	Documentación Complementaria
6.2	Proposición Técnica
6.3	Proposición Económica
7.	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.
7.1	En el acto de presentación y apertura de proposiciones.
7.2	En la suscripción de las Proposiciones
7.3	En la firma del Contrato.
8	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, así como en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del INFONAVIT.
9	Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos.
9.1	Evaluación de las proposiciones Técnicas
9.2	Evaluación de las proposiciones Económicas
9.3	Criterios de Adjudicación de los Contratos
15	Anexos

Incumplimiento No. 2: El licitante INTEGMEV, S.A. DE C.V. no presenta el formato T21 "propuesta para la evaluación técnica/documental" solicitado en la convocatoria numeral 6.2 proposición técnica y anexo técnico, presentando un formato propio (archivo denominado "18461911_e_11.pdf", folio 00088 a 00091) el cual únicamente incluye la información referente a los bienes de consumo básicos, el cual tampoco se encuentra firmado por el representante legal por lo que no cumple con presentar la totalidad de la información solicitada en los términos requeridos por la convocante.





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-CYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

**ANEXO T4 DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2025**

[illegible]



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

LICITANTE SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Incumplimiento No. 1: El licitante Suministros Médicos de México, S.A. de C.V. no oferta el equipo Programadora de marcapasos definitivo.

De la revisión al archivo 18452930_E_T21, Formato T21 Propuesta para la Evaluación Técnico/ Documental, Numeral 21 Programadora de Marcapasos Definitivo, Folio 189, no se anexa Información alguna con relación a este equipo en el documento 18426824_E_1 "Equipos Médicos" Folio 000001 Al Folio 000004, Tampoco aparece en los Folios 1 Al 1400 de sus archivos del licitante denominados Carpeta De Equipos.

Incumplimiento No. 2: El licitante Suministros Médicos de México, S.A. de C.V. no presenta oferta alguna de los insumos que se relacionan en la siguiente tabla:

C.C.B.I.	DESCRIPCION SOLICITADA
60.01.852	Catéter de electrofisiología, de ablación multi curva, calibre 7 fr, alcance de la curva a 90 grados de 45 a 70 mm, electrodo distal de 4 mm, distancia entre electrodos de 2/5/2 mm, longitud útil de 112 cm
60.01.872	Dispositivo de oclusión de malla de nifinol autoexpandible que se utiliza en un conducto arterioso persistente (cap). dispositivo con una cintura central con dos discos de retención. la cintura central está diseñada para colocarse dentro del conducto. los discos de retención se despliegan en los extremos del conducto o se despliegan completamente dentro del conducto cuando se trata a bebés pequeños. dispositivo con capacidad de abordaje anterógrado (venoso) o retrógrado (arterial) e indicado para pacientes con un peso de 700 gramos. las bandas marcadoras radiopaca en cada extremo del ocluidor permiten visibilidad durante la fluoroscopia. perfil de 4 fr. medidas del diametro de la cintura del dispositivo de 3 , 4 y 5 mm
60.01.951	Cuerda guia hidrofílica calibre 0.035", longitud de 260 cm, punta angulada
60.01.965	Stents periféricos ,montado o desmontado. Para expandir entre 8 ó 10 ó 12 ó 14 ó 16 ó 18 ó 20 ó 22 ó 25 mm de diametro y stent con longitud de 40 y 50 mm.
60.01.1012	Catéter de aterectomía rotacional periférica con sistema de infusión y aspiración activa
S.C.C.B.	Estilete de cierre con punta para extracción de cables de marcapasos, longitud total de 140 cm, longitud activa de 70 cm. hecho de acero inoxidable, disponible en un único tamaño compatible con las dimensiones del diámetro interno de muchos cables y catéteres con lumen central
S.C.C.B.	Extensor de cables para extracción de cables de marcapaso. longitud total 70 cm, hecho en níquel-cromo con un collarín de acero inoxidable. funciona como una extensión que se fija con el equipo de vainas dilatadoras
S.C.C.B.	Equipo de vainas dilatadoras mecánicas para extracción de cables de marcapasos constituidas por dos vainas, la vaina interior está compuesta de material nylon 12 con una punta de acero inoxidable serie 300. la vaina telescópica exterior está hecha de teflón radiopaco. la longitud activa es de 13,6 cm. disponible en 9 y 11 fr.
S.C.C.B.	Equipo de vainas dilatadoras mecánicas para extracción de cables de marcapasos constituidas por dos vainas, la vaina interior está compuesta de una combinación de material de nylon 12 pebax, una punta de acero inoxidable serie 300. la vaina telescópica exterior está hecha de teflón radiopaco. la longitud activa es de 40.6 c. disponibles en 7, 9, 11 y 13 fr. Ir-evn-7.0, Ir-evn-9.0, Ir-evn-11.0, Ir-evn-13.0
S.C.C.B.	Extensor de espiral. dispositivo que dilata el extremo libre de un cable para permitir la introducción de un estilete de retención o recto
S.C.C.B.	Dispositivo que corta la terminal del conector de un cable de marcapasos para poder dar entrada al estilete de cierre al lumen del cable
S.C.C.B.	Elambres de mandril metálico con manija que pasan hacia el cable del marcapasos para medir su longitud y asegurar el acceso a la punta
S.C.C.B.	Dispositivo de agarre suave que sostiene los cables sin deformar los espirales de los conductores
S.C.C.B.	Espiral de compresión que se adjunta al estilete y el cable para darle más soporte
S.C.C.B.	Dispositivo ocluidor femoral a base de sutura
S.C.C.B.	Bomba sanguínea microaxial intravascular para ventrículo izquierdo con flujo > 4 L/min, con accesorios de implantación

Esto se puede constatar en el documento 18452930_E_T21, Formato T21 Propuesta para la Evaluación Técnico/ Documental, Folios 186 Al 213, tampoco se encuentra información alguna de los bienes complementarios mencionados en los folios 1401 al 3598 localizable en los archivos propuestos de la propuesta técnica del licitante





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Incumplimiento No. 3: El licitante **Suministros Médicos de México, S.A. de C.V.** no cumple con el Catéteres para cateterización de arteria coronaria para técnica radial Tipo bilateral preformado en curvas RADIAL ó TIG ó ULTIMATE ó TRAPEASE. Calibre 5 ó 6 fr,

Esto se puede constatar en el archivo 18452930_E_T21, Formato T21 Propuesta para la Evaluación Técnico/ Documental, Numeral 2 Catéteres para cateterización de arteria coronaria para técnica radial tipo bilateral preformado en curvas radial ó tig ó ultimate ó trapease. Calibre 5 ó 6 Fr, Folio 202, donde se oferta un catéter que no cumple con la característica para técnica radial, tipo bilateral. Lo expresado se puede corroborar en la Carpeta de Procedimientos 3599 Al 14434.

Se adjunta cuadro para mayor referencia:

NUMERAL	DESCRIPCIÓN PROPUESTA	MARCA	MODELO	NOMBRE DE LA CARPETA	UBICACIÓN EXACTA DE LA ESPECIFICACION REFERENCIADA (Folio/Página)	FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO)	REGISTRO SANITARIO	FDA o CEE o CALIDAD/ISO
4	Catéteres para cateterización de arteria coronaria para técnica radial Tipo bilateral preformado en curvas RADIAL ó TIG ó ULTIMATE ó TRAPEASE. Calibre 5 ó 6 fr	BOSTON	IMPULSE	CARPETA DE PROCEDIMIENTOS	3599 AL 14434	Si		

Incumplimiento No. 4: El licitante **Suministros Médicos** no cumple con la descripción del bien Balón para venografía compatible con el sistema de liberación.

Lo anterior, se puede corroborar en el archivo 18452930_E_T21, formato T21 propuesta para la evaluación técnico/ documental, numeral 7 balón para venografía compatible con el sistema de liberación, folio 212, donde se oferta balón pero el mismo licitante reconoce que no tiene registro sanitario ni certificados de calidad. Esto se manifiesta por parte del licitante en el folio 212 y se corrobora con la revisión de la carpeta de procedimientos 3599 al 14434, en donde no existe documento que haga referencia a este bien.

NUMERAL	DESCRIPCIÓN PROPUESTA	MARCA	MODELO	NOMBRE DE LA CARPETA	UBICACIÓN EXACTA DE LA ESPECIFICACION REFERENCIADA (Folio/Página)	FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO)	REGISTRO SANITARIO	FDA o CEE o CALIDAD/ISO
7	Balon para venografia compatible con el sistema de liberación	OSCOR	VENOS	CARPETA DE PROCEDIMIENTOS	3599 AL 14434	si	SIN DOCUMENTO	SIN DOCUMENTO

Incumplimiento No. 5: El Licitante **Suministros Médicos de México S.A., DE C.V.**, oferta para para el bien de consumo complementario 60.01.1026, Marca Merit Medical, el cual no contine el catálogo referenciado para este clave.





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Sin embargo, en el archivo donde se referenció denominado: 18451282_E_C1002_Sccb, no se encontró ningún catalogo referenciado con dicha clave, por lo que su propuesta se encuentra incompleta.

Incumplimiento No. 6: El licitante Suministros Médicos de México, S.A. de C.V., oferta para el bien de consumo complementario 60.01.1030, la marca DDM, el cual no contine el catálogo referenciado para este clave.

Sin embargo, en el archivo donde se referencia, denominado: 18451282_e_c1002_sccb, no se encontró ningún catalogo referenciado con dicha clave, por lo que su propuesta se encuentra incompleta.

Incumplimiento No. 7: El Licitante Suministros Médicos de México, S.A. de C.V., oferta para el bien de consumo complementario 60.01.1028, un insumo de la Marca DDM, ubicado en el Archivo: 18451282_E_C1002_Sccb, Con Folio: 1986, el cual no cumple con lo solicitado en la convocatoria.

Este insumo no cumple con lo requerido ya que no referencia la característica solicitada en este punto "ABLACIÓN CON MICROONDAS. TRATAMIENTO DE ABLACIÓN FOCALIZADO QUE UTILIZA MICROONDAS GENERANDO UN EFECTO TÉRMICO EN EL TEJIDO BLANDO.", en su lugar se hace referencia a una fibra laser y tampoco se encuentra el modelo o código del producto ofertado, por lo que su propuesta resulta insolvente.

60.01.1028	Ablación con microondas. Tratamiento de ablación focalizado que utiliza microondas generando un efecto térmico en el tejido blando	60.01.1030	Ablación con microondas. Tratamiento de ablación focalizado que utiliza microondas generando un efecto térmico en el tejido blando	DDM	OF 96012	CARPETA BIENES COMPLEMENTARIOS	1401 AL 3550	M	ID 735796 EN JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA REFERENCIA ÚNICAMENTE CON CATALOGO	ID 735796 EN JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA REFERENCIA ÚNICAMENTE CON CATALOGO
------------	--	------------	--	-----	----------	--------------------------------	--------------	---	---	---

1986

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL
CENTRO MÉDICO NACIONAL "IGNACIO GARCÍA
TELLEZ" MÉRIDA, YUCATÁN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL para
HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA"
(SMI PARA HERI)

BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1028
BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1032

NA 360 600 Fibra fusionada®
flebología
tratamiento láser endovenoso
de la vena safena magna
y la vena safena parva

Perfil de emisión láser optimizado sin disparo frontal

para el uso eficiente de la energía láser

Punta de fibra soldada para máxima seguridad

Marcado láser preciso

Incumplimiento No. 8: El Licitante Suministros Médicos de México, S.A. de C.V., oferta para el bien de consumo complementario 60.01.1032, el Insumo de la marca Medtronic, ubicado en el Archivo: 18451282_E_C1002_Sccb, Con Folio: 1986, el cual no cumple con lo solicitado en la convocatoria.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Este insumo no cumple con lo requerido ya que no referencia la característica solicitada en este punto "CATÉTER Ó ESTILETE PARA SAFENOABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (SEGÚN TECNOLOGÍA OFERTADA EN EQUIPO SI SE TRATA DE RADIOFRECUENCIA)", en su lugar se hace referencia a una fibra laser y tampoco se encuentra el modelo o código del producto ofertado, por lo que su propuesta resulta insolvente.

60.01.1032	Catéter ó estilete para safenotomía por radiofrecuencia (según tecnología ofertada en equipo si se trata de radiofrecuencia)	60.01.1032	Catéter ó estilete para safenotomía por radiofrecuencia (según tecnología ofertada en equipo si se trata de radiofrecuencia)	MEDTRONIC	CLOSURE FAST 2	CARPETA BIENES COMPLEMENTARIOS	1401 AL 3503	SI	ID 735798 EN JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA REFERENCIAR CON CATALOGO	ID 735798 EN JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA REFERENCIAR CON CATALOGO
------------	--	------------	--	-----------	----------------	--------------------------------	--------------	----	---	---

1986

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL
CENTRO MÉDICO NACIONAL "IGNACIO GARCÍA
TELLEZ" MÉRIDA, YUCATÁN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚM. LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA
HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA"
(SMI PARA HERI)
BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1029
BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1032

NA 360 600 Fibra fusionada®
flebología
tratamiento láser endovenoso
de la vena safena magna
y la vena safena parva

Perfil de emisión láser optimizado sin disparo frontal
para el uso eficiente de la energía láser
Punta de fibra soldada para máxima seguridad
Marcado láser preciso

MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. de C.V.

El proveedor Medical Life Supply, S.A. de C.V. cumple con los requisitos técnicos requeridos.

Se adjunta a la presente acta de fallo el documento de la evaluación técnica con el detallado.

II.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al criterio que se utilizó como método para evaluar las propuestas, siendo el mecanismo de Puntos y Porcentajes, y una vez que los licitantes participantes cumplieron cuantitativamente con los requisitos solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de este procedimiento, a continuación se da a conocer el RESULTADO DE LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA:

PONDERACIÓN LICITANTE INTEGMEV, S.A. DE C.V

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde a 60 puntos restantes, será evaluada tomando en cuenta la capacidad, experiencia, especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican:



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE			24	
a) Capacidad de los recursos humanos.			22.5	
a.1) Experiencia del personal en servicios relacionados con el objeto de la contratación.	Currículum individualizado de por lo menos 4 técnicos en sitio propuesto por el licitante, que cuente con los conocimientos especializados en Hemodinamia y Radiología Intervencionista, conocer y saber el manejo de equipamiento asociado a este servicio; el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los documentos solicitados (con base al artículo 40 fracción I de RLAASSP), para proceder a evaluar el currículum, este deber contener obligatoriamente lo siguiente:	Más de 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.	5.5	0 puntos El licitante solo presenta documentación de 3 técnicos en lugar de los 4 requeridos, y no presenta copia simple de los movimientos afiliatorios del personal propuesto por lo que no demuestra que el personal ofertado pertenezca a su plantilla laboral por lo que no obtiene puntos.
	Nombre completo, domicilio particular y número telefónico personal.	Más de 4 y hasta 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.	4	
	Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.	Más de 3 y hasta 4 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio	3	
	Experiencia laboral de cuando menos de un año en proyectos iguales o similares al solicitado en el presente servicio. INCLUIR: Razón social de la empresa, datos de contacto, así como las actividades realizadas y que estas se relacionen con el objeto del servicio solicitado para el presente procedimiento. Indicar periodos de inicio y término de actividades laborales al menos con mes y año. Copia de Identificación oficial con fotografía expedida por un Órgano del Estado Mexicano de carácter oficial).	Más de 2 y hasta 3 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.	2	
	El personal propuesto debe pertenecer a la plantilla del licitante, por lo que deberá anexa copia simple de los movimientos afiliatorios del personal propuesto	Más de 1 y hasta 2 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.	1	





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

a.2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a los conocimientos académicos o profesionales.	Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto. El licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, cumple de acuerdo con su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de enfermería o carrera nivel técnico o afín, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Sólo se tomará en cuenta el personal propuesto que haya cumplido con los criterios de evaluación del rubro al para la obtención de puntos	Sí el 100% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional. Sí el 75% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional y/o constancia del 100% de créditos académicos. Sí en el 50% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional y/o constancia del 100% de créditos académicos.	13 8 4	0 puntos El licitante solo presenta documentación de 3 técnicos en lugar de los 4 requeridos, y no presenta copia simple de los movimientos afiliatorios del personal propuesto por lo que no demuestra que el personal ofertado pertenezca a su plantilla laboral por lo que no obtiene puntos.
a.3) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.	El participante deberá contar con personal capacitado y especializado: Debiendo presentar copia de certificado, constancia o diploma del fabricante y/o distribuidor; o documento expedido por Institución pública o privada reconocida y dedicada a proporcionar servicios de mantenimiento y capacitación Para el manejo de los equipos e insumos médicos relacionados con el servicio a ofertar, y que estos conocimientos generen una aportación para su trabajo, por lo que solo se dará puntuación o unidades porcentuales al participante que acredite contar en su plantilla con el personal capacitado que habrá de prestar el servicio.	100% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio verificadas entre los años 2020 al 2024. 75% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. 50% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.	4 3 1	0 puntos El licitante solo presenta documentación de 3 técnicos en lugar de los 4 requeridos, y no presenta copia simple de los movimientos afiliatorios del personal propuesto por lo que no demuestra que el personal ofertado pertenezca a su plantilla laboral por lo que no obtiene puntos.
b) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.			0.25	0
b.1) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.	En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad	Documento: Aviso de alta al Régimen obligatorio del IMSS, así como la glosa o documentno oficial del IMSS donde conste el número total de empleados para acreditar que cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su	0.25	0 puntos





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
		planta de empleados. Constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad.		
c) Equidad de Género.			1	0
c.1) Equidad de Género	En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014.	Documento: Certificación vigente que acredite que el licitante aplica políticas y prácticas de igualdad laboral de acuerdo a la norma NMX-R-025-SCFI-2015, emitido por un órgano certificador autorizado	1	0 puntos
d) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.			0.25	0
d.1) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; y en caso de contar con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años; lo anterior en cumplimiento al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.	Documento: Escrito de la clasificación que guarda la empresa. Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).	0.25	0 puntos El licitante no presenta la Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).
2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.			18	0
a) Experiencia del licitante.	Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales, los licitantes participantes deberán presentar copia de por lo menos 1 contrato y máximo 10 contratos debidamente formalizados, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 6 (seis) años (en el periodo 2019 a 2024), en Servicios Integrales de Hemodinamia podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios.	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de experiencia (máximo 5 años con 10 contratos). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de especialidad acreditados. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los	9	0 puntos El licitante presenta 2 contratos de los cuales solo uno es de Servicios de Hemodinamia, sin embargo este solo tiene una vigencia de 7.9 meses por lo que no demuestra contar por lo menos con 1 año de experiencia





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
		licitantes en razón de los años acreditados. Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años de especialidad (máximo 8 en 16 contratos) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.		
b) Especialidad del licitante.	Para acreditar la especialización del Licitante participante, deberá presentar contratos de Servicios Médicos Integrales de Hemodinamia, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de especialidad durante los últimos 6 (seis) años 2019 a 2024 (al menos 1 contrato y máximo 10 contratos), que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de especialidad (máximo 5 años con 10 contratos). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de especialidad acreditados. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años acreditados. Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años de especialidad (máximo 8 en 16 contratos) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.	9	0 puntos El licitante presenta 2 contratos de los cuales solo uno es de Servicios de Hemodinamia, sin embargo este solo tiene una vigencia de 7.9 meses por lo que no demuestra contar por lo menos con 1 año de experiencia
3.- PROPUESTA DE TRABAJO.			8	
a) Metodología.	El participante debe presentar en su propuesta el documento descrito, con todos y cada uno de los documentos y requisitos establecidos.	- Programación y/o calendarización de las actividades que implica el arranque y puesta en marcha de la prestación del servicio integral y forma de utilización de los recursos	1	1





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
		humanos con que dispone la empresa. - El o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades para la prestación del servicio integral. - Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Convocatoria, para la prestación del servicio integral.		
b) Plan de trabajo.	El Plan de trabajo propuesto, deberá presentarse, donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener: Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral de Hemodinámica" de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación. Estrategias, Líneas de Acción Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Capacitación, Capacitación Previa, Entrega, instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo Complementarios, Inicio de la prestación del servicio). El Programa de Capacitación sobre los equipos del SMI para HE con temario por objetivos, teórico	"Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado y lo mejora "Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado	6 4	6





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
	práctico. El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad y/o UMAE contenidas en la partida de su interés. Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI para HE (al concluir su contrato). Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio			
c) Estructura organizacional de los recursos humanos.	El licitante participante, deberá presentar su currículum y Organigrama que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación. El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular. El diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda deberá considerar al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección). El licitante deberá presentar certificados de gestión como empresa ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones conjuntas las empresas licitantes deberán estar certificadas.	Sí el licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro y lo mejora. Sí el licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro.	1 0.5	1
4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.			10	0
a) Cumplimiento de contratos.	Con la finalidad de acreditar que el licitante participante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, deberá presentar la siguiente documentación: Para el caso de Dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar: a) Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas o:	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de cartas de satisfacción y/o cancelaciones de garantía de cumplimiento y/o Copia de al menos un Carta de cumplimiento de contrato (máximo 5). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación	10	0 puntos El licitante presenta Carta de satisfacción de clientes pero no presenta una(s) factura(s) vinculada que corresponda al Servicio prestado.





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
	b) Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados o: Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar: 1. Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente. 2. Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigentes en el portal del SAT. 3. Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal, vinculada con una(s) factura(s) que corresponda del Servicio prestado, de la cual deberá presentar a su vez copia simple. Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberán (n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de "Experiencia y Especialidad del licitante" y que cumplan con el criterio de dichos rubros.	entre el resto de los licitantes debido a los años de experiencia acreditados. Cumplimiento = (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones (máximo 5) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.		

PONDERACIÓN LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY S.A. DE C.V.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde a 60 puntos restantes, será evaluada tomando en cuenta la capacidad, experiencia, especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican:

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE			24	
a) Capacidad de los recursos humanos.			22.5	





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

a.1) Experiencia del personal en servicios relacionados con el objeto de la contratación.	Currículum individualizado de por lo menos 4 técnicos en sitio propuesto por el licitante, que cuente con los conocimientos especializados en Hemodinamia y Radiología Intervencionista, conocer y saber el manejo de equipamiento asociado a este servicio; el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los documentos solicitados (con base al artículo 40 fracción I de RLAASSP), para proceder a evaluar el currículum, este deber contener obligatoriamente lo siguiente: Nombre completo, domicilio particular y número telefónico personal. Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. Experiencia laboral de cuando menos de un año en proyectos iguales o similares al solicitado en el presente servicio. INCLUIR: Razón social de la empresa, datos de contacto, así como las actividades realizadas y que estas se relacionen con el objeto del servicio solicitado para el presente procedimiento. Indicar periodos de inicio y término de actividades laborales al menos con mes y año. Copia de Identificación oficial con fotografía expedida por un Órgano del Estado Mexicano de carácter oficial). El personal propuesto debe pertenecer a la plantilla del licitante, por lo que deberá anexa copia simple de los movimientos afiliatorios del personal propuesto	Más de 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio. Más de 4 y hasta 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio. Más de 3 y hasta 4 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio Más de 2 y hasta 3 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio. Más de 1 y hasta 2 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.	5.5 4 3 2 1	5.5
a.2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a los conocimientos académicos o profesionales.	Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto. El licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, cumple de acuerdo con su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de enfermería o carrera nivel técnico o afín, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Sólo se tomará en cuenta el personal propuesto que haya cumplido con los criterios de evaluación del rubro a) para la obtención de puntos	Sí el 100% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional. Sí el 75% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional y/o constancia del 100% de créditos académicos. Sí en el 50% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional y/o constancia del 100% de créditos académicos.	13 8 4	13.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

a.3) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.	El participante deberá contar con personal capacitado y especializado: Debiendo presentar copia de certificado, constancia o diploma del fabricante y/o distribuidor; o documento expedido por Institución pública o privada reconocida y dedicada a proporcionar servicios de mantenimiento y capacitación Para el manejo de los equipos e insumos médicos relacionados con el servicio a ofertar, y que estos conocimientos generen una aportación para su trabajo, por lo que solo se dará puntuación o unidades porcentuales al participante que acredite contar en su plantilla con el personal capacitado que habrá de prestar el servicio.	100% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio verificadas entre los años 2020 al 2024. 75% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. 50% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.	4 3 1	4.
b) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.			0.25	0
b.1) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.	En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad	Documento: Aviso de alta al Régimen obligatorio del IMSS, así como la glosa o documentno oficial del IMSS donde conste el número total de empleados para acreditar que cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados. Constanca que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad.	0.25	0 puntos
c) Equidad de Género.			1	1
c.1) Equidad de Género	En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014.	Documento: Certificación vigente que acredite que el licitante aplica políticas y prácticas de igualdad laboral de acuerdo a la norma NMX-R-025-SCFI-2015, emitido por un órgano certificador autorizado	1	1



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 39 No. 439 por 41 Colonia Industrial C.P. 97150, Mérida, Yucatán, México Teléfonos 99-99-22-56-56 Ext. 61623, 61660

www.imss.gob.mx



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
d) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.			0.25	0
d.1) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; y en caso de contar con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años; lo anterior en cumplimiento al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.	Documento: Escrito de la clasificación que guarda la empresa. Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).	0.25	0 puntos
2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.			18	
a) Experiencia del licitante.	Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales, los licitantes participantes deberán presentar copia de por lo menos 1 contrato y máximo 10 contratos debidamente formalizados, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 6 (seis) años (en el periodo 2019 a 2024), en Servicios Integrales de Hemodinamia podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios.	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de experiencia (máximo 5 años con 10 contratos). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de especialidad acreditados. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años acreditados. Especialidad= (A*B) / C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años de especialidad (máximo 8 en 16 contratos) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.	9	9 PUNTOS
b) Especialidad del licitante.	Para acreditar la especialización del Licitante participante, deberá presentar contratos de Servicios Médicos Integrales de Hemodinamia, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de especialidad	9	9 PUNTOS





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
	especialidad durante los últimos 6 (seis) años 2019 a 2024 (al menos 1 contrato y máximo 10 contratos), que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios	(máximo 5 años con 10 contratos). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de especialidad acreditados. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años acreditados. Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años de especialidad (máximo 8 en 16 contratos) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.		
3.- PROPUESTA DE TRABAJO.			8	
a) Metodología.	El participante debe presentar en su propuesta el documento descrito, con todos y cada uno de los documentos y requisitos establecidos.	- Programación y/o calendarización de las actividades que implica el arranque y puesta en marcha de la prestación del servicio integral y forma de utilización de los recursos humanos con que dispone la empresa. - El o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades para la prestación del servicio integral. - Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Convocatoria, para la	1	1





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
		prestación del servicio integral.		
b) Plan de trabajo.	El Plan de trabajo propuesto, deberá presentarse, donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener: Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral de Hemodinámica" de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación. Estrategias, Líneas de Acción Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Capacitación, Capacitación Previa, Entrega, instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo Complementarios, Inicio de la prestación del servicio). El Programa de Capacitación sobre los equipos del SMI para HE con temario por objetivos, teórico práctico. El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad y/o UMAE contenidas en la partida de su interés. Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI para HE (al concluir su contrato). Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio	"Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado y lo mejora "Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado	6 6 4	6
c) Estructura organizacional de los	El licitante participante, deberá presentar su currículum y Organigrama que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares	Sí el licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los	1	1





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
recursos humanos.	al de la presente contratación. El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular. El diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda deberá considerar al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección). El licitante deberá presentar certificados de gestión como empresa ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones conjuntas las empresas licitantes deberán estar certificadas.	Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro y lo mejora. Sí el licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro.	0.5	
4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.			10	10
a) Cumplimiento de contratos.	Con la finalidad de acreditar que el licitante participante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, deberá presentar la siguiente documentación: Para el caso de Dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar: a) Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas o: b) Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados o: Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar: 1. Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente. 2. Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga:	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de cartas de satisfacción y/o cancelaciones de garantía de cumplimiento y/o Copia de al menos un Carta de cumplimiento de contrato (máximo 5). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes debido a los años de experiencia acreditados. Cumplimiento = (A*B) / C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de cartas,	10	10



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
	https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigentes en el portal del SAT. 3. Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal, vinculada con una(s) factura(s) que corresponda del Servicio prestado, de la cual deberá presentar a su vez copia simple. Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberán (n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de "Experiencia y Especialidad del licitante" y que cumplan con el criterio de dichos rubros.	cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones (máximo 5) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.		

PONDERACIÓN LICITANTE SUMINISTROS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde a 60 puntos restantes, será evaluada tomando en cuenta la capacidad, experiencia, especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican:

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE			24	
a) Capacidad de los recursos humanos.			22.5	





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

a.1) Experiencia del personal en servicios relacionados con el objeto de la contratación.	Curriculum individualizado de por lo menos 4 técnicos en sitio propuesto por el licitante, que cuente con los conocimientos especializados en Hemodinamia y Radiología Intervencionista, conocer y saber el manejo de equipamiento asociado a este servicio; el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los documentos solicitados (con base al artículo 40 fracción I de RLAAASP), para proceder a evaluar el curriculum, este deber contener obligatoriamente lo siguiente: Nombre completo, domicilio particular y número telefónico personal. Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. Experiencia laboral de cuando menos de un año en proyectos iguales o similares al solicitado en el presente servicio. INCLUIR: Razón social de la empresa, datos de contacto, así como las actividades realizadas y que estas se relacionen con el objeto del servicio solicitado para el presente procedimiento. Indicar periodos de inicio y término de actividades laborales al menos con mes y año. Copia de Identificación oficial con fotografía expedida por un Órgano del Estado Mexicano de carácter oficial). El personal propuesto debe pertenecer a la plantilla del licitante, por lo que deberá anexa copia simple de los movimientos afiliatorios del personal propuesto	Más de 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio. Más de 4 y hasta 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio. Más de 3 y hasta 4 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio Más de 2 y hasta 3 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio. Más de 1 y hasta 2 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.	5.5 4 3 2 1	0 puntos El licitante solo presenta documentación de 3 técnicos en lugar de los 4 requeridos, como se puede verificar del archivo T22 que preseta el licitate, así como en el curriculum del personal que proponen como supervisor Alma Rocio Esteban Alcantara que menciona que su experiencia es de supervisora, de igualn forma se hace constar que ninguno de los curriculums presentados cumple con todos los requisitos solicitados del curriculum
a.2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a los conocimientos académicos o profesionales.	Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto. El licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, cumple de acuerdo con su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de enfermería o carrera nivel técnico o afin, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Sólo se tomará en cuenta el personal propuesto que haya cumplido con los criterios de evaluación del rubro a1 para la obtensión de puntos	Sí el 100% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional. Sí el 75% del personal propuesto por el licitante cuenta con Título y/o cédula profesional y/o constancia del 100% de créditos académicos. Sí en el 50% del personal propuesto por el licitante cuenta con Titulo y/o cédula profesional y/o constancia del 100% de créditos académicos.	13 8 4	0 puntos El licitante solo presenta documentación de 3 técnicos en lugar de los 4 requeridos, como se puede verificar del archivo T22 que preseta el licitate, así como en el curriculum del personal que proponen como supervisor Alma Rocio Esteban Alcantara que menciona que su experiencia es de supervisora





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYB-050GYB063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

a.3) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.	El participante deberá contar con personal capacitado y especializado: Debiendo presentar copia de certificado, constancia o diploma del fabricante y/o distribuidor; o documento expedido por Institución pública o privada reconocida y dedicada a proporcionar servicios de mantenimiento y capacitación Para el manejo de los equipos e insumos médicos relacionados con el servicio a ofertar, y que estos conocimientos generen una aportación para su trabajo, por lo que solo se dará puntuación o unidades porcentuales al participante que acredite contar en su plantilla con el personal capacitado que habrá de prestar el servicio.	100% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio verificadas entre los años 2020 al 2024. 75% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. 50% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.	4 3 1	0 puntos El licitante solo presenta documentación de 3 técnicos en lugar de los 4 requeridos, como se puede verificar del archivo T22 que preseta el licitate, así como en el curriculum del personal que proponen como supervisor Alma Rocio Esteban Alcantara que menciona que su experiencia es de supervisora.
b) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.			0.25	0
b.1) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.	En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad	Documento: Aviso de alta al Régimen obligatorio del IMSS, así como la glosa o documentno oficial del IMSS donde conste el número total de empleados para acreditar que cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados. Constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad.	0.25	0 puntos El licitante no presenta la glosa o documentno oficial del IMSS donde conste el número total de empleados para acreditar que cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados.
c) Equidad de Género.			1	0
c.1) Equidad de Género	En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014.	Documento: Certificación vigente que acredite que el licitante aplica políticas y prácticas de igualdad laboral de acuerdo a la norma NMX-R-025-SCFI-2015, emitido por un organo certificador autorizado	1	0 puntos El licitante no presenta Certificación vigente que acredite que el licitante aplica políticas y prácticas de igualdad laboral de acuerdo a la norma NMX-R-025-SCFI-



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 39 No. 439 por 41 Colonia Industrial C.P. 97150, Mérida, Yucatán, México Teléfonos 99-99-22-56-56 Ext. 61623, 61660

www.intsigob.mx



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
				2015, emitido por un organo certificador autorizado
d) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.			0.25	0
d.1) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; y en caso de contar con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años; lo anterior en cumplimiento al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.	Documento: Escrito de la clasificación que guarda la empresa. Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).	0.25	0 puntos El licitante no presenta la Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).
2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.			18	
a) Experiencia del licitante.	Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales, los licitantes participantes deberán presentar copia de por lo menos 1 contrato y máximo 10 contratos debidamente formalizados, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 6 (seis) años (en el periodo 2019 a 2024), en Servicios Integrales de Hemodinamia podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios.	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de experiencia (máximo 5 años con 10 contratos). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de especialidad acreditados. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años acreditados. Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años de especialidad (máximo 8 en 16 contratos) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.	9	1.8 puntos Se computan los primeros 10 contratos presentados de los máximos 10 requeridos y el licitante sólo logra acreditar 1.33 años de experiencia de acuerdo al archivo T22 que preseta el licitate



2025
Año de
La Mujer Indígena



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
b) Especialidad del licitante.	Para acreditar la especialización del Licitante participante, deberá presentar contratos de Servicios Médicos Integrales de Hemodinamia, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de especialidad durante los últimos 6 (seis) años 2019 a 2024 (al menos 1 contrato y máximo 10 contratos), que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de especialidad (máximo 5 años con 10 contratos). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de especialidad acreditados. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años acreditados. Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años de especialidad (máximo 8 en 16 contratos) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.	9	1.8 puntos Se computan los primeros 10 contratos presentados de los máximos 10 requeridos y el licitante sólo logra acreditar 1.33 años de especialidad, de acuerdo al archivo T22 que preseta el licitante
3.- PROPUESTA DE TRABAJO.			8	
a) Metodología.	El participante debe presentar en su propuesta el documento descrito, con todos y cada uno de los documentos y requisitos establecidos.	- Programación y/o calendarización de las actividades que implica el arranque y puesta en marcha de la prestación del servicio integral y forma de utilización de los recursos humanos con que dispone la empresa. - El o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades para la prestación del servicio integral. - Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos	1	1





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
		necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Convocatoria, para la prestación del servicio integral.		
b) Plan de trabajo.	El Plan de trabajo propuesto, deberá presentarse, donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener: Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral de Hemodinámica" de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación. Estrategias, Líneas de Acción Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Capacitación, Capacitación Previa, Entrega instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo Complementarios, Inicio de la prestación del servicio). El Programa de Capacitación sobre los equipos del SMI para HE con temario por objetivos, teórico práctico. El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad y/o UMAE contenidas en la partida de su interés. Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI para HE (al concluir su contrato). Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio	"Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado y lo mejora	6	6
		"Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado	4	





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
c) Estructura organizacional de los recursos humanos.	El licitante participante, deberá presentar su currículum y Organigrama que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación. El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular. El diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda deberá considerar al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección). El licitante deberá presentar certificados de gestión como empresa ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones conjuntas las empresas licitantes deberán estar certificadas.	Sí el licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro y lo mejora. Sí el licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro.	1 0.5	1
4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.			10	10
a) Cumplimiento de contratos.	Con la finalidad de acreditar que el licitante participante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, deberá presentar la siguiente documentación: Para el caso de Dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar: a) Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas o: b) Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados o: Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar: 1. Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente. 2. Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigentes en el	Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de cartas de satisfacción y/o cancelaciones de garantía de cumplimiento y/o Copia de al menos un Carta de cumplimiento de contrato (máximo 5). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes debido a los años de experiencia acreditados. Cumplimiento = (A*B) / C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones	10	10





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
	portal del SAT. 3. Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal, vinculada con una(s) factura(s) que corresponda del Servicio prestado, de la cual deberá presentar a su vez copia simple. Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberán (n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de "Experiencia y Especialidad del licitante" y que cumplan con el criterio de dichos rubros.	presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones (máximo 5) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.		

III.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 5.3.10, inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; el área contratante, a través del Mtro. Edgar Fabián Cubells Gutiérrez, quien realizó el análisis administrativo y legal de las propuestas recibidas, se hace constar lo siguiente:

Todas las propuestas cuentan con Dictamen Legal-Administrativo Aprobatorio.

IV. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS: De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público y el numeral 9 de la Convocatoria que contiene las bases que regulan la presente licitación y toda vez que las proposiciones técnicas presentadas por las empresas enlistadas a continuación obtuvieron más de **37.5 puntos** en uno o más grupos en los rubros de dicha propuesta técnica, por tal motivo dichas empresas participantes se consideran técnicamente solventes y avanzan a la etapa de la **Evaluación Económica**. A continuación se da a conocer el puntaje obtenido en la evaluación económica a la documentación de las proposiciones económicas:

LICITANTE: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

GRUPO	PUNTUACIÓN ECONÓMICA
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA	8.00

LICITANTE: MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.

GRUPO	PUNTUACIÓN ECONÓMICA
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA	59.50

LICITANTE: SUMINISTROS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

GRUPO	PUNTUACIÓN ECONÓMICA
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA	21.60





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

V.- PUNTUACIÓN TOTAL: A continuación se adjunta el desglose de las puntuaciones obtenidas junto con sus totales por grupo.

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

PROVEEDOR LICITANTE	PUNTUACIÓN TÉCNICA	PUNTUACIÓN ECONÓMICA	PUNTUACIÓN TOTAL
INTEGMEV, S.A. DE C.V.	8	0	8
MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	59.50	40	99.50
SUMINISTROS MÉDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21.60	0	21.60

VI.- RESULTADO: Con fundamento en los artículos 36 Bis fracción I y 37 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la convocatoria que contiene las bases que regulan el proceso de esta Licitación Pública Nacional, se da a conocer las PROPUESTAS QUE RESULTARON GANADORAS, mencionándose el nombre del Licitante ganador, la relación de los grupos y partidas adjudicadas, precio unitario por artículo e importe mínimo y máximo asignado por cada grupo:

LICITANTE: MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.			CONTRATO: 050GYR063N02725-001-00		
PAQUETE	C.C.B.I.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES DE I.V.A.	I.V.A. (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO CON I.V.A. INCLUIDO
1	60.01.001	PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO ADULTO FEMORAL.	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
2	60.01.002	PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PEDIÁTRICO.	\$5,943.00	\$950.88	\$6,893.88
3	60.01.003	PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO POR TÉCNICA RADIAL (ADULTO O PEDIÁTRICO).	\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00
4	60.01.004	PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN.	\$17,500.00	\$2,800.00	\$20,300.00
5	60.01.005	PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA.	\$20,746.00	\$3,319.36	\$24,065.36
6	60.01.006	PROCEDIMIENTO DE STENT EN CONDUCTO ARTERIOSO.	\$18,249.00	\$2,919.84	\$21,168.84
7	60.01.007	PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.	\$4,100.00	\$656.00	\$4,756.00
8	60.01.008	PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL.	\$4,100.00	\$656.00	\$4,756.00
9	60.01.009	PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE STENT EN COARTACIÓN AÓRTICA.	\$61,054.00	\$9,768.64	\$70,822.64
10	60.01.010	PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE PCA CON OCLUSOR ADULTO.	\$83,203.00	\$13,312.48	\$96,515.48
11	60.01.011	PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP).	\$135,000.00	\$21,600.00	\$156,600.00
12	60.01.012	PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE OREJUELA AURICULAR CON OCLUSOR.	\$450,000.00	\$72,000.00	\$522,000.00
13	60.01.015	PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA MITRAL	\$85,000.00	\$13,600.00	\$98,600.00
14	60.01.016	PROCEDIMIENTO PERCUTÁNEO DE PLASTIA MITRAL CON CLIP.	\$215,000.00	\$34,400.00	\$249,400.00
15	60.01.017	PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA AÓRTICO PULMONAR Y ANGIOPLASTIA DE COARTACIÓN AÓRTICA.	\$16,790.00	\$2,686.40	\$19,476.40
16	60.01.018	PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA MIOCÁRDICA ACCESO FEMORAL O YUGULAR.	\$11,201.00	\$1,792.16	\$12,993.16
17	60.01.019	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTA ABDOMINAL (AAA).	\$280,000.00	\$44,800.00	\$324,800.00
18	60.01.020	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTO TORÁCICO (TAA).	\$185,000.00	\$29,600.00	\$214,600.00
19	60.01.021	PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE ELECTROFISIOLOGÍA.	\$73,096.00	\$11,695.36	\$84,791.36
20	60.01.022	PROCEDIMIENTO DE ELECTROFISIOLOGÍA CON MAPEO TRIDIMENSIONAL.	\$153,755.00	\$24,600.80	\$178,355.80





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

21	60.01.023	PROCEDIMIENTO DE ELECTROFISIOLOGÍA PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA.	\$128,685.00	\$20,589.60	\$149,274.60
22	60.01.024	PROCEDIMIENTO DE ELECTROFISIOLOGÍA PARA AISLAMIENTO DE VENAS PULMONARES POR CRIO ABLACIÓN.	\$234,800.00	\$37,568.00	\$272,368.00
23	60.01.025	PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS O MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS PERIFÉRICAS.	\$73,169.00	\$11,707.04	\$84,876.04
24	60.01.026	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN PERCUTÁNEA DE VÁLVULA PULMONAR.	\$195,000.00	\$31,200.00	\$226,200.00
25	60.01.027	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN PERCUTÁNEA DE VÁLVULA AÓRTICA.	\$600,000.00	\$96,000.00	\$696,000.00
26	60.01.028	PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA.	\$31,338.00	\$5,014.08	\$36,352.08
27	60.01.029	PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.	\$4,982.00	\$797.12	\$5,779.12
28	60.01.030	PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN TRANSEPTAL.	\$15,813.00	\$2,530.08	\$18,343.08
29	60.01.031	TROMBECTOMÍA PULMONAR.	\$1,892.00	\$302.72	\$2,194.72
30	60.01.033	PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE PCA CON COIL.	\$25,933.00	\$4,149.28	\$30,082.28
31	60.01.040	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTA TORACO-ABDOMINAL (ATA).	\$468,050.00	\$74,888.00	\$542,938.00
32	60.01.042	PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE PCA CON OCLUSOR NIÑOS.	\$190,000.00	\$30,400.00	\$220,400.00
33	60.01.043	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN PERCUTÁNEA DE VÁLVULA AÓRTICA BALÓN EXPANDIBLE.	\$400,000.00	\$64,000.00	\$464,000.00
34	S.C.C.B.	COLOCACIÓN DE RESINCRONIZADOR CARDIACO, GENERADO DE MARCAPASO TRICAMERAL, DOS ELECTRODOS DE FIJACIÓN ACTIVA PARA ESTIMULACIÓN ATRIAL DERECHA Y VENTRICULAR DERECHA CON DOS INTRODUCTORES "PEAL AWAY", ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN DE SENO CORONARIO CON EQUIPO COMPLETO PARA SU COLOCACIÓN.	\$158,553.00	\$25,368.48	\$183,921.48
35	S.C.C.B.	COLOCACIÓN DE DESFIBRILADOR BICAMERAL, GENERADOR DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE, ELECTRODO DE FIJACIÓN ACTIVA PARA ESTIMULACIÓN ATRIAL DERECHA, ELECTRODO FIJACIÓN ACTIVA CON UNA O DOBLE BOBINA DE DESFIBRILACIÓN, DOS INTRODUCTORES "PEAL AWAY".	\$264,731.00	\$42,356.96	\$307,087.96
36	S.C.C.B.	COLOCACIÓN DE RESINCRONIZADOR + DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE, GENERADOR DE RESINCRONIZADOR, ELECTRODO DE FIJACIÓN ACTIVA PARA ESTIMULACIÓN ATRIAL DERECHA, DOS INTRODUCTORES "PEAL AWAY", ELECTRODO FIJACIÓN ACTIVA CON UNA O DOBLE BOBINA DE DESFIBRILACIÓN, ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN DE SENO CORONARIO CON EQUIPO COMPLETO PARA SU COLOCACIÓN.	\$313,003.00	\$50,080.48	\$363,083.48
CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS					
37	60.01.801	ACCESORIOS PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735946 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$12,880.00	\$2,060.80	\$14,940.80
38	60.01.802	ENDOPRÓTESIS DE EXTENSIÓN ILIACA RECUBIERTA DE DIÁMETRO PROXIMAL Y DISTAL DE 10X10, 13X13, 20X20, 24X24 Y 28X28 MM EN LONGITUDES DE 82 MM. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736094 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$54,913.00	\$8,786.08	\$63,699.08
39	60.01.803	AGUJA PARA PUNCIÓN TRANSEPTAL POR RADIOFRECUENCIA. INCLUYE EQUIPO SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735947 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$13,709.00	\$2,193.44	\$15,902.44
40	60.01.806	BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 12, 15, 20 Y 30 MM DE LONGITUD.	\$21,994.00	\$3,519.04	\$25,513.04
41	60.01.807	BALÓN CORONARIO CON ATROTOMOS. INDICADO PARA REESTENOSIS O LESIONES CALCIFICADAS. DIÁMETROS DE 2.00 A 4.00 LONGITUDES DE 6, 10 Y 15 MM.	\$26,163.00	\$4,186.08	\$30,349.08



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

42	60.01.808	BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN DE 30, 40 O 50 CC. INCLUYE EQUIPO. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735698 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$35,000.00	\$5,600.00	\$40,600.00
43	60.01.809	STENT CORONARIO DE ALEACION DE PLATINO CROMO, DIAMETROS DE 2.25 A 4.50 MM Y LONGITUDES DE 8, 12, 16, 20, 24, 28 Y 32 MM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735699 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CAUDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736091 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$3,925.00	\$628.00	\$4,553.00
44	60.01.814	BALÓN PERIFÉRICO INFRA POPLÍTEO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014", LONGITUD DE HASTA 220 MM, DIFERENTES DIÁMETROS. CON PERFIL DE ENTRADA EN LESION ULTRABAJA (0,017 PULG). ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735700 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$19,000.00	\$3,040.00	\$22,040.00
45	60.01.815	BALÓN PERIFÉRICO PEDIÁTRICO DIFERENTES MEDIDAS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735701 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,500.00	\$1,040.00	\$7,540.00
46	60.01.816	BALONES DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTA PRESIÓN NO COMPLACIENTE.	\$8,999.00	\$1,439.84	\$10,438.84
47	60.01.817	BALONES SEMICOMPLACIENTES DE ULTRABAJA PERFIL DE 0.017, CON DIAMETROS DE 1.50 A 4.00 MM Y LONGITUDES DE 8, 12, 15 Y 20 MM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735702 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$9,000.00	\$1,440.00	\$10,440.00
48	60.01.818	BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735703 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$240.00	\$1,740.00
49	60.01.819	BOLSA ESTÉRIL PARA TUBO DE FLUOROSCOPIO. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735704 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$16.00	\$116.00
50	60.01.820	CABLE DE CONEXIÓN PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA LONGITUD DE 366 CM, CON 10 CLAVIJAS. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735705 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$4,485.00	\$717.60	\$5,202.60
51	60.01.821	CABLE DE CONEXIÓN PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA LONGITUD DE 244 CM, CON 4 CLAVIJAS RECUBIERTAS. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735706 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$4,865.00	\$778.40	\$5,643.40
52	60.01.822	CAMISA Ó INTRODUTOR TRANSEPTAL. SE ACEPTA PRESENTAR UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE ESTE REQUERIMIENTO, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735941 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$23,087.00	\$3,693.92	\$26,780.92
53	60.01.823	CATÉTER BALÓN PARA DILATACIÓN PERIFÉRICA, LONGITUD DEL CATETER DE 150 CM, SISTEMA 0.014, DIAMETROS DE 2, 3, 3.5 Y 4 MM CON LONGITUDES DE 60, 80, 100, 120, 150 Y 220 MM	\$19,000.00	\$3,040.00	\$22,040.00
54	60.01.824	CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 3MM A 12 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.035"PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 80 Ó 100 Ó 120 Ó 200 MM O 220MM DE LONGITUD.USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS FEMORALES. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735708 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$19,000.00	\$3,040.00	\$22,040.00
55	60.01.825	CATÉTER CON LAZO Y/O CANASTILLA DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO.	\$18,500.00	\$2,960.00	\$21,460.00
56	60.01.826	CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA, DE ABLACIÓN MULTI CURVA, CALIBRE 7 FR, ALCANCE DE LA CURVA A 90 GRADOS DE 45 A 70 MM, ELECTRODO DISTAL DE 4 MM, DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS DE 2/5/2 MM, LONGITUD ÚTIL DE 112 CM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735709 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$15,310.00	\$2,449.60	\$17,759.60



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

57	60.01.827	CATÉTER DUODECAPOLAR, DEFLECTABLE, CALIBRE 7 FR, RIGIDEZ DE LA PUNTA FIRME, DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS DE 2/10/2, NÚMERO DE ELECTRODOS 20, LONGITUD ÚTIL DE 110 CM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NÚMERO 735710 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$35,967.00	\$5,754.72	\$41,721.72
58	60.01.828	CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA PUNTA IRRIGADA, PARA USO CON UNA BOMBA DE INFUSIÓN DE FLUJO CONTINUO CALIBRE 7 FR, ALCANCE DE LA CURVA A 90 GRADOS DE 55 MM, ELECTRODO DISTAL DE 4 MM, DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS DE 2/5/2 MM, LONGITUD DE 110 CM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NÚMERO 735711 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$9,560.00	\$1,529.60	\$11,089.60
59	60.01.832	CATÉTER DE OCLUSIÓN FEMORAL CON BALÓN QUE PROPORCIONA UN ALTO FLUJO DE INYECCIÓN Y DISMINUYE RIESGOS DE ARRITMIAS O SIMILAR ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NÚMERO 735712 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
60	60.01.833	CATÉTER DE PERFUSIÓN DISTAL CON 4 MARCAS RADIOOPACAS O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NÚMERO 735713 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NÚMERO 736080 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$8,010.00	\$1,281.60	\$9,291.60
61	60.01.834	CATÉTER DE RECANALIZACIÓN VASCULAR PARA OCLUSIÓN TOTAL CRÓNICA, PARA USO CORONARIO. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NÚMERO 736078 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$165,000.00	\$26,400.00	\$191,400.00
62	60.01.835	CATÉTER DIAGNÓSTICO PARA LA CURVA PIGTAIL O MULTI PROPÓSITO O CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO RECTO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 6 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NÚMERO 735714 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$900.00	\$144.00	\$1,044.00
63	60.01.836	CATÉTER GUÍA CORONARIO TEFLONADO Ó SEMIHIDROFÍLICO Ó HIDROFÍLICO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 FR.	\$1,850.00	\$296.00	\$2,146.00
64	60.01.837	CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 Ó 9 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NÚMERO 735715 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$1,133.00	\$181.28	\$1,314.28
65	60.01.838	CATÉTER GUÍA RENAL. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NÚMERO 735716 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$1,046.00	\$167.36	\$1,213.36
66	60.01.839	CATÉTER DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA INTRAVASCULAR (OCT) PARA VASOS DE 2.0 A 3.5 MM DE DIÁMETRO, DIÁMETRO EXTERIOR DEL CATÉTER DE 2.58 F (0.86 MM, 0.034 PULGADAS). EL CATÉTER DE IMAGEN CON UNA LONGITUD DE FUNCIONAMIENTO DE 1350 MM. 3 MARCADORES RADIOOPACOS- EL CATÉTER DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN ES COMPATIBLE CON UNA GUÍA METÁLICA DE 0.014" (0.356 MM) RECORRIDO RETRACTIL EN MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL; CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE IMAGEN AXIAL; CAPACIDAD DE CONVERSIÓN DE LA VISTA DE RECORRIDO VIRTUAL 3D, MODO DE RAMIFICACIÓN; MODO DE IMAGEN AXIAL EN LA VISTA DE RAMIFICACIÓN 3D; VISTA TIPO CARINA 3D PARA VER LA RAMA LATERAL. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NÚMERO 735717 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
67	60.01.840	CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 Ó 143 Ó 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE".	\$2,993.00	\$478.88	\$3,471.88
68	60.01.841	CATÉTER DECAPOLAR, DEFLECTABLE PARA EL SENO CORONARIO, ALCANCE DE LA CURVA DE 90 GRADOS A 55 MM, CALIBRE 7 FR, ELECTRODO DISTAL DE 2 MM, NÚMERO DE ELECTRODOS 10, DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS DE 2/5/2, LONGITUD ÚTIL DE 90 CM	\$3,031.00	\$484.96	\$3,515.96
69	60.01.842	CATÉTER PARA SEPTOSTOMÍA AURICULAR CON NAVAJA DE 1 A 2 CM Y LONGITUD DE 68 A 110 CM, CALIBRE 5 A 6FR. O CATÉTER PARA SEPTOSTOMIA CON GLOBO NO	\$7,618.00	\$1,218.88	\$8,836.88



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		COMPLACIENTE, CON PUNTA ANGULADA DESECHABLE EN 5 Y 6 FR Ó Z-5 9.5MM X 0.9CM X 50CM (5 FR) Y CATÉTER Z-5 13.5MM X 1.35CM X 50CM (6 FR). O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735718 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736074 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.			
70	60.01.845	CATÉTER PARA ULTRASONIDO INTRACORONARIO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 736073 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
71	60.01.846	CATÉTER PARA IMÁGENES DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE ARREGLO DE FASE DE 15 EN SISTEMA 018" Y 30 MHZ EN SISTEMA 0.035", RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO EN LA PUNTA, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, LONGITUD DEL CATETER DE 115 Ó 135 CM	\$21,575.00	\$3,452.00	\$25,027.00
72	60.01.847	CATÉTER PARA REGISTRO DE PRESIONES Y MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO. MODELO BERMAN DE 4 A 5 FR. LONGITUD DE 50 CM Y CATÉTER PARA REGISTRO DE PRESIONES Y MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO. MODELO BERMAN EN 5 FR. LONGITUD DE 80 CM	\$1,665.00	\$266.40	\$1,931.40
73	60.01.848	CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. CURVA: LCB Ó RCB CURVA MAMARIA.	\$506.00	\$80.96	\$586.96
74	60.01.849	CATÉTER PARA DIAGNOSTICO, DECAPOLAR, CON PUNTA DIRIGIBLE AL SENO CORONARIO, CAL.7 FR., CON DISTANCIA INTER ELECTRODO DE 2/5/2 MM ESTÉRIL Y DESECHABLES. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735719 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$10,609.00	\$1,697.44	\$12,306.44
75	60.01.850	CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA PUNTA IRRIGADA, PARA USO CON UNA BOMBA DE INFUSIÓN DE FLUJO CONTINUO CALIBRE 7 FR, ALCANCE DE LA CURVA A 90 GRADOS DE 55 MM, ELECTRODO DISTAL DE 4 MM, DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS DE 2/5/2 MM, LONGITUD DE 110 CM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735720 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$12,622.00	\$2,019.52	\$14,641.52
76	60.01.851	CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA, DE ABLACIÓN MULTI CURVA, CALIBRE 7 FR, ALCANCE DE LA CURVA A 90 GRADOS DE 45 A 70 MM, ELECTRODO DISTAL DE 4 MM, DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS DE 2/5/2 MM, LONGITUD ÚTIL DE 112 CM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735721 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$24,524.00	\$3,923.84	\$28,447.84
77	60.01.852	CATÉTER DE SOPORTE PERIFÉRICO PARA CRUCE DE LESIONES CRONICAS 0.018 O 0.014 O 0.035" O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735722 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$8,165.00	\$1,306.40	\$9,471.40
78	60.01.856	ESPIRAL DE EMBOLIZACIÓN, COILS FIBRADO DIVERSAS MORFOLOGÍAS Y MEDIDAS SISTEMA LIBERACIÓN CONTROLADA O REPOSICIONABLE 0.035" CON FIBRA SINTÉTICA Y RETRÁCTIL.	\$15,692.00	\$2,510.72	\$18,202.72
79	60.01.857	CATETER BALÓN DE DILATACION PERIFERICA DIAMETROS DE 12, 14, 16 Y 18 MM, LONGITUDES DE 20, 40, Y 60 MM. CATETER DE 75 CM	\$4,994.00	\$799.04	\$5,793.04
80	60.01.859	COLCHÓN TÉRMICO PARA PACIENTE NEONATO, LACTANTE Y PEDIÁTRICO. (NO REQUIERE REFERENCIACIÓN).	\$1,142.00	\$182.72	\$1,324.72
81	60.01.861	PLACAS DESECHABLES. PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA Y LAPIZ DESECHABLES MONOPOLARES. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735724 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$168.00	\$26.88	\$194.88
82	60.01.862	CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE.	\$2,597.00	\$415.52	\$3,012.52
83	60.01.863	CUERDA GUÍA 0.018 Ó 0.014" PUNTA RECTA CON ALTO GRAMAJE. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735725 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$960.00	\$6,960.00
84	60.01.864	CUERDO GUÍA ALTO SOPORTE Y EXTRA SOPORTE .035" X 260 O 275 O 300CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735726 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
85	60.01.865	CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035"LONGITUD OPCIONAL DE 150 Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	\$900.00	\$144.00	\$1,044.00



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

86	60.01.867	CUERDA O GUÍA VASCULAR DE 0.018" CON ALMA DE NITINOL, PUNTA SUAVE Y LONGITUD OPCIONAL DE 60CM Ó 110 Ó 150 Ó 200 Ó 260 Ó 300 CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735727 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$1,240.00	\$198.40	\$1,438.40
87	60.01.868	CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735728 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$3,496.00	\$559.36	\$4,055.36
88	60.01.869	DISPOSITIVO DE TROMBECTOMÍA PERIFÉRICA FARMACO E HIDROMECAÁNICA (REOLITICA) CON ASPIRACIÓN. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735729 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$85,052.00	\$13,608.32	\$98,660.32
89	60.01.870	DISPOSITIVO DE TROMBÓLISIS ULTRASÓNICA PERIFÉRICA (INCLUYE SONDA Y CONSOLA), O BALÓN PERIFÉRICO PARA LITOTRISIA ULTRASÓNICA, INCLUYE EL USO DE LA CONSOLA.	\$145,000.00	\$23,200.00	\$168,200.00
90	60.01.871	CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735730 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,613.00	\$1,058.08	\$7,671.08
91	60.01.872	DISPOSITIVO OCLUSOR CARDÍACO CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, SISTEMA AUTO EXPANDIBLE, CON RECUBRIMIENTO DE CERÁMICA. DISPOSITIVO PARA EL CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE EN TAMAÑOS DE 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Y 22 MM, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735731 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736060 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$36,973.00	\$5,915.68	\$42,888.68
92	60.01.873	CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736059 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735732 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$12,622.00	\$2,019.52	\$14,641.52
93	60.01.875	ECOREALZADOR O ECO CONTRASTE; SUBSTANCIA QUE SE INYECTA DURANTE UNA ECOCARDIOGRAFÍA REALZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ECOGRAFÍA. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735733 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$2,116.00	\$338.56	\$2,454.56
94	60.01.876	ELECTRODO MARCAPASO CON GLOBO DISTAL.	\$6,501.00	\$1,040.16	\$7,541.16
95	60.01.877	ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR.	\$9,500.00	\$1,520.00	\$11,020.00
96	60.01.878	ENDOPRÓTESIS PARA ANEURISMA AORTO TORÁCICA CON SUS ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN. DIVERSAS MEDIDAS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735734 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$185,150.00	\$29,624.00	\$214,774.00
97	60.01.879	ENDOPRÓTESIS TORÁCICA SEGMENTO DIVERSAS MEDIDAS (PARA EXTENSIÓN EN CASO DE REQUERIRSE) SIN ACCESORIOS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735735 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736056 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$91,138.00	\$14,582.08	\$105,720.08
98	60.01.881	CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735737 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$17,500.00	\$2,800.00	\$20,300.00



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

99	60.01.883	EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 25CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735738 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$154.00	\$24.64	\$178.64
100	60.01.884	EXTENSIÓN, "CUFF O MANGUITO, QUE FUNCIONA COMO EXTENSIÓN PROXIMAL DE ENDOPRÓTESIS AORTICA, TORÁCICA Y ABDOMINAL" ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735739 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$41,889.00	\$6,702.24	\$48,591.24
101	60.01.885	EXTRACTOR DE TROMBOS INTRACORONARIO.	\$9,413.00	\$1,506.08	\$10,919.08
102	60.01.887	SISTEMA DE PROTECCION DISTAL MEDIDAS DE 3.5 - 5.5 MM Y LONGITUD DE 190 CM O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735740 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$23,000.00	\$3,680.00	\$26,680.00
103	60.01.889	FRASCO CON EMBOLIZANTE ADHESIVO N-BUTIL CIANOACRILATO USO ENDOVASCULAR O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735741 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$2,992.00	\$478.72	\$3,470.72
104	60.01.890	FRASCO DE EMBOLIZANTE GRASO A BASE DE LIPIODOL O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735742 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$8,453.00	\$1,352.48	\$9,805.48
105	60.01.891	FRASCO DE MICROPARTÍCULAS EMBOLIZANTES VIALES DE DIFERENTES CALIBRES EN MICRAS (200 A 1000MICRAS)DE ALCOHOL POLIVINÍLICO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735743 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,624.00	\$1,059.84	\$7,683.84
106	60.01.893	GUÍA DE ALTO SOPORTE. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735744 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$3,269.00	\$523.04	\$3,792.04
107	60.01.894	GUÍA DE PRESIÓN DE .014 POR 185 DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735745 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$29,000.00	\$4,640.00	\$33,640.00
108	60.01.895	AGUJA DE PUNCIÓN TRANSEPTAL DE DIFERENTES LONGITUDES O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735746 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$13,714.00	\$2,194.24	\$15,908.24
109	60.01.896	HIDROCOIL O COIL BIOACTIVO O CON PGLA, CON SISTEMA LIBERADOR DE DIVERSAS MEDIDAS O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735747 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736046 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$5,569.00	\$891.04	\$6,460.04
110	60.01.897	INTRODUCTOR 18 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735748 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$5,003.00	\$800.48	\$5,803.48
111	60.01.898	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE CALIBRES 4, 5, 6, 7 Y 8FR.	\$1,021.00	\$163.36	\$1,184.36
112	60.01.899	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE CALIBRES 9 Y 10 11 FR.	\$546.00	\$87.36	\$633.36
113	60.01.900	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE CALIBRES 11 FR.	\$406.00	\$64.96	\$470.96
114	60.01.901	INTRODUCTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE CALIBRES 4, 5, 6 Y 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUÍA DE 0.021" X 45 CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735749 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$1,426.00	\$228.16	\$1,654.16
115	60.01.902	INTRODUCTOR GUÍA LARGO PARA ACCESO FEMORAL Y DISTAL ARTERIAL DE 90 O 100 CMS. 7 U 8 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735750 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$1,061.00	\$169.76	\$1,230.76
116	60.01.903	INTRODUCTOR LARGO DEFLECTABLE 71 CM. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS	\$4,597.00	\$735.52	\$5,332.52





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736040 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.			
117	60.01.906	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 5 Ó 7 Ó 10 CM CALIBRE. 4 Ó 5 Ó 6 FR. CON GUÍA 0.035" Ó 0.038".	\$900.00	\$144.00	\$1,044.00
118	60.01.907	INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 11CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735751 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$481.00	\$76.96	\$557.96
119	60.01.908	JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 100 Ó150 ML DE CAPACIDAD O JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD	\$473.00	\$75.68	\$548.68
120	60.01.909	JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE.	\$2,600.00	\$416.00	\$3,016.00
121	60.01.910	JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 26 Ó 30 ATM.	\$1,832.00	\$293.12	\$2,125.12
122	60.01.911	KIT DE CATÉTER SWAN GANZ INCLUYE: INTRODUCTOR Y CATÉTER PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN POR TERMO DILUCIÓN.	\$2,065.00	\$330.40	\$2,395.40
123	60.01.912	KIT DE PERICARDIOCENTESIS. INCLUYE: DILATADOR, CATETER RECTO O PIGTAIL DE 8.3 FR, GUÍA CON PUNTA EN J DE 0.35" X 80 CM, 4 ESPONJAS, LLAVE DE PASO DE 3 VIAS, CLIP ALLIGATOR ESTERIL, BISTURI #11 CON MANGO, SUTURA DE SEDA, APLICADOR DE PREP, JERINGAS CON LUER LOCK DE 10 CC Y 20CC, AGUJA CON DRENAJE DE 18 G Y BOLSA DE DRENAJE DE 1000CC. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735752 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$3,538.00	\$566.08	\$4,104.08
124	60.01.913	KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE.	\$2,984.00	\$477.44	\$3,461.44
125	60.01.915	LÍQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILVINÍLICO EVOH COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE CON TANTALIO O YODO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736035 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$19,522.00	\$3,123.52	\$22,645.52
126	60.01.917	MANGUERA PARA IRRIGACIÓN PARA CATÉTER DE ABLACIÓN. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736034 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$4,871.00	\$779.36	\$5,650.36
127	60.01.918	MANIFOLD ANGIOGRÁFICO DE TRES VÍAS.	\$481.00	\$76.96	\$557.96
128	60.01.920	MANTAS PARA CALENTAMIENTO PRE, PER Y TRANS OPERATORIO (DIFERENTES DISEÑOS Y TAMAÑOS O DE ACCESO MULTIPLE). (NO REQUIEREN REFERENCIACIÓN). DEBERA INCLUIR EN SU OFERTA EL EQUIPO PARA UTILIZARLO	\$385.00	\$61.60	\$446.60
129	60.01.921	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG YODO/ML IOBITRIDOL, CADA ML. CONTIENE 767.8 MG DE IOBITRIDOL, NO GENÉRICO, FRASCO CON 100 ML. (070.581.0158)	\$1,461.00	\$233.76	\$1,694.76
130	60.01.922	MICRO CATÉTER CON CUERPO ENMALLADO DE ACERO INOXIDABLE DE PUNTA DESPRENDIBLE. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736033 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$28,463.00	\$4,554.08	\$33,017.08
131	60.01.923	MICROCATETER CORONARIO MARCA RADIOPACA DE LA PUNTA DISTAL PARA GUIAS DE 0.014" DE 135 O 150 CM DE LONGITUD USABLE, PERFIL DE CRUCE DE 2.4F, PERFIL DEL EJE PROXIMAL 2.9F DIAMETRO INTERNO DISTAL 0.018" Y DIAMETRO INTERNO PROXIMAL 0.023". ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735753 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736032 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$25,000.00	\$4,000.00	\$29,000.00
132	60.01.924	MICROCATETER NEUROVASCULAR DIAMETRO INTERNO DE 0.027" LONGITUD DE TRABAJO DE 130 CM, PUNTA RECTA. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA	\$13,082.00	\$2,093.12	\$15,175.12



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735754 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.			
133	60.01.925	MICROCATÉTER CORONARIO PARA OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS Y ANGIOPLASTIA COMPLEJA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE ALTA DURACIÓN, LONGITUD DE 130 A 150CM, CON CAPACIDAD DE TORQUE Y PUNTA CÓNICA. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735755 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$15,037.00	\$2,405.92	\$17,442.92
134	60.01.926	MICROCATÉTERES DE INFUSIÓN PARA ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DE 0.020", CON CUERPO ENMALLADO, DIÁMETRO INTERNO DE 0.013" CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735756 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$16,187.00	\$2,589.92	\$18,776.92
135	60.01.927	MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.5 FR. , COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735757 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$11,184.00	\$1,789.44	\$12,973.44
136	60.01.930	MICROCATÉTERES PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE COMPATIBLES CON DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) DE 0.017" CON PUNTA PREFORMADA: RECTA O EN 45 GRADOS O EN 90 GRADOS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735758 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$18,027.00	\$2,884.32	\$20,911.32
137	60.01.931	MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 205 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735759 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$9,025.00	\$1,444.00	\$10,469.00
138	60.01.933	MICROGUÍAS 0.008" CON LONGITUD DE 200 CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735760 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$11,733.00	\$1,877.28	\$13,610.28
139	60.01.934	MICROGUÍAS 0.008" CON LONGITUD DE 200 CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735761 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$5,460.00	\$873.60	\$6,333.60
140	60.01.935	MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.010" LONGITUD DE 200 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735762 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$4,396.00	\$703.36	\$5,099.36
141	60.01.938	MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.016" LONGITUD DE 200 CM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735763 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$3,074.00	\$491.84	\$3,565.84
142	60.01.941	PAQUETE ANGIOGRÁFICO CON ROPA DE RÁPIDA RESPUESTA ELABORADO DE MATERIALES PLÁSTICOS GRADO MEDICO, EMPACADOS EN UN KIT (PAQUETE) ESTÉRIL CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: 1 BOLSA DE BANDA, 36" X 28" (91 X 71.12 CM), C/CINTA; 1 BOLSA DE BANDA, DOMO, 50" (127 CM); 2 TAZÓN, 32 OZ (946 ML), GRADUADO; 1 TAZÓN, ALAMBRE GUÍA; 4 PINZA, TOALLA, PLÁSTICO; 1 CUBIERTA, PREPARACIÓN, 54" X 80" (137 X 203 CM); 1 TAZA, MEDICINA, TRANSPARENTE, 2 OZ (60 ML); 1 CAMPO, ANGIO FEM, 80" X 135" (203 X 343 CM); 1 FCP, HEMO MOSQ, CVD, 5" (13 CM); 50 GASA, 4"X 4" (10 X 10 CM), 16 CAPAS; 1 GUANTE, VINILO, SIN TALCO, PRS, GRANDE; 2 BATA, POLI, REIN, XL; 1 ETIQUETA, SÁBANA; 1 AGUJA, 18 G X 1.5" (4 CM); 1 AGUJA, 18 G X 2.75" (7 CM); AGUJA, 22 G X 1.5" (4 CM); 1 AGUJA, 25 G X 5/8" (2 CM); 1 ESCALPELO, NO. 11, SS, SEGURIDAD; 1 MARCADOR PIEL/UTILITARIO, PUNTA REG; 1 SOLUCIÓN, PINTURA PVP, 2 OZ (60 ML); 1 SOLUCIÓN, EXFOLIANTE PVP, 2 OZ (60 ML); 4 ESPONJA, ALA, PEQUEÑA; 5 JERINGA, 10 ML, L/L; 1 JERINGA, 20 ML, L/L; 2 JERINGA, 3 ML, L/L; 1 CUBIERTA DE MESA, 50" X 90" (127 X 229 CM); 1 TOALLA, ABS, BLANCO; 6 TOALLA, OR, AZUL; 1 BANDEJA, 2 COMPARTIMENTOS. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA PREGUNTA TECNICA NUMERO 177 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736024 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$478.00	\$76.48	\$554.48
143	60.01.942	PARCHE HEMOSTÁTICO CON TROMBINA Y ANTIBACTERIANO O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735764 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE	\$1,067.00	\$170.72	\$1,237.72



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 39 No. 439 por 41 Colonia Industrial C.P. 97150, Mérida, Yucatán, México Teléfonos 99-99-22-56-56 Ext. 61623, 61660

www.imss.gob.mx



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735991 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.			
144	60.01.944	PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, DIAMETRO DE 2.25 A 4.00 MM Y LONGITUDES DE 8 A 38 MM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735765 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
145	60.01.945	PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735766 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$20,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00
146	60.01.946	PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE DIVERSAS ALEACIONES Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) AUTO EXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735767 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736022 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$21,000.00	\$3,360.00	\$24,360.00
147	60.01.948	KIT DE ANGIOPLASTIA QUE INCLUYE LLAVE EN FORMA DE Y, INSERTOR Y ROTOR DE GUÍA	\$1,625.00	\$260.00	\$1,885.00
148	60.01.949	SET DE MICRO PUNCIÓN. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735768 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$4,514.00	\$722.24	\$5,236.24
149	60.01.950	MICROESFERAS DE HIDROGEL A BASE DE PVA BIOCOMPATIBLES, CALIBRADOS PARA TRATAMIENTO DE TUMORES HIPERVASCULARES Y MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS DE TAMAÑOS DE LAS ESFERAS DE 70 A 150 MICRAS MICRAS, SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735769 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$4,994.00	\$799.04	\$5,793.04
150	60.01.951	CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA CALIBRE 0.035", LONGITUD DE 260 CM, PUNTA ANGULADA	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
151	60.01.953	SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL MEDIDAS DE 3.5 - 5.5 MM Y LONGITUD DE 190 CM O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735770 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$17,026.00	\$2,724.16	\$19,750.16
152	60.01.954	SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS	\$11,414.00	\$1,826.24	\$13,240.24
153	60.01.955	SISTEMA INTRODUTOR LARGO O VAINA DE ACCESO VASCULAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736017 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$2,234.00	\$357.44	\$2,591.44
154	60.01.956	CATÉTER DE ULTRASONIDO DIAGNOSTICO 10F ARREGLO EN FAS DE 64 ELEMENTOS EN PARALELO 7MM DE APERTURA, FRECUENCIAS HASTA 11.5 MHZ Y LONGITUD DE 90 CM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735771 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$17,394.00	\$2,783.04	\$20,177.04
155	60.01.957	STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE PTFE. O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736013 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736014 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$129,950.00	\$20,792.00	\$150,742.00
156	60.01.958	STENT CAROTIDEO AUTO EXPANDIBLE DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025, EN	\$23,863.00	\$3,818.08	\$27,681.08



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735772 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.			
157	60.01.959	STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE PTFE. O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET (USO CORONARIO) ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736010 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$129,950.00	\$20,792.00	\$150,742.00
158	60.01.961	STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014". (PARA USO VASCULAR GENERAL). ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735773 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$22,023.00	\$3,523.68	\$25,546.68
159	60.01.962	STENT NO MEDICADO CORONARIO DIFERENTES DIÁMETROS Y MEDIDAS.	\$4,457.00	\$713.12	\$5,170.12
160	60.01.964	STENT CAROTIDEO 0.014" O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735774 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$27,715.00	\$4,434.40	\$32,149.40
161	60.01.965	STENT PERIFERICO DESMONTADO DIAMETRO DE EXPANSION DE 10 MM Y LONGITUD DEL STENT SIN EXPANDIR DE 40 Y 50 MM. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735775 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$29,095.00	\$4,655.20	\$33,750.20
162	60.01.966	STENT PERIFÉRICO MEDICADO, DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735776 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$25,789.00	\$4,126.24	\$29,915.24
163	60.01.967	STENT PERIFÉRICO RENAL RAPIDO INTERCAMBIO COMPATIBLE CON SISTEMA 0.014 Y/O 0.018 PREMONTADO EN BALÓN DIVERSOS DIAMETROS Y LONGITUDES. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735777 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$20,183.00	\$3,229.28	\$23,412.28
164	60.01.969	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN COMPATIBLE CON EL POLÍGRAFO.	\$1,200.00	\$192.00	\$1,392.00
165	60.01.970	TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGIA BASADA EN TARJETA O CARTUCHO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 736003 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$107.00	\$17.12	\$124.12
166	60.01.972	VIAL DE MICRO ESFERAS EMBOLIZANTES (OPCIONES, HYDROGEL O RECUBRIMIENTO DE POLYZENE-F) O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735778 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$12,610.00	\$2,017.60	\$14,627.60
167	60.01.976	CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6FR., LONGITUD 100 CM. CURVA: FEMORAL ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y MAMARIOS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735779 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$595.00	\$95.20	\$690.20
168	60.01.977	CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 5 O 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: MPA Y PIGTAIL. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735780 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$409.00	\$65.44	\$474.44
169	60.01.978	CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735781 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
170	60.01.979	CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O VODA O IKARI O EBU.	\$1,737.00	\$277.92	\$2,014.92
171	60.01.980	CATÉTERES MULTIPROPÓSITO PUNTA A1, A2, B1 Y B2 ESTÉRIL Y DESECHABLE.	\$463.00	\$74.08	\$537.08





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		LONGITUD 100 CM CALIBRE. 5FR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735999 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.			
172	60.01.981	CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735782 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$463.00	\$74.08	\$537.08
173	60.01.982	CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735783 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$381.00	\$60.96	\$441.96
174	60.01.983	CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735784 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
175	60.01.984	GUÍA HIDROFÍLICA CON NÚCLEO DE NITINOL CON CUBIERTA DE POLIURETANO 0.035"A 0.038" LONGITUD 150MM Y 260CM(DE INTERCAMBIO).	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
176	60.01.985	CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO CON 300CM DE LONGITUD. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735785 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$11,500.00	\$1,840.00	\$13,340.00
177	60.01.990	AGUJA AUTOMÁTICA DESECHABLE PARA USO CON EQUIPO DE BOIPSIA AUTOMÁTICO, CALIBRES 14, 16, 18 Y 20 GA., LONGITUDES DE 10, 13, 16 Y 20 CM, QUE INCLUYA AGUJA COAXIAL SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735786 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$250.00	\$40.00	\$290.00
178	60.01.992	AGUJA PARA BIOPSIA 14 A 20 G DIVERSAS LONGITUDES. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735972 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735787 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$198.00	\$31.68	\$229.68
179	60.01.994	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLES. TIPO: TRUCUT. LONGITUD: 9.65 CM CALIBRE: 14 G ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735788 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735970 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V..	\$198.00	\$31.68	\$229.68
180	60.01.1000	CATÉTER PARA CENTESIS, INLCUYE AGUJA ECOGÉNICA. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735789 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$198.00	\$31.68	\$229.68
181	60.01.1002	ENDOGRAPAS PARA FIJACIÓN DE ENDOPRÓTESIS.	\$9,500.00	\$1,520.00	\$11,020.00
182	60.01.1006	INTRODUTOR PARA ELECTRODO CON KIT DE INSERCIÓN (AGUJA, GUÍA, DILATADOR Y CAMISA) PEEL AWAY DE 7, 8 Ó 9 FR.	\$1,760.00	\$281.60	\$2,041.60
183	60.01.1008	GUÍA ACOPLADORA ENDOCAVITARIA DE LIBERACION RAPIDA CON 2.6 X 20 CM, CUBIERTA DE LATEC Y 3.5 X 20 CM CUBIERTA DE LATEX, ESTERIL, DESECHABLE SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735790 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$20,672.00	\$3,307.52	\$23,979.52



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

184	60.01.1010	SET DE BIOPSIA TRANSYUGULAR.	\$18,556.00	\$2,968.96	\$21,524.96
185	60.01.1012	CATÉTER DE ATRECTOMÍA ROTACIONAL PERIFÉRICA CON SISTEMA DE INFUSION Y ASPIRACION ACTIVA. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR EL EQUIPO PARA PODER UTILIZARLO, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735967 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V..	\$25,588.00	\$4,094.08	\$29,682.08
186	60.01.1014	CATÉTER PERIFÉRICO DE INFUSIÓN SELECTIVA DISTAL CONTROLADA PARA INFUSION DE AGENTES FARMACOLOGICOS PARA TROMBOLÍSIS. CALIBRE 5 FR, RANGO DE INFUSION DE 40 Y 50 CM, LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 135 CM SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735791 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$42,027.00	\$6,724.32	\$48,751.32
187	60.01.1016	MICROESFERAS DE HIDROGEL A BASE DE PVA BIOCOMPATIBLES, CALIBRADOS PARA TRATAMIENTO DE TUMORES HIPERVASCULARES Y MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS DE TAMAÑOS DE LAS ESFERAS DE 300-500 MICRAS, SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735792 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$60,720.00	\$9,715.20	\$70,435.20
188	60.01.1018	STENT RETRAIBLE PARA TROMBECTOMÍA MECÁNICA ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735793 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$52,613.00	\$8,418.08	\$61,031.08
189	60.01.1020	CATÉTER DE ASPIRACIÓN PARA TROMBECTOMÍA CEREBRAL. INCLUYE CANISTER Y CONECTORES. (COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE TROMBOS ELECTRICA OFERTADA). EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR EL EQUIPO SISTEMA DE ASPIRACION COMPATIBLE CON EL CATETER DE TROMBECTOMIA PARA STROKE CEREBRAL. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735794 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735992 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$43,902.00	\$7,024.32	\$50,926.32
190	60.01.1024	STENT PERIFÉRICO, INDICACIÓN VENOSA, DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735795 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$23,288.00	\$3,726.08	\$27,014.08
191	60.01.1026	CUERDA GUIA PARA DE SOPORTE PARA CATETER DE ATRECTOMIA PERIFERICA, CALIBRE 0.014", LONGITUD DE 300 CM, PUNTA RECTA.	\$6,000.00	\$960.00	\$6,960.00
192	60.01.1028	ABLACIÓN CON MICROONDAS. TRATAMIENTO DE ABLACIÓN FOCALIZADO QUE UTILIZA MICROONDAS GENERANDO UN EFECTO TÉRMICO EN EL TEJIDO BLANDO. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735796 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$8,223.00	\$1,315.68	\$9,538.68
193	60.01.1030	TERMIQUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL TÉRMICA A 43° SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735797 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$8,223.00	\$1,315.68	\$9,538.68
194	60.01.1032	CATÉTER Ó ESTILETE PARA SAFENOABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (SEGÚN TECNOLOGÍA OFERTADA EN EQUIPO SI SE TRATA DE RADIOFRECUENCIA). SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735798 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$8,223.00	\$1,315.68	\$9,538.68
195	60.01.1036	SISTEMA DE CIERRE EDNOVENOSO TRANSCATÉTER CON ADHESIVO (CIANOACRIATO). SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735799 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$25,300.00	\$4,048.00	\$29,348.00
196	60.01.1038	SISTEMA DE ABLACIÓN DE TUMORES, INCLUYE: ANTENA DE MICROONDAS, CABLE CONECTOR, PARCHA A TIERRA Y LÍNEAS DE INFUSIÓN PARA	\$156,745.00	\$25,079.20	\$181,824.20



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		ENFRIAMIENTO, EN CASO DE SER REQUERIDAS INCLUYE EL USO DE CONSOLA DE MICROONDAS. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735800 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.			
197	60.01.1040	SISTEMA DE ABLACION TERMICA DE TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS CON SISTEMA DE ABLACION POR RF COOL TIP CON AGUJA RECTA O SIMILAR. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735801 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V. SE ACEPTA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN PRESENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735963 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$88,780.00	\$14,204.80	\$102,984.80
198	60.01.1042	BALÓN DE CRIO ABLACIÓN, CON DIÁMETROS DIFERENTES DEL GLOBO DISTAL 23MM / 28MM. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735802 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$159,735.00	\$25,557.60	\$185,292.60
199	60.01.1043	SONDA PARA ECO INTRACARDIACO. CATÉTER PARA ECO INTRACARDIACO 8 FR (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO) PARA OTROS PROCEDIMIENTOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735803 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$14,289.00	\$2,286.24	\$16,575.24
200	60.01.1044	HOLTER IMPLANTABLE SUBCUTÁNEA	\$75,000.00	\$12,000.00	\$87,000.00
201	60.01.1046	BALÓN PERIFÉRICO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 8.0 MM DE DIÁMETRO, PRESENTAR 80MM A 150MM DE LONGITUD. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735804 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
202	60.01.1047	BALONES PERIFÉRICOS DIAMETROS DE 6MM A 10MM DE DIÁMETRO Y DIVERSAS LONGITUDES) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCIDORES 5 A 6 FR. CON SISTEMA 0.035". ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735805 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$22,500.00	\$3,600.00	\$26,100.00
203	60.01.1050	CATÉTER ANGIOGRÁFICO TIPO MIKALSON Ó MIK CALIBRE 5FR.	\$300.00	\$48.00	\$348.00
204	60.01.1051	CATÉTER ANGIOGRÁFICO TIPO SHEPHERD HOOK Ó SHK 1.0 CALIBRE 5FR.	\$300.00	\$48.00	\$348.00
205	60.01.1052	SISTEMA DE LIBERACIÓN DE NEUROSTENT. INCLUYE EQUIPO SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735806 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,500.00	\$1,040.00	\$7,540.00
206	60.01.1053	CATÉTER DE ATRECTORIA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA, DE OCLUSIONES AGUDAS O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON GUÍA INCLUIDA DE ROTO ABLACIÓN DE 0.009" Y AVANZADOR CON OLIVA GIRATORIA DE DIFERENTES DIÁMETROS. SE DEBE OFERTAR IGUAL LA CONSOLA PARA EL USO DEL CATETER DE ATRECTORIA, DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735959 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$55,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00
207	60.01.1058	BALON CORONARIO PARA LITOTRISIA ULTRASONICA	\$195,000.00	\$31,200.00	\$226,200.00
208	60.01.1063	BALONES PEDIATRICOS DE 4 A 25 MM DE BAJO PERFIL CON DIAMETROS Y LONGITUDES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO Y DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735807 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$21,000.00	\$3,360.00	\$24,360.00
209	60.01.1066	CATÉTER DE ATRECTORIA ROTACIONAL PERIFÉRICO TRASLUMINAL	\$75,000.00	\$12,000.00	\$87,000.00



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 39 No. 439 por 41 Colonia Industrial C.P. 97150, Mérida, Yucatán, México Teléfonos 99-99-22-56-56 Ext. 61623, 61660

www.imss.gob.mx



Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025**

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		PERCUTANEA, DE OCUSIONES AGUDAS Y/O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON GUÍA DE TRABAJO ESPECIALIZADA 0.014. SE DEBERÁ INCLUIR CONSOLA DE ATRECTOMIA PERIFERICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.			
210	S.C.C.B.	MÉDICO ESPECIALISTA CARDIO PEDIATRA INTERVENCIONISTA	\$52,000.00	\$8,320.00	\$60,320.00
211	S.C.C.B.	MÉDICO ESPECIALISTA CARDIÓLOGO ELECTRO FISIÓLOGO	\$52,000.00	\$8,320.00	\$60,320.00
212	S.C.C.B.	ESTILETE DE CIERRE CON PUNTA PARA EXTRACCIÓN DE CABLES DE MARCAPASOS, LONGITUD TOTAL DE 140 CM, LONGITUD ACTIVA DE 70 CM. HECHO DE ACERO INOXIDABLE, DISPONIBLE EN UN ÚNICO TAMAÑO COMPATIBLE CON LAS DIMENSIONES DEL DIÁMETRO INTERNO DE MUCHOS CABLES Y CATÉTERES CON LUMEN CENTRAL SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735808 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$46,000.00	\$7,360.00	\$53,360.00
213	S.C.C.B.	EXTENSOR DE CABLES PARA EXTRACCIÓN DE CABLES DE MARCAPASO. LONGITUD TOTAL 70 CM, HECHO EN NÍQUEL-CROMO CON UN COLLARÍN DE ACERO INOXIDABLE. FUNCIONA COMO UNA EXTENSIÓN QUE SE FIJA CON EL EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735809 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$17,250.00	\$2,760.00	\$20,010.00
214	S.C.C.B.	EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS MECÁNICAS PARA EXTRACCIÓN DE CABLES DE MARCAPASOS CONSTITUIDAS POR DOS VAINAS, LA VAINA INTERIOR ESTÁ COMPUESTA DE MATERIAL NYLON 12 CON UNA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300. LA VAINA TELESCÓPICA EXTERIOR ESTÁ HECHA DE TEFLÓN RADIOPACO. LA LONGITUD ACTIVA ES DE 13,6 CM. DISPONIBLE EN 9 Y 11 FR. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735810 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$149,500.00	\$23,920.00	\$173,420.00
215	S.C.C.B.	EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS MECÁNICAS PARA EXTRACCIÓN DE CABLES DE MARCAPASOS CONSTITUIDAS POR DOS VAINAS, LA VAINA INTERIOR ESTÁ COMPUESTA DE UNA COMBINACIÓN DE MATERIAL DE NYLON 12 PEBAX, UNA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300. LA VAINA TELESCÓPICA EXTERIOR ESTÁ HECHA DE TEFLÓN RADIOPACO. LA LONGITUD ACTIVA ES DE 40.6 C. DISPONIBLES EN 7, 9, 11 Y 13 FR. LR-EVN-7.0, LR-EVN-9.0, LR-EVN-11.0, LR-EVN-13.0. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735811 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$149,500.00	\$23,920.00	\$173,420.00
216	S.C.C.B.	EXTENSOR DE ESPIRAL. DISPOSITIVO QUE DILATA EL EXTREMO LIBRE DE UN CABLE PARA PERMITIR LA INTRODUCCIÓN DE UN ESTILETE DE RETENCIÓN O RECTO. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735812 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,900.00	\$1,104.00	\$8,004.00
217	S.C.C.B.	DISPOSITIVO QUE CORTA LA TERMINAL DEL CONECTOR DE UN CABLE DE MARCAPASOS PARA PODER DAR ENTRADA AL ESTILETE DE CIERRE AL LUMEN DEL CABLE. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735813 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
218	S.C.C.B.	ALAMBRES DE MANDRIL METÁLICO CON MANIJA QUE PASAN HACIA EL CABLE DEL MARCAPASOS PARA MEDIR SU LONGITUD Y ASEGURAR EL ACCESO A LA PUNTA. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735814 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,900.00	\$1,104.00	\$8,004.00
219	S.C.C.B.	DISPOSITIVO DE AGARRE SUAVE QUE SOSTIENE LOS CABLES SIN DEFORMAR LOS ESPIRALES DE LOS CONDUCTORES. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735815 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$6,900.00	\$1,104.00	\$8,004.00
220	S.C.C.B.	ESPIRAL DE COMPRESIÓN QUE SE ADJUNTA AL ESTILETE Y EL CABLE PARA DARLE MÁS SOPORTE. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA	\$17,250.00	\$2,760.00	\$20,010.00





ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

		NUMERO 735816 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.			
221	S.C.C.B.	DISPOSITIVO OCLUSOR FEMORAL A BASE DE SUTURA. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735817 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$14,375.00	\$2,300.00	\$16,675.00
222	S.C.C.B.	BOMBA SANGUINEA MICROAXIAL INTRAVASCULAR PARA VENTRÍCULO IZQUIERDO DE 4.3 L/MIN, CON ACCESORIOS DE IMPLANTACIÓN. SE REFERENCIA SOLO CON CATALOGO, ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN EL ID DE LA PREGUNTA NUMERO 735818 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.	\$25,555.00	\$4,088.80	\$29,643.80
223	S.C.C.B.	SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TIEMPO DE COAGULACIÓN CON TECNOLOGÍA DE CARTUCHO. EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE TIEMPO DE COAGULACION. ACEPTADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, EN LA PREGUNTA CON ID NUMERO 735905 DEL LICITANTE CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	\$406.00	\$64.96	\$470.96
224	S.C.C.B.	TARJETA DE PRUEBA PARA ANALISIS DE GASOMETRIA EN SANGRE	\$1,740.00	\$278.40	\$2,018.40
225	S.C.C.B.	AGUJA DE PUNCION ARTERIAL	\$232.00	\$37.12	\$269.12

Las cantidades indicadas en cada uno de los servicios únicamente serán representativas para efectos de elaboración, evaluación y comparación de las propuestas que se reciban ya que la propuesta deberá sujetarse al monto autorizado precisado a continuación:

	IMPORTE MÍNIMO COMO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN	IMPORTE MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO
Monto sin impuestos	\$16,034,482.76	\$40,086,206.90
I.V.A.	\$2,565,517.24	\$6,413,793.10
Monto total	\$18,600,000.00	\$46,500,000.00

A continuación se presenta el resumen con las cifras estadísticas del evento de esta licitación:

RESUMEN No. LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025	
PARTIDAS REQUERIDAS	1
PARTIDAS ASIGNADOS	1
PARTIDAS DESIERTOS	0
POR PRECIO	0
DESCALIFICACIÓN TÉCNICA	0
SIN OFERTA	0
% DE ASIGNACIÓN	100%

VII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se indica que para los participantes que resultaron con asignación, la firma de los contratos se llevaran a cabo el día 18 de abril del año 2025, a partir de las 10:00 horas en el portal de COMPRANET, no obstante que la vigencia y la prestación de los servicios es a partir de la Notificación del Fallo al 30 de abril del 2025, así mismo se les recuerda a los licitantes adjudicados que deberán de tramitar la opinión ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales en sus respectivos portales previo a la firma del contrato, y para aquellos contratos que rebasen el monto de los \$300,000.00 pesos, además deberán hacer pública dichas opiniones.





Unidad Médica de Alta Especialidad CMN "Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Así mismo que la garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo en caso de requerirlo.

VIII. De conformidad con lo señalado en el artículo 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en términos de lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso c) de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios emitidas por el Instituto, se manifiesta que el servidor público que emite el presente Fallo es el Mtro. Edgar Fabian Cubells Gutierrez Jefe del Departamento de Abastecimiento de la UMAE de Mérida, Yucatán.

IX. Con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece que "contra la resolución que contenga el Fallo, no procederá recurso alguno".


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento de Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025 siendo las 14:10 horas del mismo día, mes y año de su inicio, elaborando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, firmado al margen y al calce del presente documento las personas que en ella actuaron, informándoles que con independencia de lo anterior, podrán consultar a través del sistema electrónico de compras gubernamentales www.compranet.hacienda.gob.mx y el Portal de Transparencia de la Página Electrónica del IMSS (www.imss.gob.mx). De conformidad con los artículos 36 y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 5.3.8 inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y los puntos 8.1.9 y 8.1.9.4 del Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad.


Esta Acta consta de 45 hojas del acta y 45 hojas de los anexos firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


MTRO. EDGAR FABIAN CUBELLS GUTIERREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO


DR. DAVID ROLDAN MORALES
JEFE DE LA DIVISIÓN DE CARDIOLOGÍA



LIC. LEONARDO JESÚS GARCÍA MOYA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES


DR. ARGIMIRO CORDOVA SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CARDIOLOGÍA Y
HEMODINAMIA


LIC. JORGE LUIS MARÍN ESCALANTE
ANALISTA SUPERVISOR

POR LOS LICITANTES:
SIN ASISTENCIA





DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL CENTRO MEDICO NACIONAL IGNACIO GARCIA TELLEZ
MÉRIDA YUCATÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR063-N-27-2025

04 DE ABRIL DE 2025

**DESCRIPCIÓN BREVE DEL
BIEN O SERVICIO:**

SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA

TIPO DE PROCEDIMIENTO.- Licitación Pública

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
PROCEDIMIENTOS															
Procedimiento de cateterismo diagnóstico adulto femoral.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de cateterismo diagnóstico pediátrico.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de cateterismo cardíaco diagnóstico por técnica radial (adulto o pediátrico).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE			NO CUMPLE NO PRESENTA CATETER RADIAL SOLICITADO POR TECNICA RADIAL, OFERTA MARCA IMPULSE SIN REGISTRO NI CERTIFICADO QUE NO CUMPLE	NO	NO	NO
Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
								CERTIFICADOS VENCIDOS							
Procedimiento de angioplastia periférica.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de Stent en conducto arterioso.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para colocación de stent en coartación aórtica.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para cierre de PCA con oclisor adulto.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para cierre de defectos septales (CIA, CIV Y FOP).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para cierre de orejuela auricular con oclisor.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de valvuloplastia mitral	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento percutáneo de plastia Mitral con clip.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGEMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
								CERTIFICADOS VENCIDOS							
Procedimiento de valvuloplastia aórtica pulmonar y angioplastia de coartación aórtica.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de biopsia miocárdica acceso femoral o yugular.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para la colocación de endoprótesis vascular en aneurisma aorta abdominal (AAA).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para la colocación de endoprótesis vascular en aneurisma aorta torácico (TAA).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de diagnóstico de electrofisiología.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de electrofisiología con mapeo tridimensional.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21 PARA EL INSUMO No.3, 4 Y 5	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de electrofisiología para ablación por radiofrecuencia.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de electrofisiología para aislamiento de venas pulmonares por frío ablación.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Procedimiento para embolización de aneurismas o malformaciones arteriovenosas periféricas.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21 PARA EL INSUMO No.8a Y 8b	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para la colocación percutánea de válvula pulmonar.	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21 PARA EL INSUMO No.4	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para la colocación percutánea de válvula aórtica.	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento de Perforación Transeptal.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21 PARA EL INSUMO No.4 Y 5	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Trombectomía Pulmonar.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGIMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
							FORMATO T21 PARA EL INSUMO No.5								
Procedimiento para cierre de PCA con Coil.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para la colocación de endoprótesis vascular en aneurisma aorta toraco-abdominal (ATA).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21 PARA EL INSUMO No.6	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para cierre de PCA con oclisor niños.	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA CERTIFICADOS VENCIDOS	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Procedimiento para la colocación percutánea de válvula aórtica balón expandible.	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21 PARA LOS INSUMOS No.2, 4 Y 5.	NO CUMPLE NO OFERTA EN T21 PARA LOS INSUMOS 2, 4 Y 5.	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Colocación de resincronizador cardiaco, generado de marcapaso tricameral, dos electrodos de fijación activa para estimulación atrial derecha y ventricular derecha con dos introductores "peal away", electrodo para estimulación de seno coronario con equipo completo para su colocación.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Colocación de desfibrilador bicameral, generador de desfibrilador automático implantable, electrodo de fijación activa para estimulación atrial derecha, electrodo fijación activa con una o doble bobina de desfibrilación, dos introductores "peal away".	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL
Colocación de resincronizador + desfibrilador automático implantable, generador de resincro/DAI, electrodo de fijación activa para estimulación atrial derecha, dos introductores "peal away", electrodo fijación activa con una o doble bobina de desfibrilación, electrodo para esitmulación de seno coronario con equipo completo para su colocación.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL
BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO															
Accesorios para cierre de defectos septales.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Endoprótesis de extensión iliaca recubierta de diámetro proximal y distal de 10x10, 13x13, 20x20, 24x24 y 28x28 mm en longitudes de 82 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Aguja para punción transeptal por radiofrecuencia. Incluye equipo	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
							EN FORMATO T21								
Balón coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 12, 15, 20 y 30 mm de longitud.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Balón coronario con aterotomos. Indicado para reestenosis o lesiones calcificadas. Diámetros de 2.00 a 4.00 Longitudes de 6, 10 y 15 mm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Balón de contra pulsación de 30, 40 o 50 cc. Incluye equipo	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Estructura metálica circundante Diámetro de 2.50 a 3.50. Longitudes de 6 u 8 a 15 ó 16mm o de 18 ó 20 mm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter balón para dilatación periférica, longitud del cateter de 135 cm, sistema 0.035, diametros de 3, 4, 5, 6, 7, y 8mm con longitudes de 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 200 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Balones periféricos pediátricos para valvuloplastia pulmonar ó mitral ó aortica de alta presion diferentes medidas diametros de 4, 6, 8, 10, 12 mm y longitudes de 2, 3 y 4 cm y	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Balones periféricos pediátricos para valvuloplastia pulmonar ó mitral ó aortica de alta presion diferentes medidas de bajo perfil diametros de 14, 18, 20 y 25, mm y longitudes de 3 y 4 cm															
Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter balón para dilatación periférica, longitud del cateter de 150 cm, sistema 0.018, diametros de 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 y 8mm con longitudes de 20, 30 y 40 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Banda de compresión radial.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Bolsa estéril para tubo de fluoroscopia.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Cable de conexión para ablación por radiofrecuencia longitud de 366 cm, con 10 clavijas.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Cable de conexión para ablación por radiofrecuencia longitud de 244 cm, con 4	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGEMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
clavijas recubiertas.							EN FORMATO T21								
Camisa ó Introdutor Transeptal	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter balón para dilatación periférica, longitud del cateter de 150 cm, sistema 0.014, diametros de 2, 3, 3.5 y 4 mm con longitudes de 60, 80, 100, 120, 150 y 220 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Balón periférico de diametro 3 ó 4, 5 y 6 mm longitudes y diametros de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm de diametro y longitudes de 20, 30 y 40 mm y diametros de 10, 12 y 15 mm y longitudes de 50 , 60, 80 y 100 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter de electrofisiología, de ablación multi curva, calibre 7 fr, alcance de la curva a 90 grados de 45 a 70 mm, electrodo distal de 4 mm, distancia entre electrodos de 2/5/2 mm, longitud útil de 112 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Catéter duodecapolar, deflectable, calibre 7 fr, rigidez de la punta firme, distancia	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
entre los electrodos de 2/10/2, numero de electrodos 20, longitud útil de 110 cm							EN FORMATO T21								
Catéter de electrofisiología punta irrigada, para uso con una bomba de infusión de flujo continuo calibre 7 fr, alcance de la curva a 90 grados de 55 mm, electrodo distal de 4 mm, distancia entre electrodos de 2/5/2 mm, longitud de 110 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter de mapeo de alta densidad, compatible el navegador ofertado y con cable conector respectivo.	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Dispositivo de proteccion embolica, de rapido intercambio, ifual para mantener el flujo sanfuineo, perfil de 3.2 fr, filtro con poros de 100 micras, tamaños del filtro de 5, 6, 7 y 8 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, Curva Pigtail punta recta ó angulado a 145 grados. ó angulado a 155 grados. Longitud de 100 ó 110 cm calibre 4 ó 5 ó 6Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter guía coronario teflonado ó semihidrofílico ó hidrofílico 5 ó 6 ó 7 u 8 fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Catéter guía neurológico 5Fr,6Fr, 7Fr u 8Fr. ó Catéter guía multipropósito diferentes calibres 5Fr ó 6Fr ó 7Fr ó 8Fr. Longitud de 100 ó 110 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter guía renal ó RDC y cateter guía cobra ó C1 ó C2 calibre 6 fr, 7 y 8 fr	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cateter de tomografia de coherencia optica intravascular (OCT) para vasos de 2.0 a 3.5 mm de diametro, diámetro exterior del cateter de 2,58 f (0,86 mm, 0,034 pulgadas). el catéter de imagen con una longitud de funcionamiento de 1350 mm. 3 marcadores radiopacos- el catéter de diagnóstico por imagen es compatible con una guía metálica de 0,014" (0,356 mm) recorrido retráctil en modo automatico y manual; capacidad de visualizacion de imagen axial; capacidad de conversion de la vista de recorrido virtual 3d, modo de ramificación; modo de imagen axial en la vista de ramificacion 3d; vista tipo carina 3d para ver la rama lateral	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo de alta presión, de 1.20 a 4.0 mm de diámetro por 8 a 30 mm de longitud, 130 ó 143 ó 150 cm de largo, con sistema montado	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply-SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
en guía "over the wire".															
Catéter decapolar, deflectable para el seno coronario, alcance de la curva de 90 grados a 55 mm, calibre 7 fr, electrodo distal de 2 mm, numero de electrodos 10, distancia entre los electrodos de 2/5/2, longitud util de 90 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter decapolar, deflectable para el seno coronario, alcance de la curva de 90 grados a 55 mm, calibre 7 fr, electrodo distal de 2 mm, numero de electrodos 10, distancia entre los electrodos de 2/5/2, longitud util de 90 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter para imágenes de ultrasonido intracoronario de arreglo de fase de 40 mhz, transductor rotacional, resolución axial de 43 micrones., sistema monorail de 15 mm de distancia, compatibilidad con catéter guía 6f(≥.064"), perfil de punta de .022",perfil de entrada (1.7f) perfil de cruce (2.5f), recubrimiento hidrofílico en la punta (23cm), sistema de rápido intercambio. Inclutye sistema de retroceso	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter para imágenes de ultrasonido intracoronario de arreglo de fase de 15 en sistema 018" y 30 mhz en sistema 0.035", recubrimiento hidrofílico en la punta, sistema	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
de rápido intercambio, longitud del cateter de 115 ó 135 cm															
Catéter para registro de presiones y medición de gasto cardiaco. modelo berman de 4 a 5 fr. longitud de 50 cm y catéter para registro de presiones y medición de gasto cardiaco. modelo berman en 5 fr. longitud de 80 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéteres para arteria coronaria por técnica percutánea, cal 5 ó 6 fr., longitud 100 o 110 cm. curva: LCB ó RCB curva mamaria.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter para diagnostico, decapolar, con punta dirigible al seno coronario, cal.7 fr., con distancia inter electrodo de 2/5/2 mm estéril y desechables.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter de electrofisiología punta irrigada, para uso con una bomba de infusión de flujo continuo calibre 7 fr, alcance de la curva a 90 grados de 55 mm, electrodo distal de 4 mm, distancia entre electrodos de 2/5/2 mm, longitud de 110 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter de electrofisiología, de ablación multi curva, calibre 7 fr, alcance de la curva a 90 grados de 45 a 70 mm, electrodo distal de 4 mm, distancia entre electrodos de 2/5/2 mm, longitud útil de 112 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Catéter de electrofisiología, de ablación multi curva, calibre 7 fr, alcance de la curva a 90 grados de 45 a 70 mm, electrodo distal de 4 mm, distancia entre electrodos de 2/5/2 mm, longitud útil de 112 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Espiral de embolización, Coils fibrado diversas morfologías y medidas sistema liberación controlada o reposicionable 0.035" con fibra sintética y retráctil.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cateter balón de dilatacion periferica diámetros de 12, 14, 16 y 18 mm, longitudes de 20, 40, y 60 mm. Cateter de 75 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Colchón térmico para paciente neonato, lactante y pediátrico. (No requiere referenciación).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Electrodo parche neutro con dos áreas y lápiz de electrocirugía	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGIMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Guía periférica especializada, compatible con sistema 0.014", con transmisión de torque 1:1 con hipo tubo de nitinol diseñada para excelente navegabilidad. longitud de 300 cm. punta recta y angulada	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cuerda guía especial para implante de válvula aortica de alto soporte de diámetro de 0.035"/089mm y longitud de 260cm ó 300 cm con curva prefomada de 30 mm	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035"longitud opcional de 150 Y 260 cm. Estéril y desechable.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Guía periférica especializada compatible con sistema 0.018", de alto gramaje (de 12g, 18, 25 y 30 gr) y longitud de 195 Y 300 cm. cubierta hibrida (hidrofilica y ptfe)	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Guía periférica especializada compatible con sistema 0.014", de alto gramaje (de 12g, 18, 25 y 30gr) y longitud de 195 Y 300 cm. cubierta hibrida (hidrofilica y ptfe)	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Set (catéter) para trombectomía mecánica otw que presenta un en su eje distal una estructura de 4 orificios denominados de entrada y 3 de salida, calibre 6fr. x 120cm. long.; compatible con guías 0.035", para vasos	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
de mayores o iguales a 3 mm, bajo perfil de 2.0-1.2 mm doble banda de 15 mm, con flujo complejo y patrones de fluido para captura y eliminación del trombo															
Dispositivo de trombólisis ultrasónica periférica(incluye sonda y consola), o balon periférico para litotrisia ultrasónica, incluye el uso de la consola.	CUMPLE		SI	SI	SI	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cierre vascular por medio de un aplicador de tapón absorbible para cierres femorales calibres 5, 6 y 7 fr.	CUMPLE		SI	SI	SI	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Dispositivo de oclusión de malla de nitinol autoexpandible que se utiliza en un conducto arterioso persistente (cap). dispositivo con una cintura central con dos discos de retención. la cintura central está diseñada para colocarse dentro del conducto. los discos de retención se despliegan en los extremos del conducto o se despliegan completamente dentro del conducto cuando se trata a bebés pequeños. dispositivo con capacidad de abordaje anterógrado (venoso) o retrógrado (arterial) e indicado para pacientes con un peso de 700 gramos. las bandas marcadoras radiopaca en cada extremo del oclisor	CUMPLE		SI	SI	SI	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGRED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
permiten visibilidad durante la fluoroscopia. perfil de 4 fr. medidas del diametro de la cintura del dispositivo de 3 , 4 y 5 mm															
Dispositivo para cierre vascular a base de suturas pre montadas de monofilamento de polipropileno.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Ecorealsador.o eco contraste; substancia que se inyecta durante una ecocardiografia realza la calidad de las imágenes obtenidas con la ecografia.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Electrodo marcapaso con globo distal.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Endoprótesis indicada para la exclusión endovascular del aneurisma aórtico abdominal infrarrenal o aorto iliaco o yuxtarenal, con accesos iliaco/femoral, cuello proximal corto y angulado de cuello. Diametro proximal de la parte de la bifurcacion de entre 23 a 36 mm, Diametro distal de la parte de la bifurcacion de	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
entre 13 a 20 mm, diametro contralateral iliaco proximal de 16 mm y distal de entre 10 a 28 mm, extension iliaca de diametro de entre 10 a 28 mm															
Endoprótesis indicada para la exclusión endovascular del aneurisma aórtico abdominal diámetros proximales y distales de 22 a 46 y longitudes entre 100 a 200 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Extensión coaxial de catéter guía coronario calibre 6, 7 y 8 fr	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Extensión abdominal de 23, 58, 28, 32, y 36 mm, Longitu de 49 ó 70 cm para uso con endoprotesis aortica abdominal.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Extractor de trombos intracoronario.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGIMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Filtro precargado elaborado de malla de nitinol montado sobre guia 0.014 pulgadas y punta flexible con coils de platino, marcador radiopaco de oro en la boca del filtro sistema de liberacion y recuperacion rapido intercambio en un solo cateter con perfil de 3.2 fr y 4.2 fr respectivamente, cubierta heparinizada en el filtro y posibilidad de emplear cuerda de eleccion para el cruce de lesiones, compatible con cateter guia 6 fr, longitud del sistema 320 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE				
Líquidos compuesto por cianoacrilato modificado por la adición de un monomero sintetizado	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Medio para fistulografía de ultra fluido de esteres etílicos de los ácidos grasos yodados del aceite de adormidera conformado con 48% yodo viscosidad a 37° c 25 mpa.s.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Frasco de micropartículas embolizantes viales de diferentes calibres en micras de alcohol polivinílico. Tamaño de las partículas de 45 a 150, 150 a 250, 355 a 500 micras	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Alambre guía para angioplastia coronaria para lesiones tortuosas, punta con revestimiento moderado hidrofílico, una bobina interna de acero inoxidable, punta	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
recta, con embobinado en la punta de 24 cm , radiopaca de 4 cm, gramada de 0.5, calibre de 0.014", longitud de 190 cm															
Guia de presion inalambrica para medición de FFR e IFR	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
sistema de Radiofrecuencia que utiliza corrientes electricas de alta frecuencia generando calor con sistema de agua fria para evitar que el tejido se carbonice. Estimulacion de ion de tejido cancerigeno. Creacion de calor por friccion. Temperatura 50 ° C	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Espirales para embolización endovascular intracraneal hecho de platino tungsteno, con recubrimiento de acido poliglicolico láctico (pgla), desprendibles mecánicamente (sin baterías), de 0.0115" de diámetro interno, forma tipo 3d, estándar, diámetro del loop de 2 mm, longitud de 2 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion para dispositivos grandes, introduccion calibre 14, 16, 18, 20 y 22 fr longitud de 28 ó 30.5 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea femoral, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply 5A de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
cm calibre. Dentro del rango de calibres 4, 5, 6, 7 y 8Fr.							FORMATO T21								
Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea femoral, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Dentro del rango de calibres 9 y 10 11 Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea femoral, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Dentro del rango de calibres 11 Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cm calibre. 4, 5, 6 y 7 Fr. Con guía vascular 0.021 ó 0.032" con recubrimiento opcional hidrofílico, teflonado o semihidrofílico.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion Guía Largo para acceso femoral y distal arterial de diámetros de 6, 7 y 8 Fr. y longitudes de 35, 45, 55 y 90 cms	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion largo deflectable 71 cm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud opcional de 5 ó 7 ó 10 cm calibre. 4 ó 5	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
ó 6 Fr. Con guía 0.035" ó 0.038".							FORMATO T21								
Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea femoral, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Calibre 12 Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Jeringa para angiocardiografia, de 100 ó 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografia, de 150 ml de capacidad	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Jeringa con Manómetro insuflador de plástico, con capacidad de presiones de 1 hasta 26 ó 30 atm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medición de presión por termo dilución.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Kit de pericardiocentesis. incluye: dilatador, cateter recto o pigtail de 8.3 fr, guia con punta en j de 0.35" x 80 cm, 4 esponjas, llave de paso de 3 vias, clip alligator esteril, bisturi #11 con mango, sutura	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
de seda, aplicador de prep, jeringas con luer lock de 10 cc y 20cc, aguja con drenaje de 18 g y bolsa de drenaje de 1000cc.															
Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Copolímero de etileno y vinil alcohol (evoh) al 6% disuelto en dimetil sulfósido (dmso) indicado para la obstrucción mecánica en la ablación de tumores, en las malformaciones y fístulas arteriovenosas. incluye set de jeringas de policarbonato	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Manguera para irrigación para catéter de ablación.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Manifold angiográfico de tres vías.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Mantas para calentamiento pre, per y trans operatorio (diferentes diseños y tamaños o de acceso multiple). (No requieren referenciación). DEBERA INCLUIR EN SU	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
OFERTA EL EQUIPO PARA UTILIZARLO															
Medio de contraste hidrosoluble no iónico en concentración de 350 mg yodo/ml iobitridol, cada ml. contiene 767.8 mg de iobitridol, no genérico, frasco con 100 ml. (070.581.0158)	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro catéteres de infusión para embolización endovascular intracraneal. dirigido por flujo (ultra flujo) para infusión supra selectiva, con recubrimiento hidrofílico , conector tipo luer estándar, eje distal de gran flexibilidad, longitud desprendible de 3.0 cm, diámetro interno distal de 1.9 fr longitud total de 1.65 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Microcatéter coronario diseñado con un tapered coil que se extiende hasta menos de 1 mm de la punta distal, estructura metálica flexible, transmisión de torque mejorado, tipo flexible, calibre 2.1 fr, longitud usable del microcateter de 135 cm recubrimien to hidrofílico de 60 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro catéter para embolización periférica con cubierta hidrofílica calibre distal proximal 3.0/2.8 fr. diámetro interno 0.027", con indicación para alto flujo, punta recta o preformada tipo Bern, longitud usable del	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
cateter de 155 cm															
Microcatéter coronario diseñado con un tapered coil que se extiende hasta menos de 1 mm de la punta distal, estructura metálica flexible, transmisión de torque mejorado, abordaje anterogrado, calibre 2.1 fr, longitud usable del microcateter de 135 cm recubrimien to hidrofílico de 60 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Espirales para embolización endovascular intracraneal hecho de platino tungsteno, desprendibles mecánicamente (sin baterías), de 0.0115" de diámetro interno, forma 3d, diámetro del loop de 2 mm a 25 mm, longitud de 2 a 50 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro catéter para vasculatura cerebral, de lumen simple con orificio terminal. marcador radiopaco. perfil proximal de 2.1fr y distal de 1.7fr; diámetro luminal de 0.017" y punta recta, angulado a 45 y angulado a 90 grados. longitud de 150cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro catéter para vasculatura cerebral, de lumen simple con orificio terminal. marcador radiopaco. perfil proximal de 2.4 fr y distal de 1.9 fr; diámetro luminal de 0.017" y punta recta, angulado a 45 y angulado a 90 grados. longitud	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
de 150cm															
Micro catéter intracraneal diámetro proximal externo 3.1 fr y distal de 2.8 fr, longitud de 150 cm, diámetro interno de 0.027".	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro guía hidrofílica neurovascular diámetro de 0.010", longitud de 200 cm, punta coil de 10 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro guía hidrofílica neurovascular diámetro distal de 0.008", longitud de 200 cm, punta coil de 10 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Micro guía neurovascular calibre 0.014" , longitud de 200 ó 205 ó 300 cm con recubrimiento hidrofílico.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Guía periférica especializada compatible con sistema 0.014", de alto gramaje (de 8 y 11 gr) y longitud de 300 cm. cubierta hidrofílica y Guía periférica especializada compatible con sistema 0.018", de alto gramaje (de 8 y 12 gr) y longitud de 300 cm. cubierta hidrofílica. Punta recta	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Paquete angiográfico con ropa de rápida respuesta elaborado de materiales plásticos grado medico, empacados en un kit (paquete) estéril con el siguiente contenido: 1 bolsa de banda, 36" x 28" (91 x 71.12 cm), c/cinta; 1 bolsa de banda, domo, 50" (127 cm); 2 tazón, 32 oz (946 ml), graduado; 1 tazón, alambre guía; 4 pinza, toalla, plástico; 1 cubierta, preparación, 54" x 80" (137 x 203 cm); 1 taza, medicina, transparente, 2 oz (60 ml); 1 campo, angio fem, 80" x 135" (203 x 343 cm); 1 fcp, hemo mosq, cvd, 5" (13 cm); 50 gasa, 4"x 4" (10 x 10 cm), 16 capas; 1 guante, vinilo, sin talco, prs, grande; 2 bata, poli, rein, xl; 1 etiqueta, sábana; 1 aguja, 18 g x 1.5" (4 cm); 1 aguja, 18 g x 2.75" (7 cm); aguja, 22 g x 1.5" (4 cm); 1 aguja, 25 g x 5/8" (2 cm); 1 escalpelo, no. 11, ss, seguridad; 1 marcador piel/utilitario, punta reg; 1 solución, pintura pvp, 2 oz (60 ml); 1 solución, exfoliante pvp, 2 oz (60 ml); 4 esponja, ala, pequeña; 5 jeringa, 10 ml, l/l; 1 jeringa, 20 ml, l/l; 2 jeringa, 3 ml, l/l; 1 cubierta de mesa, 50" x 90" (127 x 229 cm); 1 toalla, abs, blanco; 6 toalla, or, azul; 1 bandeja, 2 compartimentos. se referencia solo con catalogo, aceptado en junta de aclaraciones del dia 20 de diciembre del 2023, en la	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE				
													SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
pregunta tecnica numero 177 del licitante medical life supply, s.a. de c.v.															
Paquete angiográfico con ropa de rápida respuesta elaborado de materiales plásticos grado medico, empacados en un kit (paquete) estéril con el siguiente contenido: 1 bolsa de banda, 36" x 28" (91 x 71.12 cm), c/cinta; 1 bolsa de banda, domo, 50" (127 cm); 2 tazón, 32 oz (946 ml), graduado; 1 tazón, alambre guía; 4 pinza, toalla, plástico; 1 cubierta, preparación, 54" x 80" (137 x 203 cm); 1 taza, medicina, transparente, 2 oz (60 ml); 1 campo, angio fem, 80" x 135" (203 x 343 cm); 1 fcp, hemo mosq, cvd, 5" (13 cm); 50 gasa, 4"x 4" (10 x 10 cm), 16 capas; 1 guante, vinilo, sin talco, prs, grande; 2 bata, poli, rein, xl; 1 etiqueta, sábana; 1 aguja, 18 g x 1.5" (4 cm); 1 aguja, 18 g x 2.75" (7 cm); aguja, 22 g x 1.5" (4 cm); 1 aguja, 25 g x 5/8" (2 cm); 1 escalpelo, no. 11, ss, seguridad; 1 marcador piel/utilitario, punta reg; 1 solución, pintura pvp, 2 oz (60 ml); 1 solución, exfoliante pvp, 2 oz (60 ml); 4 esponja, ala, pequeña; 5 jeringa, 10 ml, l/l; 1 jeringa, 20 ml, l/l; 2 jeringa, 3 ml, l/l; 1 cubierta de mesa, 50" x 90" (127 x 229 cm); 1 toalla, abs, blanco; 6 toalla, or, azul; 1 bandeja, 2 compartimentos. se referencia solo con catalogo,	CUMPLE		SI	SI	SI	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			CUMPLE				
													SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
aceptado en junta de aclaraciones del día 20 de diciembre del 2023, en la pregunta técnica número 177 del licitante medical life supply, s.a. de c.v.															
Prótesis endovascular coronaria de cromo - platino (ptcr), con revestimiento de conformación de un portador polimérico (PGLA) bioabsorbible en una proporción de fármaco pliomero 45:55 w/w con aproximadamente 1 microgramo de everolimus por milímetro cuadrado de superficie total del stent. y fármaco everolimus, montado sobre balón de bajo perfil. longitud de trabajo del catéter de 144 cm, que proporcionan al stent mayor flexibilidad y fuerza radial. diámetros de 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 y 4.0 mm y longitudes de 32, 38 y 48 mm.	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de sirolimus en cromo cobalto y polímero bioabsorbible.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de zotarolimus montado en estructura de aleacion de cromo cobalto y platino iridio con polímero biolinx diámetros de 2.0, 2.25, 2.5, 2.75 y 3.0 mm y longitudes de 8, 12, 15, 18, 22, 26 y 30 mm y diámetros de 2.25, 2.5, 2.75 y 3.0 mm y longitudes de 34 y 38 mm y diámetros de 3.5, 4, 4.5 y 5 mm y longitudes de 12, 15, 18, 22, 26 y 30 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Kit de angiopoastia que incluye llave en forma de Y, insertor y rotor de guía	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Set de micro punción.															
Microesferas de hidrogel a base de PVA biocompatibles, calibrados para tratamiento de tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas de tamaños de las esferas de 70 a 150 micras micras,	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Cuerda guía hidrofílica calibre 0.035", longitud de 260 cm, punta angulada	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Mango de liberación instantáneo de coils sin uso de batería	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Sistema de recuperación de cuerpos extraños	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introducción Guía Largo para acceso femoral y distal arterial de diámetros de 9 Fr. y longitudes de 35, 45 y 55 cms	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter de ultrasonido diagnóstico 10f arreglo en fas de 64 elementos en paralelo 7mm de apertura, frecuencias hasta 11.5 Mhz y longitud de 90 cm, se referencia solo catalogo.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Stent cubierto de PTFE ó ePTFE para uso periférico.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Endoprotésis metálica auto expandible con indicación carotídea. diseño de celda	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
cerrada, de rápido intercambio. compatible con guía 014". diámetro: 6 mm longitud: 30 mm							EN FORMATO T21								
Stent cubierto de PTFE ó ePTFE para uso coronario.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Stent vascular periférico elaborado de acero inoxidable 316l premontado en un sistema introductor de cateter, long. de trabajo del cateter de 90 cm, diámetro de 5 mm y longitudes de 15 y 19 mm, compatible con guias de 0.36 mm o 0.46 mm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Stent no medicado coronario diferentes diámetros y medidas.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Endoprotesis metálica auto expandible con indicación carotidea. diseño de celda cerrada, de rápido intercambio. compatible con guía 014". diámetro: 8 y 10 mm longitud: 30, 40 y 50 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Stents periféricos ,montado o desmontado. Para expandir entre 8 ó 10 ó 12 ó 14 ó 16 ó 18 ó 20 ó 22 ó 25 mm de diametro y stent con longitud de 40 y 50 mm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21, TAMBIEN REFERENCIA EN EL FOLIO 1866 UN STENT DIFERENTE AL REQUERIDO QUE NO CUMPLE CON MEDIDAS NI DIAMETROS SOLICITADOS.	NO	NO	NO
Stent autoexpandible de nitinol con medicamento paclitaxel contenida en una matriz de polimero. Con sistema introductor que consta de endoprotesis y sistema introductor del stent, D.E. de 2.1 mm. compatible con guia 0.89 mm, diámetros de 6 y 7 mm, longitud de 40, 60, 80, 100, 120 y 150 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Stent vascular periferico elaborado de acero inoxidable 316L premontado en un sistema introductor de cateter en diámetros de 5 y 7 mm y longitudes de 15 y 19 mm, compatible con guias de 0.36 mm o 0.46 mm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Transductor de presión compatible con el polígrafo.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada o analizador con tecnologia	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
basada en tarjeta							FORMATO T21								
Microesferas de hidrogel a base de PVA biocompatibles, calibrados para tratamiento de tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas de tamaños de las esferas de 100 a 300 micras,	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéteres para arteria coronaria derecha con técnica percutánea, cal 5 ó 6 fr., longitud 100 ó 110 cm. tipo: judkin derecha asa de 3.5, 4 y 5 ó catéter amplatz derecha curvas 1 ó curva 2, ó curva multipropósito, mamarios.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéteres para arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6 fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: judkin izquierda asa de 3.5, 4 y 5 ó catéter amplatz izquierdo curva 1 ó curva 2. ó catéter curva multipropósito ó catéter curva mamaria.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.0 ó 1.25, 2, 2.5, 3.0 y 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 8 ó 10 ó 12, 15, 20 y 30 mm, y de 130 a 150cm de largo, sistema de rápido intercambio.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéteres guía tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.							FORMATO T21								
Funda de tubular para kit de administracion de solucion salina y medio de contraste estéril desechable	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéteres para angiografía de arteria coronaria con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: amplatz derecho curva 1 y 2.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéteres para angiografía de arteria coronaria con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: amplatz izquierdo curva 1 y 2.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cuerda guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rígida, con ó sin recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y longitud de 175cm ó 180 ó 182 ó 190 cm de longitud.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Guía hidrofílica con núcleo de nitinol con cubierta de poliuretano 0.035"a 0.038" longitud 150mm Y 260cm(de intercambio).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Alambre guía para angioplastia coronaria para lesiones tortuosas, punta con revestimiento hidrofílico, una bobina interna de acero	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
inoxidable, punta recta, con embobinado en la punta de 24 cm , radiopaca de 4 cm, gramada de 1.2, calibre de 0.014", longitud de 190 cm							T21								
Aguja automatica desechable para uso con equipo de boipsia automatico, calibres 14, 16, 18 y 20 ga., longitudes de 10, 13, 16 y 20 cm, que incluya aguja coaxial	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Aguja para biopsia, desechable tipo shiba o chiba longitud: 15 cm calibre: 23 ga	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Aguja para biopsia, desechables. tipo: trucut. longitud: 9.65 cm calibre: 14 g	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter para centesis, incluye aguja ecogénica.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Endograpas para fijación de endoprótesis.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Introduccion para electrodo con kit de insercion (aguja, guia, dilatador y camisa) peel away de 7, 8 ó 9 fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
							T21								
Guia acopladora endocavitaria de liberacion rapida con 2.6 x 20 cm, cubierta de latec y 3.5 x 20 cm cubierta de latex, esteril, desechable	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Set de biopsia transyugular.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter de aterectomía rotacional periférica con sistema de infusion y aspiracion activa	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Catéter periférico de infusión selectiva distal controlada para infusion de agentes farmacologicos para trombolisis. Calibre 5 fr, rango de infusion de 40 y 50 cm, longitud total del cateter de 135 cm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Microesferas de hidrogel a base de PVA biocompatibles, calibrados para tratamiento de tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas de tamaños de las esferas de 300-500 micras,	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Sistema de trombectomia mecanica diseñado para restaurar el flujo neurovascular, diametros de 4	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
y 6 mm y longitudes de 20 y 40 mm							FORMATO T21								
Cateter de aspiracion neurovascular diametro interno de 0.068 , long. De trabajo de 132 cm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Stent periférico autoexpandible, fabricado con aleacion de niquel y titanio Con sistema introductor que consta de endoprotesis y sistema introductor del stent, D.E. de 2.1 mm. compatible con guia 0.89 mm, diametros de 5, 6, 7 y 8 mm, longitudes de 40, 80, 100, 120, 150 y 200 mm	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Cuerda guia para de soporte paraa cateter de aterectomia periferica, calibre 0.014", longitud de 300 cm, punta recta.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO PRESENTA FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y CORRESPONDENCIA A LO OFERTADO INCUMPLIRNDO EL 4.2.2	NO	NO	NO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Ablación con microondas. Tratamiento de ablación focalizado que utiliza microondas generando un efecto térmico en el tejido blando.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO PRESENTA FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y CORRESPONDENCIA A LO OFERTADO INCUMPLIRNDO EL 4.2.2	NO	NO	NO
Termiquimioterapia intravesical térmica a 43°	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO PRESENTA FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y CORRESPONDENCIA A LO OFERTADO INCUMPLIRNDO EL 4.2.2	NO	NO	NO
Catéter ó estilete para safenoablación por radiofrecuencia (según tecnología ofertada en equipo si se trata de radiofrecuencia)	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO PRESENTA FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y CORRESPONDENCIA A LO OFERTADO INCUMPLIRNDO EL 4.2.2	NO	NO	NO
Sistema de cierre endovenoso transcatéter con adhesivo (cianoacrilato).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Sistema de ablación de tumores, incluye: Antena de microondas, cable conector,	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
parche a tierra y líneas de infusión para enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de microondas.							EN FORMATO T21								
Equipo con sonda de ablacion por radiofrecuencia venosa cronica (ivc).	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Sistema de crioablación focal (incluye el uso de la consola)	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Sonda para eco intracardiaco. Catéter para eco intracardiaco 8 fr (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco) para otros procedimientos compatibles con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado. uso adulto y pediátrico.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Holter implantable subcutánea	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Balón periférico con medicamento (Paclitaxel o sirolimus) Diversas medidas de 4.0 a 7 mm de diámetro, presentar 40, 60, 80, 100, 120, 150 y 200 mm de longitud.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Balones periféricos sistema 0.035" para tratar arterias grandes de 14, 15, 16, 18, 20, 22 y 25 mm y longitudes de 40 mm para introductores entre el rango de 8 a 12 Fr. Y Balones periféricos sistema 0.035" para tratar arterias grandes diámetros de 14, 15, 16, 18 y 20 mm y longitudes de 60 mm para introductores entre el rango de 8 a 11 Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
catéter angiográfico tipo Mikaelson ó MIK calibre 5Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
catéter angiográfico tipo Shepherd Hook ó SHK 1.0 calibre 5Fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Sistema de liberación de neurostent. Incluye equipo	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Catéter de aterectomía rotacional trasluminal percutánea, de oclusiones agudas o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía incluida de roto ablación de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes diámetros.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Balon coronario para litotrisia ultrasonica	CUMPLE		PARCIAL	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Balón de elastómero termoplástico libre de DEHP y látex, perfil de 3 y 4Fr, dos marcas radiopacas de platino/iridio en los hombros del balón, diámetros de 4 a 10mm. Longitudes que van desde 1 a 4cm.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Catéter de aterectomía rotacional periférico trasluminal percutanea, de ocusiones agudas y/o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía de trabajo especializada 0.014. Se debera incluir consola de aterectomia periferica SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		NO	SI	SI
Médico especialista cardio pediatra intervencionista	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Médico especialista cardiólogo electro fisiólogo	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE		CUMPLE		SI	SI	SI
Estilete de cierre con punta para extracción de cables de marcapasos, longitud total de 140 cm, longitud activa de 70	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
cm. hecho de acero inoxidable, disponible en un único tamaño compatible con las dimensiones del diámetro interno de muchos cables y catéteres con lumen central							FORMATO T21								
Extensor de cables para extracción de cables de marcapaso. longitud total 70 cm, hecho en níquel-cromo con un collarín de acero inoxidable. funciona como una extensión que se fija con el equipo de vainas dilatadoras	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Equipo de vainas dilatadoras mecánicas para extracción de cables de marcapasos constituidas por dos vainas, la vaina interior está compuesta de material nylon 12 con una punta de acero inoxidable serie 300. la vaina telescópica exterior está hecha de teflón radiopaco. la longitud activa es de 13,6 cm. disponible en 9 y 11 fr.	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Equipo de vainas dilatadoras mecánicas para extracción de cables de marcapasos constituidas por dos vainas, la vaina interior está compuesta de una combinación de material de nylon 12 pebax, una punta de acero inoxidable serie 300. la vaina telescópica exterior está hecha de teflón radiopaco. la longitud activa es de 40.6 c. disponibles en 7, 9, 11 y 13 fr. Ir-evn-7.0, Ir-evn-9.0, Ir-evn-11.0, Ir-evn-13.0	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
Extensor de espiral. dispositivo que dilata el extremo libre de un cable para permitir la introducción de un estilete de retención o recto	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Dispositivo que corta la terminal del conector de un cable de marcapasos para poder dar entrada al estilete de cierre al lumen del cable	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Alambres de mandril metálico con manija que pasan hacia el cable del marcapasos para medir su longitud y asegurar el acceso a la punta	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Dispositivo de agarre suave que sostiene los cables sin deformar los espirales de los conductores	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Espiral de compresión que se adjunta al estilete y el cable para darle más soporte	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Dispositivo oclisor femoral a base de sutura	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO
Bomba sanguínea microaxial intravascular para ventrículo izquierdo de >4 L/min, con accesorios de implantación	CUMPLE		SI	SI	SI		NO CUMPLE, NO OFERTA EN	NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO CUMPLE			NO CUMPLE, NO OFERTA EN FORMATO T21	NO	NO	NO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO QUE FUERON SOLICITADAS	Medical Life Supply SA de CV					INTEGMED					SUMED				
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Cer	Ref	JA
							FORMATO T21								

OBSERVACIONES ADICIONALES

***LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.**

- PRESENTA 97.28% DE REGISTROS SANITARIOS Y 94.83% DE CERTIFICADOS DE CALIDAD. CUMPLE POR ESTAR DENTRO DEL RANGFO SOLICITADO DE 80% MINIMO DE REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD.

*** LICITANTE SUMINISTROS MEDICOS, S.A DE C.V.**

- NO PRESENTA OFERTA DEL EQUIPO PROGRAMADORA DE MARCAPASOS EN EL FORMATO T21 "PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA/DOCUMENTAL" (FOLIOS: 189)

- PRESENTA 87.0% DE REGISTROS SANITARIOS Y 74.3% DE CERTIFICADOS DE CALIDAD. NO CUMPLIENDO CON EL PORCENTAJE MINIMO REQUERIDO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD.

*** EL LICITANTE INTEGMEV, S.A. DE C.V INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS., EL ANEXO TÉCNICO, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ASI COMO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA AL NO PRESENTAR NINGUNO DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS O FORMATOS SOLICITADOS CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.**


INCUMPLE CON LOS NUMERALES 2, 2.1, 2.2., 3, 3.1, 4, 5, 5.1, 6., 6.1, 6.2, 6.3, 7., 7.1., 7.2, 7.3, 8, 9, 9.1, 9.2 Y 9.3

NO PRESENTA SU PROPUESTA ECONOMICA FIRMADA.

ELABORÓ Y ANALIZÓ


Dr. Argimiro Córdova Santiago
Jefe de Departamento clínico de Hemodinamia

SUPERVISÓ


Dr. David Roldán Morales
Jefe de División de Cardiología